

**全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第83次（115年7月）會議紀錄**

時 間：115年7月16日（星期四）上午9時30分

地 點：健保署18樓禮堂

主 席：林教授啓禎

紀錄：潘品樺

出席代表：（依姓名筆畫數排列，敬稱略）

尤香玉	洪芳明	黃玉卉
王雅馨	徐紹勛	楊玉琦
朱益宏	張淑慧	楊芸蘋
吳美環	梁淑政	葉家豪
吳國治	許仕聰(請假)	劉芝蓮
呂正華	許舒博(羅木才代理)	劉碧珠
李飛鵬	連哲震(請假)	蔡淑鈴
林亮光	陳石池	蔡麗娟
林萍章	陳志強	藍毅生
施壽全	童敏哲(請假)	

出席專家及學會代表：（敬稱略）

台灣神經血管外科與介入治療醫學會	許世偉
社團法人台灣神經外科醫學會	馮紹璋
台灣神經學學會	江宏基
社團法人台灣腦中風學會	嚴寶勝
中華民國放射線醫學會	黃浩輝
中華民國神經放射線醫學會	黃俊肇

列席人員：（敬稱略）

藥物提供者團體代表：陳建志(楊岳雷代理)、龐霽心、陳堯濱(請假)

病友團體代表：吳鴻來、蔡士敏(柯怡謀代理)

全民健康保險會：張琬雅

衛生福利部社會保險司：陳淑華、蘇芸蒂

衛生福利部中央健康保險署：黃育文、張惠萍、涂奇君、林其昌、丁安安、

涂巧玲、楊佩綺、張淑宜、黃楷婷、江錦欣、
鄭亦含、鄧琦樺、胡晉賓、潘品樺、顏孟楷、
曾琬茜、陳姿吟

財團法人醫藥品查驗中心：黃莉茵、蔡欣宜

壹、主席致詞（略）

貳、請參閱並確認上次會議紀錄

決議：洽悉。

參、討論事項：

第1案：有關修正健保給付特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定(I203-7)案。

一、說明：

- (一)詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。
- (二)與會學會代表表示，早期雖多由神外醫師執行，然目前神經介入處置已純熟並為治療指引，加上顱內動脈瘤治療均需要事前審查(如本案特材、coil)，會執行就那群醫師，應無委員擔心增列醫師資格後無法執行之情況，且醫師執行資格已經相關專科醫學會討論並獲共識，以維護醫療品質及病人安全。

二、決議：

- (一)同意修正「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」之給付規定，增列執行醫師資格，給付規定原「每次限用一支」修正為「同次手術內符合給付範圍之每顆動脈瘤限用一支」(如附件1)。
- (二)預估年使用量：76組。
- (三)預算來源：以115年醫院醫療給付費用總額及其分配之保險給付項目及支付標準改變(特材給付規定改變)預算支應。
- (四)附帶決議：為避免修正給付規定訂定執行醫師資格後，原已執行該項治療醫師無法繼續提供服務，請健保署確認有無被排除執行之醫師並提出相應之補救機制。

第2案：有關修正健保給付特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)

案。

一、說明：

(一) 詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

(二) 與會學會代表表示：

1. 使用數量上限45顆係學會依臨床實務經驗評估同次手術使用白金纖維環之最大數量，另考量現行有新型栓塞裝置可供使用，且不同廠牌白金纖維環之長度不同，倘臨床有需使用較多白金纖維環之情形，仍可透過選擇長度較長品項或使用其他栓塞裝置以確保治療效果，爰建議訂定申請數量以45顆為上限。
2. 建議修正給付規定，以符合實際臨床及審查實務情形，無額外開放適應症，且訂定白金纖維環給付上限數目避免浮濫使用，應無增加使用量，不影響健保財務。

二、決議：

- (一) 同意修正「白金纖維環 COIL」之給付規定，刪除須由神經外科專科醫師評估為困難手術之限制，整合給付規範文字為「顱內腦血管動脈瘤」及「顱內及頭頸部動靜脈瘻管」，並參考審查原則修正使用規範，訂定申請線圈以45顆為上限(如附件2)。
- (二) 附帶決議：為利瞭解本案特材使用情形，請健保署定期追蹤本案特材申報使用量，並提至本會議報告。

肆、報告事項：

第1案：會議決議辦理情形追蹤。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第1案之報告內容。

二、決議：本次會議追蹤案件共計2項，繼續列管計2案。

第2案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共83項：(1)新增既有功能類別特材品項41項/第2-1~2-6頁；項次1~41。(2)新增既有

功能類別特材自付差額品項5項/第2-7頁；項次42~46。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號37項/第2-8~2-63頁；項次47~83。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第2案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第3案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共73項：醫療器材許可證註銷及刪除品項73項/第3-1~3-10頁；項次1~73。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第3案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第4案：有關調整「腦室腹腔引流系統」計12次功能分類既有功能特材支付點數案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第4案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第5案：115年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第5案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第6案：有關新功能特材計2品項不列入本保險特材支付標準收載案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第6案之報告內容。

二、決議：洽悉。

伍、散會：上午11時15分。

給付規定修正對照表
給付規定分類碼：I203-7

附件1

修正後給付規定	原給付規定
一、 <u>執行醫師資格：需符合以下二項規定：</u> <u>(一)限放射診斷科專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。</u> <u>(二)限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行：</u> <u>1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。</u> <u>2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。</u> <u>3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。</u> 二、 顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於4mm或動脈瘤之頸/體部比率大於0.5之顱內動脈瘤栓塞治療。 三、 顱內梭狀動脈瘤(fusiform aneurysm)之栓塞治療。 四、 顱內剝離性動脈瘤(dissecting aneurysm)之栓塞治療。 五、 使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。 六、 <u>同次手術內符合上述給付範圍之每顆動脈瘤</u>限用一支。 七、 需事前審查。	一、 顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於4mm或動脈瘤之頸/體部比率大於0.5之顱內動脈瘤栓塞治療。 二、 顱內梭狀動脈瘤(fusiform aneurysm)之栓塞治療。 三、 顱內剝離性動脈瘤(dissecting aneurysm)之栓塞治療。 四、 使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。 五、 <u>每次限用一支。</u> 六、 <u>第1至3項需事前審查。</u>

給付規定修正對照表

附件2

給付規定分類碼：I203-2

修正後給付規定	原給付規定
一、 執行醫師資格：需符合以下二項規定： (一) 限放射診斷科專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。 (二) 限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行： 1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。 2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。 3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。 二、 <u>給付範圍</u>： (一) 顱內腦血管動脈瘤。 (二) 顱內<u>及頭頸部</u>動靜脈瘻管。 三、 <u>動脈瘤以單一或多顆之每顆動脈瘤之最長徑(單位:mm)兩倍之數量為上限。</u> 四、 <u>申請線圈以四十五顆為上限。已通過線圈請依實際使用顆數申報。</u> 五、 須事前審查。申請事前審查之醫院，於申請首例時應併提臨床治療路徑，嗣後若未變更得免重複提供。	<u>本項特材須事前審查，審查原則如下：</u> 一、 執行醫師資格：需符合以下二項規定： (一) 限放射線(診斷)專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。 (二) 限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行： 1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。 2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。 3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。 二、 <u>適應症</u>： (一) <u>後循環腦血管動脈瘤。</u> (二) <u>前循環腦血管動脈瘤及顱內深部動靜脈瘻管，經神經外科專科醫師評估為困難手術者。</u> (三) <u>雙側性或多發性動脈瘤，單次栓塞術可治癒者。</u> (四) <u>顱內動脈瘤，經治療未痊癒，需再進一步治療，但再度施行手術困難者。</u> (五) <u>顱內動脈瘤患者具有系統性疾病，不適合施行開顱手術者。</u> 三、 申請事前審查之醫院，於申請首例時應併提臨床治療路徑，嗣後若未變更得免重複提供。

附 錄

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第 83 次（115 年 7 月）會議議程

時間：115 年 7 月 16 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

壹、主席致詞

貳、確認上次會議紀錄，請參閱(不宣讀)

參、討論提案：

第 1 案：有關修正健保給付特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」之給付規定(I203-7)案。

第 2 案：有關修正健保給付特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)案。

肆、報告事項：

第 1 案：會議決議辦理情形追蹤。

第 2 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 83 項：(1)新增既有功能類別特材品項 41 項/第 2-1 ~2-6 頁；項次 1~41。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 5 項/第 2-7 頁；項次 42~46。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 37 項/第 2-8 ~2-63 頁；項次 47~83。

第 3 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 73 項：醫療器材許可證註銷及刪除品項 73 項/第 3-1 ~3-10 頁；項次 1~73。

第 4 案：有關調整「腦室腹腔引流系統」計 12 次功能分類既有功能特材支付點數案。

第 5 案：115 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

第 6 案：有關新功能特材計 2 項目不列入本保險特材支付標準收載案。

討論案 1

有關修正健保給付特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」之給付規定(I203-7)案。

討論案第 1 案

案由：有關修正健保給付特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定(I203-7)案。

說明：

- 一、**辦理依據**：115 年 5 月份本保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議結論辦理(附件 1，頁次：討 1-3)。
- 二、**建議單位**：台灣神經血管外科與介入治療醫學會。
- 三、案係台灣神經血管外科與介入治療醫學會來函表示，考量治療不同段落之多發性動脈瘤如需使用第 2 支以上支架，病人須自行負擔費用，或分次接受手術，致增加住院、麻醉及手術次數，爰建議修正健保特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定，將原給付規定「每次限用 1 支」，修正為「同次手術內符合上述適應症之每顆動脈瘤限用一支」，並增列執行醫師資格。
- 四、查「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」類特材自 103 年 10 月 1 日納入健保，支付點數 93,424 點，仿單所載與治療顱內動脈瘤的栓塞裝置一起使用治療顱內動脈瘤，目前健保收載計 8 品項，訂有給付規定(I203-7)(附件 2，頁次：討 1-4)，114 年申報量 755 支。
- 五、經徵詢台灣神經學學會、中華民國放射線醫學會、臺灣腦中風學會、中華民國神經放射線醫學會、台灣神經外科醫學會意見，並提至 115 年 5 月份本保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議討論，考量該類患者術前均經嚴格適應症評估及抗凝血藥物準備，若能於同次手術完成不同段落動脈瘤治療，不僅增加臨床治療彈性、減少病人自行負擔費用，亦能有效減少反覆住院，降低手術及麻醉風險，同意修正給付規定，結論摘要如下：
 - (一) 原給付規定第五點「每次限用 1 支」，修正為「同次手術內符合上述適應症之每顆動脈瘤限用 1 支」。
 - (二) 建議增列執行醫師資格，以符合現行神經介入治療共同標準。
- 六、**預估增加年使用量及財務影響**：參考台灣神經外科醫學會意見，多顆動脈瘤約佔 20%，其中寬頸動脈瘤約佔 30~50%需使用 2 支以上支架，暫以 114 年本案特材之健保申報醫令數量(755 支)計算，增加約 76 支【=755*20%*50%】，財務影響約 710 萬點【=93,424 點*76 支】。
- 七、**預算來源**：115 年度醫院醫療給付費用總額及其分配之保險給付項目及支付標準之改變(特材給付規定改變)預算(5 億元)支應。

擬辦：本案經討論如獲同意，擬修正「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」之給付規定(I203-7) (詳附件 3， 頁次：討 1- 5)，續依程序辦理暫予公告實施。

115 年 5 月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」

會議紀錄(節錄)

時間：115 年 5 月 28 日上午 9 時 30 分

肆、討論事項：

七、案由：有關修正健保給付特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定(I203-7)案。

(一)提案單位：台灣神經血管外科與介入治療醫學會。

(二)案係台灣神經血管外科與介入治療醫學會來函表示，為符臨床使用現況，建議修正健保特材「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定(I203-7)。

討論重點：

(一)提案單位台灣神經血管外科與介入治療醫學會代表表示：

1. 建議增列執行醫師資格，符合現行神經介入治療共同標準。
2. 依現行給付規定，倘治療不同段落之多發性動脈瘤需使用第 2 支以上支架，病人須自行負擔費用，或分次接受手術，致增加住院、麻醉及手術次數，爰建議修正為「同次手術內符合適應症之每顆動脈瘤限用一支」。

(二)中華民國放射線醫學會、中華民國神經放射線醫學會、台灣神經外科醫學會、台灣神經學學會及台灣腦中風學會與會代表表示：考量臨床接受該類手術之患者，通常於術前已完成嚴格的適應症評估並做好抗凝血藥物準備，倘能在同一次手術將不同段落之動脈瘤一併完成，可有效減少病人反覆住院及降低手術、麻醉風險，同意修正給付規定。

(三)本會議與會專家表示：修正本案特材給付規定可增加臨床治療彈性，並實質使病人獲益。

結論：同意修正本案特材給付規定：

(一)增列執行醫師資格。

(二)修正給付規定文字，由「每次限用一支」修正為「同次手術內符合上述適應症之每顆動脈瘤限用一支」。

「血管栓塞輔助支架及傳輸裝置」給付規定(I203-7)

- 一、 顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於 4mm 或動脈瘤之頸/體部比率大於 0.5 之顱內動脈瘤栓塞治療。
- 二、 顱內梭狀動脈瘤(fusiform aneurysm)之栓塞治療。
- 三、 顱內剝離性動脈瘤(dissecting aneurysm)之栓塞治療。
- 四、 使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。
- 五、 每次限用一支。
- 六、 第 1 至 3 項需事前審查。

給付規定(I203-7)修正對照表

修正後給付規定	原給付規定
一、<u>執行醫師資格：需符合以下二項規定：</u> (一)<u>限放射診斷科專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。</u> (二)<u>限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行：</u> 1. <u>中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。</u> 2. <u>台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。</u> 3. <u>台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。</u> 二、顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於 4mm 或動脈瘤之頸/體部比率大於 0.5 之顱內動脈瘤栓塞治療。 三、顱內梭狀動脈瘤 (fusiform aneurysm)之栓塞治療。 四、顱內剝離性動脈瘤 (dissecting aneurysm)之栓塞治療。 五、使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。 六、<u>同次手術內符合上述適應症之每顆動脈瘤</u>限用一支。 七、需事前審查。	一、顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於 4mm 或動脈瘤之頸/體部比率大於 0.5 之顱內動脈瘤栓塞治療。 二、顱內梭狀動脈瘤 (fusiform aneurysm)之栓塞治療。 三、顱內剝離性動脈瘤 (dissecting aneurysm)之栓塞治療。 四、使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。 五、<u>每次限用一支。</u> 六、<u>第 1 至 3 項</u>需事前審查。

討論案 2

有關修正健保給付特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)案。

討論案第 2 案

案由：有關修正健保給付特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)案。

說明：

- 一、**辦理依據**：115 年 6 月份本保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議結論辦理(附件 1，頁次：討 2-2~討 2-3)。
- 二、**建議單位**：台灣神經血管外科與介入治療醫學會。
- 三、案係台灣神經血管外科與介入治療醫學會來函表示，目前執行白金線圈栓塞已明訂執行醫師資格，且選擇開顱或栓塞之執行，已由各院依醫師能力及臨床情形評估，為符合臨床實務，建議修正本案特材給付規定，刪除原適應症「經神經外科專科醫師評估為困難手術者」文字，並整合適應症為「顱內腦血管動脈瘤」及「顱內及頭頸部動靜脈瘻管」，及參考現行審查原則修正使用規範。
- 四、查「白金纖維環 COIL」類特材，自 90 年 10 月 1 日納入健保給付，目前收載 3 次功能類別 14 品項，支付點數 14,951 點至 17,770 點，仿單所載用於治療顱內動脈瘤及其他神經血管異常的血管內栓塞，訂有給付規定(I203-2)(附件 2，頁次：討 2-4)。
- 五、經徵詢台灣神經外科醫學會、台灣神經學學會、放射線醫學會、神經放射線醫學會、腦中風學會意見，並提至 115 年 6 月份本保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議討論，結論摘要如下：
 - (一)考量開顱手術與栓塞治療預後相當，並無優劣之分，且現行多數神經外科醫師均可執行栓塞治療，執行栓塞治療患者本為評估困難手術者，爰建議刪除須由神經外科專科醫師評估困難手術之限制，以符合臨床實務。
 - (二)整合適應症文字為「顱內腦血管動脈瘤」及「顱內與頭頸部動靜脈瘻管」，參考白金纖維環審查原則修正特材使用規範，並訂定申請線圈以 45 顆為上限。
 - (三)修正給付規定後符合實際臨床及審查情形，並無開放適應症及數量，且訂定白金纖維環給付上限數目，預估無增加使用量。
- 六、預估年使用量及財務影響：考量本次修正係使給付規定更符合臨床實務，無增加使用量，爰不增加財務支出。

擬辦：本案經討論如獲同意，擬修正「白金纖維環 COIL」之給付規定(I203-2)(附件 3，頁次：討 2-5)，續依程序辦理暫予公告實施。

115 年 6 月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」

會議紀錄(節錄)

時間：115 年 6 月 11 日上午 9 時 30 分

肆、討論事項：

四、案由：有關修正健保給付特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)案。

(一)提案單位：臺灣神經血管外科與介入治療醫學會。

(二)案係台灣神經血管外科與介入治療醫學會來函表示，建議修正健保特材「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)。

討論重點：

(一)提案單位臺灣神經血管外科與介入治療醫學會與會代表表示：

1. 現行開顱或選擇栓塞治療係由各院神經外科醫師評估決定，多數神經外科醫師均可執行栓塞治療，且執行栓塞治療患者本為評估困難手術者，無須另請神經外科醫師評估，爰建議刪除原給付規定部分文字，「經神經外科專科醫師評估為困難手術者」，以符合臨床實際情形，對於白金線圈使用量增加有限。

2. 整合適應症文字「顱內腦血管動脈瘤」及「顱內及頭頸部動靜脈瘻管」。為免浮濫使用，建議白金線圈數量以 45 顆為上限。

(二)台灣神經外科醫學會代表表示，開顱或栓塞治療之選擇應依患者臨床狀況評估，兩者預後相當，並無優劣之分。

(三)放射線醫學會、台灣神經學學會、神經放射線醫學會及腦中風學會代表表示，修正給付規定後符合實際臨床及審查情形，並無開放適應症及數量，且訂定白金纖維環給付上限數目，預估無增加使用量。

結論：同意修正「白金纖維環 COIL」給付規定(I203-2)：

(一)刪除原給付規定第 2 點部分文字，「經神經外科專科醫師評估為

困難手術者」。

(二)原給付規定第 2 點適應症整合為使用規範：

1. 顱內腦血管動脈瘤。
2. 顱內及頭頸部動靜脈瘻管。
3. 動脈瘤以單一或多顆之每顆動脈瘤之最長徑（單位：mm）兩倍之數量為上限。
4. 申請線圈以 45 顆為上限。
5. 已通過線圈請依實際使用顆數申報。
6. 須事前審查。

「白金纖維環COIL」給付規定(I203-2)

本項特材須事前審查，審查原則如下：

一、執行醫師資格：需符合以下二項規定：

- (一)限放射線(診斷)專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。
- (二)限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行：
 - 1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。
 - 2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。
 - 3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。

二、適應症：

- (一)後循環腦血管動脈瘤
- (二)前循環腦血管動脈瘤及顱內深部動靜脈瘻管，經神經外科專科醫師評估為困難手術者。
- (三)雙側性或多發性動脈瘤，單次栓塞術可治癒者。
- (四)顱內動脈瘤，經治療未痊癒，需再進一步治療，但再度施行手術困難者。
- (五)顱內動脈瘤患者具有系統性疾病，不適合施行開顱手術者。

三、申請事前審查之醫院，於申請首例時應併提臨床治療路徑，嗣後若未變更得免重複提供。

給付規定(I203-2)修正對照表

修正後給付規定	原給付規定
一、執行醫師資格：需符合以下二項規定： (一) 限放射診斷科專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。 (二) 限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行： 1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。 2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。 3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。 二、<u>給付範圍</u>： (一) 顱內腦血管動脈瘤。 (二) 顱內<u>及頭頸部</u>動靜脈瘻管。 三、<u>動脈瘤以單一或多顆之每顆動脈瘤之最長徑(單位:mm)兩倍之數量為上限。</u> 四、<u>申請線圈以 45 顆為上限。已通過線圈請依實際使用顆數申報。</u> 五、須事前審查。申請事前審查之醫院，於申請首例時應併提臨床治療路徑，嗣後若未變更得免重複提供。	<u>本項特材須事前審查，審查原則如下：</u> 一、執行醫師資格：需符合以下二項規定： (一) 限放射線(診斷)專科醫師、神經外科或神經科專科醫師執行。 (二) 限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師執行： 1. 中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會。 2. 台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會。 3. 台灣神經學會授權之台灣腦中風學會。 二、<u>適應症</u>： (一) <u>後循環腦血管動脈瘤。</u> (二) <u>前循環腦血管動脈瘤及顱內深部動靜脈瘻管，經神經外科專科醫師評估為困難手術者。</u> (三) <u>雙側性或多發性動脈瘤，單次栓塞術可治癒者。</u> (四) <u>顱內動脈瘤，經治療未痊癒，需再進一步治療，但再度施行手術困難者。</u> (五) <u>顱內動脈瘤患者具有系統性疾病，不適合施行開顱手術者。</u> 三、申請事前審查之醫院，於申請首例時應併提臨床治療路徑，嗣後若未變更得免重複提供。

報告案 1

會議決議辦理情形追蹤。

報告案第1案

案由：會議決議辦理情形追蹤。

說明：擬繼續列管計2案。

序號	編號	會議日期	案由	決定(結論)事項	辦理單位	辦理情形	列管建議	
							解除列管	繼續列管
1	11405_討8	114.05.15	有關用於骨折固定之「鎖定式骨板組」計608項納入健保給付案。	一、決議： (一) 考量本案特材財務影響大，為廣納新醫材納入健保，同意依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4規定，採民眾自付差額方式納入健保給付，並依全民健康保險法第45條第3項規定，提健保會討論同意後，報主管機關核定公告實施。 (二) 功能類別：本案特材共分為6大類、45個次功能類別。 (三) 核定費用：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4第2項第1款，以公立醫院及醫學中心採購決標價格中位數除以近10年全區浮動點值最低0.8699(107年)計算。 (四) 健保給付比例：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4第1項，依臨床實證等級訂定給付比例，採核定費用之15%暫予支付。 (五) 各功能類別核定費用及健保支付點數如附件8。 (六) 預估年使用量：90,737組。 (七) 預算來源：依主管機關核定公告施行日期，導入114年醫院總額部門新醫療科技項目新增新功能特材預算支應，不足部分以115年新醫療科技預算支應。 (八) 碳纖維材質鎖定骨板、骨釘：因臨床實證不足，且該類產品有引發後遺症等長期治療風險之疑慮，無實證佐證其安全性，不納入健保給付。 二、 附帶決議：本案納入健保後，請健保署重新計算校正相關DRG項目，及評估個別醫院總額影響。	醫審及藥材組	因本案特材品項多，涉及21家廠商，會後積極與廠商溝通協商納入健保，協商過程中部分廠商提出意見，刻正彙整資料徵詢相關醫學會意見，後續依程序辦理，預計提9月本會議討論。		V
2	11503_討1	115.3.19	有關用於心律不整電燒手術「可控式導引鞘」計12品項納入健保給付案。	二、 決議： (一) 同意納入健保給付。 (二) 功能類別：屬功能改善特材。 (三) 支付點數：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之2第1項第2款，以36,000點暫予支付。 (四) 給付規定：如附件1。 (五) 預估年使用量：2,600支。 (六) 附帶決議：為利瞭解本案特材納入健保後使用情形，請健保署定期追蹤本案特材申報使用量，並提至本會議報告。	醫審及藥材組	本案於115年7月13日公告，自同年8月1日生效，後續持續監控使用情形，定期於本會議報告案彙報。		V

報告案 2

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 83 項：(1)新增既有功能類別特材品項 41 項/第 2-1~2-6 頁；項次 1~41。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 5 項/第 2-7 頁；項次 42~46。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 37 項/第 2-9~2-60 頁；項次 47~83

。

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共41項(項次1~項次41，詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
1	BBF03FFB02Q4	“尼得立斯” 餵食袋	“Needleless” Feeding Bag	EFB001;EFB002	組	衛部醫器製字第008773號	尼得立斯	72	依BBF03A3(GRAVITY FEEDING SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03G64101TP)之支付點數暫予支付。	6	E204-2	115/09/01
2	BBF03F01ZZ0X	“阿爾傑” 餵食袋及其附件(未滅菌)	"Alger" Feeding Bag and Accessories (Non-sterile)	DHFA02-A05B01;DHFA06	包	衛部醫器製字第008768號	阿爾傑	72	依BBF03A3(GRAVITY FEEDING SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03FG680EF)之支付點數暫予支付。	6	E204-2	115/09/01
3	BBF03PFB02Q4	“尼得立斯” 餵食袋	“Needleless” Feeding Bag	PFB001;PFB002	組	衛部醫器製字第008773號	尼得立斯	100	依BBF03A1(FEEDING PUMP SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03G64102TP)之支付點數暫予支付。	9	E204-2	115/09/01
4	CBS0438831SB	"波士頓科技"微薩心中膈導引方案	"Boston Scientific"VersaCross Connect LAAC Access Solution	VXAK0101;VXAK0103;VXAK0105;VXAK0107;VXAK0109	組	衛部醫器輸字第038831號	荷商波士頓	51,003	依CBS04A2(TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針)同功能類別品項(如特材代碼CBS0438475SB)之支付點數暫予支付。	2	A212-1	115/09/01
5	CDD12NB5SB2C	“柯惠”溫莎安可視式腹腔鏡穿刺器含固定球囊套管	“Covidien” VersaOne Optical Trocarwith fixation balloon cannula	ONB5SHB;ONB5STB;ONB5LGB;UNVCA5STB	組	衛部醫器輸字第030140號	美敦力	3,039	依CDD12A1(腹腔鏡氣球固定式鈍頭穿刺套管組)同功能類別品項(如特材代碼CDD12MSBT12C)之支付點數暫予支付。	5	無	115/09/01
6	CDP01LPNS1P2	"太平洋"導入及引流管系統(長效型)	"PAHSCO" Introducer and Drainage Catheter Set (Long-term type)	LPNS-(1:7)-SU-(0:1)-MB-(0:1)-(6:8;10;12;14;16)-(25;30;35;40;45;50)+(SC手術刀/CT(E)連接管/GW(D)導絲/DB引流袋/ST三連接頭/P(F)無菌防護套);LSCS-(1:7)-SU-(0:1)-MB-(0:1)-(6:8;10;12;14;16)-(25;30;35;40;45;50)+(IN肝膽穿刺針/SC手術刀/CT(E)連接管/GW(D)導絲/DB引流袋/ST三連接頭/P(F)無菌防護套)	組	衛部醫器製字第008755號	太平洋	1,720	依CDP01A1(PTCD(整組)/穿刺引流套組(ONE STEP),含穿刺針組+引流管)同功能類別品項(如特材代碼CDP01PD003BQ)之支付點數暫予支付。	22	無	115/09/01
7	CEE02C3322U2	“愛西優”可來福接頭及組件-(無針式接頭+延長管2-3路)	“ICU” MICROCLAVE CONNECTOR AND ACCESSORIES DEVICES	011-C3322;011-C3324;011-MC33029	組	衛署醫器輸字第025129號	森昌	84	依CEE02D3(無針式接頭(2-4路)+延長管/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CETSSLL)之支付點數暫予支付。	8	無	115/09/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共41項(項次1~項次41，詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
8	CGPG1TUNZZ4L	“泰利福”派克導管	“Teleflex” Turnpike Catheter	5638;5639;5640;5641;5642;5643	條	衛部醫器輸字第027433號	台灣泰利福	11,536	依CGPG1A4(單腔微導管/用於冠狀動脈完全阻塞(CTO))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1CS126AS)之支付點數暫予支付。	3	A225-6	115/09/01
9	CHT01BCPZZ2U	泊菲克心臟麻痺輸送系統	Perf X Cardioplegia Delivery System	BCP-03;428;429;461;462	組	衛部醫器輸字第038801號	百利明	4,120	依CHT01A6(BLOOD CARDIOPLEGIA (BLOOD MIXING+CONDUCTER+COIL TUBING+MP4，PRES+TEM)具自動熱交換功能)同功能類別品項(如特材代碼CHT01MY100M4)之支付點數暫予支付。	5	無	115/09/01
10	CKF03SFCZZ2S	" 禾捷" 一次性使用無菌導尿管	" HEJIE" Sterile Urethral Catheters For Single Use	SFC2512；SFC2514；SFC2516；SFC2518；SFC2520；SFC2522；SFC2524；SFC2P06；SFC2P08；SFC2P10	條	衛部醫器輸字第001869號	禾捷	89.3	依CKF03F1(二又導尿管/EA/矽質/氣球)同功能類別品項(如特材代碼CKF03060312X)之支付點數暫予支付。	12	A207-1	115/09/01
11	CKF04SFSZZ2S	" 禾捷" 一次性使用無菌導尿管	" HEJIE" Sterile Urethral Catheters For Single Use	SFC3S16；SFC3S18；SFC3S20；SFC3S22；SFC3S24	條	衛部醫器輸字第001869號	禾捷	170	依CKF04F1(三又導尿管/EA/矽質/氣球≤50CC)同功能類別品項(如特材代碼CKF040514NFM)之支付點數暫予支付。	7	A207-2	115/09/01
12	CKN01UNCX2P2	" 太平洋" 導入及引流管組(長效型)	" PAHSCO" Introducer and Drainage Catheter System (Long-term type)	UNCK-(1:7)-SU-(0:1)-MB-(0:1)-(6:8;10;12;14;16)-(25;30;35;40;45;50)+(SC手術刀/CT(E)連接管/DB引流袋/ST三通接頭/P(F)無菌防護套)	組	衛部醫器製字第008754號	太平洋	2,580	依CKN01P8(腎造瘻管組/PU/豬尾巴導管(hydrofee1)+N+G+D+引流管袋+固定貼布(有/無))同功能類別品項(如特材代碼CKN01PCN01BQ)之支付點數暫予支付。	5	無	115/09/01
13	CLS07C6010U2	“愛西優”可來福接頭及組件-輸血套L型	“ICU” MicroCLAVE CONNECTOR AND ACCESSORIES DEVICES	011-C6010	組	衛署醫器輸字第025129號	森昌	60.1	依CLS07A3(普通BLOODTRANSFUSIONSET(含血小板輸液套)/1個無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CLS07C030VPW)之支付點數暫予支付。	3	無	115/09/01
14	CMB02EPAC60K	" 菲諾斯" 艾司弗羅顱內抽吸導管	" phenox" Esperance pHLO Aspiration Catheter	PHLO-AC-71-125-02;PHLO-AC-71-135-02	組	衛部醫器輸字第038737號	元宇	82,683	依CMB02A1(顱內血管抽吸取栓裝置 Reperfusion Catheter(大管徑>=5FR))同功能類別品項(如特材代碼CMB02E1793NP)之支付點數暫予支付。	14	I203-12	115/09/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共41項(項次1~項次41，詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
15	CMV01NS1679G	“艾康蒂”諾斯萊微導管	“Acandis” NeuroSlider Microcatheter	01-000272;01-000282;01-000283;01-000284;01-000273;01-000292;01-000293;01-000294;01-000274;01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264;01-000252;01-000253;01-000254;01-000255;01-000257;01-000258;01-000259;01-000260	組	衛部醫器輸字第029810號	邵博士	13,318	依CMV01A1(血管栓塞導管套組/MICRO CATH(INFUSION CATH)+MICRO GUIDE WIRE+HEMASTATIC)同功能類別品項(如特材代碼CMV01HEADWMS)之支付點數暫予支付。	26	I203-17	115/09/01
16	CMW01SGSZ31	"皮爾麥可邁"微球粒栓塞物	"PL MICROMED" Embolization Implant Insertor	SGS50ES;SGS100ES;SGS150ES;SGS250ES;SGS500ES	瓶	衛部醫器輸字第037788號	銘振生技	2,691	依CMW01C1(栓塞微粒球/可吸收性)同功能類別品項(如特材代碼CMW01NEXZZ21)之支付點數暫予支付。	2	I203-22	115/09/01
17	CPM03164ZZ2U	艾菲克血壓監視套組	IPeX Pressure Monitoring Kit	BKT-164	組	衛部醫器輸字第038743號	百利明	315	依CPM03A1(1 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT(TRAN+FLUSH+TUBING+3WAY X2))同功能類別品項(如特材代碼CPM03PX260ED)之支付點數暫予支付。	6	無	115/09/01
18	CPM03165ZZ2U	艾菲克血壓監視套組	IPeX Pressure Monitoring Kit	BKT-165	組	衛部醫器輸字第038743號	百利明	870	依CPM03A2(2 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT 2X(TR+FLU+TUBING+3WAYX2))同功能類別品項(如特材代碼CPM03PX2X2ED)之支付點數暫予支付。	5	無	115/09/01
19	CPM03190ZZ2U	艾菲克血壓監視套組	IPeX Pressure Monitoring Kit	BKT-190	組	衛部醫器輸字第038743號	百利明	1,014	依CPM03A3(3 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT 3X(TR+FLU+TUB+3WAYX2))同功能類別品項(如特材代碼CPM03ADPT3GJ)之支付點數暫予支付。	4	無	115/09/01
20	CPM03DTX17MR	"美瑞特"血壓監視組合套	"MERIT" DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT:1 TRANSDUCER 2WAY(1TR+2(FL+TU+3WAYX2)	DT-DL60;682017	組	衛署醫器輸字第009278號	美瑞特	592	依CPM03C1(特規 1 TRANSDUCER PRESSURE MONITOR KIT(2WAY))原支付點數暫予支付。	0	無	115/09/01
21	CXE0383351AB	“雅培”除顫電極導管	“Abbott” Therapy Ablation Catheters	IBI-83351	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,450	原特材代碼CXE0383351YB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	無	115/09/01
22	CXE038336NAB	“雅培”除顫電燒導管	“Abbott” Therapy Ablation Catheters	IBI-83364;83365;83366	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,450	原特材代碼CXE038336NYB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	無	115/09/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共41項(項次1~項次41，詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
23	CXE038337NAB	“雅培” 瑟爾皮除顫電燒導管	“Abbott” Therapy Dual－8 Ablation Catheter	IBI-83372;83373;83542	條	衛署醫器輸字第017025號	雅培	20,136	原特材代碼CXE038337NYB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	12	無	115/09/01
24	CXE038372NAB	“雅培” 除顫電燒導管	“Abbott” Therapy Ablation Catheters	IBI-83510;83516;83701;83702	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,450	原特材代碼CXE038372NYB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	無	115/09/01
25	CXE038378NAB	“雅培” 除顫電燒導管	“Abbott” Therapy Ablation Catheters	IBI-83704;83707;83708	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,136	原特材代碼CXE038378NYB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	12	無	115/09/01
26	FBHPANEWCPQR	“美瑞爾” 全髖關節置換系統	“Meril” Latitud Total Hip Replacement System	由以下特材代碼組成 FBHC1CIFNGQR+FBHH1HDAM2QR+FBHL1MLAD3QR+FBHS1STABCQR	組	衛部醫器輸字第032766號	科舉	39,396	依FBHPAA1(全人工髖關節組(PRIMARY HIP SYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼FBHPA4000TZ1)之支付點數暫予支付。	20	無	115/09/01
27	FBKL1CRPST4F	“美克司” 福登人工膝關節系統－脛骨關節面襯墊	“Maxx” Freedom Total Knee System - Tibial Articular Surface	ML-CR;PS-X-AI10;AI12;AI13;AI15;AI16;BI10;BI12;BI13;BI15;BI16;CI10;CI12;CI13;CI15;CI16;C310;C312;C313;C315;C316;DI10;DI12;DI13;DI15;DI16;D310;D312;D313;D315;D316;E310;E312;E313;E315;E316;E510;E512;E513;E515;E516;F310;F312;F313;F315;F316;F510;F512;F513;F515;F516;F710;F712;F713;F715;F716;G510;G512;G513;G515;G516;G710;G712;G713;G715;G716;H710;H712;H713;H715;H716-K	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	13,109	依FBKL1A2(TOTAL KNEE/TIBIAL INSERT (高彎曲度內襯))同功能類別品項(如特材代碼FBKL15960NZ1)之支付點數暫予支付。	18	D108-1	115/09/01
28	FBS04402AIY2	“亞太醫療” 骨釘-3.0,4.0鈦合金中空骨釘	“Syntec” Bone Screw-TITANIUM CANNULATED SCREW 3.0,4.0	(402-608;630;632;634;636;638;640;714;730;732;734;736;738;740);(407-610;612;614;616;618;620;622;624;626;628;630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;716;718;720;722;724;726;728;730;732;734;736;738;740;742;744;746;748;750)	支	衛署醫器製字第000964號	亞太醫療	1,824	依FBS04TI(TITANIUM CANNULATED SCREW(中空-導引針))同功能類別品項(如特材代碼FBS04LTSCAAP)之支付點數暫予支付。	8	無	115/09/01
29	FBS0984380JP	愛派司漸進螺紋加壓固定器	APS Incremental Threaded Compression Stabilization Apparatus	(0840-1407-14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;55;60;65;70;75);(0850-1407-24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95)	支	衛部醫器製字第008438號	愛派司	12,000	依FBS09AI(埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0901530SI)之支付點數暫予支付。	21	D103-1	115/09/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案 詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
30	FBSF121600M4	“美敦力”玳佛峻斯前／斜側腰椎融合系統-骨板與骨釘	“Medtronic” DIVERGENCE—L Anterior／Oblique Lumbar Fusion System-Plate and Screw	【Plate（衛部醫器輸字第038591號）（2150010;2150012;2150014;2150016;2150018;2150020;2160010;2160012;2160014;2160016;2160018;2160020）】＋【Screw（衛部醫器輸字第037673號）（2150120;2150125;2150130;2150135;2150140）】	組	衛部醫器輸字第037673號+衛部醫器輸字第038591號	美敦力	23, 886	依FBSF1TA(TITANIUM SPINAL ANTERIOR DEVICE(前方固定))同功能類別品項(如特材代碼FBSF121500M4)之支付點數暫予支付。	4	D112-2	115/09/01
31	FHPLRLD01HP	“飛利浦”導線移除裝置	"Philips"Lead Locking Device	518-018;518-021;518-019;518-022;518-020;518-023;518-039;518-062;518-067	組	衛部醫器輸字第038490號	飛利浦	45, 007	依FHPLRA1(經皮移除心臟內導線裝置/(LockingDevice))同功能類別品項(如特材代碼FHPLRLLD62ZF)之支付點數暫予支付。	1	B105-1	115/09/01
32	FHV05HAR22M4	“美敦力”和悅經導管肺動脈瓣膜及“美敦力”和悅經導管肺動脈瓣膜輸送導管系統	“Medtronic” Harmony Transcatheter Pulmonary Valve + “Medtronic” Harmony Transcatheter Pulmonary Valve Delivery Catheter System	整組合【瓣膜(HARMONY-22；HARMONY-25)】＋【輸送導管系統(HARMONY-DCS)】	組	衛部醫器輸字第038745號+衛部醫器輸字第038746號	美敦力	901, 600	依FHV05A1(經導管置換肺動脈瓣膜套組)同功能類別品項(如特材代碼FHV0500000WH之支付點數暫予支付。	2	B102-9	115/09/01
33	FHX02280ZZ4J	“心擎”體外心室輔助泵頭及管路	"magAssist"Pump Head and Tubing Kit	MPH-28kit;MPH-281kit;MPH-282kit	組	衛部醫器輸字第001756號	萊森馬汀	350, 395	依FHX02P3(體外循環用-短效型VAD(血液幫浦;配合心室輔助裝置植入))同功能類別品項(如特材代碼FHX03PMAG1AB之支付點數暫予支付。	3	B201-6	115/09/01
34	FHX0432603GJ	"吉生"體外循環管組	"JSM" HEART LUNG PACK	32-100603-01;02;03;04	組	衛署醫器製字第003920號	吉生	28, 335	依FHX04AH(人工心肺套W/PUMP HEAD+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET(WITHOUT OXYGENATOR))同功能類別品項(如特材代碼FHX04CB4P7M4)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	115/09/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共41項(項次1~項次41，詳頁次2-1~2-6)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
35	SAS0635BZZ0K	"洛克曼"一次性皮膚縫合器(減菌)窄釘	"Lookmed" Disposable Skin Staplers (Sterile)	LMPF-35B;LMPF-45B;LMPF-55B	支	衛部醫器陸輸字第005362號	優倍斯	172	依SASS62R(皮膚自動縫合器附不鏽鋼縫釘/35針窄針)同功能類別品項(如特材代碼SAS06DP0SRQW)之支付點數暫予支付。	5	A101-2	115/09/01
36	SAS0635WZZ0K	"洛克曼"一次性皮膚縫合器(減菌)寬釘	"Lookmed" Disposable Skin Staplers (Sterile)	LMPF-35W;LMPF-45W;LMPF-55W;LMPF-35A;LMPF-45A;LMPF-55A	支	衛部醫器陸輸字第005362號	優倍斯	210	依SASS62W(皮膚自動縫合器附不鏽鋼縫釘/35針寬針)同功能類別品項(如特材代碼SAS06DP0SWQW)之支付點數暫予支付。	7	A101-2	115/09/01
37	TSS01000ZZ4E	良測肆號血糖測試套組	Tyson Bio JS100/JS100-B/JS200/JS200-B Blood Glucose Monitoring System	JS100	支	衛部醫器製字第007627號	台欣生物	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100009G8)之支付點數暫予支付。	58	T101-1	115/09/01
38	CEE02C0330U2	“艾希優”可來福接頭	“ICU” Clave Connector	011-C3300	個	衛部醫器輸字第038839號	森昌	37.7	依CEE02D1(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01C3300U2)之支付點數暫予支付。	19	無	115/09/01
39	CHV01014ZZ4G	"麥可波特"靜脈引流導管-塑膠直頭;塑膠彎頭	"Microport" venous return cannula	Fr14;Fr16;Fr18;Fr20;Fr22;Fr24;Fr26;Fr28;Fr30;Fr32;Fr34;Fr36;Fr38;Fr40;Fr42	支	衛部醫器陸輸字第001441號	常鈺	771	依CHV01A1(靜脈回流導管(WITH WIRE))同功能類別品項(如特材代碼CHV0166112M4)之支付點數暫予支付。	7	無	115/09/01
40	CHV01016ZZ4G	"麥可波特"靜脈引流導管-金屬彎頭	"Microport" venous return cannula	Fr14;Fr16;Fr18;Fr20;Fr22;Fr24;Fr26;Fr28	支	衛部醫器陸輸字第001441號	常鈺	1,002	依CHV01A5(靜脈回流導管(WITH WIRE)/METAL TIP)同功能類別品項(如特材代碼CHV0169312M4)之支付點數暫予支付。	5	無	115/09/01
41	CHV01024ZZ4G	"麥可波特"靜脈引流導管-圓管;扁管	"Microport" venous return cannula	Fr24/28;Fr28/36;Fr30/38;Fr32/38;Fr34/38;Fr34/40;Fr34/46;Fr34/48;Fr36/46;Fr36/50;Fr38/50	支	衛部醫器陸輸字第001441號	常鈺	803	依CHV01A3(靜脈回流導管2 STAGE、DUAL STAGE WITH WIRE)同功能類別品項(如特材代碼CHV03TR283ED)之支付點數暫予支付。	3	無	115/09/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共5項(項次42~項次46，詳頁次2-7~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
42	CBC04FEWAVEQ	"優洛可"高遠經皮血管氣球擴張導管	"Eurocor"Freeway Paclitaxel releasing PTA balloon catheter	(335-4020;335-4040;335-4060;335-4080;335-40100;335-40120;335-40150;335-5020;335-5040;335-5060;335-5080;335-50100;335-50120;335-50150;335-6020;335-6040;335-6060;335-6080;335-60100;335-60120;335-60150;335-7020;335-7040;335-7060;335-7080;335-70100;335-70120;335-70150;335-8020;335-8040;335-8060;335-8080;335-80100);(114-4040;114-4080)	條	衛部醫器輸字第026424號	尚環科技	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項，依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端動脈狹窄-直徑≥4.0mm)同功能類別品項(如特材代碼CBC04LUM358Q)之支付點數暫予支付。	A220-4	115/09/01
43	FBS08649SZZ1	“捷邁”傑格寬帶／極編縫合錨釘	“Zimmer”JuggerKnot Soft Anchor BroadBand／MaxBraid	CM-99129B;CM-99229B;CM-99115;CM-99115B;CM-99529B	個	衛部醫器輸字第038649號	台灣捷邁	有的可提供生物活性或被吸收，降低異物殘留，有的設計可促進骨整合	10,116	自付差額品項，依FBS08B5(特殊材質縫合錨釘(全縫線不可吸收))近似功能類別品項(如特材代碼FBS08JGKNSBM)之支付點數暫予支付。	D102-5	115/09/01
44	FBS08783ZZZ	“奧司寧”吉尼免打結縫合錨釘(複合)	“OSTEONIC”Genie Hybrid Knotless Anchor	110047673;110047674;110047675	個	衛部醫器輸字第038783號	台灣捷邁	有的可提供生物活性或被吸收，降低異物殘留，有的設計可促進骨整合	12,874	自付差額品項，依FBS08B7(特殊材質縫合錨釘(特殊縫線(寬帶、免打結)可吸收))近似功能類別品項(如特材代碼FBS08854ZZZ)之支付點數暫予支付。	D102-5	115/09/01
45	FBSFD21511M4	“美敦力”玳佛峻斯前／斜側腰椎融合系統-椎間融合器	“Medtronic”DIVERGENCE—L Anterior／Oblique Lumbar Fusion System-interbody	(215-11;13-10;12;14;16;18;20);(215-21;22-10;12;14;16;18;20);(215-23;31-12;14;16;18;20);(215-32-14;16;18;20);(215-33;41;42-16;18;20);(215-43-18;20)	個	衛部醫器輸字第037648號	美敦力	特殊功能及材質之脊椎間體護架，可增加骨長入與融合率、可調整高度或角度及提升初期穩定性。	22,587	自付差額品項，依FBSFDA2(腰椎/前間路徑OLIFCAGE/XLIFCAGE/3D/可擴張式)近似功能類別品項(如特材代碼FBSFD2111M4)之支付點數暫予支付。	D112-4	115/09/01
46	FHP02MR52MAB	“雅培”恩德拉第心臟節律器	"Abbott"Endurity Pulse Generator	PM2152	個	衛部醫器輸字第032261號	雅培	包含下列任一項特殊功能:1.心臟衰竭病患適用之胸腔積水電阻監測功能(intrathorasicimpedance)，用以監測肺水腫。2.心房頻脈或顫動病患適用，可顯示長時間發作頻率的趨勢變化及減少心房顫動發作機率(AFreduction)。3.特殊速度調節機制:同步自律神經系統變化來調控心律，如閉環刺激(ClosedLoopStimulation，CLS)，適用於無行動能力、迷走神經性昏厥、心房頻脈等病患。	93,833	原特材代碼FHP02MR52MST，因更改廠牌，故變更特材代碼。	B101-1	115/09/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
報告案第2案 詳頁次2-8-2-12											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
47	CBC0528399TM	"泰爾茂"索拉菲混合型血管支架	"Terumo"Thoraflex Hybrid System	THP-[(2628;2830;3032;3034;3036;3238;3240-X100;X150);(2224;2426;2628;2830;3032;3034;3038;3040;3240-X100B;X150B)];【擴增產品型號THP-2224;2426;2628;2830;3032;3034;3038;3040;3240-X100E;X150E自1150901生效】;【刪除產品型號THP-2628;2830;3032;3034;3036;3238;3240-X100;X150自1150901生效】;【型號重整為THP-2224;2426;2628;2830;3032;3034;3036;3040;3240-X100B;X150B;X100E;X150E自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第028399號	泰爾茂	374,006	刪除及擴增產品型號，並重新整理產品型號為THP-2224;2426;2628;2830;3032;3034;3036;3038;3040;3240-X100B;X150B;X100E;X150E。	A220-6	115/09/01
48	CBP06ELUT2BB	"柏朗"諾心西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統	"B. Braun"Coroflex ISAR Sirolimus-Eluting Coronary Stent System	50287-02;06;12;16;22;26;32;36;42;46;51;54;60;63;67;68(50289-10;65自1070301生效);【刪除產品型號50287-02;06;12;16;22;26;32;36;42;46;51;54;60;63;67;68自1150901生效】;【擴增產品型號50289-10;65-D自1150901生效】;【重整型號為(50289-10;65-D)自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第028763號	台灣柏朗	14,099	刪除及擴增產品型號，並重新整理產品型號為(50289-10;65);(50289-10;65-D)。	A213-2N	115/09/01
49	CBP07AGENTSBB	"波士頓科技"安吉紫杉醇塗藥冠狀動脈氣球導管	"Boston Scientific"Agent Monorail Paclitaxel – Coated PTCA Balloon Catheter	(H74939222-20;22;25;27;30;32;35;37;40-08;12;15;20;30-10);【擴增產品型號H74939222-20;25;30;35;40-4010自1150901生效】	條	衛部醫器輸字第027735號	荷商波士頓	47,000	擴增產品型號H74939222-20;25;30;35;40-4010。	A220-7	115/09/01
50	CDD110NB5X2C	"柯惠"溫莎安可視式腹腔鏡穿刺器(穿刺針1+外管1+固定轉接頭1)	"Covidien" VersaOne Optical Trocar	ONB5STF;ONB5LGF;ONB5SHF;(擴增產品型號ONB5SHB;ONB5STB;ONB5LGB;UNVCA5STB自1150501生效);【刪除ONB5SHB;ONB5STB;ONB5LGB;UNVCA5STB自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第030140號	美敦力	1,100	刪除產品型號ONB5SHB;ONB5STB;ONB5LGB;UNVCA5STB。	無	115/09/01
51	CDD11XCELBET	"愛惜康"安德派思外科穿刺器-穿刺內管x1+穿刺外管x1+可變轉接頭x1	"ETHICON"ENDOPATH XCEL TROCAR BLADELESS	B5ST;B5SP;B5LT;B5LP;B11LT;B11LP;B12LT;B12LP;B12SRT;(B5LP;B11LP;B12LP自990201;刪除);(2B5-LT;ST;XT自1010701生效);(2B12LT;2B12XT自1060101生效);【型號重整(B5ST;B5LT;B11LT;B12LT;B12SRT);(2B5-LT;ST;XT);(2B12LT;2B12XT);(B12XT;B5XT)自1140901生效】;【擴增產品型號B15LT自1150901生效】	支	衛署醫器輸字第011165號	壯生	1,379	擴增產品型號B15LT。	無	115/09/01
52	CDP0107561AG	"愛琅"史凱特引流系統	"Argon" SKATER Drainage Set	(7561-06015;06020;06025;07020;07025;08020;08025;08030;10020;10025;10030;12020;12025;14020;14025;16025);(7566-06015;06020;06025;07015;07020;07025;08015;08020;08025;08030;10015;10020;10025;10030;12015;12020;12025;12030;14015;14020;14025;14030;16025;16030);(7586-06015;06020;06025;07015;07025;08015;08025;10015;10025;12015;12025;14025)【擴增產品型號(7561-06035;07035;08035;10035;12035;14035;16035);(7566-06035;07035;08035;08045;10035;10045;10060;12035;12045;12060;14035;14045;14060;16035;16045;16060)自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第038310號	集賢	1,720	擴增產品型號(7561-06035;07035;08035;10035;12035;14035;16035);(7566-06035;07035;08035;08045;10035;10045;10060;12035;14035;14045;14060;16035;16045;16060)。	無	115/09/01
53	CDP03BST7ZZ2E	"伯納斯登"膽道支架(滅菌)	"BonaStent" Biliary Stent (Sterile)	請參考圖檔	支	衛部醫器輸字第038129號	創弛	45,336	擴增產品型號BBC-080606;BBC-100606。	A209-1	115/09/01
54	CEE01C3300U2	"愛西優"可來福接頭及組件-無針式接頭	"ICU"MICROCLAVE CONNECTOR AND ACCESSORIES DEVICES	011-C3300;【擴增產品型號011-C3300RR;011-MC100;011-NC100自1150901生效】	個	衛署醫器輸字第025129號	森昌	37.7	擴增產品型號011-C3300RR;011-MC100;011-NC100。	無	115/09/01
55	CEE01C3302U2	"愛西優"可來福接頭及組件-(無針式接頭+延長管)	"ICU" MicroCLAVE CONNECTOR AND ACCESSORIES DEVICES	011-C3302;【擴增產品型號011-C3309;011-C3310;011-CT3306;011-MC3302自1150901生效】	組	衛署醫器輸字第025129號	森昌	37.7	擴增產品型號011-C3309;011-C3310;011-CT3306;011-MC3302。	無	115/09/01
56	CFE04SV300QU	"膠視"膠囊內視鏡系統	"CapsoVision" CapsoCam Plus Capsule Endoscopy System	2795;【擴增產品型號CapsoCam Plus自1150901生效】	套	衛部醫器輸字第032850號	虹光	31,526	擴增產品型號CapsoCam Plus。	E205-1	115/09/01
57	CGS01BHI115A7	"埃普特"布雷丁血管鞘組	"APT" Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	1,235	擴增產品型號，請參考圖檔。	無	115/09/01
58	CGS01BH711A7	"埃普特"布雷丁血管鞘組	"APT" Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	834	擴增產品型號，請參考圖檔。	無	115/09/01
59	CHT03CB993M4	"美敦力"血液套裝組;有塗層(只有管路)	"MEDTRONIC" BLOOD TUBING PACK WITH COATING(TUBING ONLY)	CB2993;CB2994;CB2995;【擴增產品型號BB12R10R;BB12R11R自1150901生效】	條	衛署醫器輸字第010421號	美敦力	3,829	擴增產品型號BB12R10R;BB12R11R	無	115/09/01
60	CRT05TTCNR2C	"柯惠"雪莉氣切管-雙管無開窗式，有氣囊	"Covidien" Shiley Tracheostomy Tube	(4CN65R;5CN70R;6CN75R;7CN80R;8CN85R;9CN90R;10CN10R);【擴增產品型號50FXLTCD;60FXLTCD;70FXLTCD;80FXLTCD自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第033237號	美敦力	865	擴增產品型號50FXLTCD;60FXLTCD;70FXLTCD;80FXLTCD。	無	115/09/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共37項(項次47-項次83，詳頁次2-8-2-12)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
61	CXE026F842AB	“雅培”電生理診斷導管	“Abbott” Inquiry Electrophysiology Diagnostic Catheter	IBI-81402;IBI-81404【擴增產品型號IBI-81472自1150901生效】	條	衛部醫器輸字第027877號	雅培	11,224	擴增產品型號IBI-81472	無	115/09/01
62	CXE06AFR07M4	“美敦力”艾菲拉心臟定位及消融系統-定位貼片組	“Medtronic” Affera Mapping and Ablation System-Patch Kit	AFR-00007;【擴增產品型號AFR-00015自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第037761號	美敦力	23,577	擴增產品型號AFR-00015	B104-5	115/09/01
63	FBKE2RSUX4F	"美克司"福登人工膝關節系統-延伸桿	"Maxx" Freedom Total Knee System-Stem Extension	RSUU-2075;3075;4075;1090;2090;3090;4090;2105;3105;4105;1120;2120;3120;4120;2135;3135;4135;1150;2150;3150;4150;2165;3165;4165;2180;3180;4180;2200;3200;4200-RK;【擴增產品型號RSUU-2220;2240;3220;4220-RK自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	5,682	擴增產品型號RSUU-2220;2240;3220;4220;4220-RK。	D108-1	115/09/01
64	FBKF15964TZ1	"捷邁"耐邁健人工膝關節股骨組件(LPS-FLEX)	"ZIMMER" NEXGEN LPS-FLEX FEMORAL COMPLETE	(00-5964-012;018-01;02;00-5964-011;018-51;52自1030501;刪除)(00-5964-012;017-01;02;00-5964-013;017-51;52;00-5960-012;017-51;52自1030501生效);【擴增產品型號005964-013;017-51;52自1150901生效】;【型號重整為(005964-013;017-51;52);(005960-012;017-51;52)自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第025302號	台灣捷邁	18,197	擴增產品型號005964-013;017-51;52並重整型號。	D108-1	115/09/01
65	FBKF2FCCK4F	"美克司"福登人工膝關節系統-股骨組	"Maxx" Freedom Total Knee System-Femoral Component	RPPS-L;R-B00;C00;E00;F00;G00;H00-RK;【擴增產品型號RPPS-L;R-A00;D00-RK自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	18,197	擴增產品型號RPPS-L;R-A00;D00-RK。	D108-1	115/09/01
66	FBKL1LXXX4F	"美克司"福登人工膝關節系統-脛骨關節面襯墊	"Maxx" Freedom Total Knee System-All Poly Tibial Liner PS/Tibial Liner	請參考圖檔	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	13,109	擴增產品型號，請參考圖檔。	D108-1	115/09/01
67	FBKPIUPUUX4F	"美克司"福登人工膝關節系統-脛骨	"Maxx" Freedom Total Knee System-Patella	UPUUX-825;828;831;834-K;【擴增產品型號UPUUX-837;840-K自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	5,961	擴增產品型號UPUUX-837;840-K。	D108-1	115/09/01
68	FBKT2MTUUX4F	"美克司"福登人工膝關節系統-脛骨盤	"Maxx" Freedom Total Knee System-Tibial Base Plate	MTUUX-100;600-K;【擴增產品型號MTUUX-700;800-K自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第028382號	科舉	14,031	擴增產品型號MTUUX-700;800-K。	D108-1	115/09/01
69	FBN05MFSNZ55	“聖那美”邁使髓內釘系統-股骨髓內釘組	“Sanatmetal” Magic nailing system-Magic Femur System	【Nail(2973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480);(3973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480)】+【Screw(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;064;065;068;070;072;076;080;085;090;095;100);(922148-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;064;065;068;070;072;076;080;085;090;095;100)】+【End-cap(29700000-1;3;6);(928700008)】;【新增【Nail(3991-09-3;6);(39700000-1;3;6);(928700008)】;【新增【Nail(3991-09-300;320;340;360;380;420;440;460);(3991-10;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460);(3992-09;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460)】+【Screw(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130)】+【End-cap(39940000-1;5)】自1130901生效】;【擴增產品型號Nail(3991-09-400)自1140301生效】;【擴增產品型號Nail(2973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-ST);(3973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-ST);(3991-09;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460-ST);(3992-09;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460-ST)】+【Screw(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;062;064;065;066;068;070;072;075;076;080;085;090;095;100-ST);(922148-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;064;065;068;070;072;076;080;085;090;095;100-ST);(364065-050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130-ST)】+【End-cap(29700000-3;6-ST);(39700000-1;3;6-ST);(928700008ST);(39940000-1;5-ST)】自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第036738號	聖那美	19,036	擴增產品型號Nail(2973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-ST);(3973-09;15-300;320;340;360;380;400;420;440;460;480-ST);(3991-09;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460-ST);(3992-09;14-300;320;340;360;380;400;420;440;460-ST)+Screw(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;052;054;055;056;058;060;062;064;065;066;068;070;072;075;076;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130-ST)+End-cap(29700000-3;6-ST);(39700000-1;3;6-ST);(928700008ST);(39940000-1;5-ST)	D101-1	115/09/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
報告案第2案 詳頁次2-8~2-12)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
70	FBN05MTSNZ55	“聖那美”遠使髓內釘系統-脛骨髓內釘組	“Sanatmetal” Magic nailing system-Tibia System	【Nail:(2972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420);(3972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420)】;【Screw:(264038-020;022-024;026:028;030:032;034:036;038:040:042;044:046;048:050;052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:072;076:080);(364038-020;022-024;026:028;030:032;034:036;038:040:042;044:046;048:050;052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:072;076:080);(364048-025;026:062;064:065;066;068:070;072:076;080:085;090:095;100);(922148-025;026:062;064:065;068:070;072:076;080:085;090:095;100);(364038-025;026:062;064:065;068:070;072:076;080:085;090:095;100)】;【End-Cap:(39740000-1;2;3;4;5;6)】;【擴增產品型號screw:(364048-062;066:075)自1150501生效】;【擴增產品型號:Nail:(2972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420-ST);(3972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420-ST);Screw:(264038-020;022:024;026:028;030:032;034:036;038:040:042;044:046;048:050:052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364038-020;022:024;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364048-025;056:058;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364048-025;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:070;072:075;076:080;085:090:095;100-ST);(922148-025;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:064:065;068:070;072:076:080:085;090:095;100-ST);End-Cap:(39740000-1;2;3;4;5;6-ST);(29740000-1;2;3;4;5;6);(29740000-1;2;3;4;5;6-ST)自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第036738號	聖那美	19,036	擴增產品型號：Nail:(2972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420-ST);(3972-08;14-255;270:285;300:315;330:345;360:375;390:405;420-ST);Screw:(264038-020;022:024;026:028;030:032;034:036;038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364038-020;022:024;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364038-025;056:058;060:062;064:065;066;068:072;076:080-ST);(364048-025;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:062;064:065;066;068:070;072:075;076:080;085:090:095;100-ST);(922148-025;026:028;030:032;034:035;036:038:040:042;044:045;046:048:050:052:054;055:056;058;060:064:065;068:070;072:076:080:085;090:095;100-ST);End-Cap:(39740000-1;2;3;4;5;6-ST);(29740000-1;2;3;4;5;6);(29740000-1;2;3;4;5;6-ST);(29740000-1;2;3;4;5;6);(29740000-1		

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
報告案第2案 詳頁次2-8~2-12											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
72	FBNG1TRNNZ55	“聖那美”邁使髓內釘系統-轉子髓內釘組	“Sanatmetal” nailing system-MAGIC Trochanter System	【Nail(3980-10:12-218;220:222;318;320;322;418;420;422);L:(3981-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460);R:(3982-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460)】; 【Trochanter/Spiral screw:(398316-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140);(398326-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140)】; 【Anti-rotation screw:(398400-125;130;135)】; 【Locking bone screw:(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;064;065;068;070;072;076;080;085;090;095;100)】; 【Closing cap:(29700000-3;6);(928700008)】; 【擴增產品型號Closing cap:(39840000-1;6)自1140101生效】; 【擴增產品型號Locking bone screw:(364048-062;066;075)自1150501生效】; 【擴增產品型號Nail(3980-10:12-218;220:222;318;320;322;418;420;422-ST);L:(3981-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460-ST);R:(3982-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460-ST);Trochanter/Spiral screw:(398316-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140-ST);(398326-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140-ST);Anti-rotation screw:(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;062;064;065;066;068;070;072;075;076;080;085;090;095;100-ST);Closing cap:(29700000-3;6-ST);(928700008ST);(39840000-1;6-ST)自1150901生效】	組	衛部醫器輪字第036738號	聖那美	19,036	擴增產品型號Nail(3980-10:12-218;220;222;318;320;322;418;420;422-ST);L:(3981-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460-ST);R:(3982-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370:385;400;415;430;445;460-ST);Trochanter/Spiral screw:(398316-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140-ST);(398326-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140-ST);Anti-rotation screw:(398400-125;130;135-ST);Locking bone screw:(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;062;064;065;066;068;070;072;075;076;080;085;090;095;100-ST);Closing cap:(29700000-3;6-ST);(928700008ST);(39840000-1;6-ST)	D101-4	115/09/01
73	FBS01056NNS1	“信迪思”多角度鎖定加壓手骨系統—骨釘	"Synthes" Variable Angle Locking Hand System—Bone Screw	(02.-130.-006;016;018);(02.-130.-006;016;018-S);(02.-214.-106;116;118;120;122;124);(02.-214.-106;116;118;120;122;124-S);(02.-130.-106;116;118);(02.-130.-106;116;118-S)【刪除(02.-130.-106;116;118);(02.-130.-106;116;118-S)】自1150701生效 【刪除(02.-214.-106;116;118;120;122;124);(02.-214.-106;116;118-S)】自1150901生效	支	衛部醫器輪字第035056號	杜生	145	刪除產品型號02.-214.-106;116;118;120;122;124;02.-214.-106;116;118;120;122;124-S	無	115/09/01
74	FBS01456NNS1	“信迪思”多角度鎖定加壓手骨系統—骨釘(鈦質骨釘)	"Synthes" Variable Angle Locking Hand System—Bone Screw(TITANIUM CORTEX SCREW)	(04.-130.-006;016;018);(04.-130.-006;016;018-S);(04.-214.-106;116;118;120;122;124);(04.-214.-106;116;118;120;122;124-S);(04.-130.-106;116;118);(04.-130.-106;116;118-S)【刪除(04.-130.-106;116;118-S)】自1150701生效 【刪除(04.-214.-106;116;118;120;122;124);(04.-214.-106;116;118;120;122;124-S)】自1150901生效	支	衛部醫器輪字第035056號	杜生	182	刪除產品型號04.-214.-106;116;118;120;122;124;04.-214.-106;116;118;120;122;124-S	無	115/09/01
75	FBSP121400M4	“美敦力”派維斯斜側位脊椎系統	“Medtronic” PIVOX Oblique Lateral Spinal System	2140-001;002;120;125;130;135;140;145;150【刪除產品型號(Plate<衛部醫器輪字第032723號>:(2140001;2140002))自1150901生效】; 【擴增產品型號(Plate<衛部醫器輪字第038573號>:(2140001;2140002))自1150901生效】; 【重整型號(Plate<衛部醫器輪字第038573號>:(2140001;2140002))+(Screw<衛部醫器輪字第032723號>:(2140120;2140125;2140130;2140135;2140140;2140145;2140150))自1150901生效】	組	衛部醫器輪字第032723號+衛部醫器輪字第038573號	美敦力	23,886	刪除產品型號〔Plate(衛部醫器輪字第032723號):(2140001;2140002)〕。擴增產品型號〔Plate(衛部醫器輪字第038573號):(2140001;2140002)〕。	D112-2	115/09/01
76	FBSP2XPD12DP	“帝富脊椎”易配置脊椎系統-固定桿(短節)	“DEPUY SPINE” EXPEDIUM SPINE SYSTEM-Rod	(1797-720-35;40;45;55;65;75;85;95);(1797-621-20); 【刪除產品型號(1797-720-35;40;45;55;65;75;85;95)自1150901生效】	支	衛署醫器輪字第017470號	杜生	919	刪除產品型號1797-720-35;40;45;55;65;75;85;95。	D112-1	115/09/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共37項(項次47-項次83，詳頁次2-8-2-12)											
項次	特材代碼	特材中文名	特材英文名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
77	FBSF4XPDCDP	“帝富脊椎”易配置脊椎系統-固定釘	“DEPUY SPINE” EXPEDIUM SPINE SYSTEM-Screw	(1797-025-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-026-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-027-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80);(1797-028-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80);(1797-120-30;35;40;45;50;55;65;80);(1797-124-20;25;30;35;40;45;50);(1797-125-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-126-20;25;30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-127-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95;99);(1797-224-25;30;35;40;45;50);(1797-225-25;30;35;40;45;50;55);(1797-226-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-227-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-228-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95;99);(1797-324-20;25;30;35;40;45;50);(1797-325-25;30;35;40;45;50);(1797-326-30;35;40;45;50;55);(1797-327-30;35;40;45;50;55;60);(1797-020-00);(1797-220-00);【刪除產品型號(1797-025-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-026-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-027-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80);(1797-028-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80);(1797-126-70;80;90);(1797-226-65;70;75;80;85;90;95);(1797-227-70;75;85;90;95);(1797-228-85;95);(1797-324-20;25;30;35;40;45;50);(1797-325-25;30;35;40;45;50);(1797-326-30;35;40;45;50;55);(1797-327-30;35;40;45;50;55;60);(1797-220-00)自1150901生效】	支	衛署醫器輸字第017470號	杜生	4,465	刪除產品型號(1797-025-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-026-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-027-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80);(1797-126-20;25;30;35;40;45;50;55;60);(1797-127-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-224-25;30;35;40;45;50);(1797-225-25;30;35;40;45;50;55);(1797-226-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-227-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95);(1797-228-30;35;40;45;50;55;65;70;75;80;85;90;95;99);(1797-324-20;25;30;35;40;45;50);(1797-325-25;30;35;40;45;50);(1797-326-30;35;40;45;50;55);(1797-327-30;35;40;45;50;55;60);(1797-020-00);(1797-220-00)。	D112-1	115/09/01
78	FBSFBMC5160L	“恩技”頸椎椎間盤植入物	“NGMedical” cervical disc prosthesis	MC516; MC616; MC716; MC816; MC518; MC618; MC718; MC818; MC514S; MC614S; MC714S; MC814S; MC516S; MC716S; MC816S; MC516L; MC616L; MC716L; MC816L; MC518L; MC718L; MC818L; (擴增產品型號MC516M; MC616M; MC716M; MC816M; MC518M; MC618M; MC718M; MC818M自1150901生效)	個	衛部醫器輸字第035802號	傑奎	233,658	擴增產品型號MC516M; MC616M; MC716M; MC816M; MC518M; MC618M; MC718M; MC818M。	D112-10	115/09/01
79	FHFCGAFHMAB	“雅培”給力植入式心律去顫器-CRTD(四極+多點式)	“Abbott” Gallant Implantable Cardioverter Defibrillator	CDHFA500Q【擴增產品型號CDHFA500T; CDHFA500B; CDHFA500D自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第034834號	雅培	586,077	擴增產品型號CDHFA500T; CDHFA500B; CDHFA500D	B103-2	115/09/01
80	FHPCGADRMAB	“雅培”給力植入式心律去顫器-雙腔(具3.0T)	“Abbott” Gallant Implantable Cardioverter Defibrillator	CDDRA500Q【擴增產品型號CDDRA500T自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第034834號	雅培	434,663	擴增產品型號CDDRA500T	B103-1	115/09/01
81	FHPCGAVRMAB	“雅培”給力植入式心律去顫器-單腔(具3.0T)	“Abbott” Gallant Implantable Cardioverter Defibrillator	CDVRA500Q【擴增產品型號CDVRA500T自1150901生效】	個	衛部醫器輸字第034834號	雅培	304,328	擴增產品型號CDVRA500T	B103-1	115/09/01
82	FND02VERRCSB	“波士頓科技”凡賽斯神經刺激器(含遙控器+充電系統)	“Boston Scientific” Vercise Genus Deep Brain Stimulation Systems (with Remote Control+charging system accessories)	【(刺激器DB-1216)+(遙控器DB-5572-1A)+(充電系統DB-64125)】;【擴增產品型號(刺激器DB-1216)+(遙控器DB-5572-1A)+(充電系統DB-64126)自1150901生效】	組	衛部醫器輸字第036003號+衛部醫器輸字第036032號	荷商波士頓	834,310	擴增產品型號【(刺激器DB-1216)+(遙控器DB-5572-1A)+(充電系統DB-64126)】	I203-8	115/09/01
83	TKP0324612XM	"史達美克"微瓦射頻電極	"STARMED" VIVA RF ELECTRODE	15-(15;20;25;35)V05-30;15-(25;35)V15-40;17-(25;35)V15-40;17-35V05-30;18-15V05-30;18-15V15-40;15-(10;15;20;25;35)V05-30X;15-(10;15;20;25;35)V15-40X;17-(10;15;20;25;35)V05-30X;17-(15;20;25;35)V15-40X;18-15V15-40X;【15-(15;20)V15-40;17-(10;15;20;25)V05-30;17-(15;20)V15-40;15-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;15-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;16-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;16-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;17-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;17-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;15;20;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;15;20;25;35)V15-40X_V2自1110501起生效】;【刪除15-(25;35)V05-30;15-(25;35)V15-40;17-(25;35)V15-40;17-35V05-30;18-15V05-30;15-(10;25;35)V05-30X;15-(10;25;35)V15-40X;17-(10;25;35)V05-30;15-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;15-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;16-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;16-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;17-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;17-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V15-40X_V2;18-(07;08;10;12;25;35)V05-30X_V2;18-(07							

特材代碼 CDP03BSTZZ2E

中文名稱：“伯納斯登”膽道支架(滅菌)

英文名稱：“Bonastent” Biliary Stent (Sterile)

許可證字號：衛部醫器輸字第 038129 號

產品型號：

自 115 年 9 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號	支架		傳送裝置	
	直徑(mm)	總長(mm)	直徑(Fr)	可用長度 (mm)
BBC-080606	8	60	8	600
BBC-100606	10	60	8	600

特材代碼 CDP03BSTZZ2E

中文名稱：“伯納斯登”膽道支架(滅菌)

英文名稱：“Bonastent” Biliary Stent (Sterile)

許可證字號：衛部醫器輸字第 038129 號

產品型號：

以下為 115 年 08 月 31 日以前收載之歷史資料：

(BB-06-0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006);(BB-08-0306;0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006;1106;1206);(BB-10-0306;0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006;1106;1206); (BB-06-0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018);(BB-08-0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218);(BB-10-0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218); (BBM-06-0406-1;0506-1;0606-1;0706-1;0806-1;0906-1;1006-1);(BBM-08-0406- 1;0506-1;0606-1;0706-1;0806-1;0906-1;1006-1);(BBM-10-0406-1;0506-1;0606- 1;0706-1;0806-1;0906-1;1006-1); (BBM-06-0406-2;0506-2;0606-2;0706-2;0806-2;0906-2;1006-2);(BBM-08-0406- 2;0506-2;0606-2;0706-2;0806-2;0906-2;1006-2);(BBM-10-0406-2;0506-2;0606- 2;0706-2;0806-2;0906-2;1006-2); (BBM-06-0418-1;0518-1;0618-1;0718-1;0818-1;0918-1;1018-1);(BBM-08-0418- 1;0518-1;0618-1;0718-1;0818-1;0918-1;1018-1);(BBM-10-0418-1;0518-1;0618- 1;0718-1;0818-1;0918-1;1018-1); (BBM-06-0418-2;0518-2;0618-2;0718-2;0818-2;0918-2;1018-2);(BBM-08-0418- 2;0518-2;0618-2;0718-2;0818-2;0918-2;1018-2);(BBM-10-0418-2;0518-2;0618- 2;0718-2;0818-2;0918-2;1018-2); (BBK-10-0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006); (BBC-08-0306;0406;0506;0706;0806;0906;1006;1106;1206);(BBC-10-0306;0406;0506;0706;0806;0906;1006;1106;1206); (BBC-08-0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218);(BBC-10-0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218); (BBP-06-0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006);(BBP-08-0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006);(BBP-10-0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006); (BBP-06-0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018);(BBP-08-0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018);(BBP-10-0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018) (BBL-08-0306;0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006;1106;1206);(BBL-10-0306;0406;0506;0606;0706;0806;0906;1006;1106;1206); (BBL-08-

0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218);(BBL-10-
0318;0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018;1118;1218); (BBI-08-0318-B;0418-
B;0518-B;0618-B;0718-B;0818-B);(BBI-10-0318-B;0418- B;0518-B;0618-
B;0718-B;0818-B); (BBI-08-0318-L;0418-L;0518-L;0618-L;0718- L;0818-
L);(BBI-10-0318-L;0418-L;0518-L;0618-L;0718-L;0818-L);(BBI-12-0318-
M;0418-M;0518-M;0618-M;0718-M;0818-M); (BBD-06-
0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018);(BBD-08-
0418;0518;0618;0718;0818;0918;1018)

特材代碼：CGS01BH115A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

自 115 年 9 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860402516	4F	25	1.55	1.90	31	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860502516	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869502516	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860602516	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869602516	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860702516	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860802516	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860902516	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861002516	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861102516	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861202516	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861402516	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P

860401519	4F	25	1.55	1.90	30.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501519	5F	25	1.85	2.16	30.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501519	5.5F	25	2.03	2.34	30.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601519	6F	25	2.18	2.49	30.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601519	6.5F	25	2.31	2.62	30.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701519	7F	25	2.51	2.82	30.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402525	4F	25	1.55	1.90	31	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860502525	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869502525	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860602525	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869602525	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860702525	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860802525	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860902525	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861002525	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861102525	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861202525	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861402525	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*80cm	有	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860402527	4F	25	1.55	1.90	30.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.021"*80cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P

860502527	5F	25	1.85	2.16	30.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.021"*80cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860602527	6F	25	2.18	2.49	30.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.021"*80cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
869602527	6.5F	25	2.31	2.62	30.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.021"*80cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860702527	7F	25	2.51	2.82	30.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.021"*80cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860402528	4F	25	1.55	1.90	30.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860502528	5F	25	1.85	2.16	30.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869502528	5.5F	25	2.03	2.34	30.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860602528	6F	25	2.18	2.49	30.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869602528	6.5F	25	2.31	2.62	30.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860702528	7F	25	2.51	2.82	30.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860402529	4F	25	1.55	1.90	31	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860502529	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869502529	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860602529	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869602529	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860702529	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860802529	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860902529	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861002529	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—

861102529	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861202529	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861402529	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*80cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860402573	4F	25	1.55	1.90	31	1.49	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860502573	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869502573	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860602573	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869602573	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860702573	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860402574	4F	25	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860502574	5F	25	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869502574	5.5F	25	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860602574	6F	25	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869602574	6.5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860702574	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.021"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860402575	4F	25	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860502575	5F	25	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869502575	5.5F	25	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860602575	6F	25	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P

869602575	6.5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860702575	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860402577	4F	25	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860502577	5F	25	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869502577	5.5F	25	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860602577	6F	25	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869602577	6.5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860702577	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*80cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P

特材代碼： CGS01BH115A7
 中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組
 英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer
 許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號
 產品型號：

自 114 年 3 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘（示標有/無）	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98040251	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98050252	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98050253	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98060252	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98060253	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98070251	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98080250	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98090250	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98100250	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98110250	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98120250	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98130250	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98140250	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98160250	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98180250	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
98200250	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

特材代碼： CGS01BH115A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

以下為 114 年 2 月 28 日以前收載之歷史資料：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860402502	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860502502	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502502	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602502	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869602502	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702502	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402505	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860502506	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869502506	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860602506	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869602506	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860702506	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860802506	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860902506	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861002506	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861102506	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861202506	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861302506	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861402506	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861602506	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861802506	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862002506	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860402508	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860502508	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869502508	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860602508	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869602508	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860702508	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860402511	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860502512	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869502512	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860602512	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869602512	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860702512	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860802512	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860902512	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861002512	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861102512	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861202512	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861302512	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861402512	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861602512	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861802512	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862002512	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861003014	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861103014	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861203014	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861303014	13F	30	4.52	4.98	39	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861403014	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861603014	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861803014	18F	30	6.17	6.73	39	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862003014	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860402552	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860502552	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502552	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602552	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869602552	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702552	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402555	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860502556	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869502556	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860602556	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
869602556	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860702556	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860802556	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860902556	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861002556	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861102556	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861202556	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861302556	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861402556	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861602556	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861802556	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
862002556	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860402558	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860502558	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869502558	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860602558	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869602558	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860702558	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860402561	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860502562	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869502562	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860602562	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869602562	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860702562	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860802562	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860902562	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861002562	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861102562	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861202562	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861302562	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861402562	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861602562	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861802562	18F	25	6.17	6.73	31	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862002562	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860402568	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860502568	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869502568	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860602568	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869602568	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860702568	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860402570	4F	25	1.60	1.90	31	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860502570	5F	25	1.85	2.16	31	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
869502570	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860602570	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
869602570	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860702570	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*80cm	有	0.90	0.71	40	—	—	—
860603071	6F	30	2.18	2.49	37	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869603071	6.5F	30	2.31	2.62	37	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860703071	7F	30	2.51	2.87	37	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860803071	8F	30	2.95	3.31	37	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860903071	9F	30	3.21	3.62	39	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861003071	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861103071	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861203071	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861303071	13F	30	4.52	4.86	39	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861403071	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861603071	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861803071	18F	30	6.17	6.73	39	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
862003071	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—

特材代碼： CGS01BH711A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

自 115 年 9 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860400715	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860500715	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869500715	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860600715	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869600715	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860700715	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860800715	8F	7	2.95	3.31	13	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860900715	9F	7	3.21	3.62	13	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860401115	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860501115	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869501115	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860601115	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P

869601115	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860701115	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860801115	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860901115	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861001115	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861101115	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861201115	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861401115	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860401515	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860501515	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869501515	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860601515	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869601515	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860701515	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860801515	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860901515	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861001515	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861101515	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861201515	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P

861401515	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860400717	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860500717	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869500717	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860600717	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869600717	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860700717	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860401117	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860501117	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869501117	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860601117	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869601117	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860701117	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860401517	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860501517	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869501517	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860601517	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869601517	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860701517	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P

860400518	4F	5	1.55	1.90	11	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500518	5F	5	1.85	2.16	11	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500518	5.5F	5	2.03	2.34	11	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600518	6F	5	2.18	2.49	11	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600518	6.5F	5	2.31	2.62	11	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700518	7F	5	2.51	2.82	11	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400718	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500718	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500718	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600718	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600718	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700718	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401118	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501118	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501118	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601118	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601118	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701118	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401518	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

860501518	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501518	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601518	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601518	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701518	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400724	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860500724	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869500724	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860600724	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869600724	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860700724	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860800724	8F	7	2.95	3.31	13	2.86	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860900724	9F	7	3.21	3.62	13	3.14	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860401124	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860501124	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869501124	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860601124	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869601124	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860701124	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P

860801124	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860901124	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861001124	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861101124	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861201124	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861401124	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860401524	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860501524	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869501524	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860601524	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
869601524	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860701524	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860801524	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860901524	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861001524	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861101524	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861201524	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
861401524	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	A 彎 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	11P
860400527	4F	5	1.55	1.90	11	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P

860500527	5F	5	1.85	2.16	11	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860600527	6F	5	2.18	2.49	11	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
869600527	6.5F	5	2.31	2.62	11	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860700527	7F	5	2.51	2.82	11	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860400727	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860500727	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860600727	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
869600727	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860700727	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860401127	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860501127	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860601127	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
869601127	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860701127	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860401527	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860501527	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860601527	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
869601527	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P
860701527	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.021"*45cm	無	0.55	0.30	45	0.90	30	11P

860400728	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860500728	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869500728	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860600728	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869600728	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860700728	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860401128	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860501128	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869501128	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860601128	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869601128	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860701128	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860401528	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860501528	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869501528	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860601528	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
869601528	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860701528	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	A 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	65	1.00	50	11P
860400729	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—

860500729	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869500729	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860600729	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869600729	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860700729	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860800729	8F	7	2.95	3.31	13	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860900729	9F	7	3.21	3.62	13	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860401129	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860501129	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869501129	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860601129	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869601129	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860701129	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860801129	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860901129	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861001129	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861101129	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861201129	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861401129	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—

860401529	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860501529	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869501529	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860601529	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
869601529	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860701529	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860801529	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860901529	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861001529	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861101529	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861201529	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
861401529	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	直頭 0.035"*45cm	無	0.90	0.60	77	1.26	64	—
860400773	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860500773	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869500773	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860600773	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869600773	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860700773	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860401173	4F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P

860501173	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869501173	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860601173	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869601173	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860701173	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860401573	4F	15	1.55	1.90	20.5	1.49	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860501573	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869501573	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860601573	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
869601573	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860701573	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	11P
860400774	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860401174	4F	11	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860401574	4F	15	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860500774	5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860501174	5F	11	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860501574	5F	15	1.55	1.90	16.5	1.49	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869500774	5.5F	7	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869501174	5.5F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P

869501574	5.5F	15	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860600774	6F	7	1.55	1.90	20.5	1.49	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860601174	6F	11	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860601574	6F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869600774	6.5F	7	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869601174	6.5F	11	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869601574	6.5F	15	1.55	1.90	31	1.49	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860700774	7F	7	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860701174	7F	11	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860701574	7F	15	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.021"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860400775	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860401175	4F	11	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860401575	4F	15	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860500775	5F	7	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860501175	5F	11	1.55	1.90	16.5	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860501575	5F	15	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869501175	5.5F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869501575	5.5F	15	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860600775	6F	7	1.55	1.90	20.5	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P

860601175	6F	11	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860601575	6F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869600775	6.5F	7	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869601175	6.5F	11	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
869601575	6.5F	15	1.55	1.90	31	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860700775	7F	7	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860701175	7F	11	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860701575	7F	15	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	40	—	—	11P
860400777	4F	7	1.55	1.90	13	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	—
860401177	4F	11	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860401577	4F	15	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860500777	5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860501177	5F	11	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860501577	5F	15	1.55	1.90	16.5	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869500777	5.5F	7	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869501177	5.5F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869501577	5.5F	15	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860600777	6F	7	1.55	1.90	20.5	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860601177	6F	11	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P

860601577	6F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869600777	6.5F	7	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869601177	6.5F	11	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
869601577	6.5F	15	1.55	1.90	31	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860700777	7F	7	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860701177	7F	11	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860701577	7F	15	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	無	0.80	0.56	70	—	—	11P
860400583	4F	5	1.55	1.90	11	1.49	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P
860500583	5F	5	1.85	2.16	11	1.80	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P
869500583	5.5F	5	2.03	2.34	11	1.98	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P
860600583	6F	5	2.18	2.49	11	2.13	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P
869600583	6.5F	5	2.31	2.62	11	2.23	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P
860700583	7F	5	2.51	2.82	11	2.43	金屬導線	直頭 0.018"*45cm	有	0.80	0.56	40	—	—	11P

特材代碼： CGS01BH711A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號

產品型號：

自 114 年 3 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
98040070	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

特材代碼： CGS01BH711A7
 中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組
 英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer
 許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001447 號
 產品型號：

以下為 114 年 2 月 28 日以前收載之歷史資料：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860400701	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500701	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500701	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860600701	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600701	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700701	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401101	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501101	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501101	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"×45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860601101	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601101	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701101	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401501	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501501	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501501	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601501	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601501	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701501	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401103	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501104	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501104	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601104	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869601104	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701104	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801104	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901104	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861001104	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861101104	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201104	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861301104	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401104	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601104	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801104	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862001104	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860401503	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501504	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501504	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601504	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869601504	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701504	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801504	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901504	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861001504	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861101504	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201504	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861301504	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401504	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601504	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801504	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
862001504	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860400707	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860500707	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869500707	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860600707	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869600707	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860700707	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401107	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501107	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501107	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601107	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601107	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701107	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401507	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501507	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501507	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601507	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601507	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701507	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401109	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860501110	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501110	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601110	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601110	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860701110	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801110	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901110	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001110	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101110	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201110	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301110	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401110	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601110	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861801110	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001110	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401509	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860501510	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501510	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601510	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601510	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	專管鞘有效長度 (cm)	專管鞘內徑 (mm)	專管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	專管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860701510	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801510	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901510	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001510	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101510	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201510	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301510	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401510	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601510	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861801510	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001510	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401513	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501513	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501513	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601513	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601513	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701113	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J 彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400751	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500751	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500751	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860600751	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600751	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700751	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401151	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501151	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501151	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601151	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601151	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701151	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401551	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501551	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501551	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601551	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601551	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701551	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401153	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860501154	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869501154	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601154	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601154	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860701154	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801154	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901154	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001154	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861101154	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201154	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301154	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401154	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601154	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801154	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001154	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860401553	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860501554	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869501554	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601554	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601554	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860701554	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801554	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901554	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001554	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861101554	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201554	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301554	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401554	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601554	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801554	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001554	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860400757	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860500757	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869500757	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860600757	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869600757	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860700757	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401157	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860501157	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501157	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601157	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601157	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701157	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401557	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860501557	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869501557	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860601557	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
869601557	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860701557	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	—
860401159	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501160	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501160	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601160	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601160	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701160	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801160	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901160	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861001160	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101160	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201160	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301160	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861401160	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601160	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861801160	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
862001160	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860401559	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501560	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501560	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601560	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601560	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701560	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801560	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901560	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861001560	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101560	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201560	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301560	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861401560	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601560	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861801560	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.10	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862001560	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J 彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860400767	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860500767	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869500767	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860600767	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869600767	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860700767	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401167	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501167	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501167	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601167	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601167	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701167	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860401567	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860501567	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869501567	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860601567	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
869601567	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860701567	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1.00	30	11P
860400769	4F	7	1.60	1.90	13	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860500769	5F	7	1.85	2.16	13	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869500769	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860600769	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869600769	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度 (cm)	導管鞘內徑 (mm)	導管鞘外徑 (mm)	擴張器有效長度 (cm)	擴張器最大外徑 (mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘 (示標有/無)	穿刺針外徑 (mm)	穿刺針內徑 (mm)	穿刺針有效長度 (mm)	導引套管外徑 (mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860700769	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860401169	4F	11	1.60	1.90	16.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860501169	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869501169	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860601169	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869601169	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860701169	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860401569	4F	15	1.60	1.90	20.5	1.54	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860501569	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.80	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869501569	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860601569	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
869601569	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—
860701569	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J 彎 0.025"*45cm	無	0.90	0.71	40	—	—	—

特材代碼：FBKL1LXXX4F

中文品名："美克司"福登人工膝關節系統-脛骨關節面襯墊

英文品名："Maxx" Freedom Total Knee System-All Poly Tibial Liner PS/Tibial Liner

許可證字號：衛部醫器輸字第 028382 號

產品型號：

自 115 年 9 月 1 日生效，擴增產品型號如下：

產品型號及規格

Part number	Description
ALCRXA109-K	All Poly Tibial Liner CR, Size A1 9mm
ALCRXA111-K	All Poly Tibial Liner CR, Size A1 11mm
ALCRXA114-K	All Poly Tibial Liner CR, Size A1 14mm
ALCRXA117-K	All Poly Tibial Liner CR, Size A1 17mm
ALCRXA120-K	All Poly Tibial Liner CR, Size A1 20mm
ALCRXB209-K	All Poly Tibial Liner CR, Size B2 9mm
ALCRXB211-K	All Poly Tibial Liner CR, Size B2 11mm
ALCRXB214-K	All Poly Tibial Liner CR, Size B2 14mm
ALCRXB217-K	All Poly Tibial Liner CR, Size B2 17mm
ALCRXB220-K	All Poly Tibial Liner CR, Size B2 20mm
ALCRXC209-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C2 9mm
ALCRXC211-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C2 11mm
ALCRXC214-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C2 14mm
ALCRXC217-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C2 17mm
ALCRXC220-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C2 20mm
ALCRXC309-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C3 9mm
ALCRXC311-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C3 11mm
ALCRXC314-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C3 14mm
ALCRXC317-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C3 17mm
ALCRXC320-K	All Poly Tibial Liner CR, Size C3 20mm
ALCRXD209-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D2 9mm
ALCRXD211-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D2 11mm

ALCRXD214-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D2 14mm
ALCRXD217-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D2 17mm
ALCRXD220-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D2 20mm
ALCRXD309-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D3 9mm
ALCRXD311-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D3 11mm
ALCRXD314-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D3 14mm
ALCRXD317-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D3 17mm
ALCRXD320-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D3 20mm
ALCRXD409-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D4 9mm
ALCRXD411-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D4 11mm
ALCRXD414-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D4 14mm
ALCRXD417-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D4 17mm
ALCRXD420-K	All Poly Tibial Liner CR, Size D4 20mm
ALCRXE409-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E4 9mm
ALCRXE411-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E4 11mm
ALCRXE414-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E4 14mm
ALCRXE417-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E4 17mm
ALCRXE420-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E4 20mm
ALCRXE509-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E5 9mm
ALCRXE511-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E5 11mm
ALCRXE514-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E5 14mm
ALCRXE517-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E5 17mm
ALCRXE520-K	All Poly Tibial Liner CR, Size E5 20mm
ALCRXF509-K	All Poly Tibial Liner CR, Size F5 9mm
ALCRXF511-K	All Poly Tibial Liner CR, Size F5 11mm
ALCRXF514-K	All Poly Tibial Liner CR, Size F5 14mm
ALCRXF517-K	All Poly Tibial Liner CR, Size F5 17mm
ALCRXF520-K	All Poly Tibial Liner CR, Size F5 20mm
ALCRXG709-K	All Poly Tibial Liner CR, Size G7 9mm
ALCRXG711-K	All Poly Tibial Liner CR, Size G7 11mm
ALCRXG714-K	All Poly Tibial Liner CR, Size G7 14mm
ALCRXG717-K	All Poly Tibial Liner CR, Size G7 17mm
ALCRXG720-K	All Poly Tibial Liner CR, Size G7 20mm
ALCRXH709-K	All Poly Tibial Liner CR, Size H7 9mm
ALCRXH711-K	All Poly Tibial Liner CR, Size H7 11mm
ALCRXH714-K	All Poly Tibial Liner CR, Size H7 14mm
ALCRXH717-K	All Poly Tibial Liner CR, Size H7 17mm

特材代碼：FBKL1XLXXX4F

中文品名："美克司"福登人工膝關節系統-脛骨關節面襯墊

英文品名："Maxx" Freedom Total Knee System-All Poly Tibial Liner PS/Tibial Liner

許可證字號：衛部醫器輸字第 028382 號

產品型號：

以下為 115 年 08 月 31 日以前收載之歷史資料：

→ 特材代碼: FBK LIXLXXX 4F

UFPSLH00-K	Femoral Size H, PS, Left
UFPSRA00-K	Femoral Size A, PS, Right
UFPSRB00-K	Femoral Size B, PS, Right
UFPSRC00-K	Femoral Size C, PS, Right
UFPSRD00-K	Femoral Size D, PS, Right
UFPSRE00-K	Femoral Size E, PS, Right
UFPSRF00-K	Femoral Size F, PS, Right
UFPSRG00-K	Femoral Size G, PS, Right
UFPSRH00-K	Femoral Size H, PS, Right
✓ ALPSXA109-K	All Poly Tibial Liner PS, Size A1 9mm
✓ ALPSXA111-K	All Poly Tibial Liner PS, Size A1 11mm
✓ ALPSXA114-K	All Poly Tibial Liner PS, Size A1 14mm
✓ ALPSXA117-K	All Poly Tibial Liner PS, Size A1 17mm
✓ ALPSXA120-K	All Poly Tibial Liner PS, Size A1 20mm
✓ ALPSXB209-K	All Poly Tibial Liner PS, Size B2 9mm
✓ ALPSXB211-K	All Poly Tibial Liner PS, Size B2 11mm
✓ ALPSXB214-K	All Poly Tibial Liner PS, Size B2 14mm
✓ ALPSXB217-K	All Poly Tibial Liner PS, Size B2 17mm
✓ ALPSXB220-K	All Poly Tibial Liner PS, Size B2 20mm
✓ ALPSXC209-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C2 9mm
✓ ALPSXC211-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C2 11mm
✓ ALPSXC214-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C2 14mm
✓ ALPSXC217-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C2 17mm
✓ ALPSXC220-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C2 20mm
✓ ALPSXC309-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C3 9mm
✓ ALPSXC311-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C3 11mm
✓ ALPSXC314-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C3 14mm
✓ ALPSXC317-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C3 17mm
✓ ALPSXC320-K	All Poly Tibial Liner PS, Size C3 20mm
✓ ALPSXD209-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D2 9mm
✓ ALPSXD211-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D2 11mm
✓ ALPSXD214-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D2 14mm
✓ ALPSXD217-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D2 17mm
✓ ALPSXD220-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D2 20mm
✓ ALPSXD309-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D3 9mm
✓ ALPSXD311-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D3 11mm
✓ ALPSXD314-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D3 14mm

材料代碼: F8KLXLXXX4F

✓ ALPSXD317-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D3 17mm
✓ ALPSXD320-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D3 20mm
✓ ALPSXD409-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D4 9mm
✓ ALPSXD411-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D4 11mm
✓ ALPSXD414-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D4 14mm
✓ ALPSXD417-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D4 17mm
✓ ALPSXD420-K	All Poly Tibial Liner PS, Size D4 20mm
✓ ALPSXE409-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E4 9mm
✓ ALPSXE411-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E4 11mm
✓ ALPSXE414-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E4 14mm
✓ ALPSXE417-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E4 17mm
✓ ALPSXE420-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E4 20mm
✓ ALPSXE509-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E5 9mm
✓ ALPSXE511-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E5 11mm
✓ ALPSXE514-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E5 14mm
✓ ALPSXE517-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E5 17mm
✓ ALPSXE520-K	All Poly Tibial Liner PS, Size E5 20mm
✓ ALPSXF509-K	All Poly Tibial Liner PS, Size F5 9mm
✓ ALPSXF511-K	All Poly Tibial Liner PS, Size F5 11mm
✓ ALPSXF514-K	All Poly Tibial Liner PS, Size F5 14mm
✓ ALPSXF517-K	All Poly Tibial Liner PS, Size F5 17mm
✓ ALPSXF520-K	All Poly Tibial Liner PS, Size F5 20mm
✓ ALPSXG709-K	All Poly Tibial Liner PS, Size G7 9mm
✓ ALPSXG711-K	All Poly Tibial Liner PS, Size G7 11mm
✓ ALPSXG714-K	All Poly Tibial Liner PS, Size G7 14mm
✓ ALPSXG717-K	All Poly Tibial Liner PS, Size G7 17mm
✓ ALPSXG720-K	All Poly Tibial Liner PS, Size G7 20mm
✓ ALPSXH709-K	All Poly Tibial Liner PS, Size H7 9mm
✓ ALPSXH711-K	All Poly Tibial Liner PS, Size H7 11mm
✓ ALPSXH714-K	All Poly Tibial Liner PS, Size H7 14mm
✓ ALPSXH717-K	All Poly Tibial Liner PS, Size H7 17mm
✓ ALPSXH720-K	All Poly Tibial Liner PS, Size H7 20mm
UPUUX825-K	Patella, 25mm
UPUUX828-K	Patella, 28mm
UPUUX831-K	Patella, 31mm
UPUUX834-K	Patella, 34mm
✓ MLCRXA109-K	Tibial Liner CR, Size A1-2 9mm

P.2

特大代碼: FBKL/XLXXX4F

✓ MLCRXA111-K	Tibial Liner CR, Size A1-2 11mm
✓ MLCRXA114-K	Tibial Liner CR, Size A1-2 14mm
✓ MLCRXA117-K	Tibial Liner CR, Size A1-2 17mm
✓ MLCRXB109-K	Tibial Liner CR, Size B1-2 9mm
✓ MLCRXB111-K	Tibial Liner CR, Size B1-2 11mm
✓ MLCRXB114-K	Tibial Liner CR, Size B1-2 14mm
✓ MLCRXB117-K	Tibial Liner CR, Size B1-2 17mm
✓ MLCRXC109-K	Tibial Liner CR, Size C1-2 9mm
✓ MLCRXC111-K	Tibial Liner CR, Size C1-2 11mm
✓ MLCRXC114-K	Tibial Liner CR, Size C1-2 14mm
✓ MLCRXC117-K	Tibial Liner CR, Size C1-2 17mm
✓ MLCRXC309-K	Tibial Liner CR, Size C3-4 9mm
✓ MLCRXC311-K	Tibial Liner CR, Size C3-4 11mm
✓ MLCRXC314-K	Tibial Liner CR, Size C3-4 14mm
✓ MLCRXC317-K	Tibial Liner CR, Size C3-4 17mm
✓ MLCRXD109-K	Tibial Liner CR, Size D1-2 9mm
✓ MLCRXD111-K	Tibial Liner CR, Size D1-2 11mm
✓ MLCRXD114-K	Tibial Liner CR, Size D1-2 14mm
✓ MLCRXD117-K	Tibial Liner CR, Size D1-2 17mm
✓ MLCRXD309-K	Tibial Liner CR, Size D3-4 9mm
✓ MLCRXD311-K	Tibial Liner CR, Size D3-4 11mm
✓ MLCRXD314-K	Tibial Liner CR, Size D3-4 14mm
✓ MLCRXD317-K	Tibial Liner CR, Size D3-4 17mm
✓ MLCRXE309-K	Tibial Liner CR, Size E3-4 9mm
✓ MLCRXE311-K	Tibial Liner CR, Size E3-4 11mm
✓ MLCRXE314-K	Tibial Liner CR, Size E3-4 14mm
✓ MLCRXE317-K	Tibial Liner CR, Size E3-4 17mm
✓ MLCRXE509-K	Tibial Liner CR, Size E5-6 9mm
✓ MLCRXE511-K	Tibial Liner CR, Size E5-6 11mm
✓ MLCRXE514-K	Tibial Liner CR, Size E5-6 14mm
✓ MLCRXE517-K	Tibial Liner CR, Size E5-6 17mm
✓ MLCRXF309-K	Tibial Liner CR, Size F3-4 9mm
✓ MLCRXF311-K	Tibial Liner CR, Size F3-4 11mm
✓ MLCRXF314-K	Tibial Liner CR, Size F3-4 14mm
✓ MLCRXF317-K	Tibial Liner CR, Size F3-4 17mm
✓ MLCRXF509-K	Tibial Liner CR, Size F5-6 9mm
✓ MLCRXF511-K	Tibial Liner CR, Size F5-6 11mm

特材代碼: FBkL|XLXXX4F

✓ MLCRXF514-K	Tibial Liner CR, Size F5-6 14mm
✓ MLCRXF517-K	Tibial Liner CR, Size F5-6 17mm
✓ MLCRXF709-K	Tibial Liner CR, Size F7-8 9mm
✓ MLCRXF711-K	Tibial Liner CR, Size F7-8 11mm
✓ MLCRXF714-K	Tibial Liner CR, Size F7-8 14mm
✓ MLCRXF717-K	Tibial Liner CR, Size F7-8 17mm
✓ MLCRXG509-K	Tibial Liner CR, Size G5-6 9mm
✓ MLCRXG511-K	Tibial Liner CR, Size G5-6 11mm
✓ MLCRXG514-K	Tibial Liner CR, Size G5-6 14mm
✓ MLCRXG517-K	Tibial Liner CR, Size G5-6 17mm
✓ MLCRXG709-K	Tibial Liner CR, Size G7-8 9mm
✓ MLCRXG711-K	Tibial Liner CR, Size G7-8 11mm
✓ MLCRXG714-K	Tibial Liner CR, Size G7-8 14mm
✓ MLCRXG717-K	Tibial Liner CR, Size G7-8 17mm
✓ MLCRHX709-K	Tibial Liner CR, Size H7-8 9mm
✓ MLCRHX711-K	Tibial Liner CR, Size H7-8 11mm
✓ MLCRHX714-K	Tibial Liner CR, Size H7-8 14mm
✓ MLCRHX717-K	Tibial Liner CR, Size H7-8 17mm
✓ MLPSXA109-K	Tibial Liner PS, Size A1-2 9mm
✓ MLPSXA111-K	Tibial Liner PS, Size A1-2 11mm
✓ MLPSXA114-K	Tibial Liner PS, Size A1-2 14mm
✓ MLPSXA117-K	Tibial Liner PS, Size A1-2 17mm
✓ MLPSXB109-K	Tibial Liner PS, Size B1-2 9mm
✓ MLPSXB111-K	Tibial Liner PS, Size B1-2 11mm
✓ MLPSXB114-K	Tibial Liner PS, Size B1-2 14mm
✓ MLPSXB117-K	Tibial Liner PS, Size B1-2 17mm
✓ MLPSXC109-K	Tibial Liner PS, Size C1-2 9mm
✓ MLPSXC111-K	Tibial Liner PS, Size C1-2 11mm
✓ MLPSXC114-K	Tibial Liner PS, Size C1-2 14mm
✓ MLPSXC117-K	Tibial Liner PS, Size C1-2 17mm
✓ MLPSXC309-K	Tibial Liner PS, Size C3-4 9mm
✓ MLPSXC311-K	Tibial Liner PS, Size C3-4 11mm
✓ MLPSXC314-K	Tibial Liner PS, Size C3-4 14mm
✓ MLPSXC317-K	Tibial Liner PS, Size C3-4 17mm
✓ MLPSXD109-K	Tibial Liner PS, Size D1-2 9mm
✓ MLPSXD111-K	Tibial Liner PS, Size D1-2 11mm
✓ MLPSXD114-K	Tibial Liner PS, Size D1-2 14mm

P.4

特材代碼: FBKL1XLXXX4F

✓ MLPSXD117-K	Tibial Liner PS, Size D1-2 17mm
✓ MLPSXD309-K	Tibial Liner PS, Size D3-4 9mm
✓ MLPSXD311-K	Tibial Liner PS, Size D3-4 11mm
✓ MLPSXD314-K	Tibial Liner PS, Size D3-4 14mm
✓ MLPSXD317-K	Tibial Liner PS, Size D3-4 17mm
✓ MLPSXE309-K	Tibial Liner PS, Size E3-4 9mm
✓ MLPSXE311-K	Tibial Liner PS, Size E3-4 11mm
✓ MLPSXE314-K	Tibial Liner PS, Size E3-4 14mm
✓ MLPSXE317-K	Tibial Liner PS, Size E3-4 17mm
✓ MLPSXE509-K	Tibial Liner PS, Size E5-6 9mm
✓ MLPSXE511-K	Tibial Liner PS, Size E5-6 11mm
✓ MLPSXE514-K	Tibial Liner PS, Size E5-6 14mm
✓ MLPSXE517-K	Tibial Liner PS, Size E5-6 17mm
✓ MLPSXF309-K	Tibial Liner PS, Size F3-4 9mm
✓ MLPSXF311-K	Tibial Liner PS, Size F3-4 11mm
✓ MLPSXF314-K	Tibial Liner PS, Size F3-4 14mm
✓ MLPSXF317-K	Tibial Liner PS, Size F3-4 17mm
✓ MLPSXF509-K	Tibial Liner PS, Size F5-6 9mm
✓ MLPSXF511-K	Tibial Liner PS, Size F5-6 11mm
✓ MLPSXF514-K	Tibial Liner PS, Size F5-6 14mm
✓ MLPSXF517-K	Tibial Liner PS, Size F5-6 17mm
✓ MLPSXF709-K	Tibial Liner PS, Size F7-8 9mm
✓ MLPSXF711-K	Tibial Liner PS, Size F7-8 11mm
✓ MLPSXF714-K	Tibial Liner PS, Size F7-8 14mm
✓ MLPSXF717-K	Tibial Liner PS, Size F7-8 17mm
✓ MLPSXG509-K	Tibial Liner PS, Size G5-6 9mm
✓ MLPSXG511-K	Tibial Liner PS, Size G5-6 11mm
✓ MLPSXG514-K	Tibial Liner PS, Size G5-6 14mm
✓ MLPSXG517-K	Tibial Liner PS, Size G5-6 17mm
✓ MLPSXG709-K	Tibial Liner PS, Size G7-8 9mm
✓ MLPSXG711-K	Tibial Liner PS, Size G7-8 11mm
✓ MLPSXG714-K	Tibial Liner PS, Size G7-8 14mm
✓ MLPSXG717-K	Tibial Liner PS, Size G7-8 17mm
✓ MLPSXH709-K	Tibial Liner PS, Size H7-8 9mm
✓ MLPSXH711-K	Tibial Liner PS, Size H7-8 11mm
✓ MLPSXH714-K	Tibial Liner PS, Size H7-8 14mm
✓ MLPSXH717-K	Tibial Liner PS, Size H7-8 17mm

P. 5

報告案 3

全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之 初核情形報告

共 73 項：醫療器材許可證註銷及刪除品項 73 項/第 3-1~3-10 頁；項次 1~73。

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
1	CDD13DGK00AG	"亞康恩" 導入及引流導管(滅菌)(乳管攝影導管)	"ARGON" INTRODUCTION/DRAINAGE CATHETER (STERILE)	DGK002SX; DGK002X; (RTD001X自1040901生效)	組	衛署醫器輸壹字第009934號	春苜	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存品25組且院所尚有存貨，因本特材適用來將非藥物液體導入血管以外的體腔內，或由體腔中導出液體，或評估某些生理狀況。為維護病人醫療權益及特約院所申報需求，爰本案研擬參考廠商預計用罄日期及114年院所申報量，延長給付至118年10月31日，爰本案特材支付點數調整為0，延後至118年11月1日生效。	2	118/11/01
2	CDP00894802C	"柯惠" 亞羅胸腔引流瓶(滅菌)	"COVIDIEN" ARGYLE THORA-SEAL III CHEST DRAINAGE UNIT (STERILE)	8884-713308	個	衛署醫器輸壹字第008948號	科舉	1. 本項為「許可證到期」，原定115年6月30日刪除生效。2. 廠商來函表示剩餘庫存品61個，因本案用於胸腔引流，為維護病人醫療權益及特約院所申報需求，爰自115年8月1日恢復特材代碼，支付點數3,379點。3. 另依廠商預計用罄日期，延長給付日期至117年6月30日，爰本案特材支付點數調整為0，延後至117年7月1日生效。	4	117/07/01
3	CFD0216120W6	"綠十字" 矽質胃管-14FR~22FR	"GREEN CROSS" SILICONE STOMACH TUBE-14FR~22FR	YJ-109(規格為14FR:18FR，原規格6FR:12FR自1060401刪除)	條	衛署醫器陸輸字第000086號	益江	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存品1,190個且院所尚有存貨，因本用於將液體導入消化道，或由消化道抽出液體，或將消化道出血處固定或壓住。為維護病人醫療權益及特約院所申報需求，爰本案研擬參考廠商預計用罄日期及114年院所申報量，延長給付至116年9月30日，爰本案特材支付點數調整為0，延後至116年10月1日生效。	8	116/10/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
4	CXE0383351YB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	83351;83403	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	11	115/12/01
5	CXE038336NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	83364;83365;83366;83367;83368;83369	EA	衛署醫器輸字第016640號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	11	115/12/01
6	CXE038337NYB	"爾灣"瑟爾皮除顫電極導管	"IBI" THERAPY DUAL-8 ABLATION CATHETER	83370;83371;83372;83373;83374;83375;(IBI-83542;IBI-83543;IBI-83545自1121101生效)	條	衛署醫器輸字第017025號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	12	115/12/01
7	CXE038372NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	83719;83721;83724;83727;(IBI-83510;IBI-83513;IBI-83516;IBI-83701;IBI-83702;IBI-83703自1120901生效)	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	11	115/12/01
8	CXE038378NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	IBI-83704;IBI-83707;IBI-83708	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	12	115/12/01
9	FBHL138107Z1	“捷邁”多孔鉭金屬髖臼重建系統—隆傑骨水泥重建髖臼杯襯墊	“ZIMMER” TRABECULAR METAL ACETABULAR REVISION SYSTEM—Longevity Cemented Revision Shell Liner	(00-7105-048;050;052;054;056;058;060;062;066;072;076-32);(00-7105-058;060;062;066;072;076-36);(00-7105-062;066;072;076-40);(00-7110-048;050;052;054;056;058;060;062;066;072;076-28);(00-7110-054;056;058;060;062;066;072;076-32);(00-7110-058;060;062;066;072;076-36);(00-7110-062;066;072;076-40)	個	衛部醫器輸字第038107號	台灣捷邁	廠商建議取消健保給付，已有同類替代品項，故同意取消健保給付。	21	115/12/01
10	FHP02MR52MST	“聖猷達”恩德拉第心臟節律器—雙腔(DDDR+MRI)	“SJM” Endurity Pulse Generator(DDDR+MRI)	Eudurity Core PM2152	個	衛部醫器輸字第032261號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	18	115/12/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
11	FHX04MEH2C95	“賽耐司”美德思管路組 (ECM0長效型人工心肺套含 OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET+CUVETTE+TRANSDUCER*3+I V SET)	“Xenios” Medos Tubing Sets	MEH2C3792;MEH2C3793;【MEH2C3792;MEH2C3793自1131101刪除;MEH2C3792(30000071);MEH2C3793(3000420)自1131101生效】	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存量386個(計11個批號)，該品項最後一批有效期為116年9月22日，考量旨揭特材係用於危急時作為體外循環裝置之必要使用之醫材，為維護病患醫療權益及醫療安全性，及特約院所使用本案特材之申報需求，依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項第1款規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限之末日起，往前計算至第四個月之末日，爰本案特材支付點數調整為0，延後至116年7月1日生效。	1	1116/07/01
12	FHX04XVTFL95	“賽耐司”美德思管路組 (ECM0長效型人工心肺組)	“Xenios” Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET	MEH2C2805;【MEH2C2805自1131101刪除;MEH2C2805(30000025)自1131101生效】	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存量14個(計2個批號)，該品項最後一批有效期為116年2月24日，考量旨揭特材係用於危急時作為體外循環裝置之必要使用之醫材，為維護病患醫療權益及醫療安全性，及特約院所使用本案特材之申報需求，依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條第1項第1款規定，延長給付日期至該品項最後一批之有效期限之末日起，往前計算至第四個月之末日，爰本案特材支付點數調整為0，延後至115年12月1日生效。	1	1115/12/01
13	CRE03118302C	"柯惠"雪莉加強型氣管內管	"Covidien" Shiley Reinforced Tracheal Tube	118-30;118-35;118-40;18-45;118-50;118-55	EA	衛署醫器輸字第011801號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	7	1115/09/01
14	CRE03U00502C	"柯惠"雪莉加強型氣管內管	"Covidien" Shiley Reinforced Tracheal Tube	118-60:95	EA	衛署醫器輸字第011801號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	7	1115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
15	FBA0133CMWDP	"帝富"骨水泥	"DEPUY" CMW BONE CEMENT	3312040;3322040;3332040	EA	衛署醫器輸字第014466號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	5	115/09/01
16	FBA06GMV40DP	“帝富”適髓骨水泥	“DePuy” SmartSet GMV Endurance Gentamicin Bone Cement	3105-040	組	衛署醫器輸字第018965號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	8	115/09/01
17	FBHC1PINNADP	"帝富"可耐髖人工髖臼杯系統	PINNACLE ACETABULAR CUP	1217-01-048:066;-02-048:066;1217-03-046:066;-20-046:066;1217-22-038:066;124603000;(1217-02-048:066;1217-03-046;1217-22-038:046自1020801刪除)	EA	衛署醫器輸字第022363號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	17	115/09/01
18	FBHCCERA2DP	"帝富"陶瓷髖關節系統-陶瓷股骨頭	"DePuy" Ceramax Ceramic Total Hip System-CERAMAX Head	(1365-28;32-310;320;330);(1365-36-310;320;330;340);1365-28;36;40;44-710;720;730;740);(1365-32-710;720;730)	個	衛部醫器輸字第030936號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	11	115/09/01
19	FBHL1PNNPEDP	"帝富"可耐髖人工髖臼杯系統-髖臼杯襯墊	"DEPUY" PINNACLE ACETABULAR SYSTEM-Liner	1218:19-22-138:146;26-144:146;28-0:2-48:66;28-146:28-446:466;32-0:2-52:66;32-452:466;1219;-36-056:066;154:166;454:466;自1080701起型號重新整理(請參考圖檔)	個	衛署醫器輸字第022363號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	21	115/09/01
20	FBHLCCERA2DP	"帝富"陶瓷髖關節系統-陶瓷襯墊	"DePuy" Ceramax Ceramic Total Hip System-CERAMAX Liner	1218-81-7-52;54:56;58:60;62:64;66;1218-82-7-48;50:52;1218-83-7-44;46;48;50:52;54:56;58:60;62:64;66	個	衛部醫器輸字第030846號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	5	115/09/01
21	FBHS11012XDP	"帝富"全人工髖關節髖骨柄	"DEPUY" TRI-LOCK BPS WITH GRIPITION FEMORAL STEM	1012-04;14-005;010;020;030;040;050;060;070;080;090;100;110;120	支	衛部醫器輸字第026639號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	21	115/09/01
22	FBHS1925XNDP	"帝富"可瑞髖關節:股骨柄	"DEPUY" CORAIL PROTHESIS:FEMORAL STEM	L92499;L92500:L92521;(3L92498:3L92521;3L93709:3L93716;L20309:L20316;L20106;自960101生效)	EA	衛署醫器輸字第009313號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	21	115/09/01
23	FBHS1L0820DP	"帝富"可瑞髖關節系統:股骨柄	"DEPUY" CORAIL HIP SYSTEM:STEM	L96408:16;18;20;L96509:16;18;20	EA	衛部醫器陸輸字第000982號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	21	115/09/01

報告案第3案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月功能核價類別之有效品項數	健保給付生效 起日
24	FBKA315110DP	“希富”愛強重建型人工膝關節系統-股骨護套(鈦塗層)	“DEPUY” ATTUNE REVISION KNEE SYSTEM-FEMORAL SLEEVE(COATED)	1511-01-102;107;202;207	個	衛署醫器輸字第032245號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	4	115/09/01
25	FBKA315111DP	“希富”愛強重建型人工膝關節系統-脛骨護套(鈦塗層)	“DEPUY” ATTUNE REVISION KNEE SYSTEM-TIBIAL SLEEVE(COATED)	1511-11-101;106;201;206	個	衛署醫器輸字第032245號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	4	115/09/01
26	FBKF1SIG1RDP	"希富"膝格瑪人工膝關節系統:股骨	"DEPUY" SIGMA PS FEMORAL COMPONENTS	1960-40;50-200;250;300;400;450;500	EA	衛署醫器輸字第022396號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	30	115/09/01
27	FBKPA129RPJJ	"希富"人工膝關節:全人工膝關節系統(活動式或高度彎曲型)	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: TOTAL KNEE SYSTEM	FBKF1SIGUSD;FBKF19600NDP;FBKP10417NDP;FBKP19601NDP;FBKL1962RPJJ;FBKT1432RPJJ;(FBKF1SIG1RDP自1001001生效)	SET	衛署醫器輸字第008168號+衛署醫器輸字第024230號+衛署醫器輸字第022396號+衛署醫器輸字第022221號+衛署醫器陸輸字第000446號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	14	115/09/01
28	FBKRA11000JJ	"希富"人工膝關節:重建型全人工膝關節系統	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: REVISION KNEE SYSTEM	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第008168號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	3	115/09/01
29	FBKF19600NDP	"希富"人工膝關節:股骨	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: FEMORAL COMPONENT	96-0002:8;96-0012:18;96-0022:28;96-0032:38;96-0042:46;48;96-0052:56;58	SET	衛署醫器輸字第008168號、衛署醫器輸字第024230號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	30	115/09/01
30	FBKL10460NDP	"希富"人工膝關節:脛骨視墊	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: INSERT	96-0410:0414;0420:0477;1581-10-008:1581-16-020;1581-20-008:1581-26-025	SET	衛署醫器輸字第008168號、衛署醫器陸輸字第000446號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	8	115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
31	FBKL1962RPJJ	"帝富"人工膝關節:脛骨襯墊	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM: INSERT	96-2012:96-2164;962011(自93/04/01生效;文號92002049)	SET	衛署醫器輸字第008168號、衛署醫器輸字第024230號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	18	115/09/01
32	FBKT10411NDP	"帝富"人工膝關節:脛骨基座	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM:TIBIAL BASE	86-0122:0127;4177:4179;6022:6026;6029;6578:6581;6592:6597;4176:4178;4115:4119;4180:4184;6027	SET	衛署醫器輸字第008168號、衛署醫器輸字第024230號、衛署醫器陸輸字第000446號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	26	115/09/01
33	FBKT1432RPJJ	"帝富"人工膝關節:脛骨基座	"DEPUY" P. F. C. M KNEE SYSTEM:TIBIA BASE	129431110:129434170	SET	衛署醫器輸字第008168號、衛署醫器輸字第024230號	壯生	許可證註銷，故取消給付。	26	115/09/01
34	SAU07FAR30U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度30mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ30H00;FARZ30M00;FARZ30L00;FARW30H00;FARW30M00;FARW30L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	許可證註銷，故取消給付。	10	115/09/01
35	SAU07FAR45U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度45mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ45H00;FARZ45M00;FARZ45L00;FARW45H00;FARW45M00;FARW45L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	許可證註銷，故取消給付。	22	115/09/01
36	SAU07FAR60U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度60mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ60H00;FARZ60M00;FARZ60L00;FARW60H00;FARW60M00;FARW60L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	許可證註銷，故取消給付。	21	115/09/01
37	SAU08FESCRU7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-吻合器	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FES116000;FES126000	支	衛部醫器製字第008671號	普威國際	許可證註銷，故取消給付。	13	115/09/01
38	ACPTCYCINTR8R	“亞提斯”Y型連接器	“Arthesys” Y-Connector	18020005:18020013	組	衛部醫器輸字第034464號	凱薩琳企業	許可證逾期，故取消給付。	26	115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效 起日
39	CBB03J0K15EQ	"優洛可"優克經皮血管氣球擴張導管(下肢血管)	"Eurocor" JOKER 014 Over The Wire (OTW) PTA Balloon Catheter D:2.0MM:3.5MM L:120MM:150MM	214-20;25;30;35-120;150	條	衛部醫器輸字第028519號	尚環科技	許可證逾期，故取消給付。	39	115/09/01
40	CBB03J0K80EQ	"優洛可"優克經皮血管氣球擴張導管(下肢血管)	"Eurocor" JOKER 014 Over The Wire (OTW) PTA Balloon Catheter D:2.0MM:4.0MM L:40MM:80MM	214-20;25;30;35;40-40;80	條	衛部醫器輸字第028519號	尚環科技	許可證逾期，故取消給付。	36	115/09/01
41	CBC05RE148L1	"博而騰"瑞磊胸主動脈覆膜支架暨導載輸送系統(使用4支(含)以上)	"BOLTON" RELAY PLUS THORACIC STENT GRAFT WITH A TRANSPORT DELIVERY SYSTEM	依特材代碼:CBC05RE145L1；CBC05RELAYL1之型號	組	衛署醫器輸字第022127號	台灣泰爾茂	許可證逾期，故取消給付。	5	115/09/01
42	CBC07LS012QC	"清流"巴德萊弗司球囊擴張血管覆膜支架(D:12mm;遞送系統80:135CM)	"ClearStream" Bard LifeStream Balloon Expandable Vascular Covered Stent	LSM0801238;LSM0801258;LSMI351238;LSMI351258	組	衛部醫器輸字第028268號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	2	115/09/01
43	CBC07LS510QC	"清流"巴德萊弗司球囊擴張血管覆膜支架(D5:10mm;遞送系統80:135CM)	"ClearStream" Bard LifeStream Balloon Expandable Vascular Covered Stent	LSM0800-5-26;37;LSM0800-6:8-16;26;37;58;LSM0800-9:10-38;58;LSMI350-5-26;37;LSMI350-6:8-16;26;37;58;LSMI350-9:10-38;58	組	衛部醫器輸字第028268號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	4	115/09/01
44	CBC093451238	"合約醫療"不老福靜脈支架系統(40:120mm)	"Contract Medical" blueflow Venous Stent	VS-12060;12100;14060;14100;16060;16100;18060;18100	組	衛部醫器輸字第034512號	吉富貿易	許可證逾期，故取消給付。	4	115/09/01
45	CBC093451538	"合約醫療"不老福靜脈支架系統(121mm以上)	"Contract Medical" blueflow Venous Stent	VS-14150;16150	組	衛部醫器輸字第034512號	吉富貿易	許可證逾期，故取消給付。	3	115/09/01
46	CBP06ELUT6AB	"亞培"賽恩斯高艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統	"Abbott" XIENCE Alpine Everolimus Eluting Coronary Stent System	1120200;1120225-08;12;15;18;23;28;1120250;1120400-08;12;15;18;23;28;33;38	組	衛部醫器輸字第028278號	台灣雅培	許可證逾期，故取消給付。	21	115/09/01
47	CEE01AMEZZ01	"美諾醫療"安心延長型免針輸液接頭-輸液延長管	"AMSINO" AMSafe Extension Set with Sure-Lok Connector	AE1106;AE1112;AE1138;003201	個	衛部醫器陸輸字第001222號	裕利	許可證逾期，故取消給付。	12	115/09/01
48	CGPW1AGM46AS	"朝日"冠狀動脈導引線	"ASAHI" PTCA GUIDE WIRE EXTRA SUPPORT PTFE	AGH146000(J);AG141002(J);AGP140000(J);AGP140001(J);AG142000(J);AG14-M050;M045;M060;M070;(新增AHW14S003-S;J)	EA	衛署醫器輸字第022292號	理工科技顧問	許可證逾期，故取消給付。	14	115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
49	CGPW1SN18JAS	"朝日"冠狀動脈導引線紫苑	"ASAHI"PTCA GUIDE WIRE ASAHI SION 0.014"180CM HYDROPHILIC EXTRA SUPPORT	AHW14R001-S;J;AHW14R004-S;J	EA	衛署醫器輸字第022096號	朝日英達科	許可證逾期，故取消給付。	14	115/09/01
50	CMV03GW14XMS	麥新翠克絲微導線	"MICROVENTION" TRAXCESS GUIDE WIRE	GW1420040;GW1420040X;GW14100EX	EA	衛署醫器輸字第022080號	禾順儀器	許可證逾期，故取消給付。	16	115/09/01
51	CME02BC04XMS	"麥新"史凱特閉塞球囊導管組 (含"麥新"翠克絲微導線)	"MICROVENTION" SCEPTER OCCLUSION BALLOON CATHETER (INCLUDE"MICROVENTION" TRAXCESS GUIDEWIRE)	BC0410C;BC0415C;BC0420C;BC0411XC;GW1420040;GW1420040X	SET	衛署醫器輸字第023903號+衛署醫器輸字第022080號	禾順儀器	許可證逾期，故取消給付。	2	115/09/01
52	FBA04ST0309N	亞恩波亞博人工骨填充物-3cc	AEON Bone Graft Substitute-3cc	T030A:F;B030A:F	盒	衛部醫器製字第005705號	亞明生醫	許可證逾期，故取消給付。	25	115/09/01
53	FBA04ST0509N	亞恩波亞博人工骨填充物-5cc	AEON Bone Graft Substitute-5cc	T050A:F;B050A:F	盒	衛部醫器製字第005705號	亞明生醫	許可證逾期，故取消給付。	42	115/09/01
54	FBA04ST0759N	亞恩波亞博人工骨填充物-7.5cc	AEON Bone Graft Substitute-7.5cc	T075A:F;B075A:F	盒	衛部醫器製字第005705號	亞明生醫	許可證逾期，故取消給付。	42	115/09/01
55	FBA04ST2009N	亞恩波亞博人工骨填充物-20cc	AEON Bone Graft Substitute-20cc	T200A:F;B200A:F	盒	衛部醫器製字第005705號	亞明生醫	許可證逾期，故取消給付。	3	115/09/01
56	FBKF1PS226DP	"帝富"愛強全人工膝關節系統-股骨組件(PS)	"DePuy"ATTUNE Knee System-Femoral Component Posterior Stabilized(PS)Cemented	150410-101:110;123:126;201:210;223:226	個	衛部醫器輸字第028217號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	30	115/09/01
57	FBKF1S1GUSD	"帝富"膝格瑪人工股骨膝關節系統:股骨	"DEPUY"SIGMA PS FEMORAL KNEE SYSTEM:FEMORAL	196040-150;200;250;300;400;450;500;600)(196050-150;200;250;300;400;450;500)(196062:69-500;196072:79-500)	EA	衛署醫器輸字第02221號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	30	115/09/01
58	FBN04102XNU0	"聯合"優華骨髓內釘系統	"UNITED" UNIFY NAIL SYSTEM:HUMERAL LOCKING SCREW	5105-1024:5105-1051	EA	衛署醫器製字第000897號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	3	115/09/01
59	FBN05301XNU0	"聯合"優華骨髓內釘系統	"UNITED" UNIFY NAIL SYSTEM:HUMERAL NAIL SYSTEM	4201-3010:40+5105-1024:51	SET	衛署醫器製字第000897號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	8	115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
60	FBN05601XNU0	"聯合"優華骨髓內釘系統	"UNITED" UNIFY NAIL SYSTEM:FEMORAL&TIBIAL NAIL SYSTEM	4201-6011:66+5105-3030:70;(4201-6067:69;4201-6123:6133;5105-3030:5070自990701生效)	SET	衛署醫器製字第000897號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	8	115/09/01
61	FHFCDQMP3MST	"聖猷達"克卓亞速拉多點式植入式心律去顫器(四極)	"SJM"Quadra Assura MP Implantable Cardioverter Defibrillator	CD3371-40;CD3371-40C;CD3371-40Q;CD3371-40QC	個	衛部醫器輸字第028257號	台灣雅培	許可證逾期，故取消給付。	11	115/09/01
62	FSP6410216BA	"巴德"凡萃歐疝氣補片-22.1 x 27.1 cm，27.4 x 34.9cm卵形	"Bard" Ventrio Hernia Patch	0010216;0010217	片	衛署醫器輸字第022249號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	7	115/09/01
63	FSP6410218BA	"巴德"凡萃歐疝氣補片-19.6 x 24.6cm，15.5 x 25.7cm卵形	"Bard" Ventrio Hernia Patch	0010218;0010219	片	衛署醫器輸字第022249號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	7	115/09/01
64	HFF02AMFZZ01	"美諾醫療"安心延長型免針輸液接頭-過濾器	"AMSINO" AMSafe Extension Set with Sure-Lok Connector	AE3300;AE3308	個	衛部醫器陸輸字第001222號	裕利	許可證逾期，故取消給付。	5	115/09/01
65	HHM01REC67HC	"海斯凱"芮卡拂血栓抽吸導管	"Hexacath" Recover Aspiration Catheter	REC6;REC7;REC6S;REC7S;REC6 H;REC7 H;REC6 HS;REC7 HS	組	衛部醫器輸字第034347號	凱薩琳企業	許可證逾期，故取消給付。	2	115/09/01
66	NDN041304114	"邁斯"靜脈留置針	"Mais India" MaisFlex I.V. Cannula with Flip Top Injection Port Cap & Colour Wings	I0130413-14;16;17;18;20;22;24;26	支	衛部醫器輸字第034489號	德瑪凱	許可證逾期，故取消給付。	1	115/09/01
67	NES01MSNMBSA	"巴德"密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針	"BARD" MISSION DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT	(1410MS;1416MS;1610MS;1616MS;1810MS;1816MS;1820MS;1825MS;2010MS;2016MS;2020MS)(擴增型號 1406MS;1606MS;1806MS;2006MS自1080901起生效)	支	衛部醫器輸字第028413號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	7	115/09/01
68	NES04MSMSKBA	"巴德"密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針+同軸導引針具組	"BARD" MISSION DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT-Biopsy needle + Coaxial needle	(1810MSK;1816MSK;1820MSK;2010MSK;2016MSK;2020MSK)(擴增型號 1410MSK;1416MSK;1610MSK;1616MSK;1825MSK自1080901起生效)	組	衛部醫器輸字第028413號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	16	115/09/01
69	TSS010G00130	愛思金血糖試片	AceZin Blood Glucose Test Strips	HL522(AMG001)	片	衛部醫器製字第006831號	金鴻	許可證逾期，故取消給付。	58	115/09/01
70	FHX04XYTUB95	"賽耐司"美德思管路組(ECMO長效型人工心肺組)	"Xenios" Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C3667;MEH2C2380;MEH2C2752;【MEH2C3667;MEH2C2380;MEH2C2752自1131101刪 除;MEH2C3667(30000419);MEH2C2380(3000019);MEH2C2752(30000024)自1131101生效】	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	許可證逾期，故取消給付。	1	115/09/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共73項(項次1~項次73，詳頁次3-1~3-10)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至115年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
71	WBB0704055NJ	"必史恩"義肢及裝具用附件-石膏繃帶 4"×5YDS	"BSN" PROSTHETIC AND ORTHOTIC ACCESSORY-PLASTER BANDAGE	7374; 7367	ROLL	衛署醫器輸壹字第003375號	旭昇儀器	許可證逾期，故取消給付。	16	115/09/01
72	WBP0104040NJ	"必史恩"義肢及裝具用附件(未滅菌):石膏棉捲/4"×4Y(3698CM2)	"BSN" PROSTHETIC AND ORTHOTIC ACCESSORY (NON-STERILE):ORTHOPEDIC COTTON BANDAGE/4"×4Y(3698CM2)	4" X4Y(9044)	EA	衛署醫器輸壹字第003375號	旭昇儀器	許可證逾期，故取消給付。	9	115/09/01
73	WBP0106040NJ	"必史恩"義肢及裝具用附件(未滅菌)石膏棉捲/6"×4Y / 8"×3Y (5547cm2)	"BSN" PROSTHETIC AND ORTHOTIC ACCESSORY (NON-STERILE):ORTHOPEDIC COTTON BANDAGE/6"×4Y / 8"×3Y (5547CM2)	6" X4Y(9046)	EA	衛署醫器輸壹字第003375號	旭昇儀器	許可證逾期，故取消給付。	9	115/09/01

報告案 4

有關調整「腦室腹腔引流系統」計 12 次功能分類既有功能特材支付點數案。

報告案第 4 案

案由：有關調整「腦室腹腔引流系統」計 12 次功能分類既有功能特材支付點數案。

說明：

- 一、辦理依據：115 年 5 月本會議紀錄(詳附件 1，頁次：報 4-2~報 4-3)辦理。
- 二、案源自長安公司來函反映，因疫情及戰爭影響致塑化產品成本上漲及供應鏈短缺，建議調升本案特材支付點數，經提 115 年 5 月本會議討論，決議本案特材屬急重症必要醫材，為確保患者權益、維持健保特材供應穩定，同意調高支付點數，授權健保署與廠商進行議價，確保後續供貨穩定，並提下次本會議報告，預算來源以行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例挹注全民健康保險基金計畫」預算支應，後續回歸藥物支付標準支付點數調整機制。
- 三、經 115 年 6 月 5 日本署與長安公司議價，同意調整本案特材支付點數以原支付點數加算 100%暫予支付，並請廠商確保對本保險特約醫事服務機構供貨無虞，不可停止供貨；於上開特別條例預算結束後，回歸藥物支付標準支付點數調整機制辦理。
- 四、經盤點本案同功能類別特材 12 次功能類別計 43 品項，於 115 年 6 月 12 日以健保審字第 1150671562 號公告調整支付點數，以保障急重症病人之治療。(詳附件 2，頁次：報 4-4~報 4-9)。

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第82次（115年5月）會議紀錄(節錄)

時間：115年5月21日（星期四）上午9時30分

參、討論事項：

第3案：有關調整「腦室腹腔引流系統」計12次功能分類既有功能特材支付點數案。

一、說明：

(一) 詳附錄會議資料討論案第3案之報告內容。

(二) 本會議與會代表表示：

1. 本案特材係用於急性腦積水、腦室出血等，具臨床需求及必要性，雖本案特材美敦力公司市佔率最高，惟該公司產品屬進口品項，供貨情形易受原廠影響；又其餘2家廠商，因本案特材非其生產主流，恐無法大量及穩定供貨。又其中腦室外引流系統品項，目前僅長安公司產品無須額外購置相容之監測系統搭配使用，倘該公司退出市場，恐影響患者權益，爰建議調整本案特材支付點數。
2. 倘依行政院穩定物價小組第4次臨時會報資料，食藥署計算因中東戰爭影響之塑料醫材最終價格漲幅，本案特材以現行支付點數加算12.5%暫予支付，廠商恐仍無意願供貨。考量廠商供貨意願，建議授權健保署確認需調整支付點數之品項後，與廠商進行議價確保後續供貨穩定，再提至本會議報告。
3. 考量本案特材調整點數之預算非常態性支應，須確認往後預算來源及後續支付點數調整機制。

(三) 本署說明：

1. 依法廠商欲停止供貨一個月以上者，須於兩個月前向本署提出原因並檢附相關資料；另食藥署設有醫療器材短缺通報平台，倘接獲通報，該署會立即通知本署。

2. 有關原廠回復供貨情形與代表反映實務有落差，可能涉代理商與臨床端溝通，本署將請原廠與代理商充分溝通並輔導供貨。

二、決議：

- (一) 本案特材屬急重症必要醫材，為確保患者權益、維持健保特材供應穩定，同意調高支付點數，該點數授權健保署與廠商進行議價，確保後續供貨穩定，並提至下次本會議報告。
- (二) 預算來源：以行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例挹注全民健康保險基金計畫」預算支應，後續回歸藥物支付標準支付點數調整機制。
- (三) 倘有醫材短缺情形，院所可至食藥署醫療器材短缺通報專區進行通報或反映予本署，以利即時處理。

抄本

檔 號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 公告

受文者：如副本行文單位

發文日期：中華民國115年6月12日

發文字號：健保審字第1150671562號

附件：支付標準修正對照表(請於本署全球資訊網自行擷取)

主旨：公告修正既有功能類別特材「腦室腹腔引流系統」計12次功能類別之支付標準。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：「全民健康保險特殊材料支付標準修正對照表」(如附件1)已置於本署全球資訊網/健保服務/健保藥品與特材/健保特殊材料/健保特材品項查詢/公告特材品項表/115年度，請自行擷取。

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、社團法人台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、台灣醫療

暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、本署醫務管理組、本署各分區業務組（請轉知轄區院所）、長安儀器有限公司、美敦力醫療產品股份有限公司、科舉顧問股份有限公司、台灣特浦股份有限公司

「全民健康保險特殊材料支付標準修正對照表」 附件1

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原健保 支付點數	異動後 支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
1	ACVP105103B0	"長安"腦脊髓分引流系統:腦室腹腔引流組接頭(直式)	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:CSF CATHETER CONNECTOR(STRAIGHT)	05103(5103自1040701刪除)(05103自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	380	760	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
2	ACVP105104B0	"長安"腦脊髓分引流系統:腦室腹腔引流組接頭(L型)	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:CSF CATHETER CONNECTOR(L TYPE)	05104(5104自1040701刪除)(05104自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	660	1,320	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
3	ACVP205105B0	"長安"腦脊髓分引流系統:腦室腹腔引流組接頭(Y型)	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:CSF CATHETER CONNECTOR(3-WAY)	05105(5105自1040701刪除)(05105自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	1,637	3,274	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
4	CDP0302512B0	"長安"腦脊髓分引流系統	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:CSF VALVE BURR HOLE	02512L:M;H;02514L:M;H	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	5,568	11,136	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
5	CDP0302812B0	"長安"腦脊髓分引流系統	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:CSF VALVE BURR HOLE	2812(2812自1040701刪除)(02812自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	5,568	11,136	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
6	CDLP106418B0	"長安"腦脊髓分引流系統	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:LUMBAR CATHETER SET	06418;06419	SET	衛署醫器製字第001388號	長安	6,219	12,438	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
7	CDPC103105B0	"長安"腦脊髓分引流系統:腹膜導管	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM: PERITONEAL CATHETER	03105-L;M;H	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	1,897	3,794	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
8	CDSR104111B0	"長安"腦脊髓分引流系統:儲液囊	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:VENTRICULAR RESERVOIR	0411-1:5	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	4,352	8,704	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
9	CDV0206126B0	"長安"腦脊髓液體外引流系統:連接管組	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:EDMS PATIENT CONNECTION LINE ASSEMBLY	6126(6126自1040701刪除)(06126自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001390號	長安	1,167	2,334	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12

「全民健康保險特殊材料支付標準修正對照表」 附件1

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原健保 支付點數	異動後 支付點數	核價說明	給付規 定	生效日期
10	CDV0206124B0	"長安"腦脊髓液體外引流系統:引流袋	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:EDMS DRAINAGE BAG	6124(6124自1040701刪除)(06124自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001390號	長安	515	1,030	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
11	CDV0201101B0	"長安"腦脊髓分流系統:體外引流管	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:VENTRICULAR CATHETER	1101(1101自1040701刪除)(01101自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001388號	長安	1,074	2,148	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
12	CDV0206115B0	"長安"腦脊髓分流系統:體外引流管	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:EDMS VENTRICULAR CATHETER	6115(6115自1040701刪除)(06115自1040701生效)	SFT	衛署醫器製字第001388號	長安	1,074	2,148	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
13	CDV0506118B0	"長安"腦脊髓分流系統:體外引流管	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM:EDMS VENTRICULAR CATHETER	06118;06118S	SFT	衛署醫器製字第001388號	長安	1,454	2,908	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
14	CDV0206128B0	"長安"腦脊髓液體外引流系統-體外引流管	"BMI" CSF SHUNTING SYSTEM	6128(6128自1040701刪除)(06128自1040701生效)	EA	衛署醫器製字第001390號	長安	2,958	5,916	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
15	ACVP145103M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-腦脊髓液導管接頭(直式)	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CSF CATHETER	45103	個	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	380	760	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
16	ACVP145104M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-腦脊髓液導管接頭(L型)	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CSF CATHETER	45104	個	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	660	1,320	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
17	ACVP245105M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-腦脊髓液導管接頭(Y型)	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CSF CATHETER	45105	個	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	1,637	3,274	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
18	CDF0342324M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-腦脊髓液引流控制閥	"Medtronic" CSF CONNECTOR (3 WAY) Flow Control Shunts and Accessories - CSF- FLOW CONTROL VALVE	42312;42314;42316;42322;42324;42326	個	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	5,568	11,136	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
19	CDF0342544M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-腦脊髓液引流控制閥	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CSF- FLOW CONTROL VALVE	42532;42534;42536;42542;42544;42546	個	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	5,568	11,136	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
20	CDLP144410M4	"美敦力"腦脊髓液腰椎髓膜分流系統	"Medtronic" Lumboperitoneal Shunt System	44410;44520	組	衛署醫器輪字第011362號	美敦力	6,219	12,438	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
21	CDPC143103M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件-心臟/腹腔導管	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CARDIAC/PERITONEAL CATHETER	43103;43111	條	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	1,897	3,794	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
22	CDPC143209M4	"美敦力"腦脊髓液引流套件組及附件:心臟/腹腔導管	"MEDTRONIC" CSF FLOW CONTROL SHUNTS AND ACCESSORIES: CARDIAC/PERITONEAL CATHETER	43209;43522;43551	EA	衛署醫器輪字第009959號	美敦力	1,897	3,794	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12

「全民健康保險特殊材料支付標準修正對照表」 附件1

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原健保 支付點數	異動後 支付點數	核價說明	給付規 定	生效日期
23	CDSR123038M4	"美敦力" 腦脊髓液儲液囊及儲液座·儲液囊	"MEDTRONIC" RESERVOIRS AND PORTS: RESERVOIRS	23038A; 23038B; 23038C; 23038D; 23038E; 23039	EA	衛署醫器輸字第 017003號	美敦力	4, 352	8, 704	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
24	CDSR144111M4	"美敦力" 腦脊髓液儲液囊及儲液座-腦脊髓液儲液囊及腦室導管	"Medtronic" Reservoirs and Ports -Ventricular Reservoirs And Ventricular Catheter	44111	組	衛署醫器輸字第 017003號	美敦力	4, 352	8, 704	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
25	CDV0246126M4	"美敦力" 體外引流監測系統 - 體外病患連接管線	"Medtronic" External Drainage and Monitoring System - EDM Patient Connection Line Assembly	46126	條	衛署醫器輸字第 011482號	美敦力	1, 167	2, 334	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
26	CDV0246124M4	"美敦力" 體外引流監測系統 - 引流袋	"Medtronic" External Drainage and Monitoring System - Drainage Bag	46124	個	衛署醫器輸字第 011482號	美敦力	515	1, 030	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
27	CDV0246710M4	"美敦力" 伊雷塔體外引流監測系統	"MEDTRONIC" EXACTA EXTERNAL DRAINAGE AND MONITORING SYSTEM	46710	EA	衛署醫器輸字第 011660號	美敦力	515	1, 030	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
28	CDWC141101M4	"美敦力" 體外引流及監測用腦室導管	"MEDTRONIC" EXTERNAL DRAINAGE AND MONITORING VENTRICULAR CATHETERS	26020;(擴增461115自1040501生效);(26020自1100701刪除)	條	衛署醫器輸字第 010469號	美敦力	1, 074	2, 148	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
29	CDWC141207M4	"美敦力" 腦脊髓液引流套件組及附件 - 腦脊髓液腦室導管	"Medtronic" CSF Flow Control Shunts and Accessories - CSF- VENTRICULAR CATHETER	41207; 41101	條	衛署醫器輸字第 009959號	美敦力	1, 074	2, 148	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
30	CDV0527703M4	"美敦力" 體外引流及監測用腦室導管	"MEDTRONIC" EXTERNAL DRAINAGE AND MONITORING CATHETERS	27637; 27703; 27695;(27703自1100701刪除)	組	衛署醫器輸字第 010469號	美敦力	1, 454	2, 908	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
31	CDV0546118M4	"美敦力" 體外引流及監測用腦室導管	"Medtronic" External Drainage and Monitoring Ventricular Catheters	46118	條	衛署醫器輸字第 010469號	美敦力	1, 454	2, 908	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
32	CDV05EDM03M4	"美敦力" 體外引流及監測用導管	"Medtronic" External Drainage and Monitoring Catheters	27703	組	衛署醫器輸字第 032520號	美敦力	1, 454	2, 908	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
33	CDV0246128M4	"美敦力" 體外引流監測系統	"Medtronic" External Drainage and Monitoring System	46128	組	衛署醫器輸字第 011482號	美敦力	2, 958	5, 916	依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第82次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12

「全民健康保險特殊材料支付標準修正對照表」 附件1

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原健保 支付點數	異動後 支付點數	核價說明	給付規 定	生效日期
34	CDV0246700M4	"美敦力"伊雷塔 引流監測系統	"MEDTRONIC" EXACTA EXTERNAL DRAINAGE AND MONITORING SYSTEM	46700	SET	衛署醫器輸字第 011660號	美敦力	2,958	5,916	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
35	ACVP123048CM	"柯特曼"霍金斯 閥系統:腦室腹腔 引流管(直式) 組接頭(直式)	"MEDOS" CODMAN HAKIM VALVE SYSTEM: HAKIM STRAIGHT CONNECTOR	82-3048	EA	衛署醫器輸字第 007778號	科舉	380	760	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
36	ACVP182150CM	"柯特曼"愛可閥 系統用連接管:腦 室腹腔引流管(直 式)組接頭(直式)	"CODMAN" ACCU-FLO CONNECTORS: STRAIGHT CONNECTORS	82-1501; 82-1504	EA	衛署醫器輸字第 011237號	科舉	380	760	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
37	ACVP182151CM	"柯特曼"愛可閥 系統用連接管:腦 室腹腔引流管(直 式)組接頭(直式)	"CODMAN" ACCU-FLO CONNECTORS: RIGHT ANGLE CONNECTORS	82-1507; 82-1511	EA	衛署醫器輸字第 011237號	科舉	660	1,320	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
38	ACVP221520CM	"美杜思"愛可閥 腦室腹腔引流管 系統-3Way連接 管	"Medos" Accu-Flo Hydrocephalus Shunt System- 3Way connector	82-1520:1	EA	衛署醫器輸字第 009149號	科舉	1,637	3,274	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
39	CDPC123045CM	"柯特曼"霍金斯 閥系統	"MEDOS" CODMAN HAKIM VALVE SYSTEM: HAKIM PERITONEAL CATHETER	82-3045	EA	衛署醫器輸字第 007778號	科舉	1,897	3,794	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
40	CDVC121201CM	愛可閥腦室腹腔 引流管系統:體外 引流管	"MEDOS" ACCU-FLO HYDROCEPHALUS SHUNT SYSTEM: VENTRICULAR CATHETER	82-1201	EA	衛署醫器輸字第 009149號	科舉	1,074	2,148	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
41	CDV0523041CM	"柯特曼"霍金斯 閥系統	"MEDOS" CODMAN HAKIM VALVE SYSTEM: HAKIM VENTRICULAR CATHETER W/ INTRODUCER	82-3041	EA	衛署醫器輸字第 007778號	科舉	1,454	2,908	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
42	CDV02ND200TP	"特浦"腦室引流 套:體外引流管	"TOP" VENTRICULAR DRAINAGE SET: VENTRICULAR CATH SET	ND-200; 700; 1000-6-12; 6-9; 6-6	EA	衛署醫器輸字第 009212號	特浦	1,074	2,148	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12
43	CDV0202204TP	"特浦"腦室引流 套:體外引流組	"TOP" VENTRICULAR DRAINAGE SET	2204	SET	衛署醫器輸字第 009212號	特浦	2,958	5,916	依全民健康保險藥物給付項目及支 付標準共同擬訂會議特材部分第82 次(115年5月)會議結論辦理。	無	115/06/12

報告案 5

115 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果
報告案。

報告案第 5 案

案由：115 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

說明：

一、115 年新功能特材收載情形：

(一) 預算來源：115 年醫院總額部門「新醫療科技」項目新增新功能特材預算為 8 億元，西醫基層預算為 0.19 億元。

(二) 執行進度：

1. 醫院部門：本會議通過收載新功能特材計 37 品項，推估預算約 1.4 億元，115 年 6 月完成公告生效計 9 品項，推估預算約 0.26 億點（詳附件，頁次：報 5-2），其餘 28 品項刻依程序辦理相關事宜。

2. 西醫基層部門：收載項目暫無涉西醫基層部門。

二、115 年修正特材支付標準情形：

(一) 預算來源：115 年醫院總額部門「醫療給付費用總額及其分配之保險給付項目及支付標準改變(特材給付規定改變)」預算為 5 億元，西醫基層預算為 0.013 億元。

(二) 執行進度：

1. 醫院部門：

(1) 本會議通過計有「房室，心臟血管及周邊血管攝影導管(特殊規格)(A226-1)」、「加溫輸血輸液套(E302-1)」、「特殊材質縫合錨釘(D102-5)」共 3 項擴增給付規定，推估預算約 0.43 億點，115 年 6 月完成公告生效計 2 項。

(2) 因應成本調升支付點數：本會議通過計 29 品項，推估預算 0.01 億點，已完成公告自 115 年 6 月 1 日生效。

2. 西醫基層部門：暫無涉西醫基層部門費用預算使用。

報告案第5案 115年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 新納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 115年(截至4月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 115年(截至4月)實際申報點數 -西醫基層	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=BC*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I (千點)	申報點數 J (千點)
1	晶體囊張力環/ 擴張環	115/01/01	FAC0137416RQ	“樂敦”新視張力環	114/07/17	個	8,720	8,720	無	455	3,968				1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點) 18	
2	晶體囊張力環/ 擴張環	115/01/01	FAC01375BT6P	"欧斯提克"囊袋擴張 環-Ringject	114/07/17	個	8,720	8,720	無							
3	晶體囊張力環/ 擴張環	115/01/01	FAC01CAPTR8K	"安傑洛"囊袋張力環	114/07/17	個	8,720	8,720	無			1	9			
4	晶體囊張力環/ 擴張環	115/01/01	FAC01CTR276P	"欧斯提克"囊袋擴張 環-CTR	114/07/17	個	8,720	8,720	無			1	9			
5	房中膈穿刺針	115/01/01	CBS0436755SB	"波士頓科技"微薩心 中膈導引方案	114/11/20	組	56,251	56,251	房中膈穿刺針+ SHEATH(w/dilator)/ 長度>=60cm(具單一角 度，配合電極導管使 用)，sideport+valve			【說明】該特材為健 保給付2組件組合為整 組使用，不會增加健 保費用支出。				
6	人工心肺(薄膜 式)	115/02/01	FHX024835EM4	"美敦力"那堤樂士長 效型索克膜氧合器	114/09/18	組	101,029	101,029	人工心肺套W/長效型 人工心肺 OXYGENATOR+BIO- PUMP+TUBINGSET(長效 型ECMO)(經認證使用 天數14日)+人工心肺 套組W/PUMP HEAD+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET(WITHOUT OXYGENATOR)	791	69,675	18,280				
7	人工心肺套 W/OXYGENATOR+B IO-PUMP+TUBING SET	115/05/01	FHX04NVLKT95	“賽耐司”諾瓦媒體 外循環管組	115/01/15	組	112,711	112,711	人工心肺套W/長效型 人工心肺 OXYGENATOR+BIO- PUMP+TUBINGSET(長效 型ECMO)(經認證使用 天數14日)+人工心肺 套組W/PUMP HEAD+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET(WITHOUT OXYGENATOR)	866	69,675	1,610				
8	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	115/06/01	SAU07SDR01M4	“柯惠”智雅小管徑 縫合釘匣-Curved Tip30mm/45mm	115/03/19	支	7,480	7,480	具彎頭設計之鈦金屬 釘匣/旋轉式鈦金屬釘 匣(手術切割縫合 用)30mm~60mm(4排釘 /6排釘)						不影響財務支出	
9	矽質胃管	115/06/01	CFD02A02ZZ0X	“阿爾傑”胃管(滅 菌)及其附件(非滅 菌)-二載式含組合式 接頭	115/03/19	包	76.3	76.3	成人矽質胃管- 14FR(含)以上	140,734	63.6	1,790				
總計													25,648	18	18	

註1：資料來源：四代倉儲、特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(115.06.08擷取)
註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。
註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。
註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。
註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。
註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

報告案 6

有關新功能特材計 2 品項不列入本保險特材支付標準
收載案

報告案第 6 案

案由：有關新功能特材計 2 項目不列入本保險特材支付標準收載案。

說明：

一、辦理依據：依 115 年 5 月及 6 月份全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議紀錄(詳附件 1，頁次：報 6-2~報 6-4)辦理。

二、建議單位：荷商波士頓科技有限公司台灣分公司、兆生生技股份有限公司。

三、本案特材 2 項目(附件 2，頁次：報 6-5)，經上開專家諮詢會議討論，其會議結論如下：

(一)項次 1 「“波士頓科技”艾科索尼血管用設備-藥物遞送及超聲波導管」計 1 項目：

本案不建議納入健保給付，待臨床上有更具體之實證、試驗數據，並就該品項之適用範圍與給付條件提出建議後，再行提會討論。

(二)項次 2 「“醫比美”鈍頭安全神經阻斷針」計 1 項目：

本案醫材雖具安全改善特性，惟用量少亦無臨床實證優於健保特材，且目前已有替代治療方式，無臨床必要性，不建議納入健保給付。

決定：本案 2 項目不建議列入本保險特材支付標準收載(同附件 2)

115 年 5 月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」

會議紀錄(節錄)

時間：115 年 5 月 28 日上午 9 時 30 分

肆、討論事項：

六、案由：有關用於周邊動靜脈及肺栓塞之「“波士頓科技”艾科索尼血管用設備-藥物遞送及超聲波導管」納入健保給付案，提請討論。

(一)建議廠商：荷商波士頓科技有限公司台灣分公司。

(二)本案醫材依仿單所載，用於藉超音波輸液至醫師指定之肺動脈及周邊血管內，包含血栓溶解劑、治療肺栓塞及深層靜脈栓塞，為使健保收載特材符合臨床使用，爰啟動研議。

討論重點：

(一)中華民國心臟學會、台灣介入性心臟血管醫學會與會代表表示：

1. 學會原回復意見時不建議納入，但美國心臟學會(AHA)已於115年2月發表最新肺栓塞臨床指引，正式將此類導管溶栓手術於部分適應症列為2A級建議。

2. 鑑於最新國際指引與實證陸續釋出，目前傾向建議有條件地納入健保給付。

(二)台灣周邊血管學會與會代表表示：與心臟學會一致，去年雖持保留態度，但考量今年最新修正之國際指引，目前態度轉為支持，並建議可針對「急性肺動脈栓塞」之特定臨床條件給予健保給付。

(三)血管外科學會與會代表表示：由於去年與今年的國際實證與臨床狀況已有顯著不同，支持有條件地納入健保。在疾病別上，建議可先針對目前指引有明確支持的肺栓塞部分進行有條件給付。

(四)台灣胸腔及心臟血管外科學會與會代表表示：

1. 今年發表的新指引確實是重要進展，但必須強調該指引僅針對「急性肺動脈栓塞」且屬於「中高風險」之病人族群，其證據等

級方為 2A，其餘適應症之證據等級目前僅為 2B。

2. 健保若考慮給付，絕對不能全面性開放，必須依據現有的實證基礎，嚴格限縮於特定高風險且符合實證的病人狀況。

(五)與會專家表示：

1. 國際指引於今年 2 月底才剛發布，國內臨床醫師對此新指引可能仍缺乏足夠的實際操作經驗。健保罕有在國際指引甫提出 2A 建議便立即全面給付之先例，現階段應定位為非絕對必要之品項，建議再行觀察，由各大醫學中心依指引試行一段時間並累積臨床成效後再議。
2. 各學會先前的書面意見均一致判定該醫材「仍缺乏顯著研究或大型臨床試驗證明其長期療效」。臨床實證不可能在指引發表後短短幾個月內便發生本質性的轉變，現有證據力仍嫌不足。
3. 若各學會主張「有條件給付」，應於會後重新盤點、蒐集更充足之國際實證，並提出具體且嚴謹的健保給付條件規範後，再行提會討論。

結論：本案不建議納入健保給付，待臨床上有更具體之實證、試驗數據，並就該品項之適用範圍與給付條件提出建議後，再行提會討論。

115 年 6 月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」

會議紀錄(節錄)

時間：115 年 6 月 11 日上午 9 點 30 分

參、討論事項：

五、案由：有關用於注射或抽吸液體組織之「“醫比美”鈍頭安全神經阻斷針」納入健保給付案。

(一)建議廠商：兆生生技股份有限公司。

(二)本案醫材用於注射或抽吸液體組織，自 102 年起登載於「新功能醫材申請納入健保給付審議進度清單」，為使健保收載與時俱進及瞭解臨床需求，爰啟動研議。

討論重點：

台灣神經外科醫學會與會代表表示：本案醫材為鈍頭設計，雖可降低穿刺時神經損傷風險，然臨床實務上透過醫師的施作手法及穿刺角度也可避免神經損傷，故不具臨床必要性，不建議納入給付。

結論：本案醫材雖具安全改善特性，惟用量少亦無臨床實證優於健保特材，且目前已有替代治療方式，無臨床必要性，不建議納入健保給付。

不建議列入本保險特材品項表

附件2

項次	特材中文名稱	特材英文名稱	醫療器材許可證	廠商名稱	辦理依據
1	"波士頓科技" 艾科索尼血管用設備-藥物遞送及超聲波導管	"Boston Scientific" EkoSonic Endovascular System with Rapid Pulse Modulation—Drug delivery and Ekosonic Catheter	衛署醫器輸字第023218號	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	115年5月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」
2	“醫比美” 鈍頭安全神經阻斷針	“Epimed” Blunt Nerve Block Needle	衛署醫器輸字第023726號	兆生生技股份有限公司	115年6月份「全民健康保險醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議」