

全民健康保險特殊材料專家小組第 56 次(101 年 5 月)會議紀錄

時 間：101 年 5 月 24 日(星期四)上午 9 時

地 點：行政院衛生署中央健康保險局九樓第一會議室

主 席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)

紀 錄：羅家儀

出席人員：如會議簽到單

一、確認上次會議紀錄：已確認。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：全民健康保險特殊材料專家小組待審議案件進度報告(略)

四、討論提案

(一)案由：有關「泰宗生物科技股份有限公司」申請擴增特殊材料「雅節關節內注射劑 ARTZ/ARTZDISPO」給付規定範圍並提高健保支付點數乙案，提請討論。

結論：本案廠商申請擴增本項特材給付範圍，增列「經藥物治療無效之未完全斷裂肩旋轉肌袖疾患」，但預估納入健保給付後之前三年使用量嚴重低估。考量對於健保財務衝擊極大，建議先委請財團法人醫藥品查驗中心就其臨床醫療經濟效益及財務衝擊進行評估後，再提會討論。

(二)案由：有關「美商良衛股份有限公司台灣分公司」申請新增特殊材料「"漢尼帝克"自體血液回收系統管套"HAEMONETICS" Cell Saver Set For Autotransfusion System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材對於非微創之脊椎手術有臨床需要性，建議納入健保給付。
2. 建議按現行給付之「術中自體血液收集套」功能類別，支付價 7,307 點給付。
3. 「術中自體血液收集套」給付規定建議修改如下：
 - (1)開心手術、大動脈手術及肝、脾破裂出血超過 2000C.C 之大手術。
但於一至二條血管之微創直接冠狀動脈繞道手術不得申報。
 - (2)非微創之長節(≥3 節)脊椎內固定手術。

(3)限使用一套。自體輸血系統、血液脫液器組，以上兩種材料不能同時重複使用。

(三)案由：有關「日商泰爾茂股份有限公司台北分公司」申請新增特殊材料「"泰爾茂"血小板輸液套" Terumo" Terufusion Platelet Administration Set」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材有臨床需要性，建議納入健保給付。由於目前亦可使用一般輸血套輸注血小板，故建議比照健保現行給付之一般輸血套，支付價 20 點給付。

(四)案由：有關「台灣柏朗股份有限公司」申請新增特殊材料「柏朗輸液轉換閥(抗藥型)Discofix C Multidirectional stopcocks(Drug resistant)」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材具抗藥性，較一般轉換閥不易破裂滲漏，有臨床需要性，建議納入健保給付。
2. 給付規定建議訂定如下：限使用於 Ciclosporin、Etoposid、Phenytoin-sodium、Propofol 等藥物輸注。
3. 建議與廠商議價。並請廠商提供本特材與一般轉換閥之成本分析資料。

(五)案由：有關「六霖企業有限公司」申復新增特殊材料「"史特勞斯"動力準分子雷射電燒導管"Spectranetics" TURBO elite Excimer Laser Ablation Catheters」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材業經全民健康保險特殊材料專家小組第 46 次會議討論，結論略以：因臨床文獻無法證明該新品之療效優於現有治療方法，建議不納入健保給付，廠商本次再提資料申復。惟其檢附文獻仍不足以解釋第 46 次會議結論之疑慮，且臨床已有其他有效治療方式，建議仍維持特材專家小組第 46 次會議結論：暫不納入健保給付。

(六)案由：有關「鼎昱科技有限公司」申請新增特殊材料「"鉸積維"安普拉

茲肌肉性心室中膈缺損關閉器"AGA" Amplatzer Muscular VSD Occluder」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材使用於經心導管關閉肌肉性心室中膈缺損，具臨床需要性，建議納入健保給付，支付價比照「心房中膈關閉器」，以 138,000 點核定。
2. 給付規定建議請中華民國心臟學會及台灣兒童心臟學會提供意見。

(七)案由：有關「台灣聖猷達醫療用品有限公司」申請新增特殊材料「"聖猷達"可控式導引導管" SJM" Agilis NxT Steerable Introducer」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材可輔助電燒管之定位操控，提供術者較佳的精確性及方便性，但價格昂貴，建議先請中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會針對是否應納入健保給付，以及如納入給付，如何訂定給付規定等表示意見後再提會討論。

(八)案由：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」申請新增特殊材料「"邁柯唯"暫時性電極導線"MAQUET" Temporary Pacing Electrode」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材具臨床療效，建議納入健保給付。廠商本次係申請單極型，建議比照目前已給付之類似功能類別品項「TEMPORARY MYOCARDIAL PACING LEAD」，支付價 1,038 點給付。

(九)案由：有關「台灣愛德華生命科學股份有限公司」申請新增特殊材料「"愛德華"菲斯歐二尖瓣膜修補環"Edwards" Carpentier-Edwards physio Annuloplasty Ring」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材可用於矯正纖維化二尖瓣膜環出現擴張及變形的各種後天或先天二尖瓣閉鎖不全，建議納入健保給付。
2. 考量該產品之臨床療效與原已給付之產品相近，故建議比照目前已給

付之類似功能類別品項「人工瓣膜輪／彈性修補環,特殊矽膠包覆聚脂絲絨纖維」,支付價為 20,100 點給付。

(十)案由：有關「傳永有限公司」申復新增特殊材料「心室輔助器” Thoratec” Ventricular Assist Device(VAD)」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案業經全民健康保險特殊材料專家小組第 31 次會議討論，結論略以：本案因現有 VAD 種類多，為通盤研議，建議應再蒐集相關資料及評估納入部分給付之可行性。考量本特材價格昂貴，對健保財務衝擊極大，宜通盤研議，建議維持上次會議結論續辦。

(十一)案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請新增特殊材料「"曲克" ERCP 導線 "COOK" ERCP Guide Wire」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材廠商所提文獻與申請品項不符，建議請廠商再提供完整文獻資料後再提會討論。
2. 此類導線是施行膽道鏡時之輔助工具，為通盤研議，建議請「台灣消化系醫學會」及「台灣消化系內視鏡醫學會」提供執行 ERCP（逆行性膽道及胰管造影）需使用之所有耗材後，一併提會討論。

(十二)案由：有關「德俐行企業有限公司」申請新增特殊材料「"史達美克"電燒系統及附件-凝血電極單針" STARmed "electrosurgical system and accessories」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材係應用於肝細胞癌之局部消融治療（水冷式直針燒灼），建議納入健保給付，讓醫師多一種選擇。價格及給付規定均比照目前已給付類似功能類別品項「無線電頻率燒灼系統：勒鈐針狀電極」，支付價 22,215 點給付。
2. 本項「水冷式直針燒灼」與「勒鈐針狀電極」，同次治療以使用一種為限。

五、散會：中午 12 時 10 分