

全民健康保險特殊材料專家小組第 54 次(101 年 4 月)會議紀錄

時 間：101 年 4 月 19 日(星期四)上午 9 時

地 點：行政院衛生署中央健康保險局九樓第一會議室

主 席：李召集人丞華

紀 錄：羅家儀

出席人員：如會議簽到單

一、確認上次會議紀錄：確認。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

(一) 健保醫療特殊材料業務簡介(略)。

(二) 全民健康保險特殊材料專家小組待審議案件進度報告(略)。

四、討論提案

(一)案由：有關「前茂股份有限公司」申復新增「“亞諾”多重輸液導管套” Arrow” Multi-Lumen central Venous catheterization sets」12Fr 大管徑 3 腔之核價類別及調高其健保支付點數乙案，提請討論。

結論：本案特材確有臨床需要性，建議先請相關醫院針對是否需訂定給付規定（如限急診與手術室使用）表示意見後，再提會討論。

(二)案由：有關「翔源貿易有限公司」申請特殊材料「"可美爾"藥封密閉式輸液套"Carmel"PhaSeal」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：由於不同層級醫院對化療藥物之防護設備不盡相同，故建議再請其他醫院之腫瘤藥品調劑部門提供意見後，再提會討論。

(三)案由：有關「現代儀器股份有限公司」申請特殊材料「”美樂得”外滲偵測系統：拋棄式病患介面” Medrad” Extravasation Detector System：PID」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：對比劑的滲漏關鍵在於操作人員的謹慎程度，且注射前都有做高速之注射測試，大量注射時大多有人員就近在旁觀察，故暫不納入健保給付。

(四)案由：有關修訂「安全針具」使用規定相關事宜，提請討論。

結論：查行政院衛生署業已成立安全針具推動專案小組，有關安全針具相關事宜將依該小組決議事項辦理，故本案暫不列入討論。

(五)案由：有關「雅力信股份有限公司」申復「優倍力關節腔注射劑 Hyalubrix Intra-articular injection」健保支付點數乙案，提請討論。

結論：本案特材療效未明顯優於現有類似功能類別品項，建議仍維持原核定價格，按每支 1,099 點給付。

(六)案由：有關「台灣捷邁醫療儀器有限公司」申請特殊材料「捷邁”皮富捷 髌骨股骨人工關節” Zimmer” Gender Solution Patellofemoral joint System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材具臨床療效，建議納入健保給付。
2. 支付價格比照現行給付之人工半膝關節(Uni Knee)，以每組 46,894 點核定。
3. 給付規定及禁忌症訂定如下，再請中華民國骨科醫學會確認。

◎給付規定：

- (1)髌股關節之嚴重退化性或外傷性關節，其關節間隙消失合併骨骼變形者。
- (2)髌股關節之病變導致嚴重疼痛，經保守治療 6 個月以上、並經清創手術或軟骨移植手術失敗者。
- (3)髌股骨列位不正，經手術矯正已回正位，但仍有嚴重髌股關節症狀者。

◎禁忌症：

- (1)發炎性（如類風濕性）關節炎。
- (2)合併脛股關節炎。
- (3)髌股骨列位不正且無法矯正。
- (4)脛股骨列位不正(外翻>8 度或內翻<5 度)。
- (5)膝關節最大屈曲度 <110 度。
- (6)患部關節曾有關節局部感染，或其他局部/全身性感染病史，可能

影響到人工關節。

(7)骨存量不足。

(8)半月板或韌帶結構不足。

(9)骨骼未成熟。

(10)神經性之關節病變。

(七)案由：有關「台灣信迪思醫療器材股份有限公司」申請特殊材料「"信迪思"脛骨髓內釘"Synthes"Expert Tibia Nail System」等22項納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

1. 本案特材具臨床療效，建議納入健保給付。

2. 給付點數：

(1)品項 1~3；5~7；9~10；12~16；18 及 20~21 依本保險目前核價原則：鈦合金材質為不鏽鋼材質點數+8%核定，故支付價格為現有類似功能品項(不鏽鋼材質)加計 8%核定。

(2)品項 4；8；11；17；22 為 END CAP，已內含於 NAIL 組件內，不另計價。

(3)品項 19 為小兒用，有臨床需求，以 3,200 點核定，但請中華民國小兒骨科醫學會訂定較嚴格之給付規定。

(八)案由：有關「英商壯生和壯生〔香港〕股份有限公司台灣分公司」建議開放「陶瓷股骨頭」搭配「聚乙烯襯墊」使用乙案，提請討論。

結論：本案建議依相關醫學會意見，同意開放「陶瓷股骨頭」搭配「聚乙烯襯墊」使用，列入現行已部份給付品項；並加註聚乙烯襯墊屬健保給付品項，不可向民眾收取差額。

(九)案由：有關「韶田股份有限公司」申請新增特殊材料「"艾克曼"加壓螺釘系統"Acumed" compression Acutrak Bone Screw」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材具臨床療效，建議納入健保給付。支付價格依本保險目前核價原則：鈦合金材質為不鏽鋼材質點數加計 8%，創新設計加

計 10%，核定為 2,360 點。【Cannulated Screw 2,000 點×(1+8%+10%)=2,360 點】

(十)案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」申請新增特殊材料「"美敦力"思迪 M8 經皮脊椎固定系統-2 節、3 節、骨釘、骨釘帽、短節固定桿、長節固定桿"Medtronic"CD Horizon M8 Sextant Percutaneous Spinal System」等 6 項納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，建議暫不納入健保給付。

(十一)案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」申請新增特殊材料「"佛柔美德"抗粘黏凝膠"Fzio Med"MediShield Anti-Adhesion Gel」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案廠商所提供使用數量偏低，且所提資料無法證實可減少相關醫療資源，建議暫不納入健保給付。

(十二)案由：有關「成悅生技有限公司」申復「"喜望"骨填充物注入工具系列"SEAWON" Bone Fillter Delivery System」健保支付點數乙案，提請討論。

結論：本案廠商所提經濟效益資料不足，且對健保財務衝擊甚大，建議暫不納入健保給付。

五、散會：中午 12 時 50 分