

全民健康保險特殊材料專家小組第 49 次(100 年 8 月)會議紀錄

開會時間：100 年 8 月 11 日(星期四)上午 9 時

開會地點：本局九樓第二會議室

出席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(蔡科長文全代)

紀錄：詹素珠

壹、主席致詞

貳、討論提案

提案一(骨科)

案由：有關「一協紀股份有限公司」申請將其所販售特材「易速石膏繃帶」之歸類自「樹脂石膏」中分開並另行分類乙案，提請討論。

結論：熱塑性石膏繃帶與樹脂石膏繃帶因材質不同，建議另列功能類別，並比照樹脂石膏繃帶之給付規定辦理。

提案二(心臟內科)

案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」建議將目前部分給付之 Pacemaker(DDDR)之核價類別再分類乙案，提請討論。

結論：廠商所提不同代之 DDR 型人工心律調節器，只有程式設計改變，其結構並未改變，而且並無法延長使用年限，故不建議另列功能類別。

提案三(眼科)

案由：有關「瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司」建議將目前 ACRYSOF 材質之人工水晶體及部分給付人工水晶體之核價類別再分類乙案，提請討論。

結論：ACRYSOF 人工水晶體單片型及多片型，其功能並無差異，故不建議另列功能類別。另特殊功能人工水晶體部分，建議增加「調節型人工水晶體」之類別，其餘維持現行類別。

提案四(感染科、急診)

案由：有關「美商必帝股份有限公司台灣分公司」建議將該公司代理之安全靜脈導管產品，因其功能設計為針頭自動回縮型，建議另分功能類別乙案，提請討論。

結論：安全靜脈留置針之安全設計雖有不同，惟功能並無差異，故不建議另

列功能類別。

提案五(整外)

案由：有關「昱浩藥品有限公司」申請特殊材料「“百膚可凝膠”」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本項產品臨床上有其療效，建議納入健保給付，並按現行給付之 HYDROGEL 每支 276 點核定。

提案六(整外)

案由：有關「達慶醫療儀器有限公司」申復特殊材料「"愛力根"組織擴張器」之健保給付點數乙案，提請討論。

結論：本項產品臨床有其必要性，建議恢復納入給付範圍，並與廠商議價。

參、散會:中午 11 時 40 分