

全民健康保險特殊材料專家小組第 48 次(100 年 7 月)會議紀錄

開會時間：100 年 7 月 28 日(星期四)上午 9 時

開會地點：本局九樓第一會議室

出席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)

紀錄：施彩雲

壹、主席致詞(略)

貳、討論提案

提案一(泌尿科)

案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請特殊材料「”曲克”雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案有臨床療效，惟建議先請相關醫學會提供適應症及給付規定後，再提會討論。

提案二(心內)

案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」申請特殊材料「"美敦力"康賽特心臟再同步節律器」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本特材係目前已給付 INSYNC III ATRIAL SYNCHRONOUS PACING DEVICE 添加新功能後之機型，可幫助醫師瞭解病患之 fluid status，惟所提文獻無法證明療效之優越性，建議納入健保給付，但支付點數比照前述品項核定為 190,843 點。

提案三(心外)

案由：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」申請特殊材料「"邁柯唯"阿克貝心臟不停跳穩定器系統」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：因廠商所提文獻所使用之特材與申請品項不符，建議請廠商補提供文獻等相關資料後再議。

提案四(心外)

案由：有關「安鼎貿易有限公司」申請特殊材料「"艾科"心臟冷凍刀設備及其附件」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本產品與目前本保險給付之「心內膜心律不整外科燒灼電刀用電極」臨床療效相似，建議納入健保給付，價格比照核定為 40,854 點。

提案五(放射科)

案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請特殊材料「"曲克"格拉爵測量導線」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：目前在血管攝影測量血管腔尺寸，可用影像精準獲得，不需另外置入導線測量，故不建議納入健保給付。

提案六(放射科)

案由：有關「現代儀器股份有限公司」申請特殊材料「"美樂得"外滲偵測系統:拋棄式病患介面」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本特材可偵測電腦斷層攝影顯影劑外滲，建議先請相關醫學會提供適應症及給付規定後，再提會討論。

提案七(放射線科)

案由：有關「現代儀器股份有限公司」申請特殊材料「"美樂得"輸液管」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本產品臨床使用必要性不高，不建議納入健保給付。

提案八(骨科)

案由：有關「雷得股份有限公司」申請特殊材料「"瑞德"歐史特去礦物質化骨骼替代品」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案請廠商提出更具體及更適切之臨床試驗文獻，以佐證其優異性後再議。

提案九(骨科)

案由：有關「雅力信股份有限公司」申請特殊材料「優倍力關節腔注射劑」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材建議納入健保給付，因無證據顯示其療效較現有類似品項為佳，故價格比照現行給付之關節腔注射劑，「每個療程注射 3 針」核定為每支 1,099 點。

提案十(骨科)

案由：有關「台灣捷邁醫療儀器有限公司」申請特殊材料「微創模組化全人工膝關節組(MIS)」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本品為「微創型全人工膝關節」，可提供臨床多一種選擇，建議納入健保給付，價格比照現行給付高彎曲度 Total knee 核定為每組 54,597 點。

提案十一(骨科)

案由：有關「台灣捷邁醫療儀器有限公司」申請特殊材料「捷邁」皮富捷髌骨股骨人工關節」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案建議先請相關醫學會，參考此產品由行政院衛生署核定之仿單所登載之適應症及禁忌症，提供健保給付規定等意見後，再提會討論。

參、散會：上午 11 時 40 分