

全民健康保險特殊材料專家小組第 44 次會議紀錄

開會時間：100 年 1 月 27 日(星期四)上午 9 時

開會地點：本局九樓第一會議室

出席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)

紀錄：周清蓮

壹、主席致詞(略)

貳、討論提案

提案一(血液腫瘤科)

案由：有關森昌有限公司申請新增特殊材料「克萊福藥物準備系統組件」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：

- 一、本產品可增進醫事人員及病人之安全，建議納入健保給付。
- 二、IV BAG SPIKE W/CLAVE NEEDLELESS CONNECTOR 及 IV BAG SPIKE W/CLAVE NEEDLELESS CONNECTOR(玻璃瓶專用)各按 70 點核價，BAG SPIKE ADAPTOR w/SPIROS 按 134 點核價。

提案二(消化外科)

案由：有關荷商波士頓科技有限公司台灣分公司申請新增類別特材「"波士頓科技"華勒斯膽道支架系統」乙案，提請討論。

結論：建議請相關醫學會(台灣消化系醫學會、台灣消化系內視鏡醫學會、台灣外科醫學會、台灣腫瘤醫學會、中華民國放射線醫學會)對於使用規定(含適應症、每次使用支數及存活期間等)表示意見後再提會研議。

提案三(小兒脊椎外科)

案由：有關台灣信迪思醫療器材股份有限公司申請「肋骨至板狀腰椎組合、肋骨至髂骨組合、肋骨至肋骨組合及延展用鎖」等 4 項納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：

- 一、本產品對患有此類疾病之兒童甚有幫助，建議納入健保給付。
- 二、須事前審查。
- 三、使用規定如下：需同時符合以下三項條件(一)胸腔發育不全患者，肺

功能檢查呈中度限制性受損 (moderate restrictive impairment) 以上者。(二) 脊柱側彎(Cobb's angle)40 度以上或兩次追蹤檢查角度增加 10 度以上。(三) 骨骼未達成熟 Risser Sign ≤ 4 或 Bone age study ≤ 14 歲。

四、建議由健保局與廠商議價。

提案四(脊椎外科、神經外科)

案由：有關健伸科技股份有限公司申請「低溫電漿椎間盤減壓汽化棒」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：依廠商所附文獻報告資料顯示療效並不明確，且日後需要再次手術之比率偏高，建議不納入健保給付。

提案五(心內)

案由：有關祥豐醫療器材有限公司申請新增特材「”奧爾”速高冠狀動脈擴張導管」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：建議納入健保給付，但本項材料功能並未較現行做法為佳，故按現行給付類似品項支付價 8,340 點核價。

提案六(心內)

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請特材"瑞地" 菲莫斯特股骨加壓止血器納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本項材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案七(心內)

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請特材"瑞地" 非充氣式止血帶(滅菌) 納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本項材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案八(心內)

案由：有關美敦力醫療產品股份有限公司申請特材"美敦力" 艾坦艾比利導線 納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

一、本產品有其臨床療效，建議納入健保給付。

二、本產品安置上及日後調整有其方便性，故按現行給付類似品項支付

價 21860 點加計 5%，依 22953 點核價。

三、其適應症比照心房同步雙心室節律器辦理。

提案九(心外)

案由：有關香港商邁柯唯有限公司台灣分公司申請特材"邁柯唯" 心索第三代近端血管吻合系統納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 一、本產品對主動脈鈣化嚴重之病人有其臨床療效，建議納入健保給付。
- 二、建議由健保局與廠商議價。

提案十(心外)

案由：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司申請特材"樂脈" 血管閉合系統納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本項材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案十一(心外)

案由：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司申請特材"樂脈" 血管閉合系統納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本項材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案十二(心外)

案由：有關揚通企業有限公司申請特材" 法斯樂舒順" 普倫特動靜脈血栓清除導管納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 一、本產品有其臨床療效，建議納入健保給付。
- 二、因其功用與現行給付品項類似，故按現行給付類似品項支付價 15,000 點核價。
- 三、適應症比照抽吸方式移除血栓系統組辦理。

參、散會:中午 12 時 5 分