

**全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第 44 次（109 年 5 月）會議議程**

時間：109 年 5 月 21 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

壹、主席致詞

貳、請參閱並確認上次會議紀錄(藍本卷夾)

參、前次會議決定及結論辦理情形報告(無)

肆、報告事項：

第 1 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 151 項:(1)新增既有功能類別特材品項 129 項/第 1-1~1-22 頁；項次 1~129。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 5 項/第 1-23 頁 1-24 頁；項次 130~134。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 17 項/第 1-25 頁~1-27 頁頁；項次 135~151。

第 2 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 62 項:(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 35 項/第 2-1~2-4 頁；項次 1~35。(2)核價類別變更及價格調整品項 10 項/第 2-5 頁 2-6 頁；項次 36~45。(3)已達價量協議數量調整支付點數品項 17 項/第 2-7~2-11 頁；項次 46~62。

第 3 案：「109 年新功能類別特材預算支用情形」報告案。

伍、討論提案：

第 1 案：有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於肩關節置換之特材「"邦美"康品恆禧福反置式肩關節系統」共 5 項納入健保給付

案，提請討論。

第 2 案：有關「正杏實業有限公司」建議將「亮藍網膜眼用染劑」及「台酚藍囊袋眼用染劑」共計 2 項納入健保給付案，提請討論。

第 3 案：有關研議修訂現行健保 3 針型及 5 針型「關節內注射劑」給付規定併同修訂 1 針型「關節內注射劑」給付規定案，提請討論。

第 4 案：有關建議修訂健保給付之「長效型心室輔助系統」給付規定案，提請討論。

第 5 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊功能人工水晶體」計 115 品項之核定費用案，提請討論。

第 6 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」等 2 類計 26 品項之核定費用案。

第 7 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」及「治療複雜性心臟不整脈消融導管」等 3 類計 62 品項之核定費用案，提請討論。

第 8 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質人工髖關節」計 131 品項之核定費用案，提請討論。

第 9 案：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「調控式腦室腹腔引流系統」計 15 品項之核定費用案，提請討論。

報告案 1

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 151 項:(1)新增既有功能類別特材品項 129 項/第 1-1~1-22 頁；項次 1~129。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 5 項/第 1-23 頁 1-24 頁；項次 130~134。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 17 項/第 1-25 頁~1-27 頁頁；項次 135~151。

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
1	FBKP15400NZ1	"捷邁"牌適耐人工膝關節系統韌骨組件	"ZIMMER"PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM ALL POLY PATELLA	42-5400-000-26;29;32;35;38;41	組	衛部醫器輸字第032822號	捷邁	5,961	依FBKP1A1(TOTAL KNEE/PATELLA)同功能類別品項(如特材代碼FBKP15973NZ1)之支付點數暫予支付。	19	D108-1	109/7/1
2	FBA14444037EK	"漢奇"瑪羅纜線整合式銅板系統-纜線	"Hankii" MARO Cable Grip Plate System-Cable	440-370-16;18;20	個	衛部醫器輸字第033004號	得立生技	1,230	依FBA14A1(STAINLESS CABLE(銅索))同功能類別品項(如特材代碼FBA142300NHI)之支付點數暫予支付。	1	D201-3	109/7/1
3	FBA14444230EK	"漢奇"瑪羅纜線整合式銅板系統-套具	"Hankii" MARO Cable Grip Plate System-Cable Sleeve	442-300-16;18;20	個	衛部醫器輸字第033004號	得立生技	1,707	依FBA14A2(STAINLESS CABLE SLEEVE(索套))同功能類別品項(如特材代碼FBA142305NHI)之支付點數暫予支付。	3	D201-3	109/7/1
4	FBA14444632EK	"漢奇"瑪羅纜線整合式銅板系統-直型骨板	"Hankii" MARO Cable Grip Plate System -Cable Grip Hook Plate	446-320-06;07;08;10	個	衛部醫器輸字第033004號	得立生技	7,384	依FBA14A5(STAINLESS CABLE BONE PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBA143704NHI)之支付點數暫予支付。	1	D201-3	109/7/1
5	FBA14444730EK	"漢奇"瑪羅纜線整合式銅板系統-勾型骨板	"Hankii" MARO Cable Grip Plate System -Cable Grip Hook Plate	447-300-00;08	個	衛部醫器輸字第033004號	得立生技	4,528	依FBA14A4(STAINLESS CABLE GRIP(夾縮器))同功能類別品項(如特材代碼FBA142301NHI)之支付點數暫予支付。	1	D201-3	109/7/1
6	FBD00P819N2W	全微骨板骨釘系統：動態膝部骨板骨釘組(骨板+動態拉力骨釘+壓迫螺絲)	Microware Bone Plates and Bone Screws: Dynamic Condylar Screw Plate Set(PLATE+SCREW3)	(4819-06;08;10;12;14;16;18;20;22-A-000):(250-050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140;145-A-000):251003A-000	組	衛署醫器製字第003807號	全微精密	6,748	依FBD00A2(DCS Compression Condylar Screw System)同功能類別品項(如特材代碼FBD000000955H)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1
7	FBP01P22NN2W	全微骨板骨釘系統：4.5mm半管型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Semi-tubular Plate 4.5mm	(422-020;030;040;050;060;070;080;090;100;110;120-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	500	依FBP01A1(Semi Tubural Plate(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP01102105H)之支付點數暫予支付。	5	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
8	FBP01P41NN2W	全微骨板骨釘系統:3.5mm 1/3管型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: One-third Tubular Plate 3.5mm	(441-320;330;340;350;360;370;380;390;400;420-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	441	依FBP01A2(One-Third Tubular Plate(配合3.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP01102125H)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1
9	FBP01P420N2W	全微骨板骨釘系統:2.7mm 1/4管型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Quarter Tubular Plate 2.7mm	(442-030;040;050;060;070;080-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	380	依FBP01A3(Quarter Tubular Plate(配合2.7, 2.0MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP011480NSN)之支付點數暫予支付。	5	無	109/7/1
10	FBP02P24NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm窄動態加壓骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Dynamic Compression Plate 4.5mm, Narrow	(424-020;030;040;050;060;070;080;090;100;110;120;130;140;150;160;170-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,228	依FBP02A3(Narrow DYNAMIC COMPRESSION PLATE(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0222400V2)之支付點數暫予支付。	11	無	109/7/1
11	FBP02P26NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm寬動態加壓骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Dynamic Compression Plate 4.5mm, Broad	(426-060;070;080;090;100;110;120;130;140;150;160;170;180;200;220-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,656	依FBP02A1(Broad DYNAMIC COMPRESSION PLATE(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0222600V2)之支付點數暫予支付。	13	無	109/7/1
12	FBP02P27NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm寬加長型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Lengthening Plate 4.5mm, Broad	(427-810;820;830;840-A-000);(427-150;160;170;180;190;200;210;220-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,849	依FBP02A2(BroadLengtheningPlate(配合4.5MMSCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP02458105H)之支付點數暫予支付。	2	無	109/7/1
13	FBP02P28NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm窄加長型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Lengthening Plate 4.5mm, Narrow	(428-810;820;830;840;850;860-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,787	依FBP02A4(Narrow Lengthening Plate(配4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP02408085H)之支付點數暫予支付。	1	無	109/7/1
14	FBP02P43NN2W	全微骨板骨釘系統:2.0mm, 2.7mm動態加壓骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Dynamic Compression Plate 2.0mm, 2.7mm	(443-540;550;560;570;580-A-000);(444-020;030;040;050;060;070;080;090;100;110;120-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,173	依FBP02A6(Mini DYNAMIC COMPRESSION PLATE(配合2.7, 2.0MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP02000275H)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
15	FBP02P48NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm動態加壓骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Dynamic Compression Plate 3.5mm	(448-020;030;040;050;060;070;080;090;100;110;120-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	977	依FBP02A5(Small DYNAMIC COMPRESSION PLATE(配合3.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0224350V2)之支付點數暫予支付。	10	無	109/7/1
16	FBP03P293N2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm直線型重建骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Reconstruction Plate 4.5mm, Straight	(429-303;316-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	3,487	依FBP04A1(Reconstruction Plate)同功能類別品項(如特材代碼FBP0324302V2)之支付點數暫予支付。	17	無	109/7/1
17	FBP03P400N2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm匙型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Spoon Plate 4.5mm	(440-050;060-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,714	依FBP03A3(Large Spoon Plate(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP032400NS1)之支付點數暫予支付。	4	無	109/7/1
18	FBP03P403N2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm T型支撐骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: T-Buttress Plate 4.5mm	(440-340;350;360-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	2,130	依FBP03A1(Large Buttress Plate(配合4.5MM SCREW)L/T PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP03203085H)之支付點數暫予支付。	21	無	109/7/1
19	FBP03P40502W	全微骨板骨釘系統:4.5mm左/右邊型L型支撐骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: L-Buttress Plate 4.5mm, Left/Right	(440-503;506-A-000);(440-403;406-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	2,130	依FBP03A1(Large Buttress Plate(配合4.5MM SCREW)L/T PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP03202065H)之支付點數暫予支付。	21	無	109/7/1
20	FBP03P40552W	全微骨板骨釘系統:4.5mm左/右邊型側邊脛骨骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Lateral Tibial Head Plate 4.5mm, Left / Right Leg	(440-450;470;490;510;530;550;570;590;610;630-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	3,157	依FBP03A2(Large Special Plate(LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRES PL(配4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0341003SN)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
21	FBP03P40902W	全微骨板骨釘系統:4.5mm左/右邊型骨踝支撐骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Condylar Buttress Plate 4.5mm, Left/ Right	(440-907;909;911;913;915;707;709;711;713;715-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	3, 493	依FBP03A6(Large Condylar Buttress Plate(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0324807V2)之支付點數暫予支付。	5	無	109/7/1
22	FBP03P409N2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm眼鏡蛇骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cobra Head Plate 4.5mm	(440-988;991-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	3, 892	依FBP03A4(Large Cobra Head Plate(配合4.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP0398001V2)之支付點數暫予支付。	2	無	109/7/1
23	FBP03P40NN2W	全微骨板骨釘系統:4.5mm T型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: T-Plate 4.5mm	440-130;140;150;160;170;180;190;200;210;220-A-000	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	2, 130	依FBP03A1(Large Buttress Plate(配合4.5MM SCREW)L/T PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP03203085H)之支付點數暫予支付。	21	無	109/7/1
24	FBP03P411N2W	全微骨板骨釘系統:3.5mm 右角T型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Small T-Plate 3.5mm, Right Angled	(441-130;140;150;160;170;180-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	952	依FBP03A7(Small Special Plate(配合3.5MM SCREW)T PLATE, L PLATE, H PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP03123065H)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
25	FBP03P412N2W	全微骨板骨釘系統:3.5mm 斜角T型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Small T-Plate 3.5mm, Oblique Angled	(441-230;240;250-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	952	依FBP03A7(Small Special Plate(配合3.5MM SCREW)T PLATE, L PLATE, H PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP03123065H)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
26	FBP03P416N2W	全微骨板骨釘系統:3.5mm跟骨骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Calcaneal Plate 3.5mm	(441-610 ; 620-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	3, 104	依FBP04A2(Y Reconstruction Plate(或CALCANEAL PLATE))同功能類別品項(如特材代碼FBP0344010SN)之支付點數暫予支付。	3	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
27	FBP03P418N2W	全微骨板骨釘系 統:3.5mm葉型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cloverleaf Plate 3.5mm	(441- 830;840;850;860;870;880;890- A-000)	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	1, 603	依FBP03A8(Small Cloverleaf Plate(配合3.5MM SCREW))同功能 類別品項(如特材代碼 FBP03124065H)之支付點數暫予支 付。	7	無	109/7/1
28	FBP03P43312W	全微骨板骨釘系 統:2.0mm, 2.7mm 左/右邊型L型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Mini L-Plate 2.0mm, 2.7mm, Left/Right	(443-310;320-A-000);(442- 310;320-A-000)	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	336	依FBP03A9(Mini Special Plate(配合2.7, 2.0, 1.5MM SCREW)T PLATE, L PLATE, H PLATE, W PLATE)同功能類別品項 (如特材代碼FBP032423NS1)之支 付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
29	FBP03P4332W	全微骨板骨釘系 統:2.0mm, 2.7mm 左/右斜角L型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Mini L-Plate 2.0mm, 2.7mm, Left/Right, Oblique	(443-330;340-A-000);(442- 330;340-A-000)	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	336	依FBP03A9(Mini Special Plate(配合2.7, 2.0, 1.5MM SCREW)T PLATE, L PLATE, H PLATE, W PLATE)同功能類別品項 (如特材代碼FBP032423NS1)之支 付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
30	FBP03P453N2W	全微骨板骨釘系 統:3.5mm弧線型重 建骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Reconstruction Plate 3.5mm, Curved	(445- 306;308;310;312;314;316;318- A-000)	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	3, 487	依FBP04A1(Reconstruction Plate)同功能類別品項(如特材代 碼FBP03229NNS1)之支付點數暫予 支付。	17	無	109/7/1
31	FBP03P46192W	全微骨板骨釘系 統:1.5mm, 2.0mm 直線骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Mini Straight Plate 1.5mm, 2.0mm	446190A-000 ; 443190A-000	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	2, 686	依FBP03AC(Mini Adaption Plate(MINI STR 20HOLE)(配合 1.5, 2.0 SCREW))同功能類別品項 (如特材代碼FBP0345020SN)之支 付點數暫予支付。	10	無	109/7/1
32	FBP03P462N2W	全微骨板骨釘系 統:1.5mm, 2.0mm T 型骨板, 長軸9孔	Microware Bone Plates and Bone Screws: Mini T-Plate 1.5mm, 2.0mm	(446-230;240-A-000);(443- 230;240-A-000)	個	衛署醫器製字 第003807號	全微精 密	2, 686	依FBP03AC(Mini Adaption Plate(MINI STR 20HOLE)(配合 1.5, 2.0 SCREW))同功能類別品項 (如特材代碼FBP0345020SN)之支 付點數暫予支付。	10	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
33	FBP03P464N2W	全微骨板骨釘系統:1.5mm, 2.0mm H型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Mini H-Plate 1.5mm, 2.0mm	446480A-000;443480A-000	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	336	依FBP03A9(Mini Special Plate(配合2.7, 2.0, 1.5MM SCREW)T PLATE, L PLATE, H PLATE, W PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBP0345030SN)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
34	FBP03P466N2W	全微骨板骨釘系統:1.5mm, 2.0mm, 2.7mm左/右邊型骨板	Microware Bone Plates and Bone Screws: Condylar Plate 1.5mm, 2.0mm, 2.7mm, Left/ Right	(446-610;620-A-000);(443-610;620-A-000);(442-610;620-A-000)	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	2,829	依FBP03AA(Mini Condylar Plate(配合2.7, 2.0, 1.5MM SCREW))同功能類別品項(如特材代碼FBP042436NSI)之支付點數暫予支付。	4	無	109/7/1
35	FBS01S042N2W	全微骨板骨釘系統:3.5mm, 4.5mm軸骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Shaft Screw 3.5mm, 4.5mm	(204-212;214;216;218;220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240;242;244;246;248;250;252;254;256;258;260;264;268;272;276;280;285;290;295;300;305;310;315-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	145	依FBS01AI(Cortex Screw, Small and Mini Fragments(3.5, 2.7, 2.0, 1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0125716SN)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
36	FBS01SI100N2W	全微骨板骨釘系統:1.5mm, 2.0mm, 2.7mm, 3.5mm皮質骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cortex Screw 1.5mm, 2.0mm, 2.7mm, 3.5mm	(210-006;016;018;020;022;024-A-000);(211-006;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040-A-000);(202-006;008;010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;052;054;055;056;058;060-A-000);(204-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;045;046;048;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	145	依FBS01AI(Cortex Screw, Small and Mini Fragments(3.5, 2.7, 2.0, 1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0125716SN)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
37	FBS01SI4NN2W	全微骨板骨釘系 統:4.5mm皮質骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cortex Screw 4.5mm	(214-012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;052;054;056;058;060;062;064;066;068;070;072;076;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	161	依FBS01A2(Cortex Screw, Large Fragments(4.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS01225XNSN)之支付點數暫予支付。	10	無	109/7/1
38	FBS02S060N2W	全微骨板骨釘系 統:4.0mm海綿骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cancellous Screw 4.0mm	(206-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;055;060-A-000);(207-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;035;040;045;050;055;060-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	144	依FBS02A1(Cancellous screw, small fragments(4.0MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0223010SN)之支付點數暫予支付。	10	無	109/7/1
39	FBS02S18NN2W	全微骨板骨釘系 統:6.5mm海綿骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Cancellous Screw 6.5mm	218-020;025;030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130-A-000);(216-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130-A-000);(217-045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	280	依FBS02A2(Cancellous Screw, Large Fragments(6.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0226030SN)之支付點數暫予支付。	12	無	109/7/1
40	FBS03SI50N2W	全微骨板骨釘系 統:4.5mm踝骨釘	Microware Bone Plates and Bone Screws: Malleolar Screw 4.5mm	(215-025;030;035;040;045;050;055;060;065;070-A-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	269	依FBS03A1(Malleolar Screw(4.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS03000455H)之支付點數暫予支付。	8	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
41	FBS04S812N2W	全微骨板骨釘系統:2.4mm, 3.0mm中空骨釘	Microwave Bone Plates and Bone Screws: Cannulated Screw 2.4mm, 3.0mm	(281-010;020;022;024;026;028;030;217;220;222;224;226;228;230-G-000);(282-014;030;032;034;036;038;040;208;230;232;234;236;238;240-G-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	1,544	依FBS04A1(Cannulated Screw(中空-導引針))同功能類別品項(如特材代碼FBS0420701Y2)之支付點數暫予支付。	23	無	109/7/1
42	FBS07S971N2W	全微骨板骨釘系統:圓滑司	Microwave Bone Plates and Bone Screws: Round Washer	(297-101;301;401;601A-000);297601B-000	個	衛署醫器製字第003807號	全微精密	66	依FBS07A1(WASHER)同功能類別品項(如特材代碼FBS07000015H)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1
43	FBSF2L1618ZV	“兆峰”艾菲爾脊椎固定系統-標準桿(長)	“Megaspine” Everwin Spinal Fixation System-Standard Rod(L)	(1618-110;120;130;140;150;160;170;180;190;200;210;220;230;240;250;300;350;400;450;500-HSR;DSR)	支	衛署醫器製字第006539號	兆峰	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF216004XP)之支付點數暫予支付。	37	D112-1	109/7/1
44	FBSF2S1618ZV	“兆峰”艾菲爾脊椎固定系統-標準桿(短)	“Megaspine” Everwin Spinal Fixation System-Standard Rod(S)	(1618-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-HSR;DSR)	支	衛署醫器製字第006539號	兆峰	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF216003XP)之支付點數暫予支付。	39	D112-1	109/7/1
45	FBSF4A1616ZV	“兆峰”艾菲爾脊椎固定系統-骨鬆螺釘	“Megaspine” Everwin Spinal Fixation System-Cannulated Screw	(1616-50;55-30;35;40;45;50;55-CS;CTS);(1616-60;65;70;75;80-30;35;40;45;50;55;60-CS;CTS)	支	衛署醫器製字第006539號	兆峰	11,812	依FBSF4TP(鈦合金脊椎內固定釘(適用於經診斷為骨質疏鬆症之患者))同功能類別品項(如特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	16	D112-5	109/7/1
46	FBSF5C1619ZV	“兆峰”艾菲爾脊椎固定系統-萬向連結器	“Megaspine” Everwin Spinal Fixation System-Cross Link	(1619-50;60;70;80-CL)	支	衛署醫器製字第006539號	兆峰	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF517022XP)之支付點數暫予支付。	38	D112-1	109/7/1
47	FBSF5U1619ZV	“兆峰”艾菲爾脊椎固定系統-萬向連結器	“Megaspine” Everwin Spinal Fixation System-Universal Link	(1619-38;42;50;66-UL)	支	衛署醫器製字第006539號	兆峰	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF517022XP)之支付點數暫予支付。	38	D112-1	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
48	FBW01S298N2W	全微骨板骨釘系統：克氏骨針	Microware Bone Plates and Bone Screws:Kirschner Wire1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm	(298-101;122-D-000)	支	衛署醫器製字第003807號	全微精密	72	依FBW01AI(Kirschner Wire)同功能類別品項(如特材代碼FBW01000155H)之支付點數暫予支付。	13	無	109/7/1
49	CBB01YR454KE	“卡內卡”經皮穿腔成型術用導管	KANEKA PTA Balloon Catheter PE-W6	YR45;75;100-4020;5020;6020;7020;4040;5040;6040;7040;4060;5060;6060;7060;4080;5080;6080;7080-SC;HC	支	衛署醫器製字第033084號	理工	5,130	依CBB01AI(血管氣球導管/周邊血管及微血管擴張(PTA))同功能類別品項(如特材代碼CBB01L2457KE)之支付點數暫予支付。	53	無	109/7/1
50	SCV03165LLVC	“邁斯科”拋棄式血管夾	“Medscope” SOLID CLIP Single Use Clip Applier	CA165;CA166	釘	衛署醫器製字第006655號	邁斯科	200	依SCV03A1(ENDOCLIPAPPLIERM/LCLI PS內視鏡自動血管夾(15支)或多釘旋轉式縫合釘)同功能類別品項(如特材代碼SCV03625LL2C)之支付點數暫予支付。	3	無	109/7/1
51	SCV03165MLVC	“邁斯科”拋棄式血管夾	“Medscope” SOLID CLIP Single Use Clip Applier	CA167;CA168;CA169	釘	衛署醫器製字第006655號	邁斯科	175	依SCV03A2(ENDOCLIPAPPLIERM/LCLI PS內視鏡自動血管夾(連發式))同功能類別品項(如特材代碼SCV03615ML2C)之支付點數暫予支付。	5	無	109/7/1
52	SCV03RC5TIQW	“台灣先進”血管夾(滅菌)	“Taiwan Surgical” Clip Applier (Sterile)	RC5TI-BX ; RC5TI-B6	釘	衛署醫器製字第005895號	台灣先進	200	依SCV03A1(ENDOCLIPAPPLIERM/LCLI PS內視鏡自動血管夾(15支)或多釘旋轉式縫合釘)同功能類別品項(如特材代碼SCV03EL5MLET)之支付點數暫予支付。	3	無	109/7/1
53	CME02FLGATS9	“史賽克”流暢氣球導引導管	“Stryker” FlowGate2 Balloon Guide Catheter	90485;90495	組	衛署醫器製字第033046號	史賽克	33,466	依CME02A2(閉塞球囊系統組/Hyperform高順應性球囊(含Guidewire))同功能類別品項(如特材代碼CME029007NS9)之支付點數暫予支付。	2	1203-6	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
54	CRB01028419W	“維立”雙腔支氣管內管	“Well Lead” Tracheobronchial Tube (Endobronchial Tube)	Left size:Fr28;Fr32;Fr35;Fr37;Fr39;Fr41;Right size:28Fr;32Fr;35Fr;37Fr;39Fr;41Fr	組	衛部醫器陸輸字第001084號	博宣寧	1,490	依CRB01T1(雙腔式支氣管導管/左彎或右彎型)同功能類別品項(如特材代碼CRB005016XSR)之支付點數暫予支付。	5	無	109/7/1
55	CRE02CUF039W	“維立”一次性無菌加強型氣管內管-有氣囊	“Well Lead” Reinforced Endotracheal Tube-with cuff	with cuff, size:3.0mm;3.5mm;4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm;6.0mm;6.5mm;7.0mm;7.5mm;8.0mm;8.5mm;9.0mm;9.5mm	支	衛部醫器陸輸字第001086號	博宣寧	300	依CRE03T1(氣管內管(彈簧型或增強型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE02UM612F4)之支付點數暫予支付。	9	A214-3	109/7/1
56	CRE02WCU039W	“維立”一次性無菌加強型氣管內管-無氣囊	“Well Lead” Reinforced Endotracheal Tube-without cuff	without cuff, size:3.0mm;3.5mm;4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm;6.0mm;6.5mm;7.0mm;7.5mm;8.0mm;8.5mm;9.0mm;9.5mm	支	衛部醫器陸輸字第001086號	博宣寧	313	依CRE03T2(氣管內管(彈簧型或增強型,無氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE03U251G11)之支付點數暫予支付。	2	A214-3	109/7/1
57	CRE04NAS039W	“維立”氣管內管-鼻彎有氣囊	“Well Lead” Tracheal Tube	nasal endotracheal tube, size:3.0mm;3.5mm;4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm;6.0mm;6.5mm;7.0mm;7.5mm;8.0mm;8.5mm;9.0mm;9.5mm;10.0mm	個	衛部醫器陸輸字第001088號	博宣寧	200	依CRE04T1(氣管內管(鼻彎型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE04C11902C)之支付點數暫予支付。	10	A214-3	109/7/1
58	CRE06RAL039W	“維立”氣管內管-口彎有氣囊	“Well Lead” Tracheal Tube	oral endotracheal tube, size:3.0mm;3.5mm;4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm;6.0mm;6.5mm;7.0mm;7.5mm;8.0mm;8.5mm;9.0mm;9.5mm;10.0mm	個	衛部醫器陸輸字第001088號	博宣寧	199	依CRE06T1(氣管內管(口彎型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE06C11502C)之支付點數暫予支付。	10	A214-3	109/7/1
59	CRT02CUF659W	“維立”氣切套管-有氣囊	“Well Lead” Tracheostomy Tube	A02A016510;A02A017010;A02A017510;A02A018010;A02A018510;A02A019010;A02A019510;A02A019610;A02A01651F;A02A01701F;A02A01751F;A02A01801F;A02A01851F;A02A01901F;A02A01951F;A02A01961F	組	衛部醫器陸輸字第001092號	博宣寧	332	依CRT02T1(氣切套管(單管,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRT02TS05C3G)之支付點數暫予支付。	14	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文名	特材英文名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
65	TSS0100013G8	厚美德好家庭血糖試紙(10片、25片、50片/罐裝)(25片、50片、100片/單片裝)	HMD Holly Blood Glucose Test Strip	Enhance	片	衛部醫器製字第006267號	厚美德	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100010G8)之支付點數暫予支付。	84	T101-1	109/7/1
66	TSS0100014G8	厚美德金幸福血糖試紙(10片、25片、50片/罐裝)(25片、50片、100片/單片裝)	HMD Bliss Blood Glucose Test Strip	Enhance	片	衛部醫器製字第006000號	厚美德	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100010G8)之支付點數暫予支付。	84	T101-1	109/7/1
67	TSS0100015G8	厚美德金健康血糖試紙(10片、25片、50片/罐裝)(25片、50片、100片/單片裝)	HMD Well Blood Glucose Test Strip	Enhance	片	衛部醫器製字第006268號	厚美德	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100010G8)之支付點數暫予支付。	84	T101-1	109/7/1
68	TSS0100016G8	厚美德金貴血糖試紙(10片、25片、50片/罐裝)(25片、50片、100片/單片裝)	HMD Nice Blood Glucose Test Strip	Enhance	片	衛部醫器製字第006273號	厚美德	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100010G8)之支付點數暫予支付。	84	T101-1	109/7/1
69	WBB0703050DQ	"沙巴瓦"石膏繃帶(未滅菌):3"x5Y	"Sabharwal's" Plaster of Paris Bandage (Non-Sterile) :3" x5Y	POP. 2. 04;POP. 2. 54	卷	衛部醫器輸壹字第021274號	明惠	30. 9	依WBB07A4(石膏繃帶/3"x5Y(3467CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0703050JX)之支付點數暫予支付。	3	無	109/7/1
70	WBB0704050DQ	"沙巴瓦"石膏繃帶(未滅菌):4"x5Y	"Sabharwal's" Plaster of Paris Bandage (Non-Sterile) :4" x5Y	POP. 2. 03;POP. 2. 53	卷	衛部醫器輸壹字第021274號	明惠	34. 3	依WBB07A7(石膏繃帶/4"x5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0704050JX)之支付點數暫予支付。	9	無	109/7/1
71	WBB0706050DQ	"沙巴瓦"石膏繃帶(未滅菌):6"x5Y	"Sabharwal's" Plaster of Paris Bandage (Non-Sterile) :6" x5Y	POP. 2. 02;POP. 2. 52	卷	衛部醫器輸壹字第021274號	明惠	49. 5	依WBB07AC(石膏繃帶/6"x5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0706050JX)之支付點數暫予支付。	8	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
72	WBB080102088	“一協紀”易達石膏繃帶(未滅菌):2.5cm×1.8m	"SCHIFE" CAST (Non-Sterile)2.5cm×1.8m	TSM-00250180	捲	衛部醫器製壹字第008168號	一協紀	85	依WBB09A0(熱塑性石膏繃帶/1吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB0801020KB)之支付點數暫予支付。	1	E310-1	109/7/1
73	WBB080202088	“一協紀”易達石膏繃帶(未滅菌):5cm×1.8m	"SCHIFE" CAST (Non-Sterile)5cm×1.8m	TSM-00500180	捲	衛部醫器製壹字第008168號	一協紀	196	依WBB09A1(熱塑性石膏繃帶/2吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB0802040KB)之支付點數暫予支付。	1	E310-1	109/7/1
74	WBB080302088	“一協紀”易達石膏繃帶(未滅菌):7.5cm×1.8m	"SCHIFE" CAST (Non-Sterile)7.5cm×1.8m	TSM-00750180	捲	衛部醫器製壹字第008168號	一協紀	230	依WBB09A2(熱塑性石膏繃帶/3吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB0803040KB)之支付點數暫予支付。	1	E310-1	109/7/1
75	WBB080402088	“一協紀”易達石膏繃帶(未滅菌):10cm×1.8m	"SCHIFE" CAST (Non-Sterile)10cm×1.8m	TSM-01000180	捲	衛部醫器製壹字第008168號	一協紀	265	依WBB09A3(熱塑性石膏繃帶/4吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB0804040KB)之支付點數暫予支付。	1	E310-1	109/7/1
76	WBB080602088	“一協紀”易達石膏繃帶(未滅菌):15cm×1.8m	"SCHIFE" CAST (Non-Sterile)15cm×1.8m	TSM-01500180	捲	衛部醫器製壹字第008168號	一協紀	334	依WBB09A4(熱塑性石膏繃帶/5吋)同功能類別品項(如特材代碼WBB0805040KB)之支付點數暫予支付。	1	E310-1	109/7/1
77	WBP0103040DQ	“沙巴瓦”石膏棉捲(未滅菌)3"×4Y	"Sabharwal's" Orthopaedic Cast Padding (Non-Sterile) :3"×4Y	OCP.11.04	卷	衛部醫器輸壹字第021315號	明惠	12.8	依WBP01A3(石膏棉捲/3"×4Y, 4"×3Y(2773CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0103040C7)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1
78	WBP0104040DQ	“沙巴瓦”石膏棉捲(未滅菌)4"×4Y	"Sabharwal's" Orthopaedic Cast Padding (Non-Sterile) :4"×4Y	OCP.11.03	卷	衛部醫器輸壹字第021315號	明惠	17.3	依WBP01A4(石膏棉捲/4"×4Y(3698CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0104040C7)之支付點數暫予支付。	8	無	109/7/1
79	WBP0106040DQ	“沙巴瓦”石膏棉捲(未滅菌)6"×4Y	"Sabharwal's" Orthopaedic Cast Padding (Non-Sterile) :6"×4Y	OCP.11.02	卷	衛部醫器輸壹字第021315號	明惠	24.4	依WBP01A7(石膏棉捲/6"×4Y 8"×3Y(5547CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0106040C7)之支付點數暫予支付。	8	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
80	WDD08101002H	赫麗敷泡棉敷料(滅菌):10X10cm	HeraDerm Foam Dressing (Sterile)	HD-FD10	片	衛部醫器製壹字第007996號	安美得	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約51cm ² -100cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD08F0016U)之支付點數暫予支付。	33	A217-1	109/7/1
81	WDD08202002H	赫麗敷泡棉敷料(滅菌):20X20cm	HeraDerm Foam Dressing (Sterile)	HD-FD20	片	衛部醫器製壹字第007996號	安美得	362	依WDD08G8(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約301cm ² -400cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0852005BB)之支付點數暫予支付。	22	A217-1	109/7/1
82	WDD08906403M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)7.5X7.5cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 7.5X7.5cm	90640	片	衛部醫器輸壹字第017315號	明尼蘇達	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約51cm ² -100cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803710HN)之支付點數暫予支付。	33	A217-1	109/7/1
83	WDD08906413M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)10X10cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 10X10cm	90641	片	衛部醫器輸壹字第017315號	明尼蘇達	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約51cm ² -100cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803710HN)之支付點數暫予支付。	33	A217-1	109/7/1
84	WDD08906423M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)15X15cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 15X15cm	90642	片	衛部醫器輸壹字第017315號	明尼蘇達	243	依WDD08G8(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約201cm ² -250cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD08P10096V)之支付點數暫予支付。	18	A217-1	109/7/1
85	WDD08906463M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)16.5X16.5cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 16.5X16.5cm	90646	片	衛部醫器輸壹字第017315號	明尼蘇達	326	依WDD08G9(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約251cm ² -300cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0853006BB)之支付點數暫予支付。	10	A217-1	109/7/1
86	WDD08906473M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)15X17cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 15X17cm	90647	片	衛部醫器輸壹字第017315號	明尼蘇達	326	依WDD08G9(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING, 面積約251cm ² -300cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0853006BB)之支付點數暫予支付。	10	A217-1	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
87	WDD08906483M	3M 防水型矽膠泡棉敷料(滅菌)18.5X22cm	3M Tegaderm Silicone Foam Border Dressing (Sterile) 18.5X22cm	90648	片	衛部醫器輸字第017315號	明尼蘇達	401	依WDD08GB(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING,面積約401cm ² -500cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803713HN)之支付點數暫予支付。	6	A217-1	109/7/1
88	WDD08S0101DC	"捷適"創傷覆蓋粉(滅菌):0.5克/包	"DEHseal" Wound Dressing Powder(Sterile)	0.5克/包	包	衛部醫器製字第007938號	親德生醫科技	112	依WDD08C4(人工生物化學覆蓋物/ALGINATE DRESSING,面積約100cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD08010102H)之支付點數暫予支付。	10	A217-1	109/7/1
89	FBSF1911S2G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-二節(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-2 LEVEL	(0911;0931-45;52-25;30;35;40;45;50;55;60);(0911;0931-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00);(0963-00-40;50;60;70;80;90);(0963-0100)	組	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ASN01AQ)之支付點數暫予支付。	31	無	109/7/1
90	FBSF1911S3G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-三節(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL	(0911;0931-45;52-25;30;35;40;45;50;55;60);(0911;0931-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00);(0963-00-40;50;60;70;80;90);(0963-01-00;10;20;30;40;50;60;70;80;90);(0963-02;03-00;50);(0963-04;05;06-00)	組	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ASN02AQ)之支付點數暫予支付。	31	無	109/7/1
91	FBSF1921S2G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-二節	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-2 LEVEL	(0921;0941-45;55-25;30;35;40;45;50;55;60);(0921;0941-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00);(0983-55-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70);(161-10-35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(GS0161-1100)	組	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	23,358	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節(SCREWX4+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ASN01AQ)之支付點數暫予支付。	46	D112-1	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
92	FBSF1921SG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-三節	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL	(0921;0941-45;55-25;30;35;40;45;50;55;60);(0921;0941-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00);(0983-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70);(GS0161-10-35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(GS0161-11-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50)	組	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	34, 118	依FBSFIT3(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節 (SCREW6+ROD2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ASY02AQ)之支付點數暫予支付。	44	D112-1	109/7/1
93	FBSF2963LRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-長節固定桿(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-LONG ROD	(0963-01-10;20;30;40;50;60;70;80;90);(0963-02;03-00;50);(0963-04;05;06-00)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	1, 419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2ASNR2AQ)之支付點數暫予支付。	29	無	109/7/1
94	FBSF2963SRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-短節固定桿(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-SHORT ROD	(0963-00-40;50;60;70;80;90);(0963-0100)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2ASNR1AQ)之支付點數暫予支付。	30	無	109/7/1
95	FBSF2G62LRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-長節固定桿	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-LONG ROD	(GS0161-11-05;10;15;20;25;30;35;40;45;50)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	2, 662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2ASVR2AQ)之支付點數暫予支付。	37	D112-1	109/7/1
96	FBSF2G62SRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-短節固定桿	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-SHORT ROD	(GS0161-10-35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95);(GS0161-1100)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2ASLR1AQ)之支付點數暫予支付。	39	D112-1	109/7/1
97	FBSF4911MSG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-固定螺釘(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-PEDICLE SCREW	(0911;0931-45;52-25;30;35;40;45;50;55;60);(0911;0931-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	3, 114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF4ASNS1AQ)之支付點數暫予支付。	41	無	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
98	FBSF4921PSG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-固定螺釘	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-PEDICLE SCREW	(0921;0941-45;55-25;30;35;40;45;50;55;60);(0921;0941-65;75;85-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00);(0983-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4ASYSLAQ)之支付點數暫予支付。	75	D112-1	109/7/1
99	FBSF5630CLG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-連結器(免事前審查)	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-CROSSLINK	1306-5530	個	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	2,661	依FBSF5S2(TITANIUM SPINAL CROSSLINK(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF5ASNLIQA)之支付點數暫予支付。	27	無	109/7/1
100	FBSF5635CLG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-連結器	"GS" ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-CROSSLINK	1306-55-35;40;50	個	衛署醫器輸字第024224號	沛旭	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF5ASYSLAQ)之支付點數暫予支付。	38	D112-1	109/7/1
101	NES01M1SMSBD	BD密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針	BD Mission Disposable Core Biopsy Instrument-Biopsy needle	1406MS;1410MS;1416MS;1606MS;1610MS;1616MS;1806MS;1810MS;1816MS;1820MS;1825MS;2006MS;2010MS;2016MS;2020MS	個	衛部醫器輸字第033022號	必帝	530	依NES01A2(自動軟組織切片針)同功能類別品項(如特材代碼NES01MSNMSBA)之支付點數暫予支付。	4	無	109/7/1
102	NES04M1MSKBD	BD密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針+同軸導引針組	BD Mission Disposable Core Biopsy Instrument-Biopsy Needle + Coaxial Needle	1410MSK;1416MSK;1610MSK;1616MSK;1810MSK;1816MSK;1820MSK;1825MSK;2010MSK;2016MSK;2020MSK	組	衛部醫器輸字第033022號	必帝	1,350	依NES01A5(同軸庫可取樣針組(同軸導引針+自動軟組織切片針))同功能類別品項(如特材代碼NES04MSMSKBA)之支付點數暫予支付。	9	A215-1	109/7/1
103	CBP02NEXGNQR	"漢瑞爾"納克斯金冠狀動脈支架系統	"Meril" Nexgen Cobalt Chromium Coronary Stent System	NXG-225;250;275;300;350;400;450-08;NXG-200;225;250;275;300;350;400;450-13;16;19;24;29;32;37;40;44;48	組	衛部醫器輸字第032778號	科學	14,099	依CBP02A1(CORONARY STENT/WITH BALLOON DELIVERY SYSTEM)/SET)同功能類別品項(如特材代碼CBP01AARPC7X)之支付點數暫予支付。	16	A213-2N	109/7/1

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
104	CGDW1R45J2AB	蓋瑞特導引線	GuideRight Guidewire("J" Tip-Fixed Core, 260cm)	404-878;577;617	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	427	依GWAA310(GUIDEWIRE/不鏽鋼 (PTFE, TEFLON), D=0.016"-0.052", L>=201CM, 有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1R45J2ST)之支付點數暫予支付。	22	無	109/7/1
105	CGDW1R45NNAB	蓋瑞特導引線	GuideRight Guidewire("J" Tip-Fixed Core, 150;180cm)	404-568;569;570;571;578;610	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	304	依GWAA210(GUIDEWIRE/不鏽鋼 (PTFE, TEFLON), D=0.016"-0.052", L=101-200CM, 有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1R45NNST)之支付點數暫予支付。	38	無	109/7/1
106	CGDW1R48NNAB	蓋瑞特導引線	GuideRight Guidewire(Straight-Fixed Core, 150cm)	404-840;843	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	304	依GWAA210(GUIDEWIRE/不鏽鋼 (PTFE, TEFLON), D=0.016"-0.052", L=101-200CM, 有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1R48NNST)之支付點數暫予支付。	38	無	109/7/1
107	CGDW1R48SFAB	蓋瑞特導引線	GuideRight Guidewire(Straight-Fixed Core, 260cm)	404844	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	427	依GWAA310(GUIDEWIRE/不鏽鋼 (PTFE, TEFLON), D=0.016"-0.052", L>=201CM, 有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CCGDW1R48SFST)之支付點數暫予支付。	22	無	109/7/1
108	CXE02ADVSEAB	雅德拜斯FL圓形感應式定位導管	Advisor FL Sensor Enabled Circular Mapping Catheter	D-AVSE-D10;DF10-F-15;20	條	衛署醫器輸字第029394號	雅培	41, 618	依CXE02F6(環形>10極(不含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CXE02ADVSEST)之支付點數暫予支付。	3	B104-4	109/7/1
109	CXE05A7011AB	弗雷瑟感應式電燒導管	FlexAbility Sensor Enabled Ablation Catheter(GPS)	A-FASE-D;F;J;DD;FF;JJ;DF;FJ	條	衛署醫器輸字第029400號	雅培	73, 647	依CXE05A2(具導航功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置))同功能類別品項(如特材代碼CXE05A7011ST)之支付點數暫予支付。	4	B104-2	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
110	CXE05F2459AB	弗雷瑟電燒導管	FlexAbility Ablation Catheter	A7011-24;25;27;28;29;57;58;59	條	衛部醫器輸字第027307號	雅培	70,200	依CXE05A1(立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置))同功能類別品項(如特材代碼CXE05F2459ST)之支付點數暫予支付。	16	B104-2	109/7/1
111	CXE05F245CAB	弗雷瑟電燒導管	FlexAbility Ablation Catheter	A7011-24;25;27;28;29;57;58;59	條	衛部醫器輸字第027753號	雅培	70,200	依CXE05A1(立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置))同功能類別品項(如特材代碼CXE05F245CST)之支付點數暫予支付。	16	B104-2	109/7/1
112	CXE05FLESEAB	弗雷瑟電燒導管	FlexAbility Ablation Catheter(GPS)	A-FASE-D;F;J;DB;FF;JJ;DF;FJ	條	衛部醫器輸字第027753號	雅培	73,647	依CXE05A2(具導航功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置))同功能類別品項(如特材代碼CXE05FLESEST)之支付點數暫予支付。	4	B104-2	109/7/1
113	FHPHF3230SB	“波士頓科技”英吉尼心臟再同步節律器	“Boston Scientific” Ingenio 2 Family CRT-P	U-125;128;225;226;228	個	衛部醫器輸字第033230號	荷商波士頓	173,155	依FHPHAI(心房同步雙心室節律器ATRIAL SYNCHRONOUS BIVENTRICULAR PACING DEVICE)同功能類別品項(如特材代碼FHPHF0C2TRM4)之支付點數暫予支付。	2	B104-1	109/7/1
114	FSP71STE01QN	“博美敦”絲蒂懸吊帶系統	“Promedon” STEEMA Sling System	KIT-STEEMA-T PLUS;KIT-STEEMA-VS	組	衛部醫器輸字第033166號	捷元	13,582	依FSP71AI(TVT device)尿失禁手術用懸吊帶)同功能類別品項(如特材代碼FSP71KDM015N)之支付點數暫予支付。	9	無	109/7/1
115	ACY010262NRV	“普魯斯”斯溫止血閥(含三通活栓或含凹型魯爾接頭+金屬導線導引器+扭矩裝置)	“PEROUSE”Swan Haemostasis Valve	0262-NA;NB;NC;ND	組	衛部醫器輸字第033227號	興昶	931	依ACPTCAI(PTCA氣球導管或導引管)管接頭(單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACY01MAP80MR)之支付點數暫予支付。	22	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
116	CBA0319882LW	"樂脈"普特主動脈阻斷導管	"LEMAITRE" PRUITT AORTIC OCCLUSION CATHETER	2100-12;2120-12	支	衛署醫器輸字第019882號	興東	7,425	本品項原特材代碼(CBA0321002LW)因3年無申報量已於109年4月1日刪除給付。廠商因許可證移轉，致未能提出保留特材代碼申請，本次重新來函建議納入健保給付，故本品依原核價類別CBA01A6(主動脈阻斷導管)及原支付點數暫予支付。	0	A213-9	109/7/1
117	CDP0139152AG	"亞康恩"維斯帝血管導引組-W0.018 stainless GUIDE WIRE+4-5FR INTRODUCER+21G NEEDLE	"Argon"V·Stick Vascular Access Set	3915;3916-040;045;050;055-00E	組	衛署醫器輸字第033207號	春苜	1,560	依CDP02A5(穿刺針+導入導引組(Needle+Introducer+Wire))同功能類別品項(如特材代碼CDP01MP1SICK)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1
118	CGPG2TEL67M4	"美敦力"泰樂絲導引延長導管	"Medtronic"Telescope Guide Extension Catheter	TELE-6F;7F	條	衛署醫器輸字第033204號	美敦力	18,208	依CGPG2A1(延伸導引導管)同功能類別品項(如特材代碼CGPG2GUIDEASB)之支付點數暫予支付。	4	A223-1	109/7/1
119	CGS0139151AG	"亞康恩"維斯帝血管導引組-W0.018 NITINOL GUIDE WIRE+4-5FR同軸導管+21G NEEDLE	"Argon"V·Stick Vascular Access Set	3915;3916-043;044;053;054-00E;3902-044-00E	組	衛署醫器輸字第033207號	春苜	1,625	依CGA1A15(Micropuncture Introducer Sets(0.018 NITINOL GUIDEWIRE+同軸導管+21GNEEDLE))同功能類別品項(如特材代碼CGS01MPS01CK)之支付點數暫予支付。	6	無	109/7/1
120	FHGD522034MQ	"邁柯唯"白金雙重絲絨人工血管-四分支人工血管	"MAQUET" Hemashield Platinum Woven Double Velour Vascular Graft	M002021757-24;26;28;30-AP0	支	衛署醫器輸字第022034號	悅延和	56,028	依FHGD51N(四分支白金雙重絲絨人工血管)同功能類別品項(如特材代碼FHGD5GW108TM)之支付點數暫予支付。	5	A206-1	109/7/1
121	CDP01EHVSS7Q	"格爾特"伊萊特止血閥導引器組	"GALT" Micro-Access ELITE HV Introducer Set	CLI-100-06;CLI-101-05;CLI-101-06	組	衛署醫器輸字第033202號	元澤	1,560	依CDP02A5(穿刺針+導入導引組(Needle+Introducer+Wire))同功能類別品項(如特材代碼CDP01MAS18MR)之支付點數暫予支付。	7	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
122	CEE01050803B	"康德萊"延長管	"KDL" Extension Tubes	05-013;05-015;05-020;05-037;05-064;05-081	個	衛部醫器陸輸字第000600號	康翼	6.3	依CEE01A1(輸液連接管/低壓(<=300PSI)/ANY SIZE)同功能類別品項(如特材代碼CEE010E040SG)之支付點數暫予支付。	20	無	109/7/1
123	CEE01060053B	"康德萊"延長管-含無針加藥接頭	"KDL" Extension Tubes	05-051;05-052;05-059;05-060;05-095;05-096;05-103;05-104	個	衛部醫器陸輸字第000600號	康翼	29.7	依CEE02A2(無針式接頭+延長管/EA)同功能類別品項(如特材代碼CEE01A152VPW)之支付點數暫予支付。	28	無	109/7/1
124	CGPG160172A7	"埃普特"微導管	"APT" MICROCATETER	60172302;60172303;60192402;60192404;60192405;60262801;60262802;60262803;60263002	條	衛部醫器陸輸字第001064號	巴迪	8,604	依CGPG1A2(MULTIFUNCTION PROBING CATHETER(多功能導管/引導與支持導線;更換導線;注射生理食鹽水或診斷用顯影劑))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1STD74AS)之支付點數暫予支付。	13	無	109/7/1
125	CGPG1MZKMCKE	"卡內卡"微導管	KANEKA Micro Catheter	MZ14-135BM;MZ14-150BM;MZ14-135TM;MZ14-150TM	條	衛部醫器輸字第033059號	理工	8,604	依CGPG1A2(MULTIFUNCTION PROBING CATHETER(多功能導管/引導與支持導線;更換導線;注射生理食鹽水或診斷用顯影劑))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1STD74AS)之支付點數暫予支付。	13	無	109/7/1
126	CGS01EHVNT7Q	"格爾特"伊萊特止血閥導引器組	"GALT" Micro-Access ELITE HV Introducer Set	CLI-100-15;CLI-100-16;CLI-101-15;CLI-101-16;CLI-104-05;CLI-104-06;CLI-105-15;CLI-105-16	組	衛部醫器輸字第033202號	元澤	1,625	依CGA1A15(Micropuncture Introducer Sets(0.018 NITINOL GUIDEWIRE+同軸導管+21GNEEDLE))同功能類別品項(如特材代碼CGS01MASVTMR)之支付點數暫予支付。	6	無	109/7/1
127	CLPA1PR541AR	"亞諾"週邊置入中央靜脈導管組	"ARROW" Peripherally Inserted Central Catheter Set	PR-05041	組	衛部醫器輸字第021558號	台灣泰利福	2,738	依CLPA1S2(SINGLE LUMEN PICC(CATH+INTRODUCER))同功能類別品項(如特材代碼CLPA119S20M0)之支付點數暫予支付。	7	A216-2	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共129項（項次1~項次129，詳頁次1-1~1-22）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至109年5月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
128	CMV0619307LW	"樂脈"普特血管閉塞導管	"LEMAITRE" PRUITT OCCLUSION CATHETER	2103-36;2103-46;2103-56	條	衛署醫器輸字第019307號	興東	2,466	本品項原特材代碼(CMV0621036LW)因3年無申報量已於109年4月1日刪除給付。廠商因許可證移轉，致未能提出保留特材代碼申請，本次重新來函建議納入健保給付，故本品項依原核價類別之CMV06A1(血管閉塞導管)及原支付點數暫予支付。	0	無	109/7/1
129	CPC02AGB45AR	"亞諾"抗感染安全尖端導管	"Arrow" ARROWgard Catheters	CS-22502; CS-25502; CS-24402; ES-24402	組	衛署醫器輸字第026663號	台灣泰利福	1,787	依CPC01C4(PEDIATRIC ANTISEPTIC 2 LUMEN CVP CATHETER/SET 4FR 5FR(C+N+D+G+S))同功能類別品項(如特材代碼CPC022502AR)之支付點數暫予支付。	3	E201-2	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共5項（項次130~項次134，詳頁次1-23~1-24）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
130	CXE05TACSEAB	卡帝凱斯感應式電燒導管(自付差額)	TactiCath Sensor Enabled contact force ablation catheter	A-TCSE-DD;DF;FF;FJ;JJ;D;F;J	條	衛部醫器輸字第031250號	雅培	具有提供導管尖端與心壁之間接觸力測量功能，可有效降低射頻電燒及X光透視之時間。	70,200	自付差額品項，依CXE05B2(具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)-自付差額)同功能類別品項(如特材代碼CXE05TACSEST)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	B104-2	109/7/1
131	FALSNEED60C6C	愛視睫延伸焦點段人工水晶體(非球面、延伸焦點)(自付差額)	ASPICIO EDOF SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS	ED60C	片	衛部醫器製字第006642號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並可改善連續範圍內之視力，減少老花症狀及對視遠眼鏡的依賴。	2,744	自付差額品項，依FALSNA5(特殊功能人工水晶體(多焦點+非球面軟式))同功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVEIS2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	109/7/1
132	FALSNEED60Y6C	愛視睫延伸焦點段人工水晶體(非球面、延伸焦點、黃片)(自付差額)	ASPICIO EDOF SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS	ED60Y	片	衛部醫器製字第006642號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並可改善連續範圍內之視力，減少老花症狀及對視遠眼鏡的依賴等特殊功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNA5(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+多焦點+黃色))同功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVE2A1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共5項（項次130~項次134，詳頁次1-23~1-24）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
133	FALSNWAVE8HY	豪雅植入器預載式單片非球面人工水晶體(非球面)(自付差額)	HOYA VIVINEX MULTISERT PRELOADED INTRAOCULAR LENS	XC1-SP	片	衛部醫器輸字第033210號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項，依FALSNVAI(特殊功能人工水晶體(非球面軟式Functional Aspheric IOL))同功能類別品項(如特材代碼FALSNPLSZ14N)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	109/7/1
134	FALSNWAVE9HY	豪雅植入器預載式單片非球面人工水晶體(非球面、黃片)(自付差額)	HOYA VIVINEX MULTISERT PRELOADED INTRAOCULAR LENS	XY1-SP	片	衛部醫器輸字第033210號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效等特殊功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNVAC(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+黃色))同功能類別品項(如特材代碼FALSNPMSAV1W)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共17項（項次135~項次151，詳頁次1-25~1-27）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
135	FBKPA8200TZ1	"捷邁"博適耐人工膝關節系統PS	"ZIMMER" PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM PS	由以下特材代碼組合:FBKPT15000TZ1;FBKPT15320NZ1;FBKTI15321NZ1;FBKL15114NZ1;FBKL15115NZ1;FBKP1593NZ1自1081101起生效;(FBKPT15400NZ1自1090701起生效)	組	衛署醫器輸字第031058號+031709號+032822號+衛署醫器輸字第007513號	捷邁	51, 297	擴增產品型號FBKPT15400NZ1。	DI08-1	109/7/1
136	FBKPA9200TZ1	"捷邁"博適耐人工膝關節系統CR	"ZIMMER" PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM CR	由以下特材代碼組合:FBKPT15020TZ1;FBKPT15320NZ1;FBKTI15321NZ1;FBKL15110NZ1;FBKL15111NZ1;FBKP1593NZ1自1081101起生效;(FBKPT15400NZ1自1090701起生效)	組	衛署醫器輸字第031058號+031709號+032822號+衛署醫器輸字第007513號	捷邁	51, 297	擴增產品型號FBKPT15400NZ1。	DI08-1	109/7/1
137	FBKTI5982NZ1	"西美"人工膝關節:脛骨基座	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:TIBIAL PLATE	5980;5982;5986-27;37;47;57;5982;5896-27;37;47;57自1090701刪除);【型號重整如下:(5980-27;37;47-01;02);(5980-57-01;04自1090701生效)】	個	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	14, 031	刪除產品型號5982;5986-27;37;47;57。	DI08-1	109/7/1
138	CRB03AEB5ACK	"曲克"支氣管內管阻隔管組	"COOK" ENDOBRONCHIAL BLOCKER SET	C-AEBS-7, 0-65-SPH-AS;C-AEBS-9, 0-78-SPH-AS(新增產品型號C-AEBTS-9, 0-65-SPH-AS自109年7月1日生效)	組	衛署醫器輸字第018853號	曲克	3, 669	擴增產品型號C-AEBTS-9, 0-65-SPH-AS	A214-2	109/7/1
139	FBSFAF0003RK	瑞寶億高分子材料頸椎椎間融合器/聚醚醯酮椎間融合器	ReBorn Essence PEEK Cervical Intervertebral Cage	844-05126;05146;06126;06146;07136;07146;07156;08146;08156;09146;09156;10156(844-07126自1050901生效)(844-10146自1061101生效)844-05126;05146;06126;06146;07136;07146;07156;08146;08156;09146;09156;10156(844-07126自1050901生效)(844-10146自1061101生效)(844-05156;06156自1090701生效)[產品型號重整:(844-05;07-126);(844-07-136);(844-05;10-146;156)自1090701生效]	個	衛署醫器製字第002808號	寶億生技	19, 670	擴增產品型號844-05156;06156	DI12-4	109/7/1

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共17項（項次135~項次151，詳頁次1-25~1-27）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
140	CBC07VR05NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:2.5;5.0cm)	[VBH; VBHR-(05-02;05-02W);(06;07;08-02;05-01;02-W)];(VBH-09-05-02W);(VBH-10;11;13-02;05-02W);(VBJR-05;08-02;05-02W);(擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W,自1090701生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	71,725	擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W	A220-9	109/7/1
141	CBC07VR10NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:10cm)	(VBH-05;09;10;11;13-10-02W);(VBHR-05-10-02W);(VBH; VBHR-06;08-10-01;02-W);(VBJR-05;08-10-02W);(擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W,自1090701生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	79,852	擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W	A220-9	109/7/1
142	CBC07VR15NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:15cm)	(VBH-05;09;10-15-02W);(VBHR-05-15-02W);(VBH; VBHR-06;07;08-15-01;02-W);(VBJR-05;08-15-02W);(擴增產品型號VBHR-09;10-15-01;02-W,自1090701生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	100,980	擴增產品型號VBHR-09;10-15-01;02-W	A220-9	109/7/1
143	CBC03AA05CK	"曲克"蘭尼思腹主動脈瘤輔助組件暨其輸送導引系統(轉換體+主體延伸支架+鬆動脈延伸支架)	"COOK"ZENITH AAA ANCILLARY COMPONENTS WITH THE Z-TRAK INTRODUCTION SYSTEM	ESC-24;28;32-12-80-ZT;ESC-36-12-82-ZT;ESBE-22;24;26;28;30;32-39;58-ZT;ESBE-36-50;73-ZT;ESLE-8;10;12;14;16;18;20;22;24-55-ZT;(刪除ESLE-14;16;18;20;22;24-55-ZT自1090701生效)	組	衛部醫器輸字第027312號	曲克	56,686	刪除產品型號ESLE-14;16;18;20;22;24-55-ZT	A220-3	109/7/1
144	CMC01WSLAASB	"波士頓科技"守護者左心耳閉合系統(含occluder、delivery system、access system)	"Boston Scientific" Watchman Left Atrial Appendage Closure system	(M635WS-21;24;27;30;33-060)(M635TS-10;20;40-060);[(M635WS50-200;240;270;310;350)(M635TS70-010;020;040)自1090701生效]	組	衛部醫器輸字第024488號	荷商波士頓	180,000	擴增產品型號M635WS50-200;240;270;310;350)(M635TS70-010;020;040)。	1203-13	109/7/1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共17項（項次135~項次151，詳頁次1-25~1-27）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
145	CGPGICX103CK	"曲克" 西斯艾支持導管	"COOK" CXI SUPPORT CATHETER	CXI-2.3-14-65;90;135;150-0;ANG;ANG2;CXI-2.6-18-65;90;135;150-0;ANG;ANG2;CXI-4.0-35-65;90;135;150-0;DAV;KTB;(型號重整為CXI-2.3-14-135-0;CXI-2.3-14-135-ANG;CXI-2.3-14-135-ANG2;CXI-2.3-14-150-0;CXI-2.3-14-150-ANG;CXI-2.3-14-150-ANG2;CXI-2.3-14-65-ANG;CXI-2.3-14-90-0;CXI-2.3-14-90-ANG2;CXI-2.6-18-135-ANG;CXI-2.6-18-150-ANG;CXI-2.6-18-90-0;CXI-2.6-18-90-ANG自1090701生效)	條	衛署醫器輸字第027276號	曲克	8,604	刪除部分型號及型號重整為CXI-2.3-14-135-0;CXI-2.3-14-135-ANG;CXI-2.3-14-135-ANG2;CXI-2.3-14-150-0;CXI-2.3-14-150-ANG2;CXI-2.3-14-65-ANG;CXI-2.3-14-65-ANG2;CXI-2.3-14-90-0;CXI-2.3-14-90-ANG;CXI-2.3-14-90-ANG2;CXI-2.6-18-135-0;CXI-2.6-18-135-ANG;CXI-2.6-18-150-0;CXI-2.6-18-150-ANG;CXI-2.6-18-90-0;CXI-2.6-18-90-ANG。	無	109/7/1
146	CGS01CS11NYZ	"美蒂琦" 導引附鞘套	"MEDIKIT" SUPERSHEATH INTRODUCER SET	CS50P11TS;CS90P11TS;(擴增產品型號及型號重整為CS40P11TS;CS50P11TS;CS60P11TS;CS70P11TS;CS80P11TS;CS90P11TS自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第009738號	世新	715	擴增產品型號CS40P11TS。	無	109/7/1
147	CGS01CS25NYZ	"美蒂琦" 導引附鞘套	"MEDIKIT" SUPERSHEATH INTRODUCER SET	CS50P25TS;CS90P25TS;(擴增產品型號及型號重整為CS40P25TS;CS50P25TS;CS60P25TS;CS70P25TS;CS80P25TS;CS90P25TS自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第009738號	世新	1,067	擴增產品型號CS40P25TS。	無	109/7/1
148	CLS05PA920KG	"卡比" 路美輸液套 (卡樁式含量筒附無針式接頭2個)	"Kabi" Volumat Line Infusion Sets	VL PA 92;(產品型號變更為M46445200SAP;M46445200S自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第028688號	費森尤斯卡比	283	產品型號變更為M46445200SAP;M46445200S。	E301-4	109/7/1
149	CLS05SP920KG	"卡比" 路美輸液套 (避光附無針式接頭1個)	"Kabi" Volumat Line Infusion Sets	VL SP 92;(產品型號變更為M46443600SAP;M46443600S自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第028688號	費森尤斯卡比	222	產品型號變更為M46443600SAP;M46443600S。	E301-4	109/7/1
150	CLS05ST02NKG	"卡比" 路美輸液套 (附無針式接頭1個)	"Kabi" Volumat Line Infusion Sets	VL ST 02 ND;(產品型號變更為M46441980AP;M46441980自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第028688號	費森尤斯卡比	195	產品型號變更為M46441980AP;M46441980。	E301-4	109/7/1
151	HHF02R0500JH	笙創白血球過濾器/輸血套:過濾器	SAFETAN LEUKOCYTE REDUCTION FILTER	LR5011;5012;LR5014;5021;5022;LR5024;5031;5032;5034;(LR5056自102/1/1生效);(LR5011;LR5012;LR5014;LR5021自1090701刪除生效);(LR5156自1090701生效)	組	衛署醫器輸字第003428號	笙創	654	刪除產品型號LR5011;LR5012;LR5014;LR5021，及擴增產品型號LR5156。	E304-2	109/7/1

報告案 2

全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告

共 62 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 35 項/第 2-1~2-4 頁；項次 1~35。(2)核價類別變更及價格調整品項 10 項/第 2-5 頁 2-6 頁；項次 36~45。(3)已達價量協議數量調整支付點數品項 17 項/第 2-7~2-11 頁；項次 46~62。

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項（項次1~項次35，詳頁次2-1~2-4）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	健保給付生效日期
1	CGDWIR45J2ST	"聖猷達"蓋瑞特導引線	"SJM"GUIDERIGHT GUIDEWIRE	404878;404577;404617	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
2	CGDWIR45NNST	"聖猷達"蓋瑞特導引線	"SJM"GUIDERIGHT GUIDEWIRE	404580;404584;404568;404569;404570;404576;404578;404579;404610;404613;404615;404616;404618	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
3	CGDWIR48NNST	"聖猷達"蓋瑞特導引線	"SJM"GUIDERIGHT GUIDEWIRE	404840;404843;404846;404848;404870;404873;404875	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
4	CGDWIR48SFST	"聖猷達"蓋瑞特導引線	"SJM"GUIDERIGHT GUIDEWIRE	404844;404874	條	衛署醫器輸字第018869號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
5	CXE02ADVSEST	"聖猷達"圓形感應式定位導管-環形10+2極	"SJM"Advisor FL Sensor Enabled Circular Mapping Catheter-12pole	D-AVSE-D10;DF10-F20;D-AVSE-D10;DF10-F15	條	衛署醫器輸字第029394號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
6	CXE05A7011ST	"聖猷達"弗雷瑟感應式電燒導管-具導航功能	"SJM"FlexAbility Sensor Enabled Ablation Catheter(GPS)	A-FASE-D;F;J;DD;FF;JJ;DF;FJ	條	衛署醫器輸字第029400號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
7	CXE05P2459ST	"聖猷達"弗雷瑟電燒導管	"SJM"FlexAbility Ablation Catheter	A701124;A701125;A701127;A701128;A701129;A701157;A701158;A701159	條	衛署醫器輸字第027307號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
8	CXE05P245CST	"聖猷達"弗雷瑟電燒導管	"SJM"FlexAbility Ablation Catheter	A701124;A701125;A701127;A701128;A701129;A701157;A701158;A701159	條	衛署醫器輸字第027753號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
9	CXE05FLESEST	"聖猷達"弗雷瑟電燒導管(具導航功能)	"SJM"FlexAbility Ablation Catheter(GPS)	A-FASE-D;F;J;DD;FF;JJ;DF;FJ	條	衛署醫器輸字第027753號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1
10	CXE05TACSEST	卡帝凱斯感應式電燒導管-具壓力感應功能(自付差額)	TactiCath Sensor Enabled contact force ablation catheter	A-TCSE-DD;DF;FF;FJ;JJ;D;F;J	條	衛署醫器輸字第031250號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	109/10/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項（項次1~項次35，詳頁次2-1~2-4）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	健保給付生效日期
11	ACM01M3P4HGJ	"吉生"多路引流器:2個3-PORTS+4條中壓連接管+1條高壓連接管	"JSM" MANIFOLDS: 2X 3-PORTS MANIFOLDS +4x PRESSURE TUBING+1xHIGH PRESSURE TUBING	06-104;124;204;244;304;364;404;484;604;724;844;964-101;201;301;481;721-23	組	衛署醫器製字第003388號	吉生	1.本品「多路連接頭/2個3-PORTS(500PSI)+4條中壓連接管(PVC可達500psi)+1條高壓連接管(雙層PU可達1200PSI)」屬整組特材，為108年查核連續3年無特約院所申報量品項，惟廠商因尚有醫院建立院所申報量品項，爰予以保留特材代碼。 2.廠商於109年2月14日來函建議取消健保給付，因其單項組件另有其他同功能健保給付品項，故同意取消給付。	109/10/1
12	CHF06ELS88QM	"邁柯唯"雙腔靜脈引流灌注導管:人工心肺導管套含HEPARIN COATING W/INTRODUCER SET(ECMO)	"MAQUET" ELS CANNULA	M1210-88;M1510-88	組	衛署醫器製字第020534號	悅廷和	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
13	CFD06J1224TP	"特浦"空腸瘻管	"TOP" NEOFEED Jejunal Tube	11786(12Fr10mL);11787(14Fr20mL);11788(16Fr20mL);11789(18Fr20mL);11790(20Fr20mL);11791(22Fr20mL);11792(24Fr20mL)	組	衛部醫器製字第026970號	特浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
14	CFD0601224TP	"特浦"營養供給用胃造瘻管	"TOP" NEOFEED Gastrostomy Tube(SILICONE BALLOON TYPE)	11769;11778	組	衛部醫器製字第026971號	特浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
15	WDD08037115T	賜爾膚含銀藻酸鈣鹽敷料(滅菌)	SilverLap Ag Alginate Dressing (Sterile)	WD102A011	片	衛部醫器製字第004838號	合浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
16	WDD08037125T	賜爾膚含銀藻酸鈣鹽敷料(滅菌)	SilverLap Ag Alginate Dressing (Sterile)	WD102A012	片	衛部醫器製字第004838號	合浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
17	WDD08037135T	賜爾膚含銀藻酸鈣鹽敷料(滅菌)	SilverLap Ag Alginate Dressing (Sterile)	WD102A013	片	衛部醫器製字第004838號	合浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
18	WDD08037145T	賜爾膚含銀藻酸鈣鹽敷料(滅菌)	SilverLap Ag Alginate Dressing (Sterile)	WD102A014	片	衛部醫器製字第004838號	合浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項（項次1~項次35，詳頁次2-1~2-4）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	健保給付生效日期
19	WDD08037165T	賜爾膚含銀藻酸鈣鹽敷料(滅菌)	SilverLap Ag Alginate Dressing (Sterile)	WD102A016	片	衛署醫器製字第004838號	合浦	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
20	CGPG1TAHSTM4	"美敦力" 通透可疏通導管	"MEDTRONIC" TOTAL ACROSS CROSSING CATHETER	TAOHST014-100;150	條	衛署醫器輸字第026960號	美敦力	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
21	CBB01PTA14Y9	娜諾血管擴張氣球導管	NANOCROSS.014 OTW PTA DILATATION CATHETER	AB14W015020150; AB14W035080150; (AB14W-015020090; 035080090; 035120150:040120150; 自 991001 生效); (擴增 AB14W035120090; 刪除 AB14W040120150 自 1020901 生效); (擴增 AB14W-040-020:040; 080-090; 150; AB14W040120-090; 150 自 1060101 生效)	條	衛署醫器輸字第020544號	美敦力	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
22	CBB03AB210Y9	娜諾血管擴張氣球導管(下肢血管)	NANOCROSS.014 OTW PTA DILATATION CATHETER	AB14W-020:040-150; 210-090; 150	條	衛署醫器輸字第020544號	美敦力	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
23	CXE034500TSB	"波士頓科技" 布雷瑟心臟除顫系統	"BOSTON SCIENTIFIC" BLAZER II XP CARDIAC ABLATION SYSTEM	M004-4500; 4770; 4790-TH0; THM0; THK20; THMK20; THN40	組	衛署醫器輸字第011050號	波士頓	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
24	CDD12BAL40JU	"帕將克" 環形球囊套管組(腹腔鏡氣球固定式鈍頭穿刺套管組)	"PAJUNK" RING-ANCHOR BALLOON SET	1285-40-11S; 1285-30-11S	組	衛署醫器輸字第020601號	惠眾	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
25	CGPW1AG141AS	"朝日" 尼爾斯冠狀動脈導引線	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE	AG141000; AG142000; (AG141000J; AG142000J; 自 990101 生效)	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
26	CGPW1AG143AS	"朝日" 尼爾斯冠狀動脈導引線	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE	AG143000; AG143000J; AG149000; AGH147000; AGH147000J	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
27	CGPW1AGH14AS	"朝日" 尼爾斯冠狀動脈導引線	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE	AG141002; AGH146000; (AGH146000J; AG141002J; 自 990101 生效)	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項（項次1~項次35，詳頁次2-1~2-4）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	健保給付生效日期
28	CGPW1AGH91AS	"朝日"尼爾斯冠狀動脈導引線-Conquest Pro, Conquest Pro12, Conquest Pro8-20	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE-Conquest Pro, Conquest Pro12, Conquest Pro8-20	AGH143090; AGH143091; AGH143092	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
29	CGPW1AGP14AS	"朝日"尼爾斯冠狀動脈導引線	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE	AGP140000; AG14M050; AG14M050J; AG14M045; AG14M045J; AG14M060; AG14M060J; (AG14M070自101年4月1日生效)	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
30	CGPW1AGP42AS	"朝日"尼爾斯冠狀動脈導引線-Fielder XT	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE-Fielder XT	AGP140002	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
31	CGPW1AGPFCAS	"朝日"尼爾斯冠狀動脈導引線	"ASAHI" NEO' S PTCA GUIDE WIRE	AGP140000J; AGP140001; AGP140001J	條	衛署醫器輸字第011031號	興東	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
32	CLS05130PUSG	"十美牌"幫浦輸液套	"SIGMA" INFUSION PUMP SET	SMIV1301	組	衛署醫器製字第002878號	聯和	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
33	CLS06080PUSG	"十美牌"幫浦輸液套	"SIGMA" INFUSION PUMP SET	SMB0801	組	衛署醫器製字第002878號	聯和	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
34	CLS06120PUSG	"十美牌"幫浦輸液套：不透光型	"SIGMA" INFUSION PUMP SET: LIGHT-RESISTANT	SMIV1201	組	衛署醫器製字第002878號	聯和	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1
35	CLS08150PUSG	"十美牌"幫浦輸液套：Y型幫浦輸血輸液套	"SIGMA" INFUSION PUMP SET: Y-SITE BLOOD FILTER	SMIV1501	組	衛署醫器製字第002878號	聯和	許可證逾期，故取消給付。	109/5/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共10項（項次36~45，詳頁次2-5~2-6）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商名稱	原核價類別	原支付點數	初核變更之核價類別	變更後支付點數	變更核價類別說明	給付規定	健保給付生效日期
36	ACA0100CDVPW	"普惠"注射帽(免針安全型)	"PERFECT" I. V LOCK(NEEDLESS SAFETY)	C型;D型	個	衛署醫器輸字第016679號	普惠	CEE02A1	16.6	CEE02D1	37.7	依醫療器材許可證變更功能類別,自CEE02A1(無針式接頭/EA)變更為CEE02D1(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容),並依CEE02D1同功能類別(如CEE01NF006LL)調整支付點數。	無	109/10/1
37	CEE01A050VPW	"普惠"靜注延長管-免針輸液延長管	"PERFECT" EXTENSION TUBE-SAFETY Y TYPE	A50;A53;A55;A153;A16 I;(B65;B68;B70;B75自1090701生效)	個	衛署醫器輸字第016917號	普惠	CEE02A2	29.7	CEE02D2	37.7	依醫療器材許可證變更功能類別,自CEE02A2(無針式接頭+延長管/EA)變更為CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容),並依CEE02D2同功能類別(如CEE01ETSTNLL)調整支付點數,並擴增產品型號B65;B68;B70;B75。	無	109/10/1
38	CEE01A051VPW	"普惠"靜注延長管-免針T型延長管	"PERFECT" EXTENSION TUBE-T TYPE NEEDLE FREE	A51;A52;A150;A151	個	衛署醫器輸字第016917號	普惠	CEE02A2	29.7	CEE02D2	37.7	依醫療器材許可證變更功能類別,自CEE02A2(無針式接頭+延長管/EA)變更為CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容),並依CEE02D2同功能類別(如CEE01CS114BB)調整支付點數。	無	109/10/1
39	CEE01A152VPW	"普惠"靜注延長管-免針安全型	"PERFECT" EXTENSION TUBE-NEEDLE FREE	A152;A168;A169;A170;(B69;B76;B77;B78自1090701生效)	個	衛署醫器輸字第016917號	普惠	CEE02A2	29.7	CEE02D2	37.7	依醫療器材許可證變更功能類別,自CEE02A2(無針式接頭+延長管/EA)變更為CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容),並依CEE02D2同功能類別(如CEE0110656LL)調整支付點數,並擴增產品型號B69;B76;B77;B78。	無	109/10/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更及價格調整品項共10項（項次36~45，詳頁次2-5~2-6）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商名稱	原核價類別	原支付點數	初核變更之核價類別	變更後支付點數	變更核價類別說明	給付規定	健保給付生效日期
40	CGAP1AP212GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-02;12	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1A4	2,892	CGAP1A4	2,939	1.心導管包為109年2月1日因價量調查調整支付點數之品項，前述調降支付點數135-235.8點不等。 2.因心導管包涉及多項組件，其中之組件「多路連接頭/2個3-PORTS(500PSI)+4條中壓連接管(PVC可達500psi)+1條高壓連接管(雙層PU可達1200PSI)」品項已刪除(報告案第2案項次11)，爰依單項組件「2個3-PORTS(500PSI)」、「4條中壓連接管(PVC可達500psi)」及「1條高壓連接管(雙層PU可達1200PSI)」之支付點數重新計算，各品項增加支付點數47點。 3.財務預估：年增加預算181萬點，屬109年度價量調查範圍，不增加健保支出。	無	109/10/1
41	CGAP1AP414GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-04;14	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1A8	2,277	CGAP1A8	2,324		無	109/10/1
42	CGAP1AP620GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-06;20	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1A6	2,177	CGAP1A6	2,224		無	109/10/1
43	CGAP1AP721GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-07;21	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1A7	1,245	CGAP1A7	1,292		無	109/10/1
44	CGAP1AP822GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-08;22	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1B1	1,562	CGAP1B1	1,609		無	109/10/1
45	CGAP1AP923GJ	"吉生"心導管包	"JSM" ANGIO PACK	20-000100-09;23	組	衛署醫器製字第003522號	吉生	CGAP1B2	1,122	CGAP1B2	1,169		無	109/10/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

三、已達價量協議數量調整支付點數共17項（項次46~62，詳頁次2~7-2-11）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
46	SCV05HLXL1TX	"泰利美斯"血管夾(XL)(3;6釘/匣)	"Teleflex Medical" Hem-o-lok ligating clips(XL)(3;6clips/c artridge)	544250;544253	釘	衛署醫器輸字第009808號	台灣泰利福	284	269	依價量協議約定，全年總使用量達18,601支至20,400支，則支付點數調整為269點，查108年申報量已達18,692支，故由支付點數284點調整為269點。	AI101-10	109/7/1
47	CGUS100STNUR	"悠羅帖克"取石網(滅菌)	"Urotech" Nitinol Stone baskets (Sterile)	STN-L254-090;STN-L254-120;STN-L304-090;STN-L304-120;STN-L404-090;STN-G254-120;STN-G304-120	組	衛署醫器輸壹字第016221號	汎英	6,221	5,909	依價量協議約定，全年使用量達7,501組至8,500組，則依原支付點數調整為5,909點，查108年申報量已達8,044組，故由原支付點數每組6,221點調整為每組5,909點。	DI13-4	109/7/1
48	CGUS188010W6	"威德"取石網(滅菌)	"well Lead" Stone baskets (Sterile)	SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4TL-25120;SB6NL-25120	組	衛署醫器陸輸壹字第003188號	康成生醫	6,221	5,909		DI13-4	109/7/1
49	CGUS1ATASICK	"曲克"結石移除器(滅菌)-Atlas/Capture不鏽鋼取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers(Sterile)-Atlas Wire, Capture Helical Stone Extractor	(AE-417115;428115;432115;445065);(CE-317115;328115;332115;345065;428115;432115;445065;532115;545065;645065)	組	衛署醫器輸壹字第005205號	曲克	6,221	5,909		DI13-4	109/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

三、已達價量協議數量調整支付點數共17項（項次46~62，詳頁次2~7~2-11）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
50	CGUSIBASKT9S	"聖心"取石網 (滅菌)	"Sacred Heart" Stone Basket (Sterile)	554120;556160;550320 ;530520;530525;544310 ;544320;342515	組	衛部醫器輸壹 字第020007號	世新	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
51	CGUSIBASKTBA	"巴德"取石網 (滅菌)	"Bard" Tipless Nitinol Stone Basket (Sterile)	041900;042400;043000	組	衛部醫器輸壹 字第017087號	巴德	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
52	CGUSICMPAICK	"曲克"結石移除 器(滅菌)- NCompass鏢鉗合 金取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers (Sterile)- NCompass Nitinol Stone Extractor	(NCT4- 017115;024115);NCT4- 024115-MB;NC3-024115	組	衛署醫器輸壹 字第005205號	曲克	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
53	CGUSIDAKTASB	"波士頓科技"達 科塔取石網(滅 菌)	"Boston Scientific" Dakota Nitinol Stone Retrieval Basket (Sterile)	M0063905000;M0063905 010	組	衛部醫器輸壹 字第017748號	波士頓	6,221	5,909		D113-4	109/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

三、已達價量協議數量調整支付點數共17項（項次46~62，詳頁次2~7-2-11）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
54	CGUSIDARMECA	"科樂寶"多米亞取石網(滅菌)	"Coloplast" Dormia Stone Extractor (Sterile)	(DOR-111;114;116;213;214;823;224;226;323;324;334;424;434;624;634);(EPP-214;224;424;434;624;634);(EXN-434;734;934);(EXT-224;424;624)	組	衛署醫器輸壹字第021054號	立擎	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
55	CGUSIESCAPSB	"波士頓科技"依斯凱取石網(滅菌)	"Boston Scientific" Escape Nitinol Stone Retrieval Basket(Sterile)	M00639020-00;10	組	衛署醫器輸壹字第005943號	波士頓	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
56	CGUSIGAGEICK	"曲克"結石移除器(滅菌)-NGage 鑲鈦合金取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers (Sterile)-NGage Nitinol Stone Extractor	(NGE-017115;022115);(NGE-017115;022115-MB)	組	衛署醫器輸壹字第005205號	曲克	6,221	5,909		D113-4	109/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

三、已達價量協議數量調整支付點數共17項 (項次46~62, 詳頁次2~7-2-11)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
57	CGUSINCRCLCK	"曲克"結石移除器(滅菌)-Ncircle無尖端式取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers(Sterile)-Ncircle Tipless Stone Extractor	(NTSE-015115;030065);(NTSE-022115;030115;045065-UDH);(NTSE-022115;030115-UDH-MB);(NTHSES-030115-UDH;NTHSE-045065-UDH<擴增NTSED-024115-UDH;NTSED-024115-UDH-MB自1080301生效)	組	衛署醫器輸壹字第005205號	曲克	6, 221	5, 909		D113-4	109/7/1
58	CGUSINNVSB7L	"因諾斐"取石網(滅菌)	"Innovex" Stone Baskets (Sterile)	(IVX-US-T0810;T0815;T1110;T115;T1410;T1415;T1710;T1715;T2010;T2015);(IVX-US-F0810;F0815;F1110;F115;F1410;F1415;F1710;F1715;F2010;F2015)	組	衛部醫器陸輸壹字第003979號	華傳	6, 221	5, 909		D113-4	109/7/1
59	CGUSISECURSB	"波士頓科技"聖古拉取石網(滅菌)	"Boston Scientific" Segura Stone Retrieval Basket(Sterile)	M00630031-10;(M00630010-00;10);(M00632010-20;30;40);(M00638010-00;20;60;70);(M00638011-00;20;60;80;90)	組	衛部醫器輸壹字第013712號	波士頓	6, 221	5, 909		D113-4	109/7/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

三、已達價量協議數量調整支付點數共17項（項次46~62，詳頁次2~7~2-11）

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效日期
60	CGUS1STBASAN	"安吉美爾"取石網(滅菌)	"Angiomed" Stone Baskets(Sterile)	4224-5070;(422-41;71-070;120);(422-5;8-05;10;20-80)	組	衛署醫器輸壹字第005673號	巴德	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
61	CGUS1TRAP1CK	"曲克"結石移除器(滅菌)-NTrap結石套網及取石器	"COOK" Stone Extractors and Graspers (Sterile)-NTrap Stone Entrapment and Extraction Device	NTP-028145	組	衛署醫器輸壹字第005205號	曲克	6,221	5,909		D113-4	109/7/1
62	CGUS1ZERTPSB	"波士頓科技"斯若提取石網(滅菌)	"Boston Scientific" Zero Tip Nitinol Stone Retrieval Baskets (Sterile)	M00639010-00:50	組	衛署醫器輸壹字第013726號	波士頓	6,221	5,909		D113-4	109/7/1

報告案 3

「109 年新功能類別特材預算支用情形」報告案。

報告案第 3 案

案由： 109 年收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果報告案。

說明：

- 一、 109 年醫院總額部門「新醫療科技」項目新增新功能特材預算為 4.01 億元。另依 108 年 11 月醫院總額研商議事會議報告，108 年新增新功能預算為 5.85 億元，依總額協定事項扣減剩餘未導入預算 2.76 億元，惟為利新功能特材收載，109 年基期費用不扣減，爰 109 年計有 6.77 億元（4.01 億元+2.76 億元）預算可導入新功能特材。
- 二、 109 年共計公告收載 6 類特材 21 品項，經扣減被替代品項點數後，109 年截至 3 月該些公告特材實際申報點數約 0.06 億點（詳附件，頁次：報 3-2~報 3-4）。
- 三、 另附件（頁次：報 3-2）項次 1 至 9 為 108 年 9 月及 11 月於本會議通過之品項，惟於 109 年 1 月暫予公告實施，其預算依前述說明一，已導入 108 年新功能預算。

報告案第3案 109年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單位	新功能特材 現行支付點 數 A	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 109年(截至3月)申報 數		新功能特材 109年(截至3月)實 際申報點數		
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支 出 F=(A-Re)*E (千點)		申報使 用量 G	申報點數 H (千點)
1	可控式電極導管	109/1/1	CXE02ACHMPM4	美敦力爾契定位導管- 環形8極	108/9/19	條	30,111	無			525		15,808	64	1,927	1,927
2	可控式電極導管	109/1/1	CXE0281674YB	爾灣電生理診斷導管- 環形10極	108/9/19	條	30,111	無						28	843	843
3	可控式電極導管	109/1/1	CXE02ACHADM4	美敦力爾契進階定位導 管-環形8至10極	108/9/19	條	30,111	無						2	60	60
4	可控式電極導管	109/1/1	CXE02D7L10WE	百歐森偉伯司特電極導 管-尖端環狀型10極	108/9/19	條	30,111	無						23	693	693
5	可控式電極導管	109/5/1	CXE02PV101JV	日本來富恩利柏羅環形 電極導管(7FR./10極)	新增既有品 項	條	30,111	無								
6	可控式電極導管	109/1/1	CXE02LN125WE	百歐森偉伯司特萊梭導 航可調式環狀標測導 管-12極	108/9/19	條	41,618	無			525		21,849	11	458	458
7	可控式電極導管	109/1/1	CXE02ADVSEST	聖獸達圓形感應式定位 導管-環形10+2極	108/9/19	條	41,618	無						43	1,790	1,790
8	可控式電極導管	109/1/1	CXE02D1343WE	百歐森偉伯斯特萊梭導 航安可可調式環狀標測 導管(ECO)-環形可調12 極	108/9/19	條	41,618	無								
9	腹主動脈瘤支架暨輸 送導引系統	109/2/1	CBC03CEB23GX	戈爾易時固得髂動脈分 支血管支架-整組(側支 主體*1+髂內動脈分支 *1)	108/11/21	組	174, 636	髂動脈瘤人工血 管支架-具側支+周 邊動脈血管支架及 傳輸裝置(長度 25mm~99mm)	45%-55%		25	158, 760	397			
10	呼吸道氣球擴張導管	109/3/1	CRB02CPBDCSB	“波士頓科技”呼吸道 氣球擴張導管	109/1/9	EA	12,568	無			600		7,540			
11	關節內注射液	109/5/1	FBT01AB305LB	樂節益關節內注射劑	109/1/9	支	2,765	關節內注射劑(每 次療程注射3次)+ 關節內注射劑(每 次療程注射5次)		【說明】此類特材可取 代原3針型及5針型關節 內注射劑，並可節省其 他醫療費用			不增加財務支出			

報告案第3案 109年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單位	新功能特材 現行支付點數 A	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 109年(截至3月)申報 數		新功能特材 109年(截至3月)實 際申報點數
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支 出 F=(A-Re)*E (千點)	
12	關節內注射液	109/5/1	FBT01HP001V0	海捷特加強型關節腔注射劑	109/1/9	支	5,530	關節內注射劑(每次療程注射3次)+關節內注射劑(每次療程注射5次)		【說明】此類特材可取代原3針型及5針型關節內注射劑，並可節省其他醫療費用	不增加財務支出			
13	導線移除裝置	109/5/1	FHPLRLLD62ZF	"史特勞斯"導線移除裝置	109/3/19	組	45,000	無		50	2,250			
14	導線移除裝置	109/5/1	FHPLRSL12ZF	"史特勞斯"雷射分離鞘組	109/3/19	組	114,362	無		50	5,718			
15	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11P1011NF	"盈力思" CPS生物可吸收性固定系統-頭骨鑽孔蓋骨板	108/8/16	個	10,882	無		50	61	1	10	
16	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11BH015S1	"信迪思"可吸收植入物- 1.5MM頭骨鑽孔蓋	108/8/16	個	10,882	無		【說明】該類特材108/12生效，原支付9,656點，109/4起調整為10,882點。預估財務支出增加(10,882-9,656)*50=61,300點				
17	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11RP015S1	"信迪思"可吸收植入物- 1.5MM眼窩骨板	108/8/16	個	31,164	無		10	162			
18	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11P1081NF	"盈力思" CPS生物可吸收性固定系統-眼眶骨骨板	108/8/16	個	31,164	無		【說明】該類特材108/12生效，原支付15,000點，109/4起調整為31,164點。預估財務支出增加(31,164-15,000)*10=161,640點		4	63	
19	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11AP020S1	"信迪思"可吸收植入物-1.5/2.0 MM連接骨板(20孔)(直型)	108/8/16	個	13,953	無		150	296			

報告案第3案 109年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單位	新功能特材 現行支付點數 A	新功能特材 財務推估					新功能特材 生效日起 109年(截至3月)申報 數		新功能特材 109年(截至3月)實 際申報點數	
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支 出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點數 H (千點)	f=(A-Re)*G (千點)
20	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11STRUTS1	“信迪思”可吸收植入 物- 1.5/2.0MM支架骨 板	108/8/16	個	13,953	無				【說明】該類特材 108/12生效，原支付 11,978點，109/4起調整 為13,953點。預估財務 支出增加(13,953- 11,978)*150=296,250點				
21	BONAMATES BIOFIXATION SYSTEM	109/4/1	FPP11P1007NF	“盈力思”CPS生物可 吸收性固定系統-直型 骨板20孔	108/8/16	個	13,953	無					22	277		
總計													54,082	198	6,120	5,770

註1：資料來源：三代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(109.4擷取)
註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。
註3：被替代品項核價類別：被新特材取（替）代之健保類似品項核價類別。
註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。
註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。
註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期暫為空白。
註7：可控式電極導管、腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統生效日期為109年，惟係以108年新增新功能特材預算支應。

討論案 1

有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於肩關節置換之特材「"邦美"康品恆禧福反置式肩關節系統」共 5 項納入健保給付案，提請討論。

反置式全人工肩關節置換術系統特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第44次(109年05月)會議

109年05月21日

提案摘要(1)

說明：有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於肩關節置換之特材「“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統」共5品項，建議納入健保給付。

依據：按108年12月份及109年3月份特材專家諮詢會議結論辦理。

說明：

1. 本案特材為以反向型態設計，適用於肩袖斷裂患者使用，以紓解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。
2. 廠商108年2月27日建議本案特材以保險對象自付差額方式納入健保給付，爰本署108年7月29日函請財團法人醫藥品查驗中心(CDE)進行醫療科技評估(HTA)報告。HTA報告顯示，依臨床實證顯示，反置式肩關節置換術相較於半肩關節形成術有較佳的肩膀疼痛和功能障礙改善及上舉角度。

提案摘要(2)

3. 經108年12月份特殊材料專家諮詢會議討論，結論：

- 1) 本案醫材為反置式人工肩關節，適用於肩袖斷裂患者使用，解決肩關節無法抬起的問題，就目前健保給付的人工肩關節是無法處理前述患者之問題，爰本案醫材具有其臨床醫療必要性，建議屬創新功能特材，以全額給付方式納入健保。
- 2) 另本案醫材其可使用範圍逐漸被用在骨折創傷等，且於全肩關節或半肩關節均可置換，惟因醫師學習曲線及醫材設計等因素其併發症約15~20%，建議應訂定嚴謹給付規定，以避免浮濫使用。
- 3) 肩關節非屬負重關節，且尚無臨床實證療效顯示，「含E1抗氧化超耐磨」與「一般材質」之球頭襯墊其療效有所不同，爰前述2項材質之球頭襯墊屬同功能醫材。

3

提案摘要(3)

3. 經108年12月份特殊材料專家諮詢會議討論，結論(承上頁)：

- 4) 建議支付點數：採國際價格中位數，依功能分5類：
 - ① 肩盂基座：支付點數47,562點。
 - ② 肩盂球頭：支付點數49,581點
 - ③ 球頭襯墊：按「含E1抗氧化超耐磨」與「一般材質」品項之國際價格中位數之平均數，支付點數15,610點。
 - ④ 球頭襯墊托盤：支付點數18,097點。
 - ⑤ 整組(肩盂基座+肩盂球頭+球頭襯墊(含E1抗氧化超耐磨)+球頭襯墊托盤)：支付點數130,850點。
- 5) 建議給付規定：肩關節旋轉肌群大量缺損，且合併下列適應症之一，需事前審查：
 - ① 重度關節病變(Hamada Classification of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。
 - ② 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且65歲(含)以上。
- 6) 預估年使用量：100組。

討1-2

提案摘要(4)


4. 本署於上開會議後將初核結果通知廠商，該廠商於109年1月13日及109年2月25日來函，表示本案特材不同意以上開會議建議支付點數納入健保給付。
5. 本署再提109年3月份專家諮詢會議討論，結論為本案特材屬創新功能特材，在訂有給付規定下，建議以全額給付方式納入健保給付，惟建議支付點數之訂定，仍以108年12月份本會議結論採國際價格之中位數為原則，請本署與捷邁公司持續溝通。
6. 廠商再次於109年4月30日來函建議，本案特材依公立醫院及醫學中心採購價除以最近四季浮動點值，以自付差額納入健保。

建議：本案特材依108年12月份及109年3月份專家諮詢會議結論，屬創新功能特材，建議以全額給付方式納入健保給付。

5

疾病簡介

□ 旋轉肌袖撕裂性關節炎 (CTA, cuff tear arthropathy)



📖 肩部旋轉肌袖由棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及小圓肌四塊肌肉組成，維持著肩關節的穩定和活動。旋轉肌袖撕裂是成年人常見的傷害，係由特定傷害或經時間磨損造成，發生率會隨年齡增加而提高。

📖 CTA是指當肩部旋轉肌袖有大範圍撕裂，造成肩膀不活動及廢用、關節滑液滲漏與肱骨頭不穩定；CTA的症狀包括長期且惡化之疼痛、肩膀無法抬起或外轉。

📖 治療CTA的手術方式有：

1. 半肩關節成形術(HA, hemiarthroplasty)；
2. 人工全肩關節置換術(aTSA, anatomic total shoulder arthroplasty)；
3. 反置式全人工肩關節置換術(RSA, reverse shoulder arthroplasty)。

討1-3

治療方式簡介

□反置式全人工肩關節置換(Reverse Shoulder Arthroplasty)

📖 肩袖撕裂較嚴重的患者可能會發展成關節炎，在這種情況下使用傳統的肩關節置換術，主動運動將非常有限，並會造成肩盂關節組件會迅速鬆弛；在反置式人工肩關節置換出現之後，改善了此生物力學上的缺失，使參與肩關節活動的三角肌處於更大的張力狀態，使當肩袖缺失情況下能更好地發揮三角肌作用，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。



7

本案特材簡介(1)

□“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統

📖 本品特材乃設計為以反向形態用於全肩關節置換；適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。

📖 病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。



討1-4

圖片出處：本品特材仿單

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	本案特材	傳統治療方式
	反置式肩關節系統	傳統人工肩關節系統-人工肱骨頭/人工肩盂
對應手術	反置式全人工肩關節置換。	傳統半人工肩關節置換/ 傳統全人工肩關節置換。
身體活動程度	約可達109°~134°。	約可達27°~58°。
使用年限	可提供長期穩定延長使用年限。	易因零件鬆脫造成使用年限短。
副作用	維他命E抗氧化高度交聯聚乙烯可大幅降低磨損，減少翻修機率。	一般PE Liner磨損量較高，持續累積會造成骨溶解與人工關節鬆脫，需要再次手術翻修。
使用者接受程度	高。	低。

資料出處：依廠商提供之建議書及文獻說明。

9

廠商建議資料(1)

廠商	分類	項次	品項	廠商建議價	備註
台灣捷邁醫療器材股份有限公司	組件	1	肩盂基座(肩盂端組件)	73,750元	傳統全人工肩關節 <u>肩盂端組件</u> 健保給付12,087點。
		2	肩盂球頭(肩盂端組件)	40,000元	
		3	球頭襯墊(反置式肱骨端組件)	26,100元	傳統全人工肩關節 <u>肱骨端組件</u> 健保給付10,555點。
		4	球頭襯墊(反置式肱骨端組件) (添加抗氧化劑)	79,990元	
		5	球頭襯墊托盤(肱骨端組件)	56,250元	
	整組	6	反置式肩關節系統(整組組件) (含一般球頭襯墊)	196,100元	傳統全人工肩關節 <u>整組組件</u> 健保給付48,206點。
		7	反置式肩關節系統(整組組件) (含添加抗氧化劑襯墊)	233,912元	

註1:資料出處：依廠商提供之建議書說明。

註2:廠商於109年2月6日來函表示，項次4及項次7等2品項因原廠停售，故撤回納入健保給付之建議。爰上開2品項自109年4月1日起自本署全球資訊網「健保尚未納管特殊材料品項表」中刪除。

廠商建議資料(2)

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統	196,100元	數量 ^{註1}	50組	100組	120組	135組	150組
		健保支出費用 ^{註2}	241萬元	482萬元	578萬元	651萬元	723萬元

註1：廠商依公司歷年銷售量推估。

註2：廠商以健保給付全人工肩關節(整組)之支付點數48,206點為健保給付上限，超過部分由病患自付。

11

醫療科技評估摘要-療效評估(1/4)

□ 主要醫療科技評估組織之給付建議

 至2019年8月16日止，於主要醫療科技評估組織(加拿大、英國、澳洲)之公開網站，均未查詢到與本案特材相關之評估報告。

 澳洲基於2007年《私人保險法》(Private Health Insurance Act 2007)，要求私人保險公司須支付病人在醫院內治療使用特定植體產品的費用，該植體收載清單亦包括了本案特材之相關產品資訊與給付價格。

醫療科技評估摘要-療效評估(2/4)

□ 回溯性病例對照研究

根據一項於單一醫院執行之回溯性病例對照研究，納入診斷為CTA^{註1}之病人，結果顯示追蹤2年以上時，相對於HA^{註2}組(20個肩膀)，RSA^{註3}組(36個肩膀)在SPADI^{註4}(Shoulder Pain and Disability Index)平均分數(34分 vs. 58分， $p=0.005$)及主動上舉平均角度(113° vs. 58° ， $p<0.001$)之表現均於統計上顯著較佳。然而在主動外轉方面，術前RSA組(平均 29°)的情況優於HA組(平均 9°)，追蹤兩年以上時，HA組與RSA組平均各為 30° 與 33° 。

而於主動內轉部分，兩組於術後均無顯著改善。安全性方面，兩組的合併症比率均為25%。但需注意接受HA及RSA病人的年齡差異(平均年齡分別為64歲與72歲)可能使此研究結果無法外推至所有CTA病人。

註1：CTA：旋轉肌袖撕裂性關節炎。
註2：HA：半肩關節成形術。
註3：RSA：反置式全人工肩關節置換術。
註4：SPADI：肩疼痛與失能指數。

13

醫療科技評估摘要-療效評估(3/4)

□ 紐西蘭註冊資料(New Zealand Joint Registry)

一項採用紐西蘭註冊資料(89年至97年)之研究納入102個RSA^{註1}手術與102個HA^{註2}手術進行年齡、性別及ASA^{註3}分數配對。結果顯示在手術後第6個月，HA組的平均OSS(31.1分)顯著低於RSA組(37.5分， $p=0.005$)；但此結果在65歲以下的病人未達顯著(HA組[n=24]與RSA組[n=20]分別為27.1分與31.6分， $p=0.27$)。追蹤期間，HA組與RSA組分別有9件與5件再次手術，並各有4件再次手術在術後12個月內執行。

此研究的主要限制在於無法得知病人於術前骨頭的放射顯影及假性癱瘓狀態，其可能影響術式的選擇及手術結果。

註1：RSA：反置式全人工肩關節置換術。
註2：HA：半肩關節成形術。
註3：ASA：美國生理狀態分類。

14

醫療科技評估摘要-療效評估(4/4)

□ 丹麥註冊資料(Danish Shoulder Arthroplasty Registry)

📖 一項採用丹麥註冊資料(95年至102年)之研究將每1位接受RHA^{註1}之病人與2位接受RSA^{註2}的病人以年齡與性別進行配對，最後納入117個RHA手術及233個RSA手術。結果顯示RHA組及RSA組的WOOS^{註3}中位數分別為49分及77分，達統計上顯著差異($p < 0.001$)，並各有52%及25%病人的WOOS低於50分。但於65歲以下之次族群，兩組的WOOS結果相似(RHA組[n=19]與RSA組[n=32]分別為58分與54分)。

📖 此研究主要限制在於組別間病人的基礎特性可能不同、CTA^{註4}缺乏普遍的定義與分類。此外，基於研究結果，作者認為小於65歲之CTA病人的治療仍具挑戰。

註1：RHA：半肩關節表面置換術。
註2：RSA：反置式全人工肩關節置換術。
註3：WOOS：西安大略省肩功能評估量表。
註4：CTA：旋轉肌袖撕裂性關節炎。

15

醫療科技評估摘要-經濟評估

□ 自付差額給付情境

📖 財務影響主要來自本案特材未納入健保給付前，自費使用本案特材之族群。第一年約215人至第五年約925人使用本案特材，新增健保年度費用第一年約720萬點至第五年約4,460萬點。

□ 全額給付情境

📖 財務影響除考量原情境自費病人，亦納入目前未積極接受侵入式治療未來可能適用反置式肩關節置換及部分由半人工肩關節置換轉用之人數一併納入，預估第一年約700人至第五年約1,400人使用本案特材，新增健保年度費用第一年約1.4億點至第五年約2.9億點。

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
64170B	部份關節置換術併整型術-只 置換髖臼或股骨或半股關節 或半肩關節	Partial joint replacement - cup or hip prosthesis or unicompartment	11,500
64163B	全肩關節置換術	Total shoulder replacement	8,876

17

國際價格-組件(1)

		新特材1		新特材2	
國別	匯率	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 -肩盂基座	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 -肩盂球頭
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣
美國	31.01	查無	--	查無	--
日本	0.28	184,500	51,660元	184,500	51,660元
韓國	0.03	查無	--	查無	--
澳洲	21.83	1,991	43,646元	2,176	47,502元
中位數			47,562元		49,581元
國際最低價			43,464元		47,502元
廠商建議價			73,750元		40,000元

國際價格-組件(2)

		新特材3		新特材3-1		新特材4	
國別	匯率	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 -球頭襯墊 (一般材質)	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 -球頭襯墊 (添加抗氧化劑)	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 -球頭襯墊托盤
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣
美國	31.01	查無	--	查無	--	查無	--
日本	0.28	查無	--	60,300	16,884元	130,233	36,465元
韓國	0.03	392,600	11,778元	查無	--	395,600	11,868元
澳洲	21.83	774	16,896元	查無	--	829	18,097元
中位數			14,337元		16,884元		18,097元
國際最低價			11,778元		16,884元		11,868元
廠商建議價			26,100元		79,990元		56,250元

19

國際價格-整組

		新特材5		新特材5-1	
國別	匯率	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統襯 墊(含一般材質襯墊)	當地價格	“邦美”康品恆禧福 反置式肩關節系統 (含添加抗氧化劑襯墊)
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣
美國	31.01	查無	--	查無	--
日本	0.28	查無	--	559,533	156,669元
韓國	0.03	查無	--	查無	--
澳洲	21.83		125,959元	查無	--
中位數			125,959元		156,669元
國際最低價			125,959元		156,669元
廠商建議價			196,100元		233,912元

公立醫院、醫學中心採購價及自費比價網價格彙整

分類	編號	中文品名	公立醫院採購價格				醫學中心採購價格				公立醫院+醫學中心採購價格				各層級醫療院所收取自費			
			家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價	家數	中位數	平均價	最低價
組件	1	肩盂基座	4	59,000	59,250	59,000	2	59,000	59,000	59,000	4	59,000	59,250	59,000	29	73,000	73,264	63,168
	2	肩盂球頭	4	32,000	31,750	31,000	2	32,000	32,000	32,000	4	32,000	31,750	31,000	28	40,000	39,309	33,589
	3	球頭襯墊	4	22,500	22,500	21,000	2	22,500	22,500	22,500	4	22,500	22,500	21,000	29	28,125	28,978	23,585
	4	球頭襯墊托盤	3	45,000	45,000	45,000	2	45,000	45,000	45,000	3	45,000	45,000	45,000	28	56,000	55,549	48,983
整組	5	整組	1	155,000	155,000	155,000	3	154,000	154,333	154,000	3	154,000	154,333	154,000	12	194,075	196,266	190,000

21

建議支付點數(1)

- 本案特材具臨床必要性，並為保障民眾權益，建議本案特材以全額給付方式納入健保給付。
- 採計方式：採「整組」之公立醫院及醫學中心兩者合併之採購價中位數(154,000元)，除以最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(107Q4~108Q3：0.8801)後之價格174,980點核定支付點數。另各組件之支付點數以其於整組價格之比例計算。計算方式及結果如下頁。

建議支付點數(2)

□ 建議支付點數計算：

			公立醫院+醫學 中心採價中位數 (A)	占率 (C=A/B)	建議支付點數	
					整組 ^註 (D)	組件 (E=D*C)
整組			154,000		174,980	
組 件	1	肩孟基座	59,000	37.2%		65,093
	2	肩孟球頭	32,000	20.2%		35,346
	3	球頭襯墊	22,500	14.2%		24,847
	4	球頭襯墊托盤	45,000	28.4%		49,694
合計(B)			158,500	100%		

註：整組之支付點數，採公立醫院+醫學中心採購價中位數(154,000元)，除以最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(0.8801)，計算後為174,980點。

23

建議給付規定

□ 依108年12月份及109年3月份特材專家會議紀錄，建議給付規定如下：

 肩關節旋轉肌群大量缺損，且合併下列適應症之一，需事前審查：

(一) 重度關節病變(Hamada Classification of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。

(二) 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且65歲(含)以上。

財務預估

品項		暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
整組		174,980點(A)	(註1) 使用量(B)	100組	100組	100組	100組	100組
組件	肩盂基座	65,093點						
	肩盂球頭	35,346點						
	球頭襯墊	24,847點						
	球頭襯墊托盤	49,694點						
			(註2) 預估年增加費用(A*B)	1,750萬點	1,750萬點	1,750萬點	1,750萬點	1,750萬點

註：

1. 使用量：經108年12月及109年3月特殊材料專家諮詢會議討論，會議結論建議在訂有給付規定下，預估年使用量為100組。
2. 預估年增加費用：專家表示臨床使用須視肩關節病灶狀況選用整組或組件產品，較難以預估各類使用量，爰暫推估以「整組」之暫核點數(174,980點)*使用量，故本案特材年增加費用約為1,750萬點。

25

特材基本資料(1)

特材名稱	“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統-肩盂基座(肩盂端組件) “Biomet” Comprehensive Reverse Shoulder System-Baseplate(Glenoid Component)		
許可證字號	衛部醫器輸字第029893號	發證日期	106/06/07
廠商名稱	台灣捷邁醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biomet Orthopedics	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	骨科類(B)
使用科別	骨科。		
規格	28mm, 25mm。		
材質	鈦合金(Ti-6Al-4V Alloy)。		
適應症	本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。		
廠商建議價	73,750元/個。		

特材基本資料(2)

特材名稱	“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統-肩盂球頭(肩盂端組件) “Biomet” Comprehensive Reverse Shoulder System-Glenosphere(Glenoid Component)		
許可證字號	衛部醫器輸字第029893號	發證日期	106/06/07
廠商名稱	台灣捷邁醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biomet Orthopedics	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	骨科類(B)
使用科別	骨科。		
規格	36mm, 41mm。		
材質	鈷鉻鉬合金(CoCrMo Alloy)、鈦合金(Ti-6Al-4V Alloy)。		
適應症	本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。		
廠商建議價	40,000元/個。		

27

特材基本資料(3)

特材名稱	“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統-球頭襯墊(反置式肱骨端組件) “Biomet” Comprehensive Reverse Shoulder System-Liner(Humeral Component)		
許可證字號	衛部醫器輸字第029893號	發證日期	106/06/07
廠商名稱	台灣捷邁醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biomet Orthopedics	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	骨科類(B)
使用科別	骨科。		
規格	36mm, 41mm。		
材質	超高分子量聚乙烯(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene)。		
適應症	本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。		
廠商建議價	26,100元/個。		

特材基本資料(4)

特材名稱	“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統-球頭襯墊托盤(反置式肱骨端組件) “Biomet” Comprehensive Reverse Shoulder System-Tray(Humeral Component)		
許可證字號	衛部醫器輸字第029893號	發證日期	106/06/07
廠商名稱	台灣捷邁醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biomet Orthopedics	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	骨科類(B)
使用科別	骨科。		
規格	44mm。		
材質	鈷鉻鉬合金(CoCrMo Alloy)、鈦合金(Ti-6Al-4V Alloy)。		
適應症	本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒緩因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。		
廠商建議價	56,250元/個。		

29

特材基本資料(5)

特材名稱	“邦美”康品恆禧福反置式肩關節系統(整組組件) “Biomet” Comprehensive Reverse Shoulder System		
許可證字號	衛部醫器輸字第029893號	發證日期	106/06/07
廠商名稱	台灣捷邁醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biomet Orthopedics	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	骨科類(B)
使用科別	骨科。		
規格	Stem, Tray, Liner, Glenosphere, Baseplate。		
材質	鈷鉻鉬合金、超高分子量聚乙烯、鈦合金。		
適應症	本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒緩因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。		
廠商建議價	196,100元/組。		

108 年 12 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時 間：108 年 12 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

- 一、有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於肩關節置換之特材「"邦美"康品恆禧福反置式肩關節系統」組件共 7 項以民眾自付差額方式納入健保給付案，提請討論。

說明：

(一)本案特材為以反向型態設計，適用於肩袖斷裂患者使用，以紓解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。經財團法人醫藥品查驗中心針對上述反置式肩關節進行醫療科技評估報告，依臨床實證顯示，反置式肩關節置換術相較於半肩關節形成術有較佳的肩膀疼痛和功能障礙改善及上舉角度。

(二)中華民國骨科醫學會及與會專家表示：

1. 本案醫材為反置式人工肩關節，適用於肩袖斷裂患者使用，解決肩關節無法抬起的問題，就目前健保給付的人工肩關節是無法處理前述患者之問題，爰本案醫材納入健保給付具有其臨床醫療必要性。另本案醫材其可使用範圍逐漸被用在骨折創傷等且於全肩關節或半肩關節均可置換，惟因醫師學習曲線及醫材設計等因素其併發症約 15~20%，建議應訂定嚴格給付規定，以避免浮濫使用。
2. 建議本案品項按本案醫材許可證仿單所載之適應症訂定其給付規定，用於肩關節旋轉肌群大量缺損患者，且合併重度關節病變患者，或合併無法修復之造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)者使用。惟肩關節旋轉肌群大量缺損且合併重大失能者，仍可運用肌腱轉位或其他方式處理，建議限 65 歲(含)以上者使用。
3. 肩關節非屬負重關節，且尚無臨床實證療效顯示，「含 E1 抗氧化超耐磨」與「一般材質」之球頭襯墊其療效有所不同，爰前述 2 項材質之球頭襯墊屬同功能醫材。

結論：與會專家一致認為，建議全額納入健保給付：

(一)建議功能類別：創新功能類別。

(二)建議支付點數：採國際價格中位數，依功能分 5 類：

1. 肩盂基座：支付點數 47,562 點。
2. 肩盂球頭：支付點數 49,581 點
3. 球頭襯墊：按「含 E1 抗氧化超耐磨」與「一般材質」品項之國際價格中位數之平均數，支付點數 15,610 點。
4. 球頭襯墊托盤：支付點數 18,097 點。
5. 整組(肩盂基座+肩盂球頭+球頭襯墊(含 E1 抗氧化超耐磨)+球頭襯墊托盤)：支付點數 130,850 點。

(三)建議給付規定：(詳附件 1)：

肩關節旋轉肌群大量缺損，且合併下列適應症之一，需事前審查：

1. 重度關節病變(Hamada Classification of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。
2. 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且 65 歲(含)以上。

(四)預估年使用量：100 組。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：□-□

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
肩關節旋轉肌群大量缺損，應合併下列適應症之一，需事前審查： 1. 重度關節病變(Hamada Classificati on of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。 2. 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且65歲(含)以上。	無	<u>本項新增</u>

10812專家會議紀錄

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時 間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

二、有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於肩關節置換之特材「"邦美"康品恆禧福反置式肩關節系統」共 5 項納入健保給付再提會案，提請討論。

說明：

(一)本案特材以反向型態設計，適用於肩袖斷裂患者使用，以紓解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能，經 108 年 12 月份本會討論，其結論屬創新功能特材，建議依功能分 5 類納入健保給付，採國際價格之中位數核定支付點數，並訂定給付規定。建議支付點數如下

1. 肩盂基座：支付點數 47,562 點。
2. 肩盂球頭：支付點數 49,581 點。
3. 球頭襯墊：按「含 E1 抗氧化超耐磨」與「一般材質」品項之國際價格中位數之平均數，支付點數 15,610 點。
4. 球頭襯墊托盤：支付點數 18,097 點。
5. 整組(肩盂基座+肩盂球頭+球頭襯墊(含 E1 抗氧化超耐磨)+球頭襯墊托盤)：支付點數 130,850 點。

(二)本署依上開會議結論將初核結果通知醫材許可證持有者，該公司表示本案特材須搭配以納入健保給付之人工肱骨柄，前述人工肱骨柄健保支付點數相較於國際價格明顯偏低，不同意初核結果。

(三)與會專家表示對於健保納入給付之特材其建議支付點數核定原則，尊重健保署作業，本案因為專業意見於前次會議均已討論完畢，後續建議由健保署與該公司持續溝通。

(四)另外，有與會專家表示本案特材容錯率高，為肩關節手術最後一線治療，其適應症於臨床使用上越來越多，如慢性脫臼造成的肱骨缺損等，年使用量非僅有 100 組，應為低估。惟本案特材臨床使用上

仍以旋轉肌群大量缺損為主，多數與會專家建議先以原本會議暫擬訂之給付規定納入健保給付，未來視情況滾動調整。

結論：與會專家一致認為，建議納入健保給付，屬創新功能特材：

(一) 建議支付點數：

建議仍以108年12月份本會議結論採國際價格之中位數為原則，與該公司持續溝通，並依其最後溝通結果逕提本保險特材共擬會議討論。

(二) 建議給付規定(詳附件 1)：

肩關節旋轉肌群大量缺損，且合併下列適應症之一，需事前審查：

1. 重度關節病變(Hamada Classification of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。
2. 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且65歲(含)以上。

(三) 預估年使用量：100 組。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：□-□、□-□

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
肩關節旋轉肌群大量缺損，應合併下列適應症之一，需事前審查： 1. 重度關節病變(Hamada Classification of Rotator Cuff Arthropathy Grade III (包含)以上)。 2. 無法修復且造成重大失能(達到顯著運動失能之殘障標準)且65歲(含)以上。	無	<u>本項新增</u>

10903專家會議紀錄

討論案 2

有關「正杏實業有限公司」建議將「亮藍網膜眼用染劑」及「台酚藍囊袋眼用染劑」共計 2 項納入健保給付案，提請討論。

眼科手術輔助染劑特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第44次(109年05月)會議
109年05月21日

提案摘要

說明：有關「正杏實業有限公司」建議將用於眼科手術中醫
療輔助用之特材「亮藍網膜眼用染劑」及「台酚藍
囊袋眼用染劑」共2品項，建議納入健保給付。

- 本案經108年8月、109年2月及109年3月特材專家會議討論，本案2項特材用途皆為選擇性組織染劑，可於眼科手術過程中作為醫療輔助之用。
- 「亮藍網膜眼用染劑」注射於眼睛的玻璃體腔內，將內界膜染色，藉此與視網膜和視網膜前膜區別，以利醫師觀察。
- 「台酚藍囊袋眼用染劑」用於水晶體前囊染色，提高臨床醫師視覺能見度，簡化撕囊手術和減少撕裂之風險，適用於已成熟的白內障。

提案摘要(續)

➤ 目前臨床上黃斑部手術、視網膜前纖維膜切除手術及白內障手術確有使用染色劑之醫療輔助需求。

本署建議：屬創新功能特材，建議納入健保給付。

3

本案品項

廠商	項次	品項
正杏實業有限公司	1	亮藍網膜眼用染劑
	2	台酚藍囊袋眼用染劑

治療方式簡介

□眼坦部玻璃體切除術

📖 黃斑部手術，可利用眼用組織染劑直接注射於眼睛的玻璃體腔內，內界膜接觸到染劑將會被染色，染劑並不會穿透視網膜，因此可以讓內界膜更容易被觀察到，使醫師清晰辨別，並準確、徹底的剝除組織，減少對視網膜的損傷。

□白內障手術

📖 過熟的白內障手術，可利用眼用組織染劑選擇性染色於水晶體前囊中的結締組織結構，接觸到染劑的部份會被染色，不會穿透到後房，使前房與水晶體和未上色的水晶體皮質具有視覺上的對比。可以協助醫師清楚的觀察到囊袋的現況，簡化了撕囊手術和減少撕裂的風險。

5

本案特材簡介(1)(品項1)

□亮藍網膜眼用染劑

📖 本品特材AJL BBG 0.025%是一個具有選擇性的組織染劑，可用眼科手術中作為醫療輔助，提供內界膜(Internal Limiting Membrane, ILM)較佳的視線，簡化玻璃體視網膜手術。



本案特材簡介(2)(品項2)

台酚藍囊袋眼用染劑

本品特材AJL BLUE 0.06%是一種具有選擇性的組織染劑，可用於眼科手術中作為醫療輔助。水晶體前囊被染色後可提高視覺能見度，簡化了撕囊手術和減少撕裂的風險。適用於已成熟的白內障、眼底反射較差或小瞳孔。



圖片出處：本品特材仿單

7

本案特材簡介(3)

本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	本案特材	傳統治療方式
	眼用組織染劑	診斷肝臟循環機能染劑
仿單適應症	提供內界膜較佳的視線，簡化玻璃體視網膜手術。 水晶體前囊被染色，提高視覺能見度，簡化了撕囊手術和減少撕裂的風險。	肝臟，循環機能診斷用藥。 (非仿單核准適應症)
安全性	高	低，具細胞毒性。

資料出處：依廠商提供之建議書及文獻說明

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
亮藍網膜 眼用染劑	6,000元	數量	3,000組	3,150組	3,308組	3,473組	3,647組
		特材費用	1,800萬元	1,890萬元	1,985萬元	2,084萬元	2,188萬元
台酚藍囊袋 眼用染劑	5,000元	數量	6,000組	6,120組	6,242組	6,367組	6,495組
		特材費用	3,000萬元	3,060萬元	3,121萬元	3,184萬元	3,248萬元

9

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
86207B	眼坦部玻璃體切除術-複雜	Pars plana vitrectomy (vitrector)-complicated	14,780
86412B	微創玻璃體黃斑部手術	Microincision vitreomacular surgery	18,475
86415B	微創玻璃體切除術-複雜	Microincision vitreoretinal surgery-Complicated	24,181
86006C	水晶體囊切開吸引術	Lens capsulotomy and aspiration of lens under microscope	4,488
86007C	水晶體囊外(內)摘除術	Extracapsular (intracapsular) lens extraction (ECLE) (ICLE)	7,500
86008C	水晶體囊內(外)摘除術及人工水晶體置入術	Intracapsular (extracapsular) lens extraction under microscope + IOL insertion	9,000
86009C	囊外水晶體超音波乳化術	Phacoemulsification	7,055

討2-5

建議支付點數

□採計方式

 查無國際價格及各級院所收取自費價格，本署另請廠商提供成本分析資料，並參考原產國價格重新修正建議價格，該公司來函提出「亮藍網膜眼用染劑」建議價格調整為每支5,000元、「台酚藍囊袋眼用染劑」建議價格調整為每支為4,000元。

 亮藍網膜眼用染劑：採廠商建議價支付點數5,000點。

 台酚藍囊袋眼用染劑：採廠商建議價支付點數4,000點。

11

建議給付規定(1)

□依109年3月份特材專家會議紀錄，其給付規定如下：

 亮藍網膜眼用染劑：

一、適應症應包括：

(一)高度近視(800度(含)以上且眼軸長於26.5mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂及黃斑部剝離等；若因曾接受過白內障手術併人工水晶體植入術或其他近視矯正手術，導致近視度數未達800度，則須事前審查。

(二)視力下降至0.5以下，且視力下降非來自其他眼部疾病，例如角膜混濁、白內障、視神經病變等。

建議給付規定(2)

二、須檢附以下資料備查：

- (一)電腦驗光、眼軸測量及矯正視力記錄
- (二)附水晶體外眼照片及眼底照片。
- (三)附OCT檢查照片。

三、事前審查所需資料同二須檢附備查資料。

13

建議給付規定(3)

 台酚藍囊袋眼染劑：

一、適應症限過熟型白內障。

二、每人每眼限用一支。

三、須事前審查，送審以一次為限，事前審查必須符合條件：

(一)矯正視力0.01以下或分辨指數30公分以內。

(二)散瞳眼底檢視，眼底細節(如血管等)模糊無法辨識。瞳孔無法散大者，可檢附雙維超音波檢查圖像，初步評估眼後葉狀態。

(三)檢附之外眼照片必須顯示過熟白內障表徵。

健保署財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
亮藍網膜 眼用染劑	5,000點	使用量	700組	700組	700組	700組	700組
		預估 點數	350萬點	350萬點	350萬點	350萬點	350萬點
台酚藍囊袋 眼用染劑	4,000點	使用量	500組	500組	500組	500組	500組
		預估 點數	200萬點	200萬點	200萬點	200萬點	200萬點

註：

1. 依109年3月份特殊材料專家諮詢會議結論，每年使用量預估約700組及500組，推估年增加費用分別約350萬點及200萬點。

15

特材基本資料(1)

特材名稱	亮藍網膜眼用染劑 AJL BBG Ophthalmic Solution		
許可證字號	衛部醫器輸字第031603號	發證日期	107/12/27
廠商名稱	正杏實業有限公司		
製造廠名稱	AJL OPHTHALMIC S.A	製造國別	西班牙
特材大類碼	(FF)	特材小類碼	--
使用科別	眼科。		
規格	BBG Ophthalmic Solution at 0.025%。		
材質	Brilliant Blue G 0.25mg。		
適應症	使用本產品可提供內界膜(Internal Limiting Membrane, ILM)較佳的視線，簡化玻璃體視網膜手術。		
廠商建議價	5,000元/組。		

特材基本資料(2)

特材名稱	台酚藍囊袋眼用染劑 AJL BLUE Ophthalmic Solution		
許可證字號	衛部醫器輸字第031604號	發證日期	108/01/21
廠商名稱	正杏實業有限公司		
製造廠名稱	AJL OPHTHALMIC S.A	製造國別	西班牙
特材大類碼	(FF)	特材小類碼	--
使用科別	眼科。		
規格	Trypan Blue Ophthalmic Solution at 0.06%。		
材質	Trypan Blue 0.6mg。		
適應症	水晶體前囊被染色後可提高視覺能見度，簡化了撕囊手術和減少撕裂的風險。 本產品適用於已成熟的白內障、眼底反射較差或小瞳孔。它可以協助醫師清楚的觀察到囊袋的現況。		
廠商建議價	4,000元/組。		

17

108 年 8 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：108 年 8 月 22 日上午 9 時 30 分)

四、有關「正杏實業有限公司」建議將「台酚藍囊袋眼用染劑」及「亮藍網膜眼用染劑」共計 2 項納入健保給付案。

說明：

- (一) 本案 2 項特材臨床用途皆為具選擇性組織染劑，可於眼科手術中作為醫療輔助用，「台酚藍囊袋眼用染劑」用於水晶體前囊染色，提高臨床醫師視覺能見度，簡化囊手術和減少撕裂之風險，適用於已成熟的白內障；「亮藍網膜眼用染劑」注射於眼睛的玻璃體腔內，將內界膜染色，藉此與視網膜和視網膜前膜區別，以利醫師觀察。
- (二) 與會專家表示，目前臨床上黃斑部手術、視網膜前纖維膜切除手術及白內障手術確有使用染色劑之醫療輔助需求，目前臨床使用循血綠注射劑(ICG)輔助染色(off-label use)。
- (三) 與會專家亦表示，本案醫材對於眼科手術有其必要性，考量健保財務負擔，若以白內障手術全國一年約 22 萬例，全面給付也不盡合理且導致健保財務過大，建議兩項特材皆須訂定給付規定，限定病人使用，另考量此類手術不具緊急性，建議應採事前審查。
- (四) 另本案目前查無國際價格及各級院所收取自費價格，依廠商提供該醫材於歐洲販售價格，並參考原產國西班牙價格與我國 GDP 進行換算評估，以「亮藍網膜眼用染劑」西班牙價格 6,018 元，換算後約台幣 5,000 元，「台酚藍囊袋眼用染劑」西班牙價格 5,310 元，換算後約台幣 4,412 元，後續請健保署與廠商進行溝通。

結論：本案建議納入健保給付。

- (一) 建議功能類別：創新功能特材。
- (二) 建議支付點數：請廠商提供本案特材之成本分析或離岸價格等相關佐證資料後，再提本會討論。
- (三) 另給付規定、事前審查及年使用量等，請眼科醫學會提具體建議，並依所訂之規定預估使用量。

109 年 2 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 2 月 13 日上午 9 時 30 分)

三、有關「正杏實業有限公司」建議將「亮藍網膜眼用染劑」及「台酚藍囊袋眼用染劑」共計 2 項納入健保給付再提會案，提請討論。

說明：

(一)本案業經 108 年 8 月份本會議結論，考量本案 2 項特材臨床用途皆為具選擇性組織染劑，目前臨床上黃斑部手術、視網膜前纖維膜切除手術及白內障手術確有使用染色劑之醫療輔助需求，建議納入健保給付，並訂有給付規定。

(二)本署函知該公司，上開初核結果及目前查無國際價格及各級院所收取自費價格，請該公司參考原產國價格提出合理之建議價格，該公司復於 108 年 9 月 11 日來函提出「亮藍網膜眼用染劑」建議價格調整為每支 5,000 元、「台酚藍囊袋眼用染劑」建議價格調整為每支為 4,000 元。

(三)與會專家表示：

1. 本案 2 項特材臨床用途皆為具選擇性組織染劑，可於眼科手術中作為醫療輔助用，「台酚藍囊袋眼用染劑」用於水晶體前囊染色，提高臨床醫師視覺能見度，簡化囊手術和減少撕裂之風險，適用於已成熟的白內障；「亮藍網膜眼用染劑」注射於眼睛的玻璃體腔內，將內界膜染色，藉此與視網膜和視網膜前膜區別，以利醫師觀察。

2. 本案納入健保給付後，為避免濫用，建議給付規定如下：

(1) 「亮藍網膜眼用染劑」：

1. 適應症為高度近視(600 度(含)以上或眼軸長於 26mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂等。

2. 須檢附以下資料備查：

甲、矯正視力 0.5(含)以下。

乙、附眼底相片。

丙、附 OCT 檢查結果。

(2) 「台酚藍囊袋眼用染劑」：

① 適應症限過熟型白內障。

② 每人每眼限用一支。

③ 須事前審查，送審以一次為限，事前審查必須符合條件：

甲、矯正視力 0.01 以下或分辨指數 30 公分以內。

乙、散瞳眼底檢視，眼底細節(如血管等)模糊無法辨識。瞳孔無法散大者，可檢附雙維超音波檢查圖像，初步評估眼後葉狀態。

丙、檢附之外眼照片必須顯示過熟白內障表徵。

3. 本案 2 項特材給付規定，限制使用於高度近視合併黃斑部病變之病患及過熟型白內障，每年使用量應不會超過各 500 個，爰建議預估使用量各 500 個。

4. 因本案特材目前查無國際價格及各級院所收取自費價格，爰建議採廠商建議價格「亮藍網膜眼用染劑」每支 5,000 元、「台酚藍囊袋眼用染劑」每支為 4,000 元，暫予支付。

結論：與會專家一致認為，本案特材具臨床必要性，建議納入健保給付，屬創新功能特材：

(一)建議支付點數：

1. 「亮藍網膜眼用染劑」：採廠商建議價支付點數 5,000 點。

2. 「台酚藍囊袋眼用染劑」：採廠商建議價支付點數 4,000 點。

(二)訂有給付規定：詳附件 3。

(三)預估年使用量：各 500 個。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：□-□、□-□

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
□-□亮藍網膜眼用染劑： 一、適應症為高度近視(600度(含)以上或眼軸長於26mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂等。 二、須檢附以下資料備查： (一)矯正視力0.5(含)以下。 (二)附眼底相片。 (三)附 OCT 檢查結果。	無	<u>本項新增</u>
□-□台酚藍囊袋眼染劑： 一、適應症限過熟型白內障。 二、每人每眼限用一支。 三、須事前審查，送審以一次為限，事前審查必須符合條件： (一)矯正視力0.01以下或分辨指數30公分以內。 (二)散瞳眼底檢視，眼底細節(如血管等)模糊無法辨識。瞳孔無法散大者，可檢附雙維超音波檢查圖像，初步評估眼後葉狀態。 (三)檢附之外眼照片必須顯示過熟白內障表徵。	無	<u>本項新增</u>

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

九、有關「正杏實業有限公司」建議將「亮藍網膜眼用染劑」及「台酚藍囊袋眼用染劑」共計 2 項納入健保給付再提會案，提請討論。

說明：

(一)業經 109 年 2 月份本會議結論，考量本案 2 項特材臨床用途皆為具選擇性組織染劑，目前臨床上黃斑部手術、視網膜前纖維膜切除手術及白內障手術確有使用染色劑之醫療輔助需求，建議納入健保給付，屬創新功能特材，建議支付點數採廠商建議價，「亮藍網膜眼用染劑」5,000 點，「台酚藍囊袋眼用染劑」4,000 點，預估年使用量各 500 個，並訂有給付規定。

1. 「亮藍網膜眼用染劑」：

(1)適應症為高度近視(600 度(含)以上或眼軸長於 26mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂等。

(2)須檢附以下資料備查：

① 矯正視力 0.5(含)以下。

② 附眼底相片。

③ 附 OCT 檢查結果。

2. 「台酚藍囊袋眼用染劑」：

(1)適應症限過熟型白內障。

(2)每人每眼限用一支。

(3)須事前審查，送審以一次為限，事前審查必須符合條件：

① 矯正視力 0.01 以下或分辨指數 30 公分以內。

② 散瞳眼底檢視，眼底細節(如血管等)模糊無法辨識。瞳孔無法散大者，可檢附雙維超音波檢查圖像，初步評估眼後葉狀態。

③ 檢附之外眼照片必須顯示過熟白內障表徵。

(二)經函請中華民國眼科醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會協助再次

確認上開給付規定，其學會對於「台酚藍囊袋眼用染劑」無修正意見，台灣眼科學教授學術醫學會及與會專家表示「亮藍網膜眼用染劑」，原研擬給付規定之適應症中高度近視(600 度(含)以上「或」眼軸長於 26mm(含)以上)合併黃斑部病變係考量做過近視或白內障手術病人其度數看起來沒有近視，但實際上眼軸仍長於 26mm，故欠缺考慮高度近視年輕化、核性白內障造成的屈光度增加及未來人口老化因素，故若以原給付規定推估，使用量會遠大於原推估量 500 個，綜合國外文獻，高度近視黃斑部病變的近視度數絕大多數是設定近視 > 800 度且眼軸長 > 26.5 mm，建議修正如下：

1. 給付規定

(1) 適應症應包括：

- ① 高度近視(800 度(含)以上且眼軸長於 26.5mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂及黃斑部剝離等；若因曾接受過白內障手術併人工水晶體植入術或其他近視矯正手術，導致近視度數未達 800 度，則須事前審查。
- ② 視力下降至 0.5 以下，且視力下降非來自其他眼部疾病，例如角膜混濁、白內障、視神經病變等。

(2) 須檢附以下資料備查：

- ① 電腦驗光、眼軸測量及矯正視力記錄。
- ② 附水晶體外眼照片及眼底照片。
- ③ 附 OCT 檢查照片。

(3) 事前審查所需資料同(2)須檢附備查資料。

2. 推估使用量，建議由 500 支，修正為 700 支。

結論：與會專家一致認為，本案特材具臨床必要性，建議納入健保給付，屬創新功能特材：

(一) 建議支付點數：

1. 「亮藍網膜眼用染劑」：採廠商建議價支付點數 5,000 點。
2. 「台酚藍囊袋眼用染劑」：採廠商建議價支付點數 4,000 點。

(二)修正給付規定：同說明(二)1，(詳附件 4)。

(三)預估年使用量：「亮藍網膜眼用染劑」700 個、「台酚藍囊袋眼用染劑」500 個。

10903 專家會議紀錄

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：□-□、□-□

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
□-□亮藍網膜眼用染劑： 一、適應症應包括： (一)高度近視(800度(含)以上且眼軸長於26.5mm(含)以上)合併黃斑部病變，包括黃斑部裂孔、視網膜上膜增生、黃斑部劈裂及黃斑部剝離等；若因曾接受過白內障手術併人工水晶體植入術或其他近視矯正手術，導致近視度數未達800度，則須事前審查。 (二)視力下降至0.5以下，且視力下降非來自其他眼部疾病，例如角膜混濁、白內障、視神經病變等。 二、須檢附以下資料備查： (一)電腦驗光、眼軸測量及矯正視力記錄 (二)附水晶體外眼照片及眼底照片。 (三)附 OCT 檢查照片。 三、事前審查所需資料同二須檢附備查資料。	無	<u>本項新增</u>
□-□台酚藍囊袋眼染劑： 一、適應症限過熟型白內障。 二、每人每眼限用一支。 三、須事前審查，送審以一次為限，事前審查必須符合條件： (一)矯正視力0.01以下或分辨指數30公分以內。	無	<u>本項新增</u>

(二)散瞳眼底檢視，眼底細節(如血管等)模糊無法辨識。瞳孔無法散大者，可檢附雙維超音波檢查圖像，初步評估眼後葉狀態。 (三)檢附之外眼照片必須顯示過熟白內障表徵。		
---	--	--

10903專家會議紀錄

討論案 3

有關研議修訂現行健保 3 針型及 5 針型「關節內注射劑」給付規定併同修訂 1 針型「關節內注射劑」給付規定案，提請討論。

討論案第 3 案

案由：有關研議修訂現行健保給付「關節內注射劑」之給付規定(D108-5、D108-6、D109-1、D109-2)案，提請討論。

說明：

- 一、依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第42次(109年1月)會議附帶決議「請確認目前醫療院所於病人進行關節內注射劑療程，藥物與復健治療申報情形是否有不符支付規定」辦理。(詳附件1，頁次：討3-7~討3-10)。
- 二、查目前健保給付「關節內注射劑」收載有1個療程注射3次(3針型)、1個療程注射5次(5針型)及1個療程注射1次(1針型)等不同劑型之特材，計17品項，並訂有給付規定D108-5、D108-6、D109-1及109-2。(詳附件2，頁次：討3-11~討3-12)
- 三、次查上開D108-5等4項給付規定第3點內容同為「病患於注射關節內注射劑期間不得使用NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療」。
- 四、經本署遴聘醫藥專家表示，臨床使用注射玻尿酸期間意見為完成全部注射療程之期間，即5針型為5週，3針型為3週。且療程之間隔時間，以第一個療程注射第一針算起滿半年(6個月)，才得進行第二個療程。
- 五、再分析107年12月1日至108年11月30日健保門住診醫療費用申報資料，接受玻尿酸注射人數為195,448人，其中完成完整注射療程(即3針型1個療程就醫3次，2個療程就醫6次，或5針型1個療程就醫5次，2個療程就醫10次)者計137,206人，其中14%於注射期間內有接受NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、復健及置換人工膝關節等；另注射關節內注射劑期間約為17~41天；1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算平均約195~204天。
- 六、經提案至109年3月特殊材料專家諮詢會議討論，結論為(詳附件3，頁次：討3-13~討3-17)：

- (一) D108-5 等 4 項給付規定第 3 點：考量病患可能有其他部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥等藥物需求，爰建議將給付規定之注射期間定義為「1 個療程第 1 針起算 35 天內」，修正為「病患於注射關節內注射劑期間(1 個療程第 1 針起算 35 天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療」。
- (二) 另 D108-5、D108-6 及 D109-1 等 3 項給付規定第 4 點：現行給付規定內容明訂「一年不得超過二個療程」等文字，依上開第四點及第五點專家意見及檔案分析結果，療程之間隔時間定義為 180 天，符合臨床現況。爰建議修正為「一年不得超過二個療程，1 年 2 個療程之間隔時間，自第 1 個療程第 1 針注射日期起算 180 天(含)以上，始得接受第 2 個療程之治療」。

擬辦：本案經討論如獲同意，依上開第六點增修「關節內注射劑」給付規定(D108-5、D108-6、D109-1、D109-2)，並依程序辦理暫予公告實施。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：D108-5、D108-6、D109-1、D109-2

（自□年□月□日生效）

修正給付規定	現行給付規定	說明
D108-5關節內注射劑(每個療程5次)109.00.00 (一、二、五、六同右欄)	D108-5關節內注射劑(每個療程5次) 100.01.21發文： 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，患者可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者，無須再	修正第三點及第四點部分文字。

修正給付規定	現行給付規定	說明
三、病患於注射關節內注射劑期間<u>(1個療程第1針起算35天內)</u>，不得以<u>同一部位疾病因素</u>使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且一年不得超過二個療程，<u>1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算180天(含)以上</u>，始得接受第2個療程之治療。	以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且每年不得超過二個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節X光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。	

修正給付規定	現行給付規定	說明
D108-6關節內注射劑(每個療程3次) 109.00.00 (一、二、五、六點同 D108-5) 三、病患於注射關節內注射劑期間(<u>1個療程第1針起算35天內</u>)，不得以<u>同一部位疾病因素</u>使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，一年不得超過二個療程，<u>1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算180天(含)以上，始得接受第2個療程之治療。</u>	D108-6關節內注射劑(每個療程3次) 100.01.21發文： (一、二、五、六點同 D108-5) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，每年不得超過二個療程。	
D109-1 關節內注射劑(每個療程 1 次，療效 6 個月) 109.00.00 (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間(<u>1個療程第1針起算35天內</u>)，不得以<u>同一部位疾病因素</u>使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及	D109-1關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月) (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。	

修正給付規定	現行給付規定	說明
置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效6個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程，<u>1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算180天(含)以上，始得接受第2個療程之治療。</u>	四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效6個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程。	
D109-2 關節內注射劑(每個療程 1 次，療效 12 個月) 109.00.00 (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間(<u>1個療程第1針起算35天內</u>)，不得以<u>同一部位疾病因素</u>使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效12個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。	<u>D109-2關節內注射劑(每個療程1次，療效12個月)</u> (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效12個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。	

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第42次（109年1月）會議紀錄

（時間：109年1月9日上午9時30分）

伍、討論事項

第2案：有關科妍生物科技股份有限公司等5家公司建議將用於改善退化性膝關節炎疼痛之特材「海捷特加強型關節腔注射劑」計6項納入健保給付案，提請討論。

說明：詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

決議：

- 一、 本案特材為每次療程注射1次之關節內注射劑，依仿單適應症可分為注射後效能可維持6個月或12個月2類功能，並有改善膝關節疼痛之臨床療效，相較於健保給付之3針型及5針型，本案1針型關節內注射劑可節省病人因接受本案特材衍伸之相關醫療費用如掛號費、注射費，提供病人多一種選擇，同意納入健保給付。
- 二、 功能類別：功能改善特材。
- 三、 支付點數：依既有功能類別「關節內注射劑(每次療程注射3次)」之支付點數（709點），及能降低對病人的侵襲性與能明顯減少醫療費用支出加算30%，效能維持6個月者，以2,765點暫予支付；效能維持12個月者，以5,530點暫予支付。
- 四、 給付規定：如附件2。
- 五、 附帶決議：請確認目前醫療院所於病人進行關節內注射劑療程，藥物與復健治療申報情形是否有不符支付規定，請健保署了解注意。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

修正給付規定分類碼 D108-5、D108-6、D109-1、D109-2

(自 109 年 00 月 00 日生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
D108-5關節內注射劑(每個療程5次)109.00.00 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，患者可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者，無須再以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎	D108-5關節內注射劑(每個療程5次) 100.01.21發文： 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，患者可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者，無須再以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎	修正第4點部分文字。

藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依<u>行政院衛生福利部</u>核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且<u>一</u>年不得超過二個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節 X 光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。	藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且每年不得超過二個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節 X 光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。	
D108-6關節內注射劑(每個療程3次) 000.00.00 (一、二、三、五、六點同D108-5) 四、用法用量依<u>行政院衛生福利部</u>核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，<u>一</u>年不得超過二個療程。	D108-6關節內注射劑(每個療程3次) 100.01.21發文: (一、二、三、五、六點同D108-5) 四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，每年不得超過二個療程。	修正第4點部分文字。
D109-1關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月) (一、二、三、五、六點同D108-6) 四、用法用量依<u>行政院衛生福利</u>	無。	<u>本項新增。</u>

<u>部核定方式，每個療程1次，療效6個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程。</u>		
<u>D109-2關節內注射劑(每個療程1次，療效12個月)</u> <u>(一、二、三、五、六點同D108-6)</u> <u>四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效12個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。</u>	無。	<u>本項新增。</u>

全民健康保險特殊材料給付規定(最新一筆給付中檔案)

給付規定分類碼	大小類碼	品名表	生效起日	生效迄日	給付規定
D108-5	F-B-	關節內注射劑(每個療程5次)	100/01/21	999/12/31	100.01.21發文: 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後,至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效...係指:在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後,其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所,患者可持原就診醫療院所之就醫記錄,至其他醫療院所繼續接受注射治療,而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後,才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者,無須再以保守治療及一般藥物治療,即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節,亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式:每週一次,一次一支,連續五週為一療程,且每年不得超過二個療程。 五、審查費用時,醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就醫紀錄、用藥紀錄及病患膝關節X光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者,可提專案申請,經同意後使用。
D108-6	F-B-	關節內注射劑(每個療程3次)	100/01/21	999/12/31	100.01.21發文: 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後,至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效...係指:在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後,其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所,患者可持原就診醫療院所之就醫記錄,至其他醫療院所繼續接受注射治療,而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後,才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者,無須再以保守治療及一般藥物治療,即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節,亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式:每週一次,一次一支,每次療程共需注射三次,每年不得超過二個療程。 五、審查費用時,醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就醫紀錄、用藥紀錄及病患膝關節X光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者,可提專案申請,經同意後使用。

D109-1	F-B-	關節內注射劑(每個療程一次，療效六個月)	109/05/01	999/12/31	109.05.01生效 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達六個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛病人使用。 二、以上所稱累計達六個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達六個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，病人可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達六個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第一次膝關節內注射劑者，無須再以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病人於注射關節內注射劑期間不得使用NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程一次，療效六個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療六個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節X光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。
D109-2	F-B-	關節內注射劑(每個療程一次，療效十二個月)	109/05/01	999/12/31	109.05.01生效 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達六個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛病人使用。 二、以上所稱累計達六個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達六個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，病人可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達六個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第一次膝關節內注射劑者，無須再以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病人於注射關節內注射劑期間不得使用NSAID鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程一次，療效十二個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療六個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節X光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時 間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

三、有關研議修訂現行健保 3 針型及 5 針型「關節內注射劑」給付規定(D108-5、D108-6)併同修訂 1 針型「關節內注射劑」給付規定(D109-1、D109-2)案，提請討論。

說明：

(一)查本保險自 88 年 7 月 1 日及 94 年 1 月 1 日起收載 5 針型及 3 針型關節內注射劑特材，並訂有「病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療」等給付規定。

(二)經諮詢 4 位骨科醫師專業意見，多數醫師表示臨床使用注射玻尿酸期間意見為完成全部注射療程之期間，即 5 針型為 5 週，3 針型為 3 週。且以第一個療程注射第一針算起滿半年(6 個月)，才得進行第二個療程。

(三)再分析 107 年 12 月 1 日至 108 年 11 月 30 日健保門住診醫療費用申報資料，接受玻尿酸注射人數為 195,448 人，其中完成完整注射療程(即 3 針型 1 個療程就醫 3 次，2 個療程就醫 6 次，或 5 針型 1 個療程就醫 5 次，2 個療程就醫 10 次)者計 137,206 人，其中 14% 於注射期間內有接受 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、復健及置換人工膝關節等；注射關節內注射劑期間約為 17~41 天；1 年 2 個療程之間隔時間，自第 1 個療程第 1 針注射日期起算平均約 195~204 天。

(四)與會專家表示，考量病患可能有其他部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥等藥物需求，爰建議將給付規定之注射期間定義為「1 個療程第 1 針起算 35 天內」，並增加「以同一部位疾病因素」，修正為「病患於注射關節內注射劑期間(1 個療程第 1 針起算 35 天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、

及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療」；療程之間隔時間定義為 180 天，符合臨床現況。

結論：與會專家一致建議，本案特材之給付規定 D108-5、D108-6、D109-1 及 D109-2 第 3 點修正為「病患於注射關節內注射劑期間(1 個療程第 1 針起算 35 天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療」及給付規定 D108-5、D108-6 及 D109-1 第 4 點為「一年不得超過二個療程，1 年 2 個療程之間隔時間，自第 1 個療程第 1 針注射日期起算 180 天(含)以上，始得接受第 2 個療程之治療」(詳附件 2)。

10903 專家會議紀錄

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：D108-5、D108-6、D109-1、D109-2

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定
D108-5關節內注射劑(每個療程5次)109.00.00 (一、二、五、六同右欄) 三、病患於注射關節內注射劑期間(1個療程第1針起算35天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。	D108-5關節內注射劑(每個療程5次) 100.01.21發文： 一、限經同一院所保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，至未達需置換人工膝關節之標準且經診斷為退化性膝關節炎疼痛患者使用。 二、以上所稱累計達6個月(含)以上均無效..."係指：在同一院所曾以保守治療及一般藥物治療合併計算後，其治療時間累計達6個月(含)以上均無效後使用。若因更換醫療院所，患者可持原就診醫療院所之就醫記錄，至其他醫療院所繼續接受注射治療，而不須再經保守治療及一般藥物治療時間累計達6個月(含)以上均無效後，才給予注射。如經符合給付規定施行第1次膝關節內注射劑者，無須再以保守治療及一般藥物治療，即可依病情需要繼續注射後續之療程。 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。

四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且一年不得超過二個療程，1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算180天(含)以上，始得接受第2個療程之治療。	四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，連續五週為一療程，且每年不得超過二個療程。 五、審查費用時，醫療院所須檢附同一院所經治療6個月無效之就診病歷、用藥紀錄及病患膝關節 X 光照片。 六、如有無法實施一般藥物治療之特殊案例需使用者，可提專案申請，經同意後使用。
D108-6關節內注射劑(每個療程3次)000.00.00 (一、二、五、六點同 D108-5) 三、病患於注射關節內注射劑期間(1個療程第1針起算35天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，一年不得超過二個療程，1年2個療程之間隔時間，自第1個療程第1針注射日期起算180天(含)以上，始得接受第2個療程之治療。	D108-6關節內注射劑(每個療程3次)100.01.21發文: (一、二、五、六點同 D108-5) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生署核定方式：每週一次，一次一支，每次療程共需注射三次，每年不得超過二個療程。

D109-1 關節內注射劑(每個療程 1 次，療效 6 個月) (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間(1 個療程注射日起算35天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效6個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程，1年2個療程之間隔時間，自第1個療程注射日期起算180天(含)以上，始得接受第2個療程之治療。	D109-1關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月) (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效6個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過二個療程。
D109-2 關節內注射劑(每個療程 1 次，療效 12 個月) (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間(1 個療程注射日起算35天內)，不得以同一部位疾病因素使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效12個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。	D109-2關節內注射劑(每個療程1次，療效12個月) (一、二、五、六點同 D108-6) 三、病患於注射關節內注射劑期間不得使用 NSAID 鎮痛消炎藥、類固醇注射劑、及置換人工膝關節，亦不可併做同一部位之復健治療。 四、用法用量依行政院衛生福利部核定方式，每個療程1次，療效12個月者：一次一支，每次療程需注射一次，一年不得超過一個療程。

討論案 4

有關建議修訂健保給付之「長效型心室輔助系統」給付規定案，提請討論。

討論案第 4 案

案由：有關修正健保給付之「長效型心室輔助系統」給付規定案，提請討論。

說明：

- 一、旨揭特材自 107 年 10 月 1 日納入健保給付，支付點數為 4,253,362 點，訂有給付規定「B206-8 長效型心室輔助系統」包含適應症、禁忌症、醫院、醫師資格及事前審查作業機制(含登錄系統)等。
- 二、上述給付規定第六點：「個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡」，是為蒐集 real world data 並監控旨揭特材給付後之臨床效益。
- 三、按本保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第 5 條規定，「對於給付規定及支付標準有明確規範之項目，經檔案分析發現違規，保險人得於受理費用申報案件起 2 年進行追扣。」考量本案價格昂貴，為使醫療院所落實完成追蹤資料，擬比照標靶藥物之給付規定，增列「未如期登入，核刪本項申請之特材費用」規定。
- 四、本案經提案至 109 年 3 月份特殊材料專家會議討論，與會專家一致同意給付規定第六點內容修正為「個案完成植入手術後，須每 3 個月內登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡，未如期登入，核刪本項申請之特材費用。」(詳附件 1 及 2，頁次：討 4-2～討 4-9)。

擬辦：本案經討論後如獲同意，擬增修給付規定「長效型心室輔助系統(B206-8)」(附件同說明四)，並依程序辦理暫予公告實施。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼 B206-8
(自 年 月 日 生效)

修正給付規定	現行給付規定	說明
B206-8長效型心室輔助系統 一、適應症： 1. 病患已登錄於器官移植中心系統。 2. 須能耐受抗凝血治療。 3. 符合下列心臟移植條件且無法脫離強心劑注射 (dopamine + dobu-tamine $>5 \mu\text{g}/\text{min}/\text{kg}$) 大於14天或一年內2次住院接受強心劑注射每次大於7天。 (1) 心臟衰竭且 Maximal $\text{VO}_2 < 10\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 (2) 心臟衰竭達紐約心臟功能第四度，且 Maximal $\text{VO}_2 < 14\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 (3) 心臟衰竭核醫檢查 LVEF$<20\%$，經六個月以上藥物 (包括 ACE inhibitors, Digoxin、Diuretics 等) 治療仍無法改善者；如有重度二尖瓣閉鎖不全，經核醫檢查 LVEF$<25\%$ 者。 (4) 嚴重心肌缺血，核醫檢查 LVEF$<20\%$，經核醫心肌灌注掃描及心導管等檢查，證實無法以冠狀動脈繞道手術及冠狀動脈介入	B206-8長效型心室輔助系統 一、適應症： 1. 病患已登錄於器官移植中心系統。 2. 須能耐受抗凝血治療。 3. 符合下列心臟移植條件且無法脫離強心劑注射 (dopamine + dobu-tamine $>5 \mu\text{g}/\text{min}/\text{kg}$) 大於14天或一年內2次住院接受強心劑注射每次大於7天。 (1) 心臟衰竭且 Maximal $\text{VO}_2 < 10\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 (2) 心臟衰竭達紐約心臟功能第四度，且 Maximal $\text{VO}_2 < 14\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$ 者。 (3) 心臟衰竭核醫檢查 LVEF$<20\%$，經六個月以上藥物 (包括 ACE inhibitors, Digoxin、Diuretics 等) 治療仍無法改善者；如有重度二尖瓣閉鎖不全，經核醫檢查 LVEF$<25\%$ 者。 (4) 嚴重心肌缺血，核醫檢查 LVEF$<20\%$，經核醫心肌灌注掃描及心導管等檢查，證實無法以冠	修正第六點，將「定期」登入修正為「<u>每3個月內</u>」登入，另增修「<u>未如期登入，核刪本項申請之特材費用</u>」之條文，如劃線部分。

修正給付規定	現行給付規定	說明
治療者。 (5) 紐約心臟功能第四度，持續使用 Dopamine 或 Dobutamine$>5\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 7天以上，經核醫檢查 LVEF$<25\%$或心臟指數 Cardiac in-dex$<2.0\text{L}/\text{min}/\text{m}^2$者。 (6) 復發有症狀的心室心律不整，無法以公認有效的方法治療者。 二、禁忌症： 1. 年齡65歲以上(含65歲)。 2. 有明顯感染者。 3. 愛滋病帶原者，應符合財團法人器官捐贈移植登錄中心訂定之「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」規定。 4. 肺結核經證實者。 5. 惡性腫瘤患者。 6. 心智不正常或無法長期配合藥物治療者。 7. 少年型或胰導素依賴型糖尿病患者。 8. 嚴重肺高血壓，經治療仍大於6 Wood Unit 者，不得做正位心臟移植(異位心臟移植者不得大於12 Wood Unit)。	狀動脈繞道手術及冠狀動脈介入治療者。 (5) 紐約心臟功能第四度，持續使用 Dopamine 或 Dobutamine$>5\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 7天以上，經核醫檢查 LVEF$<25\%$或心臟指數 Cardiac in-dex$<2.0\text{L}/\text{min}/\text{m}^2$者。 (6) 復發有症狀的心室心律不整，無法以公認有效的方法治療者。 二、禁忌症： 1. 年齡65歲以上(含65歲)。 2. 有明顯感染者。 3. 愛滋病帶原者，應符合財團法人器官捐贈移植登錄中心訂定之「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」規定。 4. 肺結核經證實者。 5. 惡性腫瘤患者。 6. 心智不正常或無法長期配合藥物治療者。 7. 少年型或胰導素依賴型糖尿病患者。 8. 嚴重肺高血壓，經治療仍大於6 Wood Unit 者，不得做正位心臟移植(異位心臟移植者不得	

修正給付規定	現行給付規定	說明
9. 肝硬化或 GPT 在正常兩倍以上，且有凝血異常者。 10. 中度以上腎功能不全者 (Creatinine >3.0mg/dl 或 Ccr<20ml/min)。 11. 嚴重的慢性阻塞性肺病患者 (FEVI< 50% of predicted 或 FEVI/FVC<40% of predicted)。 12. 活動性消化性潰瘍患者。 13. 嚴重的腦血管或周邊血管病變，使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。 14. 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。 15. 藥癮患者。 16. INTERMACS 1及 INTERMACS 2 之患者。 17.再次開心手術。 三、支付規範： 1.醫院條件： (1)須為「中華民國心臟醫學會」及「台灣胸腔及心臟血管外科學會」所認定之專科醫師訓練醫院。 (2)應有專任具臨床藥理、病理、移植免疫、感染症及血液學專長之醫師。 2.醫師條件：	大於12 Wood Unit)。 9. 肝硬化或 GPT 在正常兩倍以上，且有凝血異常者。 10. 中度以上腎功能不全者 (Creatinine >3.0mg/dl 或 Ccr<20ml/min)。 11. 嚴重的慢性阻塞性肺病患者 (FEVI< 50% of predicted 或 FEVI/FVC<40% of predicted)。 12. 活動性消化性潰瘍患者。 13. 嚴重的腦血管或周邊血管病變，使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。 14. 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。 15. 藥癮患者。 16. INTERMACS 1及 INTERMACS 2 之患者。 17. 再次開心手術。 三、支付規範： 1. 醫院條件： (1)須為「中華民國心臟醫學會」及「台灣胸腔及心臟血管外科學會」所認定之專科醫師訓練醫院。 (2)應有專任具臨床藥理、病理、移植免疫、感染症及血液學	

修正給付規定	現行給付規定	說明
(1)手術主持醫師須有主持開心手術五百例以上之經驗。 (2)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請核備。 3.醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。 四、每人終身給付1組。 五、完成個案登錄系統且須送事前特殊專案審查核准。 六、個案完成植入手術後，須<u>每3個月內</u>登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡，<u>未如期登入，核刪本項申請之特材費用</u>。	專長之醫師。 2. 醫師條件： (1)手術主持醫師須有主持開心手術五百例以上之經驗。 (2)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請核備。 3. 醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。 四、每人終身給付1組。 五、完成個案登錄系統且須送事前特殊專案審查核准。 六、個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡	

備註：劃線部分為新修訂之規定

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

四、有關建議修訂健保給付之「長效型心室輔助系統」給付規定一案，提請討論。

說明：考量本案特材給付規定第 6 點：「個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡」所稱「定期登入」其操作型定義不明確，易造成醫療院所及本署審查作業無所依循，故建議修正該文字為須「每 3 個月內登入」追蹤狀況，另本案價格昂貴，為使醫療院所落實完成追蹤資料，擬比照標靶藥物之給付規定，增列「未如期登入，核刪本項申請之特材費用」規定，爰建議修正給付規定第 6 點內容為「個案完成植入手術後，須每 3 個月內登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡，未如期登入，核刪本項申請之特材費用」。

結論：與會專家一致建議本案特材之給付規定第 6 點，修正為「個案完成植入手術後，須每 3 個月內登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡，未如期登入，核刪本項申請之特材費用」(詳附件 3)。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：B206-8

(自□年□月□日生效)

修正給付規定	現行給付規定
B206-8長效型心室輔助系統 (00/00/00起修訂) (一、二、三、四、五同右欄)	B206-8長效型心室輔助系統 (108/2/1起修訂) 一、適應症： 1. 病患已登錄於器官移植中心系統。 2. 須能耐受抗凝血治療。 3. 符合下列心臟移植條件且無法脫離強心劑注射 (dopamine + dobutamine >5μg/min/kg) 大於14天或一年內2次住院接受強心劑注射每次大於7天。 (1) 心臟衰竭且 Maximal VO₂ < 10ml/kg/min 者。 (2) 心臟衰竭達紐約心臟功能第四度，且 Maximal VO₂ < 14ml/kg/min 者。 (3) 心臟衰竭核醫檢查 LVEF < 20%，經六個月以上藥物 (包括 ACE inhibitors, Digoxin、Diuretics 等) 治療仍無法改善者；如有重度二尖瓣閉鎖不全，經核醫檢查 LVEF < 25% 者。 (4) 嚴重心肌缺血，核醫檢查 LVEF < 20%，經核醫心肌灌注掃描及心導管等檢查，證實無法以冠狀動脈繞道手術及冠狀動脈介入治療者。 (5) 紐約心臟功能第四度，持續使用

	Dopamine 或 Dobutamine$>5\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 7天以上，經核醫檢查 LVEF$<25\%$或心臟指數 Cardiac index$<2.0\text{L}/\text{min}/\text{m}^2$者。 (6) 復發有症狀的心室心律不整，無法以公認有效的方法治療者。 二、禁忌症： 1. 年齡 65歲以上 (含65歲)。 2. 有明顯感染者。 3. 愛滋病帶原者，應符合財團法人器官捐贈移植登錄中心訂定之「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」規定。 4. 肺結核經證實者。 5. 惡性腫瘤患者。 6. 心智不正常或無法長期配合藥物治療者。 7. 少年型或胰導素依賴型糖尿病患者。 8. 嚴重肺高血壓，經治療仍大於6 Wood Unit 者，不得做正位心臟移植(異位心臟移植者不得大於12 Wood Unit)。 9. 肝硬化或 GPT 在正常兩倍以上，且有凝血異常者。 10. 中度以上腎功能不全者 (Creatinine $>3.0\text{mg}/\text{dl}$ 或 Ccr$<20\text{ml}/\text{min}$)。 11. 嚴重的慢性阻塞性肺病患者 (FEV1$<50\%$ of predicted 或 FEV1/FVC$<40\%$ of predicted)。 12. 活動性消化性潰瘍患者。 13. 嚴重的腦血管或周邊血管病變，
--	--

六、個案完成植入手術後，須<u>每3個月內</u>登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡，<u>未如期</u>登入，核刪本項申請之特材費用。	使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。 14. 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。 15. 藥癮患者。 16. INTERMACS 1及 INTERMACS 2之患者。 17. 再次開心手術。 三、支付規範： 1. 醫院條件： (1)須為「中華民國心臟醫學會」及「台灣胸腔及心臟血管外科學會」所認定之專科醫師訓練醫院。 (2)應有專任具臨床藥理、病理、移植免疫、感染症及血液學專長之醫師。 2. 醫師條件： (1)手術主持醫師須有主持開心手術五百例以上之經驗。 (2)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請核備。 3. 醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。 四、每人終身給付1組。 五、完成個案登錄系統且須送事前特殊專案審查核准。 六、個案完成植入手術後，須定期登入系統追蹤狀況，直到病人完成心臟移植手術出院或死亡
--	--

討論案第 5 案至第 9 案之總說明

有關保險對象自付差額類別之特殊材料共計 8 大類核定費用案。

說明：

- (一) 辦理依據：依 109 年 1 月 30 日公告「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第 52-4 條規定辦理。已收載同功能類別之保險對象自付差額類別特材按同條文第 2 項辦理核定費用，保險人得依同功能類別，並參考下列資料予以核定：
 1. 公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值。如無中位數者，得採平均值。
 2. 國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格。
 3. 國際價格。
- (二) 再依上述同標準條文第 3 項規定，考量「義肢類」之支付點數，含特材、診察、診療及訓練等成本，故排除核定義肢類別。截至 109 年 5 月 1 日，已收載保險對象自付差額類別共計 9 類 353 項(詳附件，頁次：討 5 至 9 案總說明-3)，其中「冠狀動脈塗藥支架」及「特殊功能人工水晶體」等 2 類，目前已訂有保險對象自付差額特材品項上限金額。
- (三) 爰本案經提 109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議討論，與會專家依臨床專業，逐一確認上開 9 類之功能分類，並表示核定費用依程序應為特材共擬會議討論決定，非臨床專業建議，故尊重健保署作業與本會議決議。
- (四) 另保險對象自付差額「鈦合金加長型伽瑪髓內釘組」一類，經盤點登載於「健保尚未納入給付特殊材料品項表」，尚有「"信迪思"進階型股骨近端髓內釘系統」等 5 項，其材質、長度與前述自付差額特材功能相同，

惟許可證持有者提出再分類建議，故需再請相關學會提供意見確認功能類別後，再提會討論。

(五) 爰本次會議針對 8 大類 349 項進行核定費用之訂定，參考 109 年 3 月份本會議討論 AD、CAGE、TAVI 之核定方式，暫不參採國際價格。另在符合國內臨床現況及以利民眾使用下，建議依藥物支付標準第 52-4 條第 2 項第 1 款規定，進行核定費用討論。本次依科別分別討論共計 5 案，簡述如下：

1. 用於眼科之「特殊功能人工水晶體」核定費用案。(討論案 5)
2. 用於心臟外科之「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」核定費用案。(討論案 6)
3. 用於心臟內科之「特殊功能心律調節器」、「冠狀動脈塗藥支架」及「治療複雜性心臟不整脈消融導管」核定費用案。(討論案 7)
4. 用於骨科之「特殊人工髖關節」核定費用案。(討論案 8)
5. 用於神經外科之「調控式腦室腹腔引流系統」核定費用案。(討論案 9)

各類自付差額特材實施一覽表

類別 序號	類別	實施起日	實施迄日	支付點數	收載品項數
1	義肢	84年3月1日	本次排除不討論	依裝置部位： 4,800~68,000點	17
2	人工心律調節器	84年8月3日		93,833點	20
3	冠狀動脈塗藥支架	95年12月1日		14,099點	35
4	特殊材質人工髖關節	96年1月1日		依核價類別： 35,195~70,099點	131
5	特殊功能人工水晶體	96年10月1日		2,744點	115
6	生物組織心臟瓣膜	103年6月1日		43,613點	14
7	調控式腦室腹腔引流系統	104年6月1日		7,127點	15
8	淺股動脈狹窄之塗藥裝置	105年5月1日		依核價類別 28,773~44,293點	12
9	治療複雜性心臟不整脈消融導管	106年11月1日		70,200點	7
10	加長型伽瑪髓內釘組	107年6月1日	需再確認功能分類，本次不討論	19,036點	4
總計					370
本次討論小計					349

資料來源:自費醫材比價網、特材主檔

收載品項數係指最新健保給付點數不為0之品項數

排除義肢類17項及加長型伽瑪髓內釘組4項，共計349項【370-(17+4)】

更新日期:109.5.1

討論案第 5 案

案由：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊功能人工水晶體」計 115 品項之核定費用案，提請討論。

說明：

- 一、查旨揭「特殊功能人工水晶體」一類，於 96 年 10 月 1 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 38%，目前有 12 類功能類別(詳附件 1，頁次：討 5-5)，有效品項數計 115 品項，健保支付上限均為：2,744 點。
- 二、為了解國際上人工水晶體之分類與支付情形，本署於「108 年度優化健保給付機制提升精準醫療運用計畫委託辦理案」委託財團法人醫藥品查驗中心辦理「人工水晶體置換後的效益評估」研究計畫，包含國際之分類與支付研究(詳附件 2，頁次：討 5-6)，及系統性文獻回顧人工水晶體療效等，摘述如下(詳附件 3，頁次：討 5-7~討 5-8)：
 - (一) 多焦點人工水晶體相較於單焦點人工水晶體，有顯著較佳的未矯正近距視力。
 - (二) 調節式人工水晶體相較於單焦點人工水晶體，植入後 6 個月的距離校正近距視力較佳，但長期療效不明確。
 - (三) 非球面人工水晶體相較於球面人工水晶體，能夠減少球面像差的問題。
 - (四) 散光矯正人工水晶體相較於無散光矯正人工水晶體，有較佳的未矯正遠距離視力且較不需依賴眼鏡。
 - (五) 染色人工水晶體相較於無染色人工水晶體，無文獻支持或證實能預防老年性黃斑部病變發生。
- 三、針對本保險收載自付差額人工水晶體分類正確性等，本署於 109 年 3 月 19 日召開「全民健康保險收載自付差額人工水晶體之功能分類專家溝通會議」與中華民國眼科醫學會、台灣眼科學教授學術醫學會、中華民國醫師公會全國聯合會及台灣醫院協會進行溝通討論，結論摘述如下(詳附

件 4，頁次：討 5-9~討 5-12)：

- (一) 建議將現行 12 類功能類別依其特殊功能分為「6 類」：因黃片之濾藍光功能非為食藥署認定之臨床效能，無明確標準，國際上亦同，且本署委託研究結果亦顯示無文獻支持或證實黃片能預防老年性黃斑部病變發生，又同為二焦點之人工水晶體可以是延伸焦點、折射性、繞射性或調節式，其為設計之不同，並非功能之差異，故不建議將黃片或調節式單獨拆分；並因同為多焦點之二焦點及三焦點對病人生活方便度不同，建議將多焦點拆分出二焦點及三焦點。
- (二) 採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值核定自付差額特殊材料費用，彙整如下：

項次	功能分類	採購價中位數	核定費用
1	特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))	24,000	27,378
2	特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))	36,000	41,067
3	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))	50,000	57,038
4	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))	76,650	87,440
5	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))	63,000	71,868
6	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))	108 年度價量調查未有醫院之市場實際交易價格，建議於會後收集價格後，依前述原則訂定核定費用後，提特殊材料共同擬訂會議討論。	

註：浮動點值係依 109 年 3 月 19 日會議討論時之最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(0.8766)計算。

(三) 考量說明三(一)黃片之濾藍光功能非為食藥署認定之臨床效能，無明確標準，國際上亦同，且本署委託研究結果亦顯示無文獻支持或證實黃片能預防老年性黃斑部病變發生，爰針對「單焦點、球面且黃色」之人工水晶體共 2 項，建議以既有功能類別特材納入健保全額給付。

四、 會後經收集上開項次 6「特殊人工水晶體(三焦點、非球面、散光(含黃片))」之公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）採購價格，僅醫學中心採購決標價 69,200 元，依前述會議結論，採該價格除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值 0.8801，為 78,627 元。（價格彙整表詳附件 5，頁次：討 5-13）。

五、 建議核定費用：

(一) 參採專家溝通會議之建議，現行 12 類自付差額人工水晶體依其特殊功能調整為「6 類」，核定費用採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(109 年 3 月 29 日公告 107Q4~108Q3：0.8801)予以核定。

(二) 惟考量說明三(二)項次 4 及 6 同屬多焦點非球面散光(含黃片)之人工水晶體，4「特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))」之核定費用高於 6「特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))」，又查全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 61 條略以，特殊材料支付點數之調整，調整後之特殊材料點數，依核價類別之區隔，次一等級之類別調整後點數不得高於較高等級類別之點數，爰建議此 2 類均採 6「特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))」之價格核定費用，核定費用彙整如下：

項次	功能分類	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))	48	24,000	27,269	2,744
2	特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))	24	36,000	40,904	2,744
3	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))	21	50,000	56,811	2,744
4	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))	11	69,200	78,627	2,744
5	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))	6	63,000	71,582	2,744
6	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))	3	69,200	78,627	2,744

擬辦：本案經討論如獲同意，依程序辦理暫予公告實施等相關事宜。

特殊功能人工水晶體現行分類

核價類別	核價類別名稱	健保給付 上限	品項數
FALSNA1	特殊功能人工水晶體(單焦點+非球面)	2,744	33
FALSNA2	特殊功能人工水晶體(多焦點)	2,744	7
FALSNA3	特殊功能人工水晶體(單焦點+散光)	2,744	5
FALSNA4	特殊功能人工水晶體(單焦點+球面+黃色)	2,744	2
FALSNA5	特殊功能人工水晶體(多焦點+非球面+黃色)	2,744	9
FALSNA6	特殊功能人工水晶體(單焦點+非球面+散光)	2,744	19
FALSNA7	特殊功能人工水晶體(調節式+非球面)	2,744	1
FALSNA8	特殊功能人工水晶體(多焦點+非球面+散光+黃色)	2,744	8
FALSNA9	特殊功能人工水晶體(多焦點+散光)	2,744	2
FALSNA A	特殊功能人工水晶體(多焦點+非球面)	2,744	10
FALSNA B	特殊功能人工水晶體(多焦點+非球面+散光)	2,744	4
FALSNA C	特殊功能人工水晶體(單焦點+非球面+黃色)	2,744	15

合計 115

各國人工水晶體分類與支付現況

	給付方式	特材分類				支付價格
澳洲	由私人保險給付：根據 2007 年的私人保險法(Private Health Insurance Act)，私人醫療保險公司須負責給付列於植體清單(Protheses List)的植體費用(benefits)。	IOL 類別	眼前房 IOL	眼後房 IOL		● 單焦點：133~329 澳幣(約 2,790~6,901 新台幣) ● 多焦點：677~739 澳幣(約 14,202~15,503 新台幣) ● 調節式：642 澳幣(約 13,468 新台幣) ● 單焦點散光：626~956 澳幣(13,132~20,055 新台幣) ● 多焦點散光：986~1286 澳幣(20,685~26,978 新台幣)
		產品分類	無水晶體(aphakic)	硬式(rigid)	折疊式(foldable)	
		產品次分類	硬式(rigid)		偽晶體(pseudophakic)/摺負式(piggy-back) 單焦點(monofocal)、多焦點(multifocal)	
韓國	● 全額給付(民眾部分負擔 30%)： <u>單焦點人工水晶體</u> 歸類於眼科與耳鼻喉科給付材料類別(Category I)。 ● 不給付：特殊功能人工水晶體由民眾負擔市場價格。	● 給付項目(單焦點 IOL)：硬式人工水晶體、軟式人工水晶體、軟式非球面人工水晶體 ● 不給付項目(多焦點、調節式、散光矯正 IOL)：調節式人工水晶體(조절성 인공수정제)				● 硬式單焦點：47,180~52,060 韓圓(約 1,229~1,356 新台幣) ● 軟式單焦點：63,450~128,750 韓圓(約 1,653~3,353 新台幣) ● 軟式非球面單焦點：86,900~172,670 韓圓(約 2,263~4,497 新台幣)
美國 ₁	聯邦醫療保險 Medicare(保險對象為 65 歲以上、65 歲以下失能者或末期腎臟病需洗腎美國公民)僅給付 <u>單焦點人工水晶體</u> ，並在補充醫療保險(part B)會額外給付一副遠視矯正或散光矯正的眼鏡或隱形眼鏡。人工水晶體的費用涵蓋於門診手術中心(Ambulatory Surgical Center, ASC)或是一般醫院門診(hospital outpatient department)的設備費(facility fee)中。民眾投保補充醫療保險(part B)，需負擔 20%的醫療費用。	● 給付項目：單焦點人工水晶體 ● 不給付項目：遠視矯正 IOL (presbyopia-correcting IOL)、散光矯正 IOL (astigmatism-correcting IOL)、遠視/散光矯正 IOL				2019 年 10 月 ASC 白內障手術合併植入單焦點 IOL 的費率為 977.33 美元(約 29,467 新台幣)；2019 年 10 月醫院門診內障手術合併植入 IOL 的費率為 1,917.16 美元(約 57,761 新台幣)。
日本 ₂	● 內含於手術項目費用給付：人工水晶體屬於 A2 給付項目， <u>單焦點人工水晶體</u> 費用涵蓋於水晶體重建手術項目中。 ● 由民眾全額負擔特材費用： <u>多焦點人工水晶體</u> 屬於「先進醫療」項目，需於核准之機構執行，人工水晶體費用由民眾全額負擔，但常規醫療服務費用由醫療保險依自付額比例(copayment)給付。	● 給付項目：單焦點人工水晶體 ● 先進醫療項目：多焦點人工水晶體				平成 30 年(2018 年)水晶體重建手術合併植入單焦點人工水晶體的支付點數為 12,100 點至 17,840 點，相當於 121,000 至 178,400 日幣(約 33,308 至 49,109 新台幣)。
英國	● NHS 以論結果計酬給付(HRG)給付白內障標準手術：以超音波晶體乳化術移除混濁的水晶體並植入 <u>單焦點人工水晶體</u> 。 ● 民眾須負擔手術與人工水晶體的費用：選擇多焦點、散光矯正或調節式等特殊功能人工水晶體。					2019 年至 2020 年 NHS 給付植入單焦點人工水晶體之標準白內障手術的費率(tariff)：739 至 861 英鎊(約 29,177 至 33,994 新台幣)。
加拿大	● 全額給付：各省或區域給付 <u>硬式單焦點人工水晶體</u> ，部分省分則同時給付 <u>硬式及軟式單焦點人工水晶體</u> 。 ● 自付差額給付：非給付項目則由民眾自付差額。					● 硬式單焦點人工水晶體：愛德華王子島省給付 75 加幣(約 1,728 新台幣)。 ● 加拿大眼科醫學會建議的自付差額費用：散光矯正人工水晶體：951 加幣(約 21,910 新台幣)、多焦點或調節式人工水晶體：1,980 加幣(約 45,617 新台幣)。
比利時	若病人符合白內障植入條件，則給付硬式或可折疊式的 <u>單焦點人工水晶體</u> ，若同時符合散光條件，則給付 <u>散光矯正人工水晶體</u> 。	● 給付項目：PMMA 材質人工水晶體、折疊式人工水晶體、屈光度≥2 度的環狀曲面人工水晶體、屈光度≥6 度的環狀曲面人工水晶體。				● PMMA 材質及折疊式 IOL：74.37 歐元(約 2,509 新台幣) ● 屈光度≥2 度的環狀曲面 IOL：198.30 歐元(約 6,689 新台幣) ● 屈光度≥6 度的環狀曲面 IOL：396.61 歐元(約 13,379 新台幣)。
台灣	● 全額給付： <u>單焦點球面人工水晶體</u> 屬於「一般功能人工水晶體」 ● 自付差額給付：特殊功能人工水晶體。	● 全額給付項目(單焦點球面 IOL)：PMMA IOL、Silicone IOL、Acrysof IOL、含虹膜+水晶體 ● 自付差額項目(特殊功能 IOL)：非球面軟式、多焦點軟式、散光功能軟式、黃色軟式、非球面軟式+多焦點+黃色、散光非球面軟式、調節式、非球面軟式+多焦點+散光+黃色、多焦點+散光、多焦點+非球面軟式、非球面軟式+多焦點+散光、非球面軟式+黃色				● 單焦點球面人工水晶體(一般功能人工水晶體)：2,744 點 ● 特殊功能人工水晶體：2,744 點，其餘由民眾自付差額。

1. 於 2006 年至 2011 年間，若人工水晶體依其臨床實證被核准為新醫療科技人工水晶體，則 Medicare 會額外給付 50 美元(約 1,507 新台幣)，然現階段已無核准任何新醫療科技人工水晶體。此處所列費用僅為 Medicare 給付的手術費率，不包括醫師費(physician fee)等其他衍生費用。民眾執行白內障手術實際負擔的費用需考量就醫院所、Medicare 投保項目、年自付額度(deductible)、共保險(co-insurance)比例、選擇的人工水晶體種類以及是否投保私人醫療保險等諸多因素。參考 All About Vision 網站 2019 年資料，若無任何醫療保險，則單眼的白內障手術合併植入人工水晶體的整體費用約為 3,783~6,898 美元(約 114,042~207,946 新台幣)。

2. 根據 2019 年 12 月 5 日第 81 回的「先進醫療會議」，基於多焦點人工水晶體並無明確證據顯示有較佳的療效，且現存一些病人植入後不滿意的案例，因此列為「適合移除的先進醫療項目(削除が適切であると評価された先進医療技術)」進行評估並於 2019 年 12 月 13 日第 441 回的「中央社会保険医療協議会総会」進行討論。根據 2019 年 12 月 17 日更新的 86 項先進醫療清單，多焦點人工水晶體目前仍列為先進醫療項目。而參考「日経メディカル」的報導，預計於 2020 年 4 月開始多焦點人工水晶體將被列為「選定療養」項目，醫療保險仍將支付白內障相關的常規醫療服務費用。

註：摘自健保署「108 年度優化健保給付機制提升精準醫療運用計畫委託辦理案」委託財團法人醫藥品查驗中心辦理「人工水晶體置換後的效益評估」研究計畫



人工水晶體系統性文獻回顧結果

➤ 各不同功能分組之比較於主要之視覺功能改善及健康結果皆無顯著差異。

功能分組	療效結論
多焦點 vs. 單焦點 (3篇)	- 兩者的未矯正遠距視力和矯正近距視力 無統計顯著差異。 - 多焦點有顯著較佳的未矯正近距視力，但試驗間異質性高。 - 多焦點較易有光暈或眩光等視覺干擾。 - 兩者的對比敏感度與視覺相關生活品質 無統計顯著差異。 - 多焦點較不需依賴眼鏡。
調節式 vs. 單焦點 (3篇)	植入調節式人工水晶體後6個月的距離校正近距視力較佳，但 長期療效不明確。
染色 vs. 無染色 (2篇)	- 兩者的最佳矯正視力和對比敏感度 無統計顯著差異。 - 針對三年追蹤的晚期老年性黃斑部病變或一年追蹤之任何期別老年性黃斑部病變，皆 無法證實能預防其發生。
散光矯正 vs. 無散光矯正(1篇)	單焦點散光矯正有較佳的未矯正遠距離視力且較不需依賴眼鏡。
非球面 vs. 球面 (2篇)	- 非球面有較佳的對比敏感度，特別是在昏暗的光線下。 - 非球面能夠減少球面像差的問題。

註：摘自健保署「108年度優化健保給付機制提升精準醫療運用計畫委託辦理案」委託財團法人醫藥品查驗中心辦理「人工水晶體置換後的效益評估」研究計畫

人工水晶體(intraocular lenses, IOL)臨床實證系統性文獻回顧結果

根據系統性文獻回顧結果，共納入 11 篇系統性文獻回顧/統合分析研究，包含 3 篇多焦點對照單焦點 IOL；3 篇調節式對照單焦點 IOL；2 篇染色對照無染色 IOL；1 篇散光矯正對照無散光矯正IOL；2 篇非球面對照球面 IOL。

人工水晶體功能分組	相對療效結果
多焦點 vs. 單焦點	● 延長焦段人工水晶體(extended depth of focus IOL, EDOF IOL) － EDOF IOL 相較於單焦點IOL，具有統計顯著較佳的未矯正中距離視力(uncorrected intermediate visual acuity, UIVA)和未矯正近距離視力(uncorrected near visual acuity, UNVA)，但未矯正遠距離視力(uncorrected distance visual acuity, UDVA)則無統計顯著差異。 － EFOG IOL 相較於單焦點 IOL，具統計顯著較低的眼鏡依賴度(spectacle independence)，惟此分析結果具有高度異質性。 － 此為次族群分析結果，統合分析結果來自 2 篇非隨機分派臨床試驗，因此解讀其結果宜謹慎。 ● 折射型(refractive)或繞射型(diffractive)多焦點人工水晶體 － 多焦點IOL 相較於單焦點 IOL，UDVA 和矯正近距離視力(corrected near visual acuity, CNVA)無統計顯著差異。 － 多焦點IOL 相較於單焦點 IOL，有顯著較佳的 UNVA，惟此分析結果具有高度異質性。 － 多焦點IOL 與單焦點 IOL 在對比敏感度(contrast sensitivity)和視覺相關生活品質無統計顯著差異。 － 多焦點IOL 相較於單焦點 IOL，具有統計顯著較低的眼鏡依賴度。 － 多焦點IOL 相較於單焦點 IOL，具有統計顯著較多的光暈和眩光等視覺干擾。
調節式 vs. 單焦點	● 調節式IOL 相較於單焦點 IOL，於植入後 6 個月，具有統計顯著較佳的距離校正近距離視力(distance corrected near visual acuity, DCNVA)，惟長期追蹤結果因試驗間異質性過高而無統合分析結果。 ● 調節式IOL 相較於單焦點 IOL，具有統計顯著較低的眼鏡依賴度，惟其試驗追蹤時間差異大，具有異質性。
染色 vs. 無染色	● 染色IOL 與無染色 IOL，最佳矯正視力(best corrected visual acuity, BCVA)無統計顯著差異。 ● 染色IOL 與無染色 IOL，對比敏感度無統計顯著差異。 ● 針對三年追蹤的晚期(late-stage)老年性黃斑部病變(age-related macular degeneration)，或一年追蹤之任何期別老年性黃斑部病變，皆無法證實能預防其發生。
散光矯正 vs. 無散光矯正	● 單焦點散光矯正 IOL 相較於單焦點無散光矯正 IOL，具有統計顯著較佳的 UDVA。 ● 單焦點散光矯正 IOL 相較於單焦點無散光矯正 IOL，具有統計顯著較低的眼鏡依賴度。
非球面 vs. 球面	● 非球面單焦點 IOL 相較於球面單焦點 IOL，具有統計顯著較低的球面像差(spherical aberration)。 ● 非球面單焦點 IOL 相較於球面單焦點 IOL，具有統計顯著較佳的對比敏感度。

註：摘自健保署「108年度優化健保給付機制提升精準醫療運用計畫委託辦理案」委託財團法人醫藥品查驗中心辦理「人工水晶體置換後的效益評估」研究計畫

全民健康保險收載自付差額人工水晶體之功能分類專家溝通會議 會議紀錄

(時間：109年3月19日下午3時)

壹、討論事項

案由：有關健保收載自付差額人工水晶體功能分類案，提請討論。

說明：

- 一、 109年1月30日起修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第52-4條，自付差額特材得依「同功能類別」核定自付差額特殊材料費用，保險醫事服務機構收取差額之上限，不得超過該類特殊材料核定費用扣除本保險給付上限之差額，且不適用按臨床實證等級訂定給付比例之規定。
- 二、 本保險現行收載之人工水晶體共分12類137項，且自付差額上限訂定方式是以107年12月31日實施生效達1年以上者，採「品項別」之比價網所登錄收費金額標準分布之70百分位訂定自付差額上限。
- 三、 曾於107年11月6日「藥物支付標準及自付差額作業原則修訂之專家溝通會議」討論，與會專家共識建議採「功能類別」訂定差額上限，當時以我國市場現況，暫時依焦距功能以單焦、多焦、調節式進行歸納，其次再依非球面、散光功能，將現行12類整併為5類如下：
 - (一) 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
 - (二) 特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
 - (三) 特殊人工水晶體(多焦點、非球面(含黃片))
 - (四) 特殊人工水晶體(多焦點、非球面、散光(含黃片))
 - (五) 特殊人工水晶體(調節式、非球面)
- 四、 中華民國眼科醫學會表示，國內人工水晶體價格高係因包含術前須進行精密檢查、手術儀器進步及術後售後服務等，且同一類別內會有不同光學設計且一直在改變，且會有成本之差異，建議單焦點且非球面之人工水晶體依類別核定費用，含散光或多焦點等功能者依現行依品項別核定。

- 五、 台灣眼科學教授學術醫學會表示，人工水晶體依功能類別核定費用可適度管理，多焦點依其設計有延伸焦點、折射性、繞射性、調節式，回歸功能上，是提供病人看遠之外多了其他焦點之功能，市面上產品功能包括提供病人遠距離、中距離及近距離視力(遠距離約為4公尺以上、中距離約為看電腦的距離60-80公分、近距離約為手臂長25-40公分)，因同為兩焦點之人工水晶體可以是延伸焦點、折射性、繞射性或調節式，其為設計之不同，並非功能之差異，故不建議依前次專家會議結論將調節式單獨拆分，並因雙焦點及三焦點對病人生活方便度不同，建議將多焦點拆分出雙焦點(含遠、中距離及遠、近距離)及三焦點(含遠距離、中距離及近距離)。
- 六、 中華民國醫師公會全國聯合會表示，健保支付上限未調整，對健保總額預算無財務衝擊，又自付差額特材非僅限眼科特材要核定自付差額特材費用，爰難以品項別訂定費用，另依功能類別核定費用，品質應如何確保。
- 七、 台灣醫院協會表示，支持依功能類別核定費用，建議分類不要太少也不要過細，並滾動式修正。
- 八、 健保署立場說明如下：
- (一) 分類應以醫療專業為基礎，未來可滾動式修正，只要在不超過核定費用扣除本保險給付上限之差額下收取合理費用，使用之廠牌可由醫師決定，醫師選用仍保有彈性。
 - (二) 人工水晶體之品質係由食品藥物管理署把關，本署信任該署核發之醫療器材許可證，且亦無實證顯示何種品牌品質特別優。只要品質在可接受的範圍核定適當費用，產品價格有差異下，可能會使廠商降價，使民眾受惠。倘臨床使用上有品質不佳之產品，可告知本署，將轉請食品藥物管理署進行確認。
 - (三) 現行依已蒐集到的價格核定特材費用，未來將視情形研議特材與醫療服務價格拆分之可行性，使特材回歸產品實際價格，並趨於鄰近國家之市場價格，避免外界有特材價格過高之錯覺。
- 九、 與會專家一致共識，黃片之濾藍光功能非為食藥署認定之臨床效能，

且無明確標準，國際上亦同，又本署於108年委託辦理「人工水晶體置換後的效益評估」及國際之分類與支付研究結果亦顯示無文獻支持或證實黃片能預防老年性黃斑部病變發生，爰建議將「單焦點、球面且黃色」之人工水晶體以既有功能類別特材納入健保給付。

- 十、核定費用部分，與會專家認為國際價格偏低，偏離國內市場行情，建議採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值核定自付差額特殊材料費用。

結論：

- 一、依與會專家共識自付差額人工水晶體依其特殊功能分為「6類」功能類別如下，並採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值核定自付差額特殊材料費用。
- (一) 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))：採公立醫院之採購決標價格之中位數24,000元，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值0.8766，為27,378元。
- (二) 特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))：採公立醫院之採購決標價格之中位數36,000元，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值0.8766，為41,067元。
- (三) 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))：採公立醫院之採購決標價格之中位數50,000元，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值0.8766，為57,038元。
- (四) 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))：採公立醫院之採購決標價格之中位數76,650元，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值0.8766，為87,440元。
- (五) 特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))：採醫學中心（含準醫學中心）之採購決標價格之中位數63,000元，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值0.8766，為71,868元。

- (六) 特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))：查自107年7月1日納入健保自付差額特材品項，爰108年度價量調查未有醫院之市場實際交易價格，建議於會後收集價格後，依前述原則訂定核定費用後，提特殊材料共同擬訂會議討論。
- 二、 針對「單焦點、球面且黃色」之人工水晶體共2項，建議以既有功能類別特材納入健保給付。
- 三、 未來將依價量調查含診所之結果，滾動式修正核定費用。
- 四、 另倘人工水晶體價格如會上提及含檢查費等，請眼科醫學會來函提供新增或修正醫療服務項目之建議。

10903專家溝通 會議紀錄

自付差額人工水晶體依類別核定費用之價格彙整表

項次	功能分類(修訂)	總品項數	計算品項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中心)採購價		公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價		健保給付上限(A)	自費醫材比價網各院實際收費價格			自費醫材比價網各院實際收費(加計健保支付點數)價格			各品項國際價格(韓國)			各品項國際價格(澳洲)		
				中位數	中位數/浮動點值	中位數	中位數/浮動點值	中位數	中位數/浮動點值		平均值(B1)	中位數(B2)	最低價(B3)	平均值(A+B1)	中位數(A+B2)	最低價(A+B3)	平均值	中位數	最低價	平均值	中位數	最低價
1	特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))	48	34	24,000	27,269	25,000	28,405	24,750	28,121	2,744	30,141	30,000	10,256	32,885	32,744	13,000	4,448	4,333	3,304	6,214	6,162	5,915
2	特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))	24	16	36,000	40,904	36,000	40,904	36,000	40,904	2,744	43,973	44,256	30,000	46,717	47,000	32,744				12,263	11,981	11,981
3	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))	21	14	50,000	56,811	52,500	59,652	52,100	59,197	2,744	63,053	60,000	39,480	65,797	62,744	42,224				13,590	13,314	13,314
4	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))	11	8	76,650	87,092	80,000	90,898	80,000	90,898	2,744	90,896	90,000	82,219	93,640	92,744	84,963				20,120	20,090	19,402
5	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))	6	6	73,000	82,945	63,000	71,582	63,000	71,582	2,744	84,441	85,000	75,000	87,185	87,744	77,744				13,888	14,003	13,658
6	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))	3	3			69,200	78,627*	69,200	78,627	2,744	109,526	110,000	87,157	112,270	112,744	89,901				20,090	20,090	20,090

合計 113 81

註：一、健保全額給付人工水晶體：單焦點、球面，支付點數：2,744。

二、價格彙整資料來源說明如下：

1. 品項資料來源：109年4月31日特材主檔，有效品項為113項，排除單焦點+球面+黃色(FALSNNATU1A1、FALSNNATU2A1)、收費標準偏低(FALSNWAVE1B9)及未訂自付差額上限者(三焦點人工水晶體因品項少皆納入計算)，共81項。

2. 自費價格資料來源：109年2月3日自費醫材比價網收費價格，排除152筆自費價格超過自付差額上限者，及1筆誤植(FALSNWAVE4LS)資料。

3. 採購價格資料來源：108年度價量調查資料，排除9筆誤植資料(FALSNWAVE17P、FALSNWAVE3HY、FALSNSERV1A2、FALSNMULTTA1)。

*該費用為108年醫學中心採購決標價格，因該類108年度價量調查無醫院採購價，經109年3月19日專家溝通會議建議於會後收集價格。

4. 最近4季結算之醫院總額部們浮動點值之平均值以現行0.8801作為參考值，將依收載時之平均值計算。

5. 國際價格採109年1~3月匯率：韓國0.03、澳洲21.51

討論案第 6 案

案由：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」等 2 類計 26 品項之核定費用案，提請討論。

說明：

- 一、查「特殊材質生物組織心臟瓣膜」一類，於 103 年 6 月 1 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 40%，目前有「特殊材質心臟瓣膜」及「生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線」等 2 類功能類別計 14 品項，健保支付上限均為：43,613 點。
- 二、「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」一類，於 105 年 5 月 1 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 37%，目前依支架長度及塗藥氣球導管區分 3 類功能類別計 12 品項，「塗藥氣球」及「支架長度 $\leq$ 140mm」健保支付上限：28,773 點、「支架長度 $\geq$ 141mm」，健保支付上限：44,293 點。
- 三、經提案至 109 年 3 月特殊材料專家諮詢會議討論，功能分類建議如下(詳附件 1，頁次：討 6-5～討 6-7)：
 - (一)「特殊材質心臟瓣膜」之次功能分類如下：
 1. 豬心根部材質瓣膜。
 2. 牛心+豬心材質瓣膜。
 3. 牛心材質瓣膜。
 4. 生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線。
 - (二)「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」之次功能分類如下：
 1. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 20:140mm)。
 2. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 $\geq$ 141mm)。
 3. 塗藥淺股動脈氣球導管(直徑 $\geq$ 4.0mm)。

四、建議核定費用：

方案一：同討論案第 5 案核定原則，依全民健康保險藥物支付標準第 52-4 條第 2 項規定，採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季

結算之醫院總額部門浮動點值之平均值予以核定費用(詳附件 2，
頁次：討 6-8)，詳如下表。

(一) 特殊材質心臟瓣膜等 4 類之核定費用及健保給付上限：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	豬心根部材質瓣膜	2	105,000	119,304	43,613
2	牛心+豬心材質瓣膜	2	137,000	155,664	43,613
3	牛心材質瓣膜	8	151,500	172,139	43,613
4	生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線	2	329,000	373,821	43,613

(二) 治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置等 3 類之核定費用及健保給付上限：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 20:140mm)	3	54,700	62,152	28,773
2	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 $\geq$ 141mm)	1	70,000	79,536	44,293
3	塗藥淺股動脈氣球導管(直徑 $\geq$ 4.0mm)	8	56,000	63,629	28,773

方案二：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項規定，擇公立醫院及醫學中心（含準醫學中心）兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，或國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格，予以合理核定費用（同附件 2，頁次：討 6-8），詳如下表：

（一）「特殊材質心臟瓣膜」：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註 1)		各層級醫療院所收取自費價格(註 2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	豬心根部材質瓣膜	2	131,803	138,000	144,000	151,156	43,613
2	牛心+豬心材質瓣膜	2	156,232	159,850	166,800	178,556	43,613
3	牛心材質瓣膜	8	172,707	174,225	181,800	175,506	43,613
4	生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線	2	374,389	378,925	395,400	396,056	43,613

註：1.現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第 8 條規定以 5%支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計 15%~20%。

2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

(二) 「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註1)		各層級醫療院所收取自費價格(註2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長20:140mm)	3	62,152	62,905	65,640	70,061	28,773
2	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長≥141mm)	1	79,536	80,500	84,000	94,293	44,293
3	塗藥淺股動脈氣球導管(直徑≥4.0mm)	8	63,629	64,400	67,200	69,812	28,773

註：1.現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第8條規定以5%支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%~20%。

2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

擬辦：本案經討論如獲同意之核定費用，依程序辦理暫予公告實施。

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

下列第五案至第八案為保險對象自付差額類別之特殊材料共計 8 大類功能分類再確認及核定費用案。

說明：

(一)依 109 年 1 月 30 日公告之「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第 52-4 條規定辦理現行 9 類保險對象自付差額類別特材核定費用。按同條文第 2 項保險對象自付差額類別特材核定費用，參考下列資料予以核定：

1. 公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值。如無中位數者，得採平均值。
2. 國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格。
3. 國際價格。

(二)再依健保法第 45 條第 1 項(略以)；屬同功能類別之特殊材料，保險人得支付同一價。與會專家表示核定費用依程序應為特材共擬會議討論決定，非臨床專業建議，故尊重健保署作業與前述會議決議。

結論：爰有關保險對象自付差額類別特材核定費用，依健保法第 41 條規定逕提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，並依會議決議辦理。建議下列第五案至第八案僅就功能分類提供專業意見進行討論。

五、有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」等 2 類計 26 品項之功能分類再確認及核定費用案，提請討論。

說明：

(一) 「特殊材質生物組織心臟瓣膜」一類：現行次功能分類為 2 類為「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線」；查健保全額給付為豬心材質瓣膜，本案自付差額類別除牛心材質外，另有為豬心主動脈根部材質並經鈣化處理，與牛材質相當之豬心瓣膜。經查詢國際分類方式，韓國與澳洲不分材質支付同一價格，日本則依瓣膜材質分為 3 類有不同支付點數，與本署查詢之醫院採購價格類似，故參採日本功能分類模式，函請台灣外科醫學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣血管外科學會及與會專家建議次功能分類重新分為 4 類，計 14 品項：

1. 牛心材質瓣膜：8 項
2. 牛心+豬心材質瓣膜：2 項
3. 豬心根部材質瓣膜：2 項
4. 生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線：2 項

(二) 「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」一類：函請台灣外科醫學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣血管外科學會及與會專家，建議採現行次功能分類方式，按支架長度及氣球導管共分 3 類計 12 品項：

1. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 20:140mm)：3 項
2. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 $\geq$ 141mm)：1 項
3. 塗藥淺股動脈氣球導管(直徑 $\geq$ 4.0mm)：8 項

結論：與會專家建議功能分類如下：

(一) 「特殊材質生物組織心臟瓣膜」一類，依次功能分為 4

類：

1. 牛心材質瓣膜。
2. 牛心+豬心材質瓣膜。
3. 豬心根部材質瓣膜。
4. 生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線。

(二) 「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」一類，依次功能分為 3

類：

1. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 20:140mm)。
2. 塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長 $\geq$ 141mm)。
3. 塗藥淺股動脈氣球導管(直徑 $\geq$ 4.0mm)。

10903 專家會議紀錄

特殊材質生物組織心臟瓣膜

類別 序 號	類別名稱	總 品 項 數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中心) 採購價		公立醫院+醫學中心(含準 醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付 上限 (A)	自費醫材比價網各院實際收費(加計健 保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數加計 15%	中位數加計 20%		中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
																台幣(C1)	台幣(C2)	台幣(C3)
1	豬心根部材質 瓣膜	2	132,000	149,983	105,000	119,304	116,000	131,803	120,000	138,000	144,000	43,613	151,156	156,762	148,500	219,520	85,796	102,173
2	牛心+豬心材 質瓣膜	2	142,000	161,345	137,000	155,664	137,500	156,232	139,000	159,850	166,800	43,613	178,556	180,878	155,250	266,840		102,173
3	牛心材質瓣膜	8	151,500	172,139	152,900	173,730	152,000	172,707	151,500	174,225	181,800	43,613	175,506	161,848	93,500	266,840~ 308,000	85,796	102,173
4	生物組織心臟 瓣膜(整組)- 無縫線	2	340,000	386,319	329,000	373,821	329,500	374,389	329,500	378,925	395,400	43,613	396,056	396,749	308,000	378,000		193,117

- 註：
- 1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算
 - 2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801
 - 3. 本案產品均未訂定醫事機構收取自付差額上限
 - 4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。

治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置

類別 序 號	類別名稱	總 品 項 數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中心) 採購價		公立醫院+醫學中心(含準 醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付 上限 (A)	自費醫材比價網各院實際收費(加計健 保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數/浮動 點值	中位數	中位數加計 15%	中位數加計 20%		中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
																台幣(C1)	台幣(C2)	台幣(C3)
1	塗藥淺股動脈 支架及支架傳 輸裝置-支架 長20:140mm	3	54,700	62,152	54,700	62,152	54,700	62,152	54,700	62,905	65,640	28,773	70,061	74,025	61,802	65,240	37,032	46,590
2	塗藥淺股動脈 支架及支架傳 輸裝置-支架 長>=141mm	1	71,000	80,672	70,000	79,536	70,000	79,536	70,000	80,500	84,000	44,293	94,293	95,911	90,000	65,240	37,032	60,572
3	塗藥淺股動脈 氣球導管-直 徑≥4.0mm	8	56,000	63,629	56,000	63,629	56,000	63,629	56,000	64,400	67,200	28,773	69,812	67,897	36,335		19,400	

- 註：
- 1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算
 - 2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801
 - 3. 本案產品均未訂定醫事機構收取自付差額上限
 - 4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。

討論案第 7 案

案由：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」及「治療複雜性心臟不整脈消融導管」等 3 類計 62 品項之核定費用案，提請討論。

說明：

- 一、查「冠狀動脈塗藥支架」一類，於 95 年 12 月 1 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 66%，目前有「冠狀動脈塗藥支架」及「只需使用雙抗血小板藥物 1 個月之冠狀動脈塗藥支架」等 2 類功能類別計 35 品項，健保支付上限均為：14,099 點。
- 二、「特殊功能人工心律調節器」一類，於 84 年 8 月 3 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 44%，目前有「雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)」1 類功能類別計 20 品項，健保支付上限：93,833 點。
- 三、「治療複雜性心臟不整脈消融導管」一類，原有「治療心房顫動之冷凍消融導管」等 1 類功能類別計 1 品項，於 106 年 11 月 1 日納入保險對象自付差額類別；再於 108 年 12 月 1 日新增「具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)」等 1 類功能類別計 6 品項生效；共分 2 類功能類別計 7 品項，申報占率為 16%，健保支付上限均為：70,200 點。
- 四、經提案至 109 年 3 月特殊材料專家諮詢會議討論，功能分類建議如下(詳附件 1，頁次：討 7-5~討 7-6)：
 - (一)「冠狀動脈塗藥支架」不以次功能分類，維持「冠狀動脈塗藥支架」1 類。
 - (二)「特殊功能人工心律調節器」一類，因與會學會代表與其學會函復意見不一致，會議結論建議與中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會進行溝通討論功能分類，經本署於 109 年 4 月 17 日函請前述兩學會就該類之功能分類提供專業意見(詳附件 2，頁次：討 7-7)，

兩學會分別於 109 年 4 月 20 日及同年月 28 日以電子郵件回復意見如下：

1. 中華民國心臟學會經電生理暨節律委員會討論，有無居家監測功能在醫院採購價上及民眾付差額均無差異，不需再行分類(詳附件 3，頁次：討 7-8)。
2. 中華民國心律醫學會：將現有品項分為高階 2 項、中階 12 項及低階 6 項(詳附件 4，頁次：討 7-9~討 7-12)。
3. 依衛生福利部核准之醫療器材許可證及仿單，敘明有居家監測功能計 7 品項，其餘品項沒有明確標示，亦無高階、中階及低階等分類。考量中華民國心律醫學會回復內容未提供分類依據，本署無分類依據可循，爰參採中華民國心臟學會之意見，不以次功能分類，維持「雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)」1 類。

(三)「治療複雜性心臟不整脈消融導管」之次功能分類如下：

1. 具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)。
2. 治療心房顫動之冷凍消融導管。

五、建議核定費用：

方案一：同討論案第 5 案核定原則，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項規定，採公立醫院、醫學中心(含準醫學中心)或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值予以核定費用(詳附件 5，頁次：討 7-13)，詳如下表。

(一)冠狀動脈塗藥支架等 1 類之核定費用及健保給付上限：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	冠狀動脈塗藥支架	35	51,500	58,516	14,099

(二) 特殊功能人工心律調節器等 1 類之核定費用及健保給付上限：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)	20	115,500	131,235	93,833

(三) 治療複雜性心臟不整脈消融導管等 2 類之核定費用及健保給付上限：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)	6	106,000	120,440	70,200
2	治療心房顫動之冷凍消融導管	1	155,000	176,116	70,200

方案二：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項規定，擇公立醫院及醫學中心（含準醫學中心）兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，或國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格，予以合理核定費用（詳附件 5，頁次：討 7-13），詳如下表。

(一) 冠狀動脈塗藥支架：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註 1)		各層級醫療院所收取自費價格(註 2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	冠狀動脈塗藥支架	35	60,220	64,400	67,200	72,295	14,099

註：1.現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第 8 條規定以 5%支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計 15%~20%。

2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

(二) 特殊功能人工心律調節器：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註1)		各層級醫療院所收取自費價格(註2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)	20	131,803	135,700	141,600	147,500	93,833

註：1.現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第8條規定以5%支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%~20%。
2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

(三) 治療複雜性心臟不整脈消融導管：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註1)		各層級醫療院所收取自費價格(註2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)	6	120,440	121,900	127,200	129,500	70,200
2	治療心房顫動之冷凍消融導管	1	181,797	184,000	192,000	198,500	70,200

註：1.現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第8條規定以5%支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%~20%。
2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

擬辦：本案經討論如獲同意之核定費用，依程序辦理暫予公告實施。

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

六、有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」及「治療複雜性心臟不整脈消融導管」等 3 類計 62 品項之功能分類再確認及核定費用案，提請討論。

說明：

(一) 「冠狀動脈塗藥支架」一類：

1. 函請中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會對現行次功能分類「冠狀動脈塗藥支架」及「只需使用雙抗血小板藥物 1 個月之冠狀動脈塗藥支架」2 類計 35 品項，其建議「無修正意見」。
2. 美商亞培股份有限公司台灣分公司於 109 年 3 月 5 日來函表示，長型動脈支架在臨床上主要使用於很長的複雜病灶區，更能有效降低潛在不良事件的發生、簡化手術流程與減少支架使用量，故建議以支架長度 48MM 為核價再分類。
3. 與會專家表示「只需使用雙抗血小板藥物 1 個月之冠狀動脈塗藥支架」在臨床實務上不代表只需要使用雙抗血小板藥物 1 個月，係至少需 1 個月，且廠商所附資料非隨機雙盲的研究，臨床使用雖有其優點，但不易推送易失敗，且無法保證支架貼壁完好，另“長”是多少 mm 仍有爭議，故現行「冠狀動脈塗藥支架」及「只需使用雙抗血小板藥物 1 個月之冠狀動脈塗藥支架」臨床使用上品質無顯著差異，不建議以「支架長度」及「只需使用雙抗血小板藥物 1 個月」進行功能再分類。

(二) 「特殊功能人工心律調節器」一類：函請中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會，對現行分類方式「雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)」1 類 20 品項，其建議「無修正意見」。惟與會學會代表提出對於前述分類至少分為 2 類，例如有居家監測或治療心房顫動等功能之人工心律調節器等意見。

(三) 「治療複雜性心臟不整脈消融導管」一類：函請中華民國心臟學

會及中華民國心律醫學會對現行次功能分類「治療心房顫動之冷凍消融導管」及「具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)」2類，計7品項，其建議「無修正意見」。

結論：與會專家建議功能分類如下：

- (一)「冠狀動脈塗藥支架」，維持1大功能類別。
- (二)「特殊功能人工心律調節器」之功能分類，因與會學會代表提出不同意見，建議重新評估並收集意見與相關學會進行溝通討論功能分類建議。
- (三)「治療複雜性心臟不整脈消融導管」，依次功能分為2類：
 - 1. 治療心房顫動之冷凍消融導管。
 - 2. 具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)。
- (四)附帶決議：爾後請與會學會代表應事先了解學會立場與學會函復意見，避免有意見不一致或個人意見等情事，以提升會議效率。

衛生福利部中央健康保險署 函

機關地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27027723
承辦人及電話：裴小姐(02)27065866轉2664
電子信箱：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國109年4月17日
發文字號：健保審字第1090035299號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：1.彙整表2.會議紀錄

主旨：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊功能人工心律調節器」計20品項之功能分類再確認案（詳附件1），請貴學會惠示意見，請查照。

說明：

- 一、依全民健康保險109年3月份特殊材料專家諮詢會議紀錄（詳附件2）辦理。
- 二、本案業於108年11月26日以健保審字第1080036582號函請貴會對現行分類方式「雙腔型人工心律調節器（DDDR+核磁共振相容）」1類20品項分類惠予意見，貴會回復「無修正意見」並同意本署分類方式。惟與會學會代表提出對於前述分類至少分為2類，例如有居家監測或治療心房顫動等功能之人工心律調節器等意見，爰建議重新評估收集意見並與貴會進行溝通討論產品功能之分類。
- 三、為利後續保險對象收取自付差額核定費用之研議，請貴會依衛生福利部核准醫療器材許可證及仿單登載內容惠予功能分類意見，有或無意見均請於109年4月24日前回復，貴會亦可以電子郵件回覆至電子郵件信箱：cinthia0123@nhi.gov.tw。俾利本署研議。

正本：中華民國心臟學會、中華民國心律醫學會
副本：

寄件者: TSOC <tsoc@tsoc.org.tw>
寄件日期: 2020年4月20日星期一 下午 4:03
收件者:
主旨: 心臟學會_回覆自付差額特材「特殊功能人工心律調節器」計20品項之功能分類再確認案

裴小姐：

您好~

本會“電生理暨節律器委員會”提供回覆意見如下：

針對健保署詢問「自付差額心律調節器(DDDR+MRI)」功能分類乙案。

因有無居家監測功能在醫院採購價上及民眾付差額均無差異，故不需再行分類。

如有任何問題請連絡 02-25976177~8#17 MS.黃。

謝謝您~

04.20 心臟學會秘書處

寄件者:
寄件日期: 2020年4月28日星期二 下午 4:40
收件者:
主旨: FW: 有關4月23(四)專家諮詢會議討論案- “貝利斯” 心房中膈穿刺針，及3月份自付差額心律調節器功能分類案
附件: 節律器差價分級-2.xlsx; 心臟學會_回覆自付差額特材「特殊功能人工心律調節器」計20品項之功能分類再確認案; 10903_專家會議紀錄-(奉核).pdf; 1090035299_0001.tif; 10903_專家會議紀錄-(奉核).docx

From: 中華民國心律醫學會Taiwan Heart Rhythm Society [<mailto:thrs@thrs.org.tw>]
Sent: Tuesday, April 28, 2020 1:22 PM
To:
Cc: Yahoo; yung-hsin yeh
Subject: Fwd: 有關4月23(四)專家諮詢會議討論案-“貝利斯”心房中膈穿刺針，及3月份自付差額心律調節器功能分類案

裴小姐您好，
節律器差價分類如附件，請查收。

Ms. Tsai
中華民國心律醫學會
TAIWAN HEART RHYTHM SOCIETY
Tel: 886-2-23821530
Fax: 886-2-23821528
E-mail: thrs@thrs.org.tw
Web: www.thrs.org.tw
Mobile: 886-963-058829

全民健保自付差額類別特材品項分類之意見表

學會名稱：

計20項

健保特材資料					自付差額類別分類名稱			學會建議(請勾選)		
類別數	品項數	特材代碼	中文品名	許可證字號	健保核價類別分類名稱	品項明細說明(許可證及仿單)	高階	中階	低階	
	1	FHP0229100SB	"波士頓科技"艾科雷心臟節律器-雙腔MRI自付差額" BOSTON SCIENTIFIC ACCOLADE MRI PACEMAKER(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第029100號	自付差額之雙腔型人工心律調節器(DDDR+核磁共振相容)	https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56029100		中階		
	2	FHP02ELUDBK	"百多力"艾路納核磁共振植入式心律調節器-雙腔MRI(自付差額)" BIOTRONIK ELUNA 8 IMPLANTABLE PACEMAKER SYSTEM WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第027467號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56027467		中階		
	3	FHP02ELUDRBK	"百多力"艾路納核磁共振植入式心律調節器-雙腔DDDR MRI(自付差額)" BIOTRONIK ELUNA 8 IMPLANTABLE PACEMAKER SYSTEM WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第027467號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56027467		中階		
	4	FHP02EMDRBK	"百多力"艾維亞磁振造影植入式心律調節器;雙腔※自付差額" BIOTRONIK Evia Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR PROMRI)	衛署醫器輸字第024158號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06024158			中階	
	5	FHP02EMR07BK	"百多力"艾維亞磁振造影植入式心律調節器;雙腔※自付差額品項,超過部分由病患自付" BIOTRONIK Evia Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR-T PROMRI)	衛署醫器輸字第024158號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06024158			中階	
	6	FHP02EN6DRBK	"百多力"艾尼傳六磁振造影植入式心律調節器-雙腔(自付差額)" BIOTRONIK ENITRA 6 IMPLANTABL CARDIAC PACEMAKERS WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DR)(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第030908號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56030908			中階	
	7	FHP02EN607BK	"百多力"艾尼傳六磁振造影植入式心律調節器-雙腔(自付差額)" BIOTRONIK ENITRA 6 IMPLANTABL CARDIAC PACEMAKERS WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DR-T)(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第030908號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56030908			中階	

健保特材資料				自付差額類別分類名稱		學會建議(請勾選)			
類別數	品項數	特材代碼	中英文品名	許可證字號	健保核價類別分類名稱	品項明細說明(許可證及仿單)	高階	中階	低階
	8	FHP02ENTDRBK	"百多力"艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-雙腔(自付差額)"BIOTRONIK" ENITRA 8 IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第029999號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56029999	高階		
	9	FHP02ETCDRKB	"百多力"艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-(雙腔+MRI)自付差額)"BIOTRONIK" ENTICOS 4 IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT(DDDR+MRI)	衛部醫器輸字第030000號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56030000			低階,, 28000-45000
	10	FHP02EVTDRBK	"百多力"艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-雙腔自付差額)"BIOTRONIK" EVITY 8 IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRI ENVIRONMENT-(DDDR+MRI)	衛部醫器輸字第032636號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56032636		中階,	
	11	FHP02MR224ST	"聖獸達"艾森核磁共振心臟節律器-雙腔(MRI)"SJM" ACCENT MRI PULSE GENERATOR給付規定請見備註欄,按同類近似特材點數支付,超過部分由病患自付	衛署醫器輸字第023498號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=06023498			低階
	12	FHP02MR62MST	"聖獸達"恩德拉第心臟節律器(雙腔自付差額)"SJM" ENDURITY PULSE GENERATOR(MRI)	衛部醫器輸字第026580號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56026580			低階
	13	FHP02MR62UST	"聖獸達"恩德拉第心臟節律器(雙腔自付差額)"SJM" ENDURITY PULSE GENERATOR-DDDR(MRI)	衛部醫器輸字第027440號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56027440			低階,
	14	FHP02MR72MST	"聖獸達"安達拉第心臟節律器(雙腔自付差額)"SJM" ASSURITY PULSE GENERATOR(DDDR-MRI)	衛部醫器輸字第026582號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56026582		中階,	
	15	FHP02MR72UST	"聖獸達"安達拉第心臟節律器-雙腔(自付差額)"SJM" ASSURITY PULSE GENERATOR(DDDR)-MRI	衛部醫器輸字第027439號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56027439		中階	
	16	FHP02W2DR1M4	"美敦力"亞士爾磁振造影植入式心臟節律器-雙腔自付差額(DDDR+MRI)"MEDTRONIC" AZURE MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER	衛部醫器輸字第030747號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=56030747	高階		
	17	FHP02EN1DRM4	"美敦力"安信諾核磁共振植入式心臟節律器(雙腔自付差額)"MEDTRONIC" ENSURA DR MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER(DDDR-MRI)	衛署醫器輸字第024382號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&icId=06024382			低階

健保特材資料					自付差額類別分類名稱		學會建議(請勾選)		
類別數	品項數	特材代碼	中英文品名	許可證字號	健保核價類別分類名稱	品項明細說明(許可證及仿單)	高階	中階	低階
	18	FHP02X2DR1M4	"美敦力"亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-雙腔MRI(自付差額)"MEDTRONIC" ASTRA MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER-DDDR MRI	衛部醫器輸字第030635號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56030635		中階	
	19	FHP02A3DR1M4	"美敦力"艾維莎核磁共振植入式心臟節律器" MEDTRONIC" ADVISA DR MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER(DDDR-MRI)，超過部分由病患自付。	衛署醫器輸字第023118號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06023118		中階	
	20	FHP02ATDDR1M4	"美敦力"艾視達磁振造影植入式心臟節律器(雙腔)自付差額" MEDTRONIC" ATTESTA MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER-DDDR+MRI	衛部醫器輸字第032275號		https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56032275			低階

冠狀動脈塗藥支架

類別 序號	類別名稱	總品 項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中 心)採購價		公立醫院+醫學中心(含 準醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付上 限(A)	自費醫材比價網各院實際收費價格 (擷取至109年2月)			自費醫材比價網各院實際收費(加 計健保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數加計	中位數加計		中位數 (B1)	平均價 (B2)	最低價 (B3)	中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
										15%	20%								台幣	台幣	台幣
1	冠狀動脈塗藥支架	35	56,000	63,629	51,500	58,516	53,000	60,220	56,000	64,400	67,200	14,099	58,196	57,385	34,951	72,295	71,484	49,050	48,440	59,278	49,430

註：
1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算。
2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801。
3. 本案產品共26品項訂定醫事機構收取自付差額上限。
4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。

特殊功能人工心律調節器

類別 序號	類別名稱	總品 項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中 心)採購價		公立醫院+醫學中心(含 準醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付上 限(A)	自費醫材比價網各院實際收費價格 (擷取至109年2月)			自費醫材比價網各院實際收費(加 計健保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數加計	中位數加計		中位數 (B1)	平均價 (B2)	最低價 (B3)	中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
										15%	20%								台幣	台幣	台幣
1	雙腔型人工心律調 節器(DDDR+核磁共 振相容)	20	115,500	131,235	116,000	131,803	116,000	131,803	118,000	135,700	141,600	93,833	53,667	53,458	16,217	147,500	147,291	110,050	213,640~ 372,680	172,344~ 176,149	163,884~ 168,767

註：
1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算。
2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801。
3. 本案產品未訂定醫事機構收取自付差額上限。
4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。

治療複雜性心臟不整脈消融導管

類別 序號	類別名稱	總品 項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中 心)採購價		公立醫院+醫學中心(含 準醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付上 限(A)	自費醫材比價網各院實際收費價格 (擷取至109年2月)			自費醫材比價網各院實際收費(加 計健保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數/浮 動點值	中位數	中位數加計	中位數加計		中位數 (B1)	平均價 (B2)	最低價 (B3)	中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
										15%	20%								台幣	台幣	台幣
1	具壓力感應功能之 立體定位(3D)灌注 冷卻式診斷電燒紀 錄導管(需搭配定 位裝置)	6	119,800	136,120	106,000	120,440	106,000	120,440	106,000	121,900	127,200	70,200	59,300	59,300	59,300	129,500	129,500	129,500	110,320~ 112,308	78,477~ 94,173	
2	治療心房顫動之冷 凍消融導管	1	155,000	176,116	160,000	181,797	160,000	181,797	160,000	184,000	192,000	70,200	128,300	130,007	100,800	198,500	200,207	171,000		162,245	

註：
1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算。
2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801。
3. 本案產品未訂定醫事機構收取自付差額上限。
4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。

討論案第 8 案

案由：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質人工髖關節」計 131 品項之核定費用案，提請討論。

說明：

一、目前保險對象自付差額類別之「特殊材質人工髖關節」包含「陶瓷人工髖關節」及「添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯」，共 131 品項，申報占率為 28.5%，健保給付情形如下：

(一)「陶瓷人工髖關節」自 96 年 1 月 1 日起納入自付差額類別，分為 2 類：

1. 陶瓷股骨頭：共計 17 品項，健保支付上限為 4,352 點。

2. 陶瓷髖臼杯內襯：共計 9 品項，健保支付上限為 4,018 點。

(二)「添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯」自 107 年 10 月 1 日起納入自付差額類別，共計 3 品項，健保支付上限為 4,018 點。

(三)另依上開 3 類自付差額品項與健保全額給付之人工髖關節組件，不同組合而成之整組人工髖關節組，共計 18 類 102 品項（如雙極式、全人工髖關節、重建型…等），健保支付上限依核價類別為 35,195~70,099 點。

二、經提案至 109 年 3 月特殊材料專家諮詢會議討論，次功能分類建議如下（詳附件 1，頁次：討 8-4）：

(一) 陶瓷股骨頭。

(二) 陶瓷髖臼杯內襯。

(三) 添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯。

(四) 陶瓷人工髖關節組。

三、建議核定費用：

方案一：同討論案第 5 案核定原則，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項規定，採公立醫院、醫學中心（含準醫學中心）或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收

載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值
(107Q4~108Q3:0.8801)予以核定費用(詳附件 2，頁次：討 8-5)：

(一) 陶瓷股骨頭、陶瓷髌臼內襯及添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髌臼內襯等 3 類之核定費用及健保給付上限，詳如下表：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	陶瓷股骨頭	17	42,000	47,721	4,352
2	陶瓷髌臼內襯	9	27,400	31,132	4,018
3	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髌臼內襯	3	41,750	47,437	4,018

(二) 陶瓷人工髌關節組之核定費用及健保給付上限(詳附件 3，頁次：討 8-6~討 8-7)。

方案二：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項，擇公立醫院及醫學中心（含準醫學中心）兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，或國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格，予以合理核定費用(詳附件 2，頁次：討 8-5)：

(一)

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註 1)		各層級醫療院所收取自費價格(註 2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	陶瓷股骨頭	17	47,796	52,201	54,470	59,400	4,352
2	陶瓷髌臼內襯	9	31,132	31,510	32,880	44,400	4,018
3	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髌臼內襯	3	48,289	48,875	51,000	60,750	4,018

註：1.國內市場販售價格係指各醫院採購價格中位數，並參考多數地方政府衛生局醫療機構收取醫材費用標準按採購價加計 20%。

2.各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

(二) 陶瓷人工髖關節組之核定費用，按上開 3 項核定費用計算。

擬辦：本案經討論如獲同意之核定費用，依程序辦理暫予公告實施。

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

貳、討論提案

七、有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「特殊材質人工髖關節」及「特殊材質加長型伽瑪髓內釘組」等 2 類計 135 品項之功能分類再確認及核定費用案，提請討論。

說明：

- (一) 「特殊材質人工髖關節」現行功能分類為「陶瓷人工髖關節」整組 102 項、再依組件分「陶瓷股骨頭」與「全髖白內襯」計 26 項；另 107 年 10 月 1 日新增「添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯」計 3 項。
- (二) 「特殊材質加長型伽瑪髓內釘組」現行功能分類為「鈦合金加長型伽瑪髓內釘組(長度 180mm 以上)」共計 4 項。因盤點尚未納入健保給付特殊材料品項，發現有同功能其長度為 180mm，為避免未來研議納健保給付之爭議，建議修正為「鈦合金加長型伽瑪髓內釘組(長度 180mm(含)以上)」。
- (三) 另，現行保險對象自付差額類別特材其健保給付點數為同現行健保全額給付特材支付點數，且非屬納入健保給付特殊材料品項，爰無涉 DRG 下扣除替代品項問題。

結論：與會專家建議功能分類同現行分類。

(一) 「特殊材質人工髖關節」之次功能分類如下：

1. 陶瓷人工髖關節組。
2. 陶瓷股骨頭。
3. 陶瓷髖白杯內襯。
4. 添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯。

(二) 「特殊材質加長型伽瑪髓內釘組」之次功能分類分為「鈦合金加長型伽瑪髓內釘組(長度 180mm(含)以上)」。

特殊材質人工髖關節-依材質區分3類

類別 序 號	類別名稱	總品 項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學 中心)採購價		公立醫院+醫學中心(含 準醫學中心)採購價		國內市場販售價格 加計管理成本			健保給付 上限 (A)	自費醫材比價網各院實際收費 價格(擷取至109年2月)			自費醫材比價網各院實際收費 (加計健保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮 動點值 (0.8801)	中位數	中位數/浮 動點值 (0.8801)	中位數	中位數/浮動 點值 (0.8801)	中位數	中位數加 計15%	中位數加 計20%		中位數 (B1)	平均價 (B2)	最低價 (B3)	中位數 (A+B1)	平均價 (A+B2)	最低價 (A+B3)	日本 (0.28)	韓國 (0.03)	澳洲 (21.51)
																			台幣(C1)	台幣(C2)	台幣(C3)
1	陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	17	56,000	63,629	42,000	47,721	42,066	47,796	45,392	52,201	54,470	4,352	55,048	50,396	9,398	59,400	54,748	13,750	28,000~ 35,000	6,841~ 14,843	41,536~ 47,300
2	陶瓷龍白內 襯 CERAMIC INSERT	9	35,939	40,835	27,400	31,132	27,400	31,132	27,400	31,510	32,880	4,018	40,382	41,560	23,400	44,400	45,578	27,418	20,076~ 22,624	6,841	41,536~ 47,300
3	添加抗氧化 劑之超高分子 量聚乙烯全龍 白內襯	3	70,000	79,536	41,750	47,437	42,500	48,289	42,500	48,875	51,000	4,018	56,732	76,790	43,500	60,750	80,808	47,518	22,624~ 23,912		33,125

註：

1. 資料來源：類別1、2為107年及108年醫院申報價量調查資料。類別3為107年10月1日納入健保給付品項，無價量調查資料可供參考，爰於108年11月15日函詢89家公立醫院及醫學中心之採購價格。

2. 國內市場販售價格係指各醫院採購價格中位數，並參考多數地方政府衛生局醫療機構收取醫材費用標準按採購價加計20%。

3. 公立醫院及醫學中心之採購價格均已除以最近四季浮動點值:0.8801

4. 本案產品均未訂定醫事機構收取自付差額上限。

自付差額類別之「特殊材質人工髖關節」整組人工髖關節組合明細表_核定費用

分類	健保全額給付整組 人工髖關節組件	內含自付差額組 件	整組核定費 用 (C=B+D-A1)	健保支付 上 限 (B)	整組組件明細	支付點數		自付差額組 件核定費用 D
雙極式人工 髖關節 自付差額	傳統型雙極式人工 髖關節組件	陶瓷股骨頭(A1)	78,564	35,195	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
					股骨柄 HIP STEM	20,692		
					雙極式髖臼杯 BIOPOLAR HIP CUP	7,080		
					雙極式髖臼杯內襯 BIPOLAR HIP INSERT	3,071		
	組合式雙極式人工 髖關節組件	陶瓷股骨頭(A1)	88,487	45,118	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
					組合式股骨柄 (HIP STEM+NECK)	30,615		
		雙極式髖臼杯+內襯(HIP CUP+INSERT)			10,151			
全人工髖關 節 自付差額	傳統型全人工髖關 節組件	陶瓷股骨頭(A1)	82,765	39,396	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
					股骨柄 HIP STEM	20,692		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
					人工髖關節髖臼杯內襯 INSERT	4,018		
		陶瓷股骨頭(A1)	109,879	39,396	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
		陶瓷內襯(A2)			自付差額_陶瓷髖臼杯內襯 CERAMIC	4,018	A2	31,132
					股骨柄 HIP STEM	20,692		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
		添加抗氧化劑內 襯(A3)	82,815	39,396	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白 內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437
					股骨柄 HIP STEM	20,692		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
					股骨頭 TOTAL HIP FEMORAL HEAD	4,352		
		陶瓷股骨頭(A1)	126,184	39,396	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
		添加抗氧化劑內 襯(A3)			添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白 內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437
					股骨柄 HIP STEM	20,692		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
	組合式全人工髖關 節組件	陶瓷股骨頭(A1)	92,688	49,319	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
					組合式股骨柄 (HIP STEM+NECK)	30,615		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
					人工髖關節髖臼杯內襯 INSERT	4,018		
		陶瓷股骨頭(A1)	119,802	49,319	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
		陶瓷內襯(A2)			自付差額_陶瓷髖臼杯內襯 CERAMIC	4,018	A2	31,132
					組合式股骨柄 (HIP STEM+NECK)	30,615		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
		添加抗氧化劑內 襯(A3)	92,738	49,319	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白 內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437
					組合式股骨柄 (HIP STEM+NECK)	30,615		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		
					股骨頭 TOTAL HIP FEMORAL HEAD	4,352		
		陶瓷股骨頭(A1)	136,107	49,319	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
		添加抗氧化劑內 襯(A3)			添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白 內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437
					組合式股骨柄 (HIP STEM+NECK)	30,615		
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334		

分類	健保全額給付整組人工髖關節組件	內含自付差額組件	整組核定費用 (C=B+D-A1)	健保支付上限 (B)	整組組件明細	支付點數		自付差額組件核定費用 D	
重建型全人工髖關節 自付差額	傳統重建型人工髖關節組件	陶瓷股骨頭(A1)	123,279	52,796	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721	
		陶瓷內襯(A2)			自付差額_陶瓷髖臼杯內襯 CERAMIC	4,018	A2	31,132	
					重建型股骨柄 (REVISION HIP STEM)	34,092			
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334			
		陶瓷股骨頭(A1)	96,165	52,796	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721	
					重建型股骨柄 (REVISION HIP STEM)	34,092			
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334			
					人工髖關節髖臼杯內襯 INSERT	4,018			
		添加抗氧化劑內襯(A3)	96,215	52,796	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437	
					重建型股骨柄 (REVISION HIP STEM)	34,092			
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334			
					股骨頭 TOTAL HIP FEMORAL HEAD	4,352			
		陶瓷股骨頭(A1)	139,584	52,796	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721	
		添加抗氧化劑內襯(A3)			添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯(自付差額)	4,018	A3	47,437	
					重建型股骨柄 (REVISION HIP STEM)	34,092			
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334			
重建型組合式人工髖關節組件(骨頭缺損達第二度以上)	陶瓷股骨頭(A1)	140,582	70,099	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721		
	陶瓷內襯(A2)			自付差額_陶瓷髖臼杯內襯 CERAMIC	4,018	A2	31,132		
				組合式重建型股骨柄PERFECTA REVISION HIP STEM(NECK+BODY+STEM)	51,395				
				全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334				
	陶瓷人工髖關節組 (MOORE患者使用)	傳統型雙極式人工髖關節組件，符合使用MOORE規定者	陶瓷股骨頭(A1)	51,102	7,733	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721
						股骨柄 HIP STEM	20,692		
						雙極式髖臼杯+內襯(HIP CUP+INSERT)	10,151		
						人工股骨頭 MOOR HIP PROTHESIS	7,732		
傳統型全人工髖關節組件，符合使用MOORE規定		陶瓷股骨頭(A1)	78,216	7,733	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721	
		陶瓷內襯(A2)			自付差額_陶瓷髖臼杯內襯 CERAMIC	4,018	A2	31,132	
					股骨柄 HIP STEM	20,692			
					全人工髖關節髖臼杯CUP	10,334			
		人工股骨頭 MOOR HIP PROTHESIS			7,732				
	陶瓷股骨頭(A1)	51,102	7,733	自付差額_陶瓷股骨頭 CERAMIC HEAD	4,352	A1	47,721		
				股骨柄 HIP STEM	20,692				
				人工髖關節髖臼杯內襯 INSERT	4,018				
			人工股骨頭 MOOR HIP PROTHESIS	7,732					

討論案第 9 案

案由：有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「調控式腦室腹腔引流系統」計 15 品項之核定費用案，提請討論。

說明：

- 一、查「調控式腦室腹腔引流系統」一類於 104 年 6 月 1 日納入保險對象自付差額類別，申報占率為 82%，目前有「流速控制型」、「可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)」、「可調式壓力閥(具抗虹吸功能)」及「可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)」等 4 類功能類別計 15 品項，健保支付上限均為 7,127 點。
- 二、經提案至 109 年 3 月特殊材料專家諮詢會議討論，功能分類建議如下(詳附件 1，頁次：討 9-3)：
 - (一)「調控式腦室腹腔引流系統」一類，因與會學會代表與其學會函復意見不一致，會議結論建議與台灣神經外科醫學會進行溝通討論提出功能分類建議，經本署 109 年 4 月 20 日函請社團法人台灣神經外科醫學會就該類之功能分類及自付差額類別名稱提供專業意見(詳附件 2，頁次：討 9-4～討 9-5)，學會於 109 年 4 月 27 日函復建議將功能類別大類名稱由「腦室腹腔分流術導管組(整組式)」修正為「腦脊髓液分流系統」，目前「調控式腦室腹腔引流系統」之次功能分類及分類名稱無須修正(詳附件 3，頁次：討 9-6～討 9-7)。
 - (二)「調控式腦室腹腔引流系統」之次功能分類如下：
 1. 調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型。
 2. 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)。
 3. 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)。
 4. 調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)。

三、建議核定費用：

方案一：同討論案第 5 案核定原則，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項規定，採公立醫院、醫學中心(含準醫學中心)或兩者合併之採購決標價格之中位數最低者，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值予以核定

費用(詳附件 4，頁次：討 9-8)，4 類調控式腦室腹腔引流系統之核定費用及健保給付上限，詳如下表：

項次	功能類別	品項數	採購價中位數	核定費用	健保給付上限
1	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型	1	54,000	61,356	7,127
2	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	6	48,000	54,539	7,127
3	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	6	54,000	61,356	7,127
4	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	2	51,475	58,487	7,127

方案二：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 52-4 條第 2 項，擇公立醫院及醫學中心（含準醫學中心）兩者合併之採購決標價格之中位數，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，或國內市場販售價格或各層級醫療院所收取自費價格，予以合理核定費用(詳附件 4，頁次：討 9-8)，詳如下表：

項次	功能類別	品項數	公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價中位數/浮動點值	國內市場販售價格加計管理成本(註 1)		各層級醫療院所收取自費價格(註 2)	健保給付上限
				加計 15%	加計 20%		
1	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型	1	63,667	63,250	66,000	67,373	7,127
2	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	6	55,107	56,350	58,800	64,922	7,127
3	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	6	65,901	66,700	69,600	73,985	7,127
4	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	2	58,487	59,800	62,400	77,826	7,127

- 註： 1. 現行健保收載之特材其管理費依藥物給付項目及支付標準第 8 條規定以 5% 支付，爰保險對象自付差額類別特材核定費用方式，國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計 15%~20%。
2. 各層級醫療院所收取自費價格係指自費醫材比價網各院所實際收費價格之中位數，加計健保支付點數。

擬辦：本案經討論如獲同意之核定費用，依程序辦理暫予公告實施。

109 年 3 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄

(時間：109 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分)

壹、討論提案

八、有關現行保險對象自付差額類別之特殊材料「調控式腦室腹腔引流系統」計 15 品項之功能分類再確認及核定費用案，提請討論。

說明：

(一) 「調控式腦室腹腔引流系統」：經社團法人台灣神經外科醫學會建議分類方式依流速控制及可調式壓力閥之不同設計共分 4 類計 15 品項，如下：

1. 流速控制型：1 項
2. 可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)：6 項
3. 可調式壓力閥(具抗虹吸功能)：6 項
4. 可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)：2 項

(二) 惟與會學會代表建議修正「調控式腦室腹腔引流系統」分類名稱，並一併重新檢討自費、自付差額及健保給付之腰椎引流管及腰椎腹膜腔引流管等特材之功能分類。

結論：與會專家建議，「調控式腦室腹腔引流系統」之功能分類及修正現行自付差額類別名稱，建議與台灣神經外科醫學會進行溝通討論提出功能分類建議。

衛生福利部中央健康保險署 函

機關地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27849253
承辦人及電話：林其昌(02)27065866轉3067
電子信箱：a111124@nhi.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國109年4月20日
發文字號：健保審字第1090035300號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明一、二、三

主旨：有關健保給付民眾自付差額之「調控式腦式腹腔引流系統」特材，功能類別分類或分類名稱修正一案，請貴學會於109年4月22日前惠予提供專業意見，請查照。

說明：

- 一、依本署109年3月26日召開之「109年3月份特殊材料專家諮詢會議」會議紀錄辦理(如附件1)。
- 二、查旨揭會議討論提案八結論略以，「調控式腦室腹腔引流系統」之功能分類及修正現行自付差額類別名稱，建議與台灣神經外科醫學會進行溝通討論提出功能分類建議。另查與會代表提及之類似功能醫材「可調式腰椎腹膜分流系統」於102年1月4日登載於「健保尚未納入給付特材品項表」，目前計有1品項「“美敦力”史卓塔腦脊髓液腰椎腹膜閥及分流系統」(衛署醫器輸字第022887號)，該醫材經本保險藥物共同擬訂會議特材部分第28次(106年9月)會議結論(如附件2)，因無充分臨床實證文獻佐證資料足以證明其療效優於傳統治療方式，且不符成本效益，為不納入健保給付品項。該醫材近3年申報量：106年351組、107年416組、108年424組。
- 三、爰請貴學會協助於109年4月22日前提提供專業意見(核價分類彙整意見表如附件3)，說明如下：
(一)重新評估「可調式腰椎腹膜分流系統」是否具臨床實證

效益，臨床有其需求性。

(二)依109年3月份特殊材料專家諮詢會議與會代表建議，「可調式腰椎腹膜分流系統」同為可將腦脊髓液從腦室引流到身體其他位置並可調控引流壓力之醫材，倘貴學會建議前述系統應重新研議納入健保給付，惠請貴會協助提供修正現行「調控式腦式腹腔引流系統」分類名稱以利未來新功能特材收載。

(三)針對現行「調控式腦式腹腔引流系統」，依109年3月26日特殊材料專家諮詢會議建議，4類功能類別及分類名稱重新檢視是否需重新建議。

四、另旨揭資料，貴學會亦可以電子郵件回復至本署電子郵件信箱：A111124@nhi.gov.tw。

正本：台灣神經外科醫學會
副本：

社團法人台灣神經外科醫學會（函）

立案證書字號:台(82)內社字第 8224377 號
地址:10687 台北市大安區仁愛路 4 段 266 巷 19 弄 1 號 7 樓
傳真:(02)2701-9679 e-mail:nss.med@msa.hinet.net
聯絡人及電話:陳小姐 02-2701-2386 傳真:27019679

受文者: 衛生福利部中央健康保險署

日期:中華民國 109 年 4 月 27 日
發文字號:(109)神外醫辛字第 021 號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附件:如主旨

主旨:有關調控式腦式腹腔引流系統依貴署 3 月特材專家會議結論,本會回復健保審字第 1090035300 號函,詳如說明。

說明:

一、總結:

- 1.分類大項改為「腦脊髓液分流系統」。
- 2.原「調控式腦室腹膜腔引流系統」之分類功能名稱無須修正。
- 3.腰椎腹膜分流系統概念較新,早期操作醫師較少,隨著國際間使用經驗與學術研究逐漸增加,證實腰椎腹膜分流系統與腦室腹腔引流系統臨床療效相當(可參考附檔 2018-2020 所發表文獻;如附件一、附件二、附件三)。惟目前國內執行醫師較少,數目也不多(與腦室腹膜腔引流系統相比),考慮待台灣累積更多臨床實例之後;再行評估。

二、建議:

- 1.«腦脊髓液分流系統-腰椎腹膜腔引流系統»目前仍保留自費項目收費,進入新的審查項目待審期間先以 Z 碼申報。
- 2.以後申報費用以「健保差額給付」為之。

[附件一]

Shunt Intervention for Possible Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Improves Patient Outcomes: A Nationwide Hospital-Based Survey in Japan, 2018

證實腰椎腹膜分流系統與腦室腹腔引流系統一年內追蹤的臨床療效一樣優秀

[附件二]

Outcomes and complications of different surgical treatments for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a systematic review and meta-analysis, 2019

蒐集 33 篇文獻指出，腰椎腹膜分流系統與腦室腹腔引流系統能夠有效治療超過 75% 的患者步態改善，60% 患者認知功能進步，55% 患者尿失禁狀況改善

[附件三]

Lumboperitoneal and Ventriculoperitoneal Shunting for Idiopathic Intracranial Hypertension Demonstrate Comparable Failure and Complication Rates, 2020

針對腰椎腹膜分流系統與腦室腹腔引流系統對於 iIH 患者做臨床有效性，90 天內復發率和術後併發症多方面比較，而證實兩者兼具有相同臨床療效

正本：衛生福利部中央健康保險署

副本：本會秘書處(存查)

社團法人台灣神經外科醫學會 理事長



調控式腦式腹腔引流系統價格彙整表

類別序號	類別名稱	總品項數	公立醫院採購價		醫學中心(含準醫學中心)採購價		公立醫院+醫學中心(含準醫學中心)採購價		國內市場販售價格加計管理成本			健保給付上限(A)	自費醫材比價網各院實際收費價格(擷取至109年2月)			自費醫材比價網各院實際收費(加計健保支付點數)價格			國際價格(109年1~3月匯率)		
			中位數	中位數/浮動點值	中位數	中位數/浮動點值	中位數	中位數/浮動點值	中位數	中位數加計15%	中位數加計20%		中位數(B1)	平均價(B2)	最低價(B3)	中位數(A+B1)	平均價(A+B2)	最低價(A+B3)	日本(0.28)台幣(C1)	韓國(0.03)台幣(C2)	澳洲(21.51)台幣(C3)
1	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型	1	56,034	63,667	54,000	61,356	56,034	63,667	55,000	63,250	66,000	7,127	60,246	62,000	50,873	67,373	69,127	58,000			
2	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	6	48,000	54,539	49,000	55,675	48,500	55,107	49,000	56,350	58,800	7,127	57,795	54,873	28,834	64,922	62,000	35,961	61,914~78,260	26,058	49,602
3	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	6	55,500	63,061	54,000	61,356	58,000	65,901	58,000	66,700	69,600	7,127	66,858	64,100	43,807	73,985	71,227	50,934	72,413~96,320	26,058~27,125	55,732~62,121
4	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	2	53,900	61,243	51,475	58,487	51,475	58,487	52,000	59,800	62,400	7,127	70,699	63,792	52,000	77,826	70,919	59,127	104,104		

註：
1. 資料來源：107年及108年醫院申報價量調查資料，倘該類別無價量調查資料則以89家公立醫院及醫學中心採購價格計算。
2. 公立醫院及醫學中心之採購價格中位數除以最近四季浮動點值:0.8801
3. 本案產品均未訂定醫事機構收取自付差額上限
4. 國內市場販售價格以所有院所採購價格中位數加計管理成本計算，參考多數地方政府衛生局之醫療機構收取醫材費用標準，按採購價加計15%-20%。