

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第34次（107年9月）會議紀錄

時間：107年9月20日（星期四）上午9時30分

地點：衛生福利部中央健康保險署18樓禮堂

主 席：林主席啟禎

記 錄：簡淑蓮

出席人員：（依姓名筆畫數排列，敬稱略）

朱日僑	朱益宏	吳明峰（請假）
申斯靜（請假）	李柏鋒（劉芝蓮代理）	周伯禧
林敏華（徐珮軒代理）	林慧玲（請假）	林順華
邱浩遠	童瑞龍（楊耀山代理）	胡峰賓
張文龍（上午11:10後楊玉琦代）	張效煌	張淑慧
連哲震（請假）	陳威明（陳正豐代理）	陳瑞瑛
曾中龍（陳怡叡代理）	洪悅慈	黃偉堯
葉宗義	楊培銘（請假）	蔡三郎（王逸年代理）
謝文輝（周志建代理）	謝武吉（王秀貞代理）	藍毅生
魏國珍		

列席人員：

臨床醫藥專家代表：（略）

藥物提供者團體代表：唐宏生

衛生福利部全民健康保險會：曾幼筑、邱臻麗

衛生福利部社會保險司：梁淑政、蘇芸蒂

財團法人醫藥品查驗中心：黃莉茵、藍婷、楊忠霖

衛生福利部中央健康保險署：蔡淑鈴、戴雪詠、陳真慧、張淑雅

本署醫審與藥材組：陳慧如、林博霆、涂奇君、江錦欣、鄒文平、

黃滢云、簡淑蓮、朱秋琴、裴倩倩、沈瑞珍

壹、主席致詞（略）

貳、請參閱並確認上次會議紀錄

說明：詳附錄會議資料內容。

決定：洽悉。

參、前次會議決定及結論辦理情形報告（無）

肆、報告事項

第1案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共136項:(1)新增既有功能類別特材品項98項/第1-1~1-19頁；項次1~98。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項8項/第1-20~1-22；項次99~106。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號30項/第1-23~1-28頁；項次107~136。

說明：詳附錄會議資料報告案第1案之報告內容。

決定：洽悉。

第2案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共77項:(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項68項/第2-1~2-10頁；項次1~68。(2)既有功能類別支付點數異動9項/第2-11~2-14頁；項次69~77。

說明：詳附錄會議資料報告案第2案之報告內容。

決定：洽悉。

第3案：106及107年起收載新功能類別特材申報情形報告案

說明：詳附錄會議資料報告案第3案之報告內容。

決定：爾後本報告案建議增列摘要文字說明(含預算數執行情形、財務預估方式異動說明)，並於表格增列共擬會議日期、特材品項代碼等。

第4案：有關增修部分「長效型心室輔助系統」給付規定案。

說明：

(一)詳附錄會議資料報告案第4案之報告內容。

(二)本案特材仿單，並未有血型限制，故刪除禁忌症第8點「A B O血型與捐贈者不相容者。」

(三)對於心臟移植之醫院，醫師資格認定，依「施行器官摘取移植手術核定及管理辦法」規範辦理。爰維持支付規範(3)：醫院及醫師必須經衛福部核定具心臟移植資格者。

- (四) 配合本保險事前審查作業，原給付規定第五點文字：「需事前審查且完成個案登錄系統」修正為「完成個案登錄系統且須送特殊專案審查核准」。

決定：洽悉。

第5案：有關增修部分「全民健康保險自付差額特材類別」之中文名稱案。

說明：詳附錄會議資料報告案第5案之報告內容。

決定：洽悉(名稱詳附件)。

第6案：全民健保收載自付差額特材申報情形及其檢討。

說明：詳附錄會議資料報告案第6案之報告內容。

決定：洽悉。

- (一) 針對「塗藥或特殊塗層血管支架」及「特殊功能人工水晶體」新收載品項，實施生效達1年且尚未訂定上限者，辦理訂定上限作業；並針對醫療院所收費標準超過自付差額上限者，函請院所於期限內修正，並請各分區業務組加強輔導。
- (二) 本保險依全民健康保險法第45條規定，通盤評估研議訂定自付差額上限。
- (三) 另，自付差額特材申報量佔率大於70%者，研議納入全額給付。

肆、討論事項

第1案：有關「台灣曲克股份有限公司」建議將用於急重症病童急救時之必要特材「"曲克"拋棄式骨內注射針」納入健保給付案，提請討論。

說明：詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。

決定：

- (一) 本案特材屬創新功能特材，為當兒童在心跳停止等緊急狀況下，無法立即建立靜脈輸液管道時，可作為傳統靜脈輸液的首選替代途徑，是一種快速、安全、有效的給藥或輸液的血管通路，為兒童臨床急救上必要使用之特殊材料，同意納入健保給付。
- (二) 支付點數：本案特材未登載於本署全球資訊網「全民健保尚未納入給付特材品項表」，故無自費資料，公立醫院採購價高於廠商建議價，故採廠商建議價格，以每支3,000點暫予支付。
- (三) 給付規定：於心跳停止、呼吸停止、休克或癲癇重積狀態等緊急狀況下，無法立即建立靜脈輸液管道時使用。

第2案：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付再提會案。

說明：詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

決定：

- (一) 本案特材屬功能改善特材，屬非順應性球囊，具有撐載壓力40ATM，相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」品項，可針對血管阻塞或狹窄進行擴張，更具臨床療效，同意納入健保給付。
- (二) 支付點數：依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*)/EA/周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130點)，及更具臨床療效加算15% $(5,130點 \times 1.15 = 5,899點)$ ，以每支5,899點暫予支付。
- (三) 給付規定：周邊血管或血液透析動靜脈瘻管通路之狹窄阻塞性病灶，無法以一般球囊導管完全擴張(包括股、髂、腎等其他周邊動脈或內臟血管系統之血管成形術或支架置放手術)。

第3案：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入健保給付再提會案。

說明：詳附錄會議資料討論案第3案之報告內容。

決定：

- (一) 本案屬創新功能特材，相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工腱索修補手術，同意納入健保全額給付。
- (二) 支付點數：採公立醫院採購價中位價40,000元，除以收載時最近四季結算(106年第1季至106年第4季)之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組45,372點 $(40,000 / 0.8816)$ 點暫予支付。
- (三) 給付規定：
 - 1、以二尖瓣膜成形手術治療二尖瓣膜逆流，需使用二尖瓣膜環固定成形及人工腱索重建者。
 - 2、比照本保險醫療服務給付項目及支付標準：68015B「瓣膜成形術」規定施行之。

第4案：有關適用於頷、顱顏面外科重建手術之特材「客製化電腦輔助型顱

顏骨固定系統 (TiMesh)」共9項自付差額品項納入全額給付。

說明：詳附錄會議資料討論案第4案之報告內容。

決定：

(一) 本案特材屬功能改善特材，原為自付差額品項，同意以全額給付納入健保。

(二) 支付點數：以 Mesh 規格分3類核價類別，如下：

1、小於120mm*120mm：以健保支付上限(26,239點)+差額點數(採公立醫院採購價最低價23,761點)，再除以最近四季結算之醫院部門浮動點值平均(0.8816)計算，支付56,715點。

2、大於等於120mm*120mm，小於300mm*300mm：以健保支付上限(26,239點)+差額點數(採公立醫院採購價最低價53,761點)，再除以最近四季結算之醫院部門浮動點值平均(0.8816)計算，支付90,744點。

3、大於等於300mm*300mm：以健保支付上限(26,239點)+差額點數(自費價格最低價100,895點)計算，支付127,134點。

(三) 給付規定：

- 1、限使用於頭部顱顏骨、顎顏骨固定，但不可與 Miniplate 併用，每次限用1片。
- 2、限自體頭骨不堪使用，如頭骨碎裂、有感染疑慮者、自體頭骨植入後吸收者等。
- 3、需事前審查，檢附頭顱 X 光、3D CT 影像、敘明使用理由及使用特材規格。

第5案：有關元銘企業有限公司及嘉杏股份有限公司，再次提會將適用於心臟停止之低溫療法特材納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第5案之報告內容。

決定：

(一) 本案適用於心臟停止之低溫療法特材「"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件」共9項，屬「體外包覆式」，與「體外貼片式」及「體內導管組」屬同功能類別，惟有重覆使用之虞，爰尚未納入給付，後經衛生福利部食品藥物管理署確認為單次使用，故比照同功能類別納入，另列功能核價類別「體外包覆式」納入健保給付。

(二) 支付點數：本案特材查無國際價格，自費醫材比價網筆數少於5筆，故採廠商建議價最低價，以每組25,000點暫予支付。

(三) 給付規定：同 T201-1溫度管理系統之給付規定

1、按本保險醫療服務給付項目「心跳停止之低溫療法」(編碼47094B~ 47096B)及「週產期新生兒低溫療法」(編碼47097B~47100B)所列給付規定辦理。

2、每一病患住院擇一項特材品項，使用量以一組為限。

伍、散會（下午14時00分）

全民健康保險自付差額特材類別名稱

修正草案對照表

項目	項次	原項目名稱	實施日期	擬增修項目名稱	說明	備註
1	1	義肢	84/3/1	不修正	同仿單登載名稱。	
2	2	新增功能類別人工心律調節器	84/8/3	特殊功能人工心律調節器	符合仿單登載：雙腔心律調節器(具速率調整及核磁共振相容之附加功能)訂定。	修正
3	3	塗藥或特殊塗層血管支架	95/12/1	冠狀動脈塗藥支架	依仿單登載名稱訂定。	修正
4	4	特殊材質人工髖關節	96/1/1	不修正		
	4.1	陶瓷人工髖關節	96/1/1	不修正	同仿單登載之材質訂定。	
	4.2	金屬對金屬介面人工髖關節	97/5/1	金屬對金屬介面人工髖關節	1.依仿單登載襯墊材質為鈷鉻鉬合金，經過特殊之加工製造。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第31次（107年3月）會議決議及107年4月18日健保審字第1070035175號公告辦理，自107年10月1日起取消健保給付。	刪除
	4.3	—	預計107/10/1	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯	依仿單登載之材質說明訂定。	新增
5	5	特殊功能人工水晶體	96/10/1	不修正	同仿單登載之材質功能說明訂定。	

項目	項次	原項目名稱	實施日期	擬增修 項目名稱	說明	備註
6	6	耐久性生物 組織心臟瓣 膜	103/6/1	特殊材質生 物組織心臟 瓣膜	符合仿單登載之材 質說明：「牛心包 膜、牛心+豬心包 膜、具有特殊抗礦 化處理之豬心瓣 膜」訂定。	修正
7	7	調控式腦室 腹腔引流系 統	104/6/1	不修正	同仿單登載之功能 訂定。	
8	8	治療淺股動 脈狹窄之塗 藥裝置	105/5/1	不修正	依仿單登載之適用 部位訂定。	
9	9	客製化電腦 輔助型顱顏 骨固定系統	106/8/1	不修正	依仿單登載之適用 部位訂定。	
10	10	治療心房顫 動之冷凍消 融導管	106/11/1	治療複雜性 心臟不整脈 消融導管	心導管消融術適用 之導管分為「熱電 燒紀錄導管」及 「冷凍消融導 管」，為利日後類 似功能新申請品項 納入給付，故修正 類別名稱，以附加 功能再做細項分 類。	修正
	10.1	—		治療心房顫 動之冷凍消 融導管		新增
11	11	鈦合金加長 型伽瑪髓內 釘組(長度 180mm 以 上)	107/6/1	特殊材質加 長型伽瑪髓 內釘組	依仿單登載之材質 說明訂定。嗣後再 有特殊材質或長度 規格之類似品項， 往下加即可。	修正