

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第 32 次（107 年 5 月）會議議程

時間：107 年 5 月 24 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 9 樓第 1 會議室

主席：邱代理主席浩遠

壹、主席致詞

貳、請參閱並確認上次會議紀錄(藍本卷夾)

參、前次會議決定及結論辦理情形報告(無)

肆、報告事項：

第 1 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 76 項：(1)新增既有功能類別特材品項 45 項/第 1-1~1-10 頁；項次 1~45。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 10 項/第 1-11~1-13 頁；項次 46~55。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 21 項/第 1-14~1-18 頁；項次 56~76。

第 2 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 49 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 35 項/第 2-1~2-6 頁；項次 1~35。(2)已達價量協議數量調整支付點數 14 項/第 2-7~2-10 頁；項次 36~49。

第 3 案：107 年起收載新功能類別特材申報情形報告案。

第 4 案：有關「善醫生科技股份有限公司」建議將用於灌洗與引流感染傷口或關節腔炎之特材「"善醫" 導入/引流導管及其附件(滅菌)」納入健保給付案。

第 5 案：有關「達勝有限公司」建議將用於內視鏡經肛門通路之特材「“安培” 焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」納入健保給付案。

第 6 案：有關「埃默高有限公司」建議用於骶髂人工關節融合之特材「"賽本" 骨螺釘植入物」納入健保給付案。

第 7 案：有關「中訊企業有限公司」建議將治療主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全之特材「"索倫"派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)」納入自付差額品項案。

第 8 案：有關「“西美-杜密特”骨金屬髖關節墊片(鈦金屬)」訂定給付規定案。

伍、討論提案：

第 1 案：有關「英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司」建議將用於顯微外科手術動靜脈吻合之特材「“司諾維思”微血管吻合系統-套環“Synovis” GEM Microvascular Anastomotic COUPLER System-COUPLER」納入健保給付案。

第 2 案：有關「壯生醫療器材有限公司」、「聖猷達醫療用品有限公司」建議將應用於心臟三度空間立體定位診斷之「電極貼片 External Reference Patches」過程面類特殊材料「“百歐森偉伯司特”瑞芙星心臟電生理導引貼片」及「“聖猷達”電極貼片組」等共 3 項納入健保給付再提會案。

第 3 案：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

第 4 案：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入自付差額品項案。

報告案 1

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 76 項：(1)新增既有功能類別特材品項 45 項/第 1-1~1-10 頁；項次 1~45。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 10 項/第 1-11~1-13 頁；項次 46~55。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 21 項/第 1-14~1-18 頁；項次 56~76。

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1-1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
1	BBP0421615F4	"康威"新優 穩舒柔單片墊 高式造口袋 (未滅菌)-便 袋*限住院患 者申報	"ConvaTec" Esteem + Flex Convex Pouch (non-sterile)- Ostomy pouch	422159;421615;421619	片	衛部醫器輸字 第017367號	康威特	49	49	依(ONE PIECE便袋(含 人工皮、不織布))同功 能類別品項(如特材代碼 BBP0422771F4)之支付點 數暫予支付。	E305-1	月生效
2	BBU0121623F4	"康威"新優 穩舒柔單片墊 高式造口袋 (未滅菌)-尿 袋*限住院患 者申報	"ConvaTec" Esteem + Flex Convex Pouch (non-sterile)- Uro pouch	421623	片	衛部醫器輸字 第017367號	康威特	88.5	88.5	依(尿袋(含人工皮))同 功能類別品項(如特材代 碼BBU0164927F4)之支付 點數暫予支付。	E305-1	月生效
3	BBW01DB7504Q	"康諾"引流袋 (滅菌)-腎臟 造瘻引流袋	"Conod" Drainage Bag (Sterile)- PCN BAG	DB0750;DB2000	個	衛部醫器陸輸查 字第003318號	春莒	34	34	依同功能類別品項(如特 材代碼BBW0149620P2)之 支付點數暫予支付。	無	月生效
4	CBP01AARPC7X	阿受斯皮可冠 狀動脈支架系 統(冠狀動脈 支架)	Arthos Pico Stent Implantation System	20;22;25;27-ICS- 8;12;16;19;24;28;34;38- P;30;32;35;40-ICL- 10;14;18;24;28;34;38-P	組	衛部醫器輸字第 030712號	連鑑	14,099	14,099	依(CORONARY STENT/WITH BALLOON (DELIVERY SYSTEM)/SET)同功能類別 品項(如特材代碼 CBP01ML8STAB)之支付點 數暫予支付。	A213-2N	月生效
5	CBP01EUCAG6E7	"優科德"優科 第六代冠狀動 脈氣球擴張導 管	"EucaTech" euca VI PTCA Balloon Catheter	euca VI- 150;200;225;250;275;300;35 0;400-10;15;20;25;30;euca VI- 225;250;275;300;350;400-40	條	衛部醫器輸字第 030722號	匯悅	6,217	6,217	依(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid- exchange))同功能類別品 項(如特材代碼 CBP01EUPRXM4)之支付點 數暫予支付。	無	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
6	CDP01302224G	“美迪格”單次使用膽道引流支架(膽道支架套組:含推送管*1+膽道支架*1)	“Medi-Globe” Biliary Drainage Stent (Single Use)(BILIARY STENT SET)	(GBS-01-07-005S;007S;009S;012S;015S); (GBS-01-10-005S;007S;009S;012S;015S); (GBS-02-07-004S;006S;008S;011S;016S); (GBS-02-08-004S;006S;008S;011S;016S); (GBS-02-10-004S;006S;008S;011S;016S); (GBS-02-11-004S;006S;008S;011S;016S); (GBS-07-05-004S;006S;008S;009S;010S;012S); (GBS-07-07-003S;004S;005S;006S;007S;008S;009S;010S;012S); (GBS-07-08-003S;004S;005S;006S;007S;008S;009S;010S;012S); (GBS-07-10-003S;004S;005S;006S;007S;008S;009S;010S;012S)	組	衛部醫器輸字第030222號	明達	4,400	4,400	依(UNDER ENDOSCOPIC(整組)/膽道支架套組:含導入導引組(或推進導管)+支架)同功能類別品項(如特材代碼CDP01PV600LY)之支付點數暫予支付。	無	月生效
7	CEE01CH510U2	“愛西優”可來福藥物準備系統組件-可來福藥瓶轉接頭	“ICU” ChemoClave Drug Preparation System-Universal Vented Vial Spike, Clave	CH-51	個	衛部醫器輸字第028861號	佳事達	70	70	依(DRUG PREPARATION SYSTEM:IV BAG ACCESS SPIKE CHECK VALVE化療藥物準備系統組件-插入針(藥瓶用)含檢查閥)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH141U2)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效
8	CEE01CH720U2	“愛西優”可來福藥物準備系統組件-可來福藥瓶轉接頭	“ICU” ChemoClave Drug Preparation System	CH-72	個	衛部醫器輸字第028861號	佳事達	70	70	依同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVC23Q4)之支付點數暫予支付。	I302-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
9	CEE01CTU154Q	"康諾" 連接管(滅菌)	"Conod" Connecting tubes (Sterile)	CTU-015+CTU-ST	組	衛部醫器陸輸壹字第003364號	春舊	305	305	依(導入引流導管/附組件3WAY活塞接頭)同功能類別品項(如特材代碼CEE0140474AG)之支付點數暫予支付。	無	月生效
10	CGPW1GGHALAS	"朝日" 周邊血管導引線	"ASAHI" Peripheral Guide Wire	(PPW14R-200;300-S;P);(PPW18R-200;300-S;P);(PHW14R-201;301-S;P);(PHW18R-201;202;301;302-S;P);PAGHW143394	組	衛部醫器輸字第030634號	理工	2,721	2,721	依(GUIDEWIRE(SMALLVESSEL)/不鏽鋼,D=0.014"-0.018",L=201-300CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW143392AS)之支付點數暫予支付。	無	月生效
11	CGPW1GGHASAS	"朝日" 周邊血管導引線	"ASAHI" Peripheral Guide Wire	(PPW14R100-S;P);PPW18R100S;(PHW14R101-S;P);(PHW18R-101;102-S;P);PAGHW143094	組	衛部醫器輸字第030634號	理工	2,430	2,430	依(GUIDE WIRE(SMALL VESSEL)/不鏽鋼,D=0.014"-0.018",L=101-200CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW143092AS)之支付點數暫予支付。	無	月生效
12	CGUS1DAKTASB	"波士頓科技" 達科塔取石網(滅菌)	"Boston Scientific" Dakota Nitinol Stone Retrieval Basket (Sterile)	M0063905000;M0063905010	組	衛部醫器輸壹字第017748號	波士頓	6,221	6,221	依同功能類別品項(如特材代碼CGUS1ZERTPSB)之支付點數暫予支付。	D113-4	月生效
13	CLPATCCPTOKG	"卡比" 安比適植入型注射系統(P+C+N)	"Kabi" Ambix Intraport System	8086001;8086061;8086071;8086211;8086221;8086421;8086431;8086441;8086461	組	衛部醫器輸字第030351號	費森尤斯卡比	6,714	6,714	依同功能類別品項(特材代碼CLPA130000BB)之支付點數暫予支付	A216-1	月生效
14	CLPATCPTPWKG	"卡比" 安比適植入型注射系統(P+C+N)	"Kabi" Ambix Intraport System (POWERFLOW)	8086012;8086442	組	衛部醫器輸字第030351號	費森尤斯卡比	8,695	8,695	依同功能類別品項(特材代碼CLPAT44338BB)之支付點數暫予支付	A216-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1-1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
15	CMB01S3PTTV9	"恩提愛"舒麗特爾白金顱內血管重建裝置	"MTI" Solitaire Platinum Revascularization Device	(SFR3-4-20-05;10)(SFR3-4-40-10)(SFR3-6-20;40-10)(SFR3-6-24-06)	組	衛部醫器輸字第030861號	美敦力	127,433	122,698	依同功能類別品項(特材代碼CMB01S2SRDV9)之支付點數暫予支付	I203-12	月生效
16	CRG01AN001QD	"崇仁"嬰兒持續正壓通氣鼻部管路組及配件-嬰兒持續正壓通氣鼻導管組(前段)	"GaleMed" nCPAP Cannula Circuit and Accessory-nCPAP Prong(SET)	AN0010:AN0017+AN0005:AN0008	組	衛署醫器製字第003524號	崇仁科技	654	654	依(嬰兒連續式氣道壓力呼吸套鼻套管(單管)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRG010169NHU)之支付點數暫予支付。	A214-1	月生效
17	CRG020H722QD	"崇仁"嬰兒持續正壓通氣鼻部管路組及配件-嬰兒單管加熱管路(半套)	"GaleMed" nCPAP Cannula Circuit and Accessory-Bubble CPAP Single Heated Wire Circuit(HALF SET)	【(衛署醫器製字第003524號)H722】+【(衛署醫器製字第001492號)BC22+BC01】	組	衛署醫器製字第003524號+衛署醫器製字第001492號	崇仁科技	1,833	1,833	依(嬰兒正壓呼吸輔助管路系統半套-呼吸管路輸送系統)同功能類別品項(如特材代碼CRG02BC567KV)之支付點數暫予支付。	A214-6	月生效
18	CRG02AN002QD	"崇仁"嬰兒持續正壓通氣鼻部管路組及配件-嬰兒持續正壓通氣鼻部管路組(半套)	"GaleMed" nCPAP Cannula Circuit and Accessory-nCPAP Cannula Kit(HALF SET)	AN0020:AN0027	組	衛署醫器製字第003524號	崇仁科技	1,216	1,216	依(嬰兒正壓呼吸輔助系統半套(含面罩系統:嬰兒頭帽帶、鼻管及鼻插管)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRG02BC002KV)之支付點數暫予支付。	A214-6	月生效
19	CRG02AN003QD	"崇仁"嬰兒持續正壓通氣鼻部管路組及配件-嬰兒持續正壓通氣鼻部加濕加熱管路組(全套)	"GaleMed" nCPAP Cannula Circuit and Accessory-nCPAP Cannula Circuit Kit(FULL SET)	【(衛署醫器製字第003524號)AN0030:AN0037】+【(衛署醫器製字第001492號)BC22+BC01】+【(衛署醫器製字第002140號)3431】	組	衛署醫器製字第003524號+衛署醫器製字第001492號+衛署醫器製字第002140號	崇仁科技	3,049	3,049	依(嬰兒正壓呼吸輔助系統全套(含面罩系統:嬰兒頭帽帶、鼻管及鼻插管+傳輸管路)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRG02BC001KV)之支付點數暫予支付。	A214-6	月生效
20	CRT02U0794GC	"綠十字"氣管切開套管-無球	"GREEN CROSS" TRACHEOSTOMY TUBE-WITHOUT/CUFF	YJ-64	個	衛署醫器陸輸字第000090號	益江	325	325	依同功能類別品項(如特材代碼CRT0254060VK)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
21	CXE0201101SB	"波士頓科技"操控式電極導管-10極	"Boston Scientific"Dynamic XT Steerable Electrode Catheters(DECA)	M0042011-010;020	條	衛署醫器輸字第010154號	BSC	13,339	13,339	依(可控式電極導管/10極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE0201101BA)之支付點數暫予支付。	無	月生效
22	CXE0201103SB	"波士頓科技"操控式電極導管-4極	"Boston Scientific"Dynamic XT Steerable Electrode Catheters(QUAD)	M0042011-030;040;100;120;150	條	衛署醫器輸字第010154號	BSC	11,666	11,666	依(可控式電極導管/4極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE0201103BA)之支付點數暫予支付。	無	月生效
23	FALSNWAVE4HY	豪雅預載式單片型人工水晶體	HOYA ISERT PRELOADED INTRAOCULAR LENS	150	片	衛部醫器輸字第030422號	維州	2,744	2,744	依(ACRYSOF I.O.L)同功能類別品項(如特材代碼FALSMSA30AA1)之支付點數暫予支付。	無	月生效
24	FBHBA9000NBM	"邦美"艾可半人工髖關節系統	"Biomet" Echo Bipolar System	由以下特材組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS16010NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS11924NBM;FBHH19915NBM	組	衛署醫器輸字第009975+008736+011510+014133號+衛部醫器輸字第029090+026806+029915+030380號	捷邁	35,195	35,195	依(雙極式人工髖關節組(BIPOLARHIPSYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼FBHBA3000NU0)之支付點數暫予支付。	無	月生效
25	FBHS11924NBM	"邦美"人工髖關節艾可股骨柄	"Biomet" Hip Joint Replacement Prostheses Echo Femoral Stem	12-1503-07:17;12-1513-07:09;11;13;15;17;1920-07:21;1924-07:21;1930-07:21;1928-07:08	支	衛部醫器輸字第030380號	捷邁	20,692	20,692	依(人工髖關節股骨柄(TOTAL HIP STEM 或 BIPOLAR HIP STEM))同功能類別品項(如特材代碼FBHS11104NU0)之支付點數暫予支付。	無	月生效
26	FBKF15501NH1	"好美得卡 奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-股骨組件	"Howmedica Osteonics" Triathlon Total Knee Component-Femoral Component	5515-F-301;302;401;402;501;502;601;602	個	衛部醫器輸字第029897號	史賽克	18,197	18,197	依(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF15500NH1)之支付點數暫予支付。	D108-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1-1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
27	FBKF1CR226DP	"帝富"愛強全人工膝關節系統-股骨組件(CR)	"DePuy" ATTUNE Knee System-Femoral Component Cruciate Retaining(CR)Cemented	150400-101;110;123;126;201;210;223:226	個	衛部醫器輸字第028217號	壯生	18,197	18,197	依(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF1CR126DP)之支付點數暫予支付。	D108-1	月生效
28	FBKF1PS226DP	"帝富"愛強全人工膝關節系統-股骨組件(PS)	"DePuy" ATTUNE Knee System-Femoral Component Posterior Stabilized(PS)Cemented	150410-101;110;123;126;201;210;223:226	個	衛部醫器輸字第028217號	壯生	18,197	18,197	依(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF1CR126DP)之支付點數暫予支付。	D108-1	月生效
29	FBKT15501NH1	"好美得卡 奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨盤	"Howmedica Osteonics" Triathlon Total Knee Component-Tibial Tray	5520-B-300;400;600	個	衛部醫器輸字第029897號	史賽克	14,031	14,031	依(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT15500NH1)之支付點數暫予支付。	D108-1	月生效
30	FBN04812NSJP	愛派司亞洲脛骨髓內螺釘	APS Tibia Interlocking Screw	(7710-9740-18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80);(7710-9750-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;85;90;95;100);(7710-9650-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90)	個	衛部醫器製字第005728號	愛派司	874	874	依(Stainless Interlocking Screw)同功能類別品項(如特材代碼FBN04403SSY2)之支付點數暫予支付。	D102-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
31	FBN05812TNJP	愛派司亞洲脛 骨髓內釘系統 組	APS Tibia Nail System	(7710-0802- 26;28;30;32;34);(7710- 0902- 26;28;30;32;34;36);(7710- 1002- 26;28;30;32;34;36;38);(771 0-1102- 26;28;30;32;34;36;38;40);(7710-1202- 28;30;32;34;36;38;40;42);(7710-9740- 18;20;22;24;26;28;30;32;34 ;36;38;40;42;44;46;48;50;5 2;54;56;58;60;62;64;66;68; 70;72;74;76;78;80);(7710- 9750- 26;28;30;32;34;36;38;40;42 ;44;46;48;50;52;54;56;58;6 0;62;64;66;68;70;72;74;76; 78;80;85;90;95;100);(7710- 9650- 30;35;40;45;50;55;60;65;70 ;75;80;85;90);(7710-9910- 00;05;10;15);(7710-9810- 00)	組	衛部醫器製字第 005728號	愛派司	7,671	7,671	依(Stainless Interlocking Nail System(NAILX1+SCREWX3))同功能類別品項(如特材 代碼FBN05403TSY2)之支 付點數暫予支付。	D101-1	月生效
32	FBPN322410Y2	"亞太醫療"勾 狀圓形骨髓內 針	"SYNTEC" Intramedullary Pin	(RN2-24;30;32- 100;115;125;140;150;165;18 0;190;205;215;220;230;240) ;(RN232-250;255);(RN2- 40;48- 140;160;180;200;205;215;22 0;230;240;255;260;265;280; 295;300;315;335;355);(RN2- 55;60;65;70- 140;160;180;200;220;240;26 0;280;300);(RN280- 320;340;360;380;400)	個	衛部醫器製字第 005922號	亞太醫 療	722	722	依(Rush Pin)同功能類別 品項(如特材代碼 FBPN3KJ10NAE)之支付點 數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
33	FBSFA055413Z	"克萊兒"艾迪斯頸椎融合器	"Clariance" Idys-C cage cervical	(05541-3:4-05:10):(05541-3:4-05:10--s)	個	衛部醫器輸字第030573號	利民	19,670	19,670	依(CERVICAL PEEK CAGE 頸椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFA21001XP)之支付點數暫予支付。	D112-4	月生效
34	FBSFAP239SS1	"信迪思"利洛挺頸椎植入物	"Synthes" Zero-P cervical Implants	(04.617.-110:112;115:119;120:122;125:129;130:132;135:139;170:172;175:179;180:182;185:189;190:192;195:199;210:212;215:219;220:222;225:229;230:232;235:239-S);(04.617.-812;814;816);(04.617.-812;814;816-.02S)	組	衛署醫器輸字第023590號	壯生	40,594	40,594	依(頸椎椎間植入物-頸椎護架+頸椎骨板一體成型(由PEEK CAGE、PLATE或SCREW組成))同功能類別品項(如特材代碼 FBSFA1039SS1)之支付點數暫予支付。	D112-9	月生效
35	FHP01X2SR1M4	"美敦力"亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-單腔MRI	"Medtronic" Astra MRI SureScan Implantable Pacemaker-SR MRI	X2SR01	個	衛部醫器輸字第030635號	美敦力	81,477	81,477	依(單腔心律調節器/SSIR(含VVIR, AAIR),有Auto-capture及核磁共振相容功能)同功能類別品項(如特材代碼 FHP01EN1SRM4)之支付點數暫予支付。	B101-1	月生效
36	TKP05UCT17BA	"巴德"優得可特爾乳房組織標記	"Bard" UltraCor Twirl Breast Tissue Marker	UCTW17	組	衛部醫器輸字第030671號	巴德	2,475	2,475	依乳房組織標記夾(Breast Tissue Marker)同功能類別品項(如特材代碼 TKP0524193BA)之支付點數暫予支付。	E230-1	月生效
37	TSS0105795FS	瑞特血糖監測系統:瑞特血糖測試片GS550;GS280	Rightest Blood Glucose Monitoring System	GS550;GS280	片	衛部醫器製字第005795號	華廣	8.1	8.1	依(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS01GM100FS)之支付點數暫予支付。	T101-1	月生效
38	WBB0402050YX	"康力迪"彈性繃帶(未滅菌)-自粘型:5cmx450cm	"KANGLIDI" Elastic Bandage(Non-Sterile):5cmx450cm	EB-05450	卷	衛部醫器陸輸壹字第003253號	科云	5.3	5.3	依(彈性繃帶/2"X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0402050UQ)之支付點數暫予支付。	E309-1	月生效

報告案第1案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45,詳頁次1-1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
39	WBB0404050YX	"康力迪"彈性 繃帶(未滅 菌)-自粘 型:10cmx 450cm	"KANGLIDI" Elastic Bandage(Non- Sterile):10cmx 450cm	EB-10450	卷	衛部醫器陸輸壹 字第003253號	科云	11	11	依(彈性繃帶 /4"X5Y(4622CM2))同功能 類別品項(如特材代碼 WBB0404050UQ)之支付點 數暫予支付。	E309-1	月生效
40	WDD08PGX25BB	"柏朗"博坦 舒傷口凝膠	"B. Braun" Prontosan Wound Gel X 250g	Prontosan Wound Gel X 250 克/管	條	衛部醫器輸字第 030833號	台灣柏朗	3,750	3,750	新增(人工生物化學覆蓋 物/HYDROGEL(抗菌),約 250GM)核價類別,依類似 功能類別之單位支付點數 按比例計算暫予支付。	A217-3	月生效
41	WDD08PGX50BB	"柏朗"博坦 舒傷口凝膠	"B. Braun" Prontosan Wound Gel X 50g	Prontosan Wound Gel X 50克 /管	條	衛部醫器輸字第 030833號	台灣柏朗	750	750	依(人工生物化學覆蓋物 /HYDROGEL(含銀具抗菌) /約50GM)同功能類別品 項(如特材代碼 WDD0803050XQ)之支付點 數暫予支付。	A217-3	月生效
42	WDD08020216L	珍舒敷藻酸 鈣手術傷口敷 料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)2X2CM	i548580	片	衛部醫器製壹字 第006951號	艾肯杜	10	8.1	新增(人工生物化學覆蓋 物/ALGINATE DRESSING, 面積約10cm2)核價類別, 依類似功能類別之單位支 付點數按比例計算暫予支 付。	A217-1	月生效
43	WDD08050826L	珍舒敷藻酸 鈣手術傷口敷 料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)5X8CM	i548581	片	衛部醫器製壹字 第006951號	艾肯杜	41.8	41.8	依(人工生物化學覆蓋物 /ALGINATE DRESSING,面 積約50cm2)同功能類別品 項(如特材代碼 WDD08A0112ZW)之支付點 數暫予支付。	A217-1	月生效
44	WDD08101036L	珍舒敷藻酸 鈣手術傷口敷 料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)10X10CM	i548583	片	衛部醫器製壹字 第006951號	艾肯杜	112	112	依(人工生物化學覆蓋物 /ALGINATE DRESSING,面 積約100cm2)同功能類別 品項(如特材代碼 WDD0810100YY)之支付點 數暫予支付。	A217-1	月生效

一、新增既有功能類別特材品項共45項(項次1~項次45, 詳頁次1-1~1-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核 支付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
45	WDD08102046L	珍舒敷 藻酸 鈣手術傷口敷 料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)10X20CM	i548584	片	衛部醫器製壹字 第006951號	艾肯杜	124	124	依(人工生物化學覆蓋物 /ALGINATE DRESSING, 面 積約151cm ² -200cm ²)同功 能類別品項(如特材代碼 WDD0868214F4)之支付點 數暫予支付。	A217-1	月生效

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共10項(項次46~項次55,詳頁次1-11~1-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
46	CBP06ELUT13X	"上海微創"火鷹雷帕微素冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"Shanghai MicroPort"Firehawk Rapamycin Target Eluting Coronary Stent System	RV-22;25;27;30;35;40-13;16;18;22;23;RV-25;27;30;35;40-23;29;31;33;RV-30;35-35;38	組	衛部醫器陸輸字第000882號	科舉	改善血管直徑,減少病竈再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項,依(塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT1AB)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	A213-2N	月生效
47	FALSNASPPC6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統(非球面)(自付差額)	aspicio Preloaded IOL Delivery System	ASPP60SC	片	衛部醫器製字第005960號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式Functional Aspheric IOL))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNPMSAC1W)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
48	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統(非球面、可濾部份藍光)(自付差額)	aspicio Preloaded IOL Delivery System	ASPP60SY	片	衛部醫器製字第005960號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效及過濾藍光效能之特殊功能。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+黃色))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNPMSAY1W)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
49	FALSNMLTT24L	"藍提視"康福視散光多焦點人工水晶體(多焦點散光型)(自付差額品項)	LENTIS Comfort Toric Intraocular Lens	LS-313MF15T0;LS-313MF15T1;LS-313MF15T2;LS-313MF15T3;LS-313MF15T4;LS-313MF15T5;LS-313MF15T6	片	衛部醫器輸字第030719號	鈦沉	提供具多焦點功能型人工水晶體,能提供多焦點老花視力及散光矯正功能。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(多焦點+散光))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNMULTT4L)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
50	FALSNMULTTA1	"愛爾康"可舒諦視遠中近三焦點散光及老花矯正軟式人工水晶體(自付差額)	"Alcon" AcrySof IQ PanOptix Toric Presbyopia Correcting Intraocular Lens	TFNT20;TFNT30;TFNT40;TFNT50;TFNT60	片	衛部醫器輸字第030620號	愛爾康	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效及過濾藍光效能之特殊功能。並具多焦點,能提供近、中、遠距焦點老花視力及散光矯正功能。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+多焦點+散光+黃色))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNMULTTA1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共10項(項次46~項次55,詳頁次1-11~1-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
51	FALSNWAVE5HY	豪雅預載式單片型人工水晶體:非球面(自付差額)	HOYA iSert Preloaded Intraocular Lens	250	片	衛部醫器輸字第030444號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式Functional Aspheric IOL))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNPLSZ14N)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
52	FALSNWAVE6HY	豪雅預載式單片型人工水晶體:非球面+黃色人工水晶體(自付差額)	HOYA iSert Preloaded Intraocular Lens	251	片	衛部醫器輸字第030443號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體,能有效降低角膜的球面像差之療效及過濾藍光效能之特殊功能。	2,744	自付差額品項,依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+黃色))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVE1A1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	月生效
53	FBHCCERA3BM	"邦美"艾可陶瓷半人工髖關節系統-Biolox Delta(自付差額品項)	"Biomet" Echo Ceramic Bipolar System-Biolox Delta	由以下特材組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS16010NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHHCCE RA2Z1;FBHS11924NBM;FBHHCCEA1BM	組	衛署醫器輸字第009975+008736+011510+014133+022415號+衛部醫器輸029090+026806+030202+030380號	捷邁	1.增加耐久性。 2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	35,195	自付差額品項,依(特殊材質人工髖關節組(陶瓷-CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM,部分給付品項))同功能類別品項(如特材代碼FBHCCERA7U0)之支付點數暫予支付。	無	月生效
54	FBHCCERR5BM	"邦美"艾可陶瓷半人工髖關節系統-Biolox Option(自付差額品項)	"Biomet" Echo Ceramic Bipolar System-Biolox Option	由以下特材組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS16010NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHHCCE RR3Z1;FBHS11924NBM;FBHHCCEA2BM	組	衛署醫器輸字第009975+008736+011510+014133+022415號+衛部醫器輸029090+026806+030202+030380號	捷邁	1.增加耐久性。 2.陶瓷人工髖關節系統,可增加使用年限。	35,195	自付差額品項,依(特殊材質人工髖關節組(陶瓷-CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM,部分給付品項))同功能類別品項(如特材代碼FBHCCERA7U0)之支付點數暫予支付。	無	月生效

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共10項(項次46~項次55,詳頁次1-11~1-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付規定	生效日期
55	FHP02X2DR1M4	"美敦力"亞士卓 磁振造影植入式 心臟節律器-雙腔 MRI(自付差額)	"Medtronic" Astra MRI SureScan Implantable Pacemaker-DDDR MRI	X2DR01	個	衛部醫器輸字第030635號	美敦力	改善心房心室緩脈,具速率調整及核磁共振相容功能。	93,833	自付差額品項,依(自付差額之雙腔型人工心律調節器(核磁共振相容))近似功能類別品項(如特材代碼FHP02A3DR1M4)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	B101-1	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次56~項次76,詳頁次1-14~1-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
56	ACY01KESU1NX	"尼瓦西斯"Y型 接頭組:氣球導 管或導引管用接 頭(單Y型)	"MINVASYS" Y- CONNECTOR	KESU0001;KESU0003;(KESU0002自1070101起生 效);(KESU0004;KESU0006自1070701起生效)	組	衛署醫器輸字 第011676號	凱薩 琳	931	931	擴增產品型號 KESU0004;KESU0006 。	無	月生效
57	CCC1520503AH	"亞翠思"海洋自 體血液回收胸腔 引流儲血器(單 管回流式)	"Atrium" Ocean Water Seal chest drains	2050-300;(2050-000自1060701起生效);(2002- 300自1070701生效)	組	衛署醫器輸字 第019729號	悅延 和	3,882	3,882	擴增產品型號2002- 300。	B203-3	月生效
58	CDD116626P2C	"柯惠"開放性腹 腔鏡手術用之一 次性穿刺器:5- 12MM(穿刺針× 1+外管×1+可變 式轉接頭×1+袋 口結固定器+螺 紋固定器)	"COVIDIEN" BLUNTPORT PLUS AUTO SUTURE	176626P;179075P(176626P自1070701起刪除)	SET	衛署醫器輸字 第024810號	美敦 力	2,233	2,233	刪除產品型號 176626P。	無	月生效
59	CDD119075P2C	"柯惠"開放性腹 腔鏡手術用之一 次性穿刺器:5- 12MM(穿刺針× 1+外管×1+可變 式轉接頭×1+袋 口結固定器)	"COVIDIEN" AUTO SUTURE BLUNTPORT PLUS	176626P;179075P(176626P自1070701起刪除)	組	衛署醫器輸字 第014353號	美敦 力	2,233	2,233	刪除產品型號 176626P。	無	月生效
60	CMV04G26412E	"麥克思"微型線 圈輸送系統	"Micrus" ORBIT GALAXY G2 Microcoil Delivery System	641CX-0201;3575;641HX-0204;0208;641CF- 0201;1230(擴增型號641CF- 2505;2535;3509;3575自107年7月1日生效)	組	衛署醫器輸字 第026492號	壯生	16,386	16,386	擴增產品型號641CF- 2505;2535;3509;357 5。	I203-2	月生效
61	FBHBA3000TZ1	"西美"威士人工 髖關節:雙極式 人工髖關節組	"ZIMMER" VERSYS HIP SYSTEM: BIPOLAR HIP SYSTEM	以下特材代碼組 合:FBHS17853NZ1;FBHS17852NZ1;FBHS17854NZ1; FBHS17842NZ1;FBHS17841NZ1;FBHS17845NZ1;FBH S17861NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17832NZ1;FBHS17 846NZ1;FBHS17831NZ1;FBHH18018NZ1;FBHB15984 NZ1(FBHS16010NZ1自1040501生 效);(FBHC19090NBM自106.05.01生 效);(FBHS17852NZ1;FBHS17854NZ1;FBHS17842NZ 1;FBHS17845NZ1;FBHS17861NZ1;FBHS17832NZ1;F BHS17846NZ1;FBHS17831NZ1;FBHB15984NZ1自 1070101刪 除);(FBHC15000NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ 1自1070101生效);(FBHS11924NBM;FBHH19915NBM 自1070701生效)	組	衛署醫器輸字 第008736號 +009975號+衛 部026806號 +029090號 +030380號 +029915號	捷邁	35,195	35,195	擴增產品型號 FBHS11924NBM;FBHH1 9915NBM	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次56~項次76,詳頁次1-14~1-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
62	FBHBA6000NZ1	"西美"席萊斯股骨系統:雙極式人工髖關節組	"ZIMMER" CLS SPOTORNO SYSTEM:BIOPOLAR SYSTEM	29.00.09;59-050:200;01.00295.005:020;008018-22:32-01:05;5000-40-22:500-72-32(11-165206;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46自106.05.01生效)(自1070101起型號重整,由以下特材代碼組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHH18018NZ1);(FBHS11924NBM;FBHH19915NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第014133號+009975號+008736號+衛部029090號+030380號+029915號	捷邁	35,195	35,195	擴增產品型號 FBHS11924NBM;FBHH19915NBM	無	月生效
63	FBHBA8000TZ1	"西美"雙極式人工髖關節系統	"ZIMMER" BIPOLAR HIP SYSTEM	5000;5001;00-8018-028;032-14;8018-22:32-01:05;00-8018-036;040-01:05;7711-05:22;7711-05:22-20(01.06010.001:009;01.06010.101:109自1040501生效)(11-165206;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46自106.05.01生效);(自1070101起型號重整,由以下特材代碼組合:FBHC15000NZ1;FBHC19090NBM;FBHS17711NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS16010NZ1);(FBHS11924NBM;FBHH19915NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第011510號+008736號+009975號+衛部026806號+029090號+030380號+029915號	捷邁	35,195	35,195	擴增產品型號 FBHS11924NBM;FBHH19915NBM	無	月生效
64	FBHCCERA3Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項,超過部分由病患自付(符合傳統雙極式髖關節組給付規定者使用)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIPOLAR BIOLOX DELTA HIP SYSTEM(CERAMIC)	由以下特材代碼組合:FBHCCERA2Z1(FBHS16010NZ1自1040501生效)(CUP與STEM按傳統組件型號)(FBHC19090NBM自106.05.01生效);(FBHC15000NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1自1070101生效);(FBHS11924NBM;FBHCCERA1BM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第022415號+009975號+008736號+011510號+014133號+衛部026806號+029090號+030380號+030202號	捷邁	110,378	35,195	擴增產品型號 FBHS11924NBM;FBHCCERA1BM	無	月生效
65	FBHCCERR5Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX OPTION BIPOLAR HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHCCERR3Z1;FBHC15000NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1(FBHS16010NZ1自1040501生效)(FBHC19090NBM自106.05.01生效);(FBHS11924NBM;FBHCCERA2BM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第022415號+009975號+008736號+011510號+014133號+衛部026806號+029090號+030380號+030202號	捷邁	120,378	35,195	擴增產品型號 FBHS11924NBM;FBHCCERA2BM	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次56~項次76,詳頁次1-14~1-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
66	FBHPA9000TBM	"邦美"今適穩人工髖關節系統	"Biomet"G7 Total Hip System	由以下特材代碼組合: FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM; FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+008736+011510+014133號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+029915號+030380號	捷邁	39,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
67	FBHPA9000TZ1	"捷邁"隆傑艾提全人工髖關節組	"ZIMMER"LONGEVITY IT TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合: FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1(FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1自103.11.01生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1040501生效);(FBHS17857NZ1;FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHH19915NBM自1070301生效);(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+008736+011510+014133號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+029915號+030380號	捷邁	39,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
68	FBHPCCEA3Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷HEAD+陶瓷LINER※自付差額品項,超過部分由病患自付(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"ZIMMER"BILOX CERAMIC FEMORAL HEADS:BILOX TOTAL HIP SYSTEM(CERAMIC)	由以下特材代碼組合: FBHLCCEA2Z1;FBHHCCEA2Z1;(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1040501生效)(CUP與STEM按傳統組件型號);(FBHC18753NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS17857NZ1自1070101生效);(FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHCCEA1BM自1070301生效);(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+022415+008736+011510+014133號+衛部026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	164,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
69	FBHPCCEA5BM	"邦美"今適穩陶瓷人工髖關節系統(自付差額品項)	"Biomet"G7 Ceramic Total Hip System	由以下特材代碼組合: FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHHCCEA1BM;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHHCCEA2Z1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+008736+011510+014133號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	114,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次56~項次76,詳頁次1-14~1-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
70	FBHPCERA5Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)※自付差額品項,超過部分由病患自付(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材組合: 合:FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHCCERA2Z1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1(FBHS18753NZ1;FBHL18751NZ1;FBHS17850NZ1自1030301生效);(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1040501生效);(FBHS17857NZ1;FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHCCERA1BM自1070301生效);(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+022415+008736+011510+014133+021851號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	114,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
71	FBHPCERE7BM	"邦美"今適穩陶瓷人工髖關節系統-Option(自付差額品項)	"Biomet" G7 Ceramic Total Hip System-Option	由以下特材代碼組合: 合:FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHCCERA2BM;FBHCCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1;FBHS17857NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+021851+022415+008736+011510+014133號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	124,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
72	FBHPCERE7Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷HEAD+陶瓷LINER※自付差額品項,超過部分由病患自付(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX OPTION TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合: 合:FBHCCERR3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1040501生效);(FBHS17857NZ1;FBHC18753NZ1;FBHL18751NZ1;FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHCCERA2BM自1070301生效);(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+022415+008736+011510+014133+021851號+衛部025775+026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	124,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效
73	FBHPCERR7Z1	"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷HEAD+陶瓷LINER※自付差額品項,超過部分由病患自付(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX OPTION TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合: 合:FBHCCERR3Z1;FBHC18753NZ1;FBHCCERA2Z1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1(FBHS16010NZ1;FBHC18755NZ1自1040501生效);(FBHS17857NZ1;FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHCCERA2BM自1070301生效);(FBHS11924NBM自1070701生效)	組	衛署醫器輸字第021835+022415+008736+011510+014133號+衛部026778+026806+030214+029866+030202號+030380號	捷邁	174,396	39,396	擴增產品型號FBHS11924NBM	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次56~項次76,詳頁次1-14~1-18)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付 規定	生效 日期
74	FBKPA5500NH1	"好美得卡"三項 能整體膝關節系 統:高度彎曲型 全人工膝關節組	"HOWMEDICA" TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM:TOTAL KNEE SYSTEM	5530P209:P819;5532P109:P825;5510F;15F101:8 01;102:802;5520B;100:800;5551L299;320;350; 381;401;5550L278;298;319;360;391(自1070701 起型號重整為 FBKL15500NH1;FBKF15500NH1;FBKT15500NH1;FBK P15500NH1);(FBKF15501NH1;FBKT15501NH1自 1070701起生效)	組	衛署醫器輸字 第011201號+衛 部醫器輸字第 029897號	史賽 克	51,297	51,297	擴增產品型號 FBKF15501NH1;FBKT155 01NH1	D108-1	月生效
75	FBKT1FB110DP	"帝富"愛強全人 工膝關節系統- 脛骨底座	"DEPUY" ATTUNE KNEE SYSTEM-TIBIA BASE-FIXED BEARING CEMENTED	150600001:150600010;(1506700-01:10自 1070701生效)	個	衛部醫器輸字 第028690號	壯生	14,031	14,031	擴增產品型號1506700- 01:10	D108-1	月生效
76	HHM01P5010VS	"法斯樂舒順"普 倫特羅賓血栓清 除導管	"VASCULAR SOLUTIONS" PRONTO LP EXTRACTION CATHETER	5010(5015自1070701生效)	組	衛署醫器輸字 第019351號	揚通	13,250	13,250	擴增產品型號5015。	B301-3	月生效

報告案 2

全民健康保險已給付特材支付標準 異動之初核情形報告

共 49 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 35 項/第 2-1~2-6 頁；項次 1~35。(2) 已達價量協議數量調整支付點數 14 項/第 2-7~2-10 頁；項次 36~49。

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35, 詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
1	CRE0026388RU	“路希”氣管內管	“RUSCH” ENDOTRACHEAL TUBE	112482;112082	支	衛部醫器輸字第026388號	泰利福	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	月生效
2	CRE012510C11	“河南駝人”氣管插管	“HENAN TUOREN” ENDOTRACHEAL TUBE	2.5#:10.0#	支	衛部醫器陸輸字第000790號	美敦力	特材品項之功能及材質與本項功能核價類別不符, 故取消給付。	月生效
3	CRE0150103SR	“雪瑞頓”氣管內管-有氣囊	“Sheridan” HVT Tracheal Tube	(5-103-10;11;12;13;14;15;16;17;18);(5-10320)	支	衛部醫器輸字第029128號	泰利福	廠商建議取消健保給付, 已有同類替代品, 故同意取消給付。	月生效
4	CRE01M608B11	“河南駝人”多功能氣管插管	“HENAN TUOREN” MULTI-FUNCTIONAL TRACHEAL TUBE	6.0#:8.0#	支	衛部醫器陸輸字第000801號	美敦力	特材品項之功能及材質與本項功能核價類別不符, 故取消給付。	月生效
5	CRE06M7ET2MU	華新氣管內管	MODERN ENDOTRACHEAL TUBE	21103;21104;21105;21106;21107;21108; 21109;21110;21111;21112;21113	個	衛署醫器陸輸字第000176號	美敦力	特材品項之功能及材質與本項功能核價類別不符, 故取消給付。	月生效

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35,詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
6	FBS09112508C	"艾克曼"加壓螺釘系統/埋頭骨釘	"Acumed" compression Acutrak Bone Screw(2.0-4.5mm))/Headless Screw	AT-1125-S;1150-S;1175-S;1200-S;1225-S;1250-S;1275-S;1300-S;ATM-008-S;100-S;120-S;140-S;160-S;180-S;200-S;220-S;240-S;260-S;ATF-140-S;160-S;180-S;200-S;220-S;240-S;270-S;320-S;370-S;AT2-S16-S;S18-S;S20-S;S22-S;S24-S;S26-S;S28-S;S30-S;S32-S;S34-S;AT2-M16-S;M18-S;M20-S;M22-S;M24-S;M26-S;M28-S;M30-S;AT2-C08-S;C09-S;C10-S;C11-S;C12-S;C13-S;C14-S;C16-S;C18-S;C20-S;C22-S;C24-S;C26-S;C28-S;C30-S;AI-0010-S;0012-S;0014-S;0016-S;0018-S;0020-S;0022-S;0024-S;0026-S;0028-S;0030-S	支	衛署醫器輸字第019496號	韶田	廠商建議取消健保給付,已有同類替代品,故同意取消給付。	107/10/01
7	CXE0201101BA	"巴德"操控式電極導管	"BARD" DYNAMIC XT STEERABLE ELECTRODE CATHETERS	201101:201102	EA	衛署醫器輸字第010154號	BSC	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	107/10/01
8	CXE0201103BA	"巴德"操控式電極導管	"BARD" DYNAMIC XT STEERABLE ELECTRODE CATHETERS	201103:4:10:12:15	EA	衛署醫器輸字第010154號	BSC	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	107/10/01
9	CXE022005NBA	"巴德"操控式電極導管	"BARD" DYNAMIC XT STEERABLE ELECTRODE CATHETERS	200769:770:898、201116	EA	衛署醫器輸字第010154號	BSC	廠牌代碼變更,變更特材代碼,故取消原特材代碼。	107/10/01
10	CGDW1HPW01CK	"曲克"路德朗優尼格親水性導線	"COOK" ROADRUNNER UNIGLIDE HYDROPHILIC WIRE GUIDE 0.018"~0.038" 150CM;180CM	HPW;HPWA-18;25;35;38-150;180	EA	衛署醫器輸字第023970號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35,詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
11	CGDW1HPW02CK	"曲克"路德朗優尼格親水性導線	"COOK"ROADRUNNER UNIGLIDE HYDROPHILIC WIRE GUIDE(STIFF SHAFT) 0.025"~0.038" 150CM;180CM	HPWS;HPWAS-25;35;38-150;180	EA	衛署醫器輸字第023970號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
12	CGDW1HPW03CK	"曲克"路德朗優尼格親水性導線	"COOK"ROADRUNNER UNIGLIDE HYDROPHILIC WIRE GUIDE 0.018"~0.038" 260CM	HPW;HPWA-18;25;35;38-260;HPWS;HPWAS-25;35;38-260	EA	衛署醫器輸字第023970號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
13	CMV01MFS11CK	"曲克"微導管組	"COOK"MICROFERRET-18 INFUSION CATHETER SET	MFS-110-12;20;25-1.0:3.0DR-HC-	SET	衛署醫器輸字第010253號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
14	CMV01MFS15CK	"曲克"微導管組	"COOK"MICROFERRET-18 INFUSION CATHETER SET	MFS-150-12;20;25-1.0:3.0DR-HC-	SET	衛署醫器輸字第010253號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
15	CGDW1PMG01CK	"曲克"加蓋軸心鎳鉻合金導線	"COOK"COPE NITINOL MANDRIL WIRE GUIDE	PMG-18;18SP-25;30;40; 50;60;80;100;125;145;180; 200-COPE-NT-ST(ST選配)	EA	衛署醫器輸字第018763號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
16	CKN0108000CK	"曲克"經皮導管組	"COOK"PERCUTANEOUS CATHETER	080006:080010	SET	衛署醫器輸字第018803號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
17	CKN0508240CK	"曲克"經皮導管組	"COOK"PERCUTANEOUS CATHETER	082408:082414;(98.4.1.註銷型號082408)	EA	衛署醫器輸字第018803號	曲克	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
18	FHPHF38153BK	"百多力"艾維亞三室型磁振造影植入式心律調節器	"BIOTRONIK"Evia HF-T ProMRI Implantable Cardiac Pacemakers incl. Accessories with a conditional intended use in a MRI environment	EVIA HF-T PROMRI 381534	EA	衛署醫器輸字第024494號	百多力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35,詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
19	FHPCLLS359BK	"百多力"保心護(四極)心內除顫器被動導線(包括附件)	"BIOTRONIK" Protego DF-1 ProMRI S DX Implantable Defibrillator Leads incl. Accessories with a conditional intended use in a MRI environment	359073:359075(自1050901刪除)變更產品型號Protego DF-1 TD65/16;Protego DF-1 TD65/18;Protego DF-1 TD75/18(自1050901生效)	條	衛署醫器輸字第024497號	百多力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
20	TSS01000051R	"羅氏"整合型血糖機組:羅氏整合型血糖試紙	ACCU-CHEK INTEGRA KIT:ACCU-CHEK INTEGRA TEST STRIPS	INTEGRA	片	衛署醫器輸字第018979號	羅氏	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
21	TSS01EN003FY	"愛科來"SIGMA血糖試紙(25片/盒,50片/盒)	"ARKRAY" GLUCOCARD SIGMA TEST STRIPS	GV1-4421-00;GV1-4451-00	片	衛署醫器輸字第024558號	生展生技	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
22	CGDW111011PB	"皮必思"握科導引線	"PBN" WORKER GUIDEWIRE	1101-18080;35040;35080	EA	衛署醫器輸字第010257號	春菴	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
23	CGDW111012PB	"皮必思"握科導引線	"PBN" WORKER GUIDEWIRE	1101-18;25;28;35;47-120;50;80	EA	衛署醫器輸字第010257號	春菴	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
24	CGDW111051PB	"皮必思"握科導引線	"PBN" WORKER GUIDEWIRE	1105-25080;35060;80;38080	EA	衛署醫器輸字第010257號	春菴	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
25	CGDW111052PB	"皮必思"握科導引線	"PBN" WORKER GUIDEWIRE	1105;06;07-25150;38150	EA	衛署醫器輸字第010257號	春菴	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
26	CGDW111053PB	"皮必思"握科導引線	"PBN" WORKER GUIDEWIRE	113735260;110535260;110535400	EA	衛署醫器輸字第010257號	春菴	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
27	CBP06ELUT1AB	"亞培"艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統※自付差額品項,超過部分由病患自付	"ABBOTT" XIENCE V EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	1009527-08;1009530-28;(型號:1009531-08;1009532-28;自98.10.01起生效)	SET	衛署醫器輸字第018975號	亞培	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35,詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
28	SAS03PCEEA2C	"柯惠"自動手術縫合器及縫合釘	"COVIDIEN" AUTO SUTURE EEA STAPLING INSTRUMENTS AND DISPOSABLE LOADING UNITS	111983;111985;111987;111989	EA	衛署醫器輸字第006822號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
29	SAU03102142C	"柯惠"自動手術縫合器及縫合釘	"COVIDIEN" AUTO SUTURE EEA STAPLING INSTRUMENTS AND DISPOSABLE LOADING UNITS	110214L;110238L;110276L	EA	衛署醫器輸字第006822號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
30	CGS01ATTANM4	"美敦力愛爾蘭"安坦左心室傳送系統	"MEDTRONIC IRELAND" ATTAIN LEFT-HEART DELIVERY SYSTEM	6216A;6218A	EA	衛署醫器輸字第010289號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
31	CMV04NEXUSV9	"恩提愛"雷瑟斯分離式閉塞捲	"MTI" NEXUS DETACHABLE COILS SYSTEM	X-3-4-T10-TC:X-18-29-T10-TC;X-4-10-T10-MD:X-10-30-T10-MD;X-2-1-T10-HSS:X-4-10-T10-HSS;X-5-15-T10-HSS:X-10-30-T10-HSS	EA	衛署醫器輸字第018758號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
32	CDD11790942C	"柯惠"V型刀片穿刺套管:內管x1+外管x1+固定式接頭x1	"COVIDIEN" VERSAPORT AUTO SUTURE PLUS V2/V2 BLADED TROCAR	179093;179094	SET	衛署醫器輸字第024833號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
33	CDD11790962C	"柯惠"V型刀片穿刺套管(內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN" VERSAPORT AUTO SUTURE PLUS V2/V2 BLADED TROCAR	179095P;179096P;(179097P自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第024833號	美敦力	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01
34	FHP01ADVMRSB	"波士頓科技"艾凡緹心臟節律器	"BOSTON SCIENTIFIC" ADVANTIO MRI PACEMAKER	J065	EA	衛署醫器輸字第024515號	波士頓	許可證逾期,故取消給付。	107/06/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共35項(項次1~項次35, 詳頁次2-1~2-6)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
35	FHP022A2ADSB	"波士頓科技"艾凡緹心臟節律器:雙腔※自付差額品項, 超過部分由病患自付	"BOSTON SCIENTIFIC" ADVANTIO MRI PACEMAKER(DDDR-MRI)	J066; J067	個	衛署醫器輸字第024515號	波士頓	許可證逾期, 故取消給付。	107/06/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、已達價量協議數量調整支付點數共14項(項次36~項次49,詳頁次2-7-2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
36	SAU08ETS45ET	"愛惜康"安德派思切割縫合器	"ETHICON" ENDOPATH ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER RELOADING UNIT	6CB45;6SB45;6TB45;ATB35;ATB45;ATG45;ATS45;ATS45NK;ATW35;ATW45;CTS45;CTS45NK;ET45B;ET45G;ETS45;EZ45B;EZ45G;LONG45A;LTS60A;NAB45;NAG45;NAW45;NK45B;NK45G;NSB45;NSG45;NSW45;SCB45;SCG45;TSB35;TSG45;TSW35;TSW45	支	衛署醫器輸字第006934號	壯生	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
37	SAU08EEC45ET	"愛惜康"愛喜龍45安德派思縫合器	"ETHICON" ECHELON 45 ENDOPATH ENDOSCOPIC LINEAR CUTTERS AND RELOADS	EC45;SC45;ECLG45	支	衛署醫器輸字第019742號	壯生	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
38	SAU08EEC60ET	"愛惜康"愛喜龍安德派思縫合器(60)	"ETHICON" ECHELON 60 ENDOPATH STAPLER	EC60;LONG60;SC60	支	衛署醫器輸字第016737號	壯生	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、已達價量協議數量調整支付點數共14項(項次36~項次49, 詳頁次2-7~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
39	SAU08ECFLEET	"愛惜康"愛喜龍弗雷斯安德派思可彎式縫合器	"ETHICON" ECHelon Flex Endopath Stapler Articulating Endoscopic Linear	EC45A; EC45AL; SC45A; EC60A; SC60A; LONG60A	支	衛署醫器輸字第020468號	壯生	10,000	9,000	依價量協議約定, 全年使用量達27,501支(含)以上, 則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支, 故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
40	SAU08MLCFNJ8	"南京邁迪欣" 一次性使用旋轉切割吻合器	"NANJING MAIDIXIN" DISPOSABLE LINEAR CUTTER FOR ENDOSCOPE USE	MLCF-Sb; MLCF-Mb; MLCF-Lb	支	衛署醫器陸輸字第000309號	鴻泰	10,000	9,000	依價量協議約定, 全年使用量達27,501支(含)以上, 則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支, 故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
41	SAU08030812C	"柯惠" 內視鏡GIA自動手術縫合器及縫合釘-縫合器	"COVIDIEN" AUTO SUTURE MULTIFIRE ENDO GIA DISPOSABLE SURGICAL STAPLER AND DISPOSABLE LOADING UNITS-STAPLER	030811; 030813	支	衛署醫器輸字第006920號	美敦力	10,000	9,000	依價量協議約定, 全年使用量達27,501支(含)以上, 則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支, 故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、已達價量協議數量調整支付點數共14項(項次36~項次49,詳頁次2-7~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
42	SAU08030442C	“柯惠” GIA 內視鏡自動手術縫合器	“COVIDIEN” AUTO SUTURE MULTIFIRE GIA DISPOSABLE SURGICAL STAPLER	030449;030403	支	衛署醫器輸字第006799號	美敦力	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
43	SAU08UN1XL2C	“柯惠”內視鏡自動手術縫合器	"COVIDIEN" AUTO SUTURE ENDO GIA UNIVERSAL EXTRALONG SINGLE USE INSTRUMENT	EGIAUNIVXL	支	衛署醫器輸字第018805號	美敦力	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
44	SAU08ULTRA2C	“柯惠”內視鏡自動手術縫合槍及縫合釘-縫合槍	"COVIDIEN" ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL, UNIVERSAL SHORT, AND UNIVERSAL XL SINGLE USE STAPLERS	EGIAUSTND;EGIAUXL;EGIAUSHORT	支	衛署醫器輸字第022861號	美敦力	10,000	9,000	依價量協議約定,全年使用量達27,501支(含)以上,則依支付點數調整為9,000點。查106年申報量已達36,540支,故由原支付點數10,000點調整為9,000點。	A101-5	107/07/01
45	CMB0190184Q0	“康絲翠”崔弗普威取回器	"Concentric" Trevo ProVue Retriever	REF90184(90182;90183;90185;90186自1060101生效)	組	衛部醫器輸字第027275號	美敦力	127,433	122,698	依價量協議約定,全年使用量如達361組,則支付點數調整為122,698查106年申報量已達487組,故由原支付點數127,433點調整為122,698點。	I203-12	107/07/01

報告案第2案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、已達價量協議數量調整支付點數共14項(項次36~項次49,詳頁次2-7~2-10)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
46	CMB01ATD079G	"艾康蒂"艾貝歐血栓切除裝置	"Acandis" Aperio Thrombectomy Device	01-000700; 01-000701; 01-000702; 01-000703	組	衛部醫器輸字第029381號	美敦力	127,433	122,698	依價量協議約定,全年使用量如達361組,則支付點數調整為122,698查106年申報量已達487組,故由原支付點數127,433點調整為122,698點。	1203-12	107/07/01
47	CMB01FRSDRV9	恩提愛舒麗特爾顱內血管重建裝置	"MTI" Solitaire FR Revascularization Device	SRD-4-15; SRD-4-20; SRD-6-20; SRD-6-30	組	衛署醫器輸字第024496號	美敦力	127,433	122,698	依價量協議約定,全年使用量如達361組,則支付點數調整為122,698查106年申報量已達487組,故由原支付點數127,433點調整為122,698點。	1203-12	107/07/01
48	CMB01RSE222E	麥克思自展式血栓切除裝置	"Micrus" Revive Self Expanding Thrombectomy Device	FRS214522-99	組	衛部醫器輸字第026370號	美敦力	127,433	122,698	依價量協議約定,全年使用量如達361組,則支付點數調整為122,698查106年申報量已達487組,故由原支付點數127,433點調整為122,698點。	1203-12	107/07/01
49	CMB01S2SRDV9	"恩提愛"舒麗特爾二代顱內血管重建裝置	"MTI" Solitaire 2 Revascularization Device	(SRD2-4-15;20;40)(SRD2-6-20;30)	組	衛部醫器輸字第028503號	美敦力	127,433	122,698	依價量協議約定,全年使用量如達361組,則支付點數調整為122,698查106年申報量已達487組,故由原支付點數127,433點調整為122,698點。	1203-12	107/07/01

報告案 3

107 年起收載新功能類別特材申報情形報告案。

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	新功能特材 中文品名	生效 日期	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估					新功能特材 生效日起 申報情形 (截至10703)		被替代品項 申報情形 (截至10703)						實際淨 增加點 數 O=H-N (千點)	
					被替代品項 核價類別	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特 材年使用量 E=B*C*成長率 (註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財 務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I (自新特 材生效 ~10703)	申報使 用量 J (去年同 期 ~10603)	較去年同期減 少使用量 K=I-J (正值代表未 減少)	申報 點數 L (自新特 材生效 ~10703) (千點)	申報 點數 M (去年同 期 ~10603) (千點)		較去年同 期減少點 數 N=L-M (千點)
1	"曲克"拜爾迪 賽橫隔膜疝氣 支撐物	107/1/1	個	17,016	無被替代品項			50		851	1	18	無被替代品項						18
【計算說明】 專家建議以橫 膈膜疝氣修補 術(88008B)申 報量及成長率 計算																			
2	"戈爾"威爾棒 周邊血管支架- 含生物表面肝 素塗層 (L:2.5;5.0cm)			71,725	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長 25:99mm)	30%	1,904	1,253	62,370	11,722	10	725	430	373	未減少	26,876	23,298	未減少	725
3	"戈爾"威爾棒 周邊血管支架- 含生物表面肝 素塗層 (L:10cm)	107/2/1	組	79,852	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長 100:149mm)	30%	1,249	822	76,050	3,125	10	799	270	230	未減少	20,564	17,530	未減少	799
4	"戈爾"威爾棒 周邊血管支架- 含生物表面肝 素塗層 (L:15cm)			100,980	周邊動脈血管支 架及傳輸裝置(自 膨式支架含人工血 管, 支架長150mm 以上)	30%	631	414	91,800	3,801	14	1,414	120	116	未減少	11,034	10,667	未減少	1,414

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

				新功能特材 財務推估						新功能特材 生效日起 申報情形 (截至10703)		被替代品項 申報情形 (截至10703)						實際淨 增加點 數		
項次	新功能特材 中文品名	生效 日期	單位	新功能特材 支付點數 A	被替代品項 核價類別	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特 材年使用量 E=B*C*成長率 (註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財 務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I (自新特 材生效 ~10703)	申報使 用量 J (去年同 期 ~10603)	較去年同期減 少使用量 K=I-J (正值代表未 減少)	申報 點數 L (自新特 材生效 ~10703) (千點)	申報 點數 M (去年同 期 ~10603) (千點)	較去年同 期減少點 數 N=L-M (千點)	O=H-N (千點)	
5	愛治喘吸藥輔助器	107/2/1	個	700	無被替代品項			4,621		3,235	116	85	無被替代品項						85	
					【計算說明】 專家建議以震動式高頻呼吸器治療(57029C)、人工呼吸器噴霧吸入治療一天(57024B)之申報量及成長率計算															
6	"瑛美蒂"可吞式腸胃道膠囊攝影系統										8	252	無被替代品項						252	
7	"奧林柏斯"膠囊內視鏡系統及其附件-膠囊內視鏡	107/3/1	個	31,526	無被替代品項			304	9,584	7	221	221								
8	紀凡可吞式膠囊型腸胃道內視鏡攝影系統-內視鏡膠囊									7	158	158								
					【計算說明】 選以膠囊內視鏡術(33142B)使用量及成長率計算															

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

報告案第3案 107年起收載新功能特材申報情形報告案

項次	新功能特材 中文品名	生效 日期	單位	新功能特材 支付點數 A	新功能特材 財務推估					新功能特材 生效日起 申報情形 (截至10703)		被替代品項 申報情形 (截至10703)						實際淨 增加點 數		
					被替代品項 核價類別	年替 代率 B	被替代品項 前1年使用 量 C	預估新功能特 材年使用量 E=B*C*成長率 (註3)	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財 務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使 用量 G	申報點 數 H (千點)	申報使 用量 I	申報使 用量 J	較去年同期減 少使用量 K=I-J	申報 點數 L	申報 點數 M	較去年同 期減少點 數 N=L-M (千點)	O=H-N (千點)	
9	史耐輝泰勒外 固定架(基本組 件:WIRE*2;RING*2;STRUTX*6; PIN*2-3)	107/4/1	組	272,170	無被替代品項			15		4,083			無被替代品項							
					【計算說明】 以小兒骨科醫 學會推估3年後 使用量計算															
總計										36,400		3,671		未減少						3,671

註1：資料來源：三代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(107.5.1擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

註3：預估新功能特材年使用量，係以該品項提案推估納入健保給付後第3年使用量*成長率計算。

報告案 4

有關「善醫生技股份有限公司」建議將用於灌洗與引流感染傷口或關節腔炎之特材「"善醫" 導入/引流導管及其附件(滅菌)」納入健保給付案。

用於灌洗與引流感染傷口 或關節腔炎之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要

案由：有關「善醫生科技股份有限公司」建議將用於灌洗與引流感染傷口或關節腔炎之特材「"善醫"導入/引流導管及其附件(滅菌)」納入健保給付案。

依據：按106年7月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材適用於感染性傷口、關節腔炎等之清創與引流，為單管雙腔式設計，可同時引流組織液、膿液及持續性灌洗。
- 臨床上關節感染膿瘍之治療，以清創及引流為標準治療處置，但引流並同時持續性灌注是否具有臨床效果，仍具有爭議，目前非為常規處置模式。本案特材無充分實證文獻資料足以證明療效優於傳統治療方式，另健保支付真空傷口引流組，已足數臨床使用，且該產品價格昂貴，故建議暫不納入健保支付。


建議：暫不納入健保支付。

治療方式簡介

□持續閉合灌洗

(Continuous closed irrigation)

發炎症感染性傷口於清創手術後，除引流血水、膿液，避免壓迫及刺激周圍器官之外，對於感染患部進行「一進一出」沖洗生理食鹽水，以降低患部細菌濃度、保護周邊組織同時持續引流壞死組織，預防感染並促進傷口癒合。



圖片出處：The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. 71(2):454-459, AUG 2011

3


本案特材簡介

□“善醫”導入/引流導管及其附件(滅菌)

本特材為一體式傷口灌洗引流系統，導管內有雙腔及多向循環設計，沖洗管與引流管兩管合一，可同時持續引流及沖洗。

組件：輸液延長管、梭形接頭及引流管本體。

材質：醫療級矽膠及聚氯乙烯(PVC)。



圖片出處：本案特材仿單

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“善醫”導入/引流導管及其附件(滅菌)	8,600元	數量	3,176組	3,970組	4,963組	6,203組	7,754組
		特材費用	2,731萬元	3,414萬元	4,268萬元	5,335萬元	6,668萬元

5

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
64053B	急性化膿性關節炎切開術-肩關節、肘關節、腕關節、膝關節、踝關節	Arthrotomy for acute septic joint - shoulder, elbow, wrist, knee or ankle	6,373
64244B	關節鏡手術-關節鏡下關節面磨平成形成術，打洞，游離體或骨軟骨碎片取出手術	Arthroscopic surgery- Arthroscopic shaving or abrasion arthroplasty, drilling or pinning or removal of loose body or osteochondral fragment	8,000
48006C	深部複雜創傷處理-傷口長 10 公分以上者	Debridement- >10cm	3,993

6

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“善醫”導入/引流導管及其附件(滅菌)	查無資料				1	8,600	8,600	8,600

註：本案特材查無國際價格。

7

特材基本資料

特材名稱	“善醫”導入/引流導管及其附件(滅菌) “ShineIN” Introduction/drainage catheter and accessories (Sterile)		
許可證字號	衛部醫器製壹字第005641號	發證日期	104/04/14
廠商名稱	善醫生科技股份有限公司		
製造廠名稱	康健生醫科技股份有限公司	製造國別	臺灣
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	外科。		
規格	直徑：6m, 3~9mm；長度：250mm, 200~400mm。		
材質	醫療級矽膠，PVC。		
適應症	適用於發炎感染性傷口清瘡與引流，關節腔清瘡與引流，密閉腔體沖洗與引流。		
廠商建議價	8,600元/組		

8

106 年 7 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：106 年 7 月 27 日(星期四)上午 9 時)

(七)案由：有關「善醫生科技股份有限公司」建議將用於灌洗與引流感染傷口或關節腔炎之特材「"善醫" 導入/引流導管及其附件(滅菌)」納入健保給付案。

結論：

1. 本案特材為醫療級矽膠及聚氯乙烯(PVC)材質，適用於感染性傷口、關節腔炎等之清創與引流，為單管雙腔式設計，可同時引流組織液、膿液及持續性灌洗。
2. 臨床上關節感染膿瘍之治療，以清創及引流為標準治療處置，但引流並同時持續性灌注是否具有臨床效果，仍具有爭議，目前非為常規處置模式。本案特材無充分實證文獻資料足以證明療效優於傳統治療方式，另健保給付真空傷口引流組，已足敷臨床使用，且該產品價格昂貴，故建議暫不納入健保給付。

報告案 5

有關「達勝有限公司」建議將用於內視鏡經肛門通路之特材「“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」納入健保給付案。

用於內視鏡經肛門通路之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第32次(107年5月)會議

107年05月24日

提案摘要(1)

案由：有關「達勝有限公司」建議將用於內視鏡經肛門通路之特材「"安培"焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」納入健保給付案。

依據：按106年7月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材適用於手術過程中提供器械或攝影機經肛門進入而進行診斷和治療程序的額外工具，以提供穩定的肛門內視鏡手術平台。惟經肛門直腸切除手術並非一定要使用此平台，且對於直腸息肉如良性腫瘤及早期惡性腫瘤，以目前經直腸切除術、經肛門內視鏡顯微手術等，可達到相當好的治療效果，且產生的併發症低(<5%)，另骨盆狹窄或肥胖之病人亦可達到良好治療效果。

提案摘要(2)

說明：

- 考量本案特材無充分臨床實證文獻資料，足以證明可提高手術效果或減少併發症，另尚有其他手術治療方式足供臨床所需，且產品價格昂貴，不符經濟效益，故建議暫不納入健保給付。

建議：暫不納入健保支付。


3

治療方式簡介

□經肛門內視鏡手術

📖 內視鏡手術廣泛用於消化道病灶檢驗及治療，其手術途徑亦可利用人體的「天然孔」，如：尿道、陰道、肚臍、肛門...等進行手術；經肛門內視鏡手術，主要是用於「中、低位直腸腫瘤」的手術切除。

📖 經肛門內視鏡手術的執行需要額外準備一個特殊的通路裝置，在手術過程中將肛門穩定撐開以執行手術，同時亦能保護肛門不受器械進出的重覆傷害，使手術順利進行。



圖片出處：<https://commons.wikimedia.org>


4

本案特材簡介

□“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置

📖 本案特材用於自然孔道手術過程中提供器械或攝影機更有效的經肛門進入而進行診斷和治療程序所使用的額外工具，利於進行精細病灶處處理及切除。

📖 組件：Gelseal環*1、導入器*1、10mm套管*4、穿刺針*1及進出通道*1。



圖片出處：<https://www.appliedmedical.com> 5

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置	60,000元	數量	200組	400組	600組	800組	1,000組
		特材費用	1,200萬元	2,400萬元	3,600萬元	4,800萬元	6,000萬元

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
74205B	根治性直腸切除術(含 骨盆腔淋巴腺切除術)	Radical proctectomy with pelvic lymph node dissection	30,444
74213B	復原性直腸切除以及直 腸、肛門吻合術	Restorative proctectomy with colo-anal anastomosis	37,510

7

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 106.07-09	當地價格	“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置
幣別		外幣	台幣
美國	31.22	--	--
日本	0.29	--	--
韓國	0.03	328,250	9,848
澳洲	23.55	--	--
中位數			9,848
國際最低價			9,848
廠商建議價			60,000

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置	4	33,350	34,100	31,700	30	45,000	44,749	36,225

9

特材基本資料

特材名稱	“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置 “Applied” GelPoint Path Transanal Access Platform		
許可證字號	衛署醫器輸字第024762號	發證日期	102/03/05
廠商名稱	達勝有限公司		
製造廠名稱	Applied medical resources corporation	製造國別	美國
特材大類碼	工具類(T)	特材小類碼	--
使用科別	一般外科、大腸直腸科。		
規格	4*5.5cm。		
材質	醫用PE。		
適應症	適用於自然孔道手術過程中提供器械或攝影機更有效的經肛門進入而進行診斷和治療程序所使用的額外工具。		
廠商建議價	60,000元/組		

106 年 7 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：106 年 7 月 27 日(星期四)上午 9 時)

(九)案由：有關「達勝有限公司」建議將用於內視鏡經肛門通路之特材「“安培”焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」納入健保給付案。

結論：

1. 本案特材適用於手術過程中提供器械或攝影機經肛門進入而進行診斷和治療程序的額外工具，以提供穩定的肛門內視鏡手術平台，讓內視鏡器械較為平穩不易晃動。惟經肛門直腸切除手術(Transanal Total Mesorectal Excision, TATME)並非一定要使用此平台方能完成，且對於直腸息肉，如良性腫瘤、第 0 期(Tis)及第一期(T1)等早期惡性腫瘤做局部切除手術，以目前經直腸切除術(Transrectal Excision, TRE)、經肛門內視鏡顯微手術(Transanal Endoscopic Microsurgery, TEM)等，即可達到相當好的預期治療效果，且產生的併發症亦相當低(<5%)，即使在骨盆狹窄或肥胖之病人亦可達到良好治療效果。
2. 考量本案特材無充分臨床實證文獻資料，足以證明可提高手術效果或減少併發症，另尚有其他手術治療方式足供臨床所需，且產品價格昂貴，不符經濟效益，故建議暫不納入健保給付。

報告案 6

有關「埃默高有限公司」建議用於骶髂人工關節融合之特材「"賽本"骨螺釘植入物」納入健保給付案。

用於骯髌人工關節融合之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第32次(107年5月)會議

107年05月24日

提案摘要

案由：有關「埃默高有限公司」建議用於骯髌人工關節融合之特材「“賽本”骨螺釘植入物」納入健保給付案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材為空心三角柱狀之鈦製棒，用於骯髌人工關節融合，因骯髌關節屬固定不動之關節，手術時使用健保支付之「中空螺釘」融合即可固定；另臨床對於骯髌關節炎的診斷或骯髌融合之利弊等，尚未有共識及證據佐證。
- 建議書提及若臨床使用此特材，每一位病人約須使用3支，1支市價10萬元，一次療程約30萬元，考量臨床尚有健保支付品項具相同療效，且本特材價格昂貴，不具成本效益，故建議不納入健保給付。

建議：暫不納入健保給付。


治療方式簡介

□ 骶髂人工關節融合 (SI Joint Fusion)

❏ 骶髂關節是人體中最大的中軸關節，被大群韌帶的結構覆蓋著，把骶骨與髌骨連接在一起，韌帶群是關節的靜態穩定器。包括臀大肌、梨狀肌及股二頭肌形成一組肌肉網絡，支撐骶髂關節，以穩定骨盆骨骼。

❏ 骶髂關節融合術主要用於關節不穩定、骨折或末期退化。

❏ 融合術會在X光導引與定位導航下經皮下完成。



圖片出處：
<http://www.drkushwaha.com/procedures/si-joint-fusion/>

3


本案特材簡介

□ “賽本”骨螺釘植入物


❏ 本品特材特色為空心三角柱狀 (Ti6AL4V ELI, ASTM F136) 鈦製棒。植體塗層植體塗層和形狀的設計以防止旋轉骶髂關節活動為目標。

Simmetry™
Sacrospinous Ligament Fusion System

- Safe and Reproducible Access
- Standard of Care Fusion Principles
- True Arthrodesis of the Sacrospinous Joint
- Minimally Invasive Technique



Zyga Technology, Inc.



SI-BONE | iFuse Implant System.

圖片出處：
http://www.asiamedicalspecialists.hk/tc/health-information/details.php?article_id=18

4

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“賽本”骨螺釘植入物	100,000元	數量	150組	300組	900組	1,350組	1,650組
		特材費用	1,500萬元	3,000萬元	9,000萬元	1.35億元	1.65億元

5

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
64160B	脊椎骨折開放性復位術	Open reduction for fracture of spine	13,190
64161B	骨盆骨折開放性復位術	Open reduction for fracture of pelvis	10,560
64280B	重行脊椎後融合術-有固定物	Revisional posterior spinal fusion with instrumentation	21,496
83046B	脊椎融合術—後融合 2.有固定物(1)≤六節	Spinal fusion-posterior spinal fusion with spinal instrumentation≤6 motion segments	19,406

6

國際價格

匯率 107.01-03		新特材	
		“賽本”骨螺釘植入物	
國別	幣別	外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.34	2,000	46,680
中位數			46,680
國際最低價			46,680
廠商建議價			100,000

7

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“賽本”骨螺釘植入物	0	均無採購			6	160,250	157,417	138,000

特材基本資料

特材名稱	“賽本”骨螺釘植入物 “SI-BONE” iFuse Implant		
許可證字號	衛部醫器輸字第028164 號	發證日期	105/05/05
廠商名稱	埃默高有限公司		
製造廠名稱	SI-BONE, INC.	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類 (F)	特材小類碼	骨科類 (B)
使用科別	骨科。		
規格	Diameter(mm): 4.0, 7.0 ; Implant Length(mm): 30-70		
材質	鈦合金(具TPS塗層)		
適應症	本產品 適用於因骯髌關節損壞或是退化性骯髌關節炎等因素造成下背疼痛的患者 融合患者的骯髌關節。		
廠商建議價	100,000/支		

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(一)案由：有關「埃默高有限公司」建議用於骶髂人工關節融合之特材「"賽本"骨螺釘植入物」納入健保給付案。

說明：

1. 本案特材為空心三角柱狀之鈦製棒，用於骶髂人工關節融合之植入物，因骶髂關節屬固定不動之關節，手術時使用健保支付之「中空螺釘」融合，即可達到固定之療效。
2. 相對應之相關診療項目為「脊椎融合術-後融合有固定物(編號:83046B)」。
3. 臨床對於骶髂關節炎的診斷或骶髂融合之利弊等，尚未有共識及證據佐證。
4. 建議書提及若臨床使用此特材，每一病人約須使用 3 支，1 支市價 10 萬元，一次療程約 30 萬元。

結論：屬功能改善特材，考量臨床尚有健保支付之「中空螺釘」即可達到固定骶髂人工關節融合之療效，且本特材價格昂貴，不具成本效益，故建議不納入健保給付。

報告案 7

有關「中訊企業有限公司」建議將治療主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全之特材「"索倫"派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)」納入自付差額品項案。

用於治療主動脈瓣膜狹窄、鈣化、 或閉鎖不全之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要

案由：有關「中訊企業有限公司」建議將治療主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全之特材「"索倫"派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)」納入自付差額品項案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：


- 本案特材為牛心包膜製成的組織部件(生物組織瓣膜)，與健保自付差額類別-「耐久性生物組織心臟瓣膜」(牛心瓣膜)為相同材質，另具有自動擴張型鎳鈦合金支架，可經由胸骨切開或微開胸手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。
- 無須縫線即能支撐及固定瓣膜，故可縮短手術及麻醉時間，並降低手術風險。

建議：屬功能改善特材，建議比照健保自付差額功能類別「耐久性生物組織心臟瓣膜」納入健保自付差額產品。


疾病簡介

□主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全

主動脈瓣介於左心室和主動脈之間，控制著血液的供應，當主動脈瓣狹窄或鈣化時，收縮期左心室其阻力增加，使得左心室收縮力增強以提高跨瓣壓力階差，而維持正常的心排血量，久而久之，即造成左心室肥厚，開始時可能沒有症狀或只有輕微的症狀，嚴重時，可出現活動後氣急，昏厥甚至突然死亡



正常瓣膜關閉




正常瓣膜開啟



瓣膜閉鎖不全



瓣膜狹窄



3

治療方式簡介

□瓣膜性心臟病之治療


藥物治療：瓣膜一但損壞即無法靠藥物治癒，但藥物可減輕症狀降低心臟惡化程度，損壞程度嚴重時仍需施行外科手術，才可避免心臟衰竭。

手術治療：瓣膜性心臟病主要以瓣膜置換或瓣膜修補等手術方式；瓣膜置換是將病變的瓣膜剪下，換上新的人工瓣膜；瓣膜修補是指將病變的瓣膜保留，以瓣膜環對有問題的瓣膜結構加以修補。


本案特材簡介(1)

□“索倫”派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)

📖 本品特材適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜，其特性是在植入部位使用免縫線的置放和固定；為一牛心包膜製成的組織部件，利用氣球來擴張植入後瓣膜，將自動擴張型鎳鈦合金支架撐開與主動脈環固定，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。



圖片出處：<https://www.medgadget.com>



圖片出處：<http://nursingrib.com/>

5

本案特材簡介(2)

□本案特材與健保已支付特材之比較

比較項目	本案特材	健保已支付特材	
	“索倫”派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)	生物組織心臟瓣膜	耐久性生物組織心臟瓣膜(自付差額)
		支付點數： 43,613點	給付上限： 43,613點
材質規格	包含一牛心包膜製成的組織部件、自動擴張型鎳鈦合金支架及附件套組，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。	由豬心包膜所組成的三葉型瓣膜。	由牛心包膜所組成的三葉型瓣膜。
手術方式	微開胸手術或傳統開心手術。無需縫線，降低手術風險。	傳統開心手術，需縫合，較有風險。	

6

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫”派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜	400,000 元	數量	20組	40組	60組	90組	120組
		特材費用	800 萬元	1600萬元	2400萬元	3600萬元	4800萬元

7

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
68016B	主動脈瓣或二尖瓣或三尖瓣之置換手術	Single valve replacement	52,377

8

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.01-03	當地價格	“索倫”派西弗無縫線 主動脈心臟瓣膜
幣別		外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.34	9,540	222,663
中位數			222,663
國際最低價			222,663
廠商建議價			400,000

9

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“索倫”派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜	2	290,000	290,000	280,000	15	400,000	371,647	308,000

建議支付點數

□採計方式

📖 建議比照健保既有給付特材類別，「人工心臟瓣膜/生物組織(STENT)/主動脈瓣，僧帽瓣/抗鈣化」之支付點數43,613點為給付上限，並另列自付差額功能類別為「無縫線生物組織心臟瓣膜(整組)-自付差額」。

11

財務預估

品名	暫予支付點數 (支付上限)	財務評估
“索倫” 派西弗無 縫線主動 脈心臟瓣 膜	43,613點	本案與自付差額之「生物組織心臟瓣膜」同為牛心包膜材質，故列入自付差額品項，並以既有功能「人工心臟瓣膜/生物組織」之支付點數為支付上限，原則上不會增加醫療支出。

註：

1. 自付差額「生物組織心臟瓣膜-牛(豬)心包膜」106年申報量為1,078組。
2. 查本品106年自費申報量為27組，惟本案為自付差額品項，預估納入健保後，不會增加健保財務支出。

12

特材基本資料

特材名稱	“索倫”派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜 “Sorin” Perceval S Sutureless Aortic Valve		
許可證字號	衛部醫器輸字第027990號	發證日期	105/03/22
廠商名稱	中訊企業有限公司		
製造廠名稱	Sorin Group Italia S.R.L.	製造國別	義大利
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟血管類(H)
使用科別	心臟血管外科。		
規格	S;M;L;XL。		
材質	Bovine Pericardial Tissue, Nitinol, PET。		
適應症	適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。瓣膜適用於經醫師診斷出有主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全的成人患者。		
廠商建議價	400,000元/組		

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(三)案由：有關「中訊企業有限公司」建議將治療主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全之特材「"索倫"派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜(整組)」納入自付差額品項類別案。

說明：

1. 本案特材為牛心包膜製成的組織部件(生物組織瓣膜)，與健保自付差額類別-「耐久性生物組織心臟瓣膜」(牛心瓣膜)為相同材質。
2. 具有自動擴張型鎳鈦合金支架，可經由胸骨切開或微開胸手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜，無須縫線即能支撐及固定瓣膜，故可縮短手術及麻醉時間，並降低手術風險。

結論：

1. 屬功能改善特材，為整組特材(含瓣膜及單次使用瓣膜植入輔助附件)，可縮短手術及麻醉時間，並降低手術風險，故建議納入自付差額特材品項。
2. 建議支付方式：比照健保既有給付特材類別「人工心臟瓣膜/生物組織(STENT)/主動脈瓣，僧帽瓣/抗鈣化」之支付點數 43,613 點為給付上限，並另列自付差額功能類別為「耐久性生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線」。

報告案 8

有關「“西美-杜密特”骨金屬髖關節墊片(鈦金屬)」
訂定給付規定案。

報告事項

第 8 案

案由：有關「“西美-杜密特”骨金屬髌關節墊片(鈦金屬)」訂定給付規定案。

說明：

一、依 107 年 1 月份本會議之會議決議(詳附件 1)辦理。

(一)本案特材屬創新功能特材，係骨金屬(鈦金屬)髌關節墊片，用於分節性髌白缺陷，取代人工代用骨或異體植骨。對於缺損較大者，臨床上有其必要性，目前健保未收載類似品項，故同意納入健保給付。

(二)核價方式：採公立醫院採購決標價之中位數 39,000 點，除以收載時最近四季(105 年第 2 季至 106 年第 1 季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(0.8818)，以每個 44,227 點暫予支付。(39,000 / 0.8818 = 44,227)。

(三)為避免本案特材納入健保後有濫用之虞，請健保署洽相關醫學會訂定給付規定提送本會議討論後併同公告實施。

二、本署於 107 年 2 月 7 日函請中華民國骨科醫學會提供相關給付規定(詳附件 2)意見如下：

(一)適用於本案特材之相關診療/手術項目：

1. 人工全髌關節再置換(64201B)
2. 部份關節置換術併整型術(64170B)
3. 人工半髌關節再置換術(64258B)
4. 全股關節置換術(64162B)且具下列診斷之一：

(1)髌白骨腫瘤所致骨骼缺損(包含良性、原發惡性或骨骼轉移)。

(2)先前接受髌關節切除手術 Resection arthroplasty(例如:Septic arthritis)。

(3)創傷性骨缺損 Traumatic bone loss。

(二)其髌臼缺損嚴重程度必須達到Paprosky分類的typeIIIA或IIIB
或者是Gross分類的typeIII，IV或V。

(三)需通過術前審查

1. 送審必須檢附患側髌關節X光片(AP+lateral view, Judet view),
必要時可檢附CT或MRI of pelvis或相關資料足以佐證其骨骼
缺損程度符合前述適應症。

2. 同次同側手術使用本案品項核付之數量，以1個為限。

三、給付規定修正對照表草擬如下：

修正後給付規定	原給付規定
D106-4鉮金屬髌臼缺損填塞物： 1. 限用於診療項目 64201B、64170B、64258B 2. 或「全股關節置換術(64162B)」且具下列診斷 之一： (1)髌臼骨腫瘤所致骨骼缺損(包含良性、原發 惡性或骨骼轉移)。 (2)先前接受髌關節切除手術 Resection arthroplasty(例如:Septic arthritis)。 (3)創傷性骨缺損 Traumatic bone loss。 3. 髌臼缺損嚴重程度達 Paprosky 分類的 typeIIIA 或 IIIB 或者是 Gross 分類的 typeIII，IV 或 V。 4. 需事前審查，須檢附患側髌關節 X 光片 (AP+lateral view, Judet view)，必要時可 檢附 CT 或 MRI of pelvis 或相關資料足以佐 證其骨骼缺損程度符合前述適應症。 5. 同次同側手術限使用 1 個。	(無)

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材
部分第 30 次（107 年 1 月）會議紀錄
（時間：107 年 1 月 18 日（星期四）上午 9 時 30 分）

第 2 案：有關「台灣捷邁醫療器材股份有限公司」建議將用於處理嚴重髌臼缺陷時，取代人工代用骨或異體移植骨特材「“西美-杜密特”骨金屬髌關節墊片（鈦金屬）」納入健保給付再提會案。

決定：

- （一）本案特材屬創新功能特材，係骨金屬（鈦金屬）髌關節墊片，用於分節性髌臼缺陷，取代人工代用骨或異體植骨。對於缺損較大者，臨床上有其必要性，目前健保未收載類似品項，故同意納入健保給付。
- （二）核價方式：採公立醫院採購決標價之中位數 39,000 點，除以收載時最近四季（105 年第 2 季至 106 年第 1 季）結算之醫院總額部門浮動點值之平均值（0.8818），以每個 44,227 點暫予支付。 $(39,000 / 0.8818 = 44,227)$ 。
- （三）為避免本案特材納入健保後有濫用之虞，請健保署洽相關醫學會訂定給付規定提送本會議討論後併同公告實施。



中華民國骨科醫學會 Taiwan Orthopaedic Association

台北市 105 南京東路 5 段 31 號 3 樓 3F, NO. 31, Sec. 5, Nanking E. Road, Taipei, Taiwan 105, R.O.C
Tel: (02) 2764-9377 Fax: (02) 2766-7999 E-mail: orthtw@ms62.hinet.net

中華民國骨科醫學會 (函)

發文日期：中華民國 107 年 04 月 09 日

發文字號：(107)骨醫和字第 032 號

速 別：速件

受文者：衛生福利部中央健康保險署

主 旨：覆 貴署衛保審字第 1070034905 號來函。

說 明：

- 一、 鈦金屬髖關節墊片(Trabecular Metal Acetabular Augment)因其特殊材質及設計，對於人工髖關節翻修時常常面臨大量骨骼缺損的問題，可以提供類似結構性異體骨(strut allograft)的功能，達到填補缺損，加強置入的人工關節穩定性的功能。尤其對於分節性髖臼骨缺損(Segmental bone loss)等困難翻修的個案，提供手術醫師重建其缺損的選擇之一。
- 二、 然而因其價格昂貴為避免濫用，本學會對於該品項的使用規範建議如下：
 - (一)適用本案特材之相關診療/手術項目
 1. Revision THR 64201B
 2. Partial revision 64170B
 3. Revision of Bipolar prosthesis 64258B
 4. Total Hip replacement 64162B 且具下列診斷之一：
 - (1)髖臼骨腫瘤所致骨骼缺損(包含良性、原發惡性或骨骼轉移)
 - (2)先前接受髖關節切除手術 Resection arthroplasty(例如: Septic arthritis)
 - (3)創傷性骨缺損 Traumatic bone loss
 - (二)其髖臼缺損嚴重程度必須達到 Paprosky 分類的 type IIIA 或 IIIB 或者是 Gross 分類的 type III, IV 或 V。
 - (三)需通過術前審查
 1. 送審必須檢附患側髖關節 X 光片(AP + lateral view, Judet view)，必要時可檢附 CT 或 MRI of pelvis 或相關資料足以佐證其骨骼缺損嚴重程度符合前述適應症。
 2. 同次同側手術使用案內品項核付之數量，以一個為限。

總收文 107 年 4 月 12 日收到

健保審字

中央健康保險署
署 1070054299

理事長

陳英和

討論案 1

有關「英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司」建議將用於顯微外科手術動靜脈吻合之特材「“司諾維思”微血管吻合系統-套環“Synovis” GEM Microvascular Anastomotic COUPLER System-COUPLER」納入健保給付案。

用於顯微手術動靜脈吻合之 微血管吻合系統-套環 (給付規定經專家諮詢會議研議後再提會)

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年5月24日

提案摘要(1)

案由：有關「英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司」建議將用於顯微外科手術動靜脈吻合之特材「司諾維思」微血管吻合系統-套環」納入健保給付案。

依據：按107年4月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案經提本會議第30次(107年1月)會議討論，結論略以：本案所建議之給付規定，針對「靜脈血管吻合尺寸之大小」應考量是否需再限縮，請相關醫學會及臨床專家提供意見後，重新提至特材專家諮詢會議討論，再提本會討論。

提案摘要(2)

說明：

- 經提107年4月專家諮詢會議討論，建議用於靜脈血管尺寸為2.0-3.0mm，每次手術給付1組套環及每次住院療程以2次手術為限等，故再提會討論。
- 本案特材可提供品質穩定之微血管吻合，降低血管栓塞併發症，相較於傳統徒手縫合血管，可有效縮短顯微血管吻合之手術時間，常用在重大手術或頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之病人，對於重症病人於臨床使用有其必要性，為利臨床使用及依據相關文獻，建議收載規格2.0-3.0mm納入健保支付。


建議：屬創新功能特材，建議納入健保支付。

3

治療方式簡介

□顯微手術

- 📖 臨床上包括：微小血管的接合、神經的分離與接合及淋巴管吻合等。
- 📖 手工縫合法目前為顯微血管吻合方法之一，但可能有縫針對血管內膜造成的損傷、縫線暴露於管腔內影響正常血流之風險，為提升術手術品質，另有採用顯微吻合之技術等。




4

本案特材簡介(1)

□“司諾維思”微血管吻合系統-套環

📖 本案特材用於血管吻合，其套環由高密度聚乙烯和外科級不鏽鋼針組成，裝配防護蓋和鉗夾不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上；適用於顯微外科手術中常見的動靜脈吻合。



圖片出處：<http://www.synovismicro.com>

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	本案特材	傳統治療方式
	”司諾維思”微血管吻合系統-套環	一般縫合方式進行血管吻合術
手術時間	手術時間較短	手術時間較長
感染風險	較低，可提供品質穩定之微血管吻合。	較高

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“司諾維思” 微血管吻合 系統-套環	11,000元	數量	200組	240組	300組	340組	400組
		特材 費用	220萬元	264萬元	330萬元	374萬元	440萬元

7

醫療科技評估摘要(1)療效評估

□根據回顧英國NICE、SMC、澳洲MSAC、加拿大CADTH結果：並未發現與本案特材相關的醫療科技評估報告或給付審議會議報告。

(註：依105年9月20日財團法人醫藥品查驗中心提供報告)

醫療科技評估摘要(2)經濟評估

□ 本案特材依健保醫療費用申報頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之案件數估計及臨床專家建議每次手術使用2組，故未來5年約有3,500~3,700人次使用，健保財務影響每年約7,700萬~8,200萬。

□ 敏感度分析：

📖 使用比例為60%：未來5年約2,100~2,200人次使用本品，新增健保年度費用約4,600萬~5,000萬。

📖 使用比例為80%：未來5年約2,800~3,000人次使用本品，新增健保年度費用約6,200萬~6,600萬。

9

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
62032B	顯微血管游離瓣手術 — 皮瓣移植	Microvascular free flap - skin flap	24,250
62033B	顯微血管游離瓣手術 — 肌肉移植	Microvascular free flap - muscle flap	24,376
62034B	顯微血管游離瓣手術 — 骨移植	Microvascular free flap - bone flap	34,920
62035B	顯微血管游離瓣手術 — 腸系膜移植	Microvascular free flap - omentum flap	34,920
62036B	顯微血管游離瓣手術 — 小腸移植	Microvascular free flap - intestinal flap	34,920
62037B	顯微血管游離瓣手術 — 游離筋膜瓣移植	Microvascular free flap - free fascia flap	24,250
62038B	顯微血管游離瓣手術 — 游離功能性肌瓣移植	Microvascular free flap - free functioning muscle transfer	34,920

10

國際價格

		新特材1	
	匯率 106.4-6	當地價格	”司諾維思”微血管吻合系統-套環
幣別		外幣	台幣
美國	31.76	--	--
日本	0.29	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.91	625	14,944
中位數			14,944
國際最低價			14,944
廠商建議價			11,000

11

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
”司諾維思”微血管 吻合系統-套環	3	9,500	9,416	9,250	13	11,800	12,139	10,952

12

建議支付點數

□採計方式

📖 建議採公立醫院採購決標價格之中位數9,500點，除以收載時最近四季(105年第4季至106年第3季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值(0.8808)，以每組10,785點暫予支付($9,500/0.8808=10,785$)。

13

建議給付規定

- 1.限用於頭頸部腫瘤切除後各項顯微組織瓣重建手術之病患，且適用於靜脈血管尺寸為2.0-3.0mm。。
- 2.每次手術給付以1組套環，每次住院療程以2次手術為限。

14

財務預估

品項名稱	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
”司諾維思” 微血管吻合 系統-套環	10,785	使用量	3,331組	3,498組	3,673組	3,857組	4,069組
		預估 點數	3,592萬點	3,773點	3,961萬點	4,160萬點	4,388萬點

註：

- 1.使用量：經臨床專家建議按本案特材給付規定之疾病診療項目「頭頸部腫瘤」並執行「顯微血管游離瓣手術」之104年及105年申報醫令數量，分別為3,143及3,305人次，再按給付規定之數量(每次手術給付1組及台灣整形外科醫學會推估每次住院療程以2次手術之比率約為20%)及醫療科技評估高推估上開族群約有80%之病人會使用本案特材【 $[3,305+(3,305*20%)]*80\%$ 】及年成長率約為5 %計算，推估第1年~第3年之使用量。
- 2.預估點數：(暫核點數10,785點)*使用量，故本案特材年增加費用約為3,592萬點~4,388萬點。

15

特材基本資料

特材名稱	“司諾維思”微血管吻合系統-套環 “Synovis” GEM Microvascular Anastomotic COUPLER		
許可證字號	衛部醫器輸字第025331號	發證日期	102/08/08
廠商名稱	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Synovis	製造國別	美國
特材大類碼	縫合結紮類(S)	特材小類碼	自動縫合釘(A)
使用科別	一般外科。		
規格	1.0mm;1.5mm;2.0mm;2.5mm;3.0mm;3.5mm;4.0mm		
材質	高密度聚乙烯套環，外科級不鏽鋼針。		
適應症	顯微外科手術中常見的動靜脈吻合。		
廠商建議價	11,000元/組。		

16

特殊材料 107 年 4 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 4 月 26 日(星期四)上午 9 時)

(八)案由：有關「英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司」建議將用於顯微外科手術動靜脈吻合之特材「司諾維思」微血管吻合系統-套環」納入健保支付案。

說明：

1. 本案經提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第 30 次(107 年 1 月)會議，結論略以：本案特材係用顯微外科手術中的動靜脈吻合，可提供品質穩定之微血管吻合，降低手術血管栓塞併發症，相較於傳統徒手縫合血管，可有效縮短顯微血管吻合之手術時間，針對「靜脈血管吻合尺寸之大小」應考量是否需再限縮，請相關醫學會及臨床專家提供意見後再議。
2. 本案特材 1 組有 2 個套環，最多接到 2 個靜脈，若失敗可使用第 2 組，必要時應改用手縫合，不建議使用到第 3 組。
3. 國外文獻回顧超過 98%是使用在 2.5-3.0mm 的靜脈血管，發生栓塞率在 0.8-0.9%，算是合理，其中 1mm 或 4mm 皆屬少數個案，建議使用於靜脈血管大小為 2.5-3.0mm。

結論：

1. 屬創新功能特材，為利臨床使用及依據相關文獻，建議收載規格 2.0-3.0mm 納入健保支付。
2. 建議支付方式：建議採公立醫院採購決標價格之中位價 9,500 點，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組 10,785 點暫予支付($9,500/0.8808$)。
3. 給付規定：
(1)限用於頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之病患，且適用於靜脈

血管尺寸為 2.0-3.0mm。

(2)每次手術給付 1 組套環，每次住院療程以 2 次手術為限。

特殊材料 106 年 4 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：106 年 4 月 27 日(星期四)上午 9 時)

(九)案由：有關「英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司」建議將用於顯微外科手術動靜脈吻合之特材「“司諾維思”微血管吻合系統-套環“Synovis” GEM Microvascular Anastomotic COUPLER System-COUPLER」納入健保給付案。(整形外科)

說明：

1.本案業經 105 年 7 月本專家諮詢會議討論，結論略以：

(1)本案特材可以提供品質穩定之微血管吻合，降低手術血管栓塞併發症，相較於傳統手縫血管，可有效縮短顯微血管吻合之手術時間，常用在重大手術或頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之病人身上，屬創新功能特材，建議納入健保給付。

(2)建議請相關醫學會酌修給付規定之文字內容，以更明確規範適用於「顯微血管游離瓣手術—皮瓣移植(編碼 62032B)」及診療項目「顯微血管游離瓣手術—肌肉移植~顯微血管游離瓣手術—游離功能性肌瓣移植(編碼 62033B~62038B)」。

2.本案經台灣整形外科醫學會及臨床專家依相關實證文獻指出，目前臨床上在靜脈血管使用該血管吻合器的情況較多，使用在動脈血管仍有疑慮，超過 98%是使用在 2.5-3.0mm 的靜脈血管，發生栓塞率在 0.8-0.9%，算是合理，故建議給付規定依原會議建議之給付規定，再限縮使用於靜脈血管大小為 2.5-3.0mm。

結論：

1.本案特材對於重症病人臨床使用上有其必要性，建議納入健保給付，屬創新功能特材。

2.核價方式：建議採公立醫院採購決標價格之中位數 9,500 點，除以收載(提案至藥物擬訂會議)時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值暫予支付。

3.給付規定：

- (1)限用於頭頸部腫瘤切除後各項顯微組織瓣重建手術之病患，且靜脈血管吻合之血管大小為 2.5-3.0mm。
- (2)每次手術給付 1 組套環，每次住院療程以 2 次手術為限。

特殊材料 105 年 7 月份專家諮詢會議紀錄
(時間：105 年 7 月 28 日(星期四)上午 9 時)

(六)案由：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司建議用於顯微外科手術中的動靜脈吻合之特材「“司諾維思”微血管吻合系統-套環 “Synovis” GEM Microvascular Anastomotic COUPLER System- COUPLER」納入健保給付案。(一般外科)

結論：

1. 本案特材適用顯微外科手術中常見的動靜脈吻合，由高密度聚乙烯和外科級不銹鋼針組成，此血管吻合系統利用 1 組(兩個)套環裝置於吻合器械上，轉動吻合器械後端轉軸後，2 個套環相互緊扣以吻合血管，可以提供品質穩定之微血管吻合，降低手術血管栓塞併發症，相較於傳統手縫血管，可有效縮短顯微血管吻合之手術時間，另常用在重大手術或頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之病人身上，屬重大傷病，建議納入健保給付，屬創新功能特材。
2. 核價方式：建議採公立醫院採購決標價格之中位數 9,500 點，除以收載(提案至藥物擬訂會議)時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值暫予支付。
3. 給付規定：
 - (1) 限用於之頭頸部腫瘤顯微皮瓣手術之病患。
 - (2) 每次手術給付 2 組套環，每次住院療程以兩次手術為限。
4. 另使用顯微皮瓣之頭頸部癌重建病患，估計每年約為 3,200 人次，依本案特材之給付規定以每次手術給付 2 組套環計算，其使用量每年約為 6,400 組，預估財務衝擊超過三千萬，建議送 HTA (醫療科技評估)。

寄件者: 台灣整形外科醫學會 <prsatw@ms34.hinet.net>
寄件日期: 2018年5月1日星期二 下午 1:39
收件者:
主旨: Re: 有關「"司諾維思"微血管吻合系統-套環」給付規定之" 每次住院療程以2次手術" ,其臨床比例相關事宜,敬邀貴學會會示卓見

您好
每次住院療程以 2 次手術為限, 臨床比例為 20%
請查照

謝謝

台灣整形外科醫學會 Taiwan Society of Plastic Surgery

ADD : 台北市中正區重慶南路一段 57 號 7 樓之 10
TEL : 02-23756518
FAX : 02-23316732
Web : www.prsa.org.tw

----- Original Message -----

From: [REDACTED]
To: 台灣整形外科醫學會
Sent: Tuesday, May 01, 2018 9:45 AM
Subject: 有關「"司諾維思"微血管吻合系統-套環」給付規定之" 每次住院療程以 2 次手術" ,其臨床比例相關事宜,敬邀貴學會會示卓見

您好：
有關「"司諾維思"微血管吻合系統-套環」納入健保支付案
經提 107 年 4 月特材專家諮詢會議討論
會議決議針對本案特材給付規定之使用數量建議---每次手術給付 1 組套環，每次住院療程以 2 次手術為限。
針對" 每次住院療程以 2 次手術"之臨床比例為多少？
敬請貴學會會示卓見
謝謝您！

衛生福利部中央健康保險署
醫審及藥材組 特材支付科

衛生福利部中央健康保險署電子郵件通知：

本信件及附件內容可能為機敏性資料，若您並非被指定之收信人或在任何原因未經授權的情形之下收到本信件，請勿揭曉本信件內容於任何人，並請告知原發信人，以及請從您的電腦刪除此信件和銷毀任何已列印的文件。感謝您的合作。

討論案 2

有關「壯生醫療器材有限公司」、「聖猷達醫療用品有限公司」建議將應用於心臟三度空間立體定位診斷之「電極貼片 External Reference Patches」過程面類特殊材料「“百歐森偉伯司特”瑞芙星心臟電生理導引貼片」及「“聖猷達”電極貼片組」等共 3 項納入健保給付再提會案。

用於心臟三度空間立體定位之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第32次(107年5月)會議

107年5月24日

提案摘要(1)

案由：有關「壯生醫療器材有限公司」及「聖猷達醫療用品有限公司」建議用於心臟三度空間立體定位診斷之特材「百歐森偉伯司特」瑞芙星心臟電生理導引貼片」等共3項納入健保給付再提會案。

說明：

- 本案特材首次於本會議第17次(104年11月)會議討論，其會議決議：
 1. 本案特材均為心臟三度空間立體定位診斷導引之定位貼片，可縮短電燒治療之時間及提高手術成功率。
 2. 考量本案特材功能相同，故應可訂定同一價格。
 3. 惟各品項廠商建議價格差異過大並過於昂貴，爰請重新提至專家諮詢會議討論後，再提本會討論。

提案摘要(2)

說明：

- 依上述會議決議，再重新提105年7月專家諮詢會議討論，其會議結論：
 1. 本案特材均為心臟三度空間立體定位診斷導引之定位貼片，為心臟不整脈電燒之必要使用產品，屬同一功能類別，建議納入健保支付。
 2. 建議支付方式：按公立醫院採購決標平均中位數27,850元逕予納入，高於壯生公司之「卡多系統體外參考貼片」建議價格24,000元，爰建議按前述建議價暫予支付，經多次與廠商溝通皆因價格因素不同意初核結果。

3

提案摘要(3)

說明：

3. 另本案特材按廠商建議價格及學會推估使用量計算，預估費用超過3千萬元，建議先送HTA。故本署於105年10月提送財團法人醫藥品查驗中心進行醫療科技評估。
- 本署於107年1月重新以申報執行診療項目「代碼：33139B及33140B」併同使用健保特材「立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒導管」之特約醫療院所(共計27家)進行採購價格調查，並蒐集自費比價網等相關資訊。

建議：按105年7月份特殊材料專家諮詢會議結論，屬創新功能特材，建議納入健保支付。

4

疾病治療簡介

□ 心律不整的治療主要為藥物治療及導管電氣燒灼術二種方式。

📖 藥物治療：主要為抗心律不整及預防血栓藥物。

📖 導管電氣燒灼術：

- 利用無線電波頻率之電流，經由導管產生熱能，使不整脈病灶區的細胞產生壞死，以阻斷不正常的電氣活動。
- 對於施作複雜術性不整脈治療，以傳統電氣燒灼術(X光)判讀，操作相對困難；現以3D立體定位輔助，可清楚有效地定位不同的放電點，增加治療的效果。

5

本案特材品項表


廠商	項次	品項	廠商原建議價	新建議價
壯生醫療器材有限公司	1	“百歐森偉伯斯特” 瑞芙星心臟電生理導引貼片	33,000元	45,000元
	2	“百歐森偉伯司特” 卡多系統體外參考貼片	24,000元	33,000元
聖猷達醫療用品有限公司	3	“聖猶達”電極貼片組	56,000元	56,000元

註:壯生公司107年3月8日來函表示，本案產品自102年1月即提出申請，因進口物價波動指數增加，故建議本署重新計算“百歐森偉伯斯特”瑞芙星心臟電生理導引貼片等2產品支付價格。

本案特材簡介(1)

□ 3D立體定位乃指利用電腦儀器將心臟腔室，以定位紀錄導管建構出三度空間立體圖，可提高電燒成功率及縮短手術時間。

□ 「心臟三度空間立體定位電極貼片組」電極貼片含有特殊晶片，配合3D立體定位機器使用，呈現出電生理導管於心臟所在之位置，可更精確定位不整脈及促進電燒的治療效果。



7

本案特材簡介(2)

□ 本案特材品項比較

品名	“百歐森偉伯斯特”瑞芙星 心臟電生理導引貼片	“百歐森偉伯司特”卡多系 統體外參考貼片	“聖猶達”電極貼片組
圖示			
廠牌	壯生	壯生	聖猶達
搭配導管 及功能	NaviStar系列導管 擁有磁場定位系統，可同 時擷取單極、雙極電生理 訊號	NaviStar系列導管 NaviStar RMT系列導管	開放性系統可與其他品牌 導管配合使用 較多訊號分析工具可使用
晶片感應 器定位	有，磁場定位	無，須搭配附有連接線之 黏貼式感應導引器	有

8

廠商建議資料

項次	品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
1	“百歐森偉伯斯特”瑞芙星心臟電生理導引貼片	45,000元	數量	152組	167組	184組	202組	223組
			特材費用	684萬元	751萬元	828萬元	909萬元	1,003萬元
2	“百歐森偉伯司特”卡多系統體外參考貼片	33,000元	數量	110組	121組	134組	147組	162組
			特材費用	363萬元	399萬元	442萬元	485萬元	534萬元
3	“聖猶達”電極貼片組	56,000元	數量	100組	150組	200組	400組	600組
			特材費用	560萬元	840萬元	1,120萬元	2,240萬元	3,360萬元

9

醫療科技評估摘要(1)療效評估

- 依據心律醫學會/歐洲心臟醫學會2012發布共識指引，有高達90%的成員於臨床進行心房顫動之電氣燒灼術時，會使用電氣解剖定位系統(Mapping)來進行病灶定位。
- 依據文獻顯示，使用電氣解剖三度空間立體定位系統(即電氣解剖定位系統)與傳統心導管燒灼術之手術成功率相當，惟X光總透視時間較傳統心導管燒灼術為短。
- 依據Hindrics(2009)文獻顯示，CARTO組與傳統燒灼術總透視時間，以CARTO組顯著較短(7.7 ± 7.3 分鐘： 14.8 ± 11.9 分鐘， $p < 0.05$)，故可減少醫師與病人輻射線之曝露。

(註：依105年10月28日財團法人醫藥品查驗中心提供報告)

醫療科技評估摘要(2)經濟評估

□綜合105年7月專家會議結論及健保資料庫申報醫令推估，在設有給付規定下，本特材納入健保後，第一年至第五年使用量約為1,400組至2,000組，特材總費用支出為3,400萬點至4,700萬點(以廠商建議24,000點推估)。

11

相關診療項目

診療項目 代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
33139B	不整脈經導管燒灼術 複雜3-D立體定位-單腔	Transcatheter Radiofrequency Ablation for Arrhythmia 3D Mapping-Single Chamber	45,109
33140B	不整脈經導管燒灼術 複雜3-D立體定位-雙腔	Transcatheter Radiofrequency Ablation for Arrhythmia 3D Mapping-Double Chamber	49,177

12

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

項次	品項	公立醫院採購價				自費比價網			
		家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
1	“百歐森偉伯斯特”瑞芙星心臟電生理導引貼片	0	無採購資料			2	不及5筆不予採計		
2	“百歐森偉伯司特”卡多系統體外參考貼片	4	23,450	23,850	23,001	10	31,769	32,780	30,000
3	“聖猶達”電極貼片組	8	37,700	37,500	32,700	24	44,290	46,119	39,240

註：1. 本案之公立醫院，係以本署107年1月函詢同時申報診療項目及特材類別(33139B、33140B及CXE05)之27家特約醫院【其中16家醫學中心(含6家公立醫院)、11家區域醫院(含4家公立醫院)】採購價格彙整。

2. 自費比價網院所包含13家醫學中心、10家區域醫院、5家地區醫院，計28家。

3. 本案特材均查無國際價格。

13

建議支付點數

□採計方式

📖 本案查無國際價格。

📖 建議採項次2之公立醫院採購決標價格之中位數除以收載時最近四季(105年第4季至106年第3季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組26,623點(23,450/0.8808)暫予支付。

建議給付規定

□給付規定

📖 比照B104-2複雜性不整脈消融/除顫導管之給付規定：「限用於複雜性之心房或心室性不整脈。一般陣發性心室上心搏過速(PSVT)不適用」辦理。

15

財務評估

項次	品名	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
1	瑞芙星心臟電生理導引貼片	26,623點	使用量	1,700組	2,175組	2,395組	2,635組	2,900組
2	卡多系統體外參考貼片		預估點數	4,525萬點	5,790萬點	6,376萬點	7,015萬點	7,720萬點
3	聖猷達電極貼片							

註：本案預估量係依健保已給付「立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒導管」之106年使用量1,330條，並依年平均成長率約28%推估107年及108年之數量(第1及第2年)，另第3年至第5年採成長率10%推估，第1年到第5年為1,700組至2,900組，預估本案特材年增加費用約4,525萬點~7,720萬點。

16

特材基本資料(1)

特材名稱	“百歐森偉伯斯特”瑞笑星心臟電生理導引貼片 “Biosense Webster” REFSTAR PLUS with QWIKPATCH External Reference Patch		
許可證字號	衛署醫器輸字第022104號	發證日期	100/03/28
廠商名稱	壯生醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biosense Webster, Inc	製造國別	美國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(X)電極導管
使用科別	心臟內科		
適應症	本產品適合與biosense webster導引導管，以及CARTO與NOGA系統搭配使用，為導引導管尖端定位提供參考點。本產品套組所含黏貼式心臟電生理定位感應導引器，僅限單一患者使用。		
材質	聚丙烯(polypropylene)、聚乙烯(polyethylene)、聚氨酯(polyurethane)、銅(copper)。		
包含組件	1套心臟電生理引導器套組，包含內有黏貼式心臟電生理定位感應導引器，提供導引導管定位時的位置參照，藉以導引傳送至導管位置。		
廠商建議價	45,000		

7

特材基本資料(2)

特材名稱	“百歐森偉伯司特”卡多系統體外參考貼片 “Biosense Webster” CARTO 3 System External Reference Patches		
許可證字號	衛署醫器輸字第021153號	發證日期	99/06/22
廠商名稱	壯生醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	Biosense Webster, Inc	製造國別	美國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(X)電極導管
使用科別	心臟內科		
適應症	本產品適合搭配CARTO 3系統使用，協助將黏貼式感應器連接線，附著於患者的身體體表，藉此傳送導管位置。本產品限單一患者使用。		
材質	聚乙烯(polyethylene)、聚碳酸酯(Lexan polycarbonate)、銅(copper)。		
包含組件	1套心臟電生理引導器套組，包含內有黏貼式心臟電生理定位感應導引器，提供導引導管定位時的位置參照，藉以導引傳送至導管位置。		
廠商建議價	33,000		

特材基本資料(3)

特材名稱	“聖猶達”電極貼片組 “SJM” NavX Surface Electrode Kit		
許可證字號	衛署醫器輸字第013590號	發證日期	94/11/18
廠商名稱	壯生醫療器材股份有限公司		
製造廠名稱	St. Jude Medical	製造國別	美國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(X)電極導管
使用科別	心臟內科		
適應症	此電極貼片組配合Ensite三度空間定位系統以便進行心律不整病灶點的診斷。		
材質	Water based flexographic printing inks		
包含組件	1. 6片三度空間定位體表電極貼片。2. 系統參考電極貼片。3. 10個ECG電極貼片。4. 三度空間定位系統啟動晶片模組。		
廠商建議價	56,000		

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材
部分第 17 次（104 年 11 月）會議紀錄
（時間：104 年 11 月 19 日（星期四）上午 9 時 30 分）

第 3 案：有關「壯生醫療器材有限公司」及「聖猷達醫療用品有限公司」建議將應用於心臟三度空間立體定位診斷之「電極貼片」類特殊材料「〃百歐森偉伯司特〃瑞芙星心臟電生理導引貼片」及「〃聖猷達〃電極貼片組」等 3 品項納入健保給付乙案。

說明：詳附錄會議資料討論案第 3 案之報告內容。

結論：本案特材應用於 3D 磁場定位，3D 電生理繪圖及電燒治療，對於複雜性心律不整診斷與電燒治療，可增加準確性，縮短電燒治療時間，提高手術成功率。原中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會建議因各廠牌系統不相同，無法相互共用，且機器價格昂貴，一般醫院僅使用單一系統，故依各品項分別列為不同核價類別，經本會議討論，考量本案特材功能相同，應可列為同一核價類別，訂定同一價格。惟查無國際價格，且各品項廠商建議價格差異過大，價格過於昂貴，為求周延，請健保署再提特材專家諮詢會議討論後再提會討論。

105 年 7 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：105 年 7 月 28 日(星期四)上午 9 時)

(二)案由：有關壯生醫療器材有限公司、聖猷達醫療用品有限公司建議將應用於心臟三度空間立體定位診斷之「電極貼片 External Reference Patches」過程面類特殊材料「“百歐森偉伯司特”瑞芙星心臟電生理導引貼片」及「“聖猷達”電極貼片組」等 3 品項納入健保給付案。(心臟內科)

說明：本案業經全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第 17 次(104 年 11 月)會議討論，結論略以：考量本案特材功能相同，應可列為同一核價類別，訂定同一價格。惟查無國際價格，且各品項廠商建議價格差異過大，價格過於昂貴，為求周延，請本署重新提專家諮詢會議討論後，再提會討論。

結論：

1. 本案特材皆屬應用於心臟三度空間立體定位診斷之「電極貼片」，對於複雜性心律不整診斷與電燒治療，可增加準確性，縮短電燒治療時間，提高手術成功率。經確認屬同一功能類別品項，為創新功能特材，建議納入健保給付。
2. 核價方式：若採公立醫院採購決標價格之中位數【 $(23,001+32,700)/2=27,850$ 】，已高於「“百歐森偉伯司特”卡多系統體外參考貼片」廠商建議價，故依廠商建議價格 24,000 點暫予支付。
3. 給付規定：比照 B104-2 複雜性不整脈消融/除顫導管之給付規定辦理。
4. 另依廠商建議價格及中華民國心臟學會及中華民國心律醫學會推估 3 年之使用量，預估年費用已超過 3 千萬元，爰建議先送 HTA (醫療科技評估) 後再提會討論。

討論案 3

有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

用於周邊動脈血管之經皮穿刺 血管成形術治療之特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要

案由：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之PTA治療特材「“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材適用於周邊血管擴張治療，具有超高壓及非順應性球囊(Ultra non-compliant balloon)，可充氣到最大40ATM，。
- 本案特材相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，其高壓特性，可針對嚴重血管阻塞或狹窄進行擴張，具臨床療效。

建議：屬功能改善特材，建議納入健保支付。

治療方式簡介

□血管整形術 (PTA)

📖 對於長期洗腎病人而言，動靜脈瘻管血管通路狹窄或阻塞容易影響洗腎的功效，進而影響生活品質。

📖 血管整形術是利用氣球將血管狹窄的部位撐開，使動靜脈瘻管的血流得以恢復正常。




圖片出處：http://www.dachien.com.tw/center_cardiovascular/tuition_detail.php?id=48

本案特材簡介(1)

□“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管

📖 本產品包含沿導線推入的導管(over-the-wire catheter)以及固定在遠端的氣球。具有超高壓及非順應性球囊(ultra non-compliant low profile)，可不受高壓影響，其氣球最大充氣達40ATM，可擴張較硬或鈣化的狹窄血管。沿導線推入的導管與0.035”導線相容，有50 cm 75 cm 的工作長度可供選擇。



本案特材簡介(2)

□ 本案特材與健保已支付特材之比較

比較項目	本案特材	健保支付特材
	“巴德”康格斯特40經皮穿刺 血管成形術導管	周邊血管及微血管治療導管 支付點數：5,130點
爆破壓力	最大40ATM	14~16 ATM;部分產品可達30ATM
較硬或嚴重 狹窄部位	可充氣到更高壓力且不會造成 血管過度擴張，氣球不會呈現 狗骨頭或壓扁狀。	高壓下，氣球易變形、對於狹窄部位 需反覆使用球囊進行擴張。

5

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“巴德” 康格斯特40經 皮穿刺 血管成 形術導 管	8,000元	數量	2,100支	2,250支	2,400支	2,550支	2,700支
		特材 費用	1,680萬元	1,800萬元	1,920萬元	2,040萬元	2,160萬元

6

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
33074B	單純性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): simple	10,800
33115B	複雜性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): complex	20,250

7

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.01-03	當地價格	“巴德”康格斯特40經皮穿 刺血管成形術導管
幣別		外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	233,170	6,995
澳洲	23.34	--	--
中位數			6,995
國際最低價			6,995
廠商建議價			8,000

註：本案公立醫院採購價及自費比價網均查無資料。

8

建議支付點數

□採計方式

📖 建議依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*)/EA/周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130點)，及更具臨床療效加算15% ($5,130 \text{ 點} \times 1.15 = 5,899 \text{ 點}$)，以每支5,899點暫予支付。

9

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管	5,899點	使用量	2,893支	3,375支	3,857支	4,339支	4,821支
		預估點數	1,706萬點	1,990萬點	2,275萬點	2,559萬點	2,843萬點
		實際點數	$5,899 \times (2,893 \sim 4,821) - [(5,130 \times 1.75) \times (2,893 \sim 4,821)]$ =-890萬~-1,483萬點。				

- 註：1.依本案適用之診療項目「血管整形術(單純/複雜性)」及特材類別「血管氣球導管(功能類別：CBB01;CBB03)」105年之人次與申報量分析，平均使用量：2.75支/人次(98,038支/35,600人)。
- 2.使用量：依專家建議，約有3~5%「血管氣球導管(功能類別：CBB01)」(106年申報量：96,439支)會使用本案特材，爰預估使用量為2,893支~4,821支。
- 3.另適用本案之病患在進行血管擴張時，會先使用1支健保給付類似品(周邊氣球導管細管徑)進行探查，再因病情使用不同管徑之氣球導管(如本案特材)治療，爰本品納入支付後，應將可取代1.75支健保支付之氣球導管，故不會影響健保財務。

10

特材基本資料

特材名稱	“巴德”康格斯特40經皮穿刺血管成形術導管 “Bard” Conquest 40 PTA Dilatation Catheter		
許可證字號	衛部醫器輸字第027045 號	發證日期	104/03/11
廠商名稱	巴德股份有限公司		
製造廠名稱	BARD PERIPHERAL VASCULAR, INC.	製造國別	美國
特材大類碼	套管類 (C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟內科、心臟外科、放射科。		
規格	氣球直徑：4-12mm，氣球長度：2-10cm，工作長度：50、75cm。		
材質	Balloon: Poly Ethylene Teraphalate		
適應症	本產品建議用於股(femoral)、髂(iliac)及腎(renal)動脈的經皮穿刺血管成形術(Percutaneous Transluminal Angioplasty)，並適合治療自體或人工合成洗腎動靜脈瘻管的阻塞性病灶。此裝置也建議用於支架(stent)及套膜支架(stent graft)植入後周邊脈管系統的擴張。此導管不得用於冠狀動脈。		
廠商建議價	8,000元		

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(五)案由：有關「巴德股份有限公司」建議將應用於股、髂及腎動脈之 PTA 治療特材「"巴德"康格斯特 40 經皮穿刺血管成形術導管」納入健保給付案。

說明：

1. 本案特材之氣球為 PET (Dacron)材質，具有超高壓及非順應性球囊(Ultra non-compliant balloon)，可充氣到最大 40ATM。
2. 相較健保已給付之「周邊血管及微血管擴張/氣球擴張導管」，其高壓特性，可針對血管阻塞或狹窄進行擴張，更具臨床療效。

結論：

1. 屬功能改善特材，本案特材具超高壓特性，可擴張包括自體或人工合成洗腎動靜脈瘻管阻塞、支架及套膜支架植入後，周邊脈管系統再次狹窄等患者，建議納入健保給付。
2. 建議支付方式：建議依既有功能類別「血管氣球導管(PTA*) / EA / 周邊血管及微血管擴張」之支付點數(5,130 點)，及更具臨床療效加算 15% (5,130 點*1.15=5,899 點)，以每支 5,899 點暫予支付。

討論案 4

有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入自付差額品項案。

用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全 或狹窄之人工瓣膜環特材

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第32次(107年5月)會議
107年05月24日

提案摘要(1)

案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」納入自付差額品項案。

依據：按107年1月份特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 本案特材係金屬合金內芯、外包覆樹脂、滌綸針織環組成，該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈。

提案摘要(2)

說明：

- 較目前健保支付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鏈索修補手術，能有效簡化手術過程並提高手術成功率；改善病患之長期預後，臨床使用效益佳。

建議：屬創新功能特材，建議以全額給付方式納入健保支付。


3

疾病簡介

□二尖瓣膜狹窄或閉鎖不全

📖二尖瓣位在左心室和左心房之間，控制著血液的供應，當任何一個瓣膜狹窄時，會妨礙血流由一個腔室流到另一個腔室；若二尖瓣在外觀上變厚、變長，會引起心臟收縮關閉時突向左心房，即是二尖瓣脫垂。

📖而如果二尖瓣鬆動嚴重到「關不住」使得血液逆流回心房，此時稱為「瓣膜閉鎖不全」。



4

治療方式簡介

□瓣膜性心臟病之治療

📖 藥物治療：瓣膜一但損壞即無法靠藥物治癒，但藥物可減輕症狀降低心臟惡化程度，損壞程度嚴重時仍需施行外科手術，才可避免心臟衰竭。



📖 手術治療：瓣膜性心臟病主要以瓣膜置換或修補手術；瓣膜置換是將病變的瓣膜剪下，換上新的人工瓣膜；瓣膜修補是指將病變的瓣膜保留，只針對有問題的瓣膜結構加以修補。

5

本案特材簡介(1)

□“索倫”環狀成形術環

📖 本品特材為用於修復心臟二尖瓣之環狀成形術環，由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成。滌綸外覆有Carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層；該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈；線圈由一條藍色單絲手術線固定在環上，共同組成一項可拆卸系統。醫師在植入環狀成形術環時若需要同時進行腱索置換術，則可利用該系統方便地測量人工腱索尺寸。



本案特材簡介(2)

□本案特材與健保已支付特材之比較

比較項目	本案特材	健保給付特材
	“索倫”環狀成形術環	人工瓣膜輪/彈性修補環，特殊矽膠包覆聚脂絲絨纖維 支付點數：20,100點
圈環造型	馬鞍型環，能延長修補環之壽命並較為貼合主動脈根部，另具有黃色線圈，可在進行腱索修補時作為長度參考工具。	馬鞍型環，能延長修補環之壽命並較為貼合主動脈根部。
材質	鎳鈦合金記憶金屬，受心臟收縮擠壓也能回復原型。Carbofilm(解熱碳塗層鍍膜)增加生物及血液相容性。	由多層(elgiloy)(鈷、鉻、鎳系)非磁性合金及針織聚酯纖維矽膠縫合環組成。

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫”環狀成形術環	58,000元	數量	100組	120組	150組	200組	250組
		特材費用	580萬元	696萬元	870萬元	1,160萬元	1,450萬元

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
68015B	瓣膜成形術	Valvular and/or annuloplasty	46,285

9

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 107.01-03	當地價格	“索倫”環狀成形術環
幣別		外幣	台幣
美國	30.44	--	--
日本	0.27	--	--
韓國	0.03	--	--
澳洲	23.34	2,400	56,016
中位數			56,016
國際最低價			56,016
廠商建議價			58,000

10

公立醫院採購價及自費比價網價格彙整

品項	公立醫院採購價				自費醫材比價網			
	家數	中位數	平均數	最低價	家數	中位數	平均數	最低價
“索倫” 環狀成形術環	6	40,000	41,067	40,000	13	55,000	54,269	46,000

11

建議支付點數

□採計方式

📖 建議採公立醫院採購決標價格之中位價，除以收載時最近四季(105年第4季至106年第3季)結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組45,413點(40,000/0.8808)點暫予支付。

12

財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“索倫” 環狀成形術環	45,413點	使用量	300個	330個	363個	400個	440個
		預估點數 (已扣除既有品項)	759萬點	835萬點	918萬點	1,012萬點	1,113萬點

註：

1. 使用量：依心臟外科專家表示，本案依病人病情症狀不同及醫師執行方式，預估將取代30%健保支付「人工瓣膜輪/硬式或彈性修補環(功能類別:FHVR1)」之使用量(105年及106年申報量分別為972及948個)，再依成長率10%計算，預估1-5年使用量:300~440個($1000 \times 30\% \times 1.1$)
2. 預估點數：扣除取代「人工瓣膜輪/彈性修補環」之支付點數20,100點*使用量，本案特材年增加費用約為759萬~1,113萬點。 $(45,413 - 20,100) \times 300 \sim 440$

13

特材基本資料

特材名稱	“索倫”環狀成形術環 “Sorin” Memo 3D Annuloplasty Ring – Memo 3D Rechorde		
許可證字號	衛部醫器輸字第026000號	發證日期	103/03/12
廠商名稱	中訊企業有限公司		
製造廠名稱	Sorin Group Italia S.R.L.	製造國別	義大利
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟血管類(H)
使用科別	心臟血管外科。		
規格	24:38mm。		
材質	Nitinol alloy, Silicone, PET等。		
適應症	適用於修復二尖瓣閉鎖不全或狹窄。		
廠商建議價	58,000元/組		

14

107 年 1 月份特殊材料專家諮詢會議紀錄
(時間：107 年 1 月 25 日(星期四)上午 9 時)

(四)案由：有關「中訊企業有限公司」建議將用於修復心臟二尖瓣閉鎖不全或狹窄之人工瓣膜環特材「"索倫"環狀成形術環」以自付差額品項納入健保給付案。

說明：

1. 本案特材係金屬合金內芯、外包覆樹脂、滌綸針織環組成，該環後端弧線部分帶有多個由黃色單絲手術線圍成之線圈。
2. 相較目前健保給付僅能修復原有瓣膜大小及形狀之「人工瓣膜輪/環」，可同時進行二尖瓣及人工鏈索修補手術，能有效簡化手術過程並提高手術成功率。
3. 可取代部分心臟瓣膜置換，改善病患之長期預後。

結論：

1. 屬創新功能特材，可提升手術成功率，且臨床使用效益佳，建議以全額給付方式納入健保給付。
2. 建議支付方式：建議採公立醫院採購決標價格之中位價，除以收載時最近四季結算之醫院總額部門浮動點值之平均值，以每組 45,361 點 $(40,000/0.8818)$ 點暫予支付。