

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第15次（104年7月）會議議程

時間：104年7月16日(星期四)上午9時30分

地點：衛生福利部中央健康保險署18樓

主席：蕭主席美玲

壹、主席致詞

貳、前次會議決定及結論辦理情形報告

參、報告事項：

第1案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告(共108項，新增既有功能類別96項/第1-1~1-37頁；項次1-96；新增既有功能類別自付差額品項4項/第1-38~1-39頁；項次97-100及擴增、刪除產品型號8項/第1-40~1-43頁；項次101-108)。

第2案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告(共55項；醫療器材許可證註銷及刪除品項53項/第2-1~2-13頁；項次1-53，核價類別變更價格不變品項2項/第2-14頁；項次54-55)。

肆、討論提案：

第1案：有關「日商泰爾茂股份有限公司台北分公司」建議將用於燒燙傷之特材「"奧林柏斯泰爾茂"貼得適人造真皮"OLYMPUSTERUMO" TERUDERMIS ARTIFICIAL DERMIS」及「騏鈺實業股份有限公司」之「皮敷美人工真皮 PELNAC ARTIFICIAL DERMIS」納入健保給付乙案，提請討論。

第2案：有關「英商史耐輝股份有限公司台灣分公司」建議將使用於燒燙傷病患傷口覆蓋之「"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料」及「"史耐輝"愛銀康敷料」共8項納入健保給付乙案，提請討論。

第3案：有關特殊材料針具類使用情形及給付規定修正乙案，提請討論。

第4案：有關「美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司」建議將用於改善顱內動脈管腔直徑之特材「"波士頓科技"捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管"Boston Scientific" Gateway PTA Balloon Catheter」及「"波士頓

科技"溫斯班支架系統"Boston Scientific" Wingspan Stent System」納入健保給付乙案，提請討論。

第5案：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」建議將「“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組」等2項，以及「台灣柏朗股份有限公司」建議將「雅氏腦室分流系統」等3項，共5品項納入健保給付乙案，提請討論。

第6案：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」再次建議將應用於心臟不停跳(非體外循環)冠狀動脈繞道手術之三爪式定位器「"美敦力"心臟血管外科器械(滅菌)-三爪式定位器"Medtronic"Cardiovascular surgical instruments(sterile) - Positioner」等2項特殊材料納入健保給付乙案。

第7案：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」建議將用於心肺繞道手術(CPB)、或使用體外循環技術類似手術中監測血液參數之特殊材料「"邁柯唯"血液參數偵測系統"MAQUET"Blood Monitoring Unit」納入健保給付乙案，提請討論。

第8案：有關「台灣曲克股份有限公司」之「“曲克”利弗爾周邊血管支架」及「美敦力醫療產品股份有限公司」之「“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管」建議納入健保給付，並申請列為自付差額品項乙案，提請討論。

第9案：有關「仕懋股份有限公司」建議將用於執行血漿置換術時過濾白血球之特材「"笙創"白血球過濾器/輸血套—血漿 Leukocyte reduction filters and transfusion set for plasma」納入健保給付乙案，提請討論。

第10案：有關「輝展企業有限公司」建議將用於降低氣管表面的黏液，減少阻塞的危險，改善黏膜的暢通之「杜門氣管與支氣管支架系統-直型及 Y 型 Tracheobronxane Dumon Stent-straight and Y」納入健保給付乙案，提請討論。

第11案：有關「美實科技股份有限公司」建議將用於引流抽吸之「“優式”非動式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具-(滅菌)-全密閉式引流袋/全密閉式吸取引流袋"Uresil" Non-Powered, Single Patient, Portable

Suction apparatus (Sterile): Gravity Bags/Suction Bags」等2項納入健保給付乙案，提請討論。

第12案：有關「台灣柯惠股份有限公司」建議將用於聲門下抽吸管腔可抽出氣囊上方的分泌物，並降低下呼吸道感染率之「"萬靈科"氣管內管(含聲門下抽吸管腔) "Mallinckrodt" TaperGuard Endotracheal Tube」納入健保給付乙案，提請討論。

貳、前次會議決定及結論辦理情形報告

待辦 事項	說明
全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議 特材部分第 14 次（104 年 5 月）會議	
臨時動議：有關醫療服務給付項目及支付標準之檢驗檢查及手術所使用之針具係屬內含項目，為配合醫療法第 56 條之規定須使用安全針具，請研議檢討支付方式案。	
決定三、(一)： 請健保署於下次(104 年 7 月)特材共同擬訂會議時，將所蒐集之安全針具相關資料提出報告。 決定三、(二)： 有關全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準通則及適應症與全民健康保險藥物給付項目及支付標準給付規定之上下位關係，請健保署另轉請其法規單位表示意見。	一、有關醫療服務給付項目及支付標準之檢驗檢查及手術所使用之針具係屬內含項目，本署調查西醫醫院及西醫基層使用針具類申報情形，列於本次討論案第 3 案報告。 二、有關「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」通則及適應症與「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」給付規定之上下位關係乙節，按上開二項支付標準均係依健保法第 41 條授權訂定之法規命令，法規範之位階相當，惟不排除具體條文中有特別規定較一般規定優先適用之可能。 三、另依藥物給付項目及支付標準第 48 條第 1 項第 3 款規定，未納入全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準之診療項目所使用之醫療器材，全民健康保險不予支付特殊材料。故依上述，應先有醫療服務給付項目及支付標準，始有特材之訂定。

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第 15 次 (104 年 7 月) 會議(加開)

報告案:有關「英商史耐輝股份有限公司台灣分公司」建議將使用於燒燙傷病患因植皮所需之特殊材料「"史耐輝"必膚膜 "Smith & Nephew" Biobrane」,納入健保給付案。

決定:

請健保署於下次會議提供補充財務預估資料。

- 一、依廠商提供之 101 年、102 年、103 年銷售數量, 13cmX13cm 分別為 203 片、206 片及 286 片, 而 13cmX38cm 分別為 362 片、498 片、959 片。
- 二、考量八仙樂園粉塵爆炸使用量可能增加,爰第 1 年使用量以 103 年加計 50%。第 2 年及第 3 年則以 102 年使用量並再加計成長率列估。
- 三、未來 3 年使用量及特材使用點數預估結果,如下表。

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
13cmX13cm	2,400	使用量	429	215	218
		預估點數	103萬點	52萬點	52萬點
13cmX38cm	4,500	使用量	1,439	1,297	1,784
		預估點數	647萬點	583萬點	803萬點

註:

1. 13cmX13cm 及 13cmX38cm 之第 2 年使用量=102 使用量【以 102 年使用量*(1+102 年成長率)*3 年複數成長】率。
2. 13cmX13cm 之 102 年成長率為 1.5%;13cmX38cm 之 102 年成長率為 37.6%。

“史耐輝”必膚膜
“Smith & Nephew” Biobrane
補充財務報告案

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：有關「英商史耐輝股份有限公司台灣分公司」建議將使用於燒燙傷病患因植皮所需之特殊材料「**“史耐輝”必膚膜 “Smith & Nephew” Biobrane**」，納入健保給付案。

📖 本案特材全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第15次（104年7月）會議(加開)，經會議決議同意給付，請健保署於下次會議提供補充財務預估資料。

廠商銷售量

品項	暫核點數	項目	101年	102年	103年	102年成長率	103年成長率
13cmX13cm 必膚膜	2,400	銷售量	203	206	286	1.5%	38.8%
13cmX38cm 必膚膜	4,500	銷售量	362	498	959	37.6%	92.6%

備註:103年因高雄氣爆事件，使用量大幅增加。

3

健保署財務預估(1)

- 考量八仙樂園粉塵暴然事件使用量可能增加，第1年(104年)使用量以103年加計50%，以13cmX13cm為例，如下表，13cmX38cm依此原則計算。

年	預估使用數量	備註
103年	286	廠商實際銷售量
104年(第1年)	$286 \times (1 + 50\%) = 429$	預估使用量

4

健保署財務預估(2)

- 第2年及第3年則以102年使用量並再加計成長率列估，以13cmX13cm為例，如下表，13cmX38cm依此原則計算。

年	預估使用數量	備註
102年	206	廠商實際銷售量
103年 假設未發生氣爆	$206 \times (1+1.5\%) = AA$	1.假設105年及106年使用量回歸正常 2.故105年使用量以102年銷售量之成長率累算3年；106年係以102年銷售量之成長率累算4年。
104年(第1年) 假設未發生氣爆	$AA \times (1+1.5\%) = BB$	
105年(第2年)	$BB \times (1+1.5\%) = CC$	
106年(第3年)	$CC \times (1+1.5\%) = DD$	

備註:AA=209，BB=212，CC=215，DD=218。

5

健保署財務預估(3)

品項	暫核點數	項目	第一年 (104年)	第二年 (105年)	第三年 (106年)
13cmX13cm 必膚膜	2,400	使用量	429	215	218
		預估點數	103萬點	52萬點	52萬點
13cmX38cm 必膚膜	4,500	使用量	1,439	1,297	1,784
		預估點數	647萬點	583萬點	803萬點

6

報告案 1

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 108 項，新增既有功能類別 96 項/第 1-1~1-37 頁；項次 1-96；新增既有功能類別自付差額品項 4 項/第 1-38~1-39 頁；項次 97-100 及擴增、刪除產品型號 8 項/第 1-40~1-43 頁；項次 101-108。

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~1-1-37) 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
1	BBP0456860CA	"康樂保"愛特大造口術用袋及其附件(未滅菌) 含人工皮+不織布	"COLOPLAST" ALTERNA OSTOMY POUCH AND ACCESSORIES (NON-STERILE)	5686	片	衛署醫器輸字第009020號	康樂保	52	52	依BBP04A1(ONEPIECE便袋(含人工皮、不織布))同功能類別品項(如特材代碼BBP0415570CA)之支付點數暫予支付。	E305-1	月生效
2	CBB03PTA35Y8	艾維血管擴張氣球導管	EVERCROSS .035 OTW PTA DILATATION CATHETER L 150:200MM	AB35W-03:07-150;200-080;135	條	衛署醫器輸字第020573號	柯惠	11,140	11,140	依CBB03A2(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CBB01BTM02QC)之支付點數暫予支付。	A220-5	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
3	CBB03URX01BA	"巴德"艾特凡斯快速更換經皮穿刺血管成形術導管	"BARD"ULTRAVER SE RX PTA DILATATION CATHETER L15-100MM	U4-8;15;20-(01Q)HRX;0-1:3-H1HRX;0-2:5-1HRX;01Q-2:10-RX;0-1:3-H-2:10-RX;0-2:5-2:10-RX);U4-8;15-0-6;7-4;6-RX	條	衛部醫器輸字第027226號	巴德	8,455	8,455	依CBB03A1(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以下)同功能類別品項(如特材代碼CBB01PAS35BK)之支付點數暫予支付。	A220-5	月生效
4	CBB03URX02BA	"巴德"艾特凡斯快速更換經皮穿刺血管成形術導管	"BARD"ULTRAVER SE RX PTA DILATATION CATHETER L120-300MM	U4-8;15;20-(01Q-12;15;20-RX;0-1:3-H-12;15;20-RX;0-2:3-H-25;30-RX;0-2:5-12;15;20;25;30-RX)	條	衛部醫器輸字第027226號	巴德	11,140	11,140	依CBB03A2(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CBB01BTM02QC)之支付點數暫予支付。	A220-5	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
5	CBC03RL23NGX	"戈爾"易時固得腹主動脈瘤支架	"GORE"EXCLUDER AAA ENDOPROSTHESIS	RLT(RMT)-(23;26;28-12;14-12;18);(3114-13;17);RLT3514-14;18+PLC(PXC)-12;20-10;14-00;PLC-23;27-10;14-00+PLL(PXL)-16-10;14-07+PLA(PXA)-(23;26;28-03-00);(320400);PLA360400	組	衛署醫器輸字第019018號	戈爾	405,000	405,000	依CBC03AI(腹主動脈瘤支架及輸送導引系統)+(同側+對側)將動脈分支體)同功能類別品項(如特材代碼CBC03PX23NGX)之支付點數暫予支付。	A220-3	月生效
6	CBP01MTLNCCHC	"海斯凱"敏追冠狀動脈氣球擴張導管(NC系列)	"HEXACATH"PTCA DILATATION CATHETER MISTRAL	MTLN-2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.25;3.5;3.75;4.0-8;11;15;20	條	衛署醫器輸字第027025號	鏵鏵	7,547	7,547	依CBP01A4(PTCA BALLOON CATHETER FOR CORONARY STENT)同功能類別品項(如特材代碼CBP03EPNCRCD)之支付點數暫予支付。	A213-2N	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
7	CBP01MTLSCHC	"海斯凱"敏追冠狀動脈氣球擴張導管(SC系列)	"HEXACATH"PTCA DILATATION CATHETER MISTRAL	MTLS-(1.25;1.50;2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0-10);(1.50;4.0-20);(2.0;4.0-30)	條	衛部醫器輸字第027025號	鏗鏘	6,843	6,843	依CBP01A1(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP0103012UZ)之支付點數暫予支付。	無	月生效
8	CBP01PKE36BK	"百多力"普凱能鉗鉗冠狀動脈支架系統	"BIOTRONIK"PRO-KINETIC ENERGY COBALT CHROMIUM (COCR) CORONARY STENT SYSTEM	360490;360555	組	衛部醫器輸字第027430號	百多力	16,293	16,293	依CBP01A2(CORONARY STENT/WITH BALLOON DELIVERY SYSTEM)/SET)同功能類別品項(如特材代碼CBP010MEGASB)之支付點數暫予支付。	A213-2N	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
9	CBP01REBELSB	"波士頓科技" 瑞柏爾單軌冠 狀動脈支架系 統	"BOSTON SCIENTIFIC"REBEL MONORAIL PTCR CORONARY STENT SYSTEM	H74939273-12;16;20;24;28;32- 22;25;27;30;35;40;45- 0;H74939273-08- 22;25;27;30;35;40-0	組	衛部醫器 輸字第 027039號	波士頓	16,293	16,293	依 CBP01A2(CORONARY STENT/WITH BALLOON (DELIVERY SYSTEM)/SET)同 功能類別品項(如 特材代碼 CBP010MEGASB) 之支付點數暫予支 付。	A213-2N	月生效
10	CBP01TREK3AB	"亞培"第二代 小快克冠狀動 脈氣球擴張導 管	"ABBOTT"MINI TREK II OTW CORONARY DILATATION CATHETER	1012401;1012402;1012403- 06A;08A;12A;15A;20A	條	衛部醫器 輸字第 026941號	亞培	7,809	7,809	依CBP01A7(PTCA BALLOON CATHETER(OVER- THE-WIRE))同功 能類別品項(如特 材代碼 CBP0318634TM)之 支付點數暫予支 付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
11	CDD05CD000EF	貝斯美德導 入/引流導管 及其附件(滅 菌)	BESMED INTRODUCTION DRAINAGE CATHETER AND ACCESSORIES (STERILE)	CD-64802;CD-64902;CD- 64904;CD-64502;CD-64512;CD- 64522;CD-64801;CD-64901;CD- 64903;CD-64501;CD-64511;CD- 64521;CD-64052;CD-64252;CD- 64452;CD-64082;CD-64282;CD- 64482;CD-64053;CD-64253;CD- 64453;CD-64083;CD-64283;CD- 64483;CD-64662;CD-64762;CD- 64962;CD-64661;CD-64761;CD- 64961	條	衛署醫器 製字第 000703號	貝斯美 德	271	271	依CDD05B2(傷口 引流管(矽質)單組 件)同功能類別品 項(如特材代碼 CDD0500SMAWN) 之支付點數暫予支 付。	無	月生效
12	CDD1100014U7	"普威"穿刺導 引器(穿刺針 1+外管1(內含 可變式轉接頭 1)+袋口結固 定器1)	"UNIMAX" SURGICAL TROCAR	FHT610100;FHT612100	組	衛署醫器 製字第 002216號	普威	2,233	2,233	依CDD11A7(可變 式鈍頭安全穿刺套 管RE-OP USE(穿 刺針1+外管1+可變 轉接頭1+袋口結固 定器))同功能類別 品項(如特材代碼 CDD116626P2C)之 支付點數暫予支 付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
13	CDD13DGGK00AG	"亞康思"導入及引流導管(滅菌)(乳管攝影導管)	"ARGON" INTRODUCTION/DRAINAGE CATHETER (STERILE)	DGK002SX;DGK002X;(RTD001 X自1040901生效)	組	衛署醫器輸字第009934號	春蕾	943	943	原特材代碼CDD13DGGK00ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。擴增產品型號RTD001X。	無	月生效
14	CDP0122551SB	"波士頓科技"阿德凡斯膽道支架"	BOSTON SCIENTIFIC" ADVANIX BILIARY STENT WITH NAVIFLEX RX DELIVERY SYSTEM	M00533560;M00533570;M00533580	組	衛署醫器輸字第022551號	波士頓	4,458	4,458	依CDP01B3(UNDER ENDOSCOPIC(整組)/膽道支架套組:含導入導引組(或推進導管)+支架)同功能類別品項(如特材代碼CDP01GPPS1FG)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
15	CDP0165150AG	"亞康恩"史凱特導引系統	"ARGON"SKATER INTRODUCER SETS	651506000;651506300;655506000;655506300;651406000;651406300;655406000;655406300	組	衛部醫器輸字第027232號	春昌	2,700	2,700	依 CDP02A1(PTCD(組件)/導入導引組[(穿刺 NEEDLE+INTRODUCER+WIRE*2(0.018",0.035"or0.038")])同功能類別品項(如特材代碼 CDP012133BQ)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
17	CEE011VA27TZ	"善德"輸液套 (免針式)	"SUNDER" I.V. ADMINISTRATION SET	SD-IVA027;SD-IVA026	套	衛署醫器 製字第 000907號	善德	43	43	依CEE01A6(無針 式接頭+延長管(含 T型)/EA)同功能類 別品項(如特材代 碼 CEE01E030NPW) 之支付點數暫予支 付。	I301-3	月生效
18	CEE013ST21TZ	"善德"延長 管-T型延長管 (免針式)	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-T21	個	衛署醫器 製字第 001132號	善德	43	43	依CEE01A6(無針 式接頭+延長管(含 T型)/EA)同功能類 別品項(如特材代 碼 CEE01NTE10Q4) 之支付點數暫予支 付。	I301-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
19	CEE0135Y21TZ	"善德"延長管-Y型延長管(免針式)	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-Y21	個	衛署醫器製字第001132號	善德	52	52	依CEE01A7(無針式接頭+Y型延長管/EA)同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVE10Q4)之支付點數暫予支付。	I301-3	月生效
20	CEE01NFS10M6	"字仁"免針型輸液加藥器-免針輸液延長管	"IMM" NEEDLE FREE SET	NFS-HS10;NFS-HT10	個	衛署醫器製字第004854號	字仁	43	43	依CEE01A6(無針式接頭+延長管(含T型)/EA)同功能類別品項(如特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	月生效
21	CEE01NFS20M6	"字仁"免針型輸液加藥器-Y型免針輸液延長管	"IMM" NEEDLE FREE SET	NFS-HY10	個	衛署醫器製字第004854號	字仁	52	52	依CEE01A7(無針式接頭+Y型延長管/EA)同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVE10Q4)之支付點數暫予支付。	I301-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
22	CGPW180233XZ	"斯特勞布"導引線	STRAUB"GUIDE WIRE 0.018~0.025" 220~320CM	REF-80233;80234;80235;80281;80265	條	衛部醫器 輸字第 027256號	興東	2,800	2,800	依 GWBB310(GUIDE WIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金,D=0.014",0.052",L=201-300CM,塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW146860SB)之支付點數暫予支付。	無	月生效
23	CGPW1JET19AB	"亞培"高輝格捷特導線	"ABBOTT"HI-TORQUE JET GUIDE WIRE	2078532;2078534	條	衛部醫器 輸字第 027222號	亞培	2,817	2,817	依 GWBA411(GUIDE WIRE(PTCA)/不鏽鋼,D≤0.016",L=101-200CM,有塗層,EXTRASUPPORT)同功能類別品項(如特材代碼CGPW10462HAB)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
24	CGPW1JET30AB	"亞培"高輝格捷特導線	"ABBOTT"HI-TORQUE JET GUIDE WIRE	2078533;2078535;2078536;2078537	條	衛署醫器輸字第027222號	亞培	2,870	2,870	依GWBASII(GUIDE WIRE(PTCA)/不鏽鋼,D≤0.016",L=201-300CM,有塗層,EXTRASUPPO RT)同功能類別品項(如特材代碼CGPW11048NAB)之支付點數暫予支付。	無	月生效
25	CGS01SLE18BK	"百多力"勝能特套疊式冠狀竇導線運輸系統(包括配件)(引導導管*2+切割工具*1+導線*1+輔助配件)	"BIOTRONIK"SELECTRA TELESCOPIC CORONARY SINUS LEAD DELIVERY SYSTEM	375-518;521;523;524;527;537;545;548;392289;392292	組	衛署醫器輸字第027252號	百多力	6,528	6,528	依CGS01AI(配合心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器使用左心室傳送系統)同功能類別品項(如特材代碼CGS0135023BK)之支付點數暫予支付。	C301-1	月生效
26	CHF06EZFACRS	"索倫"動脈導管	"SORIN" EASYFLOW AORTIC CANNULA	103-300	條	衛署醫器輸字第020648號	中訊企業	11,572	11,572	原特材代碼CHF06EZFACRE8,因更改廠牌,故變更特材代碼。	B201-4	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
27	CHF06RAPFVR5	"索倫"雷卜股靜脈導管	"SORIN"RAP FEMORAL VENOUS CANNULA	200-100;200-150	條	衛署醫器輸字第022069號	中聚企業	11,572	11,572	原特材代碼CHF06RAPFVE8，因更改廠牌，故變更特材代碼。	B201-4	月生效
28	CKD006752L2X	"百合"一次性使用無菌血液透析導管及附件(雙腔)	"BAIHE" DISPOSABLE HEMODIALYSIS CATHETER & ACCESSORIES (2 LUMEN)	(FH-21;22;23;25;26;29-11:18)(FH-21;22;23;25;26;29-19-06;12;15;18;35;40;45;50)(FR-21;22;23;25;26;29-11:18)(FR-21;22;23;25;26;29-19-06;12;15;18;35;40;45;50)	組	衛署醫器輸字第000675號	互瑞生技	1,388	1,388	依CKDD1A1(雙迴路透析導管組(CATH+NEEDLE+GUIDEWIRE+DILATOR半月型同心圓))同功能類別品項(如特材代碼CKDD1135132C)之支付點數暫予支付。	無	月生效
29	CKD006753L2X	"百合"一次性使用無菌血液透析導管及附件(三腔)	"BAIHE" DISPOSABLE HEMODIALYSIS CATHETER & ACCESSORIES (3 LUMEN)	(FH-32-11:18)(FH-32-19-06;12;15;18;35;40;45;50)(FR-32-11:18)(FR-32-19-06;12;15;18;35;40;45;50)	組	衛署醫器輸字第000675號	互瑞生技	1,738	1,738	依CKDD3A1(多迴路透析導管組(CATH+NEEDLE+GUIDEWIRE+DILATOR))同功能類別品項(如特材代碼CKDD3456032C)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
33	CMV01951052E	"麥克思"遠端導引導管	"MICRUS" ENVOY DISTAL ACCESS GUIDING CATHETER	6712-6095;5895;6005;5805;5695;5605-D;DB	組	衛部醫器輸字第027024號	壯生	12,000	12,000	依CMV01A0(顯內導入系統/傳送導管+選擇導管)同功能類別品項(如特材代碼CMV01C44562E)之支付點數暫予支付。	無	月生效
34	CXE01CRS04ST	"聖猷達"史普力米生理電極導管(四極)	"SJM" SUPREME ELECTROPHYSIOLOGY CATHETERS 4F,5F,6F QUADRIPOLAR	401890;892;401993;401994;40196;402012;401434;401436;401438;401474;402004;401430;401475;401441;445;401449;401451;401453;401433;401859;401435;401860;401466;401448;401450;401468;401871;401950;952	條	衛部醫器輸字第026918號	聖猷達	7,191	7,191	依CXE01C1(電極導管/4-5極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01SQUADST)之支付點數暫予支付。	無	月生效
35	FALSM0004H	"漢寧達"視能球面親水性人工水晶體	"HANITA" SEE LENS SPHERICAL HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS	See Lens	個	衛部醫器輸字第027247號	佳和美	2,744	2,744	依FALSM03(ACRYS OF I.O.L)同功能類別品項(如特材代碼FALSM03A30AA1)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
36	FBA01HV040DP	"帝富" 追髓骨水泥	"DEPUY" SMARTSET HV BONE CEMENT	3092040	盒	衛署醫器 輸字第 010927號	壯生	839	839	依FBA01A1(BONE CEMENT/40~50GM)同功能類別品項(如特材代碼 FBA0110001H1)之支付點數暫予支付。	無	月生效
37	FBA04B07143V	骨立活人工替代骨(滅菌)ICC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)ICC	NBP10;BGA10;BGB10;BGC10;B GD10	盒	衛署醫器 製字第 004835號	亞東創新	1,923	1,923	依FBA04A1(人工骨/塑膠陶瓷類 IML)同功能類別品項(如特材代碼 FBA0401210XR)之支付點數暫予支付	D111-I	月生效
38	FBA04B08153V	骨立活人工替代骨(滅菌)2.5CC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)2.5CC	NBP25;BGA25;BGB25;BGC25;B GD25	盒	衛署醫器 製字第 004835號	亞東創新	3,150	3,150	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶瓷類2.0-2.99ML以下)同功能類別品項(如特材代碼 FBA0401202XR)之支付點數暫予支付。	D111-I	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
39	FBA04B09163V	骨立活人工替代骨(滅菌)5CC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)5CC	NBP50;BGC50;BGD50	盒	衛部醫器製字第004835號	亞東創新	4,197	4,197	依FBA04A5(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-6ML以下)同功能類別品項(如特材代碼FBA040053NZ0)之支付點數暫予支付。	D111-1	月生效
40	FBA04B10173V	骨立活人工替代骨(滅菌)10CC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)10CC	NBP100;BGC100;BGD100	盒	衛部醫器製字第004835號	亞東創新	8,457	8,457	依FBA04A8(人工骨/塑膠陶磁類/9.01-12ML以下)同功能類別品項(如特材代碼FBA0402410XR)之支付點數暫予支付。	D111-1	月生效
41	FBA04B11183V	骨立活人工替代骨(滅菌)20CC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)20CC	NBP200;BGC200;BGD200	盒	衛部醫器製字第004835號	亞東創新	12,062	12,062	依FBA04AA(人工骨/塑膠陶磁類/18.01-25ML以下)同功能類別品項(如特材代碼FBA0402420XR)之支付點數暫予支付。	D111-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
42	FBA04B12193V	骨立活人工替代骨(滅菌)30CC	VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)30CC	NBP300;BGC300;BGD300	盒	衛署醫器製字第004835號	亞東創新	16,100	16,100	依FBA04AC(人工骨/塑膠陶瓷類/30ML以上)同功能類別品項(如特材代碼FBA0413000M4)之支付點數暫予支付	D111-1	月生效
43	FBPN292001Y2	"亞太醫療"骨針系統/史氏骨針(無螺紋)	"SYNTEC"PIN SYSTEM/STEINMAN PINS(SHANK)	292000;292020;292040;292060;292160	支	衛署醫器製字第000731號	亞太	184	184	依FBPN1A1(Steinman Pin)同功能類別品項(如特材代碼FBPN10579NM1)之支付點數暫予支付。	無	月生效
44	FBS082870CKL	"卡爾斯特"美卡菲士可吸收複合式韌帶螺釘	"KARL STORZ" MEGAFIX-C BIOABSORBABLE COMPOSITE INTERFERENCE SCREW	2870619C;2870623C;2870719C;2870723C;2870728C;2870819C;2870823C;2870828C;2870923C;2870928C	個	衛署醫器製字第021024號	卡爾斯特	4,234	4,234	依FBS08A2(可吸收中空十字韌帶固定螺絲(一般長度或加長型))同功能類別品項(如特材代碼FBS0801768SN)之支付點數暫予支付。	D102-2	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
45	FBSFAN0SDSL2	"阿伐泰克"諾歐椎間融合器:聚醚醚酮(側開型每節椎體限置放1個)	"ALPHATEC"NOVEL SD SPINAL SPACER SYSTEM(PEEK TLIF)	64813-008-SEU;64813-020-SEU;64815-008-SEU;64815-020-SEU;64817-008-SEU;64817-020-SEU	個	醫部醫器 輸字第 026643號	佳鴻	43,943	43,943	依FBSFAA3(TLIF PEEK SYSTEM (脊椎側開型,每節椎體置放一個)同功能類別品項(如特材代碼 FBSFA000021A)之支付點數暫予支付。	D112-4	月生效
46	FHFCDQ3367ST	"聖獻達"克卓亞達拉植入式心律去顫器-四極	"SIM"QUADRA ASSURA IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	CD3367-40;CD3367-40C;CD3367-40Q;CD3367-40QC	個	衛部醫器 輸字第 027023號	聖獻達	609,212	609,212	依FHFCD5(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器-具ATP(Anti-Tachycardiac pacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼 FHFCDQ3367ST)之支付點數暫予支付。	B103-2	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
47	FHP01EN1SRM4	"美敦力"安信諾核磁共振植入式心臟節律器(單腔)	"MEDTRONIC"ENSURA MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER(SR)	EN1SR01	個	衛署醫器輸字第024382號	美敦力	81,477	81,477	依FHP01D2(單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR),有Auto-capture及核磁共振相容功能)同功能類別品項(如特材代碼FHP011NGMRSB)之支付點數暫予支付。	B101-1	月生效
48	FHPCDDR359ST	"聖猷達"福地法亞達拉植入式心律去顫器(((射頻雙腔型))	"SJM"FORTIFY ASSURA IMPLANTABLE RADIOVERTER DEFIBRILLATOR	CD2359-40;CD2359-40C;CD2359-40Q;CD2359-40QC	個	衛署醫器輸字第027035號	聖猷達	483,701	483,701	依FHPCDA7(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDDR279ST)之支付點數暫予支付。	B103-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
49	FHPCDVR359ST	"聖猷達"福地 法亞達拉植入 式心律去顫器 (射頻單腔型)	"SJM"FORTIFY ASSURA IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	CDI359-40;CDI359- 40C;CDI359-40Q;CDI359-40QC	個	衛部醫器 輸字第 027035號	聖猷達	342,335	342,335	依FHPCDA8(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDVR279ST)之支付點數暫予支付。	B103-1	月生效
50	FHPCLLDA22ST	"聖猷達"亞提 旭心臟導線 (主動式固定)	"SJM"OPTISURE LEADS(FOR ICD)	LDA210;LDA220;LDA230;LDA210Q;LDA220Q;LDA230Q	條	衛部醫器 輸字第 027041號	聖猷達	76,664	76,664	依FHPCLAI(心臟去顫器用電極導管(Active Fixation))同功能類別品項(如FHPCLD712QST)之支付點數暫予支付。	B103-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
51	FHPCLLDP22ST	"聖猷達"亞提地心臟導線(非主動固定)	"SJM"OPTISURE LEADS(FOR ICD)	LDP220;LDP230,LDP220Q;LDP230Q	條	衛部醫器輸字第027041號	聖猷達	75,682	75,682	依FHPCLA2(心臟去顫器用電極導管(Passive Fixation))同功能類別品項(如FHPCLD717QST)之支付點數暫予支付。	B103-1	月生效
52	FHX0215128TM	"泰爾茂"穩定器與定位器(滅菌)-亞特萊心臟牽引器	"TERUMO"STABILIZER AND POSITIONER(STERILE)-ATLAS POSITIONER	T401261	個	衛部醫器輸字第015128號	泰爾茂	27,721	27,721	依FHX02A4(OPCAB SYSTEM之Positioner)同功能類別品項(如特材代碼FHX02API70CX)之支付點數暫予支付。	無	月生效
53	FHX02E4031TM	"泰爾茂"穩定器與定位器(滅菌)-心臟不停跳冠狀動脈繞道手術用穩定器	"TERUMO"STABILIZER AND POSITIONER(STERILE)-TITAN STABILIZER	T401231	組	衛部醫器輸字第015128號	泰爾茂	34,805	34,805	依FHX02A2(OPCAB SYSTEM(組件為STABILIZERFEET))同功能類別品項(如特材代碼FHX02E4031E8)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
54	FHX03CPRVPR5	"索倫"離心幫浦	"SORIN"CENTRIFUGAL PUMP REVOLUTION	050300700 REVOLUTION PHISIO	個	衛署醫器 輸字第 026369號	中訊企業	9,062	9,062	依FHX02P1(體外循環用幫浦頭(單組件)/PUMP HEAD(配合INSERT使用))同功能類別品項(如FHX030BP80M4)之支付點數暫予支付。	B201-1	月生效
55	FPP0626201Y2	"亞太醫療"鈦合金顏面骨釘骨板系統/H型迷你骨板/厚1.0MM/3×2孔	"SYNTEC" TITANIUM FACIAL BONE SCREW/PLATE SYSTEM/MINI H-SHAPE PLATE	420262;420267	個	衛署醫器 製字第 000817號	亞太	4,767	4,767	依FPP06A2(MINI 3-D PLATE 3X2HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0606320LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
56	FPP0626202Y2	"亞太醫療"鈦合金顏面骨釘骨板系統/H型迷你骨板/厚1.0MM/4×2孔	"SYNTEC" TITANIUM FACIAL BONE SCREW/PLATE SYSTEM/MINI H-SHAPE PLATE	420263;420268	個	衛署醫器 製字第 000817號	亞太	5,211	5,211	依FPP06A3(MINI 3-D PLATE 4X2HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0606332LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
57	FPP0626203Y2	"亞太醫療"鈦合金顏面骨釘骨板系統/H型迷你骨板/厚1.0MM/2×2孔	"SYNTEC" TITANIUM FACIAL BONE SCREW/PLATE SYSTEM/MINI H-SHAPE PLATE	420266	個	衛署醫器製字第000817號	亞太	3,867	3,867	依FPP06A1(MINI 3-D PLATE 2X2HOLE)同功能類別品項(如特材代碼 FPP0606310LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
58	FPP0715301Y2	"亞太醫療"鈦合金顏面骨釘骨板系統/H微型骨板/厚0.6MM/4×4孔	"SYNTEC" TITANIUM FACIAL BONE SCREW/PLATE SYSTEM/MICRO H PLATE	420153;420158	個	衛署醫器製字第000817號	亞太	10,383	10,383	依 FPP07BD(MICRO BONEPLATE12~22HOLE)同功能類別品項(如特材代碼 FPP070633NLE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效
59	FPP0715302Y2	"亞太醫療"鈦合金顏面骨釘骨板系統/H微型骨板/厚0.6MM/6×4孔	"SYNTEC" TITANIUM FACIAL BONE SCREW/PLATE SYSTEM/MICRO H PLATE	420154;420159	個	衛署醫器製字第000817號	亞太	11,325	11,325	依 FPP07BE(MICRO BONE PLATE >=23HOLE)同功能類別品項(如特材代碼 FPP0706467LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
60	HHM01ADVANN4	"美敦力"先鋒血栓吸除導管	"MEDTRONIC"EXPORT ADVANCE ASPIRATION CATHETER	ADVANCE	組	衛部醫器 輸字第 027015號	美敦力	14,123	14,123	依HHM01A5(抽吸方式移除血栓系統組)同功能類別品項(如特材代碼HHM010VX6HQL)之支付點數暫予支付。	B301-3	月生效
61	NBS070539J3N	"根本"顯影注射筒套組:50;100;150;200CC注射筒1支+填充管	"NEMOTO"DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE*1+J TUBE	TM0539J;TM0539O;TM0539S;TM0539U	支	衛部醫器 製字第 004916號	太平洋	222	222	依NBS07A2(造影藥劑注射筒(含吸管)同功能類別品項(如特材代碼NBS0700096LF)之支付點數暫予支付。	無	月生效
62	NBS070539K3N	"根本"顯影注射筒套組:注射筒+60"螺旋管+填充管	"NEMOTO"DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE+COILED LINE+J TUBE	TM0539K;TM0539P	組	衛部醫器 製字第 004916號	太平洋	313	313	依NBS07A3(造影藥劑注射筒+螺旋管)同功能類別品項(如特材代碼NBS070539E3N)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
63	NBS070539L3N	"根本"顯影注射筒套組:注射筒2支+60"螺旋Y管+填充管	"NEMOTO"DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE*2+COILED LINE+J TUBE	TM0539L;TM0539M;TM0539Q	組	衛部醫器製字第004916號	太平洋	435	435	依NBS07A6(造影藥劑注射筒2支+Y型螺旋低壓連接管)同功能類別品項(如特材代碼NBS070539F3N)之支付點數暫予支付。	無	月生效
64	NBS070539N3N	"根本"顯影注射筒套組:注射筒50;100;150;200CC	50;100;150;200CC"NEMOTO"DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE	TM0539I;TM0539N;TM0539R;TM0539T	支	衛部醫器製字第004916號	太平洋	222	222	依NBS07A1(造影藥劑注射筒)同功能類別品項(如特材代碼NBS0700150MH)之支付點數暫予支付。	無	月生效
65	NBS0780099LF	"理博"注射筒及配件:注射筒+延長管+抽藥管	"LF"DISPOSABLE ASSOCIATED W/POWER INJECTORS:CT 9000 ADV-CT MULTIPACK	800099	支	衛部醫器輸字第026413號	集德	313	313	依NBS07A3(顯影劑注射筒+延長管)同功能類別品項(如特材代碼NBS0700099LF)之支付點數暫予支付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
66	NBS0780180LF	"理博"注射筒 及配件:注射 筒2支+Y型延 長管	"LF"DISPOSABLE ASSOCIATED W/POWER INJECTORS:OPTIST AR-MR SYRINGE MULTIPACK	801800	組	衛署醫器 輸字第 026413號	集德	435	435	依NBS07A6(顯影 劑注射筒2支+Y型 延長管)同功能類 別品項(如特材代 碼NBS0701021N8) 之支付點數暫予支 付。	無	月生效
67	NBS0784402LF	"理博"注射筒 及配件:注射 筒2支+Y型延 長管+抽藥管	"LF"DISPOSABLE ASSOCIATED W/POWER INJECTORS:OPTIVA NTAGE-SYRINGE- DUAL PACK 200ML	844022	組	衛署醫器 輸字第 026413號	集德	435	435	依NBS07A6(顯影 劑注射筒2支+Y型 延長管)同功能類 別品項(如特材代 碼NBS0701021N8) 之支付點數暫予支 付。	無	月生效
68	NES0115011AG	"亞康恩"骨髓 活體組織切片 針	"ARGON" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE-BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE	DBMNI501;DBMNI504;DBMNI 601	支	衛署醫器 輸字第 018485號	春葛	529	529	原特材代碼 NES0115011ZM, 因更改廠牌,故變 更特材代碼。	無	月生效
69	NES0118015AG	"亞康恩"骨髓 活體組織切片 針	"ARGON" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE- PEDIATRIC BONE MARROW NEEDLE	ION18015	支	衛署醫器 輸字第 018485號	春葛	598	598	原特材代碼 NES0118015ZM, 因更改廠牌,故變 更特材代碼。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
70	NES01BMHNIAG	"亞康思"骨髓活體組織切片針	"ARGON"BONE MARROW BIOPSY NEEDLE-BONE MARROW HARVEST NEEDLE WITH SIDE HOLE	BMHNI104X;BMHNI1304X;BMHNI104VX;BMHNI1304VX	支	衛署醫器輸字第018485號	春舊	529	529	原特材代碼 NES01BMHNI160ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。	無	月生效
71	NES01BNI160AG	"亞康思"骨髓活體組織切片針	"ARGON"BONE MARROW BIOPSY NEEDLE-OSTY CORE BONE BIOPSY NEEDLE	OBN16075;OBN16125;OBN16165	支	衛署醫器輸字第018485號	春舊	598	598	原特材代碼 NES01BNI160ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。	無	月生效
72	NES0310800AG	"亞康思"拜爾寶全組織切片器	"ARGON"BIOPINCE FULL-CORE BIOPSY INSTRUMENT 10CM	360-1080-01;(370-1080-01自1040901生效)	支	衛署醫器輸字第010588號	春舊	633	633	原特材代碼 NES0310800ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。擴增產品型號370-1080-01。	無	月生效
73	NES0315800AG	"亞康思"拜爾寶全組織切片器	"ARGON"BIOPINCE FULL-CORE BIOPSY INSTRUMENT 15CM	360-1580-01;(370-1580-01自1040901生效)	支	衛署醫器輸字第010588號	春舊	633	633	原特材代碼 NES0315800ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。擴增產品型號370-1580-01。	無	月生效
74	NES0320800AG	"亞康思"拜爾寶全組織切片器	"ARGON"BIOPINCE FULL-CORE BIOPSY INSTRUMENT 20CM	360-2080-01	支	衛署醫器輸字第010588號	春舊	633	633	原特材代碼 NES0320800ZM，因更改廠牌，故變更特材代碼。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
75	NES0470121AG	"亞康思"舒普克半自動組織切片器	"ARGON" SUPER CORE SEMI-AUTOMATIC BIOPSY INSTRUMENT	701214090;701214150;701214200;701216090;701216150;701216200;701218090;701218150;701218200;701220090;701220150;701220200	組	衛部醫器輸字第026771號	春舊	1,380	1,380	依NES01A5(同軸庫可取樣針組(同軸導引針+自動軟組織切片針)同功能類別品項(如特材代碼NES04CT14NJ6)之支付點數暫予支付。	A215-1	月生效
76	WDD0800020SN	"史耐輝"索羅特傷口清創修護凝膠(未滅菌)	"SMITH & NEPHEW" SOLOSITE WOUND GEL (NON-STERILE)	36100614	條	衛部醫器輸字第014486號	英商史耐輝	276	140	依WDD08G2(人工生物化學覆蓋物/HYDROGEL/約15GM,20GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD08000153M)之支付點數暫予支付。	A217-1	月生效
77	WDD0800050SN	"史耐輝"索羅特傷口清創修護凝膠(未滅菌)	"SMITH & NEPHEW" SOLOSITE WOUND GEL (NON-STERILE)	36361338	條	衛部醫器輸字第014486號	英商史耐輝	555	345	新增WDD08GE(人工生物化學覆蓋物/HYDROGEL/約50GM)核價類別,依50GM類似功能類別品項(如特材代碼WDD08HDGE12H)之支付點數之規格量計算暫予支付。	A217-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
78	WDD0800085SN	"史耐輝"索羅 特傷口清創修 護凝膠(未滅 菌)	"SMITH & NEPHEW" SOLOSITE WOUND GEL (NON- STERILE)	449600	條	衛署醫器 輸壹字第 014486號	英商史 耐輝	950	586	新增WDD08GF(人 工生物化學覆蓋物 /HYDROGEL/約 85GM)核價類別,依 類似功能類別品項 (如特材代碼 WDD08HDGE12H) 之支付點數之規格 量計算暫予支付。	A217-1	月生效
79	WDD08010102H	赫麗敷藻酸 鈣鹽敷料(滅 菌)	HERADERM ALGINATE WOUND DRESSING (STERILE)	HD-AL08	片	衛署醫器 製壹字第 005628號	安美得 生醫	112	112	依WDD08C4(人工 生物化學覆蓋物/ ALGINATE DRESSING,面積約 100cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD08A0202ZW) 之支付點數暫予支 付。	A217-1	月生效
80	WDD0819921HL	"鶴牌"超薄型 癒合片(滅菌)	"HOLLISTER" RESTORE EXTRA THIN WOUND CARE DRESSING (STERILE)	9921	片	衛署醫器 輸壹字第 000943號	佳醫	53	53	依WDD08T4(人工 生物化學覆蓋物/ Hydrocolloid dressing(薄),面積約 100-124cm2)同功 能類別品項(如特 材代碼 WDD0801010F4)之 支付點數暫予支 付。	A217-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
81	WDD0820627F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420627	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	510	317	依WDD08D2(人工 生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約150cm2- 199cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0897121LN) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效
82	WDD0820628F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420628	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	815	559	依WDD08D5(人工 生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約300cm2- 349cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0897321LN) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效
83	WDD0820629F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420629	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	1,100	633	新增WDD08D7(人 工生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING (含銀)/面積約 400cm2-449cm2)核 價類別,依類似功能 類別之支付點數之 面積比例計算暫予 支付。	A217-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
84	WDD0820639F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420639	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	130	55.3	依WDD08DF(人工 生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積50cm2以下) 同功能類別品項 (如特材代碼 WDD08G0101ZW) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效
85	WDD0820642F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420642	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	360	184	依WDD08D1(人工 生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約100cm2- 149cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼WDD0801044P1) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效
86	WDD0820645F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420645	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	720	368	依WDD08D3(人工 生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約200cm2- 249cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0839580LN) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
87	WDD0820646F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420646	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	1,120	633	新增WDD08D7(人 工生物化學覆蓋物 /FOAMDRESSING (含銀)/面積約 400cm2-449cm2)核 價類別,依類似功能 類別之支付點數之 面積比例計算暫予 支付。	A217-3	月生效
88	WDD0820681F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420681	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	330	184	依WDD08D1(人 工生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約100cm2- 149cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD08G020ZZW) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
89	WDD0820805F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420805	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	190	115	新增WDD08D0(人 工生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING (含銀)/面積約 50cm2-99cm2)核價 類別,依類似功能類 別之支付點數之面 積比例計算暫予支 付。	A217-3	月生效
90	WDD0820806F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420806	片	衛部醫器 輸字第 027127號	康威特	840	559	依WDD08D5(人 工生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING(含銀) /面積約300cm2- 349cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0839590LN) 之支付點數暫予支 付。	A217-3	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
91	WDD0820807F4	"康威"愛康 膚-銀泡棉敷 料	"CONVATEC" AQUACEL AG FOAM DRESSING	420807	片	衛署醫器 輸字第 027127號	康威特	1650	974	新增WDD08DB(人 工生物化學覆蓋物 /FOAM DRESSING (含銀)/面積約 700cm2-799cm2)核 價類別,依類似功能 類別之支付點數之 面積比例計算暫予 支付。	A217-3	月生效
92	WDD087335CSN	"史耐輝"愛力 膚親水性敷料 (滅菌)	"SMITH & NEPHEW" ALLEVYN NON-ADHESIVE DRESSING (STERILE)	66007335	片	衛署醫器 陸輸查字 第001842 號	英商史 耐輝	245	225	依WDD08G7(人工 生物化學覆蓋物/ FOAM DRESSING, 面積約151cm2- 200cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0800249SN) 之支付點數暫予支 付。	A217-1	月生效
93	WDD087637CSN	"史耐輝"愛力 膚親水性敷料 (滅菌)	"SMITH & NEPHEW" ALLEVYN NON-ADHESIVE DRESSING (STERILE)	66007637	片	衛署醫器 陸輸查字 第001842 號	英商史 耐輝	119	119	依WDD08G5(人工 生物化學覆蓋物/ FOAM DRESSING, 面積約51cm2- 100cm2)同功能類 別品項(如特材代 碼 WDD0800248SN) 之支付點數暫予支 付。	A217-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共96項(項次1~項次96 詳頁次1-1~1-37)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
94	WDD087638CSN	"史耐輝"愛力膚親水性敷料(滅菌)	"SMITH & NEPHEW" ALLEVYN NON-ADHESIVE DRESSING (STERILE)	66007638	片	衛署醫器陸輸字第001842號	英商史耐輝	395	364	依WDD08GA(人工生物化學覆蓋物/FOAM DRESSING,面積約301cm ² -400cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0800251SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	月生效
95	WDD08HC0802H	赫麗敷超薄型親水性敷料(滅菌)	HERADERM HYDROCOLLOID THIN DRESSING (STERILE)	HD-HC08	片	衛署醫器製字第005620號	安美得生醫	53.2	53.2	依WDD08T4(人工生物化學覆蓋物/Hydrocolloid dressing(薄),面積約100-124cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0801010J9)之支付點數暫予支付。	A217-1	月生效
96	WDD08HD0802H	赫麗敷親水性敷料(滅菌)	HERADERM HYDROCOLLOID DRESSING (STERILE)	HD-HD08	片	衛署醫器製字第005624號	安美得生醫	119	119	依WDD08H4(人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING,面積約100cm ²)同功能類別品項(如特材代碼WDD0801008J9)之支付點數暫予支付。	A217-1	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共4項(項次97~項次100 詳頁次1-38~1-39)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
97	FALSNSLAF04H	"漢寧達"愛視能 非球面人工水晶 體(自付差額)	"HANITA" SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS	SeeLensAF	個	衛部醫器輸 字第027248號	佳和 美	35,000	2,744	自付差額品項，依 FALSNAI(非球面軟式 人工水晶體)近似功能 類別品項(如特材代碼 FALSNWAVE1A1)之支 付點數暫予支付，超過 部分由病患自付。	無	月生效
98	FALSNSLAFE4H	"漢寧達"愛視預 載式非球面人工 水晶體(自付差 額)	"HANITA" SEELENS AF EASY PRELOADED ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS	SeeLensAFeasy	個	衛部醫器輸 字第027250號	佳和 美	35,000	2,744	自付差額品項，依 FALSNAI(非球面軟式 人工水晶體)近似功能 類別品項(如特材代碼 FALSNWAVE2HY)之支 付點數暫予支付，超過 部分由病患自付。	無	月生效
99	FALSNSLHP04H	"漢寧達"必視能 非球面疏水性人 工水晶體(自付 差額)	"HANITA" SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS	SeeLensHP	個	衛部醫器輸 字第027258號	佳和 美	35,000	2,744	自付差額品項，依 FALSNAI(非球面軟式 人工水晶體)近似功能 類別品項(如特材代碼 FALSNWAVE1A1)之支 付點數暫予支付，超過 部分由病患自付。	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共4項(項次97~項次100 詳頁次1-38~1-39)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支 付點數	核價說明	給付規定	生效日期
100	FALSNSLMF04H	"漢寧達"全視能 非球面多焦點人 工水晶體(自付 差額)	"HANITA" SEELENS MF ASPHERIC MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS	SeeLensMF	個	衛部醫器輸 字第027251號	佳和 美	65,000	2,744	自付差額品項，依 FALSNA2(多焦點軟式 人工水晶體)近似功能 類別品項(如特材代碼 FALSNMUL T2A1)之支 付點數暫予支付，超過 部分由病患自付。	無	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共8項(項次101~項次143,詳頁次140~143)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付規定	生效日期
101	CBB01PTA35Y8	艾維血管擴張 氣球導管	EVERCROSS .035 OTW PTA DILATATION CATHETER	AB35W03020135;AB35W1 2040135;(AB35W- 05020040;08060040;030200 80;12060080自991001生 效)(AB35W-03-07-150;200- 080;135自1040901刪除)	條	衛署醫器輸字 第020573號	柯惠	5,398	5,398	刪除產品型號 AB35W-03-07- 150;200-080;135	無	月生效
102	CBC02C0810CD	"考迪斯"史瑪特 鐮狀支架系統 (腸胃血管支架)	"CORDIS"S.M.A.R .T.CONTROL NITINOL STENT SYSTEM(ILIAC)	C090;C100-20;40;60- SL;ML;(C080-20;40;60;80- SL;ML;C081-100-SL;ML自 1011001刪除)(C080- 20;40;60;80;100-SV;MV;C- 090;100-20;40;60;80- SV;MV;C-120;140- 30;40;60;80-SV;MV;C080- 20;40;60;80;100-SL;ML自 1040901生效)	組	衛署醫器輸字 第022375號	壯生	27,129	27,129	擴增產品型號 C080- 20;40;60;80;100- SV;MV;C-090;100- 20;40;60;80- SV;MV;C-120;140- 30;40;60;80- SV;MV;C080- 20;40;60;80;100- SL;ML	A220-2	月生效

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共8項(項次101~項次108, 詳頁次1-40~1-43)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付規定	生效日期
103	CBP02NCSPRM4	"美敦力"史賓特 高壓快速交換氣 球擴張導管(冠 狀動脈)	"MEDTRONIC"NC SPRINTER RAPID EXCHANGE BALLOON DILATATION CATHETER	NCSP- 20;225;25;30;325;35;375;40 -06X;12X;21X;NCSP- 20;25;30;325;35;375;40- 09X;15X;NCSP-5015X;-45- 15X;21X;NCSP-25;40- 27X(NCSP275- 06;09;12;15;21-X自 1040901生效)	條	衛署醫器輸字 第018001號	美敦 力	6,843	6,843	擴增產品型號 NCSP275- 06;09;12;15;21-X	無	月生效
104	CHR01AR212L5	"加州"動脈根部 套管	"CALIFORNIA" AORTIC ROOT CANNULAE	11112;11116;20114;AR- 20112(刪除型號20114及 AR-20112, 修改型號為 AR-11112;11116自1040901 生效)	支	衛署醫器輸字 第010406號	興東	616	616	刪除產品型號 20114及AR-20112 , 依醫療器材許可 證仿單, 修正型號 為AR-11112;11116	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共8項(項次101~項次108, 詳頁次1-40~1-43)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付規定	生效日期
105	CHT0147015GJ	"吉生"體外循環 管組-塑膠管	"JSM"HEART LUNG PACK-PVC TUBING	47-00015-00:08(32-000901- 02自1040901生效)	條	衛署醫器製字 第003920號	吉生	3,748	3,748	擴增產品型號32- 000901-02	無	月生效
106	CHT0347016GJ	"吉生"體外循環 管組-PHISIO塗 層塑膠管	"JSM"HEART LUNG PACK-PVC TUBING WITH PHISIO COATING	47-00016-00:07(32-000901- 03自1040901生效)	條	衛署醫器製字 第003920號	吉生	3,829	3,829	擴增產品型號32- 000901-03	無	月生效

報告案第1案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共8項(項次101~項次108,詳頁次1-40~1-43)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	廠商建議 支付點數	初核支付 點數	核價說明	給付規定	生效日期
107	FBKPI2403NU0	"聯合"聯膝人工 膝關節:髌骨	"UNITED" UKNEE TOTAL KNEE SYSTEM:PATELL A	2403-1010;1050;(2403- 1060;1070自991001生 效)(2401- 1010;1020;1030;1040自 104.09.01生效)	個	衛署醫器製字 第000663號	聯合	5,961	5,961	擴增產品型號 2401- 1010;1020;1030;10 40	D108-1	月生效
108	NANI6534INAG	雅客特殊針頭: 導引穿刺針(三 針)	ARGON SPECIALTY NEEDLE:ARTERI AL CATHETER NEEDLE	195341;42;43(195342自104 年7月1日刪除)	支	衛署醫器輸字 第007022號	寶密	203	203	刪除產品型號 195342	無	104/07/01

報告案 2

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

共 55 項；醫療器材許可證註銷及刪除品項 53 項/第 2-1~2-13 頁；
項次 1-53，核價類別變更價格不變品項 2 項/第 2-14 頁；項次
54-55。

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
1	CBP0150200BB	"柏朗"冠狀動脈支架系統:含傳輸系統	"B. BRAUN" COROFLEX CORONARY STENT SYSTEM:WITH DELIVERY SYSTEM	5020040;50201-13;14;50201-41;42;43;76;77;78;79	個	衛署醫器輸字第011554號	台灣柏朗	許可證逾期	104/8/1
2	CBP0150201BB	"柏朗"冠狀動脈支架系統:含傳輸系統	"B. BRAUN" COROFLEX CORONARY STENT SYSTEM:WITH DELIVERY SYSTEM	50201-03;04;91;92;93;94;50219-00;11;22;33	個	衛署醫器輸字第011554號	台灣柏朗	許可證逾期	104/8/1
3	CDD0404300SA	"泰爾茂"尚斯心內用抽吸管(引流管/雙腔)	"TERUMO" SARNIS INTRACARDIAC SUCKERS	4300;15236;14991;10840	條	衛署醫器輸字第011400號	泰爾茂	許可證逾期	104/8/1
4	CDD1100004KM	"益鳴"穿刺套管:穿刺針×1+外管×1+固定轉接頭×1	"METROMED" TROCAR	TR04-A;TR04-B;TR04-C;TR04-D	組	衛署醫器製字第002967號	益鳴	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
5	CDD1100066KM	"益鳴"穿刺套管:穿刺針×1+ 外管×2+固定轉接頭×2	"METROMED"TROCAR	TR06-KIT(2);TR06- KIT(3);TR06-KIT(4);TR07- KIT(2);TR07-KIT(3);TR07- KIT(4);TR08-KIT(2);TR08- KIT(3);TR08-KIT(4)	組	衛署醫器製字第 002967號	益鳴	許可證逾期	104/8/1
6	CDD11100011T	"仁濟"穿刺器:5MM 鈍頭(穿 刺針×1+外管×1+固定轉接 頭×1)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST1000	組	衛署醫器製字第 002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
7	CDD11100021T	"仁濟"穿刺器:5MM 鈍頭(穿 刺針×1+外管×2+固定轉接 頭×2)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST1000TK	組	衛署醫器製字第 002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
8	CDD11101011T	"仁濟"穿刺器:5MM 軟管(穿 刺針×1+外管×1+固定轉接 頭×1)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST1010	組	衛署醫器製字第 002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
9	CDD11101021T	"仁濟"穿刺器:5MM 軟管(穿 刺針×1+外管×2+固定轉接 頭×2)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST1010TK	組	衛署醫器製字第 002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
10	CDD11200011T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺內 管×1+穿刺外管×1+固定式 轉接頭×1)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST2000	組	衛署醫器製字第 002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
11	CDD11200021T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺針×1+外管×2+固定轉接頭×2)	"TOPBOUND" SURGICAL TROCAR SET	TST2000TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
12	CDD11201011T	"仁濟"穿刺器:5MM 尖頭硬管(穿刺針×1+外管×1+固定轉接頭×1)	"TOPBOUND" SURGICAL TROCAR SET	TST2010	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
13	CDD11201021T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺針×1+外管×2+固定轉接頭×2)	"TOPBOUND" SURGICAL TROCAR SET	TST2010TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
14	CDD11210011T	"仁濟"穿刺器:5-10MM(穿刺內管×1+穿刺外管×1+可變式轉接頭×1)	"TOPBOUND" SURGICAL TROCAR SET	TST2100	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
15	CDD11210021T	"仁濟"穿刺器:10MM(穿刺針×1+外管×2+可變式轉接頭×2)	"TOPBOUND" SURGICAL TROCAR SET	TST2100TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
16	CDD11220021T	"仁濟"穿刺器:12MM(穿刺針×1+外管×2+可變式轉接頭×2)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST2200TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
17	CDD11300031T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺針×1+外管×3+固定式轉接頭×3)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST3000TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
18	CDD11310041T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺針×1+外管×4+固定式轉接頭×4)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST3100TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1
19	CDD11320031T	"仁濟"穿刺器:5MM(穿刺針×1+外管×3)+(10MM:穿刺針×1+外管×1+可變式轉接頭×1)	"TOPBOUND"SURGICAL TROCAR SET	TST3200TK	組	衛署醫器製字第002937號	仁濟	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
20	CDD12MSXB1US	"優施西"可視式腹腔鏡汽球 摺開式套管	"USSC" EXTRA VIEW STERILE BALLOON	OMS-XB1;OMS-XB2	條	衛署醫器輸字第 011502號	柯惠	許可證逾期	104/8/1
21	CDP010ACL1CK	"曲克"單動作支架引導系統 腔鏡導支架	"COOK" OASIS PRE-LOADED STENT INTRODUCTION SYSTEM	OACL-7;8.5;10;11.5- 5;7;9;12;15	個	衛署醫器輸字第 011498號	曲克	許可證逾期	104/8/1
22	CDP01E001NCK	"曲克"鼻—膽道引流管套	"COOK" NASAL BILIARY DRAINAGES SETS	ENBD-5.8.5-LIGUORY	個	衛署醫器輸字第 011262號	曲克	許可證逾期	104/8/1
23	CDP01EC01NCK	"曲克"鼻—膽道引流管套	"COOK" NASAL BILIARY DRAINAGES SETS	ENBD-5.8.5-LIGUORY-C	個	衛署醫器輸字第 011262號	曲克	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
24	CDP01EC02NCK	"曲克"鼻—膽道引流管套	"COOK" NASAL BILIARY DRAINAGES SETS	ENBD-5.8.5-NAG-C	個	衛署醫器輸字第011262號	曲克	許可證逾期	104/8/1
25	CGS0100412K0	"期茂"導引鞘組	ANGIOGATE HV INTRODUCER KIT	K63/0412W;0512W;0612W;0712W;0812W;0912W	組	衛署醫器輸字第021150號	前茂	許可證逾期	104/8/1
26	CGS010512TK0	"期茂"導引鞘組	ANGIOGATE TRANSRADIAL INTRODUCER KIT	K63/0512/TR;TRH;TRS;TRHS;K63/0612/TR;TRH;TRHS;K63/0712/TR;TRH	組	衛署醫器輸字第021150號	前茂	許可證逾期	104/8/1
27	CGS010519TK0	"期茂"導引鞘組	ANGIOGATE TRANSRADIAL INTRODUCER KIT	K63/0519;0524;0619;0624;0719;0724/TR;TRH	組	衛署醫器輸字第021150號	前茂	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
28	CGS0141040K0	"期茂"導引鞘組:微型導引器組	"KIMAL" ANGIOGATE INTRODUCER KIT	(K63/41040NP4E;NP7E;N7E;SS7E;SS7S)(K63/51040NP7E;NS7E;SS7E;SS7S)	組	衛署醫器輸字第021150號	前茂	許可證逾期	104/8/1
29	CGS0141060K0	"期茂"導引鞘組:微型導引器組	"KIMAL" ANGIOGATE INTRODUCER KIT	(K63/41060NS7E;NP7E;SS7E);(K63/51060NS7E;NP7E;SS7E)	組	衛署醫器輸字第021150號	前茂	許可證逾期	104/8/1
30	CMV0214270SB	"波士頓科技"灌注治療導管	"BOSTON SCIENTIFIC" TRACKER EXCEL-14 MICROCATHETER	M00314260-10;90;M00314270-10;90	條	衛署醫器輸字第011487號	史賽克	許可證逾期	104/8/1
31	CMV02142NNNTA	"波士頓科技"灌注治療導管	"BOSTON SCIENTIFIC" TRACKER EXCEL-14 MICROCATHETER	142609;701	條	衛署醫器輸字第011487號	史賽克	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
32	FBHC1124XNDP	"帝富"奎尼人工髖關節系統: 髖臼杯	"DEPUY" CHARNLEY TOTAL HIP SYSTEM:AML CUP	1246;47-48;64;1245- XX;1107-XX	個	衛署醫器輸字第 009438號	壯生	許可證逾期	104/8/1
33	FBS080410INF	"盈力恩"生物可吸收性骨釘 骨板系統:骨釘	"INION" BIODEGRADABLE MINI PLATING SYSTEM:SCREW	ACL-4101:ACL- 4109:ACL-4112	支	衛署醫器輸字第 011258號	盈定	許可證逾期	104/8/1
34	FHPHFH1401GU	"佳騰"控速刻脈搏產生器	"GUIDANT" CONTAK RENEWAL CRT-P PULSE GENERATOR	H140;H145	個	衛署醫器輸字第 011418號	波士頓	許可證逾期	104/8/1
35	HHF02RC101WX	"雙威"單次使用濾除白血球 過濾器(全血及紅血球用)	"SHUANGWEI" LEUKOCYTE REDUCTION FILTER FOR BLOOD	FTS-RC101	個	衛署醫器輸字第 000268號	綠博	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
36	HHF02RC102WX	"雙威"單次使用濾除白血球 過濾器(全血及紅血球用)	"SHUANGWEI" LEUKOCYTE REDUCTION FILTER FOR BLOOD	FTS-RC102	個	衛署醫器陸輸字 第000268號	綠博	許可證逾期	104/8/1
37	HHF02RC201WX	"雙威"單次使用濾除白血球 過濾器(全血及紅血球用)	"SHUANGWEI" LEUKOCYTE REDUCTION FILTER FOR BLOOD	FTS-RC201	個	衛署醫器陸輸字 第000268號	綠博	許可證逾期	104/8/1
38	HHF02RC202WX	"雙威"單次使用濾除白血球 過濾器(全血及紅血球用)	"SHUANGWEI" LEUKOCYTE REDUCTION FILTER FOR BLOOD	FTS-RC202	個	衛署醫器陸輸字 第000268號	綠博	許可證逾期	104/8/1
39	SAS02MLC60J8	"南京邁迪欣"一次性使用直 線型切割吻和器和釘倉	"NANJING MAIDIXIN" DISPOSABLE LINEAR CUTTER AND CARTRIDGE	MLC-60	夾	衛署醫器陸輸字 第000264號	鴻泰	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
40	SAS02MLC80J8	"南京邁迪欣"一次性使用直線型切割吻和器和釘倉	"NANJING MAIDIXIN" DISPOSABLE LINEAR CUTTER AND CARTRIDGE	MLC-80	夾	衛署醫器陸輸字第000264號	鴻泰	許可證逾期	104/8/1
41	SAU02MLCCCJ8	"南京邁迪欣"一次性使用直線型切割吻和器和釘倉	"NANJING MAIDIXIN" DISPOSABLE LINEAR CUTTER AND CARTRIDGE	MLCC-60;MLCC-80	夾	衛署醫器陸輸字第000264號	鴻泰	許可證逾期	104/8/1
42	TKP04REL01RC	"仁斐"乳房定位器材組	"RANFAC" BREAST MARKING SYSTEM	REL-5;REL-7.5;REL-10	組	衛署醫器輸壹字第008877號	美實	許可證逾期	104/8/1
43	TKP04SBS01RC	"仁斐"乳房定位器材組	"RANFAC" BREAST MARKING SYSTEM	SBS-5;SBS-7.5;SBS-10	組	衛署醫器輸壹字第008877號	美實	許可證逾期	104/8/1

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
44	CDD13DGGK00ZM	"美迪克"安齒導入及引流導管(滅菌)(乳管攝影導管)	"MD TECH" ANGIOTECH INTRODUCTION/DRAINAGE CATHETER(STERILE)	DGK002X;DGK002SX	組	衛署醫器輸字第009934號	春昌	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
45	CHF06EZFACE8	"艾斯泰格"動脈導管	"ESTECH" EASYFLOW AORTIC CANNULA	103-300	條	衛署醫器輸字第020648號	中訊企業	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
46	CHF06RAPFVE8	"艾斯泰格"雷卜股靜脈導管	"ESTECH" RAP FEMORAL VENOUS CANNULA	200-100;200-150	條	衛署醫器輸字第022069號	中訊企業	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
47	NES0115011ZM	"美迪克"骨髓活體組織切片針	"MD TECH" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE	DBMN1-1501;1504;1601	支	衛署醫器輸字第018485號	春昌	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
48	NES0118015ZM	"美迪克"骨髓活體組織切片針	"MD TECH" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE	ION18015	支	衛署醫器輸字第018485號	春蕾	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
49	NES01BMHN1ZM	"美迪克"骨髓活體組織切片針	"MD TECH" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE	BMHN-1104-X;1304-X;VX	支	衛署醫器輸字第018485號	春蕾	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
50	NES01BN160ZM	"美迪克"骨髓活體組織切片針	"MD TECH" BONE MARROW BIOPSY NEEDLE	OBN-16075;16125;16165	支	衛署醫器輸字第018485號	春蕾	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效
51	NES0310800ZM	"美迪克"拜爾寶全組織切片器	"MD TECH" BIOPINCE FULL CORE BIOPSY INSTRUMENT 10CM	360-1080-01	支	衛署醫器輸字第010588號	春蕾	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	月生效

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項特材品項共53項(項次1~項次53 詳頁次2-1~2-13)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	核價說明	生效日期
52	NES0315800ZM	"美迪克"拜爾寶全組織切片器	"MD TECH" BIOPINCE FULL CORE BIOPSY INSTRUMENT 15CM	360-1580-01	支	衛署醫器輸字第010588號	春昌	廠牌代碼變更， 變更特材代碼， 故刪除原代碼。	月生效
53	NES0320800ZM	"美迪克"拜爾寶全組織切片器	"MD TECH" BIOPINCE FULL CORE BIOPSY INSTRUMENT 20CM	360-2080-01	支	衛署醫器輸字第010588號	春昌	廠牌代碼變更， 變更特材代碼， 故刪除原代碼。	月生效

報告案第2案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

二、核價類別變更品項共2項(項次54~項次55 詳頁次2-14~2-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	原核價類別	初核變更之核價類別	核價說明	給付規定	生效日期
54	FALSNMULT4A2	"眼力健"添視明 多焦點散光矯正 單片型一片式人 工水晶體(自付差 額品項)	"AMO"TECNIS TORIC MULTIFOCAL I- PIECE SOFT ACRYLIC LENS	ZMT150;ZMT 225;ZMT300;Z MT400	個	衛署醫器輸 字第024793號	眼力健	FALSN49(多焦 點+散光人工水 晶體)	FALSN4A(非 球面款式+多 焦點+散光人 工水晶體)	廠商建議變更 核價類別,經確 認醫療器材許 可證所列功能 同意變更功能 類別。	無	月生效
55	FALSNTORC1A2	"眼力健"添視明 散光矯正單片型 折疊式人工水晶 體·散光非球面軟 式人工水晶體(自 付差額品項)	"AMO"TECNIS TORIC I-PIECE SOFT ACRYLIC LENS	ZCT100;ZCT1 50;ZCT225;ZC T300;ZCT400	個	衛署醫器輸 字第023156號	眼力健	FALSN43(散光 功能款式人工 水晶體)	FALSN46(散 光非球面軟 式人工水晶 體)	廠商建議變更 核價類別,經確 認醫療器材許 可證所列功能 同意變更功能 類別。	無	月生效

討論案 1

有關「日商泰爾茂股份有限公司台北分公司」建議將用於燒燙傷之特材「” 奧林柏斯泰爾茂” 貼得適人造真皮"OLYMPUSTERUMO" TERUDERMIS ARTIFICIAL DERMIS」及「騏鈺實業股份有限公司」之「皮敷美人工真皮 PELNAC ARTIFICIAL DERMIS」納入健保給付乙案，提請討論。

「“奧林柏斯泰爾茂”貼得適人造真皮
“OLYMPUSTERUMO” TERUDERMIS
ARTIFICIAL DERMIS」及「皮敷美人工真皮
PELNAC ARTIFICIAL DERMIS」

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「日商泰爾茂股份有限公司台北分公司」建議將用於燒燙傷之特材「“奧林柏斯泰爾茂”貼得適人造真皮」4項，及「騏鈺實業股份有限公司」之「皮敷美人工真皮」5項，共9項納入健保給付。

➤ 本案特材用於燒傷、外傷、手術創傷及粘膜缺損修復使用之特材。

本署建議：本案特材屬創新功能類別特材，建議納入健保給付。



疾病治療簡介(1)

□ 燒燙傷依原因：熱液燙傷、火燄燒傷、化學灼傷、電灼傷、吸入性呼吸道傷害、其他如曬傷。

● 傷口處理方法

📖 初步處理：初步清創、包紮療法、暴露療法。



📖 手術處理：焦痂處理、植皮修復法、生物敷料與皮膚替代品。



3

本案特材簡介

□ 皮膚具有上皮層以及真皮層。理想的皮膚代替物應該具有容易取得、保存年限長、包括上皮層與真皮層、近似正常皮膚的外觀、物理特質、抗菌能力、癒合能力以及伴隨身體生長的能力。人造真皮的研究是為了補自體表皮細胞培養移植之不足。為了希望能夠有“真皮層再生”的類似結果，人造真皮經由提供與真皮組織一樣的架構，來引導人體細胞及細胞間質逐漸取代人造真皮，最終形成新的真皮層。它的優點有提升燒燙傷病人的存活率、減少增生性疤痕的發生、皮膚品質優於分層皮膚移植等。



廠商建議資料(1)

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
奧林柏斯泰爾茂貼得適 人造真皮(2.5cm x 2.5cm)	13,500	使用量	1,000	1,250	1,500
		特材費用	13,500,000	1,6875,000	20,250,000

5

廠商建議資料(2)

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
皮數美人工真皮 (4cmX3cm)	4,620	使用量	14,062	14,062	14,062
		特材費用	64,966,440	64,966,440	64,966,440

6

相關診療項目

診療項目代碼	診療項目中文名稱	支付點數
62014C	多層皮膚移植 — 小於25平方公分	4,544
62015B	多層皮膚移植 — 25~100平方公分	5,267
62016B	多層皮膚移植 — 每增加100平方公分	3,588

7

國際價格(1)

匯率 104.4-6		新特材1		新特材2		新特材3		新特材4	
		"奧林柏斯泰爾茂"貼得 適人造真皮(2.5cm x 2.5cm) "Olympus Terumo" Terudermis Artifical Dermis (TD*M006SJ) (衛署醫器輸字第008900 號)		"奧林柏斯泰爾茂"貼得 適人造真皮(2.5cm x 5cm) "Olympus Terumo" Terudermis Artifical Dermis (TD*M013SJ) (衛署醫器輸字第008900 號)		"奧林柏斯泰爾茂"貼得 適人造真皮(5cm x 5cm) "Olympus Terumo" Terudermis Artifical Dermis (TD*M025SJ) (衛署醫器輸字第008900 號)		"奧林柏斯泰爾茂"貼得 適人造真皮(10cm x 10cm) "Olympus Terumo" Teruder mis Artifical Dermis (TD*M100SJ) (衛署醫器輸字第008900 號)	
國別	幣別	外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣
美國	30.68								
日本	0.28	2,825	791	5,650	1,582	11,300	3,164	45,200	12,656
韓國	0.029	41,350	1,199	82,950	2,406	165,900	4,811	611,260	17,727
澳洲	26.81								
中位數			995		1,994		3,988		15,191
國際最低價			791		1,582		3,164		12,656
廠商建議價			13,500		25,500		51,000		102,000
健保支付價									8

國際價格(2)

匯率 104.4-6		新特材1		新特材2		新特材3		新特材4		新特材5	
		皮敷美人工真皮 (40mm*30mm) PELNAC ARTIFICIAL DERMIS (PN-R40030; PN-F40030) (衛署醫器輸字第021041 號)		皮敷美人工真皮 (40mm*60mm) PELNAC ARTIFICIAL DERMIS (PN-R40060; PN-F40060) (衛署醫器輸字第021041 號)		皮敷美人工真皮 (82mm*60mm) PELNAC ARTIFICIAL DERMIS (PN-R82060; PN-F82060) (衛署醫器輸字第021041 號)		皮敷美人工真皮 (82mm*90mm) PELNAC ARTIFICIAL DERMIS (PN-R82090; PN-F82090) (衛署醫器輸字第021041 號)		皮敷美人工真皮 (82mm*120mm) PELNAC ARTIFICIAL DERMIS (PN-R82120; PN-F82120) (衛署醫器輸字第021041 號)	
國別	幣別	外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣
美國	30.68										
日本	0.28	5,424	1,519	10,848	3,037	22,238	6,227	33,358	9,340	44,477	12,454
韓國	0.029	82,950	2,406	165,900	4,811	354,890	10,292	354,890	10,292	611,260	17,727
澳洲	26.81										
中位數			1,962		3,924		8,259		9,816		15,090
國際最低價			1,519		3,037		6,227		9,340		12,454
廠商建議價			4,620		9,714		17,388		26,082		34,776
健保支付價											

9

國際價、自費比價網及廠商建議價彙整

名稱型號	廠商建議價	國際價格		自費價格比價網		
		最低價	中位數	最低價	中位數	平均價
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮 (2.5cm x 2.5cm)	13,500	791	995	4,140	5,005	5,040
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮 (2.5cm x 5cm)	25,500	1,582	1,994	8,050	9,462	9,582
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮 (5cm x 5cm)	51,000	3,164	3,988	14,000	16,938	16,720
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮 (10cm x 10cm)	102,000	12,656	15,191	資料少於5筆，不列入計算		
皮敷美人工真皮(4cm*3cm)	4,620	1,519	1,962	6,875	20,492	20,000
皮敷美人工真皮(4cm*6cm)	9,714	3,037	3,924	資料少於5筆，不列入計算		
皮敷美人工真皮(8.2cm*6cm)	17,388	6,227	8,259			
皮敷美人工真皮(8.2cm*9cm)	26,082	9,340	9,816	26,040	26,808	27,000
皮敷美人工真皮(8.2cm*12cm)	34,776	12,454	15,090	35,040	35,808	36,000

10

類似品參考

- 健保於95年曾給付類似品“因特革”人造真皮再生模板“INTEGRA”Artificial Skin Dermal Regeneration規格(8”X10”)支付點數92,100點，並訂有給付規定(A217-5)如下：應事前審查，申請時需附相關治療部位照片、治療計畫及需求量等資料。限使用於影響肢體功能之疤痕重建手術，且無法提供適當或足夠FTSG(全層植皮)面積時使用。
- “因特革”人造真皮再生模板的許可證業已於96年9月22日註銷。

11

健保署意見(1)

□ 納入健保給付

📖 本特材用於燒傷、外傷、手術創傷及粘膜缺損修復使用。對燒燙傷伴有韌帶、骨頭、血管露出者有其必要性，故建議納入健保給付。

📖 屬創新功能類別特材。

12

健保署意見(2)核價方式

「皮數美人工真皮」5品項之核價原則：

- ✓ 以自費比價網中位價核予支付點數，若廠商建議價低於自費比價網中位價，則依廠商建議價格核定。
- ✓ 自費價格比價網少於5筆之資料，以皮數美人工真皮(4cmX3cm)面積比例訂定。

產品名稱(規格)	廠商建議價	自費價格比價網			建議支付點數	核價說明
		最低價	中位數	平均價		
皮數美人工真皮(4cmX3cm)	4,620	6,875	20,492	20,000	4,620	因廠商建議價低於自費比價網中位價者，故依廠商建議價格核定。
皮數美人工真皮(4cmX6cm)	9,714	資料少於5筆，不列入計算			9,240	以皮數美人工真皮(4cm*3cm)面積比例推估4620(4X6/4X3)=9240
皮數美人工真皮(8.2cmX6cm)	17,388				17,388	4620(8.2X6/4X3)=18942因按面積比例推估高於廠商建議價格，故按廠商建議價格核定。
皮數美人工真皮(8.2cmX9cm)	26,082	26,040	26,808	27,000	26,082	因廠商建議價低於自費比價網中位價者，故依廠商建議價格核定。
皮數美人工真皮(8.2cmX12cm)	34,776	35,040	35,808	36,000	34,776	因廠商建議價低於自費比價網中位價者，故依廠商建議價格核定。

13

健保署意見(3)核價方式(續)

「“奧林柏斯泰爾茂”貼得適人造真皮」4品項之核價原則：

2.5cm x 2.5cm以皮數美人工真皮(4cmX3cm)面積比例訂定。

其他3項比照皮數美人工真皮近似面積之支付點數訂定。

產品名稱(規格)	廠商建議價	自費價格比價網			建議支付點數	核價說明
		最低價	中位數	平均價		
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮(2.5cm x 2.5cm)	13,500	4,140	5,005	5,040	2,406	4620(2.5X2.5/4X3)=2406
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮(2.5cm x 5cm)	25,500	8,050	9,462	9,582	4,620	比照皮數美人工真皮(4cmX3cm)支付點數
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮(5cm x 5cm)	51,000	14,000	16,938	16,720	9,240	比照皮數美人工真皮(4cmX6cm)支付點數
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮(10cm x 10cm)	102,000	資料少於5筆，不列入計算			34,776	比照皮數美人工真皮(8.2cmX12cm)支付點數

健保署意見(4)

□ 給付規定

● 參考台灣燒傷暨傷口照護學會，初擬意見訂定為：

1. 應事前審查。申請時需附治療計畫及需求量等資料。
2. 限使用於燒燙傷伴有韌帶、骨頭、血管露出之開放性乾淨傷口且無法提供適當或足夠全層植皮 (Full Thickness Skin Graft, FTSG) 面積時使用。

15

財務預估

品項	規格		核定 點數	第一年	第二年	第三年
奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮	數量	(2.5cm x 2.5cm)	2,406	1,350片	1,350片	1,350片
		(2.5cm x 5cm)	4,620	420片	420片	420片
		(5cm x 5cm)	9,240	285片	285片	285片
	特材費用			782萬元	782萬元	782萬元

註1：本案特材屬創新功能，因已另訂給付規定，經洽廠商提供101~103年使用量。採各品項3年平均數推估。

16

特材基本資料(1)

特材名稱	奧林柏斯泰爾茂貼得適人造真皮 "OLYMPUSTERUMO" TERUDERMIS ARTIFICIAL DERMISARTIFICIAL		
許可證字號	衛署醫器輸字第008900號	發證日期	87/10/29
廠商名稱	日商泰爾茂股份有限公司台北分公司		
製造廠名稱	TERMO CORPORATION	製造國別	日本
特材大類碼		特材小類碼	
使用科別	外科、整形外科		
規格	2.5*2.5cm、2.5*5cm、5*5cm、10*10cm		
材質	膠原蛋白層、矽膠膜、聚脂材質		
適應症	燒傷、外傷等皮膚黏膜缺損修復		
廠商建議價	13,500~102,000		

17

特材基本資料(2)

特材名稱	皮敷美人工真皮PELNAC ARTIFICIAL DERMIS		
許可證字號	衛署醫器輸字第021041號	發證日期	99/5/21
廠商名稱	騏鈺實業股份有限公司		
製造廠名稱	GUNZEN LIMITED Research&Development Center Medical Materials Center	製造國別	日本
特材大類碼		特材小類碼	
使用科別	外科、整形外科		
規格	40*30mm、40*60mm、82*60mm、82*90mm、82*120mm		
材質	膠原蛋白層、矽膠膜		
適應症	燒傷、外傷等皮膚黏膜缺損修復		
廠商建議價	4,620~34,776		

18

廠商更正說明資料

- 日商泰爾茂股份有限公司台北分公司於104年7月13日來函，重點摘要如下：
 - 為協助八仙樂園粉塵暴燃患者，欲調整建議內容，僅保留用於深度燒傷病患臨床實務最適尺寸之「“奧林柏斯泰爾茂”貼得適人造真皮」(10cmX10cm)品項納入健保給付。
 - 願將利潤回饋被保險人，主動調降上述品項價格為每片新台幣27,820元，並免除例行價量調查之支付點數調整。

19

健保署意見

- 因燒燙傷病患需使用大面積之人工真皮敷料，考量為符合病患的醫療需求，擬同意10cm X 10cm納入健保給付。
- 同意廠商調降後之建議點數27,820點，暫予支付。
- 「皮敷美人工真皮」(8.2cmX12cm)因面積比相近，比照「“奧林柏斯泰爾茂”貼得適人造真皮」(10cm X 10cm)之支付點數。
- 有關廠商建議人工真皮免除例行價量調查之支付點數調整乙事，建議於會上討論。

20

健保署財務預估

品項	暫核點數	項目	第一年	第二年	第三年
10cmX10cm 泰爾茂貼得適人 造真皮	27,820	使用量	32	32	32
		預估點數	876,330	876,330	876,330
8.2cmX12cm 皮敷美人工真皮	27,820	使用量	32	32	32
		預估點數	876,330	876,330	876,330

註:依廠商提供銷售資料，101年及102年無銷售量，103年銷售21片，考量燒燙傷病患使用量面積大，預估未來3年使用量以加計50%計算。

21

專家諮詢建議

人工真皮已證實可使用在3度燒燙傷，其經清創後，鋪上人工真皮，接著可以種上較薄的STSG，因為疤痕的形成主要因為真皮層的受損，使用人工真皮可以防止疤痕形成，降低日後復健、疤痕鬆縮手術的費用。在上次高雄氣爆事件，高雄長庚也在外科醫學會提出其使用Terudermis於3度燒傷患者關節部位的經驗，及使用Biobrane於二度燒傷以降低疼痛，在補皮（STSG）完，配合使用VAC負壓傷口治療以增加植皮的成功率。給付規定：建議『限顏面、頸部、關節部位及兒童燒燙傷病患使用。』兒童定義為18歲以下。

22

討論案 2

有關「英商史耐輝股份有限公司台灣分公司」建議將使用於燒燙傷病患傷口覆蓋之「”史耐輝”愛銀康柔軟型敷料」及「”史耐輝”愛銀康敷料」共 8 項納入健保給付乙案，提請討論。

“史耐輝”愛銀康敷料及 “史耐輝”愛銀康柔軟型敷料

“Smith & Nephew” Acticoat Dressing &
“Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：英商史耐輝股份有限公司台灣分公司建議將使用於燒燙傷病患傷口覆蓋之「“史耐輝”愛銀康敷料」及「“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料」共8項特材納入健保給付。

- 本案產品均塗有結晶性銀層(nanocrystalline silver)，提供有效之抗微生物屏障，保護傷口避免細菌感染，協助加速癒合；傷口接觸面附著性低，有助於減少換藥創傷。
- 本案曾提103年12月共同擬訂會議報告，比照既有功能類別特材支付點數(224~1,530點)納入健保給付，惟廠商不同意該支付點數，故尚未納入健保給付。


本署建議：建議納入健保給付，並重新訂定支付點數。

疾病治療簡介

□皮膚大面積傷口

📖 因為燒燙傷、進行移植、或疾病引起皮膚大面積脫失，引發外觀毀損、發燒、白血球升高...等全身性感染風險。

📖 傷口治療首要為控制感染，可透過清潔傷口、適當覆蓋、減少滲液，並視需要決定是否投與抗生素以減少感染風險。



3

本案特材簡介(1)

□本案特材特色

📖 柔軟服貼材質：


材質服貼可充分保持與傷口面接觸，維持傷口濕潤但避免組織滲液產生。

📖 低附著性敷料：

有助減少換藥時創傷。

📖 奈米晶粒銀塗層：

可有效形成至少3天之抗微生物屏障，避免感染以加速傷口癒合。



▲ “史耐輝” 愛銀康柔軟型敷料



▲ “史耐輝” 愛銀康敷料

4

本案特材簡介(2)

□ 本案特材比較

比較項目	"史耐輝"愛銀康敷料	"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料
材質及特性	三層：吸收核心內層以及上下外層為塗有銀的低附着性聚乙烯網，其中奈米晶粒銀可有保護傷口部位不受細菌污染，而核心內層則有助於維持傷口周邊的濕度。	單層：塗有奈米晶粒銀層，高度服貼於身體輪廓的敷料以保持與傷口面接觸，奈米晶粒銀層可有效對抗傷口微生物，型成有效的抗微生物屏障，協助加速癒合。依含銀濃度，可維持最少3~7天的有效期。
釋出銀濃度	60~70 ppm(MIC based)	60~100 ppm(MIC based)
特點	奈米晶粒銀 particle 小，增加總表面積與細菌碰撞之機會而能於30分鐘內快速殺菌。	除左列特點外，敷料為柔軟，至少可延展超過原尺寸20%，且為高度服貼於身體輪廓(適用於彎曲部位)的敷料以保持與傷口面接觸，也適用於腔式傷口。

5

本案特材簡介(3)

□ 本案特材與傳統敷料之比較

比較項目	類似功能或傳統敷料： 如已給付之親水性纖維敷料 (含銀敷料)	本案特材 "史耐輝"愛銀康敷料 "史耐輝"愛銀康柔軟型敷料
住院期間	住院期較長，病患需經常更換敷料	可減少更換敷料次數，減少住院時間
感染及死亡率	較高	可減少敗血症及死亡率
身體活動度	活動性低	較佳的活動性
使用者接受度	舒適程度低	舒適程度高

6

廠商建議資料

□ 廠商預估本品納入健保每年使用量及費用如下：

品項	年別	第一年	第二年	第三年
“史耐輝”愛銀康敷料(註1)	人數	約200人	約210人	約220人
	用量	約1,200組	約1,260組	約1,320組
	特材費用	約1,440萬元	約1,512萬元	約1,584萬元
“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料(註2)	人數	約200人	約210人	約220人
	用量	約1,200組	約1,260組	約1,320組
	特材費用	約1,440萬元	約1,512萬元	約1,584萬元

註1：以平均每人半個月使用6組 10×20平方公分“史耐輝”愛銀康敷料預估。

註2：以平均每人半個月使用6組 10×20平方公分“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 預估。

7

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
59011B	急性燒灼傷、二至三度燒傷， 表面積介於百分之十五至百分之九十 50呎 120分	Thermal burns acute-second and third degree burns involving 15% to 90% of total body surface	2,400
48014C	皮面創傷處理(火、燙、電、凍、藥品燒灼傷及燒膿瘍之處理及換藥) ≤10BSA(相當半肢面積)	Wound Treatment (Burn) ≤10BSA	2,417
48004C	深部複雜創傷處理－傷口長5公分以下者	Debridement-<5cm	2,016
62007C	皮膚全層植補術 FTSG-<10平方公分	Full thickness skin graft,(FTSG)	5,929

8

相關特材類別

□類似既有功能特材

核價類別	核價類別名稱	支付點數
WDD08S0	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 條型面積約50cm ² -99cm ²	198
WDD08S1	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約100cm ² -149cm ²	224
WDD08S2	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約150cm ² -199cm ²	320
WDD08S3	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約200cm ² -249cm ²	406
WDD08S5	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約300cm ² -349cm ²	459
WDD08S7	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約400cm ² -449cm ²	612
WDD08SA	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約600cm ² -699cm ²	920
WDD08SF	人工生物化學覆蓋物/HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌), 面積約50cm ² 以下	56.4

9

國際價格

國別	匯率 104.7-9	新特材1			新特材2		
		規格 量	當地價格	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing (10 x 10 cm2) (66800399) (衛署醫器輸字第023159號)	規格量	當地價格	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing (10 x 20 cm2) (66800409) (衛署醫器輸字第023159號)
幣別			外幣	台幣		外幣	台幣
美國	30.88	12	285.19	733.89	48	1,719.36	1,106.12
日本	0.27						
韓國	0.029	1	21,760.00	631.04	1	38,500.00	1,116.50
澳洲	25.80						
中位數				682.46			1,111.31
國際最低價				631.04			1,106.12
廠商建議價				700			1,200
健保支付價							

10

國際價格

		新特材3			新特材4		
國別	匯率 104.7-9	規格 量	當地價格	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing (10 x 12.5 cm2) (66800397) (衛署醫器輸字第023159號)	規格量	當地價格	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing (40 x 40 cm2) (66800432) (衛署醫器輸字第023159號)
幣別			外幣	台幣		外幣	台幣
美國	30.88	30	1,665.65	1,714.51	6	1,465.18	7,540.79
日本	0.27						
韓國	0.029	1	21,760.00	631.04	1	242,680.00	7,037.72
澳洲	25.80						
中位數				1,172.77			7,289.26
國際最低價				631.04			7,037.72
廠商建議價				1,250			7,500
健保支付價							

11

國際價格

		新特材5			新特材6		
國別	匯率 104.7-9	規格 量	當地價格	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing (20 x 40 cm2) (66800400) (衛署醫器輸字第023159號)	規格量	當地價格	“史耐輝”愛銀康敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Dressing (10 x 10 cm2) (66000791) (衛署醫器輸字第023159號)
幣別			外幣	台幣		外幣	台幣
美國	30.88	24	3,102.21	3,991.51	48	1,140.77	733.90
日本	0.27						
韓國	0.029	1	94,730.00	2,747.17	1	21,760.00	631.04
澳洲	25.80						
中位數				3,369.34			682.47
國際最低價				2,747.17			631.04
廠商建議價				5,250			655
健保支付價							

12

國際價格

國別	匯率 104.7-9	新特材7			新特材8		
		規格 量	當地價格	“史耐輝”愛銀康敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Dressing (10 x 20 cm ²) (66000792) (衛署醫器輸字第023159號)	規格量	當地價格	“史耐輝”愛銀康敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Dressing (40 x 40 cm ²) (66000794) (衛署醫器輸字第023159號)
幣別			外幣	台幣		外幣	台幣
美國	30.88	48	1,719.36	1,106.12	12	2,930.35	7,540.77
日本	0.27						
韓國	0.029	1	38,500.00	1,116.50			
澳洲	25.80						
中位數				1,111.31			7,540.77
國際最低價				1,106.12			7,540.77
廠商建議價				1,026			6,555
健保支付價							

13

各層級醫療院所收取自費價格

□“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料：無自費價格資料。

□“史耐輝”愛銀康敷料

尺寸	申報家數	中位數	平均價	最低價
10cm x 10cm	20	914	901	700
10cm x 20cm	18	1,500	1,468	1,300
40cm x 40cm	5	9,450	9,432	8,683

14

健保署意見(1)

□納入健保給付

📖 考量本案產品塗有結晶性銀層可形成有效的抗微生物屏障，此奈米銀之釋銀濃度較一般含銀敷料高且持續穩定，可貼用3天以上，減少換藥次數；用在傷口凹凸不平處較容易服貼，低附著性減少換藥痛苦，確有臨床需要性，建議重新核定支付點數以納入健保給付。

📖 本案特材計8項，其中7天型的“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料(規格10×12.5 cm；20×40 cm)2項，因無市場販售價且無相同規格品項，暫不納入。

15

健保署意見(2)

新特材名稱(規格)	廠商建議價	自費價格比價網			國際最低價	本署建議支付點數
		最低價	中位數	平均價		
"史耐輝"愛銀康敷料(10×10 cm)	655	700	914	901	631.04	631
"史耐輝"愛銀康敷料(10×20 cm)	1,026	1,300	1,500	1,468	1106.12	1,026
"史耐輝"愛銀康敷料(40×40 cm)	6,555	8,683	9,450	9,432	7540.77	6,555
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(10×10 cm)-3天	700				631.04	631
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(10×20 cm)-3天	1,200				1106.12	1,026
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(10×12.5 cm)-7天	1,250				631.04	暫不納入
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(40×40 cm)-3天	7,500				7037.72	6,555
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(20×40 cm)-7天	5,250				2747.17	暫不納入

本署建議核價原則如下：

- 1.依實際市場有販售品項之國際價格最低價核定。
- 2.上述國際最低價較廠商建議價高時，以廠商建議價核定。
- 3.無市場販售價時比照相同規格品項建議價核定。
- 4.無市場販售價且無相同規格品項暫不納入。

16

健保署意見(3)

□給付規定(A217-3)

1. 褥瘡病灶三度以上合併污染傷口。
2. 深度二度以上燒傷之傷口。
3. 皮膚缺損大於15%且合併污染傷口(如:先天性表皮溶解水皰症、中毒性表皮壞死鬆解症、史蒂芬-強生氏症候群、天皰瘡、類天皰瘡...等)，如超過一個月以上需長期使用者，須專案申請(附照片、病歷紀錄及治療計畫等)，核准後使用。

17

健保署財務預估

新特材名稱(規格)	廠商建議價	建議支付點數	類似面積功能類別	類似面積類別點數	3年平均市場銷售量	販售推估數量	推估增加金額(萬)
"史耐輝"愛銀康敷料(10 × 10 cm)	655	631	WDD08S1	224	394	1,182	48
"史耐輝"愛銀康敷料(10 × 20 cm)	1,026	1,026	WDD08S3	406	950	2,850	177
"史耐輝"愛銀康敷料(40 × 40 cm)	6,555	6,555	WDD08SA	920	134	402	227
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(10 × 10 cm)-3天	700	631	WDD08S1	224	394	1,182	48
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(10 × 20 cm)-3天	1,200	1,026	WDD08S3	406	950	2,850	177
"史耐輝"愛銀康柔軟型敷料(40 × 40 cm)-3天	7,500	6,555	WDD08SA	920	134	402	227
合計	—	—	—	—	2,957	8,868	904

註1.市場銷售量係以廠商提供2012~2014年實際販售量計算年平均用量(含括2014年高雄氣爆事件)。

註2.本項產品納入健保需依給付規定使用，考量八仙塵爆事件，已加計200%數量；

另「史耐輝」愛銀康柔軟型敷料等3個品項並無實際販售數量，係比照「史耐輝」愛銀康敷料推估。

18

特材基本資料(1)

特材名稱	“史耐輝”愛銀康柔軟型敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Flex Dressing		
許可證字號	衛署醫器輸字第023159號	發證日期	101/01/05
廠商名稱	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	製造國別	英國
特材大類碼	傷口(WD)	特材小類碼	(D)生長性敷料
使用科別	一般外科、整型外科		
適應症	適用於部分厚度和全部厚度傷口的抗菌隔絕層；如果用於傷口感染，感染的部位應按照當地的檢查和臨床治療。本品可搭配負壓傷口治療使用當作傷口接觸層，最長為3天。		
材質	含奈米銀敷料		
規格	型號	規格	型號
	66800399	10 × 10 cm ²	66800432
	66800409	10 × 20 cm ²	66800400
	66800397	10 × 12.5 cm ²	
廠商建議價	10 × 10 每組 700點，10 × 20 每組 1,200點，10 × 12.5 每組 1,250點 40 × 40 每組 7,500點，20 × 40 每組 5,250點		

19

特材基本資料(2)

特材名稱	“史耐輝”愛銀康敷料 “Smith & Nephew” Acticoat Dressing		
許可證字號	衛署醫器輸字第022082號	發證日期	100/03/09
廠商名稱	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	製造國別	英國
特材大類碼	傷口(WD)	特材小類碼	(D)生長性敷料
使用科別	一般外科、整型外科		
適應症	適用作為吸收性抗菌敷料，適用於部分厚度和全部厚度傷口的抗菌隔絕層。		
材質	含奈米銀敷料		
規格	型號	規格	
	66000791	10 × 10 cm ²	
	66000792	10 × 20 cm ²	
	66000794	40 × 40 cm ²	
廠商建議價	10 × 10 每組 655點，10 × 20 每組 1,026點，40 × 40 每組 6,555點		

20

專家諮詢建議

- 甲醫師：本項產品可以按現行健保有給付含銀或抗菌之類似功能敷料核定支付點數及給付規定。給付規定為A217-3。
- 乙醫師：Acticoat™flex雖然用在凹凸不平之處比較容易服貼，但並非很大之突破。因此，此案所提之產品應比照舊有產品，同尺寸以相同價格給付，並受同樣適應症之規範。
- 丙醫師：本產品若納入健保給付，建議按現行健保有給付含銀或抗菌之類似功能敷料，依面積不同支付點數，給付規定為A217-3。
- 丁醫師：目前市面上已有多種含銀之複合敷料，如aquacel-Ag等。Acticoat特點在於其奈米銀的高殺菌力優於其他銀敷料，用在燙傷傷口，已有多種實證證明其明顯優於燙傷藥膏。而銀敷料用在燙傷方面主要是預防感染。而各種銀敷料間，對於二度燙傷傷口的治療效果其實都差不多。Acticoat缺點為：1. 吸水力不強 2. 會沾黏傷口。因並未優於其他銀敷料，故建議以既有類似功能品項核定支付點數及給付規定或以既有功能品項加成5~15%核定。
- 戊醫師：為一種含銀人工敷料，有抑菌作用，很服貼但不透明，可保護傷口，但仍需依傷口狀況及醫師判斷使用。

討論案 3

有關特殊材料針具類使用情形及給付規定修正乙案，
提請討論。

特殊材料針具類使用情形 及給付規定修正案

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

安全針具開放期程

- 為配合醫療法第56條規定，自102年1月1日起全面開放使用安全針具。
- 如全面改用安全針具，估計約須增加5億點支出，分5年編列，每年約1億點。

安全針具預算編列情形

- 102年業已於醫院總額及西醫基層總額各編列預算1億點及370萬點。
- 103年醫院總額0.994億點，西醫基層總額390萬點。
- 104年醫院總額2億點，西醫基層總額390萬點。

3

醫院申報針具數量明細表

類別	年度	一般型申報數量 (支)	安全型申報數量 (支)	安全型占率 (%)
一般空針	102	85,702,027	259,613	0.30%
	103	85,776,186	1,616,005	1.85%
胰島素空針	102	22,914,357	281,227	1.21%
	103	17,189,874	1,919,153	10.04%
靜脈留置針	102	5,637,829	5,954,823	51.37%
	103	3,171,712	8,927,529	73.79%

4

西醫基層申報針具數量明細表

類別	年度	一般型申報數量 (支)	安全型申報數量 (支)	安全型占率 (%)
一般空針	102	1,217,744	7,910	0.65%
	103	1,177,595	11,708	0.98%
胰島素空針	102	2,321,578	3,387	0.15%
	103	2,080,545	9,074	0.43%
靜脈留置針	102	33,159	68	0.20%
	103	33,053	52	0.16%

5

102-103年安全針具申報點數

層級	安全針具品名	102年	103年
醫院	安全空針	815,058	5,638,850
	安全型胰島素空針	1,767,293	12,077,528
	安全型靜脈留置針	162,205,861	248,118,560
西醫基層	安全空針	26,079	43,342
	安全型胰島素空針	18,521	53,343
	安全型靜脈留置針	1,855	1,506

6

103年醫院安全針具執行率

層級	安全針具品名	103增加點數	執行率
醫院	安全空針	2,601,905	
	安全型胰島素空針	3,767,230	
	安全型靜脈留置針	52,022,355	
增加點數		58,391,490	58.74%

註:

1.增加點數:103年較102年各類安全針具增加之數量*安全針具與一般針具之價差結果。

2.醫院總額103年安全針具預算0.994億點。故執行率為
 $(58,391,490/99,400,000)*100\%=58.74\%$

103年西醫基層安全針具執行率

層級	安全針具品名	103年增加點數	執行率
西醫基層	安全空針	6,572	
	安全型胰島素空針	13,080	
	安全型靜脈留置針	- 280	
增加點數		19,372	0.50%

註:

1.增加點數:103年較102年各類安全針具增加之數量*安全針具與一般針具之價差結果。

2.基層總額103年安全針具預算390萬點。故執行率為
 $(19,372/3,900,000)*100\%=0.50\%$

安全空針供應情形

101年	102年	103年
聯和、佳明、濟翔、裕豐、善德、普惠等6家廠商	佳明、濟翔、裕豐、嘉鎂、善德、普惠、必帝等7家廠商	台灣廣翼、必帝、佳明、博瑞司、善德、裕豐、嘉鎂、濟翔、聯和等9家廠商

9

醫院及西醫基層採血用針具價格資料

產品名稱	醫院家數	購買數量	購買價格	每支價格
一般型採血用雙頭針	58	5,669,054	16,078,221	2.8
安全型採血用雙頭針	16	565,006	2,294,743	4.1
安全型採血用蝴蝶針	36	642,277	12,674,110	19.7

註：

- 1.調查對象:醫院及西醫基層共101家。
- 2.調查期間:103年1月至12月。

現行相關規定(一)

➤全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準(醫療服務支付標準)

- ◆第二章第一節「檢查」通則：檢查之費用，包括人員、試藥、內服藥劑、檢驗器材、一般材料、管理費及採取檢體之費用在內；如需使用特殊材料部分，另依全民健康保險藥物給付項目及支付標準申報。

11

現行相關規定(二)

- ◆第二章第七節「手術」通則：各項手術所需之「手術一般材料費」及「過程面特殊材料費」，得依本節所定點數及表列加計比率計算；…。需用及特殊治療材料者，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準相關規定申報。

12

現行相關規定(三)

➤全民健康保險藥物給付項目及支付標準(藥物支付標準)

- ◆ 第八十四條本標準之特殊材料給付規定
G301-1、G301-2及G301-4：手術及檢查過程使用者，請勿列報。
- ◆ 第三條第二項：本標準未列項目之支付價格已包含於全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準相關手術材料費、處置費、麻醉費或檢查費項目支付點數內，不另支付。

13

本署建議

- 建議刪除特殊材料G301-1塑膠針頭及空針、頭皮針、靜脈留置針，G301-2安全空針及G301-4安全性靜脈導管之給付規定。
- 醫療院所於檢查及手術使用之特殊材料針具類，同意可依實際使用情形申報，預估每年增加費用約1,500萬點。

14

討論案 4

有關「美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司」建議將用於改善顱內動脈管腔直徑之特材「"波士頓科技"捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管"**Boston Scientific**" Gateway PTA Balloon Catheter」及「"波士頓科技"溫斯班支架系統"**Boston Scientific**" Wingspan Stent System」納入健保給付乙案，提請討論。

“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管
"Boston Scientific" Gateway PTA Balloon Catheter
“波士頓科技”溫斯班支架系統
"Boston Scientific" Wingspan Stent System

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司」建議將用於改善顱內動脈管腔直徑之特殊材料「“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管」及「“波士頓科技”溫斯班支架系統」納入健保給付。

- 本案特材適用於改善顱內動脈管腔直徑，適應症為22歲至80歲的復發性腦中風(中風至少兩次)，藥物難以治療，且目標血管直徑為2-4.5mm，目標病灶長度不大於14mm，病灶狹窄程度為70-99%。

本署建議：不納入健保給付。

疾病治療簡介

□相關適應症：腦中風

❏缺血性腦中風重要的一項原因是由於腦部動脈血管發生硬化，使血管管腔變狹窄，而產生血栓，使供應腦組織的血流突然停止，造成腦部缺氧性壞死(腦栓塞)。

□治療方式：


❏藥物治療可減緩腦部動脈血管硬化，及預防血栓形成。

❏顱內血管成形術是將血管狹窄處放置支架，或以氣球導管撐開，達到改善血流及預防血栓之目的。

3

本案特材簡介

□捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管為顱內血管阻塞專用之氣球導管，搭配溫斯班支架系統一起使用，操作時先以氣球導管撐開阻塞部位後放置顱內支架。



4

廠商建議資料

□ 廠商預估本品納入健保，每年使用量及費用如下：

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管	11,970元	使用量	60個	100個	160個
		特材費用	71.8萬元	119.7萬元	191.5萬元
“波士頓科技”溫斯班支架系統	160,000元	使用量	60個	100個	160個
		特材費用	960萬元	1,600萬元	2,560萬元

5

相關診療項目

診療項目 代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
33128B	頭頸部血管支撐架置放術 (一條血管)	Stenting for head & neck vessel (one vessel)	10,800
33074B	單純性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): simple	10,800

6

國際價格

		新特材1		新特材2	
國別	匯率 104.4-6	“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管		“波士頓科技”溫斯班支架系統	
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣
美國	30.68				
日本	0.28			492,000	137,760
韓國	0.029	946,960	27,462	1,995,640	57,874
澳洲	26.81			7,500	201,075
中位數			27,462		137,760
國際最低價			27,462		57,874
廠商建議價			11,970		160,000

7

各層級醫療院所收取自費價格概況

□“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管

申報家數	中位數	平均價	最低價
17	24,190元	22,590元	17,640元

□“波士頓科技”溫斯班支架系統

申報家數	中位數	平均價	最低價
14	152,000元	149,918元	131,250元

8

健保署意見

□不納入健保給付

📖 本案特材係用於慢性缺血性腦中風病人，惟2012年SAMMPRIS研究發表在Lancet之文獻報告顯示風險仍高，除感染、出血等併發症外，相較於積極藥物治療，病人發生再中風或死亡的風險增加8%。

📖 美國中風學會2014年5月1日發表之中風治療指引亦明確指出缺血性腦中風病灶狹窄程度為70-99%者，不建議使用本案特材作為起始治療方式。

□待後續有更多文獻報告顯示其療效及安全性有所提升，再行研議。

9

特材基本資料(1)

特材名稱	“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管 “Boston Scientific” Gateway PTA Balloon Catheter		
許可證字號	衛署醫器輸字第021382號	發證日期	99/09/10
廠商名稱	美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Boston Scientific Corporation	製造國別	美國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(B)氣球擴張導管
使用科別	放射科		
適應症	“波士頓科技”捷威經皮穿腔血管擴張術氣球導管用於顱內動脈狹窄部分的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。		
材質	Polycarbonate, Urethane。		
包含組件	無		
廠商建議價	11,970元		

10

特材基本資料(2)

特材名稱	“波士頓科技”溫斯班支架系統 “Boston Scientific” Wingspan Stent System		
許可證字號	衛署醫器輸字第022592號	發證日期	100/06/28
廠商名稱	美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Boston Scientific Corporation	製造國別	美國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(B)氣球擴張導管
使用科別	放射科		
適應症	本產品核准用於改善顱內動脈管腔的直徑，適用對象為22歲至80歲的復發性腦中風(中風至少兩次)，藥物難以治療，且目標血管直徑為2-4.5mm，目標病灶長度不大於14mm，病灶狹窄程度為70-99%。 本醫材必須在支架系統可達血管治療區才可使用。使用本醫材前24小時必須無任何新的神經症狀，前一次中風至使用本產品治療，必須間隔7天以上。患者Rankin修正確量表分數必須小於或等於3分。		
材質	鎳鈦合金		
包含組件	支架及支架傳送導管(內管及外管)		
廠商建議價	160,000元		

討論案 5

有關「美敦力醫療產品股份有限公司」建議將「“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組」等2項，以及「台灣柏朗股份有限公司」建議將「雅氏腦室分流系統」等3項，共5品項納入健保給付乙案，提請討論。

“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組
"Medtronic" Delta Valves And Shunt Assemblies
雅氏腦室分流系統
Aesculap UniGAV Shunt System

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「美敦力醫療產品股份有限公司」建議將「“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組」等2項，以及「台灣柏朗股份有限公司」建議將「雅氏腦室分流系統」等3項，共5品項納入健保給付。

- 本案特材均屬應用於將腦室腹腔分流術，可依病患身體姿勢調整引流壓力，可減少因病人姿勢改變造成之過度引流。


本署建議：本案特材屬功能改善特材，建議納入健保給付。

疾病治療簡介(1)

□水腦症(Hydrocephalus)

📖 腦脊髓液循環中如果發生：1.腦脊髓液產生太多、2.腦脊髓液吸回收太少、3.腦脊髓液流動受阻...等原因，進而引起腦壓升高使腦部受到壓迫，就是所謂水腦症。

📖 任何會影響腦脊髓液流通的疾病都可能造成水腦症，譬如：頭部外傷、腦中風、腦膜炎、腦瘤、先天性畸形...等。慢性水腦症，會使病人反應遲鈍、步態緩慢顛簸、小便失禁；急性水腦症則可能使病人反應遲鈍到昏迷。




3

疾病治療簡介(2)

□治療方式

📖 藥物治療：如果水腦症狀是因為腦膜炎所引起者，會針對腦膜炎投藥以改善水腦症狀。

📖 手術治療：腦室腹腔引流、腦室右心房引流、腰椎腹腔引流。




4

本案特材簡介(1)

□“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組

📖 本案特材係應用於腦室腹腔分流術之抗虹吸閥門分流系統，其閥門為結合固定壓力閥門及抗虹吸原理之引流閥，可避免過量的腦脊髓液引流。

📖 組件包含「固定壓力閥門」、「抗虹吸裝置」等套件。




本案特材簡介(2)

□雅氏腦室分流系統

📖 本案特材屬體位式重力閥門分流系統，包含一個固定壓力閥門和一個抗重力閥門，可依病患姿勢改變按三角函數原理調整開啟引流壓力，緩解改善過度引流症狀。

📖 組件包含「重力閥、腹腔導管、腦室導管及儲液槽」等套件。



本案特材簡介(3)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	傳統治療方式	本案特材
	腦室腹腔分流術導管組	“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組 及雅氏腦室分流系統
引流量調整	單一固定壓力，無法調整因病人姿勢體位改變造成的過度引流。	根據病人姿勢體位自動調整適合的壓力，避免過度引流。
副作用	副作用症狀包括：噁心、嘔吐、暈眩...等，嚴重可能引發腦室縮小及腦室外出血。	可有效避免使用傳統治療方式造成的副作用發生。

7

廠商建議資料

項次	品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
1	“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(固定壓力閥門+抗虹吸裝置)	35,000元	使用量	3,000組	3,500組	4,000組
			特材費用	1.05億元	1.22億元	1.40億元
2	“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(抗虹吸裝置)	25,000元	使用量	3,000組	3,500組	4,000組
			特材費用	7500萬元	8750萬元	1億元
3	雅氏腦室分流系統(重力閥)	30,000元	使用量	240組	252組	264組
			特材費用	720萬元	756萬元	792萬元
4	雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管)	35,000元	使用量	240組	252組	264組
			特材費用	840萬元	882萬元	924萬元
5	雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管+腦室導管+儲液槽)	40,000元	使用量	240組	252組	264組
			特材費用	960萬元	1008萬元	1056萬元

8

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
83049B	腦室腹腔分流手術	V-P shunt	13,378

9

國際價格

		新特材1		新特材2		新特材3	
國別	匯率 104.4-6	“美敦力”德爾塔腦脊髓液 引流組(固定壓力閥門+抗虹吸裝置)		“美敦力”德爾塔腦脊髓液 引流組(抗虹吸裝置)		雅氏腦室分流系統 (重力閥)	
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣	外幣	台幣
美國	30.68	-	-	-	-	-	-
日本	0.28	181,000	50,680	67,100	18,788	-	-
韓國	0.029	605,310	17,553	-	-	-	-
澳洲	26.81	-	-	-	-	1,200	32,172
中位數			34,117		18,788		32,172
國際最低價			17,553		18,788		32,172
廠商建議價			35,000		25,000		30,000

註：新特材4、5查無國際價格；廠商提供原產國(德國)價格分別為：

- 雅氏腦室分流系統(重力閥) 28,360元
- 雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管) 36,040元
- 雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管+腦室導管+儲液槽) 38,400元

10

各層級醫療院所收取自費價格

□“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組-固定壓力閥門及抗虹吸裝置(Valves + Chamber)

申報家數	中位數	平均價	最低價
10	27,000元	27,731元	27,000元

□“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組-抗虹吸裝置(Chamber)

申報家數	中位數	平均價	最低價
2	23,575元	23,575元	22,550元

□雅氏腦室分流系統：無登載資料

11

專家諮詢建議

📖 本案特材可減少因病人姿勢改變而過度引流，改善臨床治療效，進而避免造成硬腦膜下出血、腦室隙縫症...等副作用。

📖 建議給付適用於腦脊髓液分流手術後發生過度引流情形(如：硬腦膜下積液、硬腦膜下出血、顱內低壓...等)之病人。

12

健保署意見(1)

□納入健保給付

📖 本案特材可減少因病人姿勢改變而造成過度引流所產生之併發症，如硬腦膜下出血及腦室隙縫症等，建議納入健保給付。

📖 屬功能改善特材。

13

健保署意見(2)

□核價方式

📖 “美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(固定壓力閥門及抗虹吸裝置)

- 依本品項之各層級醫療院所收取自費價格之最低價，建議支付點數為27,000點。

📖 “美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(抗虹吸裝置)

- 依國際價格最低價(日本)，建議支付點數為18,788點。

14

健保署意見(3)

雅氏腦室分流系統(重力閥)

- 本項與“美敦力德爾塔腦脊髓液引流組”(固定壓力閥門及抗虹吸裝置)屬同功能類別特材，均可依病患姿勢調整開啟引流壓力之引流閥，建議核定相同價格，建議支付點數為27,000點。

雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管)

- 建議以前項重力閥之暫核價格(27,000點)加上既有功能特材「腹腔導管」支付點數(1,897點)，建議支付點數為28,897點。

雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管+腦室導管+儲液槽)

- 建議以前項重力閥之暫核價格(27,000點)加上既有功能特材「腹腔導管」支付點數(1,897點)及「腦室導管及儲液槽」支付點數(4,352點)，建議支付點數為33,249點。

15

健保署意見(4)

□給付規定

-  腦脊髓液分流手術後發生過度引流且有下列情形之一者：(1)硬腦膜下積液；(2)硬腦膜下出血；(3)顱內低壓(姿勢性頭痛；影像檢查顯示廣泛腦膜顯影、靜脈竇充血、腦室變小或腰椎穿刺檢查顱內壓力偏低)；(4)六歲以下兒童，引流過度造成頭顱尺寸過小。

16

健保署財務評估

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(固定壓力閥門+抗虹吸裝置)	27,000點	使用量	400組	500組	600組
		預估點數	1080萬點	1350萬點	1620萬點
雅氏腦室分流系統 (重力閥+腹腔導管+腦室導管+儲液槽)	33,249點	使用量	400組	500組	600組
		預估點數	1329萬點	1662萬點	1994萬點

註：預估數量依「腦室腹腔分流術導管組」類別特材103年申報量約800組，並經徵詢臨床專科醫師依給付規定相關病人數做數量推估。

17

特材基本資料(1)

特材名稱	“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(固定壓力閥門+抗虹吸裝置) “MEDTRONIC” Delta valves and shunt assemblies -Valves + Chamber		
許可證字號	衛署醫器輸字第013980號	發證日期	95/02/15
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	MEDTRONIC NEUROSURGERY	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科		
規格	40;36;31x16.5;10 mm		
材質	聚丙烯、矽質、鈹金屬		
適應症	“美敦力”德爾塔瓣膜是一個引流組件，為了將精確控制的腦脊髓液從腦室中引流道右心房或腹腔而設計。		
廠商建議價	每組35,000元		

18

特材基本資料(2)

特材名稱	“美敦力”德爾塔腦脊髓液引流組(抗虹吸裝置) “MEDTRONIC” Delta valves and shunt assemblies - Chamber		
許可證字號	衛署醫器輸字第013980號	發證日期	95/02/15
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	MEDTRONIC NEUROSURGERY	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科		
規格	11x4 mm		
材質	聚丙烯、矽質、鈦金屬		
適應症	“美敦力”德爾塔瓣膜是一個引流組件，為了將精確控制的腦脊髓液從腦室中引流到右心房或腹腔而設計。		
廠商建議價	每組25,000元		

19

特材基本資料(3)

特材名稱	雅氏腦室分流系統(重力閥) Aesculap UniGAV Shunt System		
許可證字號	衛署醫器輸字第024636號	發證日期	102/01/28
廠商名稱	台灣柏朗股份有限公司		
製造廠名稱	CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG	製造國別	德國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科		
規格	雙接頭uniGAV閥體		
材質	鈦金屬球閥、藍寶石球閥、鈦合金閥門		
適應症	將腦室中過多的腦脊髓液引流到腹腔，以治療水腦症病患		
廠商建議價	每組30,000元		

20

特材基本資料(4)

特材名稱	雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管) Aesculap UniGAV Shunt System		
許可證字號	衛署醫器輸字第024636號	發證日期	102/01/28
廠商名稱	台灣柏朗股份有限公司		
製造廠名稱	CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG	製造國別	德國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科		
規格	附加導管uniGAV閥體，閥體導管長度：120公分		
材質	鈹金屬球閥、藍寶石球閥、鈦合金閥門		
適應症	將腦室中過多的腦脊髓液引流到腹腔，以治療水腦症病患		
廠商建議價	每組35,000元		

21

特材基本資料(5)

特材名稱	雅氏腦室分流系統(重力閥+腹腔導管+腦室導管+儲液槽) Aesculap UniGAV Shunt System		
許可證字號	衛署醫器輸字第024636號	發證日期	102/01/28
廠商名稱	台灣柏朗股份有限公司		
製造廠名稱	CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG	製造國別	德國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	神經外科		
規格	附加導管uniGAV閥體，閥體導管長度：120公分， 腦室導管長度：18~25公分，儲液槽導管長度：8.5~60公分		
材質	鈹金屬球閥、藍寶石球閥、鈦合金閥門		
適應症	將腦室中過多的腦脊髓液引流到腹腔，以治療水腦症病患		
廠商建議價	每組40,000元		

22

討論案 6

有關「美敦力醫療產品股份有限公司」再次建議將應用於心臟不停跳(非體外循環)冠狀動脈繞道手術之三爪式定位器「"美敦力"心臟血管外科器械(滅菌)-三爪式定位器"Medtronic"Cardiovascular surgical instruments(sterile) - Positioner」等 2 項特殊材料納入健保給付乙案，提請討論。

應用於心臟不停跳(非體外循環)冠狀 動脈繞道手術之三爪式定位器 (再建議案)

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「美敦力醫療產品股份有限公司」再次建議將「美敦力心臟血管外科器械(滅菌)-三爪式定位器」等2品項納入健保給付。

- 本類杯狀式定位器特材已於104年4月1日起納入健保給付，惟三爪式定位器因較杯狀定位器允許更大手術視野且可固定心尖外之心臟表面，故再次提出納入健保給付。
- 本次建議2品項均為同類三爪式定位器，分屬兩張醫療器材許可證。


本署建議：本案特材屬功能改善特材，較既有功能特材「更具臨床有效性」予以加算15%，核定支付點數為31,879點。

疾病治療簡介

□冠狀動脈心臟病

📖 心臟的含氧血液主要是由冠狀動脈供給，若冠狀動脈狹窄而阻斷對心臟的供氧，便會引起胸痛；心肌缺氧進而抑制心肌收縮，使心臟不能搏出正常的血量，甚至損害控制心律的傳導系統，而引起心律不整以及心衰竭...等疾病。

📖 治療方式：在手術部份，包含經皮冠狀動脈成形術、(體外循環型與無體外循環型)冠狀動脈繞道手術等術式。



3


本案特材簡介(1)

□“美敦力”心臟血管外科器械(滅菌)


-三爪式定位器

📖 本案特材用於執行血管繞道手術時搭配心臟穩定器的操作，在需要翻轉或移動心臟的時機進行心臟姿勢的調整，以增加手術操作空間，並提供醫師較佳的視野。

📖 運用定位器也能穩固心臟維持所需的姿勢，降低心臟的負擔與傷害。




三爪式定位器



本案特材簡介(2)

□ 本案特材與現有特材之比較

比較項目	現有特材	本案特材
	“美敦力”心臟血管外科器械(滅菌)/穩定器及定位器系統(滅菌)-杯狀定位器	“美敦力”心臟血管外科器械(滅菌)/穩定器及定位器系統(滅菌)-三爪式定位器
固定功效	定位杯(材質為silicon)提供即時心尖組織固定。	三爪式矽膠吸盤可固定心臟血管吻合最佳位置；利用空隙避開心臟血管連接處，特別在心尖以外之側面翻轉，避免心臟損傷。
定位杯口徑	 5cm 杯狀定位器	 4cm 三爪式定位器

國際價格(1)

		新特材1	
國別	匯率 103.10-12	當地價格	“美敦力”心臟血管外科器械(滅菌) -三爪式定位器
幣別		外幣	台幣
美國	30.06	-	-
日本	0.29	150,000	43,500
韓國	0.029	-	-
澳洲	27.66	-	-
中位數			43,500
國際最低價			43,500
廠商建議價			32,000

國際價格(2)

		新特材2	
國別	匯率 103.10-12	當地價格	“美敦力”穩定器及定位 器系統-定位器(滅菌) (三爪式)
幣別		外幣	台幣
美國	30.06	-	-
日本	0.29	150,000	43,500
韓國	0.029	-	-
澳洲	27.66	-	-
中位數			43,500
國際最低價			43,500
廠商建議價			32,000

7

專家諮詢意見

📖 本案特材具有體積較小，可增加醫師手術視野，固定效果亦較佳的功效；用在小傷口進行冠狀動脈手術，有其必要性。

📖 三爪式定位器相較於杯狀定位器，用於心尖外的心臟表面可更有效穩定心肌，便於進行手術。

8

健保署意見(1)

□納入健保給付

📖 本案特材較杯狀定位器更具有臨床療效，包括固定效果更佳，可減少心肌受傷瘀血，且可固定於心尖外心臟表面，有助於側面翻轉，故建議納入健保給付。

📖 屬功能改善特材。

9

健保署意見(2)

□核價方式

📖 採既有功能特材加算條件之「更具臨床有效性」，加算百分之十五，核定支付點數為31,879點($27,721 \times (1+15\%) = 31,879$)。

10

健保署財務評估

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
“美敦力”心臟外科器械(滅菌)-三爪式定位器(共計2項)	31,879	使用量	800組	850組	900組
		預估點數	2,550萬點	2,700萬點	2,869萬點

註：預估數量係以健保已給付特材「冠狀動脈繞道手術器械-穩定器」使用量做估算，且經臨床醫師確認。

11

特材基本資料(1)

特材名稱	“美敦力”心臟血管外科器械(滅菌)-定位器 “Medtronic” Cardiovascular surgical instruments (sterile) - Positioner		
許可證字號	衛署醫器輸壹字第005274號	發證日期	95/10/27
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	MEDTRONIC PERFUSION SYSTEMS	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟科類(H)
使用科別	心臟外科、心臟血管外科		
規格	Starfish		
材質	Silicon		
適應症	適用於心臟手術期間穩定與減少心臟跳動之特定區域的移動，固定心臟的位置，有助於支撐定位器、組織固定器與輔助裝置，減低心臟手術的侵入性。		
廠商建議價	每組32,000元		

12

特材基本資料(2)

特材名稱	“美敦力”穩定器及定位器系統(滅菌) “Medtronic” Stabilizer and positioner system (sterile)		
許可證字號	衛署醫器輸壹字第000184號	發證日期	94/06/20
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	MEDTRONIC PERFUSION SYSTEMS	製造國別	美國
特材大類碼	人工機能代用類(F)	特材小類碼	心臟科類(H)
使用科別	心臟外科、心臟血管外科		
規格	Starfish		
材質	Silicon		
適應症	適用於心臟手術期間穩定與減少心臟跳動之特定區域的移動，固定心臟的位置，有助於支撐定位器、組織固定器與輔助裝置，減低心臟手術的侵入性。		
廠商建議價	每組32,000元		

討論案 7

有關「香港商邁柯唯有限公司」台灣分公司建議將用於心肺繞道手術(CPB)、或使用體外循環技術類似手術中監測血液參數之特殊材料「"邁柯唯"血液參數偵測系統"MAQUET"Blood Monitoring Unit」納入健保給付乙案，提請討論。

“邁柯唯”血液參數偵測系統

“MAQUET” Blood Monitoring Unit

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第15次(104年7月)會議

104年7月16日

提案摘要

說明：「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」建議將用於心肺繞道手術、或使用體外循環技術類似手術中監測血液參數之特殊材料「“邁柯唯”血液參數偵測系統」納入健保給付



- 本案特材為一連續串聯式血液參數監測系統BMU 40的配件，包含動脈感測器和靜脈樣本池，此血液參數偵測系統，可直接看到數值，並做連續的測量與監控，可避免手術中多次抽血檢驗。

本署建議：本案特材屬功能改善特材，建議納入健保給付。

本案特材簡介(1)

□ 本產品是連接在心肺體外循環的管路上，便可藉由感應器顯示數值，包含血氧分壓、血液溫度、血氧飽和度、血紅素、紅血球容積比、並計算耗氧量等。

📖 本產品(動脈感測器和靜脈樣本池)為單次使用，使用時間限定為6小時。



邁柯唯血液參數偵測系統

3

本案特材簡介(2)

●本案特材與現有特材之比較

比較項目	現有特材	本案特材
	SENSOR分流感知器或血氧感知器 (核價類別CHT05A1)	“邁柯唯”血液參數偵測系統
可監測項目	動脈、靜脈血氧飽和度及血球容積比。	動脈部分:血氧分壓、血液溫度。 靜脈部分:血氧飽和度、紅血球容積比、血紅素、血液溫度。

註: 分流感知器或血氧感知器核價類別為CHT05A1，支付點數914點。

103年申報量為5,574個。

4

廠商建議資料

廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
5000元	數量	50組	100組	150組
	特材費用	25萬元	50萬元	75萬元

註：本案特材2個為1組。

5

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	支付點數
68052B	體外心肺循環 Cardiopulmonary bypass	11505

6

國際價格

□ 查無國際價格

□ 廠商提供原產國(德國)價格，換算台幣6,000元

7

健保署意見

□ 納入健保給付

📖 本案特材可即時獲知體外循環氧合及灌注過程之血流動力學資料，以做為調整依據，有助於病患安全。

□ 核價方式

📖 本案屬功能改善特材，依功能改善支付點數訂定原則，已收載之類似特材品項「分流感知器或血氧感知器」(核價價類別為CHT05A1)，支付點數為一個914點。

📖 本案特材為2個一組(動脈感測器及靜脈樣本池)，以 $914 \times 2 = 1828$ 點為基礎，再以附加功能比例加算，符合(1)更具臨床有效性及(2)對病人更具安全性，共加算30%，以2,376點訂定支付價格。

8

健保署財務評估

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
“邁柯唯”血液參數偵測系統	2,376點	使用量	2,700組	2,800組	2,900組
		預估點數	641萬點	665萬點	689萬點

註:以健保已收載之類似特材品項「分流感知器或血氧感知器」(核價價類別為 CHT05A1)的年申報量除以2預估(因本案特材為2個一組)。

9

特材基本資料

特材名稱	“邁柯唯”血液參數偵測系統 “MAQUET”Blood Monitoring Unit		
許可證字號	衛署醫器輸字第020220號	發證日期	98/10/02
廠商名稱	香港商邁柯唯有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	Mechatronic AG	製造國別	德國
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(H)循環管
使用科別	心臟外科		
適應症	本品用於心肺繞道手術(CPB)、或使用體外循環技術的類似手術中監測血液參數。		
包含組件	無。		
廠商建議價	5,000元		

10

討論案 8

有關「台灣曲克股份有限公司」之「“曲克”利弗爾
周邊血管支架」及「美敦力醫療產品股份有限公司」
之「”英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管」
建議納入健保給付，並申請列為自付差額品項乙案，
提請討論。

“曲克”利弗爾周邊血管支架
“COOK” Zilver PTX Drug Eluting Peripheral Stent
“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管
“INVATEC” IN.PACT ADMIRAL Paclitaxel-eluting PTA
Balloon Catheter (申請列為自付差額品項案)

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：有關「台灣曲克股份有限公司」之「“曲克”利弗爾周邊血管支架」及「美敦力醫療產品股份有限公司」之「“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管」，均係治療周邊動脈狹窄之特材，並建議列為自付差額品項。

- 「“曲克”利弗爾周邊血管支架」為塗藥支架，適用於治療膝上股腘動脈的症狀性血管病變。
- 「“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管」為塗藥周邊球囊導管，適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）。

本署建議：以自付差額品項納入健保給付。


疾病治療簡介(1)

□周邊動脈疾病(Peripheral artery disease, PAD)

📖 泛指非冠狀動脈的動脈疾病，因系統性的動脈粥狀硬化改變動脈的結構及功能，使得全身性動脈窄縮，進而影響大腦、內臟和四肢血流供應。

📖 下肢周邊動脈疾病主要發生於自主動脈腸骨動脈(aortoiliac artery)及其往下的分枝，包括髖骨動脈、股動脈、股腘動脈(femoral-popliteal artery)及膝腘動脈等下肢週邊動脈阻塞的疾病。

註：周邊動脈阻塞疾病包括頸動脈、脊椎、上肢、腸繫膜、腎臟與下肢等處的血管阻塞。



3

疾病治療簡介(2)

□目前治療/處置方法

📖 改善相關危險因子：動脈粥狀硬化是下肢周邊動脈疾病的主要成因，而動脈粥狀硬化主要危險因子有吸菸、糖尿病、高血脂症及高血壓等；所以改善相關危險因子，預防血管疾病疼痛和發炎反應為首要治療。

📖 藥物治療：抗血小板藥物、抗血栓藥物、抗凝血藥物...等。

📖 運動復健治療。

📖 手術治療：氣球擴張術(balloon angioplasty)、支架置放(stenting)等血管內介入性治療(endovascular therapy)或進行血管繞道手術(bypass surgery)。

4

本案特材簡介(1)

□「“曲克”利弗爾周邊血管支架」是用於治療膝上股腘動脈的症狀血管病變

- 📖 本周邊血管支架是由鎳鈦合金製成的自膨式支架，上面帶有紫杉醇藥物塗層。
- 📖 藥物穩定釋放，較傳統治療方式更能降低原病灶處再次施行介入性治療之機率。
- 📖 藥物塗層不使用人工聚合物(polymer-free)，減少因人工聚合物造成的發炎及凝血反應。




支架帶有紫杉醇藥物塗層

5

本案特材簡介(2)

□“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管

- 📖 本產品是同軸導線型周邊球囊導管，專為動脈粥樣硬化阻塞的血管中實施經皮腔內血管成形術而設計。
- 📖 針對周邊動脈狹窄的患者，在病灶處使用塗有紫杉醇的球囊導管擴張，可使藥物進入血管內層及中層，以期減少血管內不正常增生及病灶再阻塞率。



愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管

6

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
“曲克”利弗爾周邊血管支架	79,000元	使用量	794個	874個	961個
		特材費用	6,272萬元	6,904萬元	7,592萬元

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管	58,000元	使用量	625條	875條	1,125條
		特材費用	3,625萬元	5,075萬元	6,525萬元

7

相關診療項目及已給付類似功能類別特材

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
33074B	單純性血管整形術	P.T.A. (percutaneous transluminal angioplasty): simple	10,800

特材功能類別代碼	類別名稱	支付點數
CBC04A1	淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長20:140mm)	28,773點
CBC04A2	淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長141:200mm)	44,293點
CBB01A1	周邊球囊導管	5,398點

8

國際價格

		新特材	
國別	匯率 103.7-9	“曲克”利弗爾周邊血管支架 “COOK” Zilver PTX Drug Eluting Peripheral Stent	
幣別		外幣	台幣
美國	30.03		
日本	0.30	229,000	68,700
韓國	0.028		
澳洲	27.58	2,400	66,192
中位數			67,446
國際最低價			66,192
廠商建議價			79,000

☐ “英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管查無國際價格。

9

各層級醫療院所收取自費價格

☐ “曲克”利弗爾周邊血管支架

申報家數	中位數	平均價	最低價
15	68,750元	69,356元	60,500元

☐ “英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管

申報家數	中位數	平均價	最低價
32	78,000元	79,645元	68,000元

10

“曲克”利弗爾周邊血管支架 HTA報告摘要(療效評估) (1)

□ 美國食品藥物管理局(US FDA)審查報告依據兩項臨床研究資料，證明本案特材-Zilver PTX支架的相對療效：

- 在試驗第12個月時，Zilver PTX支架的主要療效指標-病灶的血管通暢程度，表現優於PTA組病人(82.7% vs. 32.7%， $p<0.01$)，療效能持續至試驗第24個月。
- 另外，對於PTA手術未成功(suboptimal PTA)且接受隨機分派的病人，進行Zilver PTX支架組與Zilver裸金屬支架組的比較，Zilver PTX支架的主要療效指標-第一次血管通暢率，表現優於Zilver裸金屬支架組病人(90.2% vs. 72.9%， $p<0.01$)，療效能持續至試驗第24個月。

11

“曲克”利弗爾周邊血管支架 HTA報告摘要(療效評估) (2)

□ 塗藥支架與血管整形術PTA(含有/無置放裸金屬支架)之安全性試驗比較，其結果如下：

📖 治療一年後之無事件存活率(EFS)：

血管整形術：塗藥支架=83.9%：90.4%($P=0.01$)

📖 治療一年後之血管重建率(TLR)：

血管整形術：塗藥支架=16.1%：9.5%($P=0.04$)

12


“曲克”利弗爾周邊血管支架 HTA報告摘要(經濟評估)

□ 查驗中心佐以健保署所提供目前淺股動脈裸金屬支架之申報量推估

📖 在給付範圍與淺股動脈裸金屬支架現行規範相同、全額給付納入健保的情況下，依據廠商建議價格計算其預算影響約為3,300萬到4,800萬。

📖 若為自付差額，民眾須自付約40,000元。

健保已給付淺股動脈裸金屬支架點數
VS. 本品平均自費價格



“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管HTA報告摘要(療效評估)(1)

□ 英國NHS國家醫療服務體系公告本案特材相對療效評估：塗藥球囊具有降低生命週期成本及提高生活品質之特點，認為塗藥球囊導管優於緊急情況使用之裸金屬支架及其他介入措施。

□ 2011年ESC周邊動脈疾病診斷和治療指引：塗藥球囊導管在部分研究中顯示較一般球囊導管在股腘動脈可改善短期通暢率。

“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管HTA報告摘要(療效評估)(2)

□ 塗藥氣球與未塗藥氣球、裸金屬支架之安全性試驗比較，其結果如下：

📖 Fusaro 等人(2013)研究結果，紫杉醇塗藥球囊導管相較於未塗藥球囊血管成形術之降低病變處因再狹窄而需接受血管重建率(TLR)風險的勝算比(OR)為0.29 (95%信賴區間[CI] 0.15-0.56)，在降低血管再狹窄風險的勝算比為0.31(95% CI:0.19-0.51)；而紫杉醇塗藥球囊導管相較於周邊裸金屬支架，其術後病變處因再狹窄之血管重建率(TLR)風險的勝算比(OR)為0.63(95%信賴區間[CI] 0.26-1.48, $p=0.29$)。

📖 Micari 等人(2012, 2013)研究結果，paclitaxel 塗藥球囊導管在股腘動脈疾病，需經皮血管重建的病患，術後二年仍可維持良好的功能和臨床療效。

📖 Werk 等人(2012)研究結果，塗藥球囊導管組相較於未塗藥球囊導管組，在追蹤六個月時塗藥球囊導管組有顯著較低的再阻塞發生率(3例[8.6%] 比11例[32.4%])。

15


“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管HTA報告摘要(經濟評估)

□ 查驗中心佐以健保署所提供目前淺股動脈裸金屬支架之申報量推估

📖 在給付範圍與淺股動脈裸金屬支架現行規範相同、全額給付納入健保的情況下，依據廠商建議價格計算其預算影響約為1,000萬到3,600萬。

📖 若為自付差額，民眾須自付約50,872元。

健保已給付淺股動脈裸金屬支架點數
vs. 本品平均自費價格



專家諮詢意見

- ☐ 相較於健保已給付裸金屬支架，塗藥支架於術後血管通暢率、無事件存活率及免於血管重建率(Target lesion revascularization, TLR)均為較高。
- ☐ 相較於健保已給付其他血管腔內治療方式，如周邊血管氣球導管及裸金屬支架，塗藥氣球能有效減少血管重建率，因此在長期追蹤下可減少再次住院手術等相關醫療費用。
- ☐ 另使用塗藥氣球即不需置放支架，可減少日後若因同病灶再狹窄而需進行血管繞道手術的比例。
- ☐ 建議二品項均納入自付差額品項。
- ☐ 因使用塗藥氣球前，亦須使用一般周邊血管氣球導管進行擴張(與置放裸金屬支架程序相同)，本品係取代裸金屬支架的功能，故最近似功能類別之健保已納入全額給付特材應為「淺股動脈支架及支架傳輸裝置」(裸金屬支架)。

17

健保署意見(1)

☐ 同意以自付差額品項納入健保給付

- ☐ 本案二項特材屬功能改善特材，塗藥支架相較於健保已給付裸金屬支架，於術後血管通暢率、無事件存活率及免於血管重建率(Target lesion revascularization, TLR)均為較高；而塗藥氣球相較於健保已給付周邊血管氣球導管及裸金屬支架，能有效減少TLR率(血管重建率)，進而降低健保支出，且因不需置放支架(取代裸金屬支架)，可減少日後若因同病灶再狹窄而需進行血管繞道手術的比例。惟價格昂貴，無法納入健保全額給付。
- ☐ 本案特材符合「全民健康保險辦理自付差額特殊材料之作業原則」中列為自付差額之特材條件「增加耐久性」，故同意納入自付差額品項。

18

健保署意見(2)

- ▣ 核價方式：本案二品項係取代裸金屬支架，塗藥支架規格長度為20：120 mm，塗藥氣球規格長度為40：150 mm，故參考品訂為「淺股動脈支架及支架傳輸裝置(支架長20:140mm)」，支付點數28,773點作為給付上限。
- ▣ 本案若經本擬訂會議通過，將依程序提至健保會討論，類別名稱訂為「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」。

19

健保署意見(3)

□給付規定：同參考品給付規定(A220-4)

- ▣ 經1:1氣球擴張術治療後，殘餘狹窄達50%以上，且該長度超過30mm 或合併前向血流未達正常(即TIMI FLOW $\leq$ II) 並符合下列條件之一：
 - ▣ 藥物無法改善之間歇性跛行(ABI<0.7)：影像檢查顯示為狹窄程度大於75%且長度小於16公分內之 SFA病灶，且遠端無有效之側枝循環時。
 - ▣ 危急性肢體缺血Critical Limb Ischemia(ABI<0.4併有resting pain or poor wound healing)：為保留肢體免於截肢，SFA病灶長度可不限於16公分內，但必須於血管攝影下至少有一條通往足部之血管或合併進行膝下血管整形術。

20

健保署財務評估

假設本案特材納入自付差額品項，因與參考品給付規定相同，應將取代部分「淺股動脈支架及支架傳輸裝置」(支架長20:140mm)，故應無額外的財務影響。

21

特材基本資料(1)

特材名稱	“曲克”利弗爾周邊血管支架 “COOK” Zilver PTX Drug Eluting Peripheral Stent		
許可證字號	衛署醫器輸字第021253號	發證日期	99/07/15
廠商名稱	台灣曲克股份有限公司		
製造廠名稱	Cook Ireland Limited	製造國別	愛爾蘭
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(B) 氣球擴張導管
使用科別	心臟內科、心臟血管科、放射科		
適應症	適用於治療膝上股腘動脈的症狀性血管病變，但該動脈需有4至9 mm 的參考血管直徑。為避免累及股總動脈，支架的近端必須置於股淺動脈起始部位以下至少1cm處。為避免累及膝下腘動脈，支架的遠端必須置於股骨上髁平面以上位置。		
材質	塗藥支架： 1. 支架：Nitinol；2. 黃金標記：24K黃金；3. 藥物塗層：Paclitaxel 輸送系統： 1. 握把：ABS Cycolac；2. 導管：Nylon； 3. 導線：Stainless Steel；4. 導管頭：Vinyl radiopaque		
包含組件	塗藥支架、輸送系統。		
廠商建議價	79,000元		

22

特材基本資料(2)

特材名稱	“英泰克”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 “INVATEC” IN.PACT ADMIRAL Paclitaxel-eluting PTA Balloon Catheter		
許可證字號	衛署醫器輸字第024523號	發證日期	102/01/21
廠商名稱	美敦力醫療產品股份有限公司		
製造廠名稱	INVATEC	製造國別	瑞士
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟內科、心臟外科、放射科		
規格	直徑：4~7 mm；長度：40~150 mm		
材質	尼龍, Pebax熱塑性彈性體, 紫杉醇		
適應症	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)		
廠商建議價	每組58,000元		

討論案 9

有關仕懋股份有限公司建議將用於執行血漿置換術時過濾白血球之特材「"笙創"白血球過濾器/輸血套—血漿 Leukocyte reduction filters and transfusion set for plasma」納入健保給付乙案，提請討論。

笙創白血球過濾器/輸血套-血漿

Leukocyte reduction filters & transfusion set for plasm

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「仕懋股份有限公司」建議將「笙創白血球過濾器/輸血套-血漿」納入健保給付。

➤ 本案特材係應用於執行血漿置換術時，過濾血漿中的白血球之特材。

本署建議：使用白血球過濾器無法完全避免因輸血造成之過敏反應，一般血漿置換術沒必要使用，而且全血或血小板白血球過濾器亦可用於血漿製品，故建議暫不納入健保給付。

疾病治療簡介


- 『血漿置換術』(PE)：它就像血液透析一樣，先把血液抽出來，經由血漿分離器分離出來的血漿全部排除丟棄，代以置換同等量的 FFP(新鮮的冷凍血漿)或白蛋白溶液以達到治療目的。

3

本案特材簡介

□ 笙創白血球過濾器/輸血套-血漿

- 📖 白血球過濾器用於輸血時濾除血品內白血球，藉此減少過敏反應發生。
- 📖 白血球過濾器適用於過濾各單位血液成份(全血、紅血球濃厚液、血小板及血漿，本案特材專用於血漿)。



笙創白血球過濾器/輸血套-血漿



4

廠商建議資料

廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
3000元	用量	2,000組	2,000組	2,000組
	特材費用	600萬元	600萬元	600萬元

5

相關診療項目

診療項目 代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點 數
58008C	血漿置換術	Plasma exchange	2,475
93010C	新鮮冷凍血漿：每單位	Fresh frozen plasma	300
93011C	冷凍血漿：每單位	Frozen plasma	200

6

國際價格

□ 本案特材為國產品，尚未輸出販售，故無國際價格及採購價可供參考。

7

健保署意見

□ 暫不納入健保給付

📖 因血漿置換時的不良反應除白血球外，尚有許多是因其他不明蛋白造成，故使用白血球過濾器，並無法完全避免輸血之過敏反應，且新鮮血漿中白血球本來就極少，而全血或血小板白血球過濾器亦可用於血漿製品，故建議暫不納入健保給付。

8

特材基本資料

特材名稱	笙創白血球過濾器/輸血套 Leukocyte reduction filters & transfusion sets		
許可證字號	衛署醫器製字第003428號	發證日期	100/10/17
廠商名稱	仕懋股份有限公司		
製造廠名稱	笙特科技股份有限公司	製造國別	臺灣
特材大類碼	過濾類(H)	特材小類碼	血液過濾器(H)
使用科別	腎臟內科、血液科		
規格	血漿用白血球過濾組 LT series，3000mL		
型號	LP3011, LP3012, LP3022, LP3031, LP3032, LP3041, LP3042		
材質	PC聚合物，PBT聚合物，PVC聚合物，ABS樹脂		
適應症	1.執行血漿置換時：一次療程需輸注大量血漿之患者 2.已產生HLA抗體之長期需要輸注血漿之患者 3.輸血曾發生非溶血性發熱性輸血之反應者 4.器官、骨髓移植或免疫缺陷等患者，避免巨噬細胞病毒傳染		
廠商建議價	每組3,000元		

討論案 10

有關輝展企業有限公司建議將用於降低氣管表面的黏液，減少阻塞的危險，改善黏膜的暢通之「杜門氣管與支氣管支架系統-直型及 Y 型 Tracheobronxane Dumon Stent-straight and Y」納入健保給付乙案，提請討論。

杜門氣管與支氣管支架系統-直型及Y型 Tracheobronxane Dumon Stent-straight and Y

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第15次(104年7月)會議

104年7月16日

提案摘要

說明：有關「輝展企業有限公司」建議將「杜門氣管與支氣管支架系統-直型及Y型“Tracheobronxane Dumon” Stent-straight and Y」納入健保給付

- 本特材支架裡面有一層矽膠，可降低表面的黏液，並減少阻塞的危險，改善黏膜的暢通。
- 支架表面各有2~4條鈎狀突出物，此鈎狀物有助於支架在氣管與支氣管束間軟骨環上的穩固性。

本署建議：本案特材屬功能改善特材，建議納入健保給付。

疾病治療簡介

□ 相關適應症：因氣管腫瘤或傷口感染導致的氣管、支氣管狹窄。

📖 治療方法：

- 定期重覆的擴張。
- 雷射切除。
- 放置適當的內部支撐管(stent)。
- 階段式的整形重建手術。
- 袖狀的環形切除及再吻合手術(第一選擇)。
- 永久的氣管造口術。

3

本案特材簡介(1)

□ 支架內有一層矽膠，可降低表面沾黏，並減少阻塞之危險，改善黏膜暢通

📖 矽膠支架放置容易，且可調整位置。

📖 Y型支架可用於氣管分叉處狹窄。



支架表面各有數個鉤狀突出物，有助於支架在的穩固性。

4

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	傳統金屬氣管支架	新特材矽膠氣管支架
位置調整	較困難 (移位機率較低)	較容易
支撐力道	較強	可適度撐開狹窄處
氣道壁傷害	較高	氣道壁及大血管之傷害較金屬氣管內管支架低
取除支架	治療完成取除困難	取除容易，較不易傷害組織

5

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
杜門氣管與支氣管 支架系統-直型	32,600	使用量	20個	25個	30個
		特材費用	65萬元	82萬元	98萬元
杜門氣管與支氣管 支架系統-Y型	66,000	使用量	4個	4個	6個
		特材費用	26萬元	26萬元	40萬元

6

相關診療項目

診療項目 代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
67046C	氣管內腔置管術	Tracheal stent intubation	8,295

7

國際價格

		新特材1	
國別	匯率 104.1-3	杜門氣管與支氣管支架系統- 直型	
幣別		外幣	台幣
美國	30.07		
日本	0.29		
韓國	0.029		
澳洲	26.81	1,000	26,810
中位數			26,810
國際最低價			26,810
廠商建議價			32,600

8

各層級醫療院所收取自費價格概況

□杜門氣管與支氣管支架系統-直型

申報家數	中位數	平均價	最低價
23	32,000元	31,560元	26,290元

□杜門氣管與支氣管支架系統-Y型

申報家數	中位數	平均價	最低價
22	63,000元	68,495元	54,285元

9

專家諮詢建議

□健保給付支氣管支架為金屬材質，目前無矽膠性質之支氣管支架的健保支付品項。

□本品對於氣管、支氣管狹窄與氣管瘻管的臨床治療有顯著效果，如改善呼吸情況，儘早脫離呼吸器，縮短住院天數。

📖 若本品納入給付，對於良性疾病或惡性疾病所引起支氣管或支氣管狹窄，皆可考慮使用此類型之支架。

健保署意見

□納入健保給付

☞ 本案特材可改善金屬氣管支架置入後，不易調整的缺點，且可改善氣管隆突病灶無法處理的問題，對於氣管狹窄、腫瘤或氣管瘻管的使用上，密合度較佳。

□核價方式

☞ 屬功能改善特材，依自費醫材比價網各醫療院所收取自費價格之最低價核定。

杜門氣管與支氣管支架系統-直型核定價格為26,290點。

杜門氣管與支氣管支架系統-Y型支付價格為54,285點。

11

健保署財務評估

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
杜門氣管與支氣管 支架系統-直型	26,290	用量	193個	207個	222個
		特材費用	507萬元	544萬元	584萬元
杜門氣管與支氣管 支架系統-Y型	54,285	用量	64個	69個	74個
		特材費用	347萬元	375萬元	402萬元

註：

1. 本表係依既有功能特材氣管支氣管支架系統金屬材質，近3年申報之平均數量及成長率，257件及7%計算。
2. 杜門氣管與支氣管支架系統-直型及Y型使用占率約為75%及25%(依臨床專家建議)。

12

特材基本資料

特材名稱	杜門氣管與支氣管支架系統-直型、Y型 Tracheobronxane Dumon Stent – straight、Y		
許可證字號	衛署醫器輸字第017452號	發證日期	95/11/24
廠商名稱	輝展企業有限公司		
製造廠名稱	Novatech S.A.	製造國別	法國
特材大類碼	(FS)一般外科類	特材小類碼	-
使用科別	胸腔外科		
材質	醫療級Silicone		
包含組件	無		
適應症	氣管與支氣管腫瘤，有疤痕支氣管狹窄症，各種相關手術傷口癒合後造成支氣管狹窄，肺部移植後造成氣管狹窄。		
廠商建議價	直型 32,600元 / Y型 66,000元		

討論案 11

有關美實科技股份有限公司建議將用於引流抽吸之「
優式」非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器
具-(滅菌)-全密閉式引流袋/全密閉式吸取引流袋

**"Uresil" Non-Powered, Single Patient, Portable
Suction apparatus (Sterile): Gravity Bags/Suction
Bags」**等 2 項納入健保給付乙案，提請討論。

“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)-全密閉式引流袋/全密閉式吸取引流袋

**“Uresil” Non-Powered, Single Patient, Portable
Suction apparatus (Sterile)- Gravity Bags/Suction Bags**

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第15次(104年7月)會議

104年7月16日

提案摘要

說明：「美實科技股份有限公司」建議將「“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)-全密閉式引流袋/全密閉式吸取引流袋」等2品項納入健保給付。


- 本案特材係應用於引流抽吸，具有移動自如、自動密閉、防制逆流功能，可將空氣及液體密閉，將感染機會降至最低。
- 適用於胸腔引流、腎造口引流、膽汁引流、一般引流及居家照護。

本署建議：本案特材屬創新功能特材，建議納入健保給付。

疾病治療簡介(1)

□氣胸 (Pneumothorax)

📖 是指因為外傷或其他原因導致空氣進入肋膜腔內而造成肺部擴張不良的一種情況。空氣進入肋膜腔的管道，包括：肺泡、支氣管、氣管、食道破裂或胸壁的破洞等等。



📖 氣胸依照發生的原因，可分為：

- 「創傷性氣胸」：是因為創傷所引起後的傷害症狀，如：刀傷及槍傷直接造成肺臟破裂，或肋骨骨折引起之肺臟破裂。
- 「自發性氣胸」：a.原發型自發性氣胸：肺部之異常肺氣泡遇壓力大時破裂漏氣，而其他地方外並無其他病變；b.次發型自發性氣胸：肺部因某些疾病(慢性阻塞性肺病(COPD)、肺結核、肺腫瘤...等)而造成肺部實質組織的破壞造成漏氣。

3

疾病治療簡介(2)

□治療方式

📖 依照氣胸發生的原因、範圍之大小及臨床之症狀表現而採取不同的治療策略：


- 休息或給予氧氣治療：症狀輕微者可透過此一療法即可獲得緩解，因為氧氣治療可加速氣胸之吸收。
- 胸管引流：氣胸範圍較大者，可考慮放置胸管引流，待肺部膨脹且無繼續漏氣即可拔除胸管。
- 手術治療：如果是由於異常肺氣泡引起且產生肋膜沾黏者，會施予可以用開胸手術或胸腔鏡手術進行肺部楔狀切除治療。

4


本案特材簡介(1)

□“優式”非動力式，單一病人使用， 可攜帶式之抽吸器具(滅菌)

📖 本案特材採取密閉式重力/吸取引流，可接Pigtail catheter或胸管，幫助病患將良惡性肌膜積液、氣胸、胸腔術後引流、胸腔氣漏引流、外科引流。使病患更早獲得行動自由，及運用於居家引流，以減少住院費用。



全密閉式引流袋



全密閉式吸取引流袋

5

本案特材簡介(2)

□本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	傳統治療方式	本案特材
	胸腔水下引流瓶+集液瓶 (健保支付內含項目)	“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)
可移動性	較無法移動	病患可自由移動，易於評估檢查，促進早日康復
接管方式	胸管	Pigtail或胸管
降低感染之風險	濕式系統，感染風險較高	乾式系統，可降低感染之風險
居家式的引流	不可	可，居家護理時安全便利
臨床效益	較無法移動，增加病患住院天數	病患較舒適，病患可自由行動，易於評估檢查，促進早日康復

6

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年
“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)：全密閉式引流袋	1,800	使用量	500個	800個	1,000個
		特材費用	90萬元	144萬元	180萬元
“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)：全密閉式吸取引流袋	3,200	使用量	500個	800個	1,000個
		特材費用	160萬元	256萬元	320萬元

7

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
47021C	胸腔引流一天	Chest drainage	120
29012B	胸腔穿刺	Thoracocentesis	962
56010B	胸管插管	Chest intubation	2,400

8

國際價格

		新特材1		新特材2	
國別	匯率 103.10-12	當地價格	全密閉式引流袋	當地價格	全密閉式吸取引流袋
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣
美國	30.06	-	-	-	-
日本	0.28	2,900	812	6,500	1,820
韓國	0.029	-	-	-	-
澳洲	27.66	-	-	-	-
中位數			812		1,820
國際最低價			812		1,820
廠商建議價			1,800		3,200

9

各層級醫療院所收取自費價格

- “優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)
：全密閉式引流袋

申報家數	中位數	平均價	最低價
11	900元	1,003元	900元

- “優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)
：全密閉式吸取引流袋

申報家數	中位數	平均價	最低價
12	2,900元	2,990元	2,900元

10

專家諮詢建議

📖 本品可取代傳統三瓶或雙瓶胸腔引流系統，使胸管留置無法出院之病患得以居家照護，減少住院天數及費用。

📖 本品可提升病患照護品質，並減低住院及護理人力費用，建議收載。另考量健保預算有限，應訂定使用給付標準。

11

健保署意見(1)

□ 納入健保給付

📖 本案特材可改善病患持續漏氣之氣胸症狀及縮短住院時間，建議納入健保給付。

📖 屬創新功能特材。

12

健保署意見(2)

□核價方式

📖 以國際價格(折合台幣)最低價格日本健保支付價核定

- “優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具-(滅菌)-全密閉式引流袋，核定為812點。
- “優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具-(滅菌)-全密閉式吸取引流袋，核定為1,820點。

□給付規定

📖 有持續漏氣經初步治療超過7天，且不適合手術者。

13

健保署財務評估

品項	暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)：全密閉式引流袋	812	使用量	1,095個	1,095個	1,095個
		預估點數	89萬點	89萬點	89萬點
“優式”非動力式，單一病人使用，可攜帶式之抽吸器具(滅菌)：全密閉式吸取引流袋	1,820	使用量	1,095個	1,095個	1,095個
		預估點數	199萬點	199萬點	199萬點

註：

1. 本表係以住院明細及醫令檔，醫療院所申報氣胸(主次診斷為前3碼為512)，且住院超過7天以上之住院人次，並排除當次住院有執行胸腔鏡肺楔狀或部分切除術(支付代碼:67051B)之病患。
2. 100至103年平均住院人次為2,190件，成長率為-3.4%，因此3年預估用量以2,190件為特材用量。
3. 因無法預估兩項特材使用占率，因此各以50%(1,095)為特材用量。

14

特材基本資料(1)

特材名稱	“優式”非動力式,單一病人使用,可攜帶式之抽吸器具(滅菌)-全密閉式引流袋 “Uresil” Non-Powered, Single Patient, Portable Suction apparatus (Sterile)- Gravity Bags		
許可證字號	衛署醫器輸壹字第012062號	發證日期	101/08/14
廠商名稱	美實科技有限公司		
製造廠名稱	W. TOUHY AVE, SKOKIE	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	胸腔內科、胸腔外科		
規格	長度：20” 或 36”，容量：600 mL		
材質	引流袋：PVC聚合物，引流管：矽膠		
適應症	良惡性肋膜積液，氣胸，胸腔術後引流，胸腔氣漏引流，外科引流等		
廠商建議價	每組1,800元		

15

特材基本資料(2)

特材名稱	“優式”非動力式,單一病人使用,可攜帶式之抽吸器具(滅菌)-全密閉式抽吸引流袋 “Uresil” Non-Powered, Single Patient, Portable Suction apparatus (Sterile)- Suction Bags		
許可證字號	衛署醫器輸壹字第012062號	發證日期	101/08/14
廠商名稱	美實科技有限公司		
製造廠名稱	W. TOUHY AVE, SKOKIE	製造國別	美國
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	引流管(D)
使用科別	胸腔內科、胸腔外科		
規格	容量：300 mL, 500 mL, 1,000 mL		
材質	引流袋：PVC聚合物，風箱：PVC聚合物，引流管：矽膠		
適應症	良惡性肋膜積液，氣胸，胸腔術後引流，胸腔氣漏引流，外科引流等		
廠商建議價	每組3,200元		

16

討論案 12

有關台灣柯惠股份有限公司建議將用於聲門下抽吸管腔可抽出氣囊上方的分泌物，並降低下呼吸道感染率之「"萬靈科"氣管內管(含聲門下抽吸管腔)

"Mallinckrodt" TaperGuard Endotracheal Tube」納入健保給付乙案，提請討論。

“萬靈科”氣管內管 “Mallinckrodt” TaperGuard Endotracheal Tube

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第15次(104年7月)會議
104年7月16日

提案摘要

說明：「台灣柯惠股份有限公司」建議將具有聲門下抽吸功能之特材「“萬靈科”氣管內管(含聲門下抽吸管腔)」納入健保給付。

- 本案特材具有聲門下抽吸的氣管內管插管，可抽出淤積在氣囊上方的氣管內分泌物。

本署建議：本案特材屬功能改善特材，建議納入健保給付。


疾病治療簡介

● 氣管內管

- 📖 是把一根稱作「人工氣道」的氣管內管，由口腔或鼻腔伸入，穿過喉嚨與聲門進入氣管深處。
- 📖 通常是一種緊急處置，當病人呼吸困難，進行急救時，通常會先以插管連接呼吸器，以爭取時效。
- 📖 因留置於病患氣管，容易推積極多分泌物，而造成病患感染呼吸器相關性肺炎。

3

本案特材簡介(1)



4

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

	類似功能特材 (口彎型含氣囊)	本案特材
是否需重複插管	是。清理分泌物需將氣管內管取出後再插回。	否。清理時只需將堆積之分泌物抽出，不必將氣管內管取出。
下呼吸道感染率	較高。(約12%~47.5%)	較低。(約4%~26.7%)
抗生素使用	較高。	較低。可降低抗藥性發生並節省成本。
使用呼吸器天數	較高。	較少。因不需重複插管，可使病人較快復原。

5

廠商建議資料

廠商建議價格	項目	第一年	第二年	第三年
760	使用量	1,000個	1,500個	1,700個
	特材費用	75萬元	115萬元	130萬元

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
47031C	氣管內管插管	Endotracheal tube insertion	464

7

國際價格

		新特材		參考品		比例
國別	匯率 103.10-12	當地價格	“萬靈科”氣管內管 “Mallinckrodt” TaperGuard Endotracheal Tube (含氣囊)	當地價格	氣管內管 (口彎型含氣囊)	(新特材/參考品)
幣別		外幣	台幣	外幣	台幣	
美國	30.06					
日本	0.29	2,710	786	645	187	4.20
韓國	0.029	3,310	96			
澳洲	27.66					
中位數			441			
國際最低價			96			
廠商建議價			760			
健保支付價					201	

1. 國際價格比例法: $(2,710/645) \times 201 = 844$ 元。

8

健保署意見(1)

□納入健保給付

📖 本品具有聲門下分泌物抽吸管腔，可抽出淤積在氣囊上方的氣管內分泌物，可降低肺炎感染的機率及節省健保醫療照護支出。

📖 屬功能改善特材。

9

健保署意見(2)

□核價方式

📖 自費醫材比價網登錄收費標準共4家，登錄價格為1,080~1,125元，因少於5家不列入核價參考。

📖 若依國際價格比例法計算為844點。

(日本新品項2,710/健保給付品項645)之比值*(我國健保給付品項支付點數201 = 844)。

📖 高於廠商建議之點數760點，故建議依廠商建議點數760點訂定。

□給付規定

📖 限需使用人工呼吸器48小時以上者。

📖 如麻醉手術使用本特材，則不列入給付範圍。

10

健保署財務評估

暫核價格	項目	第一年	第二年	第三年
760	使用量	25,442	25,442	25,442
	預估特材點數	1,422萬	1,422萬	1,422萬

註：

1.本特材預估數量係擷取102年及103年住院明細及醫令檔，病患有入住加護病房且未使用麻醉處置，其曾使用侵襲性呼吸輔助=57001B或負壓呼吸輔助=57002B使用大於2天以上者。

2.經統計102年及103年病患人次分別為5,1682及50,883，本特材預估最大使用量為病患人次的50%(依專家建議)，因103年病患人次為負成長(50,883/51,682=-1.5%)，本特材未來3年使用量以103年病患人次之50%，並扣除類似功能氣管內管口彎型含氣囊支付點數201點估計。

11

特材基本資料

特材名稱	“萬靈科”氣管內管 “Mallinckrodt” TaperGuard Endotracheal Tube		
許可證字號	醫器輸字第022322號	發證日期	100/05/27
廠商名稱	台灣柯惠股份有限公司		
製造廠名稱	Covidien	製造國別	墨西哥
特材大類碼	(C)管套類	特材小類碼	(R)呼吸管
使用科別	麻醉科、各科ICU、急診		
適應症	本產品供於麻醉中及呼吸道處理時，經口插入提供氣管通路使用。特別是導管預計需留置24小時以上者。聲門下抽吸管腔可抽出氣囊上方的分泌物，並降低下呼吸道感染率。有許多文獻數據支持其有效性及被國外各大學會列入臨床照護標準之一。		
材質	PVC。		
包含組件	錐型氣囊具聲門下抽吸管腔氣管內管*1		
廠商建議價	760元		

12