

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：I203-24

(自 111 年 7 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定	說明
<p>顱內壓監測器：限使用於「顱內壓監視置入(83080B)」，需符合下列條件之一者：</p> <p>一、初次電腦斷層顯示有結構性腦傷害(顱骨骨折、顱內出血、腦挫傷、腦水腫、氣腦症等)之昏迷病人(GCS\leq8)。</p> <p>二、GCS$>$8之病人，且臨床表現或影像檢查有顱內壓升高，或有高危險性惡化之虞者(如雙側額葉挫傷或出血，靠近腦幹挫傷或出血，凝血功能病變…等)。</p> <p>三、開顱手術時，腦水腫超過顱骨邊緣，有顯著顱內壓升高者。(手術紀錄需檢附術中照片)。</p> <p>四、具引流功能之顱內壓監測器，須符合：</p> <p>(一) 用於水腦症合併顱內壓升高病患。</p> <p>(二) 禁忌症：腦室出血、腦部感染等原因造成之水腦症。</p> <p>(三) 同一部位已使用「具引流功能之顱內壓監測器」，不得同時併報腦室外引流組(EVD)。</p>	<p>(無)</p>	<p>本項新增</p>