

全民健康保險特殊材料新增給付規定對照表

給付規定分類碼：I203-15

(自107年3月1日生效)

新增給付規定	原給付規定
<p>I203-15 分流支架栓塞裝置</p> <p>一、僅適用於顱內之內頸動脈岩骨段至垂體上段，且符合下列情況之一：</p> <p>(一)動脈瘤最大徑大於15mm 者。</p> <p>(二)梭狀動脈瘤(fusiform aneurysm) 最大徑大於10mm 者。</p> <p>(三)剝離性動脈瘤(dissecting aneurysm)最大徑大於10mm。</p> <p>(四)動脈瘤經線圈栓塞治療後復發，其最大徑大於10mm 者。</p> <p>(五)同一支血管中發現2 顆顱內動脈瘤。</p> <p>二、每次限用一支；如同時申請線圈者，以5 個為限。</p> <p>三、需事前審查。</p>	<p>無</p>