

## 全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：I203-12

(自112年11月1日生效)

修正給付規定	原給付規定	說明
<p>應同時符合下列條件：</p> <p>一、<u>發作後24小時內。</u></p> <p>二、影像診斷為顱內大動脈阻塞，包括內頸動脈、大腦中動脈的第1及第2段、大腦前動脈、基底動脈和脊椎動脈。</p> <p>三、美國國衛院腦中風評估表(NIH Stroke Scale) 評分<math>\geq 6</math> and <math>\leq 30</math>。</p> <p>四、給付裝置以1項特材品項為原則，2項特材品項為限，使用單一器械仍無法成功打通阻塞血管時，得視實際情況決定使用並得申報第2項特材品項，惟應檢附報告及影像以備查。</p> <p>五、<u>前循環若於發作後8小時至24小時執行，申報時需於病歷檢附影像報告(CTP 或 MR 及 CTA Collaterals)備查。</u></p>	<p>應同時符合下列條件：</p> <p>一、<u>前循環在發作內8小時內、後循環在發作後24小時內。</u></p> <p>二、影像診斷為顱內大動脈阻塞，包括內頸動脈、大腦中動脈的第1及第2段、大腦前動脈、基底動脈和脊椎動脈。</p> <p>三、美國國衛院腦中風評估表(NIH Stroke Scale) 評分<math>\geq 8</math> and <math>\leq 30</math>。</p> <p>四、給付裝置以1項特材品項為原則，2項特材品項為限，使用單一器械仍無法成功打通阻塞血管時，得視實際情況決定使用並得申報第2項特材品項，惟應檢附報告及影像以備查。</p>	<p>配合33143B「急性缺血性腦中風機械取栓術」診療項目支付規範修訂。</p>