

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼：H208-1
(自115年1月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定	說明
晶體囊張力環/擴張環(自115.01.01生效) 一、適應症： 水晶體懸韌帶有90至150度的缺陷或斷裂且有裂隙燈外眼照片顯示水晶體位移或裂隙燈錄影顯示有水晶體顫動(phacodonesis)。 二、事前審查：檢附散瞳後裂隙燈外眼照片或裂隙燈錄影檔。 三、若未經事前審查同意者，術後逐案審查：需檢附手術中水晶體懸韌帶有90至150度的缺陷或斷裂及水晶體位移的照片。	無。	本項新增。