

**全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第79次（114年11月）會議紀錄**

時間：114年11月20日（星期四）上午9時30分

地點：健保署18樓禮堂

主席：林教授啓禎

紀錄：蔡宛君

出席代表：（依姓名筆畫數排列，敬稱略）

尤香玉

洪芳明

黃玉卉

王雅馨

徐紹勛

楊玉琦

朱益宏

張淑慧

楊芸蘋(洪幼晴代理)

吳美環(請假)

梁淑政

葉家豪

吳國治

許仕聰

劉芝蓮

呂正華

許舒博(羅木才代理)

劉碧珠(孟令妤代理)

李飛鵬

連哲震

蔡淑鈴

林亮光

陳石池

蔡麗娟

林萍章

陳志強

藍毅生(陳相國代理)

施壽全

童敏哲

出席專家及學會代表：（敬稱略）

中華民國心臟學會

林亮宇

社團法人台灣神經外科醫學會

羅偉倫

台灣神經學學會

施彥丞

列席人員：（敬稱略）

藥物提供者團體代表：李永川(請假)、蘇世銓、陳堯濱(汪鼎華代理)

病友團體代表：吳鴻來、蔡士敏(柯怡謀代理)

全民健康保險會：張琬雅、吳佳恩

衛生福利部社會保險司：蘇芸蒂

衛生福利部中央健康保險署：黃育文、張惠萍、張淑雅、林其昌、丁安安、
楊佩綺、張淑宜、黃楷婷、江錦欣、鄭亦含、
涂思羽、鄧琦樺、胡晉賓、潘品樺、顏孟楷、
尉珈瑄、程琪雅、蔡宛君、陳依婕、成庭甄、

蔡金玲、簡奴庭

財團法人醫藥品查驗中心：許俐媛

壹、主席致詞（略）

貳、請參閱並確認上次會議紀錄

決議：洽悉。

參、討論事項：

第1案：有關用於穿刺心房中膈之「波士頓科技」微薩心中膈導引方案」納入健保給付案。

一、說明：詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。

二、決議：

（一）同意納入健保給付。

（二）功能類別：屬功能改善特材。

（三）支付點數：以健保收載之「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq$ 60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTALNEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針」2類特材合計支付點數56,251點暫予支付。

（四）給付規定：如附件1。

第2案：有關研議修訂健保給付特材「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)案。

一、說明：

（一）詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

（二）與會學會代表表示：深層腦部刺激器(DBS)自104年起納入健保給付用於治療巴金森氏症，本次將適應症範圍放寬用於頑固性癲癇，係符合目前國際標準治療作法。DBS與迷走神經刺激術(VNS)國際上屬相同治療位階，只是不同病人對不同治療反應不同，醫師會依病人狀況選用，建議納入健保給付。

（三）本會議與會代表表示：有關診療項目56037B「深部腦核電生理

定位」用於癲癇治療的適用性需要再確認，治療癲癇置入 DBS 的位置在「anterior nucleus of thalamus (ANT)」，治療巴金森氏症置入位置在 subthalamus nucleus，兩者治療部位不同。癲癇置入 DBS 要做立體定位，不適用「深部腦核電生理定位」。

- (四) 健保署說明：為配合特材 DBS 給付規定放寬用於頑固性癲癇需要腦核電生理定位，114年9月本保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議通過增修診療項目56037B「深部腦核電生理定位」的支付標準，刻正報部核定，預計115年1月1日生效，倘臨床專業認定 DBS 用於癲癇治療不須搭配該診療項目，後續將配合本次會議附帶決議辦理暫緩生效，本案亦配合前述診療項目增修同步暫緩支付。

二、決議：

- (一) 同意增修「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)用於無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇切除手術治療失敗：

1. 頑固型癲癇病人定義：已服用或曾服用二種以上具適應症並已達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作。
2. 限18歲以上使用。
3. 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。
4. 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。
5. 限搭配「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」使用。

- (二) 給付規定：如附件2。

- (三) 附帶決議：考量目前尚無針對治療癲癇置入 DBS 的對應醫療服務診療項目，前述提及增修診療項目56037B「深部腦核電生理定位」的支付標準的報部核定程序中，因涉本案特材建請暫緩，本案特材俟診療項目完成研議後同步生效。惟會後相關學會及

代表表示，現行臨床使用本案特材係以比照近似診療項目83081B「立體定位術—切片」申報，建議特材部分可先行暫予公告，後續相關專科醫學會提請增修診療項目。

肆、報告事項：

第1案：會議決議辦理情形追蹤。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第1案之報告內容。
- 二、決議：本次會議追蹤案件共計5項，繼續列管計3案、解除列管計2案。

第2案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共111項：(1)新增既有功能類別特材品項62項/第2-1~2-7頁；項次1~62。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項3項/第2-8頁；項次63~65。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號46項/第2-9~2-19頁；項次66~111。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第2案之報告內容。
- 二、決議：洽悉。

第3案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共61項：醫療器材許可證註銷及刪除品項61項/第3-1~3-7頁；項次1~61。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第3案之報告內容。
- 二、決議：洽悉。

第4案：「114年新功能類別特材預算支用情形」及「5年內(110年~114年)收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果」報告案。

- 一、說明：詳附錄會議資料報告案第4案之報告內容。
- 二、決議：洽悉。

第5案：有關「既有功能類別特材建議納入健保給付案件，提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告時程」案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第5案之報告內容。

二、決議：洽悉。

第6案：有關新功能特材計7品項不列入本保險特材支付標準收載案。

一、說明：詳附錄會議資料報告案第6案之報告內容。

二、決議：洽悉。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午11時45分。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表
給付規定分類碼：000

附件1

修正後給付規定	原給付規定
限困難穿刺的心房中膈，符合下列情形之一者： 一、 心房中隔缺損手術或封阻器術後。 二、 Fontan 手術後需要做心房中膈造口術者(transeptal puncture 或 atrioseptostomy)。 三、 曾接受傳統心房中膈穿刺超過三次(含)以上者。 四、 同一次的心房中膈穿刺，以傳統的穿刺針執行二次以上未完成者。 五、 使用心中膈導引方案，不得同時併報「SHEATH(w/dilator)/長度≥60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺」。	無

給付規定修正對照表
給付規定分類碼：I203-8

修正後給付規定	原給付規定
一、非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件(一)、(二)、(三)、(四)任一： (一)屬原發性巴金森病(Parkinson's disease)： 1. 發病五年以上，且經醫學中心評估為藥物治療至少一年以上無反應者或因長期服藥後產生不良反應而無法繼續服藥者。 2. 病人身體其它狀況良好，必須無失智症(Mini Mental Status Exam 須大於24分)、無其他嚴重的內外科疾病(如冠狀動脈心臟病、腎衰竭或癌症等)，以及無藥物無法控制之精神疾病。 3. 病人的腦部磁振造影(MRI)檢查必須正常。 (二)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (三)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。	一、非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件(一)、(二)、(三)任一： (一)屬原發性巴金森病(Parkinson's disease)： 1. 發病五年以上，且經醫學中心評估為藥物治療至少一年以上無反應者或因長期服藥後產生不良反應而無法繼續服藥者。 2. 病人身體其它狀況良好，必須無失智症(Mini Mental Status Exam 須大於24分)、無其他嚴重的內外科疾病(如冠狀動脈心臟病、腎衰竭或癌症等)，以及無藥物無法控制之精神疾病。 3. 病人的腦部磁振造影(MRI)檢查必須正常。 (二)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (三)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

<u>(四) 無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇切除手術治療失敗：</u> <u>1. 頑固型癲癇病人定義：已服用或曾服用二種以上具適應症並已達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作。</u> <u>2. 限18歲以上使用。</u> <u>3. 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。</u> <u>4. 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。</u> <u>5. 限搭配「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」使用。</u> 二、充電式深層腦部刺激器需符合下列條件(一)、(二)任一： (一)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (二)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 三、充電式與非充電式深層腦部刺激器每次僅能擇一使用。 四、須檢附影像診斷資料及病歷等相關資料，並由台灣神經學學會	二、充電式深層腦部刺激器需符合下列條件(一)、(二)任一： (一)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (二)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 三、充電式與非充電式深層腦部刺激器每次僅能擇一使用。 四、須檢附影像診斷資料及病歷等相關資料，並由台灣神經學學會
--	---

及台灣神經外科醫學會推薦成員組成之專家小組特殊審查核准後使用。 五、使用健保給付特材導線、導線延長線及導線固定蓋，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。 六、無框架定位之基準點標記物限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」使用，以使用五個為限；植入管套組及微目標電極限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」且初次接受刺激器植入手術或更換植入顱內深部電極使用，植入管套組以一組、微目標電極以二個為限。	及台灣神經外科醫學會推薦成員組成之專家小組特殊審查核准後使用。 五、使用健保給付特材導線、導線延長線及導線固定蓋，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。 六、無框架定位之基準點標記物限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」使用，以使用五個為限；植入管套組及微目標電極限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」且初次接受刺激器植入手術或更換植入顱內深部電極使用，植入管套組以一組、微目標電極以二個為限。
--	--

附 錄

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議

特材部分第 79 次（114 年 11 月）會議議程

時間：114 年 11 月 20 日(星期四)上午 9 時 30 分

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

壹、主席致詞

貳、確認上次會議紀錄，請參閱(不宣讀)

參、討論提案：

第 1 案：有關用於心房中膈穿刺之「“波士頓科技”微薩心中膈導引方案」納入健保給付案。

第 2 案：有關研議修訂健保給付特材「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)案。

肆、報告事項：

第 1 案：會議決議辦理情形追蹤。

第 2 案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告共 111 項：(1)新增既有功能類別特材品項 62 項/第 2-1~2-7 頁；項次 1~62。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 3 項/第 2-8 頁；項次 63~65。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 46 項/第 2-9~2-19 頁；項次 66~111。

第 3 案：全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之初核情形報告共 61 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 61 項/第 3-1~3-7 頁；項次 1~61。

第 4 案：「114 年新功能類別特材預算支用情形」及「110 年~113 年起收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果」報告案。

第 5 案：有關「既有功能類別特材建議納入健保給付案件提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告時程」案。

第 6 案：有關全民健保尚未納入給付特材計 7 品項不列入本保險特材支付標準收載案。

討論案 1

有關用於心房中膈穿刺之「“波士頓科技”微薩心中膈導引方案」納入健保給付案。

“波士頓科技” 微薩心中膈導引方案

藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議
特材部分第79次(114年11月)會議
114年11月20日

提案摘要(1)

案由：有關用於穿刺心房中膈之「“波士頓科技”微薩心中膈導引方案」納入健保給付案。

建議廠商：荷商波士頓科技有限公司台灣分公司。

辦理依據：114年8月份本保險特殊材料專家諮詢會議結論辦理。

說明：

- 一. 本案醫材依仿單所載，組件包含帶電燒之RF導引線+導引鞘+擴張器，適用於心房中膈穿刺，相較健保給付之「無線射頻房中膈穿刺針」，具導引器可顯著縮短手術及輻射暴露時間，廠商建議依健保既有功能核價類別「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq 60\text{cm}$ (具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針」2類特材合計支付點數56,251點納入健保給付。

提案摘要(2)

- 二. 與會專家表示：本案醫材依廠商所提文獻報告確實可減少操作時間、臨床使用更具方便性，並可減少氣體栓塞及心血管組織損傷等風險，其臨床功能相當於健保收載之「單角度導引鞘」加上「房中膈穿刺針」，故建議以健保特材組件相加之支付點數並另予分類納入健保給付。

3

提案摘要(3)

會議結論，建議：

- 一. 納入健保給付：本案醫材可減少操作時間提升臨床使用便利性，並可減少氣體栓塞及心血管組織損傷等風險，建議納入健保。
- 二. 建議支付點數：以健保特材組件「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq 60\text{cm}$ (具單一角度，配合電極導管使用)」支付點數5,248點 + 「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針」支付點數51,003點，合計支付點數56,251點納入健保。

提案摘要(4)

三. 建議給付規定：

限困難穿刺的心房中膈，符合下列情形之一者：

1. 心房中膈缺損手術或封阻器術後。
2. Fontan手術後需要做心房中膈造口術者(transeptal puncture或atrioseptostomy)。
3. 曾接受傳統心房中膈穿刺超過三次(含)以上者。
4. 同一次的心房中膈穿刺，以傳統的穿刺針執行二次以上未完成者。
5. 使用心中膈導引方案，不得同時併報「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq 60\text{cm}$ (具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺」。

5

本案品項

廠商	項次	品名
波士頓	1	“波士頓科技”微薩心中膈導引方案


本案特材相關資料詳簡報第16頁

治療方式簡介

□ 心房中膈穿刺術

(Atrium transseptal procedure)

- 📖 心房中膈穿刺術係透過心導管手術中進行；手術目的在於安全地從右心房進入左心房腔室，以便執行後續的治療，例如左心房顫動電燒灼術、二尖瓣球囊擴張術或左心耳封堵術等。
- 📖 該術式通常是經由股靜脈將導引鞘和穿刺工具送至右心房的心房中膈位置；利用影像導引確認目標位置[通常是卵圓窩(fossa ovalis)]後，利用專門的穿刺針或RF消融，在精確控制下穿過中膈。成功的穿刺開啟了通往左心房的通道，允許治療導管進入並完成複雜的左心治療。



7

本案特材簡介(1)

□ “波士頓科技”微薩心中膈導引方案

- 📖 本產品是針對安全且操作容易的導管插入術，以及特定心臟腔室和部位的血管攝影術所設計，套管提供良好的扭力控制並具有彈性，整個套管裝置軸均塗覆疏水性潤滑塗層，以利裝置平滑操作。此塗層不需進行預處理，擴張器可提供套管支撐，賦予錐形尖端的特性，並可徒手重塑套管軸，不透射線尖端可在操作期間提供套管和擴張器較佳的可見度。
- 📖 J型導線(以下簡稱「導線」)係由不鏽鋼軸心與包覆整條裝置的彈性、螺旋型PTFE鋼軸所構成；套管軸和導線均塗覆疏水性潤滑塗層，使裝置操作平順。



VersaCross™
RF Transseptal Solution



Order Guide
Personalize your solution

圖片出處：本案特材仿單

本案特材簡介(2)

□ 本案特材與傳統治療方式之比較

比較項目	本案特材	健保給付類似特材
	“波士頓科技”微薩心中膈導引方案	“波士頓科技”心房中膈穿刺針 需另外搭配心房中膈導引鞘組
適應症	本產品組件適用於在心臟建立心房中膈缺損，以及將多種心血管導管和導線經皮插入所有心臟腔室，包括經中膈穿刺穿孔插入左心房。	適用於心臟手術時用於穿刺心腔房中膈部位。其次要適應症包括監視心臟內壓力、採集血液與灌注液體。
手術方式	經股靜脈置入VersaCross鞘與RF導線至卵圓孔，影像確認位置後直接RF穿刺，續換治療導管。	經股靜脈置入房中膈鞘和導線，換RF針至卵圓孔，影像確認正確後RF穿刺，再換交換導線，續換治療導管。
施作相關手術時間 ^註	平均時間較短。	平均時間較長。

註：廠商以「經導管心房顫動消融手術」、「經導管心房顫動消融手術(2次TSP)」、「左心耳封堵術」、「二尖瓣修補手術」為例。
資料來源：廠商建議書

廠商建議資料

品項	廠商建議價格	廠商預估	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
“波士頓科技”微薩心中膈導引方案	56,251元 (114年4月)	新特材年度使用人數	247人	286人	331人	383人	444人
		新特材年度使用數量	247組	286組	331組	383組	444組
		新特材年度費用預估	1,389萬元	1,609萬元	1,862萬元	2,154萬元	2,498萬元

資料來源：廠商建議書

相關診療項目

診療項目代碼	中文項目名稱	英文項目名稱	支付點數
29031B	心房中膈穿刺術	Atrium transseptal procedure	7,000
33141B	左心耳閉合術	Left Atrial Appendage occlusion	28,636

資料來源：廠商建議書

11

相關參考價格彙整

- 本案特材未查獲醫院採購價、醫材比價網價格及國際價格。

建議支付點數

- 參考114年8月份本保險特殊材料專家諮詢會議結論之建議支付點數(見簡報第4頁)。
- 建議採計方式:考量本案醫材臨床功能相當於健保收載之「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq$ 60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」(支付點數5,248點)加上「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針」(支付點數51,003點)，建議以前述2類特材合計之支付點數為56,251點暫予支付。

13

建議給付規定

限困難穿刺的心房中膈，符合下列情形之一者：

1. 心房中膈缺損手術或封阻器術後。
2. Fontan手術後需要做心房中膈造口術者(transeptal puncture或atrioseptostomy)。
3. 曾接受傳統心房中膈穿刺超過三次(含)以上者。
4. 同一次的心房中膈穿刺，以傳統的穿刺針執行二次以上未完成者。
5. 使用心中膈導引方案，不得同時併報「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq$ 60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺」。

健保署財務預估

- 本案醫材與健保收載之特材「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq 60\text{cm}$ (具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺」臨床功能相同，屬互相競合關係，給付規定限困難穿刺的心房中膈使用，且不得同時併報前述健保特材，不影響健保財務。

15

特材基本資料

特材名稱	“波士頓科技”微薩心中膈導引方案 “Boston Scientific” VersaCross Introducer Solution		
許可證字號	衛部醫器輸字第036755號	發證日期	112/11/18
廠商名稱	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司		
製造廠名稱	BAYLIS MEDICAL COMPANY INC.	製造國別	加拿大
特材大類碼	管套類(C)	特材小類碼	氣球擴張導管(B)
使用科別	心臟科。		
規格	長度：180 cm；230 cm。		
材質	不鏽鋼、PTFE。		
適應症	本產品組件適用於在心臟建立心房中膈缺損，以及將多種心血管導管和導線經皮插入所有心臟腔室，包括經中膈穿刺穿孔插入左心房。		
廠商建議價	56,251元。(114年4月) 討1-8		

114年8月份特殊材料專家諮詢會議紀錄(節錄)

時間：114年8月28日上午9時30分

第2案：有關心臟手術用於穿刺心房中膈部位之「“波士頓科技”微薩心中膈導引方案」納入健保給付案。

討論重點：

- 一、建議廠商：荷商波士頓科技有限公司台灣分公司。
- 二、本案醫材依仿單所載，適用於心房中膈穿刺，可將多種心血管導管和導線經皮插入至心臟腔室，包括經中膈穿刺穿孔插入左心房。產品組件包含帶電燒之 RF wire(RF 導引線)+Transseptal Sheath(導引鞘)+Dilator(擴張器)。
- 三、與會專家表示：本案醫材與健保給付之具無線射頻之房中膈穿刺針功能相同，差異僅為本案特材使用為電燒線(RF wire)，依廠商所提文獻報告確實可減少操作時間，且臨床使用更具方便性，並可減少氣體栓塞及心血管組織損傷等風險，其臨床功能相當於健保收載之「單角度導引鞘」加上「房中膈穿刺針」，故建議比照前述健保特材組件相加之支付點數並另予分類納入健保給付。

結論：

- 一、建議支付點數：以健保特材組件「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq$ 60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」支付點數5,248點+「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺針」支付點數51,003點，合計支付點數56,251點納入健保給付，並另列功能核價類別。
- 二、建議給付規定：
限困難穿刺的心房中膈，符合下列情形之一者：
 - (一) 心房中膈缺損手術或封阻器術後。
 - (二) Fontan 手術後需要做心房中膈造口術者(transeptal puncture 或 atrioseptostomy)。
 - (三) 曾接受傳統心房中膈穿刺超過三次(含)以上者。
 - (四) 同一次的心房中膈穿刺，以傳統的穿刺針執行二次以上未完成者。
 - (五) 使用心中膈導引方案，不得同時併報「SHEATH(w/dilator)/長度 $\geq$ 60cm(具單一角度，配合電極導管使用)」及「TRANSSEPTAL NEEDLE/具無線射頻/房中膈穿刺」。

討論案 2

有關研議修訂健保給付特材「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)案。

討論案第 2 案

案由：有關研議修訂健保給付特材「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)案，提請討論。

說明：

- 一、辦理依據：114 年 6 月份本保險特殊材料專家諮詢會議結論(附件 1，頁次：討 2-4~討 2-5)及 114 年 9 月 25 日本保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議決議(附件 2，頁次：討 2-6~討 2-20)辦理。
- 二、建議單位：美敦力醫療產品股份有限公司(下稱美敦力公司)。
- 三、本案係美敦力公司來函表示現行治療頑固性癲癇健保特材為「刺激迷走神經治療系統(VNS)」，惟健保特材「深腦刺激器(DBS)」相較於 VNS 能顯著減少癲癇發作，具有較佳的療效，建議 DBS 及其相關組件擴增給付規定用於治療頑固性癲癇。
- 四、查「深層腦部刺激器(DBS)」自 104 年 1 月 1 日起納入健保給付，目前收載 4 類共 7 品項，訂有給付規定(附件 3，頁次：討 2-21)限用於治療巴金森病或肌張力不全。說明如下：

功能分類	電池型態	品項數	支付點數	仿單適應症包含癲癇
「深層腦部刺激器(雙側/電池容量 $\geq$ 6.3Ah)」	非充電式	3	448,140 點	X
「深層腦部刺激器(雙側/電池容量 $<$ 6.3Ah)」	非充電式	1	316,685 點。	X
「深層腦部刺激器(雙側/電池容量 $<$ 6.3Ah)具附加功能」	非充電式	1	364,188 點	可用於 18 歲以上癲癇之輔助治療
「深層腦部刺激器(雙側/充電式電池+程控儀+充電組)」	充電式	2	834,310 點	X

- 五、次查健保收載用於治療頑固性癲癇特材「刺激迷走神經治療系統(VNS)」自 109 年 12 月 1 日起納入給付，目前收載 2 類 2 品項，支付點數 473,184~537,244 點，訂有給付規定：

- (一) 比照本保險醫療服務給付項目及支付標準：「迷走神經刺激術-植入(代碼:83102K)」規定。
- (二) 且為無法以癲癇手術治療或曾以癲癇手術治療失敗之頑性癲癇病人。
- (三) 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。
- (四) 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。

六、本案經提 114 年 6 月特材專家會議討論，結論摘要如下：

- (一) 與會學會代表及專家表示，國際上已將 DBS 納入頑固性癲癇的治療選項，故建議參考 VNS 給付規定，擴增 DBS 給付規定用於治療頑固性癲癇。
- (二) 因 VNS 與 DBS 放置位置和作用原理不同，兩者可以互補，有的病人裝置 VNS 會有強烈副作用，臨床會建議病人更換為 DBS，爰並非完全取代 VNS 的使用，應屬新增關係。另 DBS 手術難度與 VNS 不同，且需要立體定位技術執行，爰僅約 VNS 使用量的 15%，一年使用量約 10 組。
- (三) 建議「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)第一條「非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件任一」項下擴增適應症：無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇切除手術治療失敗(修正對照表詳附件 4，頁次：討 2-22 討 2-24)：
 - 1. 頑固型癲癇病人定義：已服用或曾服用二種以上具適應症並已達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作。
 - 2. 限 18 歲以上使用。
 - 3. 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。
 - 4. 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。
 - 5. 限搭配「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」使用。

七、因上開擴增適應症涉及醫療服務支付標準之診療項目 56037B「深部腦核

電生理定位」支付規範，經 114 年 9 月 25 日本保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議決議，放寬適應症用於十八歲以上無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人(已服用或曾服用二種以上具適應症並以達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作)，且亦無法以切除手段改善或曾以癲癇切除手術治療失敗(同附件 2，頁次：討 2-6~討 2-20)，預計於 115 年 1 月 1 日生效。

八、預估年使用量及財務影響：經統計 113 年 18 歲以上 VNS 使用量計 54 組，以 15%計算 DBS 新增使用量約 8 組。爰參考專家意見，高推估使用量 10 組，財務影響每年增加約 702 萬點【「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」類整組支付點數 701,518 點(刺激器 364,188 點+導線 170,000 點+延長導線 42,680 點+導線固定蓋 40,000 點+立體定位套組 84,650 點)*10】。

九、預算來源：114 年度醫院醫療給付費用總額及其分配之保險給付項目及支付標準改變(特材給付規定改變)預算(4 億元)支應。

擬辦：本案經討論如獲同意，配合診療項目 56037B「深部腦核電生理定位」之適應症修訂及公告時程，擴增「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)(修正對照表同附件 4，頁次：討 2-22 討 2-24)，並依程序辦理暫予公告實施。

114年6月份特殊材料專家諮詢會議紀錄(節錄)

(時間：114年6月26日上午9時30分)

第2案：有關研議修訂「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)案，提請討論。

討論重點：

一、建議廠商：美敦力醫療產品股份有限公司。

二、本案係廠商來函表示現行治療頑固性癲癇健保特材為「刺激迷走神經治療系統(VNS)」，惟健保特材「深腦刺激器(DBS)」相較於 VNS 能顯著減少癲癇發作，具有較佳的療效，建議 DBS 及其相關組件擴增給付規定用於治療頑固性癲癇。

三、健保收載 DBS 共4類7品項，現行給付規定限用於原發性巴金森病、原發性肌張力不全及遲發性肌張力不全病人。查各品項仿單所載，僅「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」類收載之「“美敦力”貝思神經刺激器及其配件」1品項可用於18歲以上癲癇之輔助治療。

四、台灣神經學學會代表表示：

(一) 癲癇是一個常見的疾病，以國內盛行率約有30%是藥物難治型癲癇，而當中又有15%~20%的病人使用目前的藥物和手術仍無效，臨床需要一個新的治療選項，倘 DBS 可以擴增適應症，對於這類癲癇病人是一個福音。

(二) 建議參考 VNS 給付規定，擴增 DBS 給付規定用於無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇切除手術治療失敗。

(三) 現行已有許多國際期刊及臨床文獻顯示 DBS 治療頑固性癲癇的療效，考量其手術難度與 VNS 不同，且需要立體定位技術執行，爰僅約 VNS 使用量的15%，一年10組左右。另 VNS 與 DBS 放置位置和作用原理不同，兩者是可以互補的，有的病人裝置 VNS 會有強烈的副作用，此時臨床會建議病人更換為 DBS。爰並非完全取代 VNS。

五、社團法人台灣神經外科醫學會代表表示：本學會原建議用於特定癲癇病人如多灶性或廣泛性癲癇病人等，但考量到特定癲癇難以明確定義，

建議給付規定內容同神經學學會意見，而病人是否符合適應症再由特殊審查的專家去討論共識。

六、本會議與會專家表示：依神經學學會意見，本案倘擴增 DBS 給付規定用於治療頑固性癲癇病人，並不會完全取代 VNS 的使用，應屬新增關係。

七、健保署說明：

(一) 經統計113年18歲以上 VNS 使用量計54組，以15%計算 DBS 新增使用量約8組，與神經學學會推估使用量相近。

(二) 考量建議擴增 DBS 給付規定係參考現行 VNS 給付規定，包括「須完成個案登錄系統基本資料登錄」，爰後續將與相關醫學會再確認 DBS 用於治療頑固性癲癇之個案登錄系統建置內容。

結論：

(一) 建議於「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)第一條擴增適應症：無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇切除手術治療失敗：

1. 頑固型癲癇病人定義：已服用或曾服用二種以上具適應症並已達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作。
2. 限18歲以上使用。
3. 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。
4. 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。
5. 限搭配「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」使用。

(二) 預估使用量：10組。

(三) 附帶決議：本案增列適應症用於頑固性癲癇病人，涉診療項目56037B「深部腦核電生理定位」支付規範，爰送請本署醫務管理組研處，後續與本案給付規定併同修訂。

「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」

114 年第 3 次會議紀錄

時 間：114 年 9 月 25 日（星期四）下午 2 時

地 點：中央健康保險署 18 樓大禮堂

主 席：陳署長亮好

（下午 4 時 40 分至 5 時 10 分主持，其餘時間由張主任秘書禹斌代理主持）

紀錄：林香君

侯代表重光	侯重光	吳代表清源	吳清源
黃代表雪玲	黃雪玲	陳代表相國	陳相國
林代表富滿	(請假)	李代表飛鵬	李飛鵬
游代表進邦	游進邦	徐代表邦賢	楊文甫(代)
李代表佳珂	李佳珂	羅代表界山	羅界山
陳代表志忠	陳志忠	劉代表淑芬	余文彬(代)
劉代表碧珠	劉碧珠	李代表懿軒	李懿軒
嚴代表玉華	嚴玉華	朱代表世瑋	(請假)
羅代表永達	羅永達	賴代表信亨	賴信亨
謝代表景祥	謝景祥	林代表桂美	林桂美
朱代表文洋	朱文洋	林代表芮祁	林芮祁
朱代表益宏	朱益宏	陳代表淑華	陳淑華
李代表紹誠	沈高輝(代)	楊代表玉琦	楊玉琦
林代表恒立	(請假)	呂代表正華	(請假)
王代表宏育	王宏育	林代表恩豪	林恩豪
黃代表振國	林育正(代)	蔡代表麗娟	蔡麗娟
賴代表俊良	賴俊良	洪代表芳明	洪芳明
顏代表鴻順	顏鴻順	施代表壽全	(請假)
陳代表俊良	陳俊良		

列席單位及人員：

中華民國醫師公會全國聯合會	謝沁妤、蘇慧珂
台灣醫院協會	王秀貞、賴彥伶、顏正婷
中華民國中醫師公會全國聯合會	王逸年
中華民國藥師公會全國聯合會	陳暘
中華民國牙醫師公會全國聯合會	潘佩筠
中華民國護理師護士公會全國聯合會	梁淑媛
台灣麻醉醫學會	張怡、簡吉聰
中華民國骨科醫學會	盧永昌、許凱嵐
台灣消化系內視鏡醫學會	劉乃仁
中華民國心律醫學會	林罔宏
國立臺灣大學醫學院附設醫院	葉育彰
台灣放射腫瘤學會	梁基安、趙興隆
社團法人中華民國放射線醫學會	黃崇堯
台灣泌尿科醫學會	林雍偉
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會	陳信傑
中華民國心臟學會	陳柏菘
台灣神經外科醫學會	羅偉倫
台灣神經學學會	馮博裕
台灣安寧緩和醫學學會	施至遠
台灣安寧緩和護理學會	邱智鈴
台灣居家醫療醫學會	朱得仁
台灣腦中風醫學會	林浚仁
中華民國神經放射線醫學	請假
台灣神經血管外科與介入治療醫學會	請假
中華民國營養師公會全國聯合會	蔡一賢、劉美媛
台灣復健醫學會	陳思甫

社團法人台灣急診醫學會	李智晃
台灣急診管理學會	請假
台灣外傷醫學會	郭令偉
台灣感染症醫學會	請假
余尚儒醫師專家	請假
湯宏仁副院長專家	請假
台灣乳房醫學會	賴峻毅
乳癌專家小組	黃俊升
中華民國呼吸治療師公會全國聯合會	趙克耘、王鳳葉
社團法人台灣居家護理暨服務協會	曾勤媛
台灣在宅醫療學會	陳英詔、陳家宏
社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會	鄭世隆、周昆達、劉軒吟
台灣內科醫學會	何肇基
台灣慢性阻塞性肺病學會	江啟輝、林鴻銓、莊銘隆、黃亘沅
財團法人醫藥品查驗中心	黃莉茵、張慧如、柯靜華、蔡欣芸、陳詠晴、黃婷伊、侯宗盈
衛生福利部社會保險司	白其怡
衛生福利部全民健康保險會	邱臻麗
本署主任秘書室	張禹斌
本署醫審及藥材組	張淑雅
本署醫務管理組	劉林義、黃珮珊、林右鈞、陳依婕、黃怡娟、成庭甄、王智廣、莊玉芬、楊瑜真、陳世卿、曾琬茜、施沂廷、黃思瑄、何懿庭、高翊庭、楊闡璘、黃胤學、邱宜婷、

周筱妘、蔡政伶、余明臻、
高嘉慧、陳姿吟、蔡孟好、
宋思嫻、施佳呈、黃子柔

壹、主席致詞：略。

貳、確認上次會議紀錄，參閱不宣讀：

決定：確認。

參、優先討論事項

一、增修「非侵入式區域腦／身體血氧飽和監測」等 33 項診療項目案（詳附件 1，P15-P38）。

說明：新增修訂重點如下：

- (一) 新增「非侵入式區域腦／身體血氧飽和監測」(13,976 點)、「關節鏡下旋轉肌腱破裂縫合術」(29,198 點)、「關節鏡下肩關節盂唇修補手術(單一部位肩盂唇修補)」(29,146 點)、「內視鏡及透視鏡導引腸胃道金屬支架置放術」(27,537 點)、「經靜脈心臟再同步治療裝置植入術」(53,950 點)、「植入式心臟節律器參數程控調整作業」(556 點)、「植入式心臟去顫器或再同步治療參數程控調整作業」(822 點)、「非侵入性連續性血壓及血液動力學目標導向監護治療」(11,467 點)、「低/中/高度生物等效劑量質子放射治療」(676,111 點/1,030,540 點/1,266,499 點)計 11 項。
- (二) 修訂 33146B「磁共振造影使用 Primovist 造影劑加計」、84038B「人工電子耳(人工耳蝸植入術)」、56037B「深度腦核電生理定位」放寬適應症規範或適用範圍；修訂 59009B-59010B「肢體壓傷伴有創傷性出血」中文名稱並新增 59009B 適用範圍；修訂 27052C「攝護腺特異抗原」併同 12081C「攝護腺特異抗原(EIA/LIA 法)」新增適用範圍；修訂 68060B「經導管二尖瓣緣對緣修補術」增修適應

症等規範；考量 33143B「急性缺血性腦中風機械取栓術」屬手術性質，爰移列至第二部第二章第七節第十五項神經外科手術章節，修改編號為 83106B，原表定點數 45,059 點，修正後為 42,730 點，外加 7%材料費，支付點數為 45,721 點；36022B「乳癌術後低分次照射合併局部加強照射放射治療」等 2 項刪除本項禁忌症規範，共計 12 項。

(三) 修訂 02020B「緩和醫療家庭諮詢費」，考量居家照護及住宿型機構病人接受緩和醫療家庭諮詢需求較高，爰放寬適用範圍擴大至「居家醫療照護收案對象」，併同 02028C「預立醫療照護諮商費」由原第二部第一章第二節「住院及急診觀察床診察費」移列至同部章新增第九節「醫療照護諮詢費」，及修正編號。

(四) 修訂支付規範文字：第二部第二章第一節第二十四項伴隨式診斷通則等 2 項增訂「上傳截止日為申報日之次月月底之日」，配合「急性缺血性腦中風機械取栓術」移至手術章節，修訂 47101B「急性缺血性腦中風處置費」，03053B「核醫病床-病房費」等 4 項支付規範「行政院原子能委員會」修訂為「原子能業務主管機關」、47107B「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」執行人員增列「小兒復健科」專科醫師及「營養師」照護團隊等 8 項。

決議：

(一) 衡酌臨床實務需求，47107B「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」執行人員增列「小兒復健科」專科醫師乙項，改以部訂專科呈現，爰將小兒神經科、小兒復健科整併為「兒科」。

(二) 27052C「攝護腺特異抗原」支付規範註 2.不得同時申報 27052C 係誤植，修正為 12081C；生效後每半年觀察申報情形。

(三) 其餘照案通過。

註：附件 1 修正規定中，26078A 支付點數誤植為 13,976，應為 21430，另為與現行支付標準支付點數格式相同，爰修正支付點數無千分號格式。

肆、報告事項：

一、歷次會議決議事項辦理情形。

決定：

(一)「有關臺中榮民總醫院提供『急診病人留置急診室超過 24 小時比率』顯著下降之相關執行策略案」(序號 1)，自 112 年 12 月 14 日提案報告列管自今，考量已陸續研擬因應策略及執行相關方案，如 114 年 5 月 1 日調升急診、加護病房及護理相關支付標準、修訂急診品質提升方案、114 年 8 月 1 日新增門診靜脈抗生素治療(OPAT)獎勵方案等，爰本案解除列管。

(二)「修訂轉診支付標準案」(序號 5)，除提報「全民健康保險醫療給付費用醫院/西醫基層總額研商議事會議」，亦於本會議 115 年進行報告，爰本案繼續列管。

(三)其餘項目洽悉。

二、新增「急診、急救責任醫院及護理支付標準扣合指標」案。

說明：指標達標之認定條件如下：

(一)設立於西醫醫療資源不足、醫療資源缺乏或山地離島地區之醫院，逕予撥付各項挹注預算額度。

(二)「護理人員調薪」指標：「護理人員調薪人數比率」須達 55%，或高於該院急性一般病床護理人員數占率。

(三)急診相關項目：「急診病人轉出率」、「每季急診轉住院病人滯留急診超過 24 小時之日均人次」、「急診轉住院人次占率」、「急診病人停留超過 24 小時之案件比率」任一指標達

標。

- (四)急救責任醫院加護病房基本診療項目：「檢傷一級病人及完成急診重大疾病照護病人進入加護病房＜6 小時之比率」或「加護病床周轉率」任一指標達標，或高於同層級醫院同儕值中位數。

決定：

- (一)114 年第 3 季指標達標之認定條件比照第 2 季辦理，114 年第 3 季達標者，除該季個別醫院預算額度外，得併計 114 年第 2 季之額度。
- (二)本案 114 年第 4 季指標達標之認定條件及回溯與否，將視實際情形另案研議。

三、修訂「全民健康保險急診品質提升方案」案（[詳附件 2，P39-P58](#)）。

說明：計畫修訂重點如下：

- (一)急診重大疾病照護品質獎勵：P4614B「OHCA 照護獎勵_清醒出院獎勵」支付點數由 30,000 點調升至 35,000 點。
- (二)轉診品質獎勵：
- 1.刪除向上及平行轉診轉出及轉入醫院獎勵；惟保留重症病人直接轉入加護病房（不經轉入醫院之急診）之獎勵。
 - 2.急診向下轉診修訂「限轉入住院病人申報」及增修向下轉診獎勵點數，且轉出轉入醫院等比例調升，各由 2,000 點調升至 3,500 點。
 - 3.新增地區醫院接收區域醫院急診病人下轉住院獎勵。
 - 4.「急性醫療醫院醫師訪視獎勵費」改由轉入醫院申報。
 - 5.所有轉診案件獎勵皆排除同體系醫院間互轉。
- (三)案內方案獎勵費用優先分配於第一線執行人員，並每年提報獎勵費用之運用情形予保險人分區業務組。

(四)本次修正不增加財務支出。

決定：洽悉。另請本署醫務管理組與急診醫學會討論構思呈現架構，半年後預計呈現解決急診壅塞相關執行成果。

四、增修「重大外傷緊急手術及麻醉費加成」案（[詳附件 3](#)，P59-P62）。

說明：計畫修訂重點如下：

(一)加成方式：

- 1.病人從進入急診 2 小時內執行前述特定手術及麻醉得再加成 100%。
- 2.病人從進入急診超過 2 小時且 4 小時內執行前述特定手術及麻醉得再加成 60%。
- 3.案內加成獎勵費用優先分配於第一線執行人員。

(二)治療處置增列緊急加成：

醫療服務支付標準「治療處置」通則增列：「急診病人因緊急傷病而必需立即治療處置者，其『處置費』得按本節所定點數加算百分之二十」。

(三)預估重大外傷緊急手術及麻醉費加成增加 37.3 百萬點，治療處置增列緊急加成增加 117 百萬點。

決定：洽悉，另執行前述特定手術及麻醉時間以麻醉開始時間認定為原則。

五、修訂「全民健康保險門診靜脈抗生素治療獎勵方案」案（[詳附件 4](#)，P63-P67）。

說明：為增加臨床醫師對於抗生素之選擇性、適時提供降階或升階治療及避免過度使用後線廣效性抗生素為增加臨床抗生素使用彈性，爰新增門診靜脈抗生素治療處置費（天）中「使用輸液器 1 日型」，重點如下：

(一)給付項目：

新增「門診靜脈抗生素治療處置費(天)-使用輸液器1日型」-2,133點，內含特殊治療材料(輸液器1日型)費用。

(二)預估一年約1萬人受惠，健保挹注54百萬點，將依程序報衛生福利部核定。

決定：洽悉。

六、修訂「全民健康保險乳癌醫療給付改善(P4P)方案」案。

說明：為降低乳癌對國人的威脅，精進「乳癌照護品質提升方案」，以擴大參與醫院、納入80%新確診乳癌病人為目標，由具備專業診療團隊之醫院進行醫療照護及個案管理，修訂重點如下：

(一)參與資格：需通過國健署「癌症診療品質認證醫院」或每年新診斷乳癌人數達50人以上之醫院，並成立乳癌診療團隊。

(二)收案對象：涵蓋新診斷或首次復發之乳癌病人，且明訂結案條件。

(三)獎勵措施：優先實施「資料登錄獎勵」800~2,000點及「追蹤品質獎勵」每年250點，以建置全國性乳癌照護數據，並研訂20項品質監控指標。

(四)上述調整推估全年增加4,000萬點，預估一年約1.6萬人受惠，將依程序報衛生福利部核定。

決定：本會代表建議重新檢視方案宗旨、參與醫院(人員)資格限制與獎勵措施等，本署將再與乳癌專家小組研議方案內容後，提本會議。

七、新增「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」案(詳附件5，P68-P89)。

說明：為建立動脈粥狀硬化心血管(ASCVD)病人照護模式與個別 LDL-C 治療，以預防或降低復發心血管事件，並減少非必要醫療支出，重點如下：

- (一)收案條件：18 歲以上新發生急性住院事件之出院病人，且經臨床檢查確診為 ASCVD，且風險分級為「非常高風險」或「極高風險」之個案。
- (二)給付項目：新收案照護費(500 點)、年度收案照護費(2,000 點)、成功轉介費(轉出及轉入各 1,000 點)。
- (三)品質獎勵：包含血脂追蹤完成率、LDL-C 控制良率及成功下轉率等指標。
- (四)預估一年 3.4 萬人受惠，健保挹注 112.64 百萬點，將依程序報衛生福利部核定。

決定：洽悉。

伍、討論事項：

- 一、新增「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)試辦計畫」案（詳附件 6，P90-P101）。

說明：為維護民眾就醫權益、提升整體醫療服務效率並擴大醫療韌性，未來可將「急但不重」病人分流至 UCC，以緩解連假期間急診壅塞，並將急診醫療資源集中於重症病人，重點如下：

- (一)設置地點：不限制六都設置地點數量，優先順序如下：
衛生所(健康服務中心)、未設置急診之地區醫院、大型診所。
- (二)人力配置及診療科別：
 - 1.得以報備支援輪值方式，包括醫師、護理、藥事、醫放或醫檢，各職類人員以基層及非在職人力為主，以維持醫院量能。
 - 2.診療科別：須包含內(兒)、外(骨)，另耳鼻喉科、眼科可視

需求，評估設置或遠距會診。

(三)診療時段：週日及國定假日上午 8 時至 24 時(2 班制)。

(四)支付項目及財務衝擊(以 13 家承作推估)：

1.開辦費(114 年至 115 年)：35 萬元/家，約 455 萬元。

2.維運費(114 年至 115 年)：140 萬元/家，約 1,820 萬元。

3.硬體設備：向衛生福利部申請韌性國家醫療整備計畫補助。

4.人力費用：醫師日診 1.5 萬/夜診 2 萬元，其他職類日診 4 千/夜診 6 千(4 天以上連假加倍)，114 年約 156 萬元，115 年約 1,451 萬元。

5.醫療費用：依支付標準申報(4 天以上連假加 3 成)，114 年 0.14 億，115 年 1.04 億。

(五)預估一年 3.6 萬件，114 年至 115 年健保挹注 2.8 億點，將依程序報衛生福利部核定。

決議：通過。

二、修訂「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」案（[詳附件 7，P102-P142](#)）。

說明：為增加臨床醫師對於抗生素之選擇性、適時提供降階或升階治療及避免過度使用後線廣效性抗生素，修訂重點如下：

(一)每日醫療費：新增於目標天數內使用「輸液器 1 日型」支付標準，較未使用者增加 1,102 點。

(二)機構住民訪視改以在宅支付點數：當日訪視僅提供 1 位機構住民在宅急症照護服務，且同時段未提供居家照護、安寧居家療護、西醫門診巡診服務，得以在宅支付點數申報。

(三)上述調整推估全年增加 10.17 百萬點，預估一年約 4,000 人受惠，將依程序報衛生福利部核定。

決議：通過。

三、修訂「全民健康保險慢性阻塞性肺病(COPD)醫療給付改善方案」案（[詳附件 8](#)，P143-P164）。

說明：配合慢性阻塞性肺病(COPD)國際照護指引，鼓勵醫療院所參與照護 COPD 病患，期降低急診與住院率，增進生活品質，重點如下：

- (一)修訂點數：調升「新收案、追蹤、年度評估管理」照護費及「肺部復原及呼吸訓練評估費」等各項支付點數為原點數之 1.5 倍。
- (二)人員資格：增列台灣慢性阻塞性肺病學會可辦理 COPD 教育訓練課程，該學會認證之專科醫師，得免除教育訓練課程時數。
- (三)獎勵措施：增刪品質獎勵指標，並調升每例獎勵為 1,000 點。
- (四)簡化流程：修正個案管理流程表、診療項目參考表，並簡化 VPN 必填欄位。
- (五)預估一年 3 萬人受惠，健保挹注 2,574 萬點，將依程序報衛生福利部核定。

決議：通過。

四、修訂「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫(IDS 計畫)」案（[詳附件 9](#)，P165-P190）。

說明：為扶植山地離島地區在地院所及保障醫療量能，修訂重點如下：

- (一)實施策略：醫療服務新增遠距醫療、早期療育及居家醫療照護。
- (二)申請資格：增列承作醫療院所參與計畫前2年內不得有涉全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法第44、45條之相關處分。
- (三)申請程序：為保障承作院所權益，增訂IDS計畫修訂公告

日前，已核定之計畫得依公告前之計畫辦理，於次年度修正計畫書內容。

(四) 計畫管理機制：

1. 督導小組成員新增副召集人及當地行政機關(區公所或鄉公所)代表，刪除承作醫療院所代表，併修計畫附件2之評選審查作業文件。
2. 計畫編列經費未超過前年度15%由分區業務組決行，原僅限於計畫期滿，考量實務執行需求，修訂為每年。

(五) 支付方式：

1. 為反應醫事人力投入成本，增訂醫事人員論次支援費用下限。
2. 增訂山地離島地區點值補充費用，適用地區為山地離島地區及嘉義縣大埔鄉、花蓮縣豐濱鄉之保險醫事服務機構，醫療費用每點點值最高補充至1元。

(六) 計畫評核指標：

1. 增訂癌症防治指標，同步修訂各項指標占率。
2. 促進預防保健及癌症防治指標回歸衛生福利部國民健康署、口腔健康司及疾病管制署統計定義，執行情形由保險人每季函請業管各司署提供。

(七) 費用申報支付及審查原則：

1. 新增本計畫服務量不納入支付標準門診診察費合理量計算。
2. 明定本計畫點值結算方式。

決議：

(一) 通過。

- (二) 醫事人員論次支援費用「需分配至少八成以上予提供醫療照護服務之醫事人員」修訂為「優先分配於第一線提供醫療照護服務之醫事人員」；另建議未來應於預算額度內通盤檢討醫事人員論次費用之衡平性。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午 5 時 40 分

11409共擬會議紀錄

十、外科處置 General Surgery Treatment (56001-56043)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
56037B	深部腦核電生理定位 Intraoperative Microelectrode recording of basal ganglia 註：須符合下列條件之一： 1.治療巴金森病深腦刺激電極植入使用。 2.清醒開顱手術須符合下列事項： (1)須檢附術中電生理報告。 (2)不得同時申報支付標準編號56018B。 (3)限神經外科、神經內科或復健科專科醫師施行。 3.原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 4.遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者，且由二位以上神經外科、神經內科、小兒神經科或復健科專科醫師評估適合接受DBS治療，並經事前審查同意。 <u>5.十八歲以上無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人（已服用或曾服用二種以上具適應症並以達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作），且亦無法以切除手段改善或曾以癲癇切除手術治療失敗。</u>		v	v	v	20081

「深層腦部刺激器」給付規定(I203-8)

一、非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件(一)、(二)、(三)任一：

(一)屬原發性巴金森病 (Parkinson's disease)：

1. 發病五年以上，且經醫學中心評估為藥物治療至少一年以上無反應者或因長期服藥後產生不良反應而無法繼續服藥者。
2. 病人身體其它狀況良好，必須無失智症(Mini Mental Status Exam 須大於24分)、無其他嚴重的內外科疾病(如冠狀動脈心臟病、腎衰竭或癌症等)，以及無藥物無法控制之精神疾病。
3. 病人的腦部磁共振造影(MRI)檢查必須正常。

(二)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

(三)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

二、充電式深層腦部刺激器需符合下列條件(一)、(二)任一：

(一)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

(二)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

三、充電式與非充電式深層腦部刺激器每次僅能擇一使用。

四、須檢附影像診斷資料及病歷等相關資料，並由台灣神經學學會及台灣神經外科醫學會推薦成員組成之專家小組特殊審查核准後使用。

五、使用健保給付特材導線、導線延長線及導線固定蓋，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。

六、無框架定位之基準點標記物限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」使用，以使用五個為限；植入管套組及微目標電極限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」且初次接受刺激器植入手術或更換植入顱內深部電極使用，植入管套組以一組、微目標電極以二個為限。

給付規定(I203-8)修訂對照表

修訂後給付規定	原給付規定
一、非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件(一)、(二)、(三)、(四)任一： (一)屬原發性巴金森病(Parkinson's disease)： 1. 發病五年以上，且經醫學中心評估為藥物治療至少一年以上無反應者或因長期服藥後產生不良反應而無法繼續服藥者。 2. 病人身體其它狀況良好，必須無失智症(Mini Mental Status Exam 須大於24分)、無其他嚴重的內外科疾病(如冠狀動脈心臟病、腎衰竭或癌症等)，以及無藥物無法控制之精神疾病。 3. 病人的腦部磁振造影(MRI)檢查必須正常。 (二) 原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (三) 遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (四) 無法以抗癲癇藥控制病情的頑固型癲癇病人，且亦無法以切除手術改善或曾以癲癇	一、非充電式深層腦部刺激器或深層腦部刺激器之導線、導線延長線、導線固定蓋、基準點標記物、植入管套組、微目標電極需符合下列條件(一)、(二)、(三)任一： (一)屬原發性巴金森病(Parkinson's disease)： 1. 發病五年以上，且經醫學中心評估為藥物治療至少一年以上無反應者或因長期服藥後產生不良反應而無法繼續服藥者。 2. 病人身體其它狀況良好，必須無失智症(Mini Mental Status Exam 須大於24分)、無其他嚴重的內外科疾病(如冠狀動脈心臟病、腎衰竭或癌症等)，以及無藥物無法控制之精神疾病。 3. 病人的腦部磁振造影(MRI)檢查必須正常。 (二) 原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (三) 遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。

修訂後給付規定	原給付規定
<u>切除手術治療失敗：</u> <u>1. 頑固型癲癇病人定義：已服用或曾服用二種以上具適應症並已達有效劑量之抗癲癇藥物至少一年以上，仍無法控制發作。</u> <u>2. 限18歲以上使用。</u> <u>3. 電池更換給付標準：附上前兩年之臨床癲癇控制情況病歷相關資料，用於佐證有持續使用之必要。</u> <u>4. 須完成個案登錄系統基本資料登錄並需特殊審查(包含首次植入電池與更換電池)。</u> <u>5. 限搭配「深層腦部刺激器(雙側/電池容量<6.3Ah)具附加功能」使用。</u> 二、充電式深層腦部刺激器需符合下列條件(一)、(二)任一： (一)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (二)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 三、充電式與非充電式深層腦部刺激器每次僅能擇一使用。 四、須檢附影像診斷資料及病歷等相關資料，並由台灣神經學學會及台灣神經外科醫學會推薦成員組成之專家小組特殊審查核准後使用。 五、使用健保給付特材導線、導線延長	二、充電式深層腦部刺激器需符合下列條件(一)、(二)任一： (一)原發性肌張力不全(Primary Dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 (二)遲發性肌張力不全(Tardive dystonia)經藥物、肉毒桿菌注射等非手術治療一年以上無效者。 三、充電式與非充電式深層腦部刺激器每次僅能擇一使用。 四、須檢附影像診斷資料及病歷等相關資料，並由台灣神經學學會及台灣神經外科醫學會推薦成員組成之專家小組特殊審查核准後使用。 五、使用健保給付特材導線、導線延

修訂後給付規定	原給付規定
線及導線固定蓋，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。 六、無框架定位之基準點標記物限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」使用，以使用五個為限；植入管套組及微目標電極限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」且初次接受刺激器植入手術或更換植入顱內深部電極使用，植入管套組以一組、微目標電極以二個為限。	長線及導線固定蓋，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。 六、無框架定位之基準點標記物限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」使用，以使用五個為限；植入管套組及微目標電極限併同申報「深部腦核電生理定位(56037B)」且初次接受刺激器植入手術或更換植入顱內深部電極使用，植入管套組以一組、微目標電極以二個為限。

報告案 1

會議決議辦理情形追蹤。

報告案第1案

案由：會議決議辦理情形追蹤。

說明：擬繼續列管計4案、解除列管1案。

序號	編號	會議日期	案由	決定(結論)事項	辦理單位	辦理情形	列管建議	
							解除列管	繼續列管
1	11311_討6	113.11.21	有關用於疼痛改善之「脊髓刺激器」及其相關配件等15品項納入健保給付案。	一、與會代表表示，本案特材使用量少係因價格昂貴，建議先採自付差額方式納入健保給付觀察使用量，亦可評估及監控後續之成效。 二、依全民健康保險法第45條第3項規定，自付差額之特殊材料品項，應由其許可證持有者向保險人申請，俟徵詢廠商意願後，依程序提會討論。本案暫緩再議。	醫審及藥材組	已重新建議以自付差額方式納入健保，刻正研議以自付差額方式納入健保，後續依程序再提本會議討論。		V
2	11405_討8	114.05.15	有關用於骨折固定之「鎖定式骨板組」計608項納入健保給付案。	一、決議： (一) 考量本案特材財務影響大，為廣納新醫材納入健保，同意依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4規定，採民眾自付差額方式納入健保給付，並依全民健康保險法第45條第3項規定，提健保會討論同意後，報主管機關核定公告實施。 (二) 功能類別：本案特材共分為6大類、45個次功能類別。 (三) 核定費用：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4第2項第1款，以公立醫院及醫學中心採購決標價格中位數除以近10年全區浮動點值最低0.8699(107年)計算。 (四) 健保給付比例：依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第52條之4第1項，依臨床實證等級訂定給付比例，採核定費用之15%暫予支付。 (五) 各功能類別核定費用及健保支付點數如附件8。 (六) 預估年使用量：90,737組。 (七) 預算來源：依主管機關核定公告施行日期，導入114年醫院總額部門新醫療科技項目新增新功能特材預算支應，不足部分以115年新醫療科技預算支應。 (八) 破纖維材質鎖定骨板、骨釘：因臨床實證不足，且該類產品有引發後遺症等長期治療風險之疑慮，無實證佐證其安全性，不納入健保給付。 二、附帶決議：本案納入健保後，請健保署重新計算校正相關DRG項目	醫審及藥材組	114年5月本會議決議，以自付差額納入健保給付，後續依程序辦理提至健保會討論。		V
3	11407_討6	114.7.17	有關研議修訂「胃造口術裝置組配件/Balloon型替換管」給付規定(E204-4)案。	一、決議： (一) 依仿單內容另列「胃造口術裝置組配件/Balloon型替換管」給付規定。 (二) 給付規定： 1. 每月最多申報一次。 2. 須依全民健康保險醫療費用支付標準33107B、33108B等相關規定辦理 (三) 預估年使用量：約24,480組。 二、附帶決議： (一) 請健保署定期追蹤本案特材申報量，並提至本會議報告。 (二) 本案特材另列給付規定，修訂使用期限後，因使用量增加，請健保署與廠商重新議價。	醫審及藥材組	經與廠商重新議價，支付點數由1,520點，調整為1,368點，業依程序辦理暫予公告，自114年11月1日生效。		V
4	11409_討6	114.9.18	有關用於穩定骨折之「“信迪思”多角度附加鎖定骨墊片」納入健保給付案。	因學會代表表達意見與特殊材料專家諮詢會議時，專科醫學會建議及會議結論不符，退回特殊材料專家諮詢會議再議。	醫審及藥材組	請骨科醫學會提供意見，俟學會回復意見後，依程序辦理。		V
5	11409_報4	114.9.18	114年收載新功能類別特材申報情形、特材擴增給付規定預算支用結果報告案。	附帶決議：請健保署於11月份本會議報告114年新功能特材預算導入及支用情形。	醫審及藥材組	114年新功能特材預算導入及支用情形，已列入本會議報告案第4案報告。	V	

報告案 2

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

共 111 項：(1)新增既有功能類別特材品項 62 項/第 2-1~2-7 頁；項次 1~62。(2)新增既有功能類別特材自付差額品項 3 項/第 2-8 頁；項次 63~65。(3)新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號 46 項/第 2-9~2-19 頁；項次 66~111。

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
1	ACPTC741ZZ35	"麥普奇" Y型連接閥	"MAP" Y Connector Set	HV-1;HV-2;HV-3;HV-4;HV-5;HV-6;HV-7;HV-8;HV-9	組	衛部醫器陸輸字第001741號	惠澤生醫	915	依ACPTCA1(PTCA氣球導管或導引管用接頭/單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACPTCYCNTR8R)之支付點數暫予支付。	21	無	115/01/01
2	ACPTCHV10016	"昊佑" Y型連接閥	"HAO YO" Y-connector Pack	(HV-10;1M-00;TO);(HV-20;2M;30;3M;40;4M;50;5M;60;6M;70;7M;80;8M-00;0P;0S;T0;TP;TS)	個	衛部醫器陸輸字第001788號	昊佑企業	915	依ACPTCA1(PTCA氣球導管或導引管用接頭/單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACPTCYCPZZ22)之支付點數暫予支付。	21	無	115/01/01
3	ACPTCHV8PF5S	"听力醫療設備" Y型連接器組	"Sunny Medical Device" Haemostatic Valves	SM-HV-8PPLPW-TB	組	衛部醫器陸輸字第001758號	揚通	915	依ACPTCA1(PTCA氣球導管或導引管用接頭/單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACPTCYCNTR8R)之支付點數暫予支付。	21	無	115/01/01
4	ACS0103WRCNR	尼普洛三方活栓	NIPRO STOPCOCK	3W-RC;3W-RC-L	個	衛部醫器輸字第037413號	華江	7	依ACS03SI(三路活塞接頭)同功能類別品項(如特材代碼ACS0109512BB)之支付點數暫予支付。	8	無	115/01/01
5	CBB030SB10BK	"百多力" 歐思可周邊多功能球囊導管系統-周邊氣球擴張導管	"BIOTRONIK" Oscar Peripheral Multifunctional Catheter System-PTA balloon	454353	條	衛部醫器輸字第036398號	百多力	7,806	依CBB03A1(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(不含)以下)同功能類別品項(如特材代碼CBB03PASXEBK)之支付點數暫予支付。	33	A220-5	115/01/01
6	CBB030SB18BK	"百多力" 歐思可周邊多功能球囊導管系統-周邊氣球擴張導管	"BIOTRONIK" Oscar Peripheral Multifunctional Catheter System-PTA balloon	454343;454344;454345;454346;454347;454348;454349;454350;454351;454352	條	衛部醫器輸字第036398號	百多力	9,999	依CBB03A2(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CBB03PAXE2BK)之支付點數暫予支付。	38	A220-5	115/01/01
7	CBN01382020K	"菲諾斯" 沛葛斯支架系統	"phenox" pEGASUS Stent System	(pEGASUS-350-15;20;25;30-HPHC);(pEGASUS-450-15;20;25;30-HPHC)	組	衛部醫器輸字第038202號	元宇	134,886	依CBN01A1(顱內動脈支架)同功能類別品項(如特材代碼CBN01316149G)之支付點數暫予支付。	2	I203-20	115/01/01
8	CDP0107561AG	"愛琅" 史凱特引流系統	"Argon" SKATER Drainage Set	(7561-06015;06020;06025;07020;07025;08020;08025;08030;10020;10025;10030;12020;12025;14020;14025;16025);(7566-06015;06020;06025;07015;07020;07025;08015;08020;08025;08030;10015;10020;10025;10030;12015;12020;12025;12030;14015;14020;14025;14030;16025;16030);(7586-06015;06020;06025;07015;07025;08015;08025;10015;10025;12015;12025;14025)	組	衛部醫器輸字第038310號	集賢	1,720	依CDP01A1(PTCD(整組)/穿刺引流套組(ONE STEP),含穿刺針組+引流管)同功能類別品項(如特材代碼CDP0107551AG)之支付點數暫予支付。	21	無	115/01/01
9	CEE0138207BD	BD無針輸液接頭	BD SmartSite Needle-Free Connector	2000E7D	個	衛部醫器輸字第038207號	BD	37.7	依CEE02DI(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01S2000BD)之支付點數暫予支付。	16	無	115/01/01
10	CEE01MP100BD	BD無針輸注閥及延長管	BD MaxPlus Needleless Connector and Extension Sets	MP1000C-0006	個	衛部醫器輸字第030782號	BD	37.7	依CEE02DI(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01Q5100BD)之支付點數暫予支付。	16	無	115/01/01
11	CEE01MP200BD	BD無針輸注閥及延長管;無針輸注閥+延長管	BD MaxPlus Needleless Connector and Extension Sets	MP2002C-0006	條	衛部醫器輸字第030782號	BD	37.7	依CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01Q5101BD)之支付點數暫予支付。	32	無	115/01/01
12	CEE01MP220BD	BD無針輸注閥及延長管;無針輸注閥+多路延長管	BD MaxPlus Needleless Connector and Extension Sets	MP2202C-0006;MP9220C-0006	條	衛部醫器輸字第030782號	BD	84	依CEE02D3(無針式接頭(2-4路)+延長管/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01S2019BD)之支付點數暫予支付。	7	無	115/01/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
13	CEE01MZ100BD	BD進階無針密閉螺旋接頭	BD MaxZero Needle—Free Connector	MZ1000	個	衛部醫器輸字第038091號	BD	37.7	依CEE02D1(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01S2000BD)之支付點數暫予支付。	16	無	115/01/01
14	CEP01PL12R5S	“听力醫療設備”高壓造影注射延長管	“Sunny Medical Device” Pressure Lines	SM-PL-12B030RF-TP;SM-PL-12B040RF-TP;SM-PL-12B050RF-TP;SM-PL-12B060RF-TP;SM-PL-12B070RF-TP;SM-PL-12B080RF-TP;SM-PL-12B090RF-TP;SM-PL-12B100RF-TP;SM-PL-12B150RF-TP;SM-PL-12B200RF-TP	條	衛部醫器陸輸字第001759號	揚通	266	依CEP01B2(高壓(>=800PSI)雙層附M-F接頭連接管POLYETHYLENE或Polyurethane)同功能類別品項(如特材代碼CEP01P1THPIGJ)之支付點數暫予支付。	10	無	115/01/01
15	CFE02SMBZZ39	"英特內視力"世寶適固結紮器	"Intelligent Endoscopy" SmartBand SafeGrip Multi—Band Ligation	SLK-6-LF	組	衛部醫器輸字第035908號	思泰瑞	3,600	依CFE02A1(多發式靜脈瘤結紮環組(7發,4發,6發,10發))同功能類別品項(如特材代碼CFE02MBL01CK)之支付點數暫予支付。	2	A224-1	115/01/01
16	CFN01240ZZ2Y	“創想”一次性使用內視鏡用針	“Chuangxiang” Sclerotherapy Needles	(MD-NE-2412-1904;1906;2104;2106;2304;2306;2504;2506);(MD-NE-2418-1904;1906;2104;2106;2304;2306;2504;2506);(MD-NE-2420-1904;1906;2104;2106;2304;2306;2504;2506);(MD-NE-2423-1904;1906;2104;2106;2304;2306;2504;2506);(MD-NE-2412-2108;2110;2112;2308;2310;2312;2508;2510;2512);(MD-NE-2418-2108;2110;2112;2308;2310;2312;2508;2510;2512);(MD-NE-1812-2104;2106;2304;2306;2504;2506);(MD-NE-1818-2104;2106;2304;2306;2504;2506)	支	衛部醫器陸輸字第001769號	威茂	833	依CFN01A1(內視鏡注射器)同功能類別品項(如特材代碼CFN01531ZZ1G)之支付點數暫予支付。	8	E208-2	115/01/01
17	CGPW1L1518YC	“樂普”親水性導引導線	“LEPU” ULTRASKIN Hydrophilic Guide Wire	請參考圖檔	條	衛部醫器陸輸字第001596號	惠澤生醫	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金,D=0.014"-0.052",L<=200CM,塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1HN18016)之支付點數暫予支付。	13	無	115/01/01
18	CGPW1L2230YC	“樂普”親水性導引導線	“LEPU” ULTRASKIN Hydrophilic Guide Wire	請參考圖檔	條	衛部醫器陸輸字第001596號	惠澤生醫	2,669	依GWBB310(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金,D=0.014"-0.052",L>=201CM,塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1HN26016)之支付點數暫予支付。	12	無	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月 同功能核價類別 之有效品項數	給付規定	健保給付 生效起日
19	CGPWINS18016	“昊佑” 心血管導引導線	“HAO Y0” Finethrough Guidewire	(NS14-03-045-BS;BJ);(NS14-15-150-BS;BJ);(NS14-16-160-BS;BJ);(NS14-03-110;120;200;280-AS;AJ);(NS14-11-110-AS;AJ)	條	衛部醫器陸輸字第001755號	昊佑企業	2, 256	依GWB4410(GUIDEWIRE(PTCA/D<=0. 014" 或 SmallIVessel/不鏽鋼，D=0. 014"-0. 018")，L<=200CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW112160SB)之支付點數暫予支付。	36	無	115/01/01
20	CGS01A11ZZ36	浩泰精準 鞘管組	“NeoCore” Introducer Kit	A050525HS451C20S;A050525HS451C200;A050725HS451C20S;A050725HS451C200;A051125HS451C20S;A051125HS451C200;A060525HS451C20S;A060525HS451C200;A060725HS451C20S;A060725HS451C200;A061125HS451C20S;A061125HS451C200;A070525HS451C20S;A070525HS451C200;A070725HS451C20S;A070725HS451C200;A071125HS451C20S;A071125HS451C200	組	衛部醫器製字第008508號	浩泰精準	834	依CGA1A21(SHEATH(w/dilator)/長度<16cm, side+v, gw(radiology), needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS01QG110TA)之支付點數暫予支付。	25	無	115/01/01
21	CLS05098HUBB	"柏朗" 史倍司輸液套-Filter/含AIRSTOP	"B・ Braun" Infusomat Space Line	8700098SP	組	衛部醫器輸字第026408號	台灣柏朗	256	依CLS05B5(PUMPSET/FORTPN(FILTER/含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS05300HUBB)之支付點數暫予支付。	2	無	115/01/01
22	CLS05118HUBB	"柏朗" 史倍司輸液套-幫浦輸液套/卡樁式/附無針式接頭1個/含AIRSTOP	"B・ Braun" Infusomat Space Line	8700118SP	組	衛部醫器輸字第026408號	台灣柏朗	195	依CLS05B7(PUMPSET/卡樁式/附無針式接頭1個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS05118VNB)之支付點數暫予支付。	2	E301-4	115/01/01
23	CLS05330HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套-幫浦輸液套/卡樁式/附無針式接頭1個	“B・ Braun” Infusomat Plus Line	8700330	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	187	依CLS05A7(PUMP SET/卡樁式/附無針式接頭1個)同功能類別品項(如特材代碼CLS05110VNB)之支付點數暫予支付。	8	E301-4	115/01/01
24	CLS05391VNB	“柏朗” 康貝特輸液套-幫浦輸液套/卡樁式/含滴定筒/附無針式接頭2個/含AIRSTOP	“B・ Braun” Infusomat Plus Line	8700391	組	衛部醫器輸字第037223號	台灣柏朗	283	依CLS05AB(PUMPSET/WITHBURETTE/卡樁式/FOR避光或無避光藥品/附無針式接頭2個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS05141VNB)之支付點數暫予支付。	2	E301-4	115/01/01
25	CLS05392VNB	“柏朗” 康貝特輸液套-幫浦輸液套/卡樁式/含滴定筒/具避光功能/附無針式接頭2個/含 AIRSTOP	“B・ Braun” Infusomat Plus Line	8700392	組	衛部醫器輸字第037223號	台灣柏朗	283	依CLS05AB(PUMPSET/WITHBURETTE/卡樁式/FOR避光或無避光藥品/附無針式接頭2個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS05142VNB)之支付點數暫予支付。	2	E301-4	115/01/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
26	CLS08350FRBB	“柏朗” 康貝特輸液套	“B・Braun” Infusomat Plus Line-PUMPSET/FOR BLOOD TRANSFUSION	8700350-26	組	衛部醫器輸字第037224號	台灣柏朗	230	依CLS08A1(PUMPSET/FOR BLOOD TRANSFUSION)同功能類別品項(如特材代碼CLS08350HUBB)之支付點數暫予支付。	3	無	115/01/01
27	CMB02NNC42CM	“賽瑞諾華斯” 賽瑞格萊德中介導管	“Cerenovus” CEREGlide Intermediate Catheter	NIC42115U;NIC42125U;NIC42132U;NIC42144U;NIC42152U;NIC42160U	條	衛部醫器輸字第037244號	壯生	36, 090	依CMB02A2(顱內血管抽取栓裝置 Reperfusion Catheter(小管徑<5FR))同功能類別品項(如特材代碼CMB02AXS03S9)之支付點數暫予支付。	3	I203-12	115/01/01
28	CMV0401776NP	“沃比” 艾微尼爾栓塞線圖系統	“Wallaby” Avenir Coil System	請參考圖檔	組	衛部醫器陸輸字第001776號	元宇	16, 386	依CMV03A2(Detachable Embolization coil(電流、液壓或手動立即解離彈簧栓塞))同功能類別品項(如特材代碼CMV04TARGETS9)之支付點數暫予支付。	9	I203-2	115/01/01
29	CRG01683ZZ2A	“哈德昇” 嬰兒型連續正壓氣道給氧管路組及配件	“HUDSON RCI” Infant CPAP Cannula and Accessories	HUD1683;HUD1685;HUD1686;HUD1687;HUD1688;HUD1689	組	衛部醫器輸字第038230號	明基三豐	1, 120	依CRG01T1(嬰兒連續式氣道壓力呼吸套(整組)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRG010168NHU)之支付點數暫予支付。	5	A214-1	115/01/01
30	CRG01690ZZ2A	“哈德昇” 嬰兒型連續正壓氣道給氧管路組及配件	“HUDSON RCI” Infant CPAP Cannula and Accessories	HUD1690;HUD1691;HUD1692;HUD1693;HUD1694;HUD1695	組	衛部醫器輸字第038230號	明基三豐	654	依CRG01C1(嬰兒連續式氣道壓力呼吸套鼻套管(單管)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRG010169NHU)之支付點數暫予支付。	5	A214-1	115/01/01
31	FBHAA33011Z1	“捷邁” 多孔鉭金屬人工髖臼重建系統-多孔鉭金屬墊片	“Zimmer-TMT” Trabecular Metal Acetabular Revision System-TM Augment	(00-4894-001-54;58);(00-4894-300;400-00);(00-4894-001-05;10;15);(00-4199-001-26;32;38)	個	衛部醫器輸字第033011號	台灣捷邁	44, 227	依FBHAA1(髖臼缺損填補墊片(Acetabular Augment))同功能類別品項(如特材代碼FBHAA4894NZ1)之支付點數暫予支付。	0	D106-5	115/01/01
32	FBHC133011Z1	“捷邁” 多孔鉭金屬人工髖臼重建系統-多孔鉭金屬髖臼杯	“Zimmer-TMT” Trabecular Metal Acetabular Revision System-TM Cup	(00-7000-048;050;052;054;056;058;060;062;064;066;068;070-20);(00-7000-072;074;076;078;080-70)	個	衛部醫器輸字第033011號	台灣捷邁	58, 824	依FBHC1A4(特殊金屬髖臼杯)同功能類別品項(如特材代碼FBHC1TM620Z1)之支付點數暫予支付。	7	D106-10	115/01/01
33	FBHC238133Z1	“捷邁” 多孔鉭金屬人工髖臼重建系統-護架	“Zimmer” Trabecular Metal Acetabular Revision System Cage	00-7123-056-48;00-7123-062-54;00-7123-066-58;00-7123-072-64;00-7123-076-68	個	衛部醫器輸字第038133號	台灣捷邁	33, 063	依FBHC2A1(重建型髖臼護架(Cage))同功能類別品項(如特材代碼FBHC22082NS2)之支付點數暫予支付。	2	D106-6	115/01/01
34	FBHL238107Z1	“捷邁” 多孔鉭金屬髖臼重建系統-隆傑骨水泥限制型襯墊	“ZIMMER” TRABECULAR METAL ACETABULAR REVISION SYSTEM-Longevity Cemented Constrained Liner	(00-7115-050;052-28);(00-7115-054;056-32);(00-7115-058;060;062;066;072;076-36)	個	衛部醫器輸字第038107號	台灣捷邁	27, 296	依FBHL2A1(限制型襯墊)同功能類別品項(如特材代碼FBHL233617Z1)之支付點數暫予支付。	3	D106-7	115/01/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
35	FBNG17352553	鉑賽鋁股骨近端髓內釘系統 鉑鉭賽鋁股骨近端髓內釘系統	PRECISE PROXIMAL FEMORAL NAIL SYSTEM Precise Proximal Femoral Nail System	(Nail:P00-02-09;12-170); 【Blade:(P00-0210-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120);(P00-0210-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120-H)】;(End Cap:P00-00160-25;30;35;40); 【Screw:P00-0408020;(P00-0149-026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;052;054;056;058;060;064;068;072;076;080;085;090;095;100)】	組	衛部醫器製字第007352號	艾瑞克	40, 500	依FBNG1A4(鈦合金 CephalomedullaryNail(170mm)/搭配螺葉刀blade)同功能類別品項(如特材代碼FBNG1SBDTCSI)之支付點數暫予支付。	5	D101-11	115/01/01
36	FBS01726NNS1	“信迪思”多角度鎖定加壓手骨系統-1・3 & 2・0骨板-鈦金屬皮質螺釘	“Synthes” Variable Angle Locking Hand System –Plates 1・3 & 2・0-TITANIUM CORTEX SCREW	(401.3-56;66;68;70;72;74;81)	支	衛部醫器輸字第033725號	壯生	182	依FBS01TI(TITANIUM CORTEX SCREW SMALL AND MINI FRAGMENTS(3.5, 2.7, 2.0, 1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS01437XNY2)之支付點數暫予支付。	5	無	115/01/01
37	FBS01915NNS1	“信迪思”小型鎖定加壓系統-鈦金屬皮質螺釘	“Synthes” LCP Compact Hand and Foot- TITANIUM CORTEX SCREW	(04.214.-106;116;118;120;122;124)	支	衛署醫器輸字第018914號	壯生	182	依FBS01TI(TITANIUM CORTEX SCREW SMALL AND MINI FRAGMENTS(3.5, 2.7, 2.0, 1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS01437XNY2)之支付點數暫予支付。	5	無	115/01/01
38	FBSFA0000385	健實椎間融合器系統-“健實”阿波羅頸椎融合器/黛安娜頸椎融合器	JBone Interbody Fusion Device System- “JBone” Apollo Cervical cage/Diana Cervical cage	(1201.10;18-12;18-5;9-5);(1201.10;18-12;18-5;9-9)	個	衛部醫器製字第007727號	健實生技	19, 670	依FBSFAA6(CERVICAL PEEK CAGE 頸椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA70111Y2)之支付點數暫予支付。	27	D112-4	115/01/01
39	FBT01201ZZ1P	育騰痛緩玻尿酸關節腔注射液	YT-Synoha Intra-articular Injection	HHI-20	支	衛部醫器製字第008121號	育騰	2, 488	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼FBT01AB305LB)之支付點數暫予支付。	10	D109-1	115/01/01
40	FHP5AMAB2GTM	"泰爾茂" 爾凝得外科手術封合劑"(含專用導管、塗佈(投藥)器)-2g	"Terumo" AQUABRID Surgical Sealant-2g	MAB2G-01	支	衛部醫器輸字第034031號	泰爾茂	18, 000	依FHP5AA1(止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)2mL)同功能類別品項(如特材代碼FHP5ABGZZZ25)之支付點數暫予支付。	3	A213-16	115/01/01
41	FHPCLD712RAB	"雅培" 德拉多心臟導線-主動固定式	"Abbott"Durata Lead(ICD LEAD)-Active Fixation	7120Q;7121Q;7122Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	70, 193	原特材代碼FHPCLD712RST，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	B103-1	115/01/01
42	FHPCLD717RAB	"雅培" 德拉多心臟導線-被動固定式	"Abbott"Durata Lead(ICD LEAD)-Passive Fixation	7170Q;7172Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	74, 425	原特材代碼FHPCLD717RST，因更改廠牌，故變更特材代碼。	4	B103-1	115/01/01
43	FHPHFPW31MAB	"雅培" 安路心臟再同步節律器(具監測早期肺積水功能)	"Abbott" Allure Cardiac Resynchronization Therapy Pulse Generator	PM3222	個	衛部醫器輸字第028521號	雅培	189, 396	原特材代碼FHPHFPW31MST，因更改廠牌，故變更特材代碼。	10	B104-1	115/01/01
44	FHPHFQAMPWAB	“雅培” 克卓亞絡多點式再同步心臟節律器-(四極;多點式;具監測早期肺積水)	“Abbott” Quadra Allure MP Cardiac resynchronization Therapy Pulse Generator	PM3542; PM3562	個	衛部醫器輸字第028610號	雅培	189, 396	原特材代碼FHPHFQAMPWST，因更改廠牌，故變更特材代碼。	10	B104-1	115/01/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
45	FHV04EVFXPM4	"美敦力"愛芙樂普斯經導管主動脈瓣膜及"美敦力"愛芙樂經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic"Evolut FX+Transcatheter Aortic Valve and "Medtronic"Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Delivery Catheter and Loading System	整組含【瓣膜(EVFXPLUS-23;EVFXPLUS-26;EVFXPLUS-29;EVFXPLUS-34)+輸送系統(D-EVOLUTFX-2329;D-EVOLUTFX-34)+裝載系統(L-EVOLUTFX-2329;L-EVOLUTFX-34)+導引器(特材代碼CMV02SENSHM4)】	組	衛部醫器輸字第034322號+衛部醫器輸字第036562號+衛部醫器輸字第038098號	美敦力	1, 002, 035	依FHV04A2(自膨式經導管置換主動脈瓣膜套組(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器))同功能類別品項(如特材代碼FHV04EVLFXM4)之支付點數暫予支付。	4	B102-8	115/01/01
46	FHX03ADF15TM	"泰爾茂"菲斯新一代氧合器	"Terumo"Capiox FX advance Oxygenator	CX*FX15RE30V; CX*FX15RW30V	組	衛部醫器輸字第038223號	泰爾茂	23, 968	依FHX03A7(人工肺(套組)/OXYGENATOR(WITH COATING)+RESERVOIR(WITH COATING)+ARTERIAL FILTER-小兒使用)同功能類別品項(如特材代碼FHX03FX15RTM)之支付點數暫予支付。	4	B201-5	115/01/01
47	FHX03ADF25TM	"泰爾茂"菲斯新一代氧合器	"Terumo"Capiox FX advance Oxygenator	CX*FX25REV; CX*FX25RWV; CX*FX15RE40V; CX*FX15RW40V	組	衛部醫器輸字第038223號	泰爾茂	16, 730	依FHX03A9(人工肺(套組)/MEMBRANE OXYGENATOR(WITH COATING)+ARTERIAL FILTER+血液儲存器(單組件)/RESERVOIR(硬式槽))同功能類別品項(如特材代碼FHX03FX25RTM)之支付點數暫予支付。	4	B201-3	115/01/01
48	FHX03PMAG1AB	"雅培"善翠美血液幫浦	"Abbott" CentriMag Blood Pump	201-90010	個	衛署醫器輸字第018391號	雅培	350, 395	原特材代碼FHX03PMAG1T8，因更改廠牌，故變更特材代碼。	3	B201-6	115/01/01
49	FHX03PMAG2AB	"雅培"小兒血液幫浦	"Abbott" PediVAS Blood Pump	201-90050	個	衛署醫器輸字第024397號	雅培	350, 395	原特材代碼FHX03PMAG2T8，因更改廠牌，故變更特材代碼。	3	B201-6	115/01/01
50	FPP02415N1Y2	"亞太醫療"下顎重建骨板系統下顎直型重建骨板	"SYNTEC" Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandible Reconstruction Plate	(415-514;911;917):(428-911;917)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4, 179	依FPP02A2(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP02155NNTF)之支付點數暫予支付。	12	D201-1	115/01/01
51	FPP02415N3Y2	"亞太醫療"下顎重建骨板系統下顎重建骨板斜型	"SYNTEC" Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandibular Bridging Plate	415;428-920;922	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	5, 952	依FPP02A4(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:27HOLE ANGLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP02289NNTF)之支付點數暫予支付。	8	D201-1	115/01/01
52	FPP02425N1Y2	"亞太醫療"下顎重建骨板系統髁假體	"SYNTEC" Mandibular Fracture/Reconstruction SystemRigid Condylar Devices	425-001:002	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	6, 874	依FPP0200(MRS CONDYLAR PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0201269WR)之支付點數暫予支付。	3	D201-1	115/01/01
53	FPP02428N1Y2	"亞太醫療"下顎重建骨板系統下顎重建骨板M型	"SYNTEC" Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandible Reconstruction M-Plate	428-934;932;930	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	14, 349	依FPP02MT(TOTAL MRS RECONSTRUCTION PLATE 25:32HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP02288NNTF)之支付點數暫予支付。	5	D201-1	115/01/01
54	FPP03415X1Y2	"亞太醫療"下顎重建骨板系統下顎骨板斜型	"SYNTEC" Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandible Fracture Plate Angle	415-524;536;526	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4, 895	依FPP02A3(MRSRECONSTRUCTION、COMPRESSIONPLATE4:10HOLEANGLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP03159NNTF)之支付點數暫予支付。	6	D201-1	115/01/01

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告												
報告案第2案												
一、新增既有功能類別特材品項共62項(項次1~項次62，詳頁次2-1~2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至114年11月 同功能核價類別 之有效品項數	給付規定	健保給付 生效起日
55	FPP03415X2Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統下顎加壓直型骨板	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandible Compression Plate	415-504;507;570;580	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	2,562	依FPP02A1(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 2:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP03156NNTF)之支付點數暫予支付。	14	D201-1	115/01/01
56	FPS01MB420Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統骨釘	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction SystemMandibular Bone Screw	(Mb-420;427-405;420;505;520);(Mb-423-404;420;504;520);(425000)	支	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	572	依FPS03SB(MRS SELF-TAPPING SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01204XXTF)之支付點數暫予支付。	18	D301-1	115/01/01
57	NAN11SMANS5S	“昕力醫療設備”血管穿刺針	“Sunny Medical Device” Disposable Needles	SM-AN-18T70L; SM-AN-18T70S; SM-AN-18S70L; SM-AN-18S70S; SM-AN-19T50L; SM-AN-19T50S; SM-AN-19S50L; SM-AN-19S50S; SM-AN-21T40L; SM-AN-21T40S; SM-AN-21S40L; SM-AN-21S40S	組	衛部醫器陸輸字第001732號	揚通	97.6	依NAN11A1(導線導引針、單針、翼型單針)/單組件包裝)同功能類別品項(如特材代碼NAN11ADVANMR)之支付點數暫予支付。	8	無	115/01/01
58	NBS07CNSNS5S	“昕力醫療設備”環柄注射器	“Sunny Medical Device” Control Syringes	SM-CS-05; SM-CCS-05; SM-CS-06; SM-CCS-06; SM-CS-10; SM-CCS-10; SM-CS-12; SM-CCS-12	個	衛部醫器陸輸字第001731號	揚通	171	依NBS07H1(造影藥劑注射筒/手推注ANY SIZE)同功能類別品項(如特材代碼NBS0714158MR)之支付點數暫予支付。	4	無	115/01/01
59	SAU07FAR30U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度30mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ30H00; FARZ30M00; FARZ30L00; FARW30H00; FARW30M00; FARW30L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	4,000	依SAU07A1(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)30mm~44mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07015ZZ1A)之支付點數暫予支付。	8	無	115/01/01
60	SAU07FAR45U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度45mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ45H00; FARZ45M00; FARZ45L00; FARW45H00; FARW45M00; FARW45L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	4,843	依SAU07A2(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)45mm~59mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07016ZZ1A)之支付點數暫予支付。	19	無	115/01/01
61	SAU07FAR60U7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-釘匣/縫合長度60mm	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FARZ60H00; FARZ60M00; FARZ60L00; FARW60H00; FARW60M00; FARW60L00	組	衛部醫器製字第008671號	普威國際	5,891	依SAU07A3(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)≥60mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07017ZZ1A)之支付點數暫予支付。	17	無	115/01/01
62	SAU08FESCRU7	“普威”拋棄式腔鏡用可切割吻合器與釘匣-吻合器	“UNIMAX” Disposable endoscopic cutter stapler and reload	FES116000; FES126000	支	衛部醫器製字第008671號	普威國際	9,000	依SAU08A1(直線型自動縫合器)同功能類別品項(如特材代碼SAU08014ZZ1A)之支付點數暫予支付。	12	A101-5	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共3項(項次63~項次65，詳頁次2-8)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
63	FALSNEMSCP5V	"惟視艾"義諾法邁視多三焦點人工水晶體-預載型	"VSY" ENOVA MAESTRO Sinusoidal Trifocal Intraocular Lens-PRELOAD	ENOVA MAESTRO CP	支	衛部醫器輸字第038216號	科明儀器	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項，依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNTRCLR)之支付點數暫予支付。	無	115/01/01
64	FALSNEMSTC5V	"惟視艾"義諾法邁視多三焦點人工水晶體	"VSY" ENOVA MAESTRO Sinusoidal Trifocal Intraocular Lens	ENOVA MAESTRO C	片	衛部醫器輸字第038216號	科明儀器	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項，依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT55V)之支付點數暫予支付。	無	115/01/01
65	FALSNGYTCRY	“銳能”螺旋三焦點散光預裝式親水性人工水晶體推注系統	“Rayner” Galaxy Toric Preloaded Hydrophilic Acrylic IOL Injection System	RA0615X	組	衛部醫器輸字第038086號	鈦沅	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNTRFT2RY)之支付點數暫予支付。	無	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
66	CBC03AAA05CK	"曲克"蘭尼恩腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統（轉換體+主體延伸支架+鬆動脈延伸支架）	"COOK" ZENITH FLEX AAA ENDOVASCULAR GRAFT /W Z — TRAK INTRODUCTION SYSTEM	ESC-24;28;32-12-80-ZT;ESC-36-12-82-ZT;ESBE-22;24;26;28;30;32-39;58-ZT;ESBE-36-50;73-ZT;ESLE-8;10;12;14;16;18;20;22;24-55-ZT;(刪除ESLE-14;16;18;20;22;24-55-ZT自1090701生效);【刪除產品型號ESLE-8;10;12-55-ZT自1150101生效】	組	衛部醫器輸字第027312號	曲克	56,686	刪除產品型號ESLE-8;10;12-55-ZT。	A220-3	115/01/01
67	CDD1100015U7	“普威”穿刺導引器(穿刺針1+外管1(內含可變式轉接頭1)+袋口結固定器1)	“UNIMAX” Surgical Trocar	FHT610100;FHT612100;[擴增產品型號:FHTD10100;FHTD12100;刪除產品型號:FHT610100;FHT612100自1150101生效]	組	衛部醫器製字第0022216號	普威國際	2,233	擴增產品型號:FHTD10100;FHTD12100;刪除產品型號:FHT610100;FHT612100	無	115/01/01
68	CGPW1AP14RAS	“朝日”冠狀動脈導引線	“ASAHI” PTCA Guide Wire	AP14R024S;AP14R024P;【擴增產品型號AP14R025S;AP14R025P自1150101生效】	條	衛部醫器輸字第035973號	朝日英達科	2,716	擴增產品型號AP14R025S;AP14R025P。	無	115/01/01
69	CLS05095HUBB	"柏朗"史倍司輸液套 - Filter	"B・Braun" Infusomat Space Line	8700095SP;(8700098SP自1090901生效);【刪除產品型號8700098SP自1150101生效】	組	衛部醫器輸字第026408號	台灣柏朗	256	刪除產品型號8700098SP。	無	115/01/01
70	CLS05110HUBB	"柏朗"史倍司輸液套-幫浦輸液套/卡樺式/無針接頭*1	"B・Braun" Infusomat Space Line	8700110SP;(8700118SP自1090901生效);【刪除產品型號8700118SP自1150101生效】	組	衛部醫器輸字第026408號	台灣柏朗	187	刪除產品型號8700118SP。	E301-4	115/01/01
71	CLS05240HUBB	“柏朗”康貝特輸液套-幫浦輸液套/卡樺式/附無針式接頭1個(含AIRSTOP)	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700240;【擴增產品型號8700250自1150101生效】	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	195	擴增產品型號8700250。	E301-4	115/01/01
72	CMB02NNC71CM	“賽瑞諾華斯”賽瑞格萊德中介導管	“Cerenovus” CEREGlide Intermediate Catheter	(NIC71115U;NIC71125U;NIC71132U;NIC71137U);【擴增產品型號NIC57115U;NIC57125U;NIC57132U;NIC57137U3自1150101生效】	條	衛部醫器輸字第037244號	壯生	82,999	擴增產品型號NIC57115U;NIC57125U;NIC57132U;NIC57137U3。	I203-12	115/01/01
73	CMV02NSM029G	“艾康蒂”諾斯萊微導管	“Acandis” NeuroSlider Microcatheter	01-000272;01-000273;01-000274;01-000282;01-000283;01-000284;01-000292;01-000293;01-000294;01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264;【擴增產品型號01-000252;01-000253;01-000254;01-000255;01-000257;01-000258;01-000259;01-000260自1150101生效】	組	衛部醫器輸字第029810號	邵博士	7,237	擴增產品型號01-000252;01-000253;01-000254;01-000255;01-000257;01-000258;01-000259;01-000260。	I203-17	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
74	FBHPA1000AS2	"好美得卡奧斯得寧"全人工髖關節系統	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM	由以下特材代碼組成: FBHS1672XNS2; FBHC154NXNS2; FBHH16260NS2; FBHH16269NS2; FBHL16200NS2; FBHL16201NS2; FBHL11236NS2; (擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第029020號+街署醫器輸字第010293號+街署醫器輸字第019147號+街部醫器輸字第029701號+街署醫器輸字第011235號+街署醫器輸字第022771號+街署醫器輸字第019314號+街署醫器輸字第024932號+街部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01
75	FBHPA1000NS2	"好美得卡奧斯得寧"全人工髖關節系統	"HOWMEDICA OSTEONICS" OMNIFIT HIP SYSTEM	FBHS11170NS2; FBHH11260NS2; FBHL16200NS2; FBHC154NXNS2; (1010701生效) FBHC12541NS2; FBHH11261NS2) (1030301生效; FBHL16201NS2) (1030701生效; FBHH16260NS2) (FBHC12541NS2; FBHH11261NS2自1060901刪除); (FBHS16070NS2自1060901生效); (自1060901產品型號重新整理，由以下特材代碼組合: FBHC154NXNS2; FBHL16200NS2; FBHL16201NS2; FBHH11260NS2; FBHH16260NS2; FBHS11170NS2; FBHS16070NS2); (FBHL11236NS2自1080701生效); (擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+街署醫器輸字第011235號+街署醫器輸字第022771號+街署醫器輸字第019314號+街署醫器輸字第007998號+街署醫器輸字第019147號+街署醫器輸字第008106號+街署醫器輸字第021427號+街署醫器輸字第024932號+街部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
76	FBHPCCERA2S2	"史賽克"采登特髖白杯系統：陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"STRYKER" TRIDENT POLY ACETABULAR SYSTEM: CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	代碼組合 FBHL16200NS2; FBHHCERA2S2; FBHS11170NS2; FBHS16070NS2; FBHC12540NS2; FBHC154NXNS2; FBHC12541NS2; FBHL16201NS2 (FBHL11236NS2自1040101生效); (FBHC12540NS2; FBHC12541NS2自1060901刪除); (擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第024932號+衛署醫器輸字第008106號+衛署醫器輸字第021427號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01
77	FBHPCCERA3S2	"史賽克"采登特髖關節系統(陶瓷HEAD)	"STRYKER" TRIDENT HIP SYSTEM (CERAMIC HEAD)	特材組合：FBHL16200NS2; FBHL16201NS2; FBHHCERA1S2; FBHS11170NS2; FBHS16070NS2; FBHC154NXNS2; FBHC12541NS2; FBHC12540NS2 (FBHL11236NS2自1040101生效); (FBHC12541NS2; FBHC12540NS2自1060901刪除); (擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第024932號+衛署醫器輸字第008106號+衛署醫器輸字第021427號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
78	FBHPCCERA7S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHH CCERA4S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS 2;FBHL11236NS2;(擴增產品型號 FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛部醫器輸字第029020號+衛署醫器輸字第010293號+衛部醫器輸字第028991號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第024932號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號 FBHL137973S2。	無	115/01/01
79	FBHPCCERA8S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS" Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHH CCERA1S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS 2;FBHL11236NS2;(擴增產品型號 FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛部醫器輸字第029020號+衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第024932號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	39,396	擴增產品型號 FBHL137973S2。	無	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
80	FBHRA3000NS2	"好美得卡-奧斯得寧"再置換人工髖關節系統	"HOWMEDICA-OSTEONICS" RESTORATION HA HIP SYSTEM:REVISION SYSTEM	(FBHC12540NS2;FBHC12541NS2;FBHL11260NS2;FBHH11260NS2;FBHH11261NS2;FBHS2601XNS2(1010701生效;FBHC154NXNS2;FBHL16200NS2);(1030301生效 FBHL16201NS2);(FBHH16260NS2;FBHS2130LNS2自1060901生效);(FBHC12540NS2;FBHC12541NS2;FBHL11260NS2;FBHH11261NS2自1060901刪除);(自1060901產品型號重新整理，由以下特材代碼組合: FBHC154NXNS2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHH11260NS2;FBHH16260NS2;FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2);(FBHL11236NS2自1080701生效);(擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第007998號+衛署醫器輸字第019147號+衛署醫器輸字第021713號+衛署醫器輸字第021427號+衛署醫器輸字第024932號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	52,796	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01
81	FBHRCCERA2S2	"史賽克"全人工陶瓷髖關節再置換系統	"STRYKER"CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	代碼組合 FBHL16200NS2;FBHCCERA2S2;FBHS2130LNS2;FBHS2601XNS2;FBHC12540NS2;FBHC154NXNS2;FBHC12541NS2;FBHL16201NS2(自1040101生效);(FBHL11236NS2自1040101生效);(FBHC12540NS2;FBHC12541NS2自1060901刪除);(擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第021713號+衛署醫器輸字第021427號+衛署醫器輸字第024932號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	52,796	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01

報告案第2案

全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
82	FBHRCCEA3S2	"史賽克"采登特髖關節再置換系統(陶瓷HEAD)	"STRYKER" TRIDENT REVISION HIP SYSTEM(CERAMIC HEAD)	特材組合:FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHHCCERA1S2;FBHS2130LNS2;FBHS2601XNS2;FBHC154NXNS2;FBHC12541NS2;FBHC12540NS2(FBHL11236NS2自1040101生效);(FBHC12541NS2;FBHC12540NS2自1060901刪除);(擴增產品型號FBHL137973S2自1150101生效)	組	衛署醫器輸字第010293號+衛署醫器輸字第011235號+衛署醫器輸字第022771號+衛署醫器輸字第019314號+衛署醫器輸字第024932號+衛署醫器輸字第021713號+衛署醫器輸字第021427號+衛部醫器輸字第037973號	史賽克	52,796	擴增產品型號FBHL137973S2。	無	115/01/01
83	FBS08FBERTAW	"艾思瑞斯"凡博太克縫合錨釘	"Arthrex" FiberTak Suture Anchor"Arthrex" Fiber Tak suture anchor	AR-3600;AR-3600-2;AR-3603;AR-3603-2;AR-3630-1;AR-3631-1;AR-3632;AR-3633;AR-3651;AR3651T;AR-3651TT;AR-3602;AR-3602-2;AR-3638;(擴增產品型號AR-3636;AR-3636-1;AR-3641;AR-3641-1;AR-3641SP;AR-3641SP-1;AR-3652SP;AR-3652SP-1;AR-3652TSP;AR-3652TSP-1;AR-3652TTSP;AR-3652TTSP-1;AR-3653SP;AR-3653SP-1;AR-3653TSP;AR-3653TSP-1;AR-3653TTSP;AR-3653TTSP-1;AR-3671;AR-3681自1150101生效)	組	衛部醫器輸字第030021號	讚賀生醫	10,116	自付差額品項，擴增產品型號AR-3636;AR-3636-1;AR-3641;AR-3641-1;AR-3641SP;AR-3641SP-1;AR-3652SP;AR-3652SP-1;AR-3652TSP;AR-3652TSP-1;AR-3653SP;AR-3653SP-1;AR-3653TSP;AR-3653TSP-1;AR-3653TTSP;AR-3653TTSP-1;AR-3671;AR-3681。	D102-5	115/01/01
84	FBSF2RL869M4	"美敦力"雷格斯脊椎矯正系統/長節固定桿	"Medtronic" CD Horizon Legacy Spinal System-Long ROD	869-013;021;022(刪除產品型號869-013自1061101生效);(刪除產品型號869-022自1150101生效)	個	衛署醫器輸字第011128號	美敦力	2,662	刪除產品型號869-022	D112-1	115/01/01
85	FBSF3H754PM4	"美敦力"雷格斯脊椎矯正系統:固定鉤	"MEDTRONIC" CD HORIZON LEGACY SPINAL SYSTEM-HOOK	7541-102;103;104;112;113;114;122;123;124;133;143;153;162;163;172;174;188;189;198;199;203;223;(刪除產品型號7541-153;203;223自1150101生效);(擴增產品型號7541-173自1150101生效)	個	衛署醫器輸字第011128號	美敦力	3,311	刪除產品型號7541-153;203;223並擴增產品型號7541-173	D112-1	115/01/01
86	FBSF43113887	鈦亞脊椎固定系統-萬向骨鬆皮質長螺釘	TiA Spinal Fixation System-Poly fenestrated long-arm screw	(3113.45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-8); 【擴增產品型號(3113.-65;70;75;80-105;110;115;120;125;130;135;140;145;150-8)自1150101生效】	支	衛部醫器製字第007368號	健實生技	11,812	擴增產品型號(3113.-65;70;75;80-105;110;115;120;125;130;135;140;145;150-8)	D112-5	115/01/01

報告案第2案											
全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
87	FBSF4S754MM4	"美敦力"雷格斯脊椎矯正系統:固定螺釘	"MEDTRONIC" CD HORIZON LEGACY SPINAL SYSTEM-SCREW	請參考圖檔	支	衛署醫器輸字第011128號	美敦力	4,465	刪除產品型號，請參考圖檔。	D112-1	115/01/01
88	FHG2106030TM	"泰爾茂"傑斯弗特加強型人工血管	"TERUMO" GELSOF T PLUS GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	633006P;633007P;633008P;633010P;【擴增產品型號 633006PE;633007PE;633008PE;633010PE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017054號	泰爾茂	8,169	擴增產品型號 633006PE;633007PE;633008PE;633010PE。	無	115/01/01
89	FHG2112025TM	"泰爾茂"傑斯弗特加強型人工血管	"TERUMO" GELSOF T PLUS GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	633012P;633014P;633016P;632518P(6330-12:16P自1040101刪除);【擴增產品型號632518PE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017054號	泰爾茂	7,854	擴增產品型號632518PE。	無	115/01/01
90	FHG2112026TM	"泰爾茂"傑斯弗特加強型人工血管	"TERUMO" GELSOF T PLUS GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	633012P;633014P;633016P;【擴增產品型號633012PE;633014PE;633016PE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017054號	泰爾茂	9,553	擴增產品型號6330-12;14;16PE。	無	115/01/01
91	FHG2120025TM	"泰爾茂"傑斯弗特加強型人工血管	"TERUMO" GELSOF T PLUS GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	632520P;632522P;632524P;【擴增產品型號632520PE;632522PE;632524PE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017054號	泰爾茂	9,140	擴增產品型號 632520PE;632522PE;632524PE。	無	115/01/01
92	FHG21GW120TM	"泰爾茂"傑衛人工血管	"TERUMO" GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES(D:20-38MM;L20-25CM)	732-520;522;524;526;528;030;032;034;038;【擴增產品型號732-520;522;524;526;528;030;032;034;038-E自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	9,140	擴增產品型號732-520;522;524;526;528;030;032;034;038-E	無	115/01/01
93	FHG4312645TM	"泰爾茂"傑斯弗特加強型人工血管	"TERUMO" GELSOF T PLUS GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	631206P;631407P;631608P;631809P;632010P;632211P;632412P;【擴增產品型號 631206PE;631407PE;631608PE;631809PE;632010PE;632211PE;632412PE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017054號	泰爾茂	15,287	擴增產品型號 631206PE;631407PE;631608PE;631809PE;632010PE;632211PE;632412PE。	無	115/01/01
94	FHGD1GW660TM	"泰爾茂"傑衛人工血管 D:6:10MM;L:60CM	"TERUMO" GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	73600-6:10;【擴增產品型號73600-6:10-E自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	13,580	擴增產品型號73600-6:10-E	無	115/01/01
95	FHGD467300TM	"泰爾茂"傑衛人工血管-VALSALVA	"TERUMO" GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES-VALSALVA	7300-24;26;28;30;32;34-ADP;【擴增產品型號7300-24;26;28;30;32;34-ADPE自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	57,029	擴增產品型號7300-24;26;28;30;32;34-ADPE	B102-4	115/01/01
96	FHGD5GW108TM	"泰爾茂"傑衛人工血管-(4分支)20:34MM;L:40MM	"TERUMO" GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	73-20;22;24;26;28;30;32;34-1088/8;10;【擴增產品型號73-20;22;24;26;28;30;32;34-1088/8E;10E自1150101生效】	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	56,028	擴增產品型號73-20;22;24;26;28;30;32;34-1088/8E;10E	A206-1	115/01/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
97	FHVGW26959SB	“波士頓科技” 絲佛瑞導線	“Boston Scientific” Safari Pre—Shaped TAVR／TAVI Guidewire	本特材支付以1支為單位[H74939-406-L1;S1;XS1;H74939-271;272-L1;S1](1盒5支);[H74939-407-L0;S0;XS0](1盒1支);【刪除產品型號H74939-271;272-L1;S1自1150101生效】;【擴增產品型號H74939661XS0;H74939661S0;H74939661L0;H74939661XS1;H74939661S1;H74939661L1自1150101生效】;【產品型號39661L1自1150101生效】;重整為本特材支付以1支為單位[H74939406L1;H74939406S1;H74939406XS1;H74939661XS1;H74939661S1;H74939661L1](1盒5支);[H74939407L0;H74939407S0;H74939407XS0;H74939661XS0;H74939661S0;H74939661L0](1盒1支)自1150101生效】	支	衛部醫器輸字第026959號	荷商波士頓	19,095	型號重整為本特材支付以1支為單位 [H74939406L1;H74939406S1;H74939406XS1;H74939661XS1;H74939661S1;H74939661L1](1盒5支);[H74939407L0;H74939407S0;H74939407XS0;H74939661XS0;H74939661S0;H74939661L0](1盒1支)	B102-8	115/01/01
98	SAU07C45ZZ0G	“逸思” 一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-45mm釘匣	“Ezisurg” easyEndo Powered Single Use Powered Endoscopic Staplers and Cartridges-Cartridges	PN45-M;W;B;C;G;BC;CC;GC;VM;MT;【擴增產品型號PN45T自1150101生效】	支/匣	衛部醫器陸輸字第001479號	邵博士	4,843	擴增產品型號PN45T。	無	115/01/01
99	SAU07C60ZZ0G	“逸思” 一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-60mm釘匣	“Ezisurg” easyEndo Powered Single Use Powered Endoscopic Staplers and Cartridges-Cartridges	PN60-M;W;B;C;G;BC;CC;GC;VM;MT;【擴增產品型號PN60T自1150101生效】	支/匣	衛部醫器陸輸字第001479號	邵博士	5,891	擴增產品型號PN60T。	無	115/01/01
100	TFTMCC22958Z	“卓邇” 溫度調節系統及其附件-酷導管組	“Zoll” Thermogard XP Intravascular Temperature Management System and Accessories-COOL LINE CATHETER KIT	CL-2295AE;【擴增產品型號CL-2295CO自1150101生效】	組	衛署醫器製字第020438號	卓爾	39,464	擴增產品型號CL-2295CO。	T201-1	115/01/01
101	TFTMCC25938Z	“卓邇” 溫度調節系統及其附件-速導管組	“Zoll” Thermogard XP Intravascular Temperature Management System and Accessories-SOLEX7 CATHETER KIT	SL-2593AE;【擴增產品型號SL-2593CO自1150101生效】	組	衛署醫器製字第020438號	卓爾	39,464	擴增產品型號SL-2593CO。	T201-1	115/01/01
102	TFTMCC38938Z	"卓邇"溫度調節系統及其附件-愛導管組	"Zoll"Thermogard XP Intravascular Temperature Management System and Accessories - lcy catheter Kit	IC-3893AE;【擴增產品型號IC-3893CO自1150101生效】	組	衛署醫器製字第020438號	卓爾	39,464	擴增產品型號IC-3893CO。	T201-1	115/01/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
110	FBHS31112RU0	"聯合"瑞立復模組式翻修骨柄"聯合"瑞立復模組式翻修骨柄	"United" Resolve modular revision hip stem"United" Resolve modular revision hip stem	NECK+BODY(1112-12;13;14;15;16;17;18;19;32;33;34;35;36;37;38;39-19;21;23;25);(1112-10;11;30;31-19) + 【STEM(1112-70;71;74;75-12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26);(1112-72;73;76;77-15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26);(1112-50;51-12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28);1112-5011】 + 【SCREW(1912-10-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75)】;【擴增產品型號(1113-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39-19);(1113-12;13;14;15;16;17;18;19;32;33;34;35;36;37;38;39-21);(1113-12;13;14;15;16;17;18;19;32;33;34;35;36;37;38;39-23);(1113-12;13;14;15;16;17;18;19;32;33;34;35;36;37;38;39-25)自1150101生效】;【型號重整為NECK+BODY(1112;1113-10;19;30;39-19);(1112;1113-12;19;32;39-21;23;25)+STEM(1112-70;71;74;75-12;26);(1112-72;73;76;77-15;26);(1112-50;51-12;28);(1112-5011)+SCREW(1912-10-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75)自1150101生效】	支	衛部醫器製字第008330號	聯合	51,395	擴增產品型號(1113-10;19;30;39-19);(1113-12;19;32;39-21);(1113-12;19;32;39-23);(1113-12;19;32;39-25)並重整型號。	無	115/01/01

報告案第2案 全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告											
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共46項(項次66~項次111，詳頁次2-9~2-19)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
111	FBS09228NNTF	泰德瑞鎖定骨板系統泰德瑞鎖定骨板系統-2.2mm加壓骨釘;2.0mm加壓骨釘;2.8/3.6/4.1/4.7/5.5/7.5mm加壓中空骨釘	Tandry Locking Plate SystemTandry Locking Plate System-2.2mm Compression Screw;2.0mm Compression pin;2.8/3.6/4.1/4.7/5.5/7.5mm Compression Cannulated Screw	(T0415-006;016;018;020;022;024;026;028;030);(T04280-008;016;018;020;022;024;026;028;030);(T04360-016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;055;060);(T04410-016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;055;060;065;070;075); 【(T04470-020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;042;044;046;048;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110);(T04550-025;030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110);(T04750-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120)自1081101起生效】;(擴增產品型號(T0422-006;016;018;020;022;024;026;028;030)自1150101起生效)	支	衛部醫器製字第006187號	全微精密	12,000	擴增產品型號T0422-006;016;018;020;022;024;026;028;030。	D103-1	115/01/01

項次17

特材代碼：CGPW1L1518YC

中文品名：“樂普”親水性導引導線

英文品名：“LEPU” ULTRASKIN Hydrophilic Guide Wire

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001596 號

產品型號規格表：

型號	線芯直徑	外徑	長度	彈性長度	尾端曲線	
SD-S18150	0.34mm	0.018″/ 0.46mm	150 cm	30 mm	直線	
SD-A18150					彎角	
SD-S18180			180 cm		直線	
SD-A18180					彎角	
ST-A18150	0.38mm	0.020″/ 0.51mm	150 cm	30 mm	彎角	
SD-S25150	0.34mm	0.025″/ 0.64mm	150 cm		直線	
SD-A25150					彎角	
ST-S25150	0.40mm				直線	
ST-A25150	0.40mm		0.025″/ 0.64mm	150 cm	30 mm	彎角
SD-S25180	0.34mm	180 cm		直線		
SD-A25180				彎角		
ST-A25180	0.40mm			彎角		
SD-S32150	0.38mm	0.032″/ 0.81mm	150 cm	30 mm	直線	
SD-A32150					彎角	
SD-S32180			180 cm		直線	
SD-A32180					彎角	
SD-S35150-10	0.50mm	0.035″/ 0.89mm	150 cm	10 mm	直線	
SD-S35150				30 mm		
SD-S35150-50				50 mm		
SD-S35150-80				80 mm		
SD-A35150-10				10 mm	彎角	
SD-A35150				30 mm		
SD-A35150-50				50 mm		
SD-A35150-80				80 mm		
SD-J35150	0.70mm			30 mm	J 形 (3mm)	
ST-S35150					直線	
ST-A35150-10				10 mm	彎角	
ST-A35150						
SP-S35150	0.50mm				30 mm	直線
SP-A35150					彎角	
SD-J35180	0.50mm	0.035″/ 0.89mm	180 cm	30 mm	J 形 (1.5mm)	
SD-S35180-10				10 mm	直線	

型號	線芯直徑	外徑	長度	彈性長度	尾端曲線
SD-S35180				30 mm	
SD-A35180-10				10 mm	彎角
SD-A35180					
ST-S35180	0.70mm			30 mm	直線
ST-A35180					彎角
ST-A35180-80				80 mm	
HST-J35180	0.60mm			30 mm	J 形 (1.5mm)
SP-S35180	0.50mm				直線
SP-A35180					彎角
SD-S38150-10	0.6mm	0.038"/ 0.97mm	150 cm	10 mm	直線
SD-S38150				30 mm	
SD-A38150-10				10 mm	彎角
SD-A38150					
ST-S38150	0.75mm			直線	
ST-A38150				彎角	
SD-S38180	0.6mm		180 cm	30 mm	直線
SD-A38180					彎角
ST-S38180	0.75mm				直線
ST-A38180					彎角

項次18

特材代碼：CGPW1L2230YC
 中文品名：“樂普”親水性導引導線
 英文品名：“LEPU” ULTRASKIN Hydrophilic Guide Wire
 許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001596 號
 產品型號規格表：

型號	線芯直徑	外徑	長度	彈性長度	尾端曲線
SD-A18220	0.34mm	0.018"/ 0.46mm	220 cm	30 mm	彎角
SD-A18260			260 cm		直線
SD-S18260					彎角
ST-A18260	0.38mm	0.020"/ 0.51mm		直線	
SD-S25260	0.34mm	0.025"/ 0.64mm		30 mm	彎角
SD-A25260				30 mm	直線
ST-S25260	0.40mm	彎角			
ST-A25260	0.38mm	0.032"/ 0.81mm			直線
SD-S32260			彎角		
SD-A32260					
HST-J35300	0.60mm	0.035"/ 0.89mm	300 cm	30 mm	J 形 (1.5mm)
SD-S35220	0.50mm	0.035"/ 0.89mm	220 cm	30 mm	直線
SD-A35220					彎角
SD-S35260-10			260 cm	10 mm	直線
SD-S35260				30 mm	
SD-A35260-10				10 mm	彎角
SD-A35260				30 mm	
ST-S35260	0.70mm	0.035"/ 0.89mm		300 cm	直線
ST-A35260	0.70mm		30 mm		彎角
SD-A35300	0.50mm				彎角
SD-A38220	0.6mm	0.038"/ 0.97mm		220 cm	直線
SD-S38260				260 cm	彎角
SD-A38260					直線
ST-A38260	0.75mm				彎角

項次28

特材代碼：CMV0401776NP

中文名稱：“沃比”艾微尼爾栓塞圈系統

英文名稱：“Wallaby” Avenir Coil System

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001776 號

【規格】

10 Helical Filling				10 Helical Finishing			
Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)	Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)
10HFL03004	3.0	4	0.011	10HFN01001	1.0	1	0.011
10HFL03006	3.0	6	0.011	10HFN01002	1.0	2	0.011
10HFL03008	3.0	8	0.011	10HFN01003	1.0	3	0.011
10HFL03010	3.0	10	0.011	10HFN01501	1.5	1	0.011
10HFL04004	4.0	4	0.011	10HFN01502	1.5	2	0.011
10HFL04006	4.0	6	0.011	10HFN01503	1.5	3	0.011
10HFL04008	4.0	8	0.011	10HFN01504	1.5	4	0.011
10HFL04010	4.0	10	0.011	10HFN01506	1.5	6	0.011
10HFL04015	4.0	15	0.011	10HFN02001	2.0	1	0.011
10HFL04020	4.0	20	0.011	10HFN02002	2.0	2	0.011
10HFL05010	5.0	10	0.011	10HFN02003	2.0	3	0.011
10HFL05015	5.0	15	0.011	10HFN02004	2.0	4	0.011
10HFL05020	5.0	20	0.011	10HFN02006	2.0	6	0.011
10HFL06010	6.0	10	0.011	10HFN02008	2.0	8	0.011
10HFL06015	6.0	15	0.011	10HFN02502	2.5	2	0.011
10HFL06020	6.0	20	0.011	10HFN02503	2.5	3	0.011
10HFL07015	7.0	15	0.011	10HFN02504	2.5	4	0.011

10HFL07020	7.0	20	0.011	10HFN02506	2.5	6	0.011
10HFL07030	7.0	30	0.011	10HFN03003	3.0	3	0.011
10HFL08020	8.0	20	0.011	10HFN03004	3.0	4	0.011
10HFL08030	8.0	30	0.011	10HFN03006	3.0	6	0.011
10HFL09030	9.0	30	0.011	10HFN03008	3.0	8	0.011
10HFL10030	10.0	30	0.011	10HFN03010	3.0	10	0.011
				10HFN03504	3.5	4	0.011
				10HFN03506	3.5	6	0.011
				10HFN03508	3.5	8	0.011
				10HFN03510	3.5	10	0.011
				10HFN04006	4.0	6	0.011
				10HFN04008	4.0	8	0.011
				10HFN04010	4.0	10	0.011
				10HFN05006	5.0	6	0.011
				10HFN05008	5.0	8	0.011
				10HFN05010	5.0	10	0.011
				10HFN06006	6.0	6	0.011
				10HFN06008	6.0	8	0.011
				10HFN06010	6.0	10	0.011

18 Complex Framing				10 Complex Framing			
Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)	Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)
18CFR06016	6.0	16	0.0125	10CFR02002	2.0	2	0.011
18CFR07019	7.0	19	0.0125	10CFR02003	2.0	3	0.011
18CFR08027	8.0	27	0.0135	10CFR02004	2.0	4	0.011
18CFR09030	9.0	30	0.0135	10CFR02006	2.0	6	0.011
18CFR10034	10.0	34	0.0135	10CFR02505	2.5	5	0.011
18CFR11037	11.0	37	0.0145	10CFR03004	3.0	4	0.011
18CFR12040	12.0	40	0.0145	10CFR03006	3.0	6	0.011
18CFR13043	13.0	43	0.0145	10CFR03008	3.0	8	0.011
18CFR14047	14.0	47	0.0145	10CFR03504	3.5	4	0.011
18CFR15050	15.0	50	0.0145	10CFR03506	3.5	6	0.011
18CFR16050	16.0	50	0.0145	10CFR04007	4.0	7	0.011
18CFR18050	18.0	50	0.0145	10CFR04010	4.0	10	0.011
18CFR20050	20.0	50	0.0145	10CFR04013	4.0	13	0.011
18CFR22050	22.0	50	0.0145	10CFR04506	4.5	6	0.011
18CFR25050	25.0	50	0.0145	10CFR04508	4.5	8	0.011
18CFR25060	25.0	60	0.0145	10CFR04510	4.5	10	0.011
				10CFR05008	5.0	8	0.011
				10CFR05010	5.0	10	0.011
				10CFR05017	5.0	17	0.011
				10CFR05020	5.0	20	0.011
				10CFR06011	6.0	11	0.011
				10CFR06020	6.0	20	0.011



	10CFR06030	6.0	30	0.011
	10CFR07013	7.0	13	0.011
	10CFR07024	7.0	24	0.011
	10CFR07030	7.0	30	0.011
	10CFR08016	8.0	16	0.011
	10CFR08027	8.0	27	0.011
	10CFR09023	9.0	23	0.011
	10CFR09030	9.0	30	0.011
	10CFR10027	10.0	27	0.011
	10CFR10034	10.0	34	0.011
	10CFR11030	11.0	30	0.011
	10CFR12030	12.0	30	0.011
	10CFR13030	13.0	30	0.011
	10CFR14030	14.0	30	0.011
	10CFR15030	15.0	30	0.011

10 Complex Soft				10 Complex Finishing			
Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)	Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)
10CFS02004	2.0	4	0.011	10CFN01001	1.0	1	0.011
10CFS02006	2.0	6	0.011	10CFN01002	1.0	2	0.011
10CFS03006	3.0	6	0.011	10CFN01003	1.0	3	0.011
10CFS03008	3.0	8	0.011	10CFN01502	1.5	2	0.011
10CFS03010	3.0	10	0.011	10CFN01503	1.5	3	0.011

10CFS04006	4.0	6	0.011	10CFN01504	1.5	4	0.011
10CFS04008	4.0	8	0.011	10CFN02002	2.0	2	0.011
10CFS04010	4.0	10	0.011	10CFN02003	2.0	3	0.011
10CFS04015	4.0	15	0.011	10CFN02004	2.0	4	0.011
10CFS05010	5.0	10	0.011	10CFN02006	2.0	6	0.011
10CFS05015	5.0	15	0.011	10CFN02503	2.5	3	0.011
10CFS05020	5.0	20	0.011	10CFN02504	2.5	4	0.011
10CFS06010	6.0	10	0.011	10CFN02506	2.5	6	0.011
10CFS06015	6.0	15	0.011	10CFN03004	3.0	4	0.011
10CFS06020	6.0	20	0.011	10CFN03006	3.0	6	0.011
10CFS06030	6.0	30	0.011	10CFN03008	3.0	8	0.011
10CFS07015	7.0	15	0.011	10CFN03010	3.0	10	0.011
10CFS07020	7.0	20	0.011	10CFN03504	3.5	4	0.011
10CFS07030	7.0	30	0.011	10CFN03506	3.5	6	0.011
10CFS08020	8.0	20	0.011	10CFN03508	3.5	8	0.011
10CFS08030	8.0	30	0.011	10CFN04006	4.0	6	0.011
10CFS09030	9.0	30	0.011	10CFN04008	4.0	8	0.011
10CFS10030	10.0	30	0.011	10CFN04010	4.0	10	0.011
10CFS11030	11.0	30	0.011	10CFN04015	4.0	15	0.011
10CFS12030	12.0	30	0.011	10CFN04506	4.5	6	0.011
10CFS13030	13.0	30	0.011	10CFN04508	4.5	8	0.011
10CFS14030	14.0	30	0.011	10CFN04510	4.5	10	0.011
				10CFN05008	5.0	8	0.011
				10CFN05010	5.0	10	0.011
				10CFN05017	5.0	17	0.011

	10CFN06011	6.0	11	0.011
	10CFN06020	6.0	20	0.011
	10CFN07013	7.0	13	0.011
	10CFN07024	7.0	24	0.011
	10CFN08016	8.0	16	0.011
	10CFN08027	8.0	27	0.011

10 Helical Pico				10 Complex Pico			
Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)	Order Number	Diameter (mm)	Length (cm)	O.D. (in)
10USH01001	1.0	1	0.010	10USC01001	1.0	1	0.010
10USH01002	1.0	2	0.010	10USC0101H	1.0	1.5	0.010
10USH01003	1.0	3	0.010	10USC01002	1.0	2	0.010
10USH01004	1.0	4	0.010	10USC0102H	1.0	2.5	0.010
10USH01501	1.5	1	0.010	10USC01003	1.0	3	0.010
10USH01502	1.5	2	0.010	10USC01004	1.0	4	0.010
10USH01503	1.5	3	0.010	10USC01502	1.5	2	0.010
10USH01504	1.5	4	0.010	10USC0152H	1.5	2.5	0.010
10USH02001	2.0	1	0.010	10USC01503	1.5	3	0.010
10USH02002	2.0	2	0.010	10USC01504	1.5	4	0.010
10USH02003	2.0	3	0.010	10USC02002	2.0	2	0.010
10USH02004	2.0	4	0.010	10USC02003	2.0	3	0.010
10USH02006	2.0	6	0.010	10USC02004	2.0	4	0.010
10USH02502	2.5	2	0.010	10USC02006	2.0	6	0.010

10USH02503	2.5	3	0.010	10USC02503	2.5	3	0.010
10USH02504	2.5	4	0.010	10USC02504	2.5	4	0.010
10USH02506	2.5	6	0.010	10USC02505	2.5	5	0.010
10USH03004	3.0	4	0.010	10USC02506	2.5	6	0.010
10USH03006	3.0	6	0.010	10USC03004	3.0	4	0.010
10USH03008	3.0	8	0.010	10USC03006	3.0	6	0.010
10USH03504	3.5	4	0.010	10USC03008	3.0	8	0.010
10USH03506	3.5	6	0.010	10USC03504	3.5	4	0.010
10USH03508	3.5	8	0.010	10USC03506	3.5	6	0.010
10USH04006	4.0	6	0.010	10USC03508	3.5	8	0.010
10USH04008	4.0	8	0.010	10USC04006	4.0	6	0.010
10USH04010	4.0	10	0.010	10USC04008	4.0	8	0.010
10USH05006	5.0	6	0.010	10USC04010	4.0	10	0.010
10USH05008	5.0	8	0.010	10USC04506	4.5	6	0.010
10USH05010	5.0	10	0.010	10USC04508	4.5	8	0.010
				10USC04510	4.5	10	0.010
				10USC05006	5.0	6	0.010
				10USC05008	5.0	8	0.010
				10USC05010	5.0	10	0.010
Helical 				Complex 			

項次87

特材代碼：FBSF4S754MM4

中文品名："美敦力"雷格斯脊椎矯正系統:固定螺釘

英文品名："MEDTRONIC" CD HORIZON LEGACY SPINAL SYSTEM:SCREW

許可證字號：衛署醫器輸字第 011128 號

自 115 年 1 月 1 日起刪除產品型號：

(75448565);(75494520; 75494545; 75494550);(75495020; 75495025; 75495030; 75495035; 75495040; 75495045; 75495050; 75495520; 75495555; 75495560);(75496520; 75496525; 75496555; 75496560; 75496565);(75497525; 75497555; 75497565; 75497570);(75498525; 75498530; 75498540; 75498545; 75498550; 75498555; 75498565)

並重整型號如下：

7542520	7543450	7543745	75445535	75447560	75496545
7542525	7543455	7543750	75445540	75447565	75496550
7542530	7543525	7543755	75445545	75447570	75497530
7542535	7543530	7543760	75445550	75448530	75497535
7542540	7543535	7543765	75445555	75448535	75497540
7542545	7543540	75444025	75446520	75448540	75497545
7542550	7543545	75444030	75446525	75448545	75497550
7542555	7543550	75444035	75446530	75448550	
7542625	7543555	75444040	75446535	75448560	
7542630	7543560	75444520	75446540	75494525	
7542635	7543625	75444525	75446545	75494530	
7542640	7543630	75444530	75446550	75494535	
7542645	7543635	75444535	75446555	75494540	
7542650	7543640	75444540	75446560	75495525	
7542655	7543645	75444545	75446565	75495530	
7542660	7543650	75445025	75447525	75495535	
7543420	7543655	75445030	75447530	75495540	
7543425	7543660	75445035	75447535	75495545	
7543430	7543725	75445040	75447540	75495550	
7543435	7543730	75445045	75447545	75496530	
7543440	7543735	75445525	75447550	75496535	
7543445	7543740	75445530	75447555	75496540	

114 年 12 月 31 日前收載型號：

特材代碼：FBSF4S754MM4

中文品名："美敦力"雷格斯脊椎矯正系統:固定螺釘

英文品名："MEDTRONIC" CD HORIZON LEGACY SPINAL SYSTEM:SCREW

許可證字號：衛署醫器輸字第 011128 號

產品型號/規格：7544-4020:8565;7549-4520:8565;7542-520:660;7543-420:765

【75444020;75444045;75444050;75444550;75445020;75445050;75445520;75445560;75448525;75448555;75497560;75498535;75498560 自 1090501 刪除】【自 1090501 型號重整如下表】

型號				
7542520	7543555	75445030	75447570	75495560
7542525	7543560	75445035	75448530	75496520
7542530	7543625	75445040	75448535	75496525
7542535	7543630	75445045	75448540	75496530
7542540	7543635	75445525	75448545	75496535
7542545	7543640	75445530	75448550	75496540
7542550	7543645	75445535	75448560	75496545
7542555	7543650	75445540	75448565	75496550
7542625	7543655	75445545	75494520	75496555
7542630	7543660	75445550	75494525	75496560
7542635	7543725	75445555	75494530	75496565
7542640	7543730	75446520	75494535	75497525
7542645	7543735	75446525	75494540	75497530
7542650	7543740	75446530	75494545	75497535
7542655	7543745	75446535	75494550	75497540
7542660	7543750	75446540	75495020	75497545
7543420	7543755	75446545	75495025	75497550
7543425	7543760	75446550	75495030	75497555
7543430	7543765	75446555	75495035	75497565
7543435	75444025	75446560	75495040	75497570
7543440	75444030	75446565	75495045	75498525
7543445	75444035	75447525	75495050	75498530
7543450	75444040	75447530	75495520	75498540
7543455	75444520	75447535	75495525	75498545
7543525	75444525	75447540	75495530	75498550
7543530	75444530	75447545	75495535	75498555
7543535	75444535	75447550	75495540	75498565
7543540	75444540	75447555	75495545	
7543545	75444545	75447560	75495550	
7543550	75445025	75447565	75495555	

報告案 3

全民健康保險已給付特殊材料支付標準異動之 初核情形報告

共 61 項：(1)醫療器材許可證註銷及刪除品項 61 項/第 3-1~3-7 頁；項次 1~61。

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
1	ACM01PT003CK	"曲克"接頭:三路活塞連接頭(附LEUK, 2-PORTS)	"COOK" PLASTIC STOPCOCK & MANIFOLDS	2PTWS-MLL-R;L	個	衛署醫器輸字第009727號	曲克	本特材代碼所含產品型號均已註銷，故取消原特材代碼。	1	115/04/01
2	CGS016207SM4	"美敦力"導線導引器	"MEDTRONIC" PERCUTANEOUS LEAD INTRODUCERS	6207S:6212S(6207BTK:6212BTK自1080301生效);(型號重整為(62-07;08;09;10;11;12-S-1;5);(62-07;08;09;10;11;12-BTK-1;5)自1090901生效)(62-07;08;09;10-BTKL-1自1090901生效);(刪除產品型號(62-07;08;09;10;11;12-BTK-1);(62-07;08;09;10;11;12-BTK-5);(62-07;08;09;10-BTKL-1)自1120101生效)	組	衛署醫器輸字第010125號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	9	114/12/01
3	CMV04M000TCK	"曲克"彈簧栓塞	"COOK" TORNADO EMBOLIZATION MICROCOILS	MWCE-18S-XX-TORNADO	EA	衛署醫器輸字第009447號	曲克	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存品1130個，因本案特材適用於重症患者，具醫材特殊性，為維護病人醫療權益及尊重廠商銷售權益，參考最後一批特材之效期及113年申報量，經評估廠商建議保留至118年11月31日，依行政程序提本會議報告，爰本案特材支付點數調整為0，延後至118年12月1日生效。	11	118/12/01
4	CMV04M003NCK	"曲克"彈簧栓塞	"COOK" TORNADO EMBOLIZATION MICROCOILS	MWCE-35/38-XX-TORNADO(產品型號重整為MWCE-35-4/3-TORNADO;MWCE-35-5/3-TORNADO;MWCE-35-6/3-TORNADO;MWCE-35-7/3-TORNADO;MWCE-35-8/4-TORNADO;MWCE-35-8/5-TORNADO;MWCE-35-10/5-TORNADO自109年9月1日生效)	EA	衛署醫器輸字第009447號	曲克	廠商來函表示許可證到期剩餘庫存品427個，因本案特材適用於重症患者，具醫材特殊性，為維護病人醫療權益及尊重廠商銷售權益，參考最後一批特材之效期及113年申報量，經評估廠商建議保留至118年11月31日，依行政程序提本會議報告，爰本案特材支付點數調整為0，延後至118年12月1日生效。	11	118/12/01
5	CRT02673752C	"柯惠"雪莉氣切管	"Covidien" Shiley Tracheostomy Cannulae	673-75	EA	衛署醫器輸字第012499號	美敦力	許可證期滿不展延，故取消給付。	8	114/12/01
6	FHFCDTBAQQM4	"美敦力"長青植入式心臟整流去顫器(四極)	"MEDTRONIC" VIVA QUAD CRT-D IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	DTBA2QQ;DTBB2QQ	個	衛署醫器輸字第024871號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	1	114/12/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
7	FHP01SR01SM4	"美敦力"賽亞心臟節律器	"MEDTRONIC" SENSIA PACEMAKER	SESR01	EA	衛署醫器輸字第023214號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	4	114/12/01
8	FHPCLD712RST	"聖猷達"德拉多心臟導線-主動固定式	"SJM"Durata Lead(ICD LEAD)-Active Fixation	7120Q;7122Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	11	115/04/01
9	FHPCLD717RST	"聖猷達"德拉多心臟導線-被動固定式	"SJM"Durata Lead(ICD LEAD)-Passive Fixation	7170Q;7171Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	4	115/04/01
10	FHPHPFM31MST	"聖猷達"安路心臟再同步節律器(具監測早期肺積水功能)	"SJM" Allure Cardiac Resynchronization Therapy Pulse Generator	PM3120;PM3140;PM3222;PM3242	個	衛部醫器輸字第028521號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	10	115/04/01
11	FHPHPQAMPST	"聖猷達"克卓亞絡多點式再同步心臟節律器-(四極;多點式;具監測早期肺積水)	"SJM" Quadra Allure MP RF Cardiac Resynchronization Therapy Pulse Generator	PM3542(PM3562自1070301生效)	個	衛部醫器輸字第028610號	雅培	廠商代碼變更，變更特材代碼，故取消特材代碼。	10	115/04/01
12	FHX03PMAG1T8	"索羅格"善翠美血液幫浦	"THORATEC" CENTRIMAG BLOOD PUMP	201-90010	EA	衛署醫器輸字第018391號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	3	115/04/01
13	FHX03PMAG2T8	"索羅格"小兒血液幫浦	"THORATEC" PEDIVAS BLOOD PUMP	201-90050	個	衛署醫器輸字第024397號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	3	115/04/01
14	SSL02HX202LY	"奧林柏斯"單次用可重複定位止血夾裝置	"OLYMPUS" Rotatable Clip Fixing Device	HX-202LR;HX-202UR	支	衛部醫器輸字第026871號	元利	廠商建議取消健保給付，已有同類替代品，故同意取消給付。	9	115/04/01
15	CBC04SPDCBZF	"史特勞斯"司特樂塗藥球囊導管D:4-6mm;L:40-120mm	"Spectranetics"Stellarex Drug-Coated Angioplasty Balloon	A35SX-040;050;060-040;060;080;100;120-080;135	支	衛部醫器輸字第033806號	六霖	許可證逾期，故取消給付。	12	115/01/01
16	CGDW1VERRAVQ	"火山"薇娜塔壓力偵測導線(含0.014"導引線+壓力轉換器+扭力裝置+連結裝置)	"VOLCANO" VERRATA PRESSURE GUIDE WIRE	10185;10185J;10300;10300J(10185P;10185JP;10300P;10300JP自1070901生效)	組	衛部醫器輸字第027596號	六霖	許可證逾期，故取消給付。	5	115/01/01
17	CXE05CFHZZ07	"福客星"朗光內視鏡消融系統	"CardioFocus" HeartLight Endoscopic Ablation System	18-2531-N250;18-5000	條	衛部醫器輸字第033810號	六霖	許可證逾期，故取消給付。	6	115/01/01
18	NBS078500368	"美得靈"血管造影控制注射系統:手推注	"Medline" NAMIC Angiographic Control Syringes	(700-27090;85003;85004;85005;85007;95003;95007;85107;95107;87003;88003;87007;88007;87107;97003;98003;97007;98007;97107;98107;75023;75027);(705-05103;06203)	個	衛署醫器輸字第021321號	六霖	許可證逾期，故取消給付。	2	115/01/01

報告案第3案

全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
19	WDD0801010J9	"中鎮"親水性敷料(滅菌):10×10CM(薄)	"TRONJEN" HYDROCOLLOID DRESSING(STERILE):10×10CM(THIN)	HV1010	EA	衛署醫器製壹字第003010號	中鎮	許可證逾期，故取消給付。	9	115/01/01
20	CBB01RV135BA	"巴德"氣球擴張導管	"BARD" RIVAL PTA BALLOON DILATATION CATHETER	RV-80;135-42;44;410;415;52;58;510;515;62;68;610;615;72;88;92;94;102;104	EA	衛署醫器輸字第021268號	巴德	許可證逾期，故取消給付。	51	115/01/01
21	WDD0800025SN	"史耐輝"清得佳凝膠(滅菌):25G	"SMITH & NEPHEW" INTRASITE GEL HYDROGEL WOUND DRESSING (STERILE):25G	7313	EA	衛署醫器輸字第000271號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	7	115/01/01
22	CFD06FLW01CK	"曲克"經皮內視鏡胃造口術系統(含FEEDING TUBE+鬱金香形頭+藍色導線+(A+N+D))	PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY SYSTEM	FLOW-20-PULL-I-S	SET	衛署醫器輸字第021251號	曲克	許可證逾期，故取消給付。	3	115/01/01
23	FBHB1103XNDP	"帝富"人工髖關節:髖白杯	"DEPUY" SELF-CENTERING HIP IMPLANT:CUP	1035-39-000:1035-65-000	EA	衛署醫器輸字第009471號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	7	115/01/01
24	WDD080656597	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)65mmX65mm	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-065065	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	許可證逾期，故取消給付。	8	115/01/01
25	CDP0104015MV	"波士頓科技"經鼻膽道引流管	"BOSTON SCIENTIFIC" FLEXIMA NASOBILIARY CATHETER	4015:4018	SET	衛署醫器輸字第011779號	波士頓	許可證逾期，故取消給付。	4	115/01/01
26	CDP0240110SB	"波士頓科技"經鼻膽道引流管	"BOSTON SCIENTIFIC" FLEXIMA NASOBILIARY CATHETER	M00540-110:140	SET	衛署醫器輸字第011779號	波士頓	許可證逾期，故取消給付。	1	115/01/01
27	CGPW18L6008T	"泰尚"親水性鎳鈦合金導引線	"Thaixon" Hydrophilic Guidewire	(S0018L-600;800;1200;1500;1800-PU);(S0025L-600;800;1200;1500;1800-PU);(S0032L-600;800;1200;1500;1800-PU);(S0035L-600;800;1200;1500;1800-PU);(S0038L-600;800;1200;1500;1800-PU);(A0018L-600;800;1200;1500;1800-PU);(A0025L-600;800;1200;1500;1800-PU);(A0032L-600;800;1200;1500;1800-PU);(A0035L-600;800;1200;1500;1800-PU);(A0038L-600;800;1200;1500;1800-PU)	條	衛部醫器輸字第033867號	春苜	許可證逾期，故取消給付。	13	115/01/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
28	CGPW1L26008T	“泰尚”親水性鎳鈦合金導引線	“Thaixon” Hydrophilic Guidewire	S0018L2600-PU;S0018L4500-PU;S0025L2600-PU;S0025L4500-PU;S0032L2600-PU;S0032L4500-PU;S0035L2600-PU;S0035L4500-PU;S0038L2600-PU;S0038L4500-PU;A0018L2600-PU;A0018L4500-PU;A0025L2600-PU;A0025L4500-PU;A0032L2600-PU;A0032L4500-PU;A0035L2600-PU;A0035L4500-PU;A0038L2600-PU;A0038L4500-PU	條	衛部醫器輸字第033867號	春苜	許可證逾期，故取消給付。	12	115/01/01
29	CDV0121705CM	"柯特曼"體外引流系統	"CODMAN" EXTERNAL DRAINAGE SYSTEM	82-1705	EA	衛署醫器輸字第011794號	科舉	許可證逾期，故取消給付。	6	115/01/01
30	CDV0121732CM	"柯特曼"體外引流系統:集液袋	"CODMAN" EXTERNAL DRAINAGE SYSTEM:COLLECTION BAGS	82-1732	EA	衛署醫器輸字第011794號	科舉	許可證逾期，故取消給付。	4	115/01/01
31	CRE01C00402C	"柯惠"雪莉顯微喉手術氣管插管	"Covidien" Shiley Microtaryngeal Tube	121-50:60	EA	衛署醫器輸字第011787號	美敦力	許可證逾期，故取消給付。	1	115/01/01
32	HHM01466XNCD	"考迪斯"易捷血栓過濾網	"CORDIS" TRAPEASE PERMANENT VENA CAVA FILTER	466-P306A	SET	衛署醫器輸字第009455號	埃默高	許可證逾期，故取消給付。	5	115/01/01
33	CBC03TRE11TM	“泰爾茂”楚優腹主動脈支架系統(主體+分支體*2)	“Terumo” TRE0 Abdominal Stent Graft System	(28-B2-20;22;24;26;28;30;33;36-080;100;120-S)+CBC03TRE33TM	組	衛部醫器輸字第033861號	泰爾茂	許可證逾期，故取消給付。	7	115/01/01
34	CBC03TRE22TM	“泰爾茂”楚優腹主動脈支架系統(輔助配件-Cuff)	“Terumo” TRE0 Abdominal Stent Graft System	28-C2-20;22;24;26;28;30;33;36-040;055;070-S	組	衛部醫器輸字第033861號	泰爾茂	許可證逾期，故取消給付。	8	115/01/01
35	CBC03TRE33TM	“泰爾茂”楚優腹主動脈支架系統(輔助配件-LEG EXTENSION)	“Terumo” TRE0 Abdominal Stent Graft System	(28-L2-09;11;13;15;17;20;24-080;100;120;140;160-S);(28-S2-09;11;13-080S)	組	衛部醫器輸字第033861號	泰爾茂	許可證逾期，故取消給付。	8	115/01/01
36	FAV01BV05531	“西瑪”雙維視人工眼內黏彈性溶液	“CIMA” BiVisc Sodium Hyaluronate/Sodium Chondroitin Sulfate Ophthalmic Viscosurgical Device	BiVisc 0.55ML	支	衛部醫器輸字第033897號	乾元生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	6	115/01/01
37	FAV01BV10031	“西瑪”雙維視人工眼內黏彈性溶液	“CIMA” BiVisc Sodium Hyaluronate/Sodium Chondroitin Sulfate Ophthalmic Viscosurgical Device	BiVisc 1ML	支	衛部醫器輸字第033897號	乾元生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	26	115/01/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功 能核價類別之有效 品項數	健保給付 生效起日
38	FAV01CU10031	“西瑪”歐全人工眼內黏彈 性溶液	“CIMA” Ocu+ Sodium Hyaluronate Ophthalmic Viscosurgical Device	Ocu+ IML	支	衛部醫器輸字 第033898號	乾元生技有 限公司	許可證逾期，故取消給付。	26	115/01/01
39	CLS09KM2K00C	"愛杏一"輸血/輸液加溫系 統-輸血輸液套組卡匣	"ACE" Blood/Fluid Warming System	KM2K0000KR-1	套	衛部醫器輸字 第033516號	常鈺	許可證逾期，故取消給付。	3	115/01/01
40	BBP0405403F4	"康威"易優穩雙片式造口袋 (未滅菌):雙片式便袋(造口≤ 70mm)	"CONVATEC" ESTEEM SYNERGY POUCH (NON-STERILE)	405403:405405	EA	衛署醫器輸壹 字第000264號	康威特	許可證逾期，故取消給付。	28	115/01/01
41	BBP0409243F4	"康威"易優穩雙片式造口袋 (未滅菌):雙片式便袋(造口≤ 70mm)	"CONVATEC" ESTEEM SYNERGY POUCH (NON-STERILE)	409243:409245	EA	衛署醫器輸壹 字第000264號	康威特	許可證逾期，故取消給付。	28	115/01/01
42	FALSNMUL T6A2	“眼力健”添視明多焦點散 光矯正單片型一片式人工水晶 體	“AMO” TECNIS Multifocal Toric 1-Piece IOL	ZMT150;ZMT225;ZMT300;ZMT400	片	衛部醫器輸字 第033793號	眼力健	許可證逾期，故取消給付。	5	115/01/01
43	CDP0104015SB	"波士頓科技"經鼻膽道引流 管	"BOSTON SCIENTIFIC" FLEXIMA NASOBILIARY CATHETER	M00540-150:180;(刪除M00540150自 1111101生效);(型號重整為 M00540160;M00540170;M00540180自 1111101生效)	組	衛署醫器輸字 第0111779號	波士頓	許可證逾期，故取消給付。	4	115/01/01
44	ACY01KESU1NX	"尼瓦西斯"Y型接頭組:氣球 導管或導引管用接頭(單Y型)	"MINVASYS" Y-CONNECTOR	KESU0001;KESU0003;(KESU0002自 1070101起生效);(KESU0004;KESU0006自 1070701起生效)	組	衛署醫器輸字 第011676號	凱薩琳	許可證逾期，故取消給付。	21	115/01/01
45	FBS08C5070LV	“靈威特”帕拉丁縫合錨釘	“Linvatec” Paladin Suture Anchor	C5070H	組	衛署醫器輸字 第021307號	威康	許可證逾期，故取消給付。	12	115/01/01
46	FBHBCCERA1U0	"聯合"人工髖關節組:陶瓷雙 極式人工髖關節組	CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	1203-1028:1436;(STEM及CUP、INSERT; 依傳統組件型號)	SET	衛署醫器製字 第001397號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	6	115/01/01
47	FBHHCCEA1U0	"聯合"人工髖關節組:陶瓷股 小球	CERAMIC FEMORAL HEAD	1203-1028:1436	EA	衛署醫器製字 第001397號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	4	115/01/01
48	FBHPCCERA1U0	"聯合"人工髖關節組:陶瓷全 人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷 LINER)	CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	1203-1028:1436;1403-3252:7880;(STEM 及CUP;依傳統組件型號)	SET	衛署醫器製字 第001397號	聯合骨科	許可證逾期，故取消給付。	5	115/01/01
49	FBSF1000021A	"施百威"脊椎固定系統:二節	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINAL SYSTEM	MB1PS425:855;MB1R5550;5564;5578;559 2;55106	SET	衛署醫器輸字 第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	42	115/01/01
50	FBSF1000031A	"施百威"脊椎內固定系統:三 節	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINAL SYSTEM	MB1PS425:855;MB1R5550;5564;5578;559 2;55106	SET	衛署醫器輸字 第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	36	115/01/01

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
51	FBSF1000F21A	"施百威"脊椎固定系統二節(免事前審查)	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINE SYSTEM	(MB1MS425:440;530:550;635:650;735:750;835:855);(MB1R5540;5564)	SET	衛署醫器輸字第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	26	115/01/01
52	FBSF2000041A	"施百威"脊椎固定系統:固定桿(長節)	MONT BLANC SPINAL ROD	MB1R55120;55132;55144;55158;55185;55250;55500	EA	衛署醫器輸字第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	33	115/01/01
53	FBSF4000F41A	"施百威"脊椎固定系統:固定螺釘(免事前審查)	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINE SYSTEM: SCREW	MB1MS425:440;530:550;635:650;735:750;835:855	EA	衛署醫器輸字第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	34	115/01/01
54	FBSF5000051A	"施百威"脊椎固定系統:橫向固定桿	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINAL TRANSVERSE CONNECTOR	MB1DC+MB1THO+MB1NC	EA	衛署醫器輸字第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	40	115/01/01
55	FBSF5000251A	"施百威"脊椎固定系統:橫向固定桿(免事前審查)	"SPINEWAY" MONT BLANC SPINAL TRANSVERSE LINK 免事前審查	MB1AC+MB1THO+MB1NC	SET	衛署醫器輸字第021204號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	22	115/01/01
56	FBSFACCAGE1A	"施百威"頸椎融合器(PEEK)	"SPINEWAY" AYERS ROCK CERVICAL CAGES(PEEK)	AR2C51213;AR2C61213;AR2C71213;AR2C51516;AR2C61516;AR2C71516;AR2C51519;AR2C61519;AR2C71519;AR2C81519	EA	衛署醫器輸字第021341號	鴻泰生醫	許可證逾期，故取消給付。	26	115/01/01
57	CBS02HRASDY4	"先健科技公司"赫特爾心房間隔缺損封堵器	"LIFETECH SCIENTIFIC" HEATR ASD OCCLUDER	XJFS-08:40	個	衛部醫器陸輸字第000701號	鎧盛	許可證逾期，故取消給付。	9	115/01/01
58	CBS03HRPDAY4	"先健科技公司"赫特爾開放性動脈導管封堵器	"LIFETECH SCIENTIFIC" HEATR PDA OCCLUDER	XJFD-04:16-06:18	個	衛部醫器陸輸字第000702號	鎧盛	許可證逾期，故取消給付。	6	115/01/01
59	CBS06HRVSMY4	"先健科技公司"赫特爾心室間隔缺損封堵器(膜部)	"Lifetech Scientific"HeartR VSD Occluder-Membranous	XJFVM-04:08;10;12;14;16	個	衛部醫器陸輸字第000703號	鎧盛	許可證逾期，故取消給付。	4	115/01/01
60	CHT01022065X	一次性使用心臟跳停液灌注器	Cardioplegia Set	Blood(B-I)	組	食品藥物管理署113年6月21日衛授食字第1130605013號+113年11月6日衛授食字第1130613207號+114年4月25日衛授食字第1140604166號專案進口同意函	常鈺	廠商來函表示先前申請專案進口旨揭醫材，現仍有庫存，依本保險藥物給付項目及支付標準第6條之1第2項第1款規定，屬國內短缺藥物而專案進口或專案製造者，如逾給付期限仍有剩餘，得延長給付，參考最後一批醫材之效期，並依行政程序提本會議報告，爰本案特材支付點數調整為0，延後至117年7月1日生效。	5	117/7/1

報告案第3案 全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告										
一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共61項(項次1~項次61，詳頁次3-1~3-7)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年11月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
61	CHT01EU475WU	優樂心臟麻痺液熱交換器	EU4754 HEAT EXCHANGER FOR CARDIOPLEGIA (CARDAD 4:1 W/MISTR. MEDOLLAI)	EU4754	PCE	食品藥物管理署112年12月4日衛授食字第1120730436號+113年5月20日衛授食字第1130709339號專案進口同意函	優達	廠商來函表示先前申請專案進口旨揭醫材，現仍有庫存，依本保險藥物給付項目及支付標準第6條之1第2項第1款規定，屬國內短缺藥物而專案進口或專案製造者，如逾給付期限仍有剩餘，得延長給付，參考最後一批醫材之效期，並依行政程序提本會議報告，爰本案特材支付點數調整為0，延後至116年7月1日生效。	5	116/7/1

報告案 4

「114 年新功能類別特材預算支用情形」及「110 年~113 年起收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果」報告案。

報告案第 4 案

案由：「114 年新功能類別特材預算支用情形」及「5 年內(110 年~114 年)收載新功能類別特材申報情形及預算支用結果」報告案。

說明：

一、114 年新功能特材收載情形：

(一) 預算來源:114 年醫院總額部門「新醫療科技」項目新增新功能特材預算為 10 億元，西醫基層未編列預算。

(二) 執行進度：

1. 醫院部門:本會議通過收載新功能特材計 190 品項(暫排除須依法定程序送健保會討論之鎖定式骨板組 608 項)，推估預算約 10.25 億元，預計於 114 年底完成公告生效計 185 品項，推估預算約 10 億元，未超出預算數。
2. 西醫基層部門:114 年 11 月已完成公告生效計 13 品項，推估預算約 0.1212 億元，由 114 年度西醫基層新醫療科技項目新增新藥預算(1.78 億元)支應。

二、114 年擴增特材給付規定情形：

(一) 預算來源：114 年醫院總額部門「醫療給付費用總額及其分配之保險給付項目及支付標準改變(特材給付規定改變)」預算為 4 億元，西醫基層未編列預算。

(二) 執行進度：

1. 擴增給付規定：本會議通過計 5 項，推估預算約 1.72 億點，預計於 114 年底完成公告生效。統計至 114 年 9 月已生效之擴增特材給付規定品項申報點數，相較前一年同期未增加，未超出預算數。
2. 因應成本調升支付點數：本會議通過計 10 品項，推估預算 0.3 億點，皆已完成公告生效。

三、110 年至 114 年新功能類別特材收載情形(詳附件 1~5，頁次：報 4-5~報 4-41)

(一) 近 5 年編列預算執行情形：

1. 110 年至 114 年編列預算數累計為 39.82 億元，預算導入後至 114 年累計約 43.51 億點(含一般服務成長率)。
2. 累計至 114 年 11 月 1 日收載新特材有效品項 729 項，114 年 1 至 9 月經扣減被替代品項點數後實際申報點數約 16.22 億點，推估累計至 114 年全年實際申報點數約 21.63 億點，未超出累計 5 年編列預算數。

表 110~114 年新功能類別特材預算及 5 年累計申報費用點數--醫院與西醫基層分列
-醫院部門

預算年度	編列新特材預算數(億元)	至 114 年預算數(含一般服務成長率)(億元)	各年度累計至 114 年總預算數(億元)	該年生效新特材品項數	累計至 114 年 11 月 1 日有效特材品項數	實際申報費用點數 114 年 1 月至 9 月(億點)	推估 114 年全年實際申報點數(億點)	各年度累計至 114 年實際申報點數(億點)
110 年	6.50	6.99	31.73	121	146	2.35	3.14	12.72
111 年	7.00	8.82	32.66	134	159	7.01	9.34	32.36
112 年	6.32	7.08	20.06	87	96	4.04	5.39	10.85
113 年	10.00	10.62	20.62	125 ^{註3}	138	2.35	3.13	4
114 年	10.00	10.00	10.00	185	190	0.47	0.63	0.47
5 年累計	39.82	43.51	115.07	652	729	16.22	21.63	60.4

註:1.資料來源：四代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03 擷取)。

2.實際申報點數：收載新特材之各年實際申報數，如有明確替代品項，按其替代情形計算，惟累積五年實際申報點數中，114 年採推估全年申報點數。

3. 113 年 11 月特材共同擬訂會議決議同意，114 年 6 月 15 日生效之自付差額「特殊材質縫合錨釘」計 62 品項，預算來源以 113 年醫院總額部門新醫療科技項目新增新功能特材預算支應。

-西醫基層部門

預算年度	編列新特材預算數(億元)	至 114 年預算數(含一般服務成長率)(億元)	各年度累積至 114 年總預算數(億元)	該年生效新特材品項數	累積至 114 年 11 月 1 日有效特材品項數	實際申報費用點數 114 年 1 月至 9 月(億點)	推估 114 年全年實際申報點數(億點)	各年度累積至 114 年實際申報點數(億點)
110 年	0.003	0.0035	0.0160	3	3	0	0	0
111 年	0	0	0	0	0	0	0	0
112 年	0	0	0	0	0	0	0	0
113 年	0	0	0	0	0	0	0	0
114 年	0.121 ^{註4}	0.121	0.121	13	13	0.0025	0.0033	0.0033
5 年累計	0.124	0.1245	0.1370	16	16	0.0025	0.0033	0.0033

註:1.資料來源：四代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03 擷取)。

2.實際申報點數：收載新特材之各年實際申報數，如有明確替代品項，按其替代情形計算。

3. 110 年西醫基層編列預算為 30 萬元，預算用於「安全三方活栓(安邇型)」、「調整型加強加長氣切套管與配件」與「低阻力針筒」等 3 類，西醫基層至 114 年無申報量。

4. 114 年收載「內視鏡止血夾」、「兩側淚管支架」等 2 類，以 114 年度西醫基層新醫療科技項目新增新藥預算(1.78 億元)支應。

四、有關 110 至 113 年各項新收載特材申報點數高出該項編列預算之申報情形，定期於本會議報告並已採取修訂給付規定、價量協議調整支付點數或醫療資訊系統醫令自動化審查機制等方式進行管理，持續監控說明如下：

1.111 年新收載特材：「肋骨固定系統」(項次 24-50):

(1) 自 111 年 5 月 1 日公告生效，年使用人數 510 人，年使用量 10,710 支(骨板+骨釘)、推估預算 1.05 億元，統計至 114 年 9 月申報量為 19,357 支(骨板+骨釘)，推估全年約 25,809 支(骨板+骨釘)，申報金額約超出 1.38 億點。

(2) 監控措施:

- ① 112 年統計分析 111 年 5 月~112 年 4 月健保申報使用人數 1,175 人，1 年申報費用 2.38 億點，已超過原財務預估 2 倍，健保署於 112 年 3 月啟動自清。
- ② 113 年 1 月 1 日起修訂給付規定，載明連枷胸之 ICD-10 碼及增列事後逐案審查，需檢附 T07【重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者 (INJURY SEVERITY SCORE 16)】重大傷病證明及可以證明為連枷胸之電腦斷層影像」。
- ③ 113 年 7 月 1 日依藥物支付標準第 61 條進行價量協議調整支付點數。並辦理醫療科技再評估(HTR)，並依 HTR 報告結果徵詢相關學會意見，提 114 年 8 月特材專家諮詢會議討論，結論摘要(詳附件 6，頁次：報 4-42~報 4-43):
 - A. 納入健保給付後，連枷胸比例顯著提升，係因臨床更注意加入連枷胸診斷碼，非流行病學改變。經分析健保申報資料，納入健保後臨床疾病主次診斷碼由多根肋骨骨折(S22.4)改為連枷胸(S22.5)，113 年使用人數 1,316 人，114 年推估年使用人數約 1,218 人，連枷胸申報情形已趨於穩定。
 - B. 本案特材國際指引可用於多根肋骨骨折及多根骨折合併嚴重氣血胸，惟考量擴增給付規定後，恐增加使用人數至 1.7 萬人，建議維持現行給付規定。
- ④ 按 HTR 結果及上開會議結論，本案特材具臨床效益，依上開會議結論推估年使用人數 1,350 人。查 113 年醫院總額部門「新醫療科技」項目新增新功能特材預算 10 億元，執行數 7.47 億元，賸餘 2.53 億元未扣

減，爰本案修正年使用人數後財務需支出約 1.73 億點【 $(1,350-510)*(38,151*3+5,100*18)$ 】，由前開預算足以支應，爰據以修正使用人數為 1,350 人，年使用量骨板計 4,050 個，骨釘 24,300 支。

2.112 年新收載特材：「搭配鈦合金髓內釘使用之專用骨水泥組」(項次 32):

(1) 自 112 年 4 月 1 日公告生效，其年使用量 445 組、推估預算 0.09 億元，統計至 114 年 9 月申報量為 2,379 組，推估全年約 3,172 組，申報金額約超出 0.58 億點。

(2) 監控措施:將請相關醫學會依臨床使用情形提供專業意見，並持續監測使用情形。

3.113 年新收載特材：「人工全踝關節置換系統」(項次 60-63):

(1) 自 113 年 7 月 1 日公告生效，年使用量 130 組、推估預算 0.33 億元，統計至 114 年 9 月申報量為 182 組，推估全年約 243 組，申報金額約超出 0.3 億點。

(2) 監控措施:

① 本案納入健保原預估年使用量係依 109~111 年全踝關節術(64174B)最高申報量(88 件)，及脛-距-跟骨融合術(64282B)112 年約 40%轉接受全踝關節置換術治療使用量推估。經追蹤申報使用情形，114 年成長率達 74%，經洽台灣骨科足踝醫學會表示，全踝關節置換術因健保全額給付特材，納入健保給付後使用量上升，預估於第 3 年趨穩，推估年使用量約 400 件。

② 續依藥物支付標準第 61 條進行價量協議調整支付點數。另本案修正年使用量後財務需支出約 0.73 億點【 $(400-130)*272,016$ 】，上開 113 年醫院總額部門「新醫療科技」項目新增新功能特材預算支應前開「肋骨固定系統」支出費用後，尚賸餘 0.8 億元足以支應，爰據以修正年使用量為 400 組。

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額			新功能特材 新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點) (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
1	刺激迷走神經治療系統	114/02/01	ENV01M1000R5	“理諾諾”迷走神經刺激治療系統脈衝發生器	113/11/21	組	537,244	537,244	刺激迷走神經治療系統之單接頭脈衝產生器		113	488,404	5,519	5	2,686		244
2	人工心肺組(薄膜式)	114/05/01	FHX03AC301WU	"優樂"氧合器含脂質與發炎物質過濾器(氧合器、動脈過濾器、脂質/發炎物質過濾器及硬式儲血槽)	114/03/20	組	17,566	17,566	人工師(套組)/MEMBRANE OXYGENATOR(WITH COATING)+ARTERIAL FILTER+血液儲存器(單組件)/RESERVOIR(硬式件)/人工師(套組)/人工師(套組)		1,000	16,730	836	16	295	13	
3	肢體畸形外固定架/組	114/05/01	FBEF690028RT	"歐式"組合性固定裝置系統-骨痼刺激延長器組	114/03/20	組	110,000	110,000	小兒肢體畸形外固定架/組		63	272,170	無				不影響財務支出
4	肢體畸形外固定架/組	114/05/01	FBEF6MR101RT	"歐式"組合性固定裝置系統-關節矯正固定器	114/03/20	組	33,735	33,735						2	67		
5	肢體畸形外固定架/組	114/05/01	FBEF6MR104RT	"歐式"組合性固定裝置系統-特殊固定夾	114/03/20	個	29,642	29,642									
6	肢體畸形外固定架/組	114/05/01	FBEF690030RT	"歐式"組合性固定裝置系統-組合延長桿/骨痼延長加壓桿	114/03/20	個	33,029	33,029									
7	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ABG2Z2Z25	“奧特利”白奧谷露手術凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)-2mL	114/03/20	組	11,831	18,000	無		546	9,828	7	132			3,396
8	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSA02BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-2mL	114/03/20	組	11,831	18,000	無								【說明】 本案特材經114年5月本會議通過自114年6月1日起，2mL由11,831點調整為18,000點，5mL由23,662點調整成32,000點。
9	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSE02BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-2mL	114/03/20	組	11,831	18,000	無								
10	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5AMAB2GTM	"泰爾茂"爾凝得外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-2g	114/03/20	組	11,831	0	無				3	57			
11	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSA04BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-4mL	114/03/20	組	23,662	23,662	無		761	18,007	66	1,639			
12	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSE04BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-4mL	114/03/20	組	23,662	23,662	無								
13	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5AB10ZZ25	“奧特利”白奧谷露手術凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)-4mL	114/03/20	組	29,577	0	無		93	2,976					
14	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ABG5ZZ25	“奧特利”白奧谷露手術凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)-10mL	114/03/20	組	29,577	32,000	無				49	1,568			
15	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSA08BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-5mL	114/03/20	組	29,577	0	無								
16	止血凝膠(含專用導管、塗佈(投藥)器)	114/05/01	FHP5ACSE08BT	“百特”克滲凝外科手術封合劑(含專用導管、塗佈(投藥)器)-8mL	114/03/20	組	29,577	0	無								
17	人工血管(e-PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH0604NGX	“戈爾”普羅帕騰血管移植物-具肝素塗層(6-8mm*L:40cm)	114/03/20	條	25,218	25,218	EPTFE血管/直型內徑<=10MM，40-49CM		49	10,795	707	1	26		14
18	人工血管(e-PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH0605NCX	“戈爾”普羅帕騰血管移植物-具肝素塗層(可移除環;L:50cm)	114/03/20	條	45,000	45,000	EPTFE血管/直型內徑<=10MM，50-59CM附可移除環		336	16,948	9,425	27	1,215		757

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 新功時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
19	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH608NGX	“戈爾”普羅帕騰 血管移植物-具肝素 塗層(可移除 環;L:80cm)	114/03/20	條	68,000	68,000	EPTFE血管/直型內徑 <=10MM，80-89CM附可 移除環		280	25,266	11,966	50	3,400		2,137
20	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH47045GX	“戈爾”普羅帕騰 血管移植物-具肝素 塗層(標準壁、錐 形)(4-7mm*45cm)	114/03/20	條	30,049	30,049	EPTFE血管/錐型(或階 梯型)，40-49CM		15	12,527	263				
21	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH1RT40GX	“戈爾”普羅帕騰 血管移植物-具肝素 塗層(薄壁、整合 環;L:40cm)	114/03/20	條	37,053	37,053	EPTFE血管/伸展型薄 壁，40-49CM		14	17,990	267	5	185		95
22	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH1RT80CX	“戈爾”普羅帕騰 血管移植物-具肝素 塗層(薄壁、整合 環;L:80cm)	114/03/20	條	74,106	74,106	EPTFE血管/伸展型薄 壁，80-89CM			28,330					
23	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEH14745GX	“戈爾”普羅帕騰 血管移植物-具肝素 塗層(整合環、錐 形)(4-7mm*38cm)	114/03/20	條	31,854	31,854	EPTFE血管/錐形/內 環伸展型，40-49CM		7	17,380	101	1	32		14
24	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEHA0502GX	“戈爾”愛可塞爾 血管移植物-3層 /20cm(5MM*20CM； 6MM*20CM)	114/03/20	條	33,071	33,071	三層EPTFE血管/直型 內徑<=10MM，50-59CM		404	28,569	1,819	31	1,030		140
25	人工血管(e- PTFE/肝素塗層)	114/05/01	FHGEHA0604CX	“戈爾”愛可塞爾 血管移植物-3層 /40cm(6MM*40CM)	114/03/20	條	54,750	54,750	三層EPTFE血管/直型 內徑<=10MM，50-59CM		331	28,569	8,666	53	2,904		1,388
26	胸腔用網膜	114/05/01	FSTR1JVM95ET	"壯生"薇喬網片- 26.5*34cm	114/03/20	片	7,896	7,896	胸腔用可吸收性人工 網膜/面積小於200平 方公分				無	16	133		不影響財務支出
27	膽道/胰管支架	114/05/01	CDP03368819M	“美安科技”宙斯 特胰臟引流支架暨電 灼傳送系統	114/03/20	組	143,789	143,789	UNDER ENDOSCOPIC(整 組)/膽道支架套組:含 導入導引組(或推進導 管)+支架		195	4,400	27,181	5	719		8,363
28	膽道/胰管支架	114/05/01	CDP03HAX70SB	“波士頓科技”阿 克西奧斯支架暨電灼 增強傳送系統	114/03/20	組	143,789	143,789	UNDER ENDOSCOPIC(整 組)/膽道支架套組:含 導入導引組(或推進導 管)+支架					55	7,908		
29	膽道/胰管支架	114/07/01	CDP0335060WH	“泰悟”斯派瑟斯支 架暨電灼傳送系統	新增既有	組	143,789	143,789	UNDER ENDOSCOPIC(整 組)/膽道支架套組:含 導入導引組(或推進導 管)+支架								
30	特殊功能人工血 管	114/06/01	FHGESGRAFTMR	“美瑞特”英雄人工 血管-含靜脈流出組 件及無肝素塗層之	114/03/20	組	109,169	109,169	無		300		32,751				
31	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP6410211BA	“巴德”凡萃歐疝氣 補片-8.0x12.0cm卵 形，7.6cm直徑圓形	114/03/20	片	14,384	14,384	無						2	30	10,355
32	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP6410301BA	"巴德"凡提拉斯疝氣 修補網-4.3X4.3CM， 6.4X6.4CM，8X8CM圓 補片加背帶	114/03/20	片	14,384	14,384	無								
33	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP6424060BA	"巴德"凡提拉斯特疝 氣修補網-4.3x4.3cm ，6.4x6.4cm， 8.0x8.0cm圓形	114/03/20	片	14,384	14,384	無						57	861	
34	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP6450020BA	"巴德"凡萃歐絲提疝 氣補片-7.6cm圓形， 8.0x12.0cm卵形	114/03/20	片	14,384	14,384	無						12	181	
35	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP64C09EV8D	"狄柏密"複合外科修 護片-<=99平方公分	114/03/20	片	14,384	14,384	無								
36	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)-減少 沾黏型	114/06/01	FSP64PCM002C	“柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- <=99平方公分	114/03/20	片	14,384	14,384	無								

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 新納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 新納入時 114年(截至9月)申報數			新功能特材 新納入時 114年(截至9月)實際申報點數			新功能特材 新納入時 114年(截至9月)實際申報點數		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*J(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
37	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64SYM002C	“柯惠”新博泰斯複 合式人工編網-≤99 平方公分	114/03/20	片	14,384	14,384	無					7	106					
38	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP641015E8D	"狄柏密"複合外科修 護片-100-199平方公 分	114/03/20	片	25,163	25,163	無											
39	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6410212BA	"巴德"凡萃歐症氣補 片-13.8x17.8cm卵形 ，11.4cm直徑圓形， 11.0x14.0cm卵形	114/03/20	片	25,163	25,163	無					4	106					
40	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6434450BA	“巴德”康柏斯輕質 型修補網-11.4cm圓 形，10.8x15.9cm橢 圓形	114/03/20	片	25,163	25,163	無					11	291					
41	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6450040BA	"巴德"凡萃歐絲提疝 氣補片-11.4cm圓形 ，11.0x14.0cm卵形	114/03/20	片	25,163	25,163	無					14	370					
42	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6454450BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-11.4cm圓形， 10.2x15.2cm橢圓形 ，15.2cm圓形	114/03/20	片	25,163	25,163	無					43	1,136					
43	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64PCM102C	“柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- 100-199平方公分	114/03/20	片	25,163	25,163	無											
44	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64SYM102C	“柯惠”新博泰斯複 合式人工編網- 100-199平方公分	114/03/20	片	25,163	25,163	無					135	3,564					
45	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6434680BA	“巴德”康柏斯輕質 型修補網- 15.9x21.0cm橢圓形	114/03/20	片	27,098	27,098	無					8	228					
46	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6450050BA	"巴德"凡萃歐絲提疝 氣補片-13.8x17.8cm 卵形	114/03/20	片	27,098	27,098	無					2	57					
47	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64514198D	"狄柏密"複合外科修 護片-200-299平方公 分	114/03/20	片	27,098	27,098	無											
48	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6454680BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-15.2x20.3cm橢 圓形	114/03/20	片	27,098	27,098	無					8	228					
49	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64SYM202C	“柯惠”新博泰斯複 合式人工編網- 200-299平方公分	114/03/20	片	27,098	27,098	無											
50	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6410218BA	"巴德"凡萃歐症氣補 片-19.6x24.6cm， 15.5x25.7cm卵形	114/03/20	片	31,909	31,909	無					1	32					
51	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP641520E8D	"狄柏密"複合外科修 護片-300-399平方公 分	114/03/20	片	31,909	31,909	無											
52	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6434610BA	“巴德”康柏斯輕質 型修補網- 15.9x26.1cm卵形， 18.4x23.5cm橢圓形 (含導引工量勾)	114/03/20	組	31,909	31,909	無					2	64					
53	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6450060BA	"巴德"凡萃歐絲提疝 氣補片-15.5x25.7cm ，19.6x24.6cm卵形	114/03/20	片	31,909	31,909	無											

報告案第4案 114年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件1】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層					
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I (千點)	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	
54	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6454610BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-15.2x25.4cm卵 形，17.8x22.9cm橢 圓形，20.3cm圓形 “柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- 300~399平方公分	114/03/20	片	31,909	31,909	無											
55	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64PCM302C	“柯惠”新博泰斯複 合式人工編網- 300~399平方公分	114/03/20	片	31,909	31,909	無											
56	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64SYM302C	“巴德”凡萃歐疝氣補 片-22.1x27.1cm， 27.4x34.9cm卵形	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
57	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6410216BA	"狄柏密"複合外科修 護片->=400平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
58	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP641824E8D	“巴德”康柏斯輕質 型修補網- 26.1x33.7cm橢圓形 、26.1x36.2cm矩形 "巴德"凡萃歐絲提疝 氣補片-22.1x27.1cm ，27.4x34.9cm卵形	114/03/20	組	40,924	40,924	無											
59	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6434113BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-25.4x33.0cm橢 圓形，30.5x35.6cm 矩形，20.3x25.4cm 橢圓形 “柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- >=400平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
60	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6450080BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-25.4x33.0cm橢 圓形，30.5x35.6cm 矩形，20.3x25.4cm 橢圓形 “柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- >=400平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
61	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP6454113BA	“巴德”凡萃拉絲提 網片-25.4x33.0cm橢 圓形，30.5x35.6cm 矩形，20.3x25.4cm 橢圓形 “柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- >=400平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
62	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64PCM402C	“巴德”凡萃拉絲提 網片-25.4x33.0cm橢 圓形，30.5x35.6cm 矩形，20.3x25.4cm 橢圓形 “柯惠”舒法定帕瑞 得複合式人工編網- >=400平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
63	複和式人工網膜 (不可吸收/部分 可吸收)－減少 沾黏型	114/06/01	FSP64SYM402C	“柯惠”新博泰斯複 合式人工編網->=400 平方公分	114/03/20	片	40,924	40,924	無											
64	人工網膜固定裝 置	114/06/01	FSPF128845BA	“巴德”可倍喜永久 性固定系統-15釘	114/03/20	組	8,724	8,724	無			977	8,523	12	128		861			
65	人工網膜固定裝 置	114/06/01	FSPF1PR0302C	"柯惠"人工網膜螺旋 固定器-30釘	114/03/20	組	8,724	8,724	無					80	733					
66	人工網膜固定裝 置	114/06/01	FSPF122345BA	“巴德”速巴定可吸 收性固定系統-15釘	114/03/20	組	11,034	11,034	無			452	4,987	99	1,147		1,715			
67	人工網膜固定裝 置	114/06/01	FSPF1STRAPET	愛惜康斯安釘可吸收 帶固定裝置-12個、 25個	114/03/20	組	11,034	11,034	無					49	568					
68	人工網膜固定裝 置	114/06/01	FSPFILPFX1BB	"柏朗"組織黏膠-組 織黏膠套管組	114/03/20	組	9,500	9,500	無			1,316	12,502	1	10		10			
69	人工血液灌注	114/07/01	FUK03031ZZ2R	賽克索本吸附器	114/05/15	個	86,000	86,000	無			80	6,880	4	344		344			
70	內視鏡止血導管	114/07/01	CFP01GDP70SB	波士頓科技單次使用 止血導管	114/05/15	支	8,920	8,920	無			4,000	35,680	555	5,189		5,189			
71	植入式心臟監測 器	114/07/01	FHPM11LNQ11M4	美敦力植入式心臟監 測器	114/05/15	組	59,286	59,286	無			510	30,236	19	1,126		1,126			
72	植入式心臟監測 器	114/11/01	FHPM1ADM53AB	“雅培”愛智能植入 式心律監測系統	新增既有	個	59,286	59,286	無											
73	植入式心臟監測 器	114/11/01	FHPM1BMT3MBK	“百多力”植入式心 臟監測和記錄系統	新增既有	組	59,286	59,286	無											
74	植入式心臟監測 器	114/11/01	FHPM1CDM35ST	“聖飲達”植入式心 律監測系統	新增既有	個	59,286	59,286	無											
75	植入式心臟監測 器	114/11/01	FHPM1UDM35ST	“聖飲達”植入式心 律監測系統	新增既有	個	59,286	59,286	無											
76	胸骨固定骨板	114/07/01	FBPT1SLH46WR	“邦美”史塔納克胸 骨固定系統(未滿8 年)	114/05/15	組	11,731	11,731	無			508	17,013							

報4-8

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
77	內植式化療用輸 液管座組	114/07/01	CLPA194118BA	"巴德"威力舒樂通邊 置入中心導管-單腔 (具磁力導航尖端心 腔內電圖定位功能) "巴德"威力周邊置 入中心導管-單腔(具 磁力導航尖端心腔內 電圖定位功能)	114/05/15	組	3,148	3,148	單腔PICC		7,420	2,738	3,042					
78	內植式化療用輸 液管座組	114/11/01	CLPA184118BA		新增既有	條	3,148	3,148	單腔PICC									
79	內植式化療用輸 液管座組	114/07/01	CLPA195118BA	"巴德"威力舒樂通邊 置入中心導管-雙腔 (具磁力導航尖端心 腔內電圖定位功能) "巴德"威力舒樂通邊 置入中心導管-雙腔 (具磁力導航尖端心 腔內電圖定位功能)	114/05/15	組	3,757	3,757	雙腔PICC		16,702	3,267	8,184					
80	內植式化療用輸 液管座組	114/11/01	CLPA185118BA		新增既有	條	3,757	3,757	雙腔PICC									
81	鼻滴管/滴條 C.I.S.TUBE	114/07/01	TBCT1369111Z	"佛朗惜眼"淚得寧淚 囊通管組	114/05/15	組	7,440	7,440	單側淚管支架		500	6,954	243					
82	微球粒栓塞物	114/08/01	CMW0120976SB	“波士頓科技”遞 西微珠藥物傳遞栓塞 系統	114/05/15	瓶	49,590	49,590	栓塞微粒球/可吸收性		1,300	2,718	60,934	20	992	14	2,109	
83	微球粒栓塞物	114/08/01	CMW01HEPASMR	海派栓塞微球體	114/05/15	瓶	49,590	49,590	栓塞微粒球/可吸收性					9	446	79		
84	微球粒栓塞物	114/08/01	CMW01ILP124TM	“泰爾茂”籍笑微 球體	114/05/15	瓶	49,590	49,590	栓塞微粒球/可吸收性					12	595			
85	微球粒栓塞物	114/08/01	CMW01TDT50SB	“波士頓科技”安 博新天騰微粒球	114/05/15	瓶	49,590	49,590	栓塞微粒球/可吸收性					4	198			
86	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02HX110LY	“奧林柏斯”可旋 轉式止血夾固定裝置 組-止血釘	114/05/15	支	234	234			63,499		158,403	2,245	487	14	8,883	246
87	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02HX610LY	“奧林柏斯”止血 釘	114/05/15	支	234	234						531	124	79	19	
88	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02ZPCZ2X	"瑞翁"止血夾	114/05/15	支	234	234						51	13			
89	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02327434G	"美迪格"皇冠麗止血 夾	114/05/15	支	923	923			108,119			138	133			
90	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02417ZZ1L	“賓得”施霖拉一次 性使用止血夾	114/05/15	支	923	923						110	107	6	6	
91	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02510ZZ2V	“安杰思醫學”夾子 裝置	114/05/15	支	923	923						379	367	98	95	
92	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL025488750	“唯德康”一次性使 用止血夾	114/05/15	支	923	923						691	665	58	41	
93	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02HACZZ2W	"安瑞"單次用止血夾	114/05/15	支	923	923						1	1	23	22	
94	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02HX202LY	“奧林柏斯”單次用 可重複定位止血夾裝 置	114/05/15	支	923	923							2	2		
95	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02R0CCDHF	“微創”可旋轉重複 開閉軟組織夾	114/05/15	支	923	923							6,962	55	53	
96	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02ZCHZZ2Y	“創想”一次性止血 夾	114/05/15	支	923	923						26	25	4	4	
97	內視鏡止血系統	114/08/01	SSL02ZX1ZZ0K	“洛克曼”一次性止 血夾	114/05/15	支	923	923										

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材項目 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 新納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	格替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
98	人工血管(EPTFE/ 內徑<=10MM)	114/09/01	FHGE11204NGX	"戈爾"戈爾特賜人工 血管(直徑內徑12- 18MM*40CM)	114/07/17	條	26,000	26,000	EPTFE血管/直型內徑 12-18MM，30-39CM具 縱向伸展特性	69	9,563	1,134	1	27	16		
99	人工血管(EPTFE/ 內徑<=10MM)	114/09/01	FHGE12004NGX	"戈爾"戈爾特賜人工 血管(直徑內徑20- 24MM*40CM)	114/07/17	條	26,000	26,000	EPTFE血管/直型內徑 20-24MM，30-39CM具 縱向伸展特性	31	11,592	447					
100	肺動脈支架系統	114/11/01	CBC10000ZZ3E	"元心科技"鐵基可吸 收肺動脈支架系統	114/09/18	組	98,000	98,000	無	50	4,900						
101	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ40	雷特佳高分子複合材 料椎間融合器+雷特 前路骨板固定系統	114/03/20	組	17,876	17,876	無			12,227		222,217			
102	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ41	雷特高分子複合材料 腰椎椎間融合器+雷 特前路骨板固定系統	114/03/20	組	17,876	17,876	無								
103	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD002ZZ41	雷特鈦腰椎椎間融合 器+雷特前路骨板固 定系統	114/03/20	組	17,876	17,876	無								
104	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD32519S1	"信迪思"新一代辛凱 吉椎間支架植入物	114/03/20	組	17,876	17,876	無								
105	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDA01ZZ42	“美洲豹”腰椎椎間 融合系統-ALIF	114/03/20	組	17,876	17,876	無								
106	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD1M400Z1	西美多孔鉗金屬椎體 替代系統—TM-400	114/03/20	組	17,876	17,876	無								
107	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ42	“美洲豹”腰椎椎間 融合系統-OLIF	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
108	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD003ZZ43	亞樂腰椎融合器 (OLIF)(鈦合金+ PEEK)	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
109	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD2111M4	"美敦力"派維斯斜側 位脊椎系統	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
110	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD21707S1	"信迪思"歐瑞克椎間 植入物	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
111	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD29688M4	"美敦力"克萊迪脊椎 系統-椎間融合器	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
112	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD3364740	“捷邁”帝博萊脊椎 融合系統-側位腰椎 椎間融合器	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
113	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDDL1F146	“羅斯霸”脊椎椎間 融合器系統 (DLIF)	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
114	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDIUT061C	“司佰特”萊麗葉腰 椎融合器-OL、OL1/R	114/03/20	組	22,587	22,587	無								
115	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ44	雷蒙腰椎椎間融合器	114/03/20	組	23,842	23,842	無								
116	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD33859S1	“信迪思”信斐思椎 體植入系統(前開型 ，含CAGE+PLATE+ "寶楠"鈦坦椎間融合 器-OLIF	114/03/20	組	23,842	23,842	無								
117	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD22007XP	"寶楠"鈦坦椎間融合 器-OLIF	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
118	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD23047Z1	"捷邁"多孔鉗金屬椎 體替代物	114/03/20	組	9,491	9,491	無								
119	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDCTLZZ45	"瓦里歐"頸椎椎間融 合器	114/03/20	組	19,849	19,849	無								

報告案第4案 114年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件1】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額			
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
120	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ46	艾絲達頸椎椎間融合 器	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
121	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ48	康鉑頸椎椎間盤融合 器(鈦合金+PEEK)	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
122	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD004ZZ43	亞樂頸椎複合融合器 (鈦合金+PEEK)	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
123	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD031ZZ47	"歐梭比恩"頸椎前路 椎間融合器	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
124	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD3270419	"葛柔波絲"可柔尼頸 椎融合器	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
125	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD62214M4	"美敦力"科能鈦塗層 椎間融合系統-頸椎	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
126	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDCXP01AE	"柏朗"雅氏頸椎前路 椎間融合系統	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
127	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDVC841RK	"瑞寶億"維納斯頸 椎椎間融合器	114/03/20	組	13,218	13,218	無									
128	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD013ZZ50	"百適"弗帝希頸椎 系統	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
129	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD182ZZ52	"帝富信迪思"康度 威特頸椎融合器	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
130	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD21003XP	"寶楠"耐籠頸椎三維 多孔鈦合金椎間融合 器	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
131	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD349550L	"恩技"蜂巢頸椎融 合器	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
132	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD571ZZ51	"艾易特"頸椎融合器	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
133	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDC3D01AE	"雅氏"3D椎體間融 合系統-CESPACE3D	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
134	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDCM1ZZ49	"紐菲斯"摩得樂斯 頸椎椎間融合系統	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
135	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDTRYTC1C	"司佰特"萃媧可前 路頸椎融合器	114/03/20	組	19,165	19,165	無									
136	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDZB848RK	瑞寶億里貝斯頸椎椎 間融合器	114/03/20	組	12,320	12,320	無									
137	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD246Z4Z1	捷邁多孔鉭金屬亞帝 斯椎間融合系統- TLIF	114/03/20	組	19,086	19,086	無									
138	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD28228Z1	捷邁多孔鉭金屬亞帝 斯實心椎間融合系 統-TLIF	114/03/20	組	19,086	19,086	無									
139	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD18297Z1	西美多孔鉭金屬椎體 替代系統-PLIF	114/03/20	組	8,841	8,841	無									
140	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD2822840	捷邁多孔鉭金屬亞帝 斯實心椎間融合系 統-PLIF	114/03/20	組	8,841	8,841	無									
141	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD002ZZ43	亞樂腰椎融合器 (TLIF)(鈦合金+ PEEK)	114/03/20	組	21,675	21,675	無									

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
142	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD003ZZ48	康鉈腰椎椎間盤融合 器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
143	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD055ZZ47	"歐梭比恩"腰椎後側 路椎間融合器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
144	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD22006XP	"實楠"鈦坦椎間融合 器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
145	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD26002XP	"實楠"鈦坦彎月椎間 融合器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
146	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD3285719	"葛柔波絲"瑟斯登腰 椎融合器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
147	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD39922M4	"美敦力"藝普斯鈦塗 層脊椎系統	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
148	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD54472JZ	"儀奎"穎特司腰椎融 合器-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
149	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD941ZZ53	喜瑞斯腰椎椎間融合 器-複合式融合器(鈦 合金+PEEK)	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
150	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD942ZZ54	利澤德腰椎椎間融合 器-複合式融合器(鈦 合金+PEEK)	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
151	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDC1941RK	"瑞寶億"肯尼斯腰 椎椎間融合器	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
152	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDTXP01AE	"柏朗"雅氏椎間盤融 合系統-TLIF	114/03/20	組	21,675	21,675	無								
153	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ43	亞樂腰椎融合器 (PLIF)(鈦合金+ PEEK)	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
154	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD002ZZ48	康鉈腰椎椎間盤融合 器-PLIF	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
155	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD051ZZ47	"歐梭比恩"腰椎後側 路椎間融合器-PLIF	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
156	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD22005XP	"實楠"鈦坦椎間融合 器-PLIF	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
157	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD54471JZ	"傑奎"穎特司腰椎融 合器-PLIF	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
158	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDPXP01AE	"柏朗"雅氏後路椎間 盤融合系統-PLIF	114/03/20	組	13,461	13,461	無								
159	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD001ZZ55	"英特格堤"飛爾霍 克腰椎椎間融合系統	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
160	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD002ZZ55	"英特格堤"飛爾霍 克腰椎椎間融合系 統-	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
161	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD3272119	"葛柔波絲"可麗泊 腰椎融合器-可擴張 式	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
162	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD3286619	"葛柔波絲"拉提斯腰 椎融合器-可變形	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
163	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD60680M4	"美敦力"開立扶可 撐開椎間融合系統	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
164	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD77707M4	"美敦力"艾樂斐特 脊椎系統	114/03/20	組	31,941	31,941	無								
165	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDPL946RK	"瑞寶億"帕西斯椎 體支柱塊	114/03/20	組	31,941	31,941	無								

報告案第4案 114年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件1】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共提會議日 期	單 位	新功能特材 新功時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
166	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDWVAZZ0T	“美德賽”瓦里安椎 間融合器	114/03/20	組	31,941	31,941	無								1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
167	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD22008XP	“寶楠”耐籠三維多 孔鈦合金椎間融合 器-TLIF	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
168	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD384ZZ51	“艾易特”腰椎融合 器-TLIF	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
169	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDJUTT61C	“司佰特”萊麗葉腰 椎融合器-TL	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
170	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDLM1ZZ49	“紐菲斯”摩得樂斯 椎間融合系統	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
171	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDT01ZZ42	“美洲豹”腰椎椎間 融合系統-TLIF	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
172	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDT3D01AE	“雅氏”3D椎體間融 合系統-Tspace3D	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
173	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDTL1ZZ56	“藍研”藍晶多孔式 椎間融合器(腰椎)- TLIF	114/03/20	組	23,619	23,619	無								
174	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD22009XP	“寶楠”耐籠三維多 孔鈦合金椎間融合 器-PLIF	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
175	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD289ZZ50	“百適”弗帝希腰椎 系統椎間/後方腰椎 融合裝置	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
176	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFD383ZZ51	“艾易特”腰椎融合 器	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
177	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDJUTP61C	“司佰特”萊麗葉腰 椎融合器-P0	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
178	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDP01ZZ42	“美洲豹”腰椎椎間 融合系統-PLIF	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
179	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDP3D01AE	“雅氏”3D椎體間融 合系統-Prosapce3D	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
180	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDPL2ZZ56	“藍研”藍晶多孔式 椎間融合器(腰椎)- PLIF	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
181	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDWMPZZ57	美杜莎椎間融合器	114/03/20	組	22,815	22,815	無								
182	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDZBLTFRK	瑞寶億里貝斯腰椎椎 間融合器-TLIF	114/03/20	組	15,400	15,400	無								
183	特殊功能及材質脊 椎間體護架(CAGE)	114/11/01	FBSFDZBLPRRK	瑞寶億里貝斯腰椎椎 間融合器-PLIF	114/03/20	組	10,723	10,723	無								
184	神經外科術中神經 功能監測(IONM)	114/12/01	FNM01SP1ZZ18	“艾迪鈦克”脊椎電 極	114/09/18	支	23,100	23,100	皮質電極(1x4、1x6)		146	21,365			1,813		
185	立體定位(3D)灌注 冷卻式診斷電燒紀 錄導管	114/12/01	CXE05PSCC1M4	“美敦力”脈優選 脈衝消融儀及組件	114/09/18		70,200	70,200	冷凍消融導管								
186	立體定位(3D)灌注 冷卻式診斷電燒紀 錄導管	114/12/01	CXE05FARA1SB	“波士頓科技”法 拉星脈衝消融導管	114/09/18		70,200	70,200									
187	立體定位(3D)灌注 冷卻式診斷電燒紀 錄導管	114/12/01	CXE05FARA2SB	“波士頓科技”法 拉星脈衝消融導- 鼻導航功能	114/09/18		70,200	70,200									
188	立體定位(3D)灌注 冷卻式診斷電燒紀 錄導管	114/12/01	CXE05YPPFAWE	“百歐森偉伯斯特 ”可調式脈衝雙向 導航導管	114/09/18		70,200	70,200									
189	人工瓣膜環	114/12/01	FHVR1PH5200E	"愛德華"菲斯歐二尖 瓣瓣膜修補環	114/09/18		34,881	34,881			934				13,805		
																	【說明】該類特材為 自付差額，不會增加 健保費用支出。
																	不影響財務支出

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層										
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)		1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)						
190	人工瓣膜環	114/12/01	FHVR1PH6200E	"愛德華"菲斯歐三尖 瓣瓣膜修補環	114/09/18		34,881	34,881																			
總計										848,400	54,739	246	47,171	246				246									

註1：資料來源：四代倉儲、特材主權、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。

註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。

註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。

註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

報告案第4案 110年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件2】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	新功能特材 專納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 - 醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 - 西醫基層		
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
1	小兒髓內釘	110/6/1	FBN09296174K	“奧沛迪”髓內釘系 統	110/3/18	組	85,571	無	85,571	400	34,228	3	257	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數Re)*申報量(千點)。(當時支付點數Re)*申報量(千 257		
2	食道置放器	110/6/1	CFE05BKM0112	貝克“食道置放器	110/3/18	個	29,886	無	29,886	1,172	35,026	41	1,287	1,287		
3	活塞接頭(三路)	110/6/1	ACS03151313	“特浦”安全三方活 栓(安適型)	110/3/18	個	25	25	146,529	147,166	7.8					
4	顱內動脈支架	110/7/1	CBN01W1NGSS9	“史賽克”溫斯班支 架系統	110/3/18	組	134,886	無	134,886	200	26,977	70	9,442	17,265		
5	顱內動脈支架	110/7/1	CBN01316149G	“艾康蒂”克霍朵支 架	110/3/18	組	134,886		134,886			58	7,823			
6	顱內動脈支架	110/7/1	CBN01GATEWS9	“波士頓科技”捷威 經皮穿腔血管擴張 術氣球導管	110/3/18	組	19,834	0	無	200	3,967			1,735		
7	顱內動脈支架	110/7/1	CBN01307089G	“艾康蒂”諾斯比經 皮穿腔成型型術氣球 導管	110/3/18	組	19,834	19,834	19,834			36	750			
8	顱內動脈支架	110/9/1	CBN01GATEWSB	“波士頓科技”捷威 經皮穿腔血管擴張 術氣球導管	新增既有 品項	組	19,834	19,834	19,834			48	986			
9	顱內動脈支架	113/7/1	CBN01WMNBC0B	“心達醫療”顱內球 囊擴張導管	新增既有 品項	組	19,834	19,834	19,834							
10	動脈鑽孔器、動脈 切開套管	110/10/1	CHAT110016S6	“司堅倫”心臟血管 外科器械(滅菌)： 主動脈打孔器	110/7/15	支	1,122	無	2,661	2,751	561	773	911	515		
11	動脈鑽孔器、動脈 切開套管	110/10/1	CHAT180271A9	奧圖旋轉式主動脈 打孔器	110/7/15	支	1,122	1,122				1,752	2,064	【說明】 該類特材自健保開辦 即納入給付，原支付 918點，110/10/1起調 整為1,122點，預估財 務增加(1,122- 918)*2,751=561,204 點。		
12	動脈鑽孔器、動脈 切開套管	110/10/1	CHAT1PUNCHGJ	“吉生”主動脈打孔 器(滅菌)	110/7/15	支	1,122	1,122					8			
13	重建型髓白護架 (Cage)	110/10/1	FBHC20308NU0	“聯合”翻修人工髖 關節-互鎖式髓白強 化器	110/7/15	組	42,981	80	42,981	150	33,063	51	2,192	506		
14	彈性髓內釘	110/10/1	FBN0847592S1	“信迪思”彈性髓內 釘植入物	110/7/15	組	8,165	無		500	371	164	1,405	225		
15	彈性髓內釘	110/10/1	FBN08004004J	“沃思坦”骨髓內釘 系統 - TEN彈性髓 內釘	110/7/15	組	8,165	8,165				20	171	【說明】 該類特材109/12/1起 生效，原支付7,423點 ，110/10/1起調整為 8,165點，預估財務增 加(8,165- 7,423)*500=371,000 點。		
16	彈性髓內釘	110/10/1	FBN084579AY2	“亞太醫療”彈性髓 內釘	110/7/15	組	8,165	8,165				57	489			
17	彈性髓內釘	110/10/1	FBN08001004K	“奧沛迪”髓內釘系 統-彈性髓內釘	110/7/15	組	8,165	8,165				63	536			
18	彈性髓內釘	110/11/1	FBN0871571V2	“鐳欵”彈性髓內釘 系統	新增既有 品項	組	8,165	8,165								
19	人工電子耳-聲音 處理器	110/11/1	FEC02CP1007C	“可立耳”核心系列 第七代人工耳蝸聲 音處理器及配件	110/7/15	組	271,309	263,169	146	161	252,381	101	26,580	1,090		
20	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	110/10/1	SCV02FE60NAE	雅氏腦血管夾-未分 類型	110/7/15	支	2,908	0	無	941	275	194	597	83		
														【說明】此類特材已達價 量協議門檻，於113年10月 1日調整支付點數，由 271,309點調整為263,169 點。		

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 - 醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 - 醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 - 西醫基層
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數 Re	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	
21	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	110/10/1	SCV029400NNM1	"瑞穗"腦動脈瘤夾- 未分類型	110/7/15	支	2,908	2,908						78	238			1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： f=(A-Re)*Re*申報量(千點)/(當時支付點數Re)*申報量(千點) 【說明】以原功能類別「腦血管夾ANEURYSM CLIP (鉗鉗合金)」，未分類型」，支付點數2,602點(市占率70%)為被替代支付點數計算。
22	血管栓塞環	110/12/1	CMV0321759SB	"波士頓科技"內部 鎖固纖維式IDC關閉系統	110/8/24	個	13,650	13,650	血管栓塞環 /EMBOLIZATIO ON COIL(合金 白金.鎢環)		21,582	2,541	2,879	288	4,128		15,790	
23	血管栓塞環	110/12/1	CMV0324894SB	"波士頓科技"因特 樂內部鎖固纖維式 閉塞系統	110/8/24	個	13,650	13,650						136	1,949			
24	血管栓塞環	110/12/1	CMV03PVHLXV9	"恩提愛"康絲朵分 離式閉塞捲-PGLA	110/8/24	個	13,650	13,650						168	2,408			
25	血管栓塞環	110/12/1	CMV03NVHLXV9	"恩提愛"康絲朵分 離式閉塞捲- NYLON	110/8/24	個	13,650	13,650						853	12,226			
26	血管栓塞環	110/12/1	CMV03TRAC1CK	"曲克"立克塔可分 離式栓塞環	110/8/24	個	13,650	13,650						21	301			
27	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA141419020JP	愛派司亞洲金屬鎖 定骨釘骨板系統組/ 壓接器	110/8/24	個	4,000	3,322	STAINLESS CABLE SLEEVE(纜線 套)		90	1800	1,707	96	335		846	
28	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1400986GD	"廣慈"金屬纜索內 固定系統-鎖緊扣	110/8/24	個	4,000	3,322						428	1,493			
29	纜線固定系統 Cable System	112/3/1	FBA1443722Y2	"亞太醫療"亞信 纜線固定系統-纜 線套	新增既有 品項	個	4,000	3,322										
30	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1417720EK	"漢奇"瑪羅鈦纜整 合鎖定式鈦板系統 -纜線及套管	110/8/24	個	5,414	4,540	STAINLESS CABLE SLEEVE(纜線 套)+特殊材質 纜線CABLE		90	3,121	【說明】 為特殊材質纜線及鈦 合金纜線套組合，使 用量及財務影響不重 複計算。於112年3月 共擬會議調整使用量 1,800	1,183	5,628		2,488	
31	纜線固定系統 Cable System	111/1/1	FBA143510020	"克萊美"纜線	新增既有 品項	個	5,414	4,540						570	2,704			
32	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1440003SN	"史耐輝"雅歌鋼索 系統-股骨轉子柄	110/8/24	個	62,000	62,000	STAINLESS CABLE BONE PLATE		8	1800	7,384	60	3,720		18,952	
33	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA143520020	"克萊美"纜線夾縮 和骨板系統-纜線夾 縮	110/8/24	個	62,000	62,000						122	7,564			
34	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1430105EK	"漢奇"瑪羅鈦纜整 合鎖定式鈦板系統 -單獨使用型纜線 夾鉤普通板	110/8/24	個	62,000	62,000						94	5,828			
35	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1430205EK	"漢奇"瑪羅鈦纜整 合鎖定式鈦板系統 -連接使用型纜線 連接骨板系統	110/8/24	個	62,000	62,000						71	4,402			
36	纜線固定系統 Cable System	113/7/1	FBA144055XY2	"亞太醫療"亞信纜 線固定系統-單獨使 用型-纜線鎖定夾鉤 骨板	新增既有 品項	個	62,000	62,000										

報告案第4案 110年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件2】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材 中文品名	通過新特材 共識會議日 期	單 位	新功能特材 新納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I
37	纜線固定系統 Cable System	113/7/1	FBA144155XY2	“亞太醫療”亞信纜 綫固定系統-連接夾 鈎鎖定骨板(1孔+連 接纜線鎖定骨板)	新增既有	個	62,000	62,000									
38	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1446150SN	"史耐輝"雅歌鋼索 系統-鈦合金骨板	110/8/24	個	35,000	34,287				34	1,166			915	
39	纜線固定系統 Cable System	112/3/1	FBA1443701Y2	“亞太醫療”亞信 纜線固定系統-壓 縮骨板	新增既有	個	35,000	34,287									
40	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA143522020	“克萊美”纜線夾縮 和骨板系統-互鎖式 骨板	110/8/24	個	62,000	62,000				38	2,356			4,424	
41	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1430305EK	“漢奇”瑪羅鈦纜整 合鎖定式鈦板系統 -單獨使用型纜線 骨板	110/8/24	個	62,000	62,000									
42	纜線固定系統 Cable System	110/10/1	FBA1430306EK	“漢奇”瑪羅鈦纜整 合鎖定式鈦板系統 -單獨使用型纜線 夾骨板	110/8/24	個	62,000	62,000				43	2,665				
43	纜線固定系統 Cable System	113/7/1	FBA144058XY2	“亞太醫療”亞信纜 綫固定系統-單獨使 用型 纜線鎖定骨板	新增既有	個	62,000	62,000									
44	纜線固定系統 Cable System	113/7/1	FBA144060XY2	“亞太醫療”亞信纜 綫固定系統-單獨使 用型 纜線鎖定夾骨 板	新增既有	個	62,000	62,000									
45	特殊材質生物組織 心臟瓣膜	110/11/1	FHVD11150AED	愛德華拾端詩乾式 瓣膜	110/8/24	個	43,613	43,613	特殊材質生物 組織心臟瓣膜 (牛心材質瓣膜)	665	【說明】 該類特材為自付差額 ，不會增加健保費用 支出。	284	12,386				不影響財務支出
46	特殊材質生物組織 心臟瓣膜	113/1/1	FHVD11140MED	愛德華麥翠絲乾式 瓣膜	新增既有	個	43,613	43,613				102	4,449				
47	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03165LLVC	“邁斯科”拋棄式血 管夾-L:11mm/10釘	110/8/24	匣	1,980	1,980	無	60,898	【說明】 原支付點數175釘 ~200釘，調整以 1,980/匣~3,360/匣。						
48	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DC5BXQW	“台灣先進”拋棄式 血管夾(5mm)-10釘	110/8/24	匣	1,980	1,980	【說明】以(108年15釘 (6,518萬)及20釘(5,342 萬)之申報點數+申報方 式由釘換為匣之增加財 務(3,486萬))/1匣(15 釘)之最低支付點數 (2,520)，預估使用量為 60,898匣。								
49	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RC5BXQW	“台灣先進”血管夾 (減菌)-5mm;10釘	110/8/24	匣	1,980	1,980									
50	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DCXLXQW	“台灣先進”拋棄式 血管夾-L:11mm;10 釘	110/8/24	匣	1,980	1,980									
51	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RCXLXQW	“台灣先進”血管夾 (減菌)-L:11mm;10 釘	110/8/24	匣	1,980	1,980									
52	內視鏡自動血管夾	111/07/01	SCV03567MLVC	“邁斯科”拋棄式血 管夾(5mm);10釘	新增既有	匣	1,980	1,980									
53	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03EL5MLET	愛惜康5毫米腹腔 鏡多釘縫合器-15釘	110/8/24	匣	2,970	2,970				11,076	34,546			8,505	【說明】以原功能類別「特 殊規格」申報件數24,636件 (多使用15釘/匣之規格)，平 均每件約使用13釘(占率 63.03%)，以200點*13釘為 被替代支付點數計算。
54	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03625LL2C	“柯惠”內視鏡自動 血管夾-15釘	110/8/24	匣	2,970	2,970				5,011	15,629				
55	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03166LLVC	“邁斯科”拋棄式血 管夾-L:11mm/15釘	110/8/24	匣	2,970	2,970				10	31				
56	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03176632C	“柯惠”5mm內視鏡 自動血管夾-16釘	110/8/24	匣	2,970	2,970				3,015	9,401				
57	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DC5B6QW	“台灣先進”拋棄式 血管夾(5mm)-16釘	110/8/24	匣	2,970	2,970				1	3				

報告案第4案 110年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件2】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	新機能特材 專納入時支付 點數	新機能特材 現行支付點數 (下列為0點係 指停止支付)	被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	新機能特材 114年(截至9月)申報數 - 醫院總額		新機能特材 114年(截至9月)實際申報點數 - 醫院總額		新機能特材 114年(截至9月)實際申報點數 - 西醫基層	
														生效日起 114年	申報點數 H (千點)	申報使用量 G	申報使用量 I (千點)	生效日起 114年(截至9月)	實際申報點數 J (千點)
58	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RC5B6QW	"台灣先進"血管夾 (滅菌)-5mm;16釘	110/8/24	匣	2,970	2,970			2,970								
59	內視鏡自動血管夾	111/07/01	SCV03568MLVC	邁斯科拋棄式血管 夾(5mm);15釘	新增既有 品項	匣	2,970	2,970			2,970			18					56
60	內視鏡自動血管夾	111/07/01	SCV03PL574AE	"雅氏"巧輪鈦金屬 氣動可重複使用 多發式縫合夾- 5mm;12釘	新增既有 品項	匣	2,970	2,970			2,970			3,855					12,022
61	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV0300005ET	"愛惜康"多釘縫合 器;內視鏡自動血管 夾-L:11mm;20釘	110/8/24	匣	3,960	3,960			3,960			3,493					14,524
62	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DCXLYQW	台灣先進拋棄式血 管夾-L:11mm;20釘	110/8/24	匣	3,960	3,960			3,960			71					295
63	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RCXLYQW	"台灣先進"血管夾 (滅菌)-L:11mm;20 釘	110/8/24	匣	3,960	3,960			3,960								
64	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03165MLVC	"邁斯科"拋棄式血 管夾-10釘	110/8/24	匣	1,680	1,680			1,680								
65	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DCXBXQW	"台灣先進"拋棄式 血管夾"-10釘	110/8/24	匣	1,680	1,680			1,680								
66	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RCXBXQW	"台灣先進"血管夾 (滅菌)-10釘	110/8/24	匣	1,680	1,680			1,680								
67	內視鏡自動血管夾	111/07/01	SCV03PL579AE	"雅氏"巧輪鈦金屬 氣動可重複使用多 發式縫合夾- 10mm;8釘	新增既有 品項	匣	1,680	1,680			1,680			1,377					2,429
68	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV031112CRG	"麥克厘"內視鏡多 發式可重複使用血 管夾-19釘	110/8/24	匣	2,520	2,520			2,520			295					781
69	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03167MLVC	"邁斯科"拋棄式血 管夾-15釘	110/8/24	匣	2,520	2,520			2,520			1					3
70	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03615ML2C	"柯惠"內視鏡自動 血管夾-20釘	110/8/24	匣	3,360	3,360			3,360			6,814					24,036
71	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03ER320ET	"愛惜康"多釘縫合 器;內視鏡自動血管 夾-20釘	110/8/24	匣	3,360	3,360			3,360			2,888					10,189
72	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03168MLVC	"邁斯科"拋棄式血 管夾-20釘	110/8/24	匣	3,360	3,360			3,360								
73	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03DCXBYQW	"台灣先進"拋棄式 血管夾"-20釘	110/8/24	匣	3,360	3,360			3,360								
74	內視鏡自動血管夾	110/11/1	SCV03RCXBYQW	"台灣先進"血管夾 (滅菌)-20釘	110/8/24	匣	3,360	3,360			3,360								102
75	氣切套管/可調式	110/12/1	CRT09U60HAHJ	"史密斯"百弗納氣 切套管與配件-可調 整易彎型	110/9/16	支	11,344	11,344	無	600	6,806			257					3,025
76	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFBBCDPTS1C	"司佰特"頸椎椎間 盤植入物	110/9/16	顆	233,658	233,658	無	1,000	233,658			45					10,515
77	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFBMBC023K	"艾迪爾"莫比頸椎 人工椎間盤	110/9/16	顆	233,658	233,658	0										
78	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFBMBC013K	"榮德爾"莫畢西頸 椎植入物	110/9/16	顆	233,658	233,658			233,658			33					6,309
79	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFB26323S1	"信迪思"波蒂斯人 工頸椎椎間盤	110/9/16	顆	233,658	233,658	0										
80	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFBPRESTM4	"美敦力"貝堤頸椎 椎間盤系統	110/9/16	顆	233,658	233,658			233,658			24					5,608
81	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFBSW289AE	"雅氏"人工頸椎椎 間盤植入物	110/9/16	顆	233,658	233,658			233,658								

報告案第4案 110年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件2】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材 中文品名	通過新特材 共識會議日 期	單 位	新功能特材 納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 - 醫院總額				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 - 西醫基層						
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*I(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)			
82	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFB11PDC12	"阿伐泰克"頸椎椎間盤植入物	110/9/16	顆	233,658	233,658				100	7,197	17	1,223		8,061						
83	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFB3094128	"科瑞亞"頸椎椎間盤植入物	110/9/16	顆	233,658	233,658	0														
84	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFB3362005	"伸特耐"脊椎"波帝斯"人工頸椎椎間盤	110/9/16	顆	233,658	233,658									50	11,683					
85	人工頸椎椎間盤	110/12/1	FBSFB5151329	"席奈斯"羅泰歐人工頸椎椎間盤	110/9/16	顆	233,658	233,658									11	2,570					
86	人工頸椎椎間盤	112/3/1	FBSFBMC5160L	"恩技"頸椎椎間盤植入物	新增既有品項	顆	233,658	233,658															
87	人工頸椎椎間盤	113/05/01	FBSFB364ZZ0Z	"席緹歐"彈性人工椎間盤	新增既有品項	顆	233,658	233,658															
88	人工頸椎椎間盤	114/1/1	FBSFB373ZZ1J	"普羅多思"珊瑚前側人工椎間盤(未滅菌)	新增既有品項	顆	233,658	233,658									2	467					
89	人工頸椎椎間盤	114/3/1	FBSFBBAGT11C	"司佰特"頸椎椎間盤植入物	新增既有品項	顆	233,658	233,658															
90	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0541510W2	"瑞德"福勒踝關節內釘系統	110/9/16	組	71,970	71,970	無								17	1,223					
91	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05EHAN0S1	"信迪思"萬向髓內釘後足關節固定系統	110/9/16	組	71,970	71,970															
92	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0501016SN	"史耐輝"髓內釘系統-後跟髓內釘	110/9/16	組	71,970	71,970									90	6,477					
93	骨髓內固定釘組	113/05/01	FBN05MASNZ55	"聖那美"踝關節固定釘系統	新增既有品項	組	71,970	71,970									5	360					
94	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05FM492Z1	"捷邁"骨釘系統-股骨組	110/9/16	組	19,036	19,036	Stainless Interlocking Nail System(NAIL X1 +SCREW X3)	1,039	2,519	7,671	28,628	198	3,948		15,525						
95	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0537230SN	"史耐輝"髓內釘系統-轉子順行釘組	110/9/16	組	19,036	19,036															
96	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0537232SN	"史耐輝"髓內釘系統-轉子順行釘組	110/9/16	組	19,036	19,036															
97	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05A2FN0S1	"信迪思"第二代順行股骨髓內釘植入物-股骨順行髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036									71	1,413					
98	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05FRN00S1	"信迪思"股骨重建髓內釘(組)	110/9/16	組	19,036	19,036									488	9,747					
99	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05UFN114J	"沃思坦"骨髓內釘系統-UFN股骨髓內釘II型	110/9/16	組	19,036	19,036									4	80					
100	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN052690FS9	"史賽克"股脛骨鎖定釘系統-股骨組	110/9/16	組	19,036	19,036									34	677					
101	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0537330SN	"史耐輝"髓內釘系統-轉子順行針釘組	110/9/16	組	19,036	19,036									96	1,919					
102	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN053510X34	"西曼"骨髓內釘系統-西非克斯解剖型股骨鎖定髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036									183	3,652					
103	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN0534107S9	"史賽克"阿法股骨鎖定釘系統/鎖定釘	新增既有品項	組	19,036	19,036															
104	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN05MFSNZ55	"聖那美"邁健髓內釘系統-股骨髓內釘組	新增既有品項	組	19,036	19,036									17	339					
105	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN055SGZZ0W	"富沃思"金屬帶鎖髓內釘系統-股骨系統	新增既有品項	組	19,036	19,036									3	60					

報4-19

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	新功能特材 專納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 - 醫院總額				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 - 醫院總額			
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： I=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數Re)*申報量(千點) (當時支付點數Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： I=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數Re)*申報量(千點) (當時支付點數Re)*申報量(千點)
106	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05RAFN0S1	“信迪思”萬向髓內 釘股骨系統-中空逆 向性股骨髓內釘	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			69	1,379				
107	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0553018SN	“史耐輝”髓內釘系 統-股骨逆行髓內釘 組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			83	1,658				
108	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0553218SN	“史耐輝”髓內釘系 統-股骨逆行髓內 釘組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036								
109	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN053560X34	“西曼”骨髓內釘系 統-西菲克斯逆行股 骨鎖定髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			105	2,090				
110	骨髓內固定釘組	112/9/1	FBN05RFNA0S1	“信迪思”進階型逆 行股骨髓內釘系統	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036			15	299				
111	骨髓內固定釘組	114/09/01	FBN05SPTRF55	“聖那美”斯貝創 逆行股骨釘	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036								
112	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN053265X34	“西曼”骨髓內釘系 統-西菲克斯解剖型 脛骨鎖定髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036	Stainless Interlocking Nail System(NAILX1 +SCREWX3)	1,039	2,780	7,671	31,595	244	4,861			13,820	
113	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05TB495Z1	“捷邁”骨釘系統-脛 骨組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			176	3,506				
114	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05ETN00S1	“信迪思”萬向脛骨 髓內釘系統-中空脛 骨髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			494	9,865				
115	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05UTN114J	“沃思坦”骨髓內釘 系統-UTN II脛骨 髓內釘II型	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036								
116	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN051SPTL4J	“沃思坦”骨髓內釘 植入物-髖上技術鎖 定型脛骨骨髓內釘 組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			6	120				
117	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN052690TS9	“史賽克”股脛骨鎖 定釘系統/脛骨組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			32	637				
118	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0555016SN	“史耐輝”髓內釘系 統-脛骨順行髓內釘 組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			99	1,979				
119	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0555116SN	“史耐輝”髓內釘系 統-脛骨順行髓內釘 組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036								
120	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0505728JP	愛派司亞洲脛骨髓 內釘系統組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036			77	1,536				
121	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0570722V2	“鑲欵”骨髓內釘系 統-脛骨髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036			19,036								
122	骨髓內固定釘組	112/11/1	FBN05TNA00S1	信迪思進階型脛骨 髓內釘系統	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036			72	1,437				
123	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN0533841S9	“史賽克”阿法脛 骨鎖定釘系統/鎖 定釘	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036								
124	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN05MTSNZ55	“聖那美”邁健髓 內釘系統-脛骨髓 內釘組	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036			16	319				
125	骨髓內固定釘組	113/5/1	FBN05S1GZZ0W	“富沃思”金屬帶 鎖髓內釘系統-脛 骨系統	新增既有 品項	組	19,036	19,036			19,036								

報告案第4案 110年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件2】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	新功能特材 財務推估		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層	
																			114年(截至9月)申報點數	114年(截至9月)實際申報點數	114年(截至9月)申報點數	114年(截至9月)實際申報點數		
1.申報年度無調整支付點數： f=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點) (當時支付點數-Re)*申報量(千點)																								
126	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05EHN00S1	“信迪思”萬向肱骨 髓內釘系統	110/9/16	組	19,036	19,036	Stainless Interlocking Nail System(NAILX1 +SCREW3)		1,039	702	7,671	7,978	2	40								6,626
127	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0570816SN	“史耐輝”髓內釘系 統-肱骨髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036							63	1,259								
128	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05019768C	“艾克曼”肱骨骨髓 內固定桿系統(組)	110/9/16	組	19,036	19,036							30	600								
129	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0527824S9	"史賽克"肱骨/近端 肱骨鎖定系統特材 (組)	110/9/16	組	19,036	19,036							8	160								
130	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN053297X34	“西曼”骨髓內釘系 統-西非克斯解剖型 肱骨鎖定髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036							134	2,669								
131	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05QHN8525	“卡伯菲”皮克羅髓 內釘系統 - 肱骨髓 內釘組	110/9/16	組	19,036	0																
132	骨髓內固定釘組	111/07/01	FBN05HMH114Z1	“捷邁”艾菲肱骨 髓內釘系統	新增既有 品項	組	19,036	19,036							13	260								
133	骨髓內固定釘組	113/05/01	FBN05SHGZZ0W	“富沃思”金屬帶 鎖髓內釘系統-肱 骨系統	新增既有 品項	組	19,036	19,036																
134	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05MHN00S1	"信迪思"多方向鎖 定肱骨髓內釘系統 (組)	110/9/16	組	19,036	19,036							82	1,638								
135	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN05MHN01S1	"信迪思"多方向鎖 定肱骨髓內釘系統 (組)	110/9/16	組	19,036	19,036							243	4,846								
136	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0570721V2	“鏡鈺”骨髓內釘系 統-多方向交鎖式肱 骨髓內釘組	110/9/16	組	19,036	19,036																
137	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0501AHN4J	“沃思坦”骨髓內釘 植入物-肱骨多維鎖 定骨髓內釘組(搭配 一支Multiloc Screw)	110/9/16	組	19,036	19,036							8	157								
138	骨髓內固定釘組	110/12/1	FBN0502AHN4J	“沃思坦”骨髓內釘 植入物-肱骨多維鎖 定骨髓內釘組(搭配 2支MultiLoc Screw)	110/9/16	組	19,036	19,036																
139	經導管置換肺動脈 瓣膜套組	110/12/1	FHV0500000WH	柏世大經導管肺動 脈瓣膜系統	110/9/16	組	980,000	980,000	無			30		29,400	41	40,180							40,180	
140	經導管置換肺動脈 瓣膜套組	110/12/1	FHV05MPB10M4	“美敦力”美樂帝經 導管肺動脈瓣膜及 “美敦力”美樂帝經 導管肺動脈瓣膜輸 送系統	110/9/16	組	980,000	980,000															【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年12月1日調整支付 點數，由980,000點調整為 90,1600點。	
141	大腸支架	110/12/1	CFC01WFLCLSB	“波士頓科技”華勒 斯腸道支架系統－ 結腸支架	110/10/12	組	48,878	48,878	無			333		16,276	73	3,568							9,482	
142	大腸支架	110/12/1	CFC01CXT18WH	"泰悟"結腸支架	110/10/12	組	48,878	48,878							53	2,591								
143	大腸支架	110/12/1	CFC0124748QS	"博娜"結直腸支架	110/10/12	組	48,878	48,878							23	1,124								
144	大腸支架	110/12/1	CFC01C0L02FG	"福萊克斯"十二指 腸-結腸/直腸自擴 式支架系統	110/10/12	組	48,878	0																

報4-21

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	新功能特材 納入時支付 點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層
								被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共識會議討論之推估量 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
145	大腸支架	110/12/1	CFC01EV0C1CK	“曲克”愛佛盧迅 十二指腸/直腸支架 系統-直腸支架系統	110/10/12 組	48,878	48,878						5	244		
146	大腸支架	110/12/1	CFC01322179M	“美安科技”結腸/直 腸支架	110/10/12 組	48,878	48,878						39	1,857		
147	大腸支架	113/5/1	CFC01JNCSDJV	“日本來富恩”大 腸支架	新增既有 組 品項	48,878	48,878						2	98		
148	大腸支架	114/09/01	CFC01BCSZZ2E	“伯納斯登”結直 腸支架	新增既有 組 品項	48,878	48,878									
149	硬腦膜外麻醉導管 組	110/12/1	CAE01FM001ES	“艾飛斯”低阻力針 筒	110/10/12 支	380	380	硬膜外麻醉針 套(含NEEDLE+ CATHETER+FI LTER或 SYRINGE)		13,456	30,886	149	28	7,135	11	6
150	液態栓塞系統	110/12/1	CMV07NLE15M4	“美敦力”奧尼斯液 態周邊栓塞系統 (1.5ml)	110/10/12 瓶	36,117	36,117	無		300	10,835		5	181		3,341
151	液態栓塞系統	110/12/1	CMV07NLE60M4	“美敦力”奧尼斯液 態周邊栓塞系統 (6ml)	110/10/12 瓶	90,293	90,293	無					35	3,160		
152	微球粒栓塞物	110/12/1	CMW01EGGEL27	“伊格”明膠微粒栓 塞物	110/10/12 瓶	2,718	2,718	無		8,450	22,967		4,921	14,047		14,047
153	微球粒栓塞物	114/05/01	CMW01NEXZZ21	“奈克斯特”明 膠栓塞物	新增既有 瓶 品項	2,718	2,718	無								
總計												675,619	433,937	235,281		

註1：資料來源：四代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03擷取)
註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。
註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。
註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。
註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。
註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共識會議日期以「新增既有品項」註記。

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		新機能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	被替代品項 支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	
1	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC09VE120AN	“安吉美爾德”巴德維 尼弗靜脈支架系統 (40:120mm)	110/10/12	組	51,700	51,700	無		300	15,510	38	1,965		
2	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC09ABREVM4	“美敦力”艾博瑞靜脈 自膨式支架系統	110/10/12	組	51,700	51,700					64	3,361		
3	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC09WSTLVS	“波士頓科技”韋斯登 腔靜脈支架系統	110/10/12	組	51,700	51,700					10	517		
4	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC093451238	“合約醫療”不老福靜 脈支架系統 (40:120mm)	110/10/12	組	51,700	51,700								
5	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC09VE140AN	“安吉美爾德”巴德維 尼弗靜脈支架系統 (121mm以上)	110/10/12	組	51,700	51,700								
6	周邊靜脈支架系 統	111/1/1	CBC093451538	“合約醫療”不老福靜 脈支架系統(121mm 以上)	110/10/12	組	51,700	51,700								
7	周邊靜脈支架系 統	112/11/1	CBC09AB150M4	“美敦力”艾博瑞靜脈 自膨式支架系統- 121mm以上	新增既有 品項	組	51,700	51,700								
8	電極導線	111/1/1	LEE0101CPRZ2	“卓爾”拋棄式去顫電 極-電極貼片	110/11/18	組	1,992	1,992	非侵入性暫時心律調 節之電極貼片(成人)		20,956	1,340	438	916		587
9	電極導線	113/1/1	LEE0102CPRZ2	“卓爾”拋棄式去顫 電極-電極貼片	新增既有 品項	組	1,992	1,992					1	2		
10	延長式連結器	111/3/1	FBSF64813NS9	“史賽克”四點五喜爾 脊椎系統-延長式連結 器	111/1/20	支	12,179	12,179	TITANIUM SPINAL CROSSLINK(適用於兒 童或體型嬌小者)		45	126	4	51		25
11	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1XTP94M0	“美德康”短期血液透 析導管與配件-小兒	111/1/20	組	2,031	2,031	無		180	116				10
12	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1170092C	“柯惠”急性血液透析 導管(C+N+G+D)-小 兒	111/1/20	組	2,031	2,031								
13	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1390032C	“柯惠”急性血液透析 導管(C+N+G+D)-小 兒	111/1/20	組	2,031	2,031					5	11		
14	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1460012C	“柯惠”急性血液透析 導管(C+N+G+D)-小 兒	111/1/20	組	2,031	2,031								
15	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1390062C	“柯惠”急性血液透析 導管(C+N+G+D)-小 兒	111/1/20	組	2,031	2,031								
16	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1390012C	“柯惠”急性血液透析 導管(C+N+G+D)-小 兒	111/1/20	組	2,031	2,031					10	21		
17	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD1HD001BQ	“邦特”血液透析導管 組-小兒	111/1/20	組	2,031	2,031								
18	雙迴路透析導管 組	113/1/1	CKDD10FR2P8F	“艾貝爾”一次性使 用血液透析導管及配 件(小兒雙腔)	新增既有 品項	組	2,031	2,031								
19	雙迴路透析導管 組	111/3/1	CKDD2SL02PM0	“美德康”矽質血液透 析導管與配件-小兒	111/1/20	組	6,040	6,040			40	101	27	171		68

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日 期	單 位	新功能特材 新入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
20	雙迴路透析導管組	111/3/1	CKDD2SL08PM0	“美德康”長期矽質血液透析導管與配件-小兒	111/1/20	組	6,040	6,040	【說明】 原支付點數3,509點，111/3/1拆分出兒童使用之功能核價類別，調整支付點數為6,040點，財務支出共101,000點【6,040-3,509*40】。	871	58	6,316	1,960				
21	客製化電腦輔助型顱顏骨固定系統組(骨網片+骨釘)	111/4/1	FPP08KTGB465	“西安康拓”顱骨修補系統	111/1/20	組	108,893	108,893	【說明】 目前顱骨缺損修補，仍以Ti-Mesh為主流，本案醫材主要用於某些其達不到的情況，且使用上需事前審查，爰預估使用量約為Ti-Mesh的10%~15%。	48	90,744	316	15%	316	48	90,744	
22	青光眼引流裝置	111/4/1	FAD013422652	保羅青光眼房水引流植入物	111/1/20	組	28,855	28,855	青光眼房水引流裝置(含引流管及水庫體-聚丙烯)	60	19,900	537	65	1,969	657		
23	青光眼引流裝置	111/4/1	FAD01K120951	愛減青光眼用舒壓導流瓣膜	111/1/20	組	28,855	28,855	【說明】 本案特材相對應診療項目為「青光眼導管置入術(診療項目代碼：85823B)」，依學會代表及與會專家共識，年使用量約為60組。					1	30		
24	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1MTRPLS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	0	無	4,050	278,442	【說明】 每人給付3個骨板及18支骨釘為限，計206,253點【38,151*3+5,100*18】，預估使用量510人修正為1,350人，財務支出共278,441,550點【206,253*1,350】。	841	30,160	182,410	【說明】此類特材已達價量協議門檻，於113年7月1日調整支付點數，由38,151點調整為35,862點。	
25	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1MXXRPLS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862	【說明】 每人給付3個骨板為限，預估使用量510人修正1,350人，預估年使用量4,050【1350*3】。								
26	肋骨固定骨板	111/12/1	FBPR1RFBRPWR	“生邁”藍帶肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	0									
27	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR106178JP	愛派司肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862					1,027	36,830			
28	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR17083253	鉗賽鏢固定系統-2.4mm 鎖定加壓骨板(肋骨)	111/1/20	個	38,151	35,862									
29	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR141106Y2	“亞太醫療”肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862					69	2,474			
30	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR12950854	“奧澄”肋骨骨板系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862					244	8,750			
31	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR10000156	“柯斯達”肋骨固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862					433	15,528			
32	肋骨固定骨板	111/5/1	FBPR1RSRBP57	“芮思特”鈦金屬內固定系統-肋骨骨板	111/1/20	個	38,151	35,862					142	5,113			
33	肋骨固定骨板	111/9/1	FBPR173581V2	“鐳鈦”胸肋骨板系統-肋骨板	新增既有品項	個	38,151	35,862									
34	肋骨固定骨板	111/11/1	FBPR1S240P78	“潔和”亞理士胸骨及肋骨固定系統-肋骨骨板	新增既有品項	個	38,151	35,862					11	394			
35	肋骨固定骨板	113/5/1	FBPR1RBL138C	“艾克曼”肋骨骨板系統-肋骨骨板	新增既有品項	個	38,151	35,862									
36	肋骨固定骨板	112/1/1	FBPR107504JP	愛派司加長解剖型肋骨鎖定固定系統	新增既有品項	個	38,151	35,862									

報4-24

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		新機能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)		申報使用量 I
37	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR1MTRSCS1	“信迪思”梅翠思肋骨 固定系統-肋骨骨釘	111/1/20	支	5,100	0				24,300				1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點) 【說明】此類特材已達價量 協議門檻，於113年7月1日調 整支付點數，由5,100點調整 為4,794點。	
38	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR1MXRSCS1	“信迪思”梅翠思肋骨 固定系統-肋骨骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794					5,066	25,438			
39	肋骨鎖定制骨釘	111/12/1	FBSR1RFBRSWR	“生達”藍帶肋骨固定 系統-肋骨骨釘	111/1/20	支	5,100	0									
40	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR106178JP	愛派司肋骨固定系 統-肋骨鎖定制骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794					6,161	30,827			
41	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR17083353	鉗賽鏢固定系統-肋 骨鎖定制骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794									
42	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR144207Y2	“亞太醫療”肋骨固定 系統-2.4,2.7,2.9鎖定制 骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794					414	2,084			
43	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR12950854	“奧澄”骨釘系統- 2.7mm互鎖骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794					1,430	7,147			
44	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR10000256	“柯斯達”肋骨固定系 統-鎖定制骨釘	111/1/20	支	5,100	4,794					2,589	12,965			
45	肋骨鎖定制骨釘	111/5/1	FBSR1RSRBS57	“芮恩特”鈦金屬內固 定系統-肋骨鎖定制骨 釘	111/1/20	支	5,100	4,794					844	4,266			
46	肋骨鎖定制骨釘	111/9/1	FBSR173582V2	“鑲鈦”胸肋骨板系 統-肋骨鎖定制骨釘	新增既有 品項	支	5,100	4,794									
47	肋骨鎖定制骨釘	111/11/1	FBSR152XLS78	“潔和”亞理士胸骨及 肋骨固定系統-肋骨 骨釘	新增既有 品項	支	5,100	4,794					68	342			
48	肋骨鎖定制骨釘	112/7/1	FBSR1208SCS1	“信迪思”梅翠思肋骨 固定系統自鎖骨釘	新增既有 品項	支	5,100	4,794									
49	肋骨鎖定制骨釘	112/7/1	FBSR14236554	“奧澄”肋骨固定系 統-2.7mm互鎖骨釘	新增既有 品項	支	5,100	4,794					18	91			
50	肋骨鎖定制骨釘	113/5/1	FBSR1RBL128C	“艾克曼”肋骨骨板 系統-肋骨骨釘	新增既有 品項	支	5,100	4,794									
51	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA02176228B	“拜歐博”ㄇ型釘	111/3/17	個	19,551	19,551	鈦路鉗ㄇ型骨釘、埋 頭中空加壓骨釘	100% 、50%	400 、360	1,000	978、 12,000	17,000		371	
52	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0240120W2	“瑞德”夏勒足踝骨釘 骨板系統-爪型骨板 骨釘組	111/3/17	組	19,551	19,551		【說明】 替代健保ㄇ型釘400 支、健保埋頭中空加壓 骨釘180支，另420支由 原使用自費醫材轉為使 用本特材。			【說明】 財務支出16,999,800點 【(19,551- 978)*400+(19,551- 12,000)* 180+19,551*420】。				
53	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0243110W2	“瑞德”夏勒足踝骨釘 骨板系統-加壓骨釘 (加壓騎馬釘)	111/3/17	組	19,551	19,551					20	411			
54	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0240130W2	“瑞德”夏羅特足踝固 定系統-爪型骨板組	111/3/17	組	19,551	19,551									
55	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA0243111W2	“瑞德”夏羅特足踝固 定系統-加壓骨釘	111/3/17	個	19,551	19,551									
56	ㄇ形骨釘 BONE STAPLE	111/5/1	FBA02294668C	“艾克曼”動力加壓式 骨板	111/3/17	組	19,551	19,551									
57	周邊血管內套膜 支架	111/6/1	CBC07BXA01GX	“戈爾”威爾特球囊擴張 式人工血管支架- 含生物表面肝素塗層	111/1/20	組	87,800	87,800	周邊動脈血管支架及 傳輸裝置-含生物表面 肝素塗層(自膨式支架 含人工血管，支架長 25-99mm)、周邊動脈 血管支架及傳輸裝置 (球囊式覆膜支架，直 徑5-11mm)、周邊動脈 血管支架及傳輸裝置 (球囊式覆膜支架，直 徑12-16mm)	15%、 90%、 90%	2789、 746、21	1,212	64,552、 79,852、 95,078	15,854	561	49,256	1,137

【說明】
被替代品項年使用量分
別為418
【2789*15%*1%】、
772
【746*90%*15%】、22
【42*90%*15%】
財務支出15,853,520點
【(87,800-
64,552)*418+(87,800-
79,852)*772】。

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 新納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 新納入時 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 新納入時 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)
58	深層腦部刺激器 之立體定位套組	111/6/1	FND04FM400M4	“美敦力”基準點標記 物(5個)	111/3/17	組	30,600	30,600	無	283	21,996	54	1,652	6,787	
59	深層腦部刺激器 之立體定位套組	111/6/1	FND04FC291M4	“美敦力”微目標新動 驅動系統及“美敦力” 微目標電極(植入管 套組1組及微目標電 極1個)	111/3/17	組	34,250	34,250	99						
60	深層腦部刺激器 之立體定位套組	113/1/1	FND04ST1ZZ0N	“艾爾發”微電極記 錄系統用配件(植入 管套組1組及微目標 電極1個)	新增既有 品項	組	34,250	34,250							
61	深層腦部刺激器 之立體定位套組	113/9/1	FND04MT1ZZ1F	“弗亥西”微塔立體 定位用插入管及“弗 亥西”微塔立體定位 電極(植入管套組1個 及微目標電極1個)	新增既有 品項	組	34,250	34,250				58	3,135		
62	深層腦部刺激器 之立體定位套組	111/6/1	FND04FC292M4	“美敦力”微目標新動 驅動系統及“美敦力” 微目標電極(植入管 套組1組及微目標電 極2個)	111/3/17	組	54,050	54,050	184						
63	深層腦部刺激器 之立體定位套組	113/1/1	FND04ST2ZZ0N	“艾爾發”微電極記錄 系統用配件(植入管 套組1組及微目標電 極2個)	新增既有 品項	組	54,050	54,050				37	2,000		
64	深層腦部刺激器 之立體定位套組	113/9/1	FND04MT2ZZ1F	“弗亥西”微塔立體定 位用插入管及“弗亥 西”微塔立體定位電 極(植入管套組1個及 微目標電極2個)	新增既有 品項	組	54,050	54,050							
65	輸尿管組	111/7/1	CKD0103901CK	“曲克”舒美列雙豬尾 支架組-兒科	111/5/19	組	4,500	4,500	無	200	900	10	47	47	
66	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV01SPB01AE	雅氏-史密伯格 顱內 壓監測器-測量探針	111/3/17	組	19,607	17,646	無	2,100	61,483	1,202	22,271	73,529	
67	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182631CM	“柯特曼”顱內壓監視 器用監測裝置-顱內 壓監測裝置基本組	111/3/17	組	19,607	17,646				373	6,908		
68	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182632CM	“柯特曼”顱內壓監視 器用監測裝置-顱內 壓監測裝置	111/3/17	組	19,607	17,646				722	13,377	【說明】此類特材已達價量 協議門檻，於113年7月1日調 整支付點數，由19,607點調整 為17,646點。	
69	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV0182638CM	“柯特曼”顱內壓監視 器用監測裝置-顱內 壓監測裝置顱栓組	111/3/17	組	19,607	17,646							
70	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011104G79	“納特思”凱米諾顱內 壓監測導管	111/3/17	組	19,607	17,646				98	1,818		
71	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV019294692	“諾美德科”顱內監測 器-導管 (NEUROVENT-P/顱 內壓)	111/3/17	組	19,607	17,646				1,226	22,715		
72	顱內壓監測裝置	114/09/01	CPV01685SBCM	“柯特曼” 顱內壓監 測器用監測裝置 - 顱栓組	新增既有 品項	組	19,607	17,646							
73	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011104H79	“納特思”凱米諾顱內 壓監測導管-具其他 附加功能(引流)	111/3/17	組	22,565	20,308	900			23	490		
74	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV011CP82CM	“柯特曼”顱內壓監測 系統-腦式 室監測導管組	111/3/17	組	22,565	20,308							
75	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV01SPB02AE	雅氏-史密伯格 顱內 壓監測器-測量探針 套組	111/3/17	組	22,565	20,308				199	4,243	【說明】此類特材已達價量 協議門檻，於113年7月1日調 整支付點數，由22,565點調整 為20,308點。	
76	顱內壓監測裝置	111/7/1	CPV019295692	“諾美德科”顱內監測 器-導管 (NEUROVENT/顱內 壓+引流drainage)	111/3/17	組	22,565	20,308				80	1,706		

報4-26

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別/中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
77	顧內壓監測裝置	114/09/01	CPV0186854CM	柯特曼”顧內壓監測 腦室導管	新增既有	組	22,565	20,308	0	無	2,338	199,604	176,284	【說明】此類特材已達價量 協議門框，於113年7月1日調 整支付點數，由68,000點調整 為61,200點。			
78	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0318397DP	"帝富"康富脊椎骨水 泥(7cc.)	111/3/17	組	68,000	0	無	【說明】以2億框定預 算，由CDE推算預估使 用人次。				9	551		
79	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0318391DP	"帝富"康富脊椎骨水 泥(11cc.)	111/3/17	組	68,000	0		692	41,861						
80	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0328391DP	"帝富"康富脊椎骨水 泥系統	111/3/17	組	68,000	61,200		242	14,810						
81	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03T321K63	"特科漢"海維佳脊椎 骨水泥系統	111/3/17	組	68,000	61,200		225	13,709						
82	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0304066S9	"史賽克"高黏度脊椎 骨水泥特材-20g	111/3/17	組	68,000	61,200		111	6,793						
83	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033426870	"肯而益"穩固椎體成 形術高黏度骨水泥	111/3/17	組	68,000	61,200		190	11,631						
84	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03CX01AM4	"美敦力"愛派克骨水 泥	111/3/17	組	68,000	61,200		531	32,375						
85	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033319380	"泰格瑞斯"曼帝克高 密度骨水泥系統	111/3/17	組	68,000	61,200									
86	脊椎骨水泥	112/1/1	FBA03VA0025Y	"汎特海"椎體用高黏 度骨水泥	新增既有	組	68,000	61,200	品項								
87	脊椎骨水泥	112/7/1	FBA03VA0035Y	"汎特海"椎體用高黏 度骨水泥系統13cc	新增既有	組	68,000	61,200	品項	53	3,244						
88	脊椎骨水泥	112/7/1	FBA03VTFHV0A	"埃利埃"維替菲斯 高黏度脊椎骨水泥 (滅菌)	新增既有	組	68,000	61,200	品項	30	1,836						
89	脊椎骨水泥	113/3/1	FBA03SBTVPMR	"美瑞特"史達挺椎 體成形術骨水泥系統	新增既有	組	68,000	61,200	品項	2	122						
90	脊椎骨水泥	113/5/1	FBA03SBTBCMR	"美瑞特"史達挺高 黏度骨水泥及攪拌系 統	新增既有	組	68,000	61,200	品項								
91	脊椎骨水泥	113/11/01	FBA03VA0045Y	"肇力美舒柏司"椎 體用骨水泥	新增既有	組	68,000	61,200	品項	2	122						
92	脊椎骨水泥	114/3/01	FBA03CMV03WG	"台微醫"椎體成形 術骨水泥	新增既有	組	68,000	61,200	品項	3	184						
93	脊椎骨水泥	114/11/01	FBA03888ZZ2P	"脊益"威固顯影高 黏度骨水泥	新增既有	組	68,000	61,200	品項								
94	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03TM45263	"特科漢"椎體成形術 骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		332	6,294						
95	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0304062S9	"史賽克"顯影脊椎骨 水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		112	2,117						
96	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA033427171	"肯而立"菲斯特椎體 成形術骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		148	2,797						
97	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03SPN0173	"泰克美"脊固骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		333	6,289						
98	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0333001464	"寶利氏"歐斯特保普 樂斯脊椎骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000									
99	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA032059164	"寶利氏"歐斯特保普 椎專用骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		525	9,917						
100	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03012304T	"泰瑞斯"蒙締客脊椎 用成形骨泥	111/3/17	組	20,000	18,000		266	5,002						
101	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA0313C204T	"泰瑞斯"蒙締客脊椎 用成形骨泥組	111/3/17	組	20,000	18,000									
102	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BA0015Y	"肇力美椎體骨水泥 (滅菌)	111/3/17	組	20,000	18,000		211	3,987						
103	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BA00167	琳栢椎體骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000									
104	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA031031074	"艾普"邦恩斯脊椎專 用骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000		16	302						

報4-27

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數		新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數		新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	
105	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03213BC83	“泰科妮美”歐瑟菲斯 骨水泥	111/3/17	組	20,000	0								1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	
106	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA034129S19	“葛柔波絲”佛崔斯帕 思骨水泥-脊椎用	111/3/17	組	20,000	18,000									
107	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03GUTW172	“強翼”脊固骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000					185	3,497			
108	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BAR2075	“佰門”巴克萊骨水泥- 脊椎用 20g	111/3/17	組	20,000	18,000					3	57			
109	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03BAR3075	“佰門”巴克萊骨水泥- 脊椎用 30g	111/3/17	組	20,000	18,000									
110	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03CMV01WG	“台微醫”椎體成形術 骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000					177	3,345			
111	脊椎骨水泥	111/7/1	FBA03333667E	“奧斯特”注射式脊椎 骨水泥	111/3/17	組	20,000	18,000					279	5,273			
112	脊椎骨水泥	112/9/1	FBA03010ZZ08	“邦歐斯”注射式骨 水泥	新增既有 品項	組	20,000	18,000					5	95			
113	脊椎骨水泥	113/1/1	FBA03010ZZ10	“歐速德”脊椎成型 骨水泥	新增既有 品項	組	20,000	18,000									
114	脊椎骨水泥	113/5/1	FBA03CMVZZ0V	“聯創愛凱福”椎體 成形術骨水泥	新增既有 品項	組	20,000	18,000					4	76			
115	脊椎骨水泥	113/5/1	FBA03VTC00S1	“帝富信迪思”維特 生脊椎增強用骨水泥	新增既有 品項	組	20,000	18,000									
116	冠狀動脈前置導 管	111/8/1	CGPGIT0R02AS	“朝日”通納斯支撐導 管	111/5/19	條	11,536	11,536	無		1,400	16,150	103	1,248		17,176	
117	冠狀動脈前置導 管	111/8/1	CGPGIT0R01AS	“朝日”微導管-Tornus	111/5/19	條	11,536	11,536					5	61			
118	冠狀動脈前置導 管	111/11/1	CGPGICS126AS	“朝日”科塞爾微導管	新增既有 品項	條	11,536	11,536					1,311	15,868			
119	無導線心律調節 器	111/8/1	FHP03MC1AVM4	“美敦力”脈克拉無導 線房室傳導節律系統 及“美敦力”脈克拉親 水性塗層血管導引鞘	111/5/19	組	393,845	393,845	單腔無導線心律調節 器(含導引鞘)		120	336,620	36	14,178		2,060	
120	無導線心律調節 器	113/9/1	FHP03MCEAVM4	美敦力脈克拉第二代 無導線節律系統-雙 腔+“美敦力”脈克拉 親水性塗層血管導引 鞘	新增既有 品項	組	393,845	393,845					7	2,757			
121	踴瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	111/9/1	FBNG1P2170S1	“信迪思”長股骨髓內 釘系統_上端長股骨髓 內釘組(長度170mm)	111/5/19	組	45,000	40,500	TITANIUM Gamma 3 Locking Nail System(NAILX1+SCRE WX3)、DHS Compression Hip Screw System(PLATE+LAG SCREW+COM.SCREW)	2,177、 1,907	1,960	19,036、 6,796	45	1,976		19,468	
122	踴瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	111/9/1	FBNG1052729R	愛派司亞洲解剖型髓 內釘系統組_亞洲解剖 型前傾髓部髓內釘 _XS(長度170mm)	111/5/19	組	45,000	40,500	【說明】 參考HTA報告，以本案 特材納入給付後之使用 佔率50%推估，替代 TITANIUM Gamma 3 Locking Nail System(NAILX1+SCRE WX3)1,700組及DHS Compression Hip Screw System(PLATE+LAG SCREW+COM.SCREW) 260組，預估年使用量 為1,960組。	【說明】 財務支出54,071,840點 【(45,000- 19,036)*1,700+(45,000 -6,796)*260】。	126	5,540			【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由45,000點調整為40,500 點。		

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日 期	單 位	新功能特材 新納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層		
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)
123	珈瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	112/1/1	FBNGI08PFA4J	沃思坦"骨髓內釘系 統-PFNA(長度 170mm)	新增既有 品項	組	45,000	40,500									
124	珈瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	112/1/1	FBNGI22APF4J	"沃思坦"亞洲型骨髓 內釘系統- APFN亞洲 型骨髓內釘組(長度 170mm)	新增既有 品項	組	45,000	40,500				120	5,252				
125	珈瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	112/1/1	FBNGI7352253	鉑賽鐸股骨近端髓內 釘系統-長度170mm 搭配螺旋刀片	新增既有 品項	組	45,000	0									
126	珈瑪式骨髓內固 定釘組 GAMA LOCKING NAIL SYSTEM	112/4/1	FBNGISBDTCS1	"信迪思"進階型股骨 近端髓內釘系統-短 髓內釘刀片組	自付差額 轉全額給 付	組	45,000	40,500				616	26,891				
127	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	111/9/1	SCV0208051AE	"雅氏" 鈦合金腦血管 瘤夾	111/7/21	支	11,500	11,500	腦血管夾ANEURYSM CLIP(鈦鉻合金),未分 類型		1,064	1,550	2,908	13,318	572	6,903	7,054
128	腦血管夾 ANEURYSM CLIP	111/9/1	SCV0217001M1	"瑞穗"腦動脈瘤夾(鈦 合金)	111/7/21	支	11,500	11,500	【說明】 按106年至110年 健保申報量及自費申報 量之最高量推估，預估 年使用量1,550支。					249	3,007		
129	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	111/10/1	SAU0760AXT2C	"柯惠"內視鏡自動手 術縫合槍及縫合釘- tri-staple/黑釘(60mm 且釘閉合高度 >=3mm)	111/7/21	匣	6,774	6,774	鈦金屬釘匣/旋轉式鈦 金屬釘匣(手術切割縫 合用)≥60mm(4排釘/6 排釘)	6%	80,092	4,810	5,891	4,247	2,376	16,897	4,169
130	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	112/1/1	SAU07CNC60J8	南京邁迪欣-一次性階 梯型腔鏡切割吻合器 和釘倉-縫合釘(TRI- STAPLE/黑釘(60mm 且釘閉合高度 >=3mm))	新增既有 品項	匣	6,774	6,774						79	562		
131	鈦金屬釘匣(GIA 自動手術縫合器 用)	111/10/1	SAU0745AXT2C	"柯惠"內視鏡自動手 術縫合槍及縫合釘- tri-staple/黑釘(45mm 且釘閉合高度 >=3mm)	111/7/21	匣	5,569	5,569	鈦金屬釘匣/旋轉式鈦 金屬釘匣(手術切割縫 合用)45mm 59mm(4 排釘/6排釘)			2,266		2,266	13,247		
132	內視鏡自動手術 縫合器(直線型)	111/10/1	SAU08PVE35ET	"愛惜康"愛喜龍可彎 式高階定位電動血管 縫合器	111/7/21	支	12,500	12,500	無			6,500		81,250	3,041	39,872	39,872
133	人工真皮	111/10/1	WDD09PN00691	皮敷美人工真皮 (20MM*30MM)PELN AC ARTIFICIAL DERMIS	111/7/21	片	4,145	4,145	無			430		14,279			2,340
134	人工真皮	111/10/1	WDD09TD006TM	"奧林柏斯泰爾茂" 貼得適人造真皮 (2.5CM*2.5CM)	111/7/21	片	4,145	0	無								
135	人工真皮	113/5/1	WDD09006ZZ0S	而至貼得適人造真皮 (2.5cm*2.5cm)	新增既有 品項	片	4,145	4,145	無					8	35		
136	人工真皮	111/10/1	WDD09PN01291	皮敷美人工真皮 (40MM*30MM)	111/7/21	片	4,620	4,620	無								
137	人工真皮	111/10/1	WDD09TD013TM	"奧林柏斯泰爾茂" 貼得適人造真皮 (2.5cm*5cm)	111/7/21	片	4,620	0	無								
138	人工真皮	112/1/1	WDD09KR0110E	可倍絲人工真皮 (3cm*3.5cm)	新增既有 品項	片	4,620	0	無								
139	人工真皮	113/5/1	WDD09013ZZ0S	而至貼得適人造真皮 (2.5cm*5cm)	新增既有 品項	片	4,620	4,620	無						2	5	
140	人工真皮	111/10/01	WDD092021TN7	"茵特葛拉"真皮再生 模板(5cm*5cm)	111/7/21	片	9,714	9,714	無								

報4-29

報告案第4案 111年起收載新功能特材申報情形報告案

【附件3】

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共識會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 新效能特材				新功能特材 新效能特材				
									核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 成長率或 (2)E=共識會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	114年(截至9月)申報數 -醫院總額		114年(截至9月)申報數 -西醫基層		114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層	
														申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I	申報點數 J (千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*G(千點)	2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	1.申報年度無調整支付點數： F=(A-Re)*I(千點)	2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
141	人工真皮	111/10/1	WDD0962021N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(5cm*5cm)	111/7/21	片	9,714	9,714	無												
142	人工真皮	111/10/1	WDD0982021N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(5cm*5cm)	111/7/21	片	9,714	9,714	無												
143	人工真皮	111/10/1	WDD09M2021N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(5cm*5cm)	111/7/21	片	9,714	9,714	無												
144	人工真皮	111/10/1	WDD09PN02491	皮敷美人工真皮 (40mm*60mm)	111/7/21	片	9,714	9,714	無							13	133				
145	人工真皮	111/10/1	WDD09TD025TM	“奧林柏斯泰爾茂” 貼得適人造真皮 (5cm*5cm)	111/7/21	片	9,714	0	無												
146	人工真皮	112/1/1	WDD09KR0210E	可倍絲人工真皮 (3cm*7cm)	新增既有 品項	片	9,714	0	無												
147	人工真皮	113/5/1	WDD09025ZZ0S	而至貼得適人造真皮 (5cm*5cm)	新增既有 品項	片	9,714	9,714								5	51				
148	人工真皮	111/10/1	WDD09PN04991	皮敷美人工真皮 (82mm*60mm)	111/7/21	片	16,717	16,717	無												
149	人工真皮	111/10/1	WDD09PN07491	皮敷美人工真皮 (82mm*90mm)	111/7/21	片	24,481	24,481	無												
150	人工真皮	112/1/1	WDD09KR0700E	可倍絲人工真皮 (7cm*10cm)	新增既有 品項	片	24,481	0	無												
151	人工真皮	111/10/1	WDD09PN09891	皮敷美人工真皮 (82mm*120mm)	111/7/21	片	33,208	33,208	無												
152	人工真皮	111/10/1	WDD09TD100TM	皮敷美人工真皮 (82mm*120mm)	111/7/21	片	33,208	0	無												
153	人工真皮	113/5/1	WDD09100ZZ0S	而至貼得適人造真皮 (10cm*10cm)	新增既有 品項		33,208	33,208	無							12	398				
154	人工真皮	111/10/1	WDD094051TN7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*12.5cm)	111/7/21	片	35,841	35,841	無												
155	人工真皮	111/10/1	WDD0964051N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*12.5cm)	111/7/21	片	35,841	35,841	無												
156	人工真皮	111/10/1	WDD0984051N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*12.5cm)	111/7/21	片	35,841	35,841	無							6	215				
157	人工真皮	111/10/1	WDD09M4051N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*12.5cm)	111/7/21	片	35,841	35,841	無												
158	人工真皮	111/10/1	WDD094101TN7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*25cm)	111/7/21	片	43,131	43,131	無												
159	人工真皮	111/10/1	WDD0964101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*25cm)	111/7/21	片	43,131	43,131	無												
160	人工真皮	111/10/1	WDD0984101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*25cm)	111/7/21	片	43,131	43,131	無							4	143				
161	人工真皮	111/10/1	WDD09M4101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(10cm*25cm)	111/7/21	片	43,131	43,131	無												
162	人工真皮	111/10/1	WDD09PN28891	皮敷美人工真皮 (120mm*240mm)	111/7/21	片	43,131	43,131	無												
163	人工真皮	111/10/1	WDD0968101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(20cm*25cm)	111/7/21	片	81,611	81,611	無												
164	人工真皮	111/10/1	WDD0988101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(20cm*25cm)	111/7/21	片	81,611	81,611	無												
165	人工真皮	111/10/1	WDD09M8101N7	“茵特葛拉”真皮再生 模板(20cm*25cm)	111/7/21	片	81,611	81,611	無												
166	人工真皮	111/10/1	WDD09PN48091	皮敷美人工真皮 (200mm*240mm)	111/7/21	片	81,611	81,611	無												
167	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB12626N7	“英特佳”內相用腦積 水引流管組	111/9/15	組	53,000	53,000	95%			2,916	7,127	133,766	34	1,802				143,677	
168	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB18HPVCM	美的恩柯特曼霍金斯 引流閥系統-可調式 引流閥	111/9/15	個	53,000	53,000								228	12,084				

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材 共擬會議日期	單 位	新功能特材 納入時支付點 數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額		新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層	
									被替代品項 核價類別中文	年替代率 B	被替代品項 使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C或 成長率或 (2)E=共擬會議討論之推估 量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 G	申報點數 H (千點)	申報使用量 I		申報點數 J (千點)
169	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB23838CM	"柯特曼"霍金斯引流 閥系統-霍金斯可調 式引流閥	111/9/15	個	53,000	53,000				149	7,897					
170	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB28803CM	"美的思"柯特曼史特 斯引流閥-附配件及 抗菌導管	111/9/15	組	53,000	0										
171	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB42335M4	美敦力史卓塔腦脊髓 液可調式壓力閥-NSC	111/9/15	個	53,000	53,000				275	14,575					
172	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB42335SM4	"美敦力"史卓塔腦脊 髓液引流組-STRATA NSC 控制閥	111/9/15	個	53,000	53,000				1,140	60,420					
173	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	111/11/1	CDVPB80102CM	"美的思"柯特曼史特 斯引流閥-附配件及 導管	111/9/15	組	53,000	53,000				652	34,556					
174	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	112/11/1	CDVP328478AE	雅氏麥凱可調式腦脊 髓液分流系統(不具 重力閥門裝置)	新增既有 品項	組	53,000	53,000				625	33,125					
175	腦室腹腔分流術 導管組(整組式)	114/03/1	CDVPB881PVCM	"柯特曼"史特斯 引流閥-可調式引流 閥	新增既有 品項	組	53,000	53,000										
176	修訂「胸主動脈 支架系統」給付	111/7/1			111/5/19		70	27,615	【說明】 111/5/19共擬會議同意 本案修訂給付規定以 新功能特材預算支應 ，以平均1件之申報點 數約394,493點，計算 財務支出27,614,510點 【394,493*70】。				【說明】 與110年同期(1~9月)相比， 使用量增加38件，財務支出 【394,493*38】。				14,991	
總計											825,110	972,572	700,521					

註1：資料來源：四代倉儲、特材主標、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。

註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。

註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。

註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共襄會議日期	新功能特材 單位	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數			
								被替代 核價類別中文 核備	年替代 率 B	被替代 項使用量 C	預估新功能特材年使用 量 E=B×C×成長率 Re	被替代 項支付點 數	推估增加財務支出 F=(A-Re)×E (千點)	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	114年(截至9月)申報數 F (千點)	申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點)	申報年度有調整支付點數： I.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*F(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (實際支付點數-Re)*申報量(千點) 872	申報年度無調整支付點數： 1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*F(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (實際支付點數-Re)*申報量(千點)
1	新功能類別尚未 核價	112/01/01	BBB0107322HJ	“史密斯”儲液卡匣+“史密斯”延長管(含0.2 MICRON過濾 器)(限原發性肺動脈高血壓 症居家靜脈注射FLOLAN者)	111/09/15	組	1,500	限原發性肺動脈高血壓 症居家靜脈注射 FLOLAN者		1,260	1,260	750	945	1,162	1,830				
2	經頸靜脈肝穿刺 組	112/01/01	CDP04RTPS1CK	曲克經頸穿刺肝進入裝置組	111/11/17	個	23,461	0 無		200	20	380		1	20			100	
3	經頸靜脈肝穿刺 組	112/01/01	CDP04RUPS1CK	曲克盧斯經頸靜脈肝穿刺組	111/11/17	組	19,000	無						4	80				
4	經頸靜脈肝穿刺 組	113/09/01	CDP04BTTLAA7	“埃普特” 布雷丁經頸靜 脈肝臟通路套組	新增既有	組	19,000	無											
5	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1SL8SPWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統-8 孔直形骨板	111/11/17	個	23,461	0 無					4,692					419	
6	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1SL8XPWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統-8 孔X形骨板	111/11/17	個	23,461	0 無											
7	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1SL8JLWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統-8 孔J形骨板	111/11/17	個	23,461	0 無											
8	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1SL12LWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統- 12孔梯形骨板	111/11/17	個	23,461	0 無											
9	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1SL12WWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統- 12孔寬型梯形骨板	111/11/17	個	23,461	0 無											
10	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1STRSPS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系 統-胸骨直型骨板(8~10孔)	111/11/17	個	23,461	無											
11	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1STRTPS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系 統-胸骨T型骨板(8孔)	111/11/17	個	23,461	無											
12	胸骨固定骨板	112/02/01	FBPT1STR1PS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系 統-胸骨I型骨板(9~11孔)	111/11/17	個	23,461	無											
13	胸骨固定骨板	112/09/01	FBPT1SL812WR	“邦美”史塔納克胸骨固定系 統-骨板	新增既有	個	23,461	無						1	25				
14	胸骨固定骨板	113/01/01	FBPT1P080157	“芮恩特”鈦金屬胸骨固定 系統-8孔H型鎖固骨板	新增既有	個	23,461	無						10	246				
15	胸骨固定骨板	113/01/01	FBPT1P080257	“芮恩特”鈦金屬胸骨固定系 統-8孔J型鎖固骨板	新增既有	個	23,461	無						1	25				
16	胸骨固定骨板	113/01/01	FBPT1P120157	“芮恩特”鈦金屬胸骨固定系 統-12孔軌道型鎖固骨板	新增既有	個	23,461	無						5	123				
17	胸骨固定骨釘	112/02/01	FBST1SLSCWWR	“生邁”藍帶胸骨固定系統- 骨釘	111/11/17	支	2,720	0 無		1,600		4,352					343		
18	胸骨固定骨釘	112/02/01	FBST1STRSCS1	“信迪思”梅翠思肋骨固定系 統-胸骨骨釘	111/11/17	支	2,720	無											
19	胸骨固定骨釘	112/09/01	FBST1SLBSWWR	“邦美”史塔納克胸骨固定系 統-骨釘	新增既有	支	2,720	無						8	23				
20	胸骨固定骨釘	113/01/01	FBST1RSSBS57	“芮恩特”鈦金屬胸骨固定系 統-胸骨骨釘	新增既有	個	2,720	無						112	320				
21	矯正骨板	112/02/01	FBP06PD108S1	“信迪思”鎖定加壓小兒髕骨 骨板系統	111/11/17	組	44,900	Angled Blade Plates for Baby, Child, Teenager		300	2,130	12,831		69	3,098			2,994	
22	矯正骨板	112/02/01	FBP06X1083Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系 統-髕骨鎖定骨板	111/11/17	組	44,900	Angled Blade Plates for Baby, Child, Teenager											
23	矯正骨板	112/02/01	FBP06X1084Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系 統-髕骨鎖定骨板	111/11/17	組	44,900	Angled Blade Plates for Baby, Child, Teenager											
24	矯正骨板	112/09/01	FBP06036034K	“奧沛迪”小兒骨板骨釘系統	新增既有	組	44,900	Angled Blade Plates for Baby, Child, Teenager						1	45				
25	矯正骨板	112/02/01	FBP06PDTX1Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系 統-H型鎖定骨板	111/11/17	組	44,900	Compression Staple/Plate(Memory Staple)		50	19,551	1,267							

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	新功能特材 單位	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期		新功能特材 生效日期	
								被替代品 核備類別中文	年替代 率 B	被替代品 項使用量 C	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率 Re	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	申報點數 F (千點)	114年(截至9月)實際申報點數 114年(截至9月)實際申報點數 114年(截至9月)實際申報點數 1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (實際支付點數-Re)*申報量(千點) /實際支付點數-Re*申報量(千點)
26	矯正骨板	112/02/01	FBP06PDTX2Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-B型鎖定骨板	111/11/17	組	44,900	Compression Staple/Plate(Memory Staple)							
27	矯正骨板	112/02/01	FBP06030574K	“奧沛迪”沛迪骨板系統-4孔骨板組	111/11/17	組	44,900	兒童長骨畸形矯正骨板系統(2孔8字板)		150	39,951	742			
28	矯正骨板	112/09/01	FBP06PDTX3Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-H型骨板+骨釘	新增既有	組	44,900	兒童長骨畸形矯正骨板系統(2孔8字板)							
29	內視鏡自動手術縫合器(直線型)	112/02/01	SAU08SGPSHM4	“柯惠”智雅縫合系統-縫合器	111/11/17	支	10,350	直線型自動縫合器	100%	23,562	9,000	11,348	123,330		15,320
30	內視鏡自動手術縫合器(直線型)	112/03/01	SAU08GST45ET	“愛惜康”愛喜龍加強型可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器-45mm	112/01/12	組	10,900	直線型自動縫合器		28,799	9,000	7,953	90,982		28,069
31	內視鏡自動手術縫合器(直線型)	112/03/01	SAU08GST60ET	“愛惜康”愛喜龍加強型可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器-60mm	112/01/12	組	10,900	直線型自動縫合器				6,820	78,057		
32	跗蹠式骨髓內固定釘組 LOCKING NAIL SYSTEM	112/04/01	FBNG1TRMCVS1	“信迪思”骨科增強用骨水泥	112/01/12	組	20,000	無		445	8,900	2,379	49,854		49,854
33	貼環	112/04/01	BBP0540157E4	康威新舒穩保護皮(未減菌)-新適透膜環	111/11/17	片	172	無		41,163	7,080	1,828	301		914
34	貼環	112/04/01	BBP0540192F4	康威 幼兒保護皮(未減菌)-新適透膜軟環	111/11/17	片	172	無				55	9		【說明】 該類特材為價量調查品項 114/02/03調降支付點數為154點。
35	貼環	112/04/01	BBP0516591A5	愛樂康 造口術用袋及其附件(未減菌)-二件式浮動環	111/11/17	片	172	無							
36	貼環	112/04/01	BBP0513171CA	“康樂保”造口術用袋及其附件(未減菌)-造口貼環	111/11/17	片	172	無				10	2		
37	貼環	112/04/01	BBP0510011CA	“康樂保”善舒樂造口術用袋及其附件(未減菌)-造口貼環	111/11/17	片	172	無				738	121		
38	貼環	112/04/01	BBP0513181CA	“康樂保”愛特大造口術用袋及其附件(未減菌)-造口貼環	111/11/17	片	172	無				70	12		
39	貼環	112/04/01	BBP0510502CA	康樂保善舒樂密優造口術用袋及其附件(未減菌)-造口貼環	111/11/17	片	172	無				428	70		
40	貼環	112/04/01	BBP0514602HL	“鶴牌”造口術用袋及其附件(未減菌)-造口貼環	111/11/17	片	172	無				2,046	335		
41	貼環	112/09/01	BBP0510015CA	“康樂保”善舒樂造口術用袋及其附件(未減菌)-平面型造口貼環	新增既有	片	172	無				393	64		
42	貼環	112/07/01	BBP0516901CA	康樂保善舒樂密優造口術用袋及其附件(未減菌)-墊高型造口貼環	111/11/17	片	214	無		22,165	4,743	846	190		363
43	貼環	112/07/01	BBP0511011CA	“康樂保”善舒樂造口術用袋及其附件(未減菌)-墊高型造口貼環	111/11/17	片	214	無				690	155		
44	貼環	112/07/01	BBP0511015CA	“康樂保”善舒樂造口術用袋及其附件(未減菌)-墊高型造口貼環	111/11/17	片	214	無				77	17		
45	鈦金屬釘匣 (GIA 自動手術縫合器用)	112/05/01	SAU0760CTA2C	“柯惠”內視鏡自動手術縫合槓及縫合釘-彎頭縫合釘(Trt-Staple Curved-tip)	112/3/16	匣	6,240	鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣-縫釘線長度30~60mm		18,454	4,000	4,501	29,491		12,468
46	鈦金屬釘匣 (GIA 自動手術縫合器用)	112/05/01	SAU0730CTA2C	“柯惠”內視鏡自動手術縫合釘-彎頭縫合釘(Trt-Staple Curved-tip)	112/3/16	匣	6,240			5,627	36,868				
47	鈦金屬釘匣 (GIA 自動手術縫合器用)	114/05/01	SAU070CQ60J8	"南京邁迪欣"一次性階梯型腔鏡切割吻合器和釘倉-縫合釘 (TRI-STAPLE CURVED TIP /45;60MM)	新增既有	匣	6,240								

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	新功能特材 單位	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數		
								被替代 核備類別中文 項使用量 C	年替代 率 B	預估新功能特材年使用 量 E=B×C×成長率 Re	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	申報使用量 F (千點)	114年(截至9月)實際申報點數	實際申報點數 H=(A1-Re)*D(千點)	實際申報點數 I.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*F(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (實際支付點數-Re)*申報量(生點) /實際申報點數-Re*申報量(生點)
48	鈦金屬釘匣 (GIA 自動手術 縫合器用)	114/05/01	SAU0730CTA2C	“柯惠”內視鏡自動手術 縫合釘-彎頭縫合釘(Tri- Staple Curved-tip)	新增既有	匣	6,240									
49	多迴路透析導管 組	112/06/01	CKDD3PTR1ABA	“巴德”威力特萊希斯透析導 管	112/3/16	組	1,999		2,500	1,738	653					
50	橫膈膜電位導管	112/07/01	CRD01EDCATQ M	“邁柯唯”橫膈膜電位導管	112/5/18	組	14,961	無	200	2,992	408	408				
51	人工髖關節強化 桿	112/07/01	FBHS61910NU0	“聯合”骨水泥髖關節塑模- 強化桿	112/5/18	組	19,000	無	120	1,000	2,160	98			90	
52	延伸導引導管	112/07/01	CGPC2TP678VS	法斯樂舒順璀璨萊爾導管	112/5/18	條	20,939	延伸導引導管	2,096	18,208	5,724	22			3	
53	血管內壓力監 測感應組	112/07/01	CBT07A1QS8ED	“愛德華”精準感測器	112/05/18	個	8,593	血管內壓力監測感應組	9,290	6,138	22,807	15,231			4,144	
54	藥物準備系統	112/07/01	CEE03CJ390U2	愛喜優”克萊福勝勝藥物準 備系統組件-刻度克萊福接 頭	112/5/18	個	70	無	26,770	1,874	9,904	732			732	
55	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA062034664	“賀利氏”骨水泥含抗生素	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥	38%	1,192	21,436	626			4,864	
56	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA0612114Z1	捷邁高抗力骨水泥-40g	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥				71	1,105			
57	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA0661971S2	“好美得卡”特微素抗生素骨 水泥	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥				24	375			
58	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA06GMV40DP	“帝富”適髓骨水泥	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥				19	297			
59	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA06GT2422Z	泰瑞斯慶大黴素骨水泥	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥				11	172			
60	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA06VC2522Z	“泰瑞斯”骨水泥	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥				141	2,192			
61	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA06HV2532Z	泰瑞斯高黏度雙抗骨水泥	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥	-			40	625			
62	抗生素骨水泥	112/08/01	FBA06342827E	“奧斯特”抗生素骨水泥-40g	112/5/18	組	14,898	關節骨水泥								
63	燒骨頭系統	112/08/01	FBEB100049W2	“瑞德”伊凡孚燒骨頭系統- 鈦鉻合金	112/05/18	組	55,000	無	100	5,500	14	770			880	
64	燒骨頭系統	112/08/01	FBEB100496W2	瑞德依芙燒骨頭系統-鈦鉻 合金(組)	112/05/18	組	55,000	無			-					
65	燒骨頭系統	112/08/01	FBEB1198678C	艾克曼解剖型燒骨頭系統/ 組	112/05/18	組	55,000	無			2	110				
66	內視鏡記號液	112/08/01	CFM01G45ZZ03	吉愛 史班特內視鏡記號液	112/05/18	支	1,200	無	9,000	10,800	2,264	2,831			2,831	
67	雙動式人工髖關 節-金屬襯墊	112/09/01	FBHL3DM244BM	“邦美”今適穩雙動式人工髖 關節-金屬襯墊	112/07/20	個	71,404	無	100	7,140	70	4,998			7,712	
68	雙動式人工髖關 節-金屬襯墊	112/09/01	FBHL362600S2	“好美得卡 奧斯得寧”雙動 式人體結構型/組配型髖關 節重建組件-金屬內墊	112/07/20	個	71,404	無			38	2,713				
69	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC1TM620Z1	“捷邁”人工髖關節臼杯-鈦 金屬髌臼外杯	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯	810	10,334	-				18,669	
70	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC1SSETSBM	“邦美”今適穩人工髖臼系 統-鈦骨髌臼杯(3D列印)	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯			347	20,412				
71	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC150002S2	“好美得卡 奧斯得寧”人工髖 臼組件系統-Titanium 髌臼 杯	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯								
72	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC150902S2	“好美得卡 奧斯得寧”采登特 髌臼系統-Titanium 髌臼杯	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯			18	1,059				
73	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC150203S2	“好美得卡 奧斯得寧”人工髖 臼組件系統 -Titanium 髌臼 杯	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯			20	1,176				
74	全人工髖關節 髌臼杯	112/09/01	FBHC170029S2	“史賽克”采登特第二代髌臼 系統-Titanium 髌臼杯	112/07/20	個	58,824	全人工髖關節髌臼杯								

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	新功能特材 單位	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數			
								被替代品 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品 項使用量 C	被替代品 項支付點 數 Re	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 F (千點)	申報點數 G (千點)	1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*F(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (實際支付點數-Re)*申報量(千點) (實際支付點數-Re)*申報量(千點)	
75	全人工髖關節 髖臼杯	113/11/01	FBHC1MSAB4Q R	“漢瑞爾”全髖關節置換系 統-髖臼杯	新增既有	個	58,824	58,824	全人工髖關節髖臼杯										
76	中央靜脈壓導管 組	112/09/01	CPC0122854AR	“亞諾”多腔中央靜脈導管 組-抗菌四腔(CATHETER+ DILATOR+GUIDEWIRE+ 舒欽中心靜脈導管組-抗菌 四腔(C+N+D+G+S)	112/07/20	個	2,281	2,281	抗菌中央靜脈導管-三腔	23,565	1,901	8,959	1,000	2,395			414		
77	中央靜脈壓導管 組	113/03/01	CPC01PTT14BB		新增既有	個	2,281	2,281					89	213					
78	經頸靜脈肝臟 穿刺取樣組	112/09/01	NET01LABSICK	曲克肝組織取樣組	112/07/20	組	29,500	29,500	無	100		2,950	2	62			898		
79	經頸靜脈肝臟 穿刺取樣組	112/09/01	NET01TL18NAG	“亞康恩”提雷伯經頸靜脈肝 切片系統	112/07/20	組	29,500	29,500	無				27	836					
80	留置性導便裝置	112/09/01	BBP0641800F4	“康威”膚舒穩大便失禁套件 (未滅菌)-1組套件(盒)+3個袋 子	112/07/20	組	9,690	9,690	無	58		562	13	132			132		
81	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMR23008SN	“史耐輝”半月板修補系統- 不可吸收半月軟骨快速縫合 釘360(直型、彎型、逆彎型)	112/07/20	組	14,287	12,858	無	2,700		34,717	2,651	38,167			39,966		
82	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMR0MN40T1	“邁特”歐尼斯潘半月板修復 系統	112/07/20	組	14,287	0	無									【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由14,287點調整為12,858 點。	
83	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRTRP50T1	“邁特”半月板修補系統-不 可吸收PEEK植入物	112/07/20	組	14,287	0	無										
84	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMR47213S2	“史費克”艾爾半月板修復系 統	112/07/20	組	14,287	12,858	無				74	1,043					
85	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRAR450A W	艾思瑞斯半月軟骨縫合修補 器	112/07/20	組	14,287	0	無										
86	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRAR451A W	“艾思瑞斯”半月軟骨縫合修 補器	112/07/20	組	14,287	0	無										
87	半月板軟骨修補 系統	114/07/01	FBKMRKMR2RC	“康美”英菲尼迪半月板縫合修 補器	新增既有	組	12,858	12,858	無				56	756					
88	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRJUGSTB M	“邦美”傑格半月板修復系統	112/07/20	組	18,573	16,716	無	1,350		22,567	2,394	44,786			65,510		
89	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRSBDZZ0E	“奧古羅”速補縫半月板修補 系統	112/07/20	組	18,573	16,716	無				429	8,082				【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由18,573點調整為16,716 點。	
90	半月板軟骨修補 系統	113/01/01	FBKMRFBFSZZ0 M	“迪艾基”半月軟骨縫合修補 器	新增既有	組	18,573	16,716	無				674	12,642					
91	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRTRP60T1	“邁特”半月板修補系統-可 吸收PLGA植入物	112/07/20	組	19,458	0	無	1,350			99	2,023			2,023		
92	半月板軟骨修補 系統	113/01/01	FBKMR10837SN	史耐輝 半月板修補系統-可 吸收半月軟骨快速縫合釘 ULTRA AB(直型、彎型、逆 彎型)	新增既有	組	19,458	17,512	無									【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由19,458點調整為17,512 點。	
93	半月板軟骨修補 系統	112/10/01	FBKMRMR004L V	“靈威特”半月軟骨連續縫合 修補器(四植體)	112/07/20	組	22,500	22,500	無	940		21,150	524	12,380			12,380		
94	半月板軟骨修補 系統	114/03/01	FBKMRMR003C M	“康美”半月軟骨縫合修補 器(三植體)”	新增既有	組	22,500	0	無										
95	半月板軟骨修補 系統	114/05/01	FBKMRMR003C H	“康美”半月軟骨縫合修補 器(三植體)”	新增既有	組	22,500	22,500	無										
96	門形骨釘 STAPLE	112/11/01	FBA02176258B	“拜歐博”門型釘(中小尺寸)	112/09/21	個	24,594	24,594	門形骨釘 STAPLE	300	19,551	1,513	-						
97	端對端電動吻 合器	112/12/01	SAST6CDHXPET	“愛惜康”愛喜龍環形電 動吻合器(含釘)	112/09/21	支	17,000	17,000	健保手動式環形吻合器	3,280	5,196	38,717	1,750	31,238			20,657		

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	新功能特材 單位	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係 指停止支付)	新功能特材 財務推估				新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數		新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數		
								被替代 率 B	被替代 項使用量 C	被替代 項支付點 數 Re	預估新功能特材年使用 量 E=B*C*成長率	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	醫院總額	申報點數 F
98	十二指腸支架	112/12/01	CFD03EV0D1CK	“曲克”愛佛盧迅十二指腸/直 腸支架系統	112/09/21	組	44,580	44,580	無	242	10,788	26	1,159			
99	十二指腸支架	112/12/01	CFD03WFX12SB	“波士頓科技”華勒斯腸道 支架系統-十二指腸支架	112/09/21	組	44,580	44,580	無			126	5,617			
100	十二指腸支架	112/12/01	CFD0324450QS	博娜十二指腸/幽門支架	112/09/21	組	44,580	44,580	無			79	3,566			
101	十二指腸支架	112/12/01	CFD03303279M	“美安科技”十二指腸/幽門支 架	112/09/21	組	44,580	44,580	無			56	2,496			
102	十二指腸支架	112/12/01	CFD0331287WH	“泰悟”幽門/十二指腸支架	112/09/21	組	44,580	44,580	無			11	490			
103	十二指腸支架	114/09/01	CFD03BPSZZ2E	“伯納斯登”十二指腸／幽 門支架（減菌）	新增既有	組	44,580	44,580	無							
104	冠狀動脈氣球 擴張導管	112/12/01	CBP0132620SB	“波士頓科技”沃美靈切割氣 球導管	112/09/21	支	19,834	19,834	冠狀動脈氣球擴張導管	9,490	6,217	3,115	64,858	42,417		
105	冠狀動脈氣球 擴張導管	114/09/001	CBP0117030YC	“樂普”威實德切割球囊擴 張導管	新增既有	組	19,834	19,834	冠狀動脈氣球擴張導管							
106	冠狀動脈鈣化 去除導管	112/12/01	CBP0332893SB	“波士頓科技”羅塔普洛旋磨 系統導管與推進器	112/09/21	支	45,336	42,162	冠狀動脈氣球擴張導管	1,280	6,217	782	34,496	54,252		
107	冠狀動脈鈣化 去除導管	112/12/01	CBP0310939SB	“波士頓科技”羅塔塔特旋轉 血管成形系統-導管與推進 器	112/09/21	支	45,336	42,162	冠狀動脈氣球擴張導管			445	19,796	【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由45,336點調整為42,162 點上。		
108	冠狀動脈鈣化 去除導管	112/12/01	CBP0311289SB	波士頓科技 羅塔塔特旋轉 血管成型系統導引線	112/09/21	支	5,043	4,689	冠狀動脈氣球擴張導管			1,240	6,413	【說明】 此類特材已達價量協議門檻 ，於114年7月1日調整支付點 數，由5,043點調整為4,689 點上。		
總計													603,209	765,292	404,025	

註1：資料來源：四代倉儲；特材主權、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03擷取)
註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。
註3：被替代品項核價類別：被新特材取（替）代之健保類似品項核價類別。
註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。
註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。
註6：本表新特材品項含後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	單位	新功能特材財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數		
							核價類別中文 核價類別英文	年替代率 B	被替代品 項使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=B*C*成長率或 (2)E=共擬會議討論之推估量	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報點數 D (千點)	申報使用量 E (千點)	申報點數 F (千點)	申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
1	液態栓塞系統	113/01/01	CMV0724475V9	“恩指愛”阿波羅歐尼斯顧內輸送微導管	112/11/16	條	25,700	25,700	液態栓塞系統之輸送微導管	1,020	11,283	148	3,994	2,134	1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
2	液態栓塞系統	114/07/01	CMV0737741BL	“波特”索尼克增強微導管	新增既有	條	25,700	25,700	液態栓塞系統之輸送微導管						
3	電極導管	113/01/01	CXE01F8552JV	“日本來富恩”菲克斯固定彎電極導管	112/11/16	支	39,669	39,669		20	793	4	159	159	
4	可控式電極導管	113/02/01	CXE02SC3DCBK	“百多力”聖凱斯心臟電生理影像及定位導管	112/11/16	支	39,537	39,537	1.「環形10極(≤10極以下)」 28,605點 2.「環形度定位導管」 406支	1,215	28,605/ 39,537			5,149	
5	可控式電極導管	113/02/01	CXE0227612SB	“波士頓科技”因特拉高解析度定位導管	112/11/16	支	39,537	39,537				75	2,965		
6	可控式電極導管	113/02/01	CXE02AVHD6AB	雅德拜斯高密度網格定位導管	112/11/16	支	39,537	39,537				113	4,468		
7	可控式電極導管	113/02/01	CXE02BWPENWE	“百歐森偉伯司特”奔銳導航安可高密度標準導管	112/11/16	支	39,537	39,537				132	5,179		
8	可控式電極導管	113/02/01	CXE02BWCТАWE	“百歐森偉伯司特”歐塔瑞高密度標準導管	112/11/16	支	39,537	39,537				149	5,851		
9	可控式電極導管	113/02/01	CXE02BWPTRWE	“百歐森偉伯斯特”歐普瑞爾高密度標準導管	112/11/16	支	39,537	39,537				2	79		
10	顱內動脈支架	113/03/01	CBN01NUBZZOL	“艾爾貝提克”伊路特斯三紫杉醇塗藥球囊導管	113/01/11	支	120,000	120,000	顱內動脈支架	39	134,886	12	1,440		不影響財務支出
11	內視鏡注射器	113/03/01	CFN0128453LY	“奧林柏斯”單次用注射器	113/01/11	個	833	833		9,000	7,497	115	101	1,431	
12	內視鏡注射器	113/03/01	CFN0121731LY	“奧林柏斯”單次用注射器	113/01/11	個	833	833				568	116		
13	內視鏡注射器	113/03/01	CFN011N122HF	“南微醫學”一次性使用注射針	113/01/11	個	833	833				642	390		
14	內視鏡注射器	113/03/01	CFN0111083TP	特浦消化管內視鏡用穿刺針	113/01/11	個	833	833				893	665		
15	內視鏡注射器	113/07/01	CFN01296214G	“美迪格”單次使用內視鏡注射針	新增既有	個	833	833				254	151		
16	內視鏡注射器	113/09/01	CFN01531ZZIG	“安杰思醫學”一次性內鏡用注射針	新增既有	個	833	833							
17	內視鏡注射器	113/11/01	CFN01VDKZZIL	“實得”施黛拉內視鏡用注射針	新增既有	個	833	833			-				
18	內視鏡注射器	114/05/01	CFN012323050	“唯德康”一次性內視鏡使用注射針	新增既有	個	833	833				9	8		
19	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4VXD83ST	“聖獻達”心內超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500		195	19,013	133	12,968	22,523	
20	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4SNSTRWE	“百歐森偉伯司特”警速達立體診斷用超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500							
21	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4SNS43WE	“百歐森偉伯司特”警速達易可診斷用超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500				98	9,555		
22	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4ACUNVWE	“百歐森偉伯司特”診斷用超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500							
23	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4001ZZ0Y	“西門子”診斷用超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500							
24	心內超音波導管	113/04/01	CGPG4002ZZ0Y	“西門子”診斷用超音波導管	113/03/21	支	97,500	97,500							
25	中央靜脈壓導管組	113/05/01	CPC010FV4L8F	“艾貝爾”中心靜脈導管組-四腔 (CATHETER+DILATOR+GUIDEWIRE+NEEDLE+SYRINGE)	113/01/11	組	1,020	1,020	中央靜脈導管-三腔	5,295	850	900			
26	貼環	113/05/01	BBP0541180F4	康威 新舒穩可塑形保護皮(未滅菌)	113/03/21	片	197	197	平面型造口貼環	8,200	172	360	74	90	
27	貼環	113/05/01	BBP0542103F4	康威 益舒穩彈性環 (未滅菌)-可塑形	113/03/21	片	197	197				3,242	671		
28	神經外科術中神經功能監測(IONM)	113/05/01	FNMO1746ZZ12	“安寶”雙引線皮下針電極	113/03/21	支	198	198		20,200	4,000	12	2	2,340	
29	神經外科術中神經功能監測(IONM)	113/05/01	FNMO1745ZZ12	“安寶”皮下針電極	113/03/21	支	198	198				3,343	695		

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	單位	新功能特材 納入時支付點數	新功能特材 現行支付點數 A (下列為0點係指停止支付)	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數			
									被替代品 核價類別中文	年替代 率 B	被替代品 項使用量 C	預估新功能特材年使用 量 (1)E=8*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推 估量	被替代品 項支付點 數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 D (千點)	申報點數 E (千點)	114年(截至9月)實際申報點數 -醫院總額	114年(截至9月)實際申報點數 -西醫基層
30	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01TECZZ13	“鈦克諾美德”皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198			4,834	1,005			1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)			
31	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01TESZZ13	“鈦克諾美德”皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198			705	147						
32	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01NEUZZ14	“紐倫帥”皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198										
33	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01R01ZZ15	“瑞斯林肯”拋棄式雙引線皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198										
34	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01R02ZZ15	“瑞斯林肯”拋棄式皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198			2,361	491						
35	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01R03ZZ15	“瑞斯林肯”拋棄式皮下針狀電極	113/03/21	支	198	198										
36	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01NE1ZZ16	“因諾美”皮下針電極	113/03/21	支	198	198										
37	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01C21ZZ16	“因諾美”神經監測儀及其配件-皮下針電極	113/03/21	支	198	198			-							
38	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01SPEZZ17	“絲蓓思美迪卡”刺激探頭	113/03/21	支	5,610	5,610	1,190	6,676	358	2,109		2,109				
39	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01C22ZZ16	“因諾美”神經監測儀及其配件-拋棄式刺激探頭	113/03/21	支	5,610	5,610			-							
40	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/11/01	FNMM01SP1ZZ14	“紐倫帥”刺激探頭	新增既有	支	5,610	5,610										
41	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01ALMZZ16	“因諾美”外科用神經刺激器/定位器-ALM喉管	113/03/21	支	17,840	17,840	50	892								
42	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01ADSZZ18	“艾迪鈦克”皮質電極(1x4、1x6)	113/03/21	支	21,365	21,365	400	8,546	44	987		987				
43	神經外科術中神經功能監測 (IONM)	113/05/01	FNMM01ADGZZ18	“艾迪鈦克”皮質電極(4x5)	113/03/21	支	56,103	56,103	100	5,610								
44	雙迴路透析導管組	113/05/01	CKDD1GDK61GA	小兒雙腔腎臟透析導管	113/03/21	組	4,760	4,760	50	2,031	1	5		3				
45	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP0323568QS	“博娜”膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336	4,699	4,400	220	9,974		38,152				
46	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03WFXRXSB	“波士頓科技”華勒斯膽道支架系統	113/03/21	組	45,336	45,336			353	16,004						
47	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03WFXBSSB	“波士頓科技”華勒斯膽道支架系統	113/03/21	組	45,336	45,336										
48	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03EPCBSSB	波士頓科技 艾柏克膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336										
49	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP0330330WH	“泰悟”膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336			72	3,264						
50	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03ZBS01CK	“曲克”麗而服膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336			5	227						
51	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03EVB01CK	“曲克”愛佛盧迅膽道支架系統-半覆蓋和全覆蓋	113/03/21	組	45,336	45,336			66	2,992						
52	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03EVB02CK	“曲克”愛佛盧迅膽道支架系統	113/03/21	組	45,336	45,336			1	45						
53	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03303239M	“美安科技”膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336			215	9,747						
54	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP03PG10BCD	考迪斯 帕瑪傑斯膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336										

報4-38

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	單位	新功能特材 財務推估			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)申報數			新功能特材 生效日期 114年(截至9月)實際申報點數				
							被替代品 核價類別中文	年替代率 B	被替代品 項使用量 C	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C*成長率或 (2)E=共擬會議討論之推估量	被替代品 項支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*F(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)	
55	膽道/胰管支架	113/06/01	CDP0334510CD	“考迪斯”帕瑞士膽道支架	113/03/21	組	45,336	45,336	45,336								
56	膽道/胰管支架	113/11/01	CDP03ZB601CK	“曲克”利爾英膽道支架	新增既有	組	45,336	45,336	45,336								
57	膽道/胰管支架	114/11/01	CDP0338102SB	“波士頓科技”華勒斯膽道經肝支架系統	新增既有	組	45,336	45,336	45,336								
58	膽道/胰管支架	114/11/01	CDP03BSTZ2ZE	“伯納斯登”膽道支架（滅菌）	新增既有	支	45,336	45,336	45,336								
59	周邊血管內套膜支架	113/07/01	CBC07BXA79CX	“戈爾”威爾棒球囊擴張式人工血管支架-79mm	113/05/16	組	96,580	96,580	96,580	500	87,800	4,390	13	1,256		114	
60	人工踝關節	113/07/01	FBGA1NBTA1W2	“瑞德”印鵬全踝系統	113/05/16	組	272,016	272,016	272,016	400	71,970	106,144	28	7,616		46,844	
61	人工踝關節	113/07/01	FBGA1NBTA2W2	“瑞德”穎朋全踝系列	113/05/16	組	272,016	272,016	272,016	【說明】 年使用量130組修正為400組			118	32,098			
62	人工踝關節	113/07/01	FBGA1NFYTAW2	“瑞德”艾飛特全踝系列	113/05/16	組	272,016	272,016	272,016				30	8,160			
63	人工踝關節	113/07/01	FBGA1TMA83Z1	“捷邁”多孔鉭金屬全踝關節	113/05/16	組	272,016	272,016	272,016				6	1,632			
64	鼻淚管通條 C.I.S. TUBE	113/07/01	TBCT1S1730IZ	“佛朗惜眼”史塔露瓊氏管	113/05/16	個	26,500	26,500	26,500	100	6,816	1,968	44	1,224		1,224	
65	腦血管閉塞球囊系統組	113/08/01	CME0235142BL	“波特”暫時閉塞導管	113/05/16	組	40,159	40,159	40,159	150		6,024	1	40		40	
66	胸腔用網膜	113/09/01	FSTR1JVM96ET	"壯生"薇喬網片-(8.5*10.5CM)	113/07/18	片	1,974	1,974	1,974	1,400		2,764	321	665		665	
67	心臟去顫器	113/09/01	FHPCD31525SB	波士頓科技安博倫磁脈造影皮下植入式心律去顫器	113/07/18	個	842,742	842,742	842,742	30		25,282	4	3,371		8,427	
68	心臟去顫器	114/03/01	FHPCCDDVEV4M4	“美敦力”安諾心植入式心臟整流去顫器系統	新增既有	個	842,742	842,742	842,742				6	5,056			
69	心臟去顫器用電極導管	113/09/01	FHPCL31519SB	"波士頓科技"安博倫皮下電極	113/07/18	條	107,258	107,258	107,258	30		3,218	2	215		858	
70	心臟去顫器用電極導管	114/03/01	FHPCLEV241M4	“美敦力”安諾心植入式心臟整流去顫器系統-血管外電極導線	新增既有	條	107,258	107,258	107,258				6	644			
71	腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統	113/09/01	CBC03SG64AM4	美敦力艾布杜斯螺旋固定血管內固定錨系統-腹主動脈	113/05/16	個	300,351	300,351	300,351	150		45,053	158	47,455		47,455	
72	神經刺激器-PC(雙側)	113/09/01	FND0237612M4	“美敦力”艾提神經刺激器-RC(含程控儀+充電組)	113/05/16	組	834,310	834,310	834,310	58		48,390	8	6,674		6,674	
73	神經刺激器-PC(雙側)	113/09/01	FND02VERRCSB	“波士頓科技”凡賽斯神經刺激器(含遙控器+充電系統)	113/05/16	組	834,310	834,310	834,310								
74	骨外固定器零件 FOR OTHER PARTS	113/11/01	FBEF5M34Z21B	“品富”克氏鋼釘固定系統(未滅菌)	113/09/19	個	721	721	721	92	627	9	8	6		1	
75	界面螺絲	114/06/15	FBS08102537Y	“帕可適”樂斯旋入式縫合錨釘	113/11/21	組	9,886	9,886	9,886	34,361	3,281	320,682				47,582	
76	界面螺絲	114/06/15	FBS08105117Y	“帕可適”特斯縫合錨釘	113/11/21		組	9,886	9,886	9,886				-			
77	界面螺絲	114/06/15	FBS08105657Y	“帕可適”卓泰縫合錨釘	113/11/21		組	9,886	9,886	9,886				-			
78	界面螺絲	114/06/15	FBS0839102S2	"史賽克"利普縫線固定錨釘	113/11/21		組	9,886	9,886	9,886				21	218		

報4-39

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	單位	新功能特材 財務推估		新功能特材 生效日期		新功能特材 生效日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							新機能特材 核價類別中文 C	年替代 率 B	被替代 項使用量 C	預估新功能特材年使用 量 (1)E=B*C*成長率 或 (2)E=共擬會議討論之推 估量	被替代 項支付點 數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	申報點數 F (千點)	申報點數 G (千點)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
79	界面螺絲	114/06/15	FBS0845012V2	"鐳鈦"縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

項次	功能類別	生效日期	特材代碼	新功能特材品項 中文品名	通過新特材共擬會議日期	單位	新功能特材財務推估			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)申報數			新功能特材 生效日起 114年(截至9月)實際申報點數		
							被替代項使用量 C	年替代率 B	預估新功能特材年使用量 (1)E=8*C (2)E=共擬會議討論之推估量	被替代項支付點數 Re	推估增加財務支出 F=(A-Re)*E (千點)	申報使用量 D	申報點數 E (千點)	申報年度無調整支付點數 H=(A1-Re)*D (千點)	申報年度有調整支付點數 (當時支付點數-Re)*申報量(千點)
113	界面螺絲	114/06/15	FBS08110037Y	“帕可適”特斯縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	1.申報年度無調整支付點數： H=(A1-Re)*D(千點) 2.申報年度有調整支付點數： (當時支付點數-Re)*申報量(千點)		
114	界面螺絲	114/06/15	FBS08110267Y	“帕可適”樂斯旋入式縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886			
115	界面螺絲	114/06/15	FBS08110347Y	“帕可適”卓泰縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	104			
116	界面螺絲	114/06/15	FBS08111657Y	“帕可適”特斯那特立縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	1,111			
117	界面螺絲	114/06/15	FBS0839106S2	"史賓克"瑞利斯縫線固定錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	931			
118	界面螺絲	114/06/15	FBS0839151S2	“史賓克”無結錨釘固定系統-單包裝	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	498			
119	界面螺絲	114/06/15	FBS0839152S2	“史賓克”無結錨釘固定系統-雙包裝	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	322			
120	界面螺絲	114/06/15	FBS0845001V2	"鏡鈦"無結錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	176			
121	界面螺絲	114/06/15	FBS08ARGKNCH	“康美”雅戈無結縫合固定系統	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	21			
122	界面螺絲	114/06/15	FBS08CFK00CH	“康美”克洛特無結縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	3,799			
123	界面螺絲	114/06/15	FBS08HEALAT1	"邁特"喜立克進階免打結縫合錨	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	1,453			
124	界面螺絲	114/06/15	FBS08KSTAKAW	"艾思瑞斯"思求太克縫合錨釘-KNOTLESS	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	830			
125	界面螺絲	114/06/15	FBS08PPLKALV	“靈威特”帕普洛縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	259			
126	界面螺絲	114/06/15	FBS08UATZ2J	"凱燕"快特連免打結縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	40			
127	界面螺絲	114/06/15	FBS08UXSZ2J	“凱燕”快特艾克斯寬帶縫線錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	14			
128	界面螺絲	114/06/15	FBS08YTAPELV	"靈威特"Y型寬版線縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	3			
129	界面螺絲	114/11/01	FBS08387ZZZ	“奧司寧”吉尼免打結縫合錨釘	新增既有	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	9,886	縫合錨釘、 FIBERWIRE	9,886	1			
130	界面螺絲	114/06/15	FBS08108027Y	“帕可適”那特立可吸收縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	283			
131	界面螺絲	114/06/15	FBS08111257Y	特斯生物材料縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	19			
132	界面螺絲	114/06/15	FBS08722HCSN	“史耐輝”縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	1,362			
133	界面螺絲	114/06/15	FBS08722MRSN	“史耐輝”縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	590			
134	界面螺絲	114/06/15	FBS08722RSSN	"史耐輝"縫合錨釘	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	7,938			
135	界面螺絲	114/06/15	FBS08ARBCTAW	"艾思瑞斯"恩維拉克縫合錨釘-TAPE	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874				
136	界面螺絲	114/06/15	FBS08BKNTTT1	"邁特"可吸收免打結固定錨植入物系統	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874				
137	界面螺絲	114/06/15	FBS08HEALBT1	"邁特"喜立克進階免打結縫合錨	113/11/21	組	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874				
138	界面螺絲	114/11/01	FBS08854ZZZ	“奧司寧”吉尼免打結縫合錨釘(可吸收)	新增既有	個	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874	12,874	縫合錨釘、 FIBERWIRE	12,874				
總計											819,627	294,772	234,963		

註1：資料來源：四代倉儲：特材主檔、門診、交付、住院明細及醫令檔(114.11.03擷取)

註2：申報資料範圍：總額內案件，不含本署代辦項目(如預防保健、勞保局職災案件)。

註3：被替代品項核價類別：被新特材取(替)代之健保類似品項核價類別。

註4：年替代率：如專家或文獻指出有明確替代情形，依該品項實際替代比例或其他方式計算。

註5：預估新功能特材年使用量：暫以該品項提案推估納入健保給付後，按成長率計算第3年使用量。

註6：本表新特材品項合後續納入給付之比照品項與既有品項，其共擬會議日期以「新增既有品項」註記。

114年8月份特殊材料專家諮詢會議紀錄(節錄)

討論提案

第6案：有關研議修訂「肋骨固定系統」給付規定(D203-5)再提會案，提請討論。

討論重點：

- (一) 提案單位：衛生福利部中央健康保險署。
- (二) 「肋骨固定系統」自111年5月1日納入健保給付，支付點數為骨板38,151點及骨釘5,100點，並訂有給付規定(D203-5)，限相鄰3個以上肋骨節斷性骨折(segmental ribfracture)(連枷胸/ICD-10:S22.5XXA~S22.5XXS)及ISS score ≥ 16 ；執行醫師限具台灣胸腔及心臟血管外科專科醫師、台灣胸腔外科專科醫師、骨科專科醫師或外傷科專科醫師執行；每病人以給付3個骨板及18支骨釘為限；事後逐案審查，且需檢附重大傷病及可證明連枷胸之電腦斷層影像。
- (三) 經追蹤本案醫材納入健保後使用情形超出原預估年使用人數510人，爰於113年進行醫療科技再評估(HTR)，研究結果顯示本案特材具臨床效益，納入健保給付後族群的住院期間，機械性呼吸輔助器使用率、住院天數與費用較低。並建議擴增使用適應症為多根肋骨骨折適應症者、奇異呼吸者、多根肋骨骨折適應伴隨氣胸或血胸或氣血胸等肺部併發症適應者、肋骨骨折適應症加上需要呼吸支持療法(如呼吸器輔助、插管或氣切)者及長期止痛失敗者。
- (四) 並函送 HTR 報告徵詢相關學會意見，學會意見表示：
 1. 給付前後人數差異為連枷胸比例顯著提升，因健保給付條件中，連枷胸為給付必要條件，故臨床在診斷碼 coding 過程更注意加入連枷胸診斷，非給付前後之外傷流行病學改變。
 2. 依國際指引，建議增加給付條件「肋骨多根嚴重移位骨折」及「多根肋骨骨折合併嚴重氣血胸」。
- (五) 台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣胸腔外科醫學會及台灣外傷醫學會與會代表及與會專家表示，目前本案特材申報量已超出原預估使用量，倘再放寬給付適應症用於「多根肋骨骨折合併嚴重氣血胸」及「肋

骨多根嚴重移位骨折」，會大幅增加健保資源的負擔，且上述適應症難以定義，爰建議維持現行給付條件。

(六) 另台灣胸腔及心臟血管外科學會及與會專家表示，因心臟血管外科醫師之訓練養成涵括心臟外科手術及胸腔外科手術，爰建議維持原給付規定之執行醫師資格。

(七) 健保署說明：經分析健保資料庫，自111年5月納入健保給付後，臨床疾病主次診斷碼由多根肋骨骨折(S22.4)改 coding 連枷胸(S22.5)，114年推估全年使用人數約1,350人，倘擴增給付規定用於多根肋骨骨折及多根肋骨骨折合併氣血胸，恐增加使用人數至17,000人。

結論：依 HTR 報告，本案特材具臨床效益，納入健保給付後族群的住院期間，機械性呼吸輔助器使用率、住院天數與費用較低，爰與會專家、學會代表一致建議暫維持現行給付規定。

報告案 5

有關「既有功能類別特材建議納入健保給付案件提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告時程」案。

報告案第 5 案

案由：有關「既有功能類別特材建議納入健保給付案件，提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告時程」案。

說明：

一、115 年收載作業時程如下表：

既有功能類別特材建議納入健保給付案件提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告之時程表

健保署收文日期	暫訂提報共同擬訂會議日期
114 年 11 月 15 日(含)以前	115 年 1 月 15 日
115 年 1 月 15 日(含)以前	115 年 3 月 19 日
115 年 3 月 15 日(含)以前	115 年 5 月 21 日
115 年 5 月 15 日(含)以前	115 年 7 月 16 日
115 年 7 月 15 日(含)以前	115 年 9 月 17 日
115 年 9 月 15 日(含)以前	115 年 11 月 19 日

註：

1. 全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分，原則上將於每個單數月份第三個星期四開會。
2. 如既有功能特材品項涉複雜功能等之專業審定，未及於上開表列時程作業，亦順延至下次會議報告。

報告案 6

有關全民健保尚未納入給付特材計 7 品項不列入本保險特材支付標準收載案。

報告案第 6 案

案由：有關新功能特材計 7 品項不列入本保險特材支付標準收載案。

說明：

- 一、辦理依據：依 114 年 9 月份本保險特殊材料專家諮詢會議及 114 年 10 月份醫療服務給付項目暨特殊材料專家諮詢會議紀錄(詳附件 1，頁次：報 6-2~報 6-5)辦理。
- 二、建議單位：亞果生醫股份有限公司、科舉顧問股份有限公司、英商史耐輝股份有限公司台灣分公司、高仕生技有限公司、蘭波灣生物科技有限公司。
- 三、本案特材 7 品項 (附件 2，頁次：報 6-6)，經上開專家諮詢會議討論，其會議結論如下：
 - (一)項次1~2「“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機」計2品項：本案醫材多用於相對乾淨、手術後的封閉切口傷口，屬臨床上額外選用醫材，不具臨床必須性，爰不建議列入特材支付標準收載。
 - (二)項次3~6「"震波"冠狀動脈血管內碎石術導管」計4品項：考量相關醫學會對本案產品功能、適用範圍尚無共識，且本案醫材尚未被納入主要指引的高等級建議，實證資料尚不充足，爰不建議列入特材支付標準收載。
 - (三)項次7「亞比斯可拉膠原蛋白眼角膜基質」計1項：考量現有角膜來源充足，本案醫材不具臨床急迫性與必要性，且臨床效益及安全性尚不足，爰不建議列入特材支付標準收載。

決定：本案 7 品項不建議列入特材支付標準收載(同附件 2)。

114年9月份特殊材料專家諮詢會議紀錄(節錄)

(時間：114年9月25日上午9時30分)

第 6 案：有關用於慢性困難傷口照護之「“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機」納入健保給付案。

討論重點：

一、建議廠商：英商史耐輝股份有限公司台灣分公司。

二、本案醫材按仿單所載，由抽吸幫浦及無菌敷料組成，用於可藉由抽吸裝置(負壓傷口治療)受益的傷患，可去除少至中量滲出液及感染性物質，進而促進傷口癒合。廠商表示相較傳統負壓傷口治療系統，具有體積小、電池驅動且無須集液瓶等特性，可提升患者行動自由及舒適性，建議以「幫浦搭配敷料」納入健保給付。

三、與會專家表示：本案醫材長度固定無法修剪，無法適用於各式各樣的傷口，主要用於術後相對乾淨的切口型傷口，因術後傷口經縫合後組織滲液少，不需要時常更換，且幫浦與敷料皆為單次使用，屬臨床上額外選用之醫材。

結論：本案醫材多用於相對乾淨、手術後的封閉切口傷口，屬臨床上額外選用醫材，不具臨床必須性，爰不建議納入健保給付。

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險醫療服務給付項目暨特殊材料
專家諮詢會議紀錄(節錄)

(時間：114 年 10 月 23 日上午 9 點 30 分)

一、用於冠狀動脈鈣化病灶之「冠狀動脈血管內碎石術導管」計 4 品項納入健保給付再提會案。

(一)建議廠商：科舉顧問股份有限公司、蘭波灣生物科技有限公司(下稱蘭波灣公司)、高仕生技有限公司(下稱高仕公司)。

(二)本案醫材前經 112 年 8 月「心臟科特材」納入健保給付專家會議及 114 年 1 月特材專家諮詢會議討論，結論本案醫材適用族群相當廣泛，為避免浮濫使用，請相關學會就本案醫材提供具體給付範圍後再提會討論。

討論重點：

(一)中華民國心臟學會代表表示：

- 1.嚴重冠狀動脈鈣化病人多無法接受外科手術，震波碎石導管可有效處理嚴重鈣化病灶，確保介入治療(PCI)順利完成，建議納入健保給付。
- 2.臺灣介入性心臟血管醫學會代表表示，目前震波碎石導管的適應症主要為 de novo lesion (原發病灶) 的介入治療，反對將 ISR (in-stent restenosis，支架內再狹窄病灶) 納入健保給付範疇。本次討論多項產品，雖功能相似惟部分品項證據力不足，且其中 2 品項為陸製產品，建議暫緩該 2 品項納入健保討論。

(二)臺灣血管外科學會代表表示：

建議使用震波碎石前，先根據病人病灶情況與外科進行會診討論；當外科認定該病人不適合進行繞道手術時，才使用震波碎石，對於適合進行繞道手術但病人仍選擇接受震波碎石者，應採病

人自費方式。

(三)與會專家表示：

- 1.對本案導管產品之功能及治療性認定，與會學會具不同意見，建議學會間應先討論達成共識。
- 2.本案醫材目前提供實證等級尚不足，鑒於臨床實務中，Class 1 治療（如：冠狀動脈繞道手術）執行率不足，恐有濫用 Class 2A 處置（如：支架置放）之虞；建議若納入給付，應對適應症進行更嚴格之修正與審查，防範不當使用。
- 3.本醫材在治療中雖有 Level IIb 建議等級，惟尚未被納入主要指引的高等級建議，建議收集足夠國家使用經驗及高等級實證資料再進行討論。

結論：考量相關醫學會對本案產品功能、適用範圍尚無共識，且本案醫材尚未被納入主要指引的高等級建議，實證資料尚不充足，建議暫不納入健保給付。

十、用於角膜補綴之「亞比斯可拉膠原蛋白眼角膜基質」納入健保給付案。

(一)建議廠商：亞果生醫股份有限公司。

(二)本案醫材仿單所載為經細胞處理之豬眼角膜材料，具天然角膜層狀構造，用以取代受損眼角膜基質，用於角膜溶解患者，作為角膜補綴物使用。廠商表示本案醫材相較人捐贈之眼角膜移植物具同等療效，建議納入健保給付。

討論重點：

中華民國眼科醫學會與會代表及與會專家表示：

- 1.目前在小規模角膜基質修復上，羊膜已可應用；針對中大規模角膜需求，國內有國家眼庫供應且供需狀況良好，現階段國內尚無

引進此角膜替代物並列入健保給付之急迫性與必要性。

2. 本案產品雖經過細胞處理，仍可能存在殘留 DNA 引起免疫過敏反應，有導致角膜溶解風險；另本案產品作為支架讓細胞重新長入的效果不甚理想，且無法提供再生功能，作為替代物之光學效果也較差，不建議納入健保給付。

結論：考量現有角膜來源充足，本案醫材不具臨床急迫性與必要性，且臨床效益及安全性尚不足，不建議納入健保給付。

11410專家會議紀錄

本案特材品項表

項次	特材中文名稱	特材英文名稱	醫療器材許可證	廠商名稱	辦理依據
1	“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機	“Smith & Nephew” PICO 7 Single Use Negative Pressure Wound Therapy System	衛部醫器陸輸字第001467號	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司	114年9月份本保險特殊材料專家諮詢會議
2	“史耐輝”掌上型負壓傷口治療機	“Smith & Nephew” PICO Single Use Negative Pressure Wound Therapy System	衛部醫器輸字第025975號	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司	114年9月份本保險特殊材料專家諮詢會議
3	“震波”冠狀動脈血管內碎石術導管	“Shockwave” C2 Coronary Intravascular Lithotripsy (IVL) Catheter	衛部醫器輸字第034613號	科舉顧問股份有限公司	114年10月份醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議
4	“震波”冠狀動脈血管內碎石術導管	“Shockwave” C2+ Coronary Intravascular Lithotripsy (IVL) Catheter	衛部醫器輸字第036943號	科舉顧問股份有限公司	114年10月份醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議
5	“賽禾醫療”冠狀動脈血管內碎石術導管	“Sonosemi Medical” LiqMagic C14 Coronary Intravascular Lithotripsy Catheter	衛部醫器陸輸字第001650號	蘭波灣生物科技有限公司	114年10月份醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議
6	“樂潛”薇絲科冠狀動脈血管內碎石術導管	"Lepu" VessCrack Coronary IVL Balloon Dilatation Catheter	衛部醫器陸輸字第001743號	高仕生技有限公司	114年10月份醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議
7	亞比斯•可拉 膠原蛋白眼角膜基質	ABCcolla Collagen Ophthalmic Matrix	衛部醫器製字第008155號	亞果生醫股份有限公司	114年10月份醫療服務暨特殊材料專家諮詢會議